

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL
ELECTRODES ECG I DESFIBRIL·LACIÓ

CS/CC01100725270/19/AMUP

INDEX

1. Licitació electrònica
2. Objecte de la contractació
3. Òrgan de contractació i centres destinataris del subministrament
 - 3.1. Entitats adherides a la licitació
4. Estructura del procediment
5. Especificacions tècniques generals
 - 5.1. Garanties d'identificació
 - 5.2. Requisits obligatoris
6. Normativa aplicable
7. Cessió d'equips, material complementari i de dipòsit
 - 7.1. Cessió d'equips
 - 7.2. Material en dipòsit
8. Gestor de les incidències en compres (GIC)
9. Requeriment addicionals obligatoris
 - 9.1. Prevenció de riscos laboral
 - 9.2. Formació
 - 9.3. Manual d'usuari
10. Oferta tècnica
 - 10.1. Model d'oferta tècnica
 - 10.1.1. Documentació a presentar en Sobre 2
 - 10.1.2. Documentació a presentar en Sobre 2 bis
 - 10.1.3. Fitxa pròpia del producte: Product Data
 - 10.2. Atributs logístics
 - 10.3. Presentació de mostres
 - 10.4. Tècnics
 - 10.5. Documentació confidencial
11. Oferta econòmica
 - 11.1. Preus de licitació
 - 11.2. Model d'oferta econòmica
12. Adjudicació
 - 12.1. Caràcter general
 - 12.2. Per a codis agrupadors
13. Facturació electrònica
 - 13.1. Caràcter general
14. Condicions logístiques i de subministrament
 - 14.1. Condicions de subministrament
 - 14.2. Garanties de subministrament
 - 14.3. Termini de lliurament
 - 14.4. Unitats mínimes de comanda
 - 14.5. Lloc, condicions de lliurament i albarans
 - 14.6. Condicions d'embalatge
 - 14.7. L'albarà
 - 14.8. Sistema EDI
 - 14.9. Recepció de mercaderies a l'operador logístic
 - 14.9.1. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

14.10. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis
Logístics,AIE

15. Execució del contracte

ANNEXOS

ANNEX A: Pla de necessitats

- A1: Pressupostos per lots, pla de necessitats Institut Català de la Salut (ICS)

ANNEX B: Fitxa tècnica

- B1. Fitxa tècnica individual del producte, ANNEX B1 – Model i Guia de la fitxa tècnica individual, pàgina 1 i 2
- B2. Model i Guia de la Llista resum de fitxes tècniques de productes presentades [per a codi SAP]
- B3. Criteris addicionals puntuables
- B4. Fitxa pròpia del producte: Product Data

ANNEX C: Model d'oferta econòmica i guia per emplenar l'oferta econòmica

ANNEX D: Descripció tècnica dels materials de l'expedient

ANNEX E: Normes de seguretat per a xofers

ANNEX F: Descripció dels lots

ANNEX G: Lots obligatoris

1. Licitació electrònica

Tal i com s'especifica a la clàusula 8 del Plec de clàusules administratives particulars que regeix la present licitació, les ofertes s'hauran de presentar mitjançant l'aplicació de "Sobre Digital" accessible a l'espai virtual d'aquesta licitació, a l'adreça web següent:

<https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ics>

En la presentació de les ofertes tècniques i econòmiques mitjançant l'eina Sobre Digital, les empreses hauran de signar el document "resum" de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut; amb la signatura del qual s'entén signada la totalitat de l'oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la componen. Aquesta modalitat de signatura es detalla a la clàusula 5 del plec de clàusules administratives, a l'apartat IV Certificats digitals. Es pot obtenir més informació a l'eina de consulta

<http://tlbrowser.tsl.website/tools/>

2. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament d' Elèctrodes ECG i desfibril·lació per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

A l'**ANNEX A1 – Pressupostos per lots, pla de necessitats Institut Català de la Salut** (a partir d'ara ICS) s'hi relacionen per material, els consums previstos per a un any i que han estat extrets a partir dels nostres consums històrics. Aquesta previsió podrà ser modificada a l'alça o a la baixa en funció de l'activitat assistencial dels centres. En cas de variació de quantitats, les empreses adjudicatàries no tindran dret a percebre cap indemnització per la variació.

Els contractes que es derivin de l'expedient de licitació són de subministraments de tracte successiu.

3. Òrgan de contractació i centres destinataris del subministrament

L'òrgan de contractació és el director gerent de l'Institut Català de la Salut. Els centres destinataris del subministrament objecte del contracte són els que consten en l'ANNEX 1 del Plec Administratiu.

3.1. Entitats adherides a la licitació

No hi ha entitats adherides a la licitació.

4. Estructura del procediment

La licitació s'estructura per lots, detallat a l'**ANNEX F – Descripció Lots**. Els lots agrupen els articles objecte de la licitació i detall dels codis que componen cada lot.

En aquesta licitació els codis són codis **individuals**.

Els licitadors només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

No s'admeten ofertes variants.

Una referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà excloua a criteri de la mesa d'adjudicació

No és obligatori licitar a tots els lots, és a dir, es pot licitar a un o més lots. No és obligatori licitar a la totalitat dels articles inclosos als lots.

Pels lots que es detallen a l'**ANNEX G - Lots obligatoris**, s'ha de presentar oferta **obligatòriament** a tots els articles inclosos en el lot. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

La forma en què s'han de presentar les ofertes tècniques i econòmiques es descriu, respectivament, en les clàusules **10 i 11 d'aquest Plec**.

5. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són els que consten en el llistat de l'**ANNEX D - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

5.1. Garanties d'identificació dels materials

Per identificar la qualitat i condicions de cada producte, el licitador haurà d'informar les característiques que es sol·liciten a la fitxa tècnica descrita a l'**ANNEX B1 – Model fitxa tècnica del producte**, de tots els productes presentats.

Durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària té l'obligació de notificar qualsevol canvi que es produeixi tant en la identificació del producte com en qualsevol de les característiques tècniques o en els atributs logístics.

Les modificacions s'han d'informar immediatament a la Gerència de Compres, a través del Gestor d'incidències en compres, veure l'apartat 8 d'aquest Plec.

6. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 *Documentació tècnica*, l'empresa licitadora presenti:

- La documentació acreditativa del compliment de la legislació vigent
- L'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE
- Declaració que tots els productes licitats compleixen el previst a l'apartat 13 de l'Annex I del RD 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris, amb l'etiquetatge i la documentació que ho acrediti (en referència al les dades proporcionades pel fabricant)

7. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

7.1 Cessió d'equips

En el cas que sigui necessari la cessió d'un equip, les empreses adjudicatàries hauran de cedir sense cap cost econòmic els aparells necessaris per la utilització d'aquest material en els nostres centres.

7.2 Material en Dipòsit

En cas que hi hagi material en dipòsit, el centre i l'empresa adjudicatària acordaran el contingut i els terminis de caducitat acceptable del dipòsit.

L'empresa adjudicatària es compromet a reposar el material utilitzat, segons l'acord establert.

8. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. És una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són, per exemple:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona el **propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*' a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al Manual d'usuari GIC – proveïdors, al final hi ha l'Annex administrador NIF'.

En l'apartat "Guies i avisos", es troben els Manuals d'usuari proveïdor i l'índex d'incidències del GIC. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat.

9. Requeriments addicionals obligatoris

9.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractada haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals. Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

9.2. Formació

Les empreses adjudicatàries hauran de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats. Si al centre destinatari li és necessari.

9.3. Manual d'usuari

El proveïdor haurà de lliurar un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat que les requereixi, preferiblement en català, i si no es possible en castellà.

10. Oferta tècnica

10.1.1. Documentació a presentar en sobre 2

La documentació tècnica a presentar en el sobre 2, és la següent:

- **Fitxa tècnica individual** del producte, **ANNEX B1 – Model i Guia de la fitxa tècnica individual, pàgina 1 i 2.**

En aquest annex es descriuen tots els camps de la fitxa tècnica i la descripció de cada un d'ells

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX B2 de les fitxes presentades a la licitació.**

En aquest annex es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells

- **Criteris addicionals puntuables, ANNEX B3.**

En aquest annex es té que omplir per part del proveïdor i per els lots que indiquem, els criteris addicionals puntuables.

Denominació dels fitxers de les fitxes tècniques i llista-resum

- **Fitxa tècnica individual**

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent:

Núm. de Lot-Codi SAP.xls

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

- **Llista-resum**

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent:

Resum

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Criteris addicionals**

El fitxer que conté els criteris addicionals, s'ha d'anomenar de la forma següent:

Criteris addicionals

Exemple: Criteris addicionals.xls o .xlsx

10.1.2. Documentació a presentar en el sobre 2 bis

No hi ha sobre 2 bis.

10.1.3. Fitxa pròpia del producte: Product Data

La documentació tècnica pròpia del producte (product data), **ANNEX B4**, s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten. Aquesta carpeta s'ha d'anomenar:

AnnexProduct Data

Cada fitxa presentada, s'ha d'anomenar:

PD-Núm. de Lot-Codi SAP.xls

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001.xls

És obligatori, quan així procedeixi, presentar les fitxes de dades de seguretat dels productes

Opcionalment, les fitxes tècniques es poden confeccionar mitjançant l'aplicació del sistema estandarditzat de Fitxa Tècnica Electrònica de la base de dades AECOCDATA, GDSN (Global Data Synchronisation Network)

Tota la informació relativa a la Fitxa Tècnica i els atributs logístics, es pot obtenir a la adreça de correu:

salud@aecoc.es

Obligatòriament, l'empresa adjudicatària haurà de mantenir les dades tècniques a aquesta aplicació o en les plataformes que hi connectin

10.2. Atributs logístics

Les empreses adjudicatàries hauran de mantenir les dades dels Atributs logístics requerits a l'aplicació del sistema estandarditzat de Fitxa Tècnica Electrònica del Catàleg

AECOCDATA GDSN (Global Data Synchronisation Network) o en les plataformes que hi connectin.

Els atributs són els següents:

- Dimensions
- Pes
- Temperatura conservació
- GTIN de les diferents agrupacions
- Quantitats de cada agrupació
- Referència
- Marca
- Model
- Traçabilitat
- Imatge del producte
- Tipus de perillositat
- Classe de mercaderia perillosa
- Fitxa de seguretat
- Caducitat de lliurament
- Unitat de mesura de gestió

Hi ha un termini de 30 dies des de la data de la resolució de adjudicació per incorporar les dades dels material adjudicats al sistema indicat.

10.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en el termini màxim de 24 hores.

Si no es presenta mostres del codis sol·licitats amb el termini indicat, l'oferta presentada no serà avaluada i, per tant, quedarà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

10.4. Tècnics

Durant la tramitació de l'expedient, els operadors econòmics només podran tenir relació amb el personal tècnic designat en l'expedient, a petició d'aquests últims.

10.5. Documentació confidencial

Tal i com es recull a la clàusula 8 del Plec de Clàusules administratives, si el proveïdor considera confidencial alguna documentació de les aportades en els sobres 2 i/o 2 bis, haurà d'aportar una declaració de confidencialitat, degudament signada

11. Oferta econòmica

11.1. Preus de licitació

Els preus unitaris de licitació per a cada article són els preus que figuren en l'**ANNEX C – Model d'oferta econòmica i guia per emplenar l'oferta econòmica**

Els preus són **màxims**: limiten el preu de les ofertes

Per a la presentació de l'oferta econòmica, les empreses licitadores hauran de prendre com a unitat de mesura bàsica la que s'estableix en l'**ANNEX C – Model d'oferta econòmica**.

Els preus oferts inclouran tots els càrrecs, transport, manipulació del producte, impostos, taxes, etc.

Les ofertes no podran superar el nombre de 6 decimals. En cas de superar-lo tampoc podran ser considerades en la fase de ponderació.

11.2. Model d'oferta econòmica – Documentació a presentar en el sobre 3

L'oferta econòmica s'haurà de presentar, **obligatòriament**, en el model que s'adjunta com a **ANNEX C – Model d'oferta econòmica – Guia**, d'aquest plec de prescripcions tècniques

12. Adjudicació

12.1. Caràcter general

L'adjudicació s'efectuarà per article, és a dir, de forma individual, recaient l'adjudicació de cadascun dels articles en un únic codi SAP i en un únic proveïdor.

En els cas dels lots obligatoris, a cada una de les valoracions individuals dels articles (valoració tècnica i valoració econòmica) s'aplicarà un coeficient de ponderació respecte el seu pes econòmic dintre del lot. L'adjudicació recaurà en el proveïdor que obtingui el màxim valor del sumatori en les valoracions individuals després d'aplicar la ponderació indicada.

Els coeficients per a cada material s'obtindran de la següent manera:

$$CI = \frac{Ni * Pi}{\sum (Ni * Pi)}$$

A on:

- **CI** és el Coeficient Individual de ponderació que s'aplicarà a la puntuació total del material (puntuació econòmica més puntuació tècnica)

- **Ni** és la quantitat licitada per material
- **Pi** és el preu unitari de licitació del material (preu màxim de sortida), que s'ha utilitzat per a la confecció del pla de necessitats.

L'adjudicació recaurà en el proveïdor que obtingui el màxim valor del sumatori en les valoracions individuals dels materials agrupats, després d'aplicar la ponderació indicada.]

12.2. Per a ofertes de codis agrupadors (no hi ha codis agrupadors)

En el cas dels codis agrupadors, a l'adjudicació constarà el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només constarà la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació.

L'adjudicació s'entén per MARCA i MODEL i per a totes les mides associades als mateixos. Per tant, podran ser sol·licitades qualsevol de les mides de la gamma., en funció de les necessitats dels centres durant la vigència del contracte, tot i que no constin en la relació inicial i es subministraran en les mateixes condicions fixades al contracte per la MARCA i MODEL corresponent.

13. Facturació electrònica

13.1. Caràcter general

Les empreses adjudicatàries poden enviar les seves factures mitjançant qualsevol dels següents formats electrònics:

- Format **facturae**
- Format **EDIFACT**

En cas de voler utilitzar **EDIFACT**, abans de començar a enviar les factures, el seu proveïdor EDI haurà d'haver demanat la interconnexió de la seva bústia amb la de l'Institut Català de la Salut.

L'intercanvi de missatges es realitza utilitzant procediments comuns amb altres administracions, tal com es descriu al Servei **eFact** del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya ([Consorci AOC](#)).

Per obtenir més informació referent a les particularitats de l'ICS referents a aquest intercanvi electrònic i contingut dels missatges, poden accedir a :

<http://www.gencat.cat/ics/proveïdors/factura.htm>

o sol·licitar informació complementària a :

atenciocreditors.ics@gencat.cat

Hi ha establert un canal d'informació a proveïdors, relacionat amb el procediment de factura electrònica, especialment per tractar temes relacionats amb:

- Com adherir-se al procediment de factura electrònica del Institut Català de la Salut

- Certificat de factura electrònica, per aquells proveïdors que ja ens envien les factures electrònicament

registre.efact.ics@gencat.cat

14. Condicions logístiques i de subministrament

14.1. Condicions de subministrament

Les empreses adjudicatàries es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació a la fitxa dels atributs logístics.

Les empreses adjudicatàries retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si l'adjudicatari té materials en dipòsits en els centres, haurà de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert a la fitxa d'atributs

14.2. Garantia de subministrament

Les empreses adjudicatàries es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual*	
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*	
- P010-Pressupost*	
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses adjudicatàries hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

14.3. Termini de lliurament

Les empreses adjudicatàries han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logístics, AIE, la qual es notifica en la comanda-missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

14.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

14.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador Logístic. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.


14.6. Condicions d'embalatge a l'operador logístic

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE**.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes, han de contenir un únic material i lot.
- En que cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp Referència

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa

14.7. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005

Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:

- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

14.8. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS, Logaritme, Serveis Logístics AIE, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors, en concret els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)

- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)

En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:

- Codi EAN (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes ha de confirmar l'ORDRSP. Si no es verifica, caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005

Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:

- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a Preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC. Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escolliu el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat d'AECOC (GS1 SPAIN) acreditant que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme la podran trobar a l'enllaç <http://www.ediversa.com/comedinet/logaritme>

Transitoriament, i durant un termini màxim de 30 dies, a comptar des de la data de resolució d'adjudicació definitiva, els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i hi podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

L'incompliment d'aquest termini podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

En aquesta plataforma web, els adjudicataris es podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net

14.9.Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en

quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions AECOC per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de AECOC (GS1 ESPAÑA), s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat queda pendent de ser subministrada en la corresponent comanda, a lliurar el més aviat possible.

14.9.1. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia:

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

- 4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides al punt 14.6 d'aquest plec .

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, consta com a subministrament pendent.

14.10. Normes de seguretat per els xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

El nostre Operador Logístic te unes instruccions amb les normes de seguretat per els xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals es pot veure a l'**ANNEX E – Normes de seguretat per a xofers** d'aquest Plec.

15. Execució del Contracte.

Si durant la vigència del contracte, l'adjudicatari introdueix qualsevol millora en les condicions del mateix, obligatòriament l'haurà de comunicar amb caràcter previ al Òrgan de contractació a través de la Gerència de Compres i Polítiques de Distribució.

ANNEXOS

AL PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES

SUBMINISTRAMENT AGREGAT

CS/CC00/1100725270/2019/AMUP

ELECTRODES ECG I DESFRIBIL·LACIÓ

ANNEX A1

Pressupostos per lots, Pla de necessitats Institut Català de la Salut

Pressupostos per Lots

Cabecera: CS/CC00/1100725270/19/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ELECTRÒDES ECG I DESFIBRIL·LACIÓ

Lot: 001 Elèctrodes monitorització ECG adult

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30001455	Elèctrode per a monitoratge i diagnòstic ECG,adult,curt termini,ovalat,Ø36mm ±2mm amb gafet central metàl·lic sensor d'Ag/AgCl de subjecció universal,foam prim amb hidrogel sòlid hipoal·lèrgic adhesiu i conductor incorporat,lliure làtex,un ús	UNI	1.961.183,000	0,035090	0,029000	68.817,92	56.874,31	21
30003221	Elèctrode per a diagnòstic ECG,adult i pediàtric,rectangular,2 3mmx25mm ±2mm,llengüeta de subjecció per a pinça cocodrill,sensor d'Ag/AgCl,suport de vinil amb hidrogel sòlid hipoal·lèrgic adhesiu i conductor incorporat,lliure làtex,un sol ús	UNI	1.602.889,000	0,018150	0,015000	29.092,44	24.043,34	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30003231	Elèctrode per a monitoratge i diagnòstic ECG repòs,adult,curt termini,ovalat,49mmx33mm ±2mm,connector femella descentrat tipus banana Ø4mm,sensor d'Ag/AgCl,foam amb hidrogel conductor líquit hipoal·lèrgic incorporat i adhesiu,sense cable integrat,un sol ús	UNI	5.318.101,000	0,072600	0,060000	386.094,13	319.086,06	21
30003235	Elèctrode per a monitoratge i diagnòstic ECG,adult,curt termini,rodó,Ø50mm ±2mm,a/gafet central metàl·lic sensor Ag/AgCl de subjecció univ,foam vinil adhesiu i hidrogel conductor sòlid hipoal·lèrgic incorpor,lliure de làtex,un sol ús	UNI	135.900,000	0,058080	0,048000	7.893,07	6.523,20	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30004165	Elèctrode per a monitoratge i diagnòstic ECG,adult,curt termini,rectang a/cantons rodons,48mmx34mm ±2mm amb gafet central metàl·lic sensor d'Ag/AgCl de subjecció universal,foam a/hidrogel sòlid hipoal·lèr adhesiu i conductor incorporat,un ús	UNI	326.245,000	0,035090	0,029000	11.447,94	9.461,11	21
30004463	Elèctrode per a monitoratge ECG,adult,permanència perllongada,rodó,Ø60mm ±2mm amb gafet central metàl·lic sensor Ag/AgCl de subjecció universal,suport microporós (paper) amb hidrogel sòlid hipoal·lèrgic adhesiu i conductor incorporat,un sol ús	UNI	500.281,000	0,078650	0,065000	39.347,11	32.518,27	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30004465	Elèctrode per a monitoratge i diagnòstic ECG,adult,permanència perllongada,rodó,Ø68mm ±2mm,a/gafet descentrat metàl·lic sensor Ag/AgCl de subjecció univ,suport paper microporós a/doble anell adhesiu i hidrogel conduct líquid hipoal·lèrgic incorpor,lús	UNI	643.179,000	0,151250	0,125000	97.280,83	80.397,38	21
30004466	Elèctrode per a monitoratge i diagnostic ECG i neurolog,adult/ped,curt termini,rodó a/llengüeta,Ø30mmx24mm ±2mm a/gafet central metàl·lic d' Ag/AgCl de subjecció univ,foam a/hidrogel sòlid ràpid adhesiu i conductor incorporat,lliure làtex,lús	UNI	22.433,000	0,048400	0,040000	1.085,76	897,32	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30004467	Elèctrode per a monitoratge i diagnòstic ECG (probes d'esforç), adult, curt termini, rodó, Ø38mm ±2mm, amb gafet descentral metàl·lic sensor Ag/AgCl de subjecció univ, foam poliuretà amb hidrogel líquit hipoal·lèrgic adhesiu i conductor incorporat, un sol ús	UNI	153.847,000	0,111320	0,092000	17.126,24	14.153,92	21
30026330	Elèctrode per a monitoratge ECG, adult, curt termini, rodó, Ø44mm ±2mm, amb gafet central metàl·lic sensor Ag/AgCl de subjecció universal, suport transparent amb hidrogel líquid hipoal·lèrgic adhesiu i conductor incorporat, lliure de làtex, un sol ús	UNI	2.881,000	0,108900	0,090000	313,74	259,29	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30031964	Elèctrode per a monitoratge ECG repós, proves estrés i holter adult, curt termini, ovalat, Ø43mm x 45mm ±2mm amb gafet central metàl·lic sensor d'Ag/AgCl de subjecció universal, foam impermeable a/hidrogel sòlid adhesiu i conductor incorporat, n/est, n/làtex, lús	UNI	500,000	6,413000	5,300000	3.206,50	2.650,00	21
30040914	Elèctrode per a monitoratge ECG radiotransparent, adult, 50x45mm ±5mm, amb gafet central sensor carboni de subjecció universal, suport polietilè amb hidrogel sòlid hipoal·lèrgic adhesiu i conductor, lliure de làtex, un sol ús.	UNI	6.000,000	0,066550	0,055000	399,30	330,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30041683	Elèctrode per a diagnòstic ECG,adult i pediàtric,rectangular,3 2mmx44mm ±2mm,connexió clip,sensor d'Ag/AgCl,suport d'escuma amb gel líquid, adhesiu hipoal·lèrgic, lliure làtex, un sol ús	UNI	150,000	7,260000	6,000000	1.089,00	900,00	21
30042724	Elèctrode per a monitoratge i diagnòstic ECG,adult,permanència perllongada,rodó,Ø68mm ±2mm,a/gafet descentrat metàl·lic sensor Ag/AgCl de subjecció univ,suport teixit microporós a/doble anell adhesiu i hidrogel conduct líquid hipoal·lèrgic incorpor,lús	UNI	2.000,000	0,151250	0,125000	302,50	250,00	21

Total partida amb iva:	663.496,48
Total partida sense iva:	548.344,20
Total lot amb iva:	663.496,48
Total lot sense iva:	548.344,20

Pressupostos per Lots

Cabecera: CS/CC00/1100725270/19/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ELECTRÒDES ECG I DESFIBRIL·LACIÓ

Lot: 002 Elèctrodes monitorització ECG pediàtric

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30002448	Elèctrode per a monitoratge en ECG pediàtric/neonatal, rodó, Ø22mm ±2mm, sensor Ag/AgCl, foam impermeable als fluids a/hidrogel conductor adhesiu hipoal·lèrgic incorporat, radiotransp, amb cable integrat llarg 60cm ±2cm codi colors, IEC connec DIN TPØ1,5mm, lús	UNI	27.300,000	0,302500	0,250000	8.258,25	6.825,00	21
30002449	Elèctrode per a monitoratge en ECG pediàt/neonat/prematur, ovalat, perm perllong, Ø22mmx30mm ±2mm, sensor Ag/AgCl, suport teixit s/teixir a/hidrogel sòlid conductor suau adhes hipoal, a/cable integ 50cm ±2cm codi color, con mascle TPØ1,5mm, n/làtex, lús	UNI	76.674,000	0,272250	0,225000	20.874,50	17.251,65	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30004468	Elèctrode per a monitoratge en ECG pediàt/neonat,ovalat,pe rmanència mitja,Ø22x44,8mm/Ø22x30 mm ±2mm,amb gafet descentrat metàl·lic sensor Ag/AgCl de subjecció universal,foam a/hidrogel líquit conductor adhesiu hipoal·lèrgic incorporat,lliure làtex,un ús	UNI	1.583,000	0,363000	0,300000	574,63	474,90	21
30004469	Elèctrode per a monitoratge en ECG pediat curt termini i proves diagn,ovalat,sensor Ag/AgCl,petit Ø42x24mm ±2mm,a/gafet centrat metàl sensor Ag/AgCl subjecció univ,foam a/hidrogel sòlid conduct adh hipoal·lèr incorp,resistent aigua,n/làtex,lús	UNI	1.750,000	0,048400	0,040000	84,70	70,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30006486	Elèctrode per a monitoratge en ECG pediàt/neonat,ovalat,pe rmanència mitja,Ø22x44,8mm/Ø22x30 mm ±2mm,connector femella descentrat tipus banana Ø4mm,sensor Ag/AgCl,foam amb hidrogel líquit conductor adhesiu hipoal·lèrgic incorporat,n/làtex,lús	UNI	91.392,000	0,363000	0,300000	33.175,30	27.417,60	21
30009189	Elèctrode per a monitoratge en ECG pediat curt termini i proves diagnòstic,rodó,sensor Ag/AgCl,petit Ø30mm ±2mm,a/gafet centrat metàl·lic sensor Ag/AgCl subjecció universal,foam a/hidrogel sòlid conduct adhesiu hipoal·lèrgic incorp,n/làtex,lús	UNI	30.804,000	0,042350	0,035000	1.304,55	1.078,14	21

Total partida amb iva: 64.271,93
Total partida sense iva: 53.117,29

Pressupostos per Lots

Total lot amb iva:	64.271,93
Total lot sense iva:	53.117,29

Pressupostos per Lots

Cabecera: CS/CC00/1100725270/19/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ELECTRÒDES ECG I DESFIBRIL·LACIÓ

Lot: 003 Elèctrodes monitorització ECG neonatal

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30001444	Elèctrode per a monitoratge en ECG,neonatal,curt termini i proves diagnòstic,rodó,sensor Ag/AgCl,petit Ø30mm ±2mm,a/gafet centrat metàl·lic sensor Ag/AgCl subjecció universal,foam a/hidrogel sòlid conduct adhesiu hipoal·lèrgic incorp,n/làtex,lús	UNI	2.000,000	0,042350	0,035000	84,70	70,00	21
30004471	Elèctrode per a monitoratge en ECG pediàt/neonat,ovalat,permanència mitja,Ø22x30mm ±2mm,amb cable integrat llargària 10cm ±2cm connector femella Ø4mm,sensor Ag/AgCl,foam a/hidrogel líquit conductor adhesiu hipoal·lèrgic incorporat,n/làtex,lús	UNI	111.875,000	0,272250	0,225000	30.457,97	25.171,88	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30005309	Elèctrode per a monitoratge en ECG neonatal,rodó,permanènc ia mitja,Ø22mm ±2mm,amb cable integrat llargària 35cm ±2cm connector femella Ø4mm,sensor Ag/AgCl,foam amb hidrogel sòlid conductor adhesiu hipoal·lèrgic incorporat,lliure làtex,un sol ús	UNI	2.100,000	0,786500	0,650000	1.651,65	1.365,00	21
30007042	Elèctrode per a monitoratge en ECG nadons i prematur,quadrat,mig termini,Ø22x22mm ±2mm,sensor Ag/AgCl,teixit a/hidrogel sòlid conductor adhes hipoal·lèrgic,radiollue nt,a/cable integ 45cm ±2cm codi color,connector DIN estàndard,no làtex/PVC,lús	UNI	8.360,000	0,272250	0,225000	2.276,01	1.881,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30027672	Elèctrode per a monitoratge en ECG prematur, rodó a/411lengüetes fix, permanència <72h, Ø20x25mm ±2mm, sensor Ag/AgCl, foam a/hidrogel sòlid conduct adhes hipoal, radiotr, a/cable integ 60cm ±2cm codi color, con mascle TPØ1,5mm, no làtex/Ftalats/PVC, lús	UNI	8.140,000	1,089000	0,900000	8.864,46	7.326,00	21

Total partida amb iva:	43.334,79
Total partida sense iva:	35.813,88
Total lot amb iva:	43.334,79
Total lot sense iva:	35.813,88

Pressupostos per Lots

Cabecera: CS/CC00/1100725270/19/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ELECTRÒDES ECG I DESFIBRIL·LACIÓ

Lot: 004 Elèctrodes desfibrilació

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30002451	Elèctrode per a desfibril·lació,adult/# 25kg a/anell suport de foam impermeable adhesiu,superfí conduct 140cm² ±2 de film d'estany a/gel conductor hipoal·lèrgic incorpor,mida elèctr 165x133mm ±2mm, fins a 15 descàrreg consec a 360J,biocomp,n/làtex,DE HP,lús	CX	1.507,000	2,541000	2,100000	3.829,29	3.164,70	21
30002457	Elèctrode per a desfibril·lació,cardioversió i ECG, ped>10Kgr,adhesiu,foam a/gel conductor hipoal·lèrgic,superfície 10cmx15cm ±2cm,cable a/connector extern 150cm ±5cm 1 ús,comp a/desfibril·lador marcapassos incorpor tipus Philips HerathStart XL i MRx o eq	CX	3.747,000	25,228500	20,850000	94.531,19	78.124,95	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30004161	Elèctrode per a desfibril·lació i ECG pre-connectat, adult, adhesiu, superfície àrea conductiva 110cm² ±10cm², longitud cable conductor 106cm ±6cm, un sol ús, compatible a/cables Quik-Combo p/monitors desfibril·la tipus Lifepak 20 Monitor/Series o equiv	UNI	2.914,000	21,683200	17,920000	63.184,84	52.218,88	21
30004162	Elèctrode per a desfibril·lació i ECG pre-connectat, adult, adhesiu, superfície àrea conductiva 82cm² ±2cm², longitud cable conductor 60cm ±5cm, un sol ús, compatible a/cables Quik-Combo p/a monitors desfibril·lad tipus Lifepak 20 Monitor/Series o equiv	UNI	139,000	32,186000	26,600000	4.473,85	3.697,40	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30004620	Elèctrode per a desfibril·lació i ECG, adult, adhesiu, superfície àrea conductiva 80cm ² ±2cm ² , un sol ús, compatible amb adaptador de cable Fast-Patch i cables Quik-Combo per a monitors desfibril·ladors tipus Lifepack 20 Monitor/Series o equivalent	UNI	10,000	32,186000	26,600000	321,86	266,00	21
30008641	Elèctrode per a desfibril·lació, >25kg, adhesiu, escuma/fo am grau mèdic, superfície àrea conductiva 90cm ² -100cm ² , cable 110cm-120cm, connector 3pins, lliure làtex, lús, comp a/desfibril (DEA) tipus Primedix/Heartsave anterior any 2016 o equivalent	UNI	47,000	29,100500	24,050000	1.367,72	1.130,35	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30008642	Elèctrode per a desfibril·lació,cardiover sion i ECG,pre-con,adult i nens >8 anys i/o >25kg,adhesiu,superfície e àrea conductiva 95cm² ±2cm² a/gel conductor hipoal·lèrgic incorp,lús,comp a/desfibril (DEA) tipus Reanibex 200 o Lifepak,Elite,Beneheart h o equiv	UNI	61,000	18,513000	15,300000	1.129,29	933,30	21
30008644	Elèctrode per a desfibril·lació, pediàtric, adhesiu, amb gel conductor hipoal·lèrgic incorporat, lliure làtex, un sol ús, compatible amb aparell desfibril·lador portàtil tipus Marquette Responder 3000 o equivalent	UNI	7,000	14,278000	11,800000	99,95	82,60	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30009879	Elèctrode per a desfibril·lació,cardioversió i ECG,pre-con,adult,(nens<8 anys i/o <25kg i nadons amb clau segur),foam adhesiu,superfície àrea conductiva75cm² ±2cm²,cable 120cm ±5cm,compatible amb desfibril·ladors Philips manuals i FR2 semiautomàt o equiv	UNI	25,000	91,960000	76,000000	2.299,00	1.900,00	21
30010689	Elèctrode per a desfibril·lació i ECG pre-con pediàt #15kg,adhesiu,radiotr,s uperfície àrea conductiva 52cm² ±2cm²,10,2cmx8,9cm ±2cm,long cable conductor 60cm ±5cm,lús,comp a/cables Quik-Combo p/a monitors desfibril tipus Lifepak 20 Monitor/Series o equiv	UNI	576,000	24,200000	20,000000	13.939,20	11.520,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30013022	Elèctrode per a desfibril·lació, adult, per a formació/entrenament amb maniquí de docència, adhesiu, compatible amb desfibril·lador HeartStart AED Trainer2 o equivalent	UNI	92,000	54,450000	45,000000	5.009,40	4.140,00	21
30013390	Elèctrode per a desfibril·lació,pre- con,adult >25kg,adhesiu,superfíci e àrea conductiva 95cm² ±2cm² amb gel conductor hipoal·lèrgic incorporat,longitud cable conductor 120cm ±5cm,un sol ús,comp amb desfibril·ladors (DEA) tipus FRED Easy,DEFIGARD o equiv	UNI	6,000	41,866000	34,600000	251,20	207,60	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30015221	Elèctrode per a marcapassos/desfibrilad or extern no invasiu, pediàtric, suport escuma adhesiu, superfície aprox Ø15cm ±2cm amb gel conductor hipoal·lèrgic incorporat, cable connexió univ, un ús, compatible monitor PHILIPS AGILENT TECHNOLOGIS HP o equiv	UNI	102,000	24,986500	20,650000	2.548,62	2.106,30	21
30015282	Elèctrode per a desfibril·lació cardiover,nens <8 anys i/o <22kg,adhes,radiotr,sup erfície àrea conduct 50cm² ±2cm²;mida 10,2x8,9cm ±2cm,lús,comp a/monit desfib Lifepak 500 bifàsicaDEA a/connect rosa,Lifepak 1000,Lifepak ExpressDEA,Lifepak CR PlusDEA o eq	UNI	266,000	52,635000	43,500000	14.000,91	11.571,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30015627	Elèctrode per a desfibril·lació,adult,a dhesiu,superfície àrea mínima combinada 228cm² ±8cm²,a/gel conductor hipoal·lèrgic incorporat,no polaritzat,longitud cable conductor 130cm ±5cm,lús,comp a/desfibril·l (DEA) tipus Cardioline Powehearth AED G3 o equiv	UNI	30,000	65,945000	54,500000	1.978,35	1.635,00	21
30015690	Elèctrode per a desfibril·lació,pediàtr ic <8 anys i/o <25kg,adhesiu,d'energia reduïda,a/gel conductor hipoal·lèrgic incorporat,no polaritzat,longitud cable conductor 130cm ±5cm,lús,comp amb desfibril·lador (DEA) tipus Cardioline Powehearth AED G3 o equiv	UNI	20,000	136,851000	113,100000	2.737,02	2.262,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30015817	Elèctrode per a desfibril·lació,cardiover sion i ECG,adult,adhesiu,no polaritzat,superfície àrea conductiva 228cm² ±2cm² a/gel conductor hipoal·lèrgic incorp,longitud cable conductor 130cm ±5cm,lús,comp a/desfibr(DEA),Responde r AED,Responder AED PRO o eq	UNI	32,000	65,945000	54,500000	2.110,24	1.744,00	21
30015818	Elèctrode per a desfibril·lació,cardiover sion i ECG,pediàtric,adhesiu,n o polaritzat,àrea conductiva a/gel conductor hipoal·lèrgic incorp,longitud cable conductor 130cm ±5cm,lús,comp a/desfibr(DEA),Responde r AED,Responder AED PRO o eq	UNI	49,000	119,185000	98,500000	5.840,07	4.826,50	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30018564	Elèctrode per a desfibril·lació adult, adhesiu, amb gel conductor hipoal·lèrgic incorporat, longitud cable conductor 110-130cm compatible amb cable de connexió JC-755V i amb desfibrilador sistema bifàsic Cardioline sèries TEC o equivalent	UNI	165,000	82,522000	68,200000	13.616,13	11.253,00	21
30018565	Elèctrode per a desfibril·lació pediàtric, adhesiu, amb gel conductor hipoal·lèrgic incorporat, longitud cable conductor 110-130cm compatible amb cable de connexió JC-755V i amb desfibrilador sistema bifàsic Cardioline sèries TEC o equivalent	UNI	116,000	82,522000	68,200000	9.572,55	7.911,20	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30018906	Equip de recanvi compost: joc de 2 elèctrodes per a desfibril·lació, adult, 1 bateria de liti no recarregable i instruccions per a la seva substitució, un sol ús, compatible amb desfibriladors Lifepak CR Plus AED i Lifepak Express AED o equivalent	UNI	117,000	177,749000	146,900000	20.796,63	17.187,30	21
30026758	Elèctrode per a desfibril·lació,adult >25kg, superfície àrea conductiva 85cm² ±2cm², adhesiu, a/gel conductor hipoal·lèrgic incor, longitud cable conductor 120cm ±5cm, compatible amb desfibril·lador semi-automàtic DEA HeartStart FRx Philips o equivalent	UNI	12,000	72,600000	60,000000	871,20	720,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30028572	Elèctrode per a desfibril·lació, cardioversió, ECG, marcapassos, adult i pediàtric, adhesiu, gel conductor hipoal·lèrgic incorporat, 13cmx11cm ±2cm, longitud cable conductor 2,5m ±10cm, un sol ús, compatible amb desfibril·ladors Nihon Kohden AED o equivalent	UNI	206,000	77,440000	64,000000	15.952,64	13.184,00	21
30028982	Elèctrode per a desfibril·lador multifunció pediàtric <8 anys i/o <25kg, preconnectats, foam amb gel polímer, adhesius, lrodó/rectangular amb diagrames anatòmics, àrea de conductivitat central, compatible amb desfibril·lador Zoll AED PLUS o equivalent.	UNI	37,000	113,740000	94,000000	4.208,38	3.478,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30028996	Elèctrode per a desfibril·lador multifunció adult >25kg, preconnectats, foam amb gel polímer, adhesius, lrodó/rectangle amb diagrames anatòmics, àrea de conductivitat central, compatible amb desfibril·lador Zoll AED PLUS, Zoll AED PRO o equivalent	UNI	33,000	73,810000	61,000000	2.435,73	2.013,00	21
30029636	Elèctrode per a desfibril·lació, nens 8 anys i/o adult >25kg, superfície àrea conductiva 85cm² ±2cm², adhesiu, a/gel conductor hipoal·lèrgic incor, longitud cable conductor 135cm ±5cm, comp /desfibril·lador semi-automàtic DEA HeartStart HS1 Philips o equival	UNI	103,000	79,714800	65,880000	8.210,62	6.785,64	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30029637	Elèctrode per a desfibril·lació, pedià <8 anys i/o <25kg, a/funció automàt de reducció d'energia desfibril a 50J, superf àrea conduct 85cm² ±2cm², adhes, a/gel hipoal incorp, long cable 100cm ±5cm, comp a/desfibril semi-auto DEA HeartStart HS1 Philips o equival	UNI	48,000	114,950000	95,000000	5.517,60	4.560,00	21
30029693	Elèctrode d'estimulació externa p/desfibril·lació, monit oratge i cardioversió per adults àrea conductora 95cm² ±2, foam adhesiu gruix 1mm ±0,5mm, mida cable 120cm ±5cm, lliure de làtex, connexió directa, comp a/ desfibril semi-automàtic portàtil CU-ER1 o equi	UNI	10,000	36,179000	29,900000	361,79	299,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30029694	Elèctrode d'estimulació externa p/desfibril·lació,monit oratge i cardioversió pediàtric àrea conductiva 40cm²±2,foam adhesiu gruix 1mm ±0,5mm,mida cable 120cm ±5cm,lliure de làtex,connexió directa,comp a/ desfibril semi-automàtic portàtil CU-ER1 o equi	UNI	13,000	67,760000	56,000000	880,88	728,00	21
30030452	Elèctrode per a desfibril·lació,cardiov i ECG,pre- co,adult,adhesiu,superf àrea conductiva 228cm² ±2cm² a/gel conductor hipoal·lèrgic incorp,cable conductor 195cm ±5cm,lús,comp a/desfibril Responder1100,3000,2000 bifàsic,Dash ResponderAED,CardioServ o equi	UNI	271,000	12,584000	10,400000	3.410,26	2.818,40	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30033829	Elèctrode per a desfibril·lació,cardiover sion i ECG,adult >25kg, superfície àrea conductiva 80cm ² ±2cm ² ,amb gel conductor hipoal·lèrgic incorporat,longitud cable conductor 120cm ±5cm, compatible amb desfibril·lador Lifeline Defibtech o equiv	UNI	12,000	84,700000	70,000000	1.016,40	840,00	21
30033840	Elèctrode per a desfibril·lació,pre-con ditiat <8anys/#25kg,adhesiu,d' energia reduïda a 50J,superfície àrea conductiva 50cm ² ±2cm ² a/gel conductor hipoal·lèrgic incorp,long cable conductor 122cm ±2cm,lús,comp a/desfibril tipus LifelineDefibtech o eq	UNI	10,000	148,830000	123,000000	1.488,30	1.230,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30034226	Elèctrode per a desfibril·lació,marcapa ssos,pre-connectat, adult-pediàtric >10kg, amb gel conductor hipoal·lèrgic incorporat,longitud cable conductor 150cm ±5cm, tamany 16x10,5cm ±2cm ,compatible amb desfibril·lador HP, Agilent,Philips o equivalent	UNI	100,000	21,780000	18,000000	2.178,00	1.800,00	21
30034607	Elèctrode per a desfibril·lació, adult,adhesiu biocompatible,d'energia <10mV,superfície àrea conductiva 150cm²±2cm² a/gel conductor sòlid hipoal·lèrgic incorp,long cable conductor 120cm ±5cm,lús,comp a/desfibril·l tipus D500 o equiv	UNI	34,000	61,105000	50,500000	2.077,57	1.717,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30034608	Elèctrode per a desfibril·lació, pediàt <8anys/#25kg, adhesiu biocompatible, d'energia <10mV, superfície àrea conductiva 45cm² ±2cm² a/gel conductor sòlid hipoal·lèrgic incorp, long cable conductor 120cm ±5cm, lús, comp a/desfibril·l tipus D500 o equiv	UNI	28,000	61,105000	50,500000	1.710,94	1.414,00	21
30034946	Electrode per a desfibril·lació, cardiov ersió i ECG, pre-con, adult, >8 anys o >25kg, adhesiu, amb gel conductor hipoal·lèrgic incorporat, cable 130cm ±5cm, lús, comp a/desfibril·lador (DEA i Semi-automàtic) tipus Powerheart G5 o equivalent	UNI	52,000	78,529000	64,900000	4.083,51	3.374,80	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30034947	Electrode per a desfibril·lació,cardioversió i ECG,pre-con,pediàtric #8 anys i/o #25kg,adhesiu,amb gel conductor hipoal·lèrgic incorporat,cable 130cm ±5cm,lús,comp a/desfibril·lador (DEA i Semi-automàtic) tipus Powerheart G5 o equivalent	UNI	31,000	119,427000	98,700000	3.702,24	3.059,70	21
30035386	Elèctrode per a desfibril·lació, cardioversió sincronitzada i ECG pre-connectat, adult, adhesiu, longitud cable conductor 105cm ±5cm, un sol ús, compatible a/monitors desfibril·ladors tipus Corpuls 1 o equiv	UNI	85,000	51,425000	42,500000	4.371,13	3.612,50	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30035387	Elèctrode per a desfibril·lació, cardioversió sincronitzada i ECG pre-connectat, pediàtric, adhesiu, longitud cable conductor 105cm ±5cm, un sol ús, compatible a/monitors desfibril·ladors tipus Corpuls 1 o equiv	UNI	16,000	56,628000	46,800000	906,05	748,80	21
30037839	Elèctrode p/desfibr,monitoritzaci ó i cardioversió sincronitz i marcapàs,pre- connect,adult >25kg,adhesiu,superfí àrea conduct 120cm² ±10cm² a/gel conduct hipoal incorp,longit cable conduct 120cm ±10cm,n/làtex,lús,comp a/desfib semi-auto tipus CU-SP1 o eq	UNI	23,000	83,974000	69,400000	1.931,40	1.596,20	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30039868	Elèctrode per a desfibril·lació de adults i pediàtric, adhesiu, amb gel conductor hipoal·lèrgic incorporat, longitud cable conductor 120cm +/-10cm, compatible amb desfibril·ladors semiautomàtic A15 o equivalents	UNI	29,000	159,962000	132,200000	4.638,90	3.833,80	21
30040650	Equip d'elèctrode desfibril·lació,pre-connectat,adult i nens >25kg,adhesiu,escuma/foam grau mèdic,àrea conduct.174cm²,cable, guants,tisores, connector seguretat, lliure làtex, lús,compa/desfibril extern autom (DEA)tipus Primedic/Heartsave AS o equiv	UNI	20,000	89,298000	73,800000	1.785,96	1.476,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30043430	Elèctrode per a desfibril·lació, adult superior a 25Kgr, superfície àrea activa conductiva 95cm²±2cm², amb gel conductor baixa impedància, longitud del cable 120cm+/-5cm compatible amb desfibril·lador CU-NF1200 o equivalent.	UNI	4,000	36,300000	30,000000	145,20	120,00	21
30043431	Elèctrode per a desfibril·lació, pediàtric inferior a 25Kgr, superfícieàrea activa conductiva 40cm²±2cm², amb gel conductor baixa impedància, longitud del cable 120cm+/-5cm compatible amb desfibril·lador CU-NF1200 o equivalent.	UNI	4,000	70,180000	58,000000	280,72	232,00	21

Total partida amb iva:	335.802,73
Total partida sense iva:	277.522,92
Total lot amb iva:	335.802,73
Total lot sense iva:	277.522,92

Pressupostos per Lots

Cabecera: CS/CC00/1100725270/19/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ELECTRÒDES ECG I DESFIBRIL·LACIÓ

Lot: 005 Elèctrode fetal

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30002450	Elèctrode per a monitoratge cardíac fetal en espiral amb mecanisme de bloqueig i guia, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compatible amb coixinets/elèctrodes de fixació adhesius codi sap 30023931 i monitors GE Corometrix, Agilent Philips o equivalent	UNI	567,000	2,783000	2,300000	1.577,96	1.304,10	21
30002728	Catèter monitorització pressió contraccions intrauterines PIU,amnioinfusió i/o mostreig amniòtic,transp,a/punta transductor,clau 3v i xeringa, n/làtex,DEHP,estèril,lú s,comp a/cable reuti p/monitors Philips Medical,GE Medical Corometrics,Spacelabs o equiv	UNI	60,000	27,346000	22,600000	1.640,76	1.356,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30017335	Elèctrode per a monitoratge cardíac fetal amb doble espiral, mecanisme de bloqueig i guia, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compatible amb coixinets/elèctrodes de fixació adhesius codi sap 30023931 i monitors GE Corometrix, Agilent Philips o equival	UNI	50,000	6,050000	5,000000	302,50	250,00	21
30023931	Elèctrode adhesiu per a fixació elèctrodes monitoratge cardíac fetal en espiral codis sap 30002450/30017335,per a ús a cuixa materna,mides: 3cm x 5cm ±2cm,lliure de làtex,lús.Comp a/CTG sist monitoritz fetal GE Corometrix,Agilent Philips o equivalent	UNI	2,000	0,847000	0,700000	1,69	1,40	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30031125	Elèctrode adhesiu per a fixació elèctrodes monitoratge cardíac fetal en espiral codis sap 30002450/30017335,p/ús a cuixa materna,pern conductiu niquelat,mides: 4cmx7cm ±2cm,no làtex,lús.Comp a/CTG sist monitoritz fetal GE Corometrix,Agilent Philips o eq	UNI	500,000	1,452000	1,200000	726,00	600,00	21
30032196	Catèter monitorització pressió contraccions intrauterines PIU a/sensor a la punta,transp,Ø5mmx2cm ±2mm,2llums,a/tecnologi a de Monitorització Avançada de l'Atmòsfera (AIM),estèril,lús,comp a/cable connector reutilitz i monitor Fetal Philips 8040A o equiv	UNI	510,000	24,881230	20,563000	12.689,43	10.487,13	21

Total partida amb iva: 16.938,34
Total partida sense iva: 13.998,63

Pressupostos per Lots

Total lot amb iva:	16.938,34
Total lot sense iva:	13.998,63

Pressupostos per Lots

Cabecera: CS/CC00/1100725270/19/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ELECTRÒDES ECG I DESFIBRIL·LACIÓ

Lot: 006 Adaptadors i Altres accessoris elèctrode

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30004155	Adaptadors de terminal clip amb connector femella 4mm ("banana") per a elèctrodes ECG, codificació colors.	UNI	360,000	1,500400	1,240000	540,14	446,40	21
30005279	Conjunt d'elèctrodes per a monitoratge de paràmetres hemodinàmics compost per: 4 elèctrodes ECG,3 elèctrodes per a cardiograma d'impedància i 1 elèctrode de terra,no estèril,un sol ús,compatible amb monitor Trask Force 3040I/3030I o equivalent	UNI	112,000	19,723000	16,300000	2.208,98	1.825,60	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30009057	Adaptador per a cable PK-55 o PK-67 amb conexió bipolar IS-1 a sondes de marcapàs/desfibril·lado r bipolars en conexió amb mesurador de llindars ERA 300/ERA3000 o equivalent	UNI	2,000	180,895000	149,500000	361,79	299,00	21
30025079	Adaptador multifuncional/universa l transparent per a elèctrodes ECG de gafet o tipus TAB (llengüeta) amb connexió femella 3-4mm, tancament seguretat	UNI	301,000	3,146000	2,600000	946,95	782,60	21

Total partida amb iva:	4.057,86
Total partida sense iva:	3.353,60
Total lot amb iva:	4.057,86
Total lot sense iva:	3.353,60

Pressupostos per Lots

Cabecera: CS/CC00/1100725270/19/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ELECTRÒDES ECG I DESFIBRIL·LACIÓ

Lot: 007 Elèctrode precordial amb vento per a ECG

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30002453	Elèctrode precordial ECG de plata/clorur de plata (Ag/AgCl) amb "pera"/ventosa de goma, diàmetre 24mm ±2mm, connector universal.	UNI	128,000	3,267000	2,700000	418,18	345,60	21
30005294	Pera/ventosa de goma recanvi, diàmetre 30mm ±2mm, per a elèctrodes ECG precordial plata/clorur de plata (Ag/AgCl) connector universal.	UNI	15,000	1,972300	1,630000	29,58	24,45	21

Total partida amb iva:	447,76
Total partida sense iva:	370,05
Total lot amb iva:	447,76
Total lot sense iva:	370,05

Pressupostos per Lots**Cabecera:** CS/CC00/1100725270/19/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ELECTRÒDES ECG I DESFIBRIL·LACIÓ**Lot:** 008 Pinça elèctrode per a registre ECG**Partida:** 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30002454	Pinces de plàstic per a ECG identificades per colors: negre, verd, vermell i groc, amplada 3cm i llargària 14cm, ±2cm, joc de 4 unitats	JOC	122,000	16,093000	13,300000	1.963,35	1.622,60	21

Total partida amb iva:	1.963,35
Total partida sense iva:	1.622,60
Total lot amb iva:	1.963,35
Total lot sense iva:	1.622,60

Pressupostos per Lots

Cabecera: CS/CC00/1100725270/19/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ELECTRÒDES ECG I DESFIBRIL·LACIÓ

Lot: 009 Armilla/Peto de teixit elàstic transpira

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30041997	Armilla/Peto de teixit elàstic i transpirable a/5 elèctrodes p/monitorització i diagnòstic ECG,captació 3canals,contorn pit:55 a 65cm +/-5cm,mida I,no estèril,per a un sol pacient,temps recomenat d'us 15 dies,compatible a/monitor Minder/Nuubo Suite o equ	UNI	1,000	181,984000	150,400000	181,98	150,40	21
30041998	Armilla/Peto de teixit elàstic i transpirable a/5 elèctrodes p/monitorització i diagnòstic ECG,captació 3canals,contorn pit:65 a 85cm +/-5cm,midaII,no estèril,per a un sol pacient,temps recomenat d'us 15 dies,compatible a/monitor Minder/Nuubo Suite o equ	UNI	12,000	181,984000	150,400000	2.183,81	1.804,80	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30041999	Armilla/Peto de teixit elàstic i transpirable a/5 elèctrodes p/monitorització i diagnòstic ECG,captació 3canals,contorn pit:85 a 115cm +/-5cm,midaIII,no estèril,per a un sol pacient,temps recomenat d'us 15 dies,compatib a/monitor Minder/Nuubo Suite o eq	UNI	13,000	181,984000	150,400000	2.365,79	1.955,20	21
30042000	Armilla/Peto de teixit elàstic i transpirable a/5 elèctrodes p/monitorització i diagnòstic ECG,captació 3canals,contorn pit:115 a 140cm +/-5cm,midaIV,no estèril,per a un sol pacient,temps recomenat d'us 15 dies,compatib a/monitor Minder/Nuubo Suite o eq	UNI	2,000	181,984000	150,400000	363,97	300,80	21

Total partida amb iva:	5.095,55
Total partida sense iva:	4.211,20
Total lot amb iva:	5.095,55
Total lot sense iva:	4.211,20

Pressupostos per Lots

Total expedient amb iva:	1.135.408,79
Total expedient sense iva:	938.354,37

ANNEX B1

Fitxa tècnica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica individual del producte, pàgina 1 i 2

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 10.1.1, en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques.

Per a les fitxes tècniques elaborades mitjançant l'aplicació del sistema estandarditzat de Fitxa Tècnica Electrònica de la base de dades AECOCDATA, GDSN (Global Data Synchronisation Network), aquests camps es completen automàticament.

Per a les fitxes que s'elaborin manualment o per altres sistemes, cal tenir en compte aquestes indicacions per completar la informació que es requereix en cada camp

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE	
Àrea DADES DE LA LICITACIÓ	
<p>Aquesta àrea conté:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l'ANNEX D. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES <p>Per a les fitxes tècniques que es confeccionen a través de l'aplicació d'AECOCDATA, les dades d'aquest apartat es completen automàticament i NO ES PODEN MANIPULAR ja que són les especificacions dels materials que regeixen en la licitació. (Annex D)</p> <p>Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, AQUEST APARTAT NO ESTARÀ INFORMAT. Caldrà que es completi informant LES DADES DEL MATERIAL que sol·licita l'ICS (Annex D)</p>	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi
Lot	Informa el lot del material
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
Àrea DADES DEL LICITADOR	
<p>Per a les fitxes tècniques que es confeccionen a través de l'aplicació d'AECOCDATA, les dades d'aquest apartat es completen automàticament de la base de dades que l'empresa ha facilitat per a l'aplicació, i corresponen a la descripció del seu producte i de les seves dades tècniques.</p> <p>Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, AQUEST APARTAT NO ESTÀ INFORMAT. Caldrà que es completi informant LES DADES DEL MATERIAL PROPOSAT pel material que sol·licita l'ICS (Annex D)</p> <p>Les dades d'aquest apartat, poden ser similars a les descrites a l'Annex D, ja que haurien de ser afins a les sol·licitades per ICS a l'Annex D, però no necessàriament idèntiques</p>	

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)	
Àrea <i>DADES DEL LICITADOR</i> (continuació)	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. EN cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: PUR, recobrint hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides igual que la composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducció 6F // Introducció 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris
Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual...
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes les característiques del producte
Imatge de la referència	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE , <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge.</u> Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcat CE = NO Quan el material NO té Marcat CE , DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP <u>El què s'informa en aquest, es mostra en el document Annex B2 Llista Resum, i es completarà automàticament SI/NO, segons hi hagi informació o no en aquest camp.</u> Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE <i>(continuació)</i>	
Dades d'acreditacions <i>(continuació)</i>	
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada

ANNEX B2

Llista resum de fitxes tècniques de productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
<p>En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació</p> <p>Per a les fitxes tècniques confeccionades a través de l'aplicació d'AECOCDATA, les dades d'aquest apartat es completen automàticament.</p> <p>Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació</p>	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
<p>En aquesta àrea s'indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NIF i nom de l'empresa 	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
<p>En aquesta àrea s'indica el <i>Resum</i> de les fitxes presentades a la licitació</p> <p>Per a les fitxes que s'han creat a través de l'aplicació d'AECOCDATA, alguns dels camps de la llista-resum es completa automàticament</p> <p>Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació</p>	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

Dades de la licitació

Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP
CS/CC00/1100725270/2019/AMUP	ELECTRÒDES ECG I DESFIBRIL·LACIÓ	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador
		LOT
		Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF		Nom		Fabricant		(SI / NO)	Distribuïdor		(SI / NO)
-----	--	-----	--	-----------	--	-----------	--------------	--	-----------

Dades del producte específic	Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització *
Referència distribuïdor	Material de fabricació *	
Referència fabricant	Mides del material ofertat *	

Descripció breu del producte

* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material

Descripció ampliada del producte	Imatge de la referència

Dades d'acreditacions	Logo de l'empresa
Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC	
Marcat CE/Tipus de classe	
(SI/NO)	
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	
Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material	
Altres acreditacions i/o auto certificació	

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP
CS/CC00/1100725270/2019/AMUP	ELECTRODES ECG I DESFIBRIL.LACIÓ	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador
		LOT
		Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF		Nom		Fabricant		Fabricant		(SI / NO)	Distribuïdor		(SI / NO)
-----	--	-----	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--------------	--	-----------

Dades del producte específic	Especificacions tècniques de la referència ofertada
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *
Referència distribuïdor	Material de fabricació *
Referència fabricant	Mides del material ofertat *

Descripció ampliada del producte

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient	
----------------	--

Descripció expedient	
-----------------------------	--

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom	

[illegible]

ANNEX B3

Criteris addicionals puntuables

1. Criteris addicionals puntuables

Aquest document és una fitxa que te que omplir el proveïdor, per els lots que es detallen i que són criteris addicionals puntuables

Identificació de l'empresa:

- ✓ Nom de l'empresa
- ✓ CIF/NIF: número d'identificació fiscal

Lot : Ja està indicat el lot de l'article licitat

Codi de producte ICS : Ja està indicat el codi SAP al qual liciteu

Descripció material: Ja està indicat la descripció del codi sap = material.

DADES GENERALS ESPECÍFIQUES DE CADA PRODUCTE

Referència del producte : codi amb el qual el distribuïdor/licitador identifica el producte.

Marca: marca de l'article.

CARACTERÍSTIQUES ADDICIONALS A ESPEFICAR.

Lot 1

Si la presentació dels elèctrodes es en blisters de 10 = Omplir amb un SI o NO.

Lot 2

Si la presentació dels elèctrodes es en blisters de 3 = Omplir amb un SI o NO.

ANNEX B3_Requisits tècnics per lot_CS/CC00/1100725270/19/AMUP ELECTRODES ECG I DESFRIBIL·LACIÓ

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Lot 1 – Elèctrodes monitorització ECG adult

LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	MARCA COMERCIAL	Si la presentació dels elèctrodes es en blisters de 10 (Omplir amb un SI/NO)
001	30001455	Elèctrode per a monitoratge i diagnòstic ECG,adult,curt termini,ovalat,Ø36mm ±2mm amb gafet central metàl·lic sensor d'Ag/AgCl de subjecció universal,foam prim amb hidrogel sòlid hipoal·lèrgic adhesiu i conductor incorporat,lliure làtex,un ús			
001	30003221	Elèctrode per a diagnòstic ECG,adult i pediàtric,rectangular,23mmx25mm ±2mm,llengüeta de subjecció per a pinça cocodrill,sensor d'Ag/AgCl,suport de vinil amb hidrogel sòlid hipoal·lèrgic adhesiu i conductor incorporat,lliure làtex,un sol ús			
001	30003231	Elèctrode per a monitoratge i diagnòstic ECG repòs,adult,curt termini,ovalat,49mmx33mm ±2mm,connector femella descentrat tipus banana Ø4mm,sensor d'Ag/AgCl,foam amb hidrogel conductor líquit hipoal·lèrgic incorporat i adhesiu,sense cable integrat,un sol ús			
001	30003235	Elèctrode per a monitoratge i diagnòstic ECG,adult,curt termini,rodó,Ø50mm ±2mm,a/gafet central metàl·lic sensor Ag/AgCl de subjecció univ,foam vinil adhesiu i hidrogel conductor sòlid hipoal·lèrgic incorporat,lliure de làtex,un sol ús			
001	30004165	Elèctrode per a monitoratge i diagnòstic ECG,adult,curt termini,rectang a/cantons rodons,48mmx34mm ±2mm amb gafet central metàl·lic sensor d'Ag/AgCl de subjecció universal,foam a/hidrogel sòlid hipoal·lèrgic adhesiu i conductor incorporat,un ús			
001	30004463	Elèctrode per a monitoratge ECG,adult,permanència perllongada,rodó,Ø60mm ±2mm amb gafet central metàl·lic sensor Ag/AgCl de subjecció universal,suport microporós (paper) amb hidrogel sòlid hipoal·lèrgic adhesiu i conductor incorporat,un sol ús			
001	30004465	Elèctrode per a monitoratge i diagnòstic ECG,adult,permanència perllongada,rodó,Ø68mm ±2mm,a/gafet descentrat metàl·lic sensor Ag/AgCl de subjecció univ,suport paper microporós a/doble anell adhesiu i hidrogel conduct líquid hipoal·lèrgic incorporat,1ús			
001	30004466	Elèctrode per a monitoratge i diagnostic ECG i neurolog,adult/ped,curt termini,rodó a/llengüeta,Ø30mmx24mm ±2mm a/gafet central metàl·lic d' Ag/AgCl de subjecció univ,foam a/hidrogel sòlid ràpid adhesiu i conductor incorporat,lliure làtex,1ús			
001	30004467	Elèctrode per a monitoratge i diagnòstic ECG (probes d'esforç),adult,curt termini,rodó,Ø38mm ±2mm,amb gafet descentrat metàl·lic sensor Ag/AgCl de subjecció univ,foam poliuretà amb hidrogel líquit hipoal·lèrgic adhesiu i conductor incorporat,un sol ús			
001	30026330	Elèctrode per a monitoratge ECG, adult, curt termini, rodó, Ø44mm ±2mm, amb gafet central metàl·lic sensor Ag/AgCl de subjecció universal, suport transparent amb hidrogel líquid hipoal·lèrgic adhesiu i conductor incorporat, lliure de làtex,un sol ús			
001	30031964	Elèctrode per a monitoratge ECG repòs,proves estrès i holter adult,curt termini,ovalat,Ø43mm x 45mm ±2mm amb gafet central metàl·lic sensor d'Ag/AgCl de subjecció universal,foam impermeable a/hidrogel sòlid adhesiu i conductor incorporat,n/est,n/làtex,1ús			

ANNEX B3_Requisits tècnics per lot_CS/CC00/1100725270/19/AMUP ELECTRODES ECG I DESFRIBIL·LACIÓ

Nom NIF	Identificació de l'empresa:

Lot 1 – Elèctrodes monitorització ECG adult

LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	MARCA COMERCIAL	Si la presentació dels elèctrodes es en blisters de 10 (Omplir amb un SI/NO)
001	30040914	Elèctrode per a monitoratge ECG radiotransparent, adult, 50x45mm ±5mm, amb gafet central sensor carboni de subjecció universal, suport polietilè amb hidrogel sòlid hipoal·lèrgic adhesiu i conductor, lliure de làtex, un sol ús.			
001	30041683	Elèctrode per a diagnòstic ECG, adult i pediàtric, rectangular, 32mmx44mm ±2mm, connexió clip, sensor d'Ag/AgCl, suport d'escuma amb gel líquid, adhesiu hipoal·lèrgic, lliure làtex, un sol ús			
001	30042724	Elèctrode per a monitoratge i diagnòstic ECG, adult, permanència perllongada, rodó, Ø68mm ±2mm, a/gafet descentrat metàl·lic sensor Ag/AgCl de subjecció univ, suport teixit microporós a/doble anell adhesiu i hidrogel conduct líquid hipoal·lèrgic incorpor, 1ús			

ANNEX B3_Requisits tècnics per lot_CS/CC00/1100725270/19/AMUP ELECTRODES ECG I DESFRIBIL.LACIÓ

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Lot 2 – Elèctrodes monitorització ECG pediàtric

LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	MARCA COMERCIAL	Si la presentació dels elèctrodes es en blisters de 3 (<u>Omplir amb un SI/NO</u>)
02	30002448	Elèctrode per a monitoratge en ECG pediàtric/neonatal,rodó,Ø22mm ±2mm,sensor Ag/AgCl,foam impermeable als fluids a/hidrogel conductor adhesiu hipoal·lèrgic incorporat,radio transp,amb cable integrat llarg 60cm ±2cm codi colors,IEC connec DIN TPØ1,5mm,1ús			
02	30002449	Elèctrode per a monitoratge en ECG pediàtric/neonat/prematur,ovalat,perm perllong,Ø22mmx30mm ±2mm,sensor Ag/AgCl,suport teixit s/teixir a/hidrogel sòlid conductor suau adhes hipoal,a/cable integ 50cm ±2cm codi color,con mascle TPØ1,5mm,n/làtex,1ús			
02	30004468	Elèctrode per a monitoratge en ECG pediàtric/neonat,ovalat,permanència mitja,Ø22x44,8mm/Ø22x30mm ±2mm,amb gafet descentrat metàl·lic sensor Ag/AgCl de subjecció universal,foam a/hidrogel líquit conductor adhesiu hipoal·lèrgic incorporat,lliure làtex,un ús			
02	30004469	Elèctrode per a monitoratge en ECG pediàtric curt termini i proves diagn,ovalat,sensor Ag/AgCl,petit Ø42x24mm ±2mm,a/gafet centrat metàl sensor Ag/AgCl subjecció univ,foam a/hidrogel sòlid conduct adh hipoal·lèr incorp,resistent aigua,n/làtex,1ús			
02	30006486	Elèctrode per a monitoratge en ECG pediàtric/neonat,ovalat,permanència mitja,Ø22x44,8mm/Ø22x30mm ±2mm,connector femella descentrat tipus banana Ø4mm,sensor Ag/AgCl,foam amb hidrogel líquit conductor adhesiu hipoal·lèrgic incorporat,n/làtex,1ús			
02	30009189	Elèctrode per a monitoratge en ECG pediàtric curt termini i proves diagnòstic,rodó,sensor Ag/AgCl,petit Ø30mm ±2mm,a/gafet centrat metàl·lic sensor Ag/AgCl subjecció universal,foam a/hidrogel sòlid conduct adhesiu hipoal·lèrgic incorp,n/làtex,1ús			

ANNEX C

Guia per emplenar l'oferta econòmica

Els models per a l'oferta econòmica es troben en suport informàtic a la *Plataforma electrònica de Contractació Pública*

D'acord amb el que s'ha indicat en aquest Plec a l'apartat 1. *Licitació electrònica*, les ofertes s'hauran de presentar mitjançant l'aplicació de "Sobre Digital" accessible a l'espai virtual d'aquesta licitació, a l'adreça web <https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ics> des d'on es descarrega el model d'oferta econòmica

L'oferta econòmica s'ha de presentar obligatòriament en aquest format:

Num. Exp.:		CS/CC00/1100698044/18/AMUP							
Descripció:									
Empresa:									
NIF:									
Data									
Segell Empresa:									
Signatura:									
T. Oferta (B: Base, V: Variant):		B							
Número oferta Variant:									
Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida sense IVA	Per
1	0		10	30000208	Gasa de cotó hidròfil 100% rectilínia de 13 fils per cm2, mida 20 x 20 cm, tallada sense plegar. Sense control radiològic. No estèril. Al detall.	11752942	UNI	0,005700	1
1	0		20	30000209	Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 17 fils/cm2, mida 45x45 cm, plegada 11x22cm, 2 teles cosides, sense control radiològic. No estèril. Al detall.	377648	UNI	0,090000	1
2	0		30	30001384	Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 13 fils/cm2, mida 20x20 cm, plegada 10x10cm, 4 capes, sense control radiològic, sobre 5 unitats. Estèril	196798	UNI	0,051900	1
3	0		40	30001401	Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 13 fils/cm2, mida 20x40 cm, plegada 10x10cm, 8 capes, sobre 10 unitats. Estèril	20859	UNI	0,142000	1
					Gasa per a cures de cotó hidròfil				

Oferta Codi Agrupador Hoja2 Hoja3

Per tal evitar errors en la càrrega de l'oferta al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** 'intro' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat

A l'oferta hi ha camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1. Dades NO modificables de l'oferta

Número de lot	Indica el lot de l'article
Número de partida	Indica la partida si la licitació està dissenyat per partides
Descripció de la partida	Indica el nom de la partida per a les licitacions amb partides
Posició	És el número d'ordre de l'article en la licitació
Material	Codi de l'article
Descripció del material	Descripció de l'article
Quantitat	Quantitat estimada de consum
UM	Unitat de mesura bàsica de l'article
Preu unitari de sortida sense IVA	Preu unitari de licitació per cada article sense IVA
PER	Camp de gestió interna
Preu unitari oferta amb IVA	És el preu unitari ofertat amb IVA S'aplica el tipus d'IVA predeterminat per l'ICS, indicat en
Import total amb IVA	És el càlcul de la quantitat estimada pel preu unitari d'oferta amb IVA
Tipo IVA	Indica el tipus d'IVA, predeterminat per l'ICS, que s'aplicarà a cada article
Import total sense IVA	És el càlcul de la quantitat estimada pel preu unitari d'oferta amb IVA

2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador

Capçalera	Empresa	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants
Referència	Informar la referència del producte. A l'oferta tècnica ja s'informarà la referència del fabricant Una mateixa referència no es podrà presentar en dos articles diferents. Si es presenta una referència repetida, l'òrgan de contractació es reserva el dret de fer-ne l'avaluació que s'estimi convenient.		Obligatori
Marca	Indicar la marca del producte ofert.		Recomanat
Model	Indicar el model del producte ofert.		Recomanat
Forma de presentació	Indicar la forma de presentació mínima. Per exemple: unitat, caixa de 100 unitats, rotlle, caixa de 10 rotlles, bossa de 1000 unitats, etc.		Obligatori
Import mínim de comanda amb IVA	S'ha d'indicar l'import mínim de comanda, és a dir, l'import mínim a partir del qual el proveïdor serveix una comanda. En cas que no s'indiqui cap dada, s'entendrà que no s'està subjecte a cap import mínim de venda per la qual cosa es podran fer comandes per un import inferior En cas que es doni aquesta condició, s'ha d'informar import mínim a totes les ofertes presentades perquè informàticament es tingui en compte. Per exemple: pot ser que es faci una comanda de 100€ quan l'import mínim hauria de ser de 300 €. Si no s'ha especificat en l'oferta aquesta condició d'import de comanda mínima de 300 €, es faran comandes sense tenir-ho en compte		Obligatori
Codi GTIN/EAN	És el camp GTIN/ EAN del producte Si s'informa un GTIN/EAN-128, indicar quin identificador d'aplicació és: (01) o (02).		Obligatori
Preu unitat mínima de venda amb IVA	És el preu de la forma de presentació del producte. Per exemple: Si el preu licitat és de la unitat, i aquest producte va en caixes de 100 unitats, informar del preu de la caixa		Obligatori
Caducitat	Informar de la caducitat del producte		NO obligatori
Article gratuït	Aquest camp estarà marcat per defecte quan el preu unitari de sortida sense IVA sigui 0. En cas que el preu de sortida NO SIGUI 0 i es vulgui ofertar a preu 0, marcar una X en aquesta columna i informar OBLIGATORIAMENT els camps Referència i preu unitari sense IVA 0 . <u>Sense aquestes dades, L'OFERTA A PREU 0 NO SERÀ RECONEGUDA PEL SISTEMA</u>		Obligatori per a preus gratuïts
Preu unitari oferta sense IVA	Indicar el preu ofertat sense IVA per a l'article en la unitat de mesura, UM, indicada a la columna H: UM El preu pot tenir fins a 6 decimals, màxim En cas que existeixin divergències entre IVA de licitació i IVA presentat, caldrà fer-ho constar en un document annex a l'oferta econòmica		Obligatori

ANNEX D

Descripció tècnica dels materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30001444

Descripció llarga:

Elèctrode per a monitoratge en ECG,neonatal,curt termini i proves diagnòstic,rodó,sensor Ag/AgCl,petit Ø30mm ±2mm,a/gafet centrat me tål·lic sensor Ag/AgCl subjecció universal,foam a/hidrogel sòlid conduct adhesiu hipoal·lèrgic incorp,n/làtex,lús

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30001455

Descripció llarga:

Elèctrode per a monitoratge i diagnòstic ECG,adult,curt termini,ovalat ,Ø36mm ±2mm amb gafet central metàl·lic sensor d'Ag/AgCl de su bjecció universal,foam prim amb hidrogel sòlid hipoal·lèrgic adhesiu i conductor incorporat,lliure làtex,un ús

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30002448

Descripció llarga:

Elèctrode per a monitoratge en ECG pediàtric/neonatal,rodó,Ø22mm ±2mm ,sensor Ag/AgCl,foam impermeable als fluids a/hidrogel conducto r adhesiu hipoal·lèrgic incorporat,radiotransp,amb cable integrat llarg 60cm ±2cm codi colors,IEC connec DIN TPØ1,5mm,lús

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30002449

Descripció llarga:

Elèctrode per a monitoratge en ECG pediàt/neonat/prematur,ovalat,perm perllong,Ø22mmx30mm ±2mm,sensor Ag/AgCl,suport teixit s/teixir a/hidrogel sòlid conductor suau adhes hipoal,a/cable integ 50cm ±2cm codi color,con mascle TPØ1,5mm,n/làtex,lús

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30002450

Descripció llarga:

Elèctrode per a monitoratge cardíac fetal en espiral amb mecanisme de bloqueig i guia, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compatib le amb coixinets/elèctrodes de fixació adhesius codi sap 30023931 i monitors GE Corometrix, Agilent Philips o equivalent

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30002451

Descripció llarga:

Elèctrode per a desfibril·lació,adult/#25kg a/anell suport de foam impermeable adhesiu,superfí conduct 140cm² ±2 de film d'estany a/ gel conductor hipoal·lèrgic incorpor,mida elèctr 165x133mm ±2mm,fins a 15 descàrreg consec a 360J,biocomp,n/làtex,DEHP,lús

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30002453

Descripció llarga:

Elèctrode precordial ECG de plata/clorur de plata (Ag/AgCl) amb "pera"/ventosa de goma, diàmetre 24mm ±2mm, connector universal.

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30002454

Descripció llarga:

Pinces de plàstic per a ECG identificades per colors: negre, verd, vermell i groc, amplada 3cm i llargària 14cm, ±2cm, joc de 4 unit ats

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30002457

Descripció llarga:

Elèctrode per a desfibril·lació, cardioversió i ECG, ped>10Kgr, adhesiu, foam a/gel conductor hipoal·lèrgic, superfície 10cmx15cm ±2cm, cable a/connecto extern 150cm ±5cm 1 ús, comp a/desfibril·lador marcapassos incorp tipus Philips HerathStart XL i MRx o eq

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30002728

Descripció llarga:

Catèter monitorització pressió contraccions intrauterines PIU, amniòinfusió i/o mostreig amniòtic, transp, a/punta transductor, clau 3v i xeringa, n/làtex, DEHP, estèril, lús, comp a/cable reuti p/monitors Philips Medical, GE Medical Corometrics, Spacelabs o equiv

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30003221

Descripció llarga:

Elèctrode per a diagnòstic ECG, adult i pediàtric, rectangular, 23mmx25mm ±2mm, llengüeta de subjecció per a pinça cocodrill, sensor d'Ag/AgCl, suport de vinil amb hidrogel sòlid hipoal·lèrgic adhesiu i conductor incorporat, lliure làtex, un sol ús

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30003231

Descripció llarga:

Elèctrode per a monitoratge i diagnòstic ECG repòs, adult, curt termini, ovalat, 49mmx33mm ±2mm, connector femella descentrat tipus banan a Ø4mm, sensor d'Ag/AgCl, foam amb hidrogel conductor líquit hipoal·lèrgic incorporat i adhesiu, sense cable integrat, un sol ús

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30003235

Descripció llarga:

Elèctrode per a monitoratge i diagnòstic ECG, adult, curt termini, rodó, Ø50mm ±2mm, a/gafet central metàl·lic sensor Ag/AgCl de subjecció univ, foam vinil adhesiu i hidrogel conductor sòlid hipoal·lèrgic incorporat, lliure de làtex, un sol ús

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30004155

Descripció llarga:

Adaptadors de terminal clip amb connector femella 4mm ("banana") per a elèctrodes ECG, codificació colors.

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30004161

Descripció llarga:

Elèctrode per a desfibril·lació i ECG pre-connectat, adult, adhesiu, superfície àrea conductiva 110cm² ±10cm², longitud cable conductor 106cm ±6cm, un sol ús, compatible a/cables Quik-Combo p/monitors desfibril·la tipus Lifepak 20 Monitor/Series o equiv

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30004162

Descripció llarga:

Elèctrode per a desfibril·lació i ECG pre-connectat, adult, adhesiu, superfície àrea conductiva 82cm² ±2cm², longitud cable conductor 60cm ±5cm, un sol ús, compatible a/cables Quik-Combo p/a monitors desfibril·lad tipus Lifepak 20 Monitor/Series o equiv

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30004165

Descripció llarga:

Elèctrode per a monitoratge i diagnòstic ECG,adult,curt termini,rectang a/cantons rodons,48mmx34mm ±2mm amb gafet central metàl·lic sensor d'Ag/AgCl de subjecció universal,foam a/hidrogel sòlid hipoal·lèr adhesiu i conductor incorporat,un ús

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30004463

Descripció llarga:

Elèctrode per a monitoratge ECG,adult,permanència perllongada,rodó,Ø60mm ±2mm amb gafet central metàl·lic sensor Ag/AgCl de subjecció universal, suport microporós (paper) amb hidrogel sòlid hipoal·lèrgic adhesiu i conductor incorporat,un sol ús

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30004465

Descripció llarga:

Elèctrode per a monitoratge i diagnòstic ECG,adult,permanència perllongada,rodó,Ø68mm ±2mm,a/gafet descentrat metàl·lic sensor Ag/Ag Cl de subjecció univ,suport paper microporós a/doble anell adhesiu i hidrogel conduct líquid hipoal·lèrgic incorporat,lús

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30004466

Descripció llarga:

Elèctrode per a monitoratge i diagnostic ECG i neurolog,adult/ped,curt termini,rodó a/llengüeta,Ø30mmx24mm ±2mm a/gafet central metàl·lic d'Ag/AgCl de subjecció univ,foam a/hidrogel sòlid ràpid adhesiu i conductor incorporat,lliure làtex,lús

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30004467

Descripció llarga:

Elèctrode per a monitoratge i diagnòstic ECG (probes d'esforç),adult,curt termini,rodó,Ø38mm ±2mm,amb gafet descentral metàl·lic sensor Ag/AgCl de subjecció univ,foam poliuretà amb hidrogel líquit hipoal·lèrgic adhesiu i conductor incorporat,un sol ús

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30004468

Descripció llarga:

Elèctrode per a monitoratge en ECG pediàt/neonat,ovalat,permanència mitja,Ø22x44,8mm/Ø22x30mm ±2mm,amb gafet descentrat metàl·lic sensor Ag/AgCl de subjecció universal,foam a/hidrogel líquit conductor adhesiu hipoal·lèrgic incorporat,lliure làtex,un ús

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30004469

Descripció llarga:

Elèctrode per a monitoratge en ECG pediàt curt termini i proves diagn,ovalat,sensor Ag/AgCl,petit Ø42x24mm ±2mm,a/gafet centrat metàl·lic sensor Ag/AgCl subjecció univ,foam a/hidrogel sòlid conduct adh hipoal·lèr incorp,resistent aigua,n/làtex,lús

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30004471

Descripció llarga:

Elèctrode per a monitoratge en ECG pediàt/neonat,ovalat,permanència mitja,Ø22x30mm ±2mm,amb cable integrat llargària 10cm ±2cm connector femella Ø4mm,sensor Ag/AgCl,foam a/hidrogel líquit conductor adhesiu hipoal·lèrgic incorporat,n/làtex,lús

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30004620

Descripció llarga:

Elèctrode per a desfibril·lació i ECG, adult, adhesiu, superfície àrea conductiva 80cm² ±2cm², un sol ús, compatible amb adaptador d e cable Fast-Patch i cables Quik-Combo per a monitors desfibril·ladors tipus Lifepack 20 Monitor/Series o equivalent

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30005279

Descripció llarga:

Conjunt d'elèctrodes per a monitoratge de paràmetres hemodinàmics compost per: 4 elèctrodes ECG,3 elèctrodes per a cardiograma d'imp edància i 1 elèctrode de terra,no estèril,un sol ús,compatible amb monitor Trask Force 3040I/3030I o equivalent

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30005294

Descripció llarga:

Pera/ventosa de goma recanvi, diàmetre 30mm ±2mm, per a elèctrodes ECG precordial plata/clorur de plata (Ag/AgCl) connector universa l.

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 30005309

Descripció llarga:

Elèctrode per a monitoratge en ECG neonatal,rodó,permanència mitja,Ø22mm ±2mm,amb cable integrat llargària 35cm ±2cm connector femel la Ø4mm,sensor Ag/AgCl,foam amb hidrogel sòlid conductor adhesiu hipoal·lèrgic incorporat,lliure làtex,un sol ús

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 30006486

Descripció llarga:

Elèctrode per a monitoratge en ECG pediàt/neonat,ovalat,permanència mitja ,Ø22x44,8mm/Ø22x30mm ±2mm,connector femella descentrat tipu s banana Ø4mm,sensor Ag/AgCl,foam amb hidrogel líquit conductor adhesiu hipoal·lèrgic incorporat,n/làtex,lús

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 30007042

Descripció llarga:

Elèctrode per a monitoratge en ECG nadons i prematurs,quadrat,mig termini ,Ø22x22mm ±2mm,sensor Ag/AgCl,teixit a/hidrogel sòlid condu ctor adhes hipoal·lèrgic,radiolluent,a/cable integ 45cm ±2cm codi color,connector DIN estàndard,no làtex/PVC,lús

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 30008641

Descripció llarga:

Elèctrode per a desfibril·lació, >25kg,adhesiu,escuma/foam grau mèdic ,superfície àrea conductiva 90cm²-100cm²,cable 110cm-120cm,conn ector 3pins,lliure làtex,lús,comp a/desfibril (DEA) tipus Primedic/Heartsave anterior any 2016 o equivalent

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 30008642

Descripció llarga:

Elèctrode per a desfibril·lació,cardioversió i ECG,pre-con,adult i nens >8 anys i/o >25kg,adhesiu,superfície àrea conductiva 95cm² ± 2cm² a/gel conductor hipoal·lèrgic incorp,lús,comp a/desfibril (DEA) tipus Reanibex 200 o Lifepak,Elite,Benehearth o equiv

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 30008644

Descripció llarga:

Elèctrode per a desfibril·lació, pediàtric, adhesiu, amb gel conductor hipoal·lèrgic incorporat, lliure làtex, un sol ús, compatible amb aparell desfibril·lador portàtil tipus Marquete Responder 3000 o equivalent

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 30009057

Descripció llarga:

Adaptador per a cable PK-55 o PK-67 amb connexió bipolar IS-1 a sondes de marcapàs/desfibril·lador bipolars en connexió amb mesurador de llindars ERA 300/ERA3000 o equivalent

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 30009189

Descripció llarga:

Elèctrode per a monitoratge en ECG pediàtric curt termini i proves diagnòstic, rodó, sensor Ag/AgCl, petit Ø30mm ±2mm, a/gafet centrat metàl·lic sensor Ag/AgCl subjecció universal, foam a/hidrogel sòlid conduct adhesiu hipoal·lèrgic incorporat, làtex, lús

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 30009879

Descripció llarga:

Elèctrode per a desfibril·lació, cardioversió i ECG, pre-con, adult, (nens <8 anys i/o <25kg i nadons amb clau segur), foam adhesiu, superfície àrea conductiva 75cm² ±2cm², cable 120cm ±5cm, compatible amb desfibril·ladors Philips manuals i FR2 semiautomàtic o equivalent

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 30010689

Descripció llarga:

Elèctrode per a desfibril·lació i ECG pre-con pediàtric #15kg, adhesiu, radiotr, superfície àrea conductiva 52cm² ±2cm², 10,2cmx8,9cm ±2cm, long cable conductor 60cm ±5cm, lús, compatible amb cables Quik-Combo p/a monitors desfibril tipus Lifepak 20 Monitor/Series o equivalent

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 30013022

Descripció llarga:

Elèctrode per a desfibril·lació, adult, per a formació/entrenament amb maniquí de docència, adhesiu, compatible amb desfibril·lador HeartStart AED Trainer2 o equivalent

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 30013390

Descripció llarga:

Elèctrode per a desfibril·lació, pre-con, adult >25kg, adhesiu, superfície àrea conductiva 95cm² ±2cm² amb gel conductor hipoal·lèrgic i incorporat, longitud cable conductor 120cm ±5cm, un sol ús, compatible amb desfibril·ladors (DEA) tipus FRED Easy, DEFIGARD o equivalent

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 30015221

Descripció llarga:

Elèctrode per a marcapassos/desfibril·lador extern no invasiu, pediàtric, suport escuma adhesiu, superfície aprox Ø15cm ±2cm amb gel conductor hipoal·lèrgic incorporat, cable connexió univ, un ús, compatible monitor PHILIPS AGILENT TECHNOLOGIS HP o equivalent

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 30015282

Descripció llarga:

Elèctrode per a desfibril·lació cardiover, nens <8 anys i/o <22kg, adhesiu, radiotr, superfície àrea conduct 50cm² ±2cm²; mida 10,2x8,9cm ±2cm, lús, comp a/monit desfibr Lifepak 500 bifàsica DEA a/connect rosa, Lifepak 1000, Lifepak Express DEA, Lifepak CR Plus DEA o eq

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 30015627

Descripció llarga:

Elèctrode per a desfibril·lació, adult, adhesiu, superfície àrea mínima combinada 228cm² ±8cm², a/gel conductor hipoal·lèrgic incorporat, no polaritzat, longitud cable conductor 130cm ±5cm, lús, comp a/desfibril·l (DEA) tipus Cardioline Poweheart AED G3 o equiv

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 30015690

Descripció llarga:

Elèctrode per a desfibril·lació, pediàtric <8 anys i/o <25kg, adhesiu, d'energia reduïda, a/gel conductor hipoal·lèrgic incorporat, no polaritzat, longitud cable conductor 130cm ±5cm, lús, comp amb desfibril·lador (DEA) tipus Cardioline Poweheart AED G3 o equiv

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 30015817

Descripció llarga:

Elèctrode per a desfibril·lació, cardioversió i ECG, adult, adhesiu, no polaritzat, superfície àrea conductiva 228cm² ±2cm² a/gel conduct or hipoal·lèrgic incorp, longitud cable conductor 130cm ±5cm, lús, comp a/desfibr (DEA), Responder AED, Responder AED PRO o eq

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 30015818

Descripció llarga:

Elèctrode per a desfibril·lació, cardioversió i ECG, pediàtric, adhesiu, no polaritzat, àrea conductiva a/gel conductor hipoal·lèrgic inc orp, longitud cable conductor 130cm ±5cm, lús, comp a/desfibr (DEA), Responder AED, Responder AED PRO o eq

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 30017335

Descripció llarga:

Elèctrode per a monitoratge cardíac fetal amb doble espiral, mecanisme de bloqueig i guia, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Comp atible amb coixinets/elèctrodes de fixació adhesius codi sap 30023931 i monitors GE Corometrix, Agilent Philips o equival

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 30018564

Descripció llarga:

Elèctrode per a desfibril·lació adult, adhesiu, amb gel conductor hipoal·lèrgic incorporat, longitud cable conductor 110-130cm compa tible amb cable de connexió JC-755V i amb desfibrilador sistema bifàsic Cardiolife sèries TEC o equivalent

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 30018565

Descripció llarga:

Elèctrode per a desfibril·lació pediàtric, adhesiu, amb gel conductor hipoal·lèrgic incorporat, longitud cable conductor 110-130cm c ompatible amb cable de connexió JC-755V i amb desfibrilador sistema bifàsic Cardiolife sèries TEC o equivalent

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 30018906

Descripció llarga:

Equip de recanvi compost: joc de 2 elèctrodes per a desfibril·lació, adult, 1 bateria de liti no recarregable i instruccions per a l'ús a seva substitució, un sol ús, compatible amb desfibril·ladors Lifepak CR Plus AED i Lifepak Express AED o equivalent

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 30023931

Descripció llarga:

Elèctrode adhesiu per a fixació elèctrodes monitoratge cardíac fetal en espiral codis sap 30002450/30017335, per a ús a cuixa materna, mides: 3cm x 5cm ±2cm, lliure de làtex, ús. Comp a/CTG sist monitoritz fetal GE Corometrix, Agilent Philips o equivalent

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 30025079

Descripció llarga:

Adaptador multifuncional/universal transparent per a elèctrodes ECG de gafet o tipus TAB (llengüeta) amb connexió femella 3-4mm, tan cament seguretat

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 30026330

Descripció llarga:

Elèctrode per a monitoratge ECG, adult, curt termini, rodó, Ø44mm ±2mm, amb gafet central metàl·lic sensor Ag/AgCl de subjecció univ. rsal, suport transparent amb hidrogel líquid hipoal·lèrgic adhesiu i conductor incorporat, lliure de làtex, un sol ús

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 30026758

Descripció llarga:

Elèctrode per a desfibril·lació, adult >25kg, superfície àrea conductiva 85cm² ±2cm², adhesiu, a/gel conductor hipoal·lèrgic incorp, longitud cable conductor 120cm ±5cm, compatible amb desfibril·lador semi-automàtic DEA HeartStart FRx Philips o equivalent

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 30027672

Descripció llarga:

Elèctrode per a monitoratge en ECG prematurs, rodó a/4llengüetes fix, permanència <72h, Ø20x25mm ±2mm, sensor Ag/AgCl, foam a/hidrogel sòlid conduct adhes hipoal, radiotr, a/cable integ 60cm ±2cm codi color, con mascle TPØ1,5mm, no làtex/Ftalats/PVC, ús

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 30028572

Descripció llarga:

Elèctrode per a desfibril·lació, cardioversió, ECG, marcapassos, adult i pediàtric, adhesiu, gel conductor hipoal·lèrgic incorp, 13cmx11cm ±2cm, longitud cable conductor 2,5m ±10cm, un sol ús, compatible amb desfibril·ladors Nihon Kohden AED o equivalent

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 30028982

Descripció llarga:

Elèctrode per a desfibril·lador multifunció pediàtric <8 anys i/o <25kg, preconnectats, foam amb gel polímer, adhesius, l'rodó/1recta ngular amb diagrames anatòmics, àrea de conductivitat central, compatible amb desfibril·lador Zoll AED PLUS o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 30028996

Descripció llarga:

Elèctrode per a desfibril·lador multifunció adult >25kg, preconnectats, foam amb gel polímer, adhesius, lrodó/rectangular amb diagr ames anatómics, àrea de conductivitat central, compatible amb desfibril·lador Zoll AED PLUS, Zoll AED PRO o equivalent

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 30029636

Descripció llarga:

Elèctrode per a desfibril·lació, nens 8 anys i/o adult >25kg, superfície àrea conductiva 85cm² ±2cm², adhesiu, a/gel conductor hipoal·lèrgic incorporat, longitud cable conductor 135cm ±5cm, comp /desfibril·lador semi-automàtic DEA HeartStart HS1 Philips o equival

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 30029637

Descripció llarga:

Elèctrode per a desfibril·lació, pedià <8 anys i/o <25kg, a/funció automàtic de reducció d'energia desfibril a 50J, superf àrea conduct 8 5cm² ±2cm², adhes, a/gel hipoal incorporat, long cable 100cm ±5cm, comp a/desfibril semi-auto DEA HeartStart HS1 Philips o equival

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 30029693

Descripció llarga:

Elèctrode d'estimulació externa p/desfibril·lació, monitoratge i cardioversió per adults àrea conductora 95cm² ±2, foam adhesiu gruix 1mm ±0,5mm, mida cable 120cm ±5cm, lliure de làtex, connexió directa, comp a/ desfibril semi-automàtic portàtil CU-ER1 o equi

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 30029694

Descripció llarga:

Elèctrode d'estimulació externa p/desfibril·lació, monitoratge i cardioversió pediàtric àrea conductiva 40cm²±2, foam adhesiu gruix 1mm ±0,5mm, mida cable 120cm ±5cm, lliure de làtex, connexió directa, comp a/ desfibril semi-automàtic portàtil CU-ER1 o equi

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 30030452

Descripció llarga:

Elèctrode per a desfibril·lació, cardiov i ECG, pre-co, adult, adhesiu, superf àrea conductiva 228cm² ±2cm² a/gel conductor hipoal·lèrgic incorporat, cable conductor 195cm ±5cm, lús, comp a/desfibril Responder1100, 3000, 2000 bifàsic, Dash ResponderAED, CardioServ o equi

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 30031125

Descripció llarga:

Elèctrode adhesiu per a fixació elèctrodes monitoratge cardíac fetal en espiral codis sap 30002450/30017335, p/ús a cuixa materna, per n conductiu níquelat, mides: 4cmx7cm ±2cm, no làtex, lús. Comp a/CTG sist monitoritz fetal GE Corometrix, Agilent Philips o eq

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 30031964

Descripció llarga:

Elèctrode per a monitoratge ECG repòs, proves estrés i holter adult, curt termini, ovalat, Ø43mm x 45mm ±2mm amb gafet central metàl·lic sensor d'Ag/AgCl de subjecció universal, foam impermeable a/hidrogel sòlid adhesiu i conductor incorporat, n/est, n/làtex, lús

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 30032196

Descripció llarga:

Catèter monitorització pressió contraccions intrauterines PIU a/sensor a la punta,transp,Ø5mmx2cm ±2mm,21llums,a/tecnologia de Monito rització Avançada de l'Atmòsfera (AIM),estèril,lús,comp a/cable connector reutilitz i monitor Fetal Philips 8040A o equiv

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 30033829

Descripció llarga:

Elèctrode per a desfibril·lació,cardioversió i ECG,adult >25kg, superfície àrea conductiva 80cm² ±2cm²,amb gel conductor hipoal·lèr gic incorporat,longitud cable conductor 120cm ±5cm, compatible amb desfibril·lador Lifeline Defibtech o equiv

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 30033840

Descripció llarga:

Elèctrode per a desfibril·lació,pre-con pediàt <8anys/#25kg,adhesiu ,d'energia reduïda a 50J,superfície àrea conductiva 50cm² ±2cm² a /gel conductor hipoal·lèrgic incorp,long cable conductor 122cm ±2cm,lús,comp a/desfibril tipus LifelineDefibtech o eq

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 30034226

Descripció llarga:

Elèctrode per a desfibril·lació,marcapassos,pre-connectat, adult-pediàtric >10kg, amb gel conductor hipoal·lèrgic incorporat,longitu d cable conductor 150cm ±5cm, tamany 16x10,5cm ±2cm ,compatible amb desfibril·lador HP, Agilent,Philips o equivalent

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 30034607

Descripció llarga:

Elèctrode per a desfibril·lació, adult,adhesiu biocompatible,d'energia <10mV,superfície àrea conductiva 150cm²±2cm² a/gel conductor sòlid hipoal·lèrgic incorp,long cable conductor 120cm ±5cm,lús,comp a/desfibril·l tipus D500 o equiv

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 30034608

Descripció llarga:

Elèctrode per a desfibril·lació, pediàt <8anys/#25kg,adhesiu biocompatible ,d'energia <10mV,superfície àrea conductiva 45cm² ±2cm² a/ gel conductor sòlid hipoal·lèrgic incorp,long cable conductor 120cm ±5cm,lús,comp a/desfibril·l tipus D500 o equiv

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 30034946

Descripció llarga:

Electrode per a desfibril·lació,cardioversió i ECG,pre-con,adult,>8 anys o >25kg,adhesiu,amb gel conductor hipoal·lèrgic incorporat, cable 130cm ±5c ,lús,comp a/desfibril·lador (DEA i Semi-automàtic) tipus Powerheart G5 o equivalent

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 30034947

Descripció llarga:

Electrode per a desfibril·lació,cardioversió i ECG,pre-con,pediàtric #8 anys i/o #25kg,adhesiu,amb gel conductor hipoal·lèrgic incor porat,cable 130cm ±5cm,lús,comp a/desfibril·lador (DEA i Semi-automàtic) tipus Powerheart G5 o equivalent

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 30035386

Descripció llarga:

Elèctrode per a desfibril·lació, cardioversió sincronitzada i ECG pre-connectat, adult, adhesiu, longitud cable conductor 105cm ±5cm , un sol ús, compatible a/monitors desfibril·ladors tipus Corpuls 1 o equiv

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 30035387

Descripció llarga:

Elèctrode per a desfibril·lació, cardioversió sincronitzada i ECG pre-connectat, pediàtric, adhesiu, longitud cable conductor 105cm ±5cm, un sol ús, compatible a/monitors desfibril·ladors tipus Corpuls 1 o equiv

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 30037839

Descripció llarga:

Elèctrode p/desfibr,monitorització i cardioversió sincronitz i marcapàs ,pre-connect,adult >25kg,adhesiu,superfí àrea conduct 120cm² ±10cm² a/gel conduct hipoal incorp,longit cable conduct 120cm ±10cm,n/làtex,lús,comp a/desfib semi-auto tipus CU-SP1 o eq

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 30039868

Descripció llarga:

Elèctrode per a desfibril·lació de adults i pediàtric, adhesiu, amb gel conductor hipoal·lèrgic incorporat, longitud cable conductor 120cm +/-10cm, compatible amb desfibril·ladors semiautomàtic A15 o equivalents

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 30040650

Descripció llarga:

Equip d'elèctrode desfibril·lació,pre-connectat,adult i nens >25kg ,adhesiu,escuma/foam grau mèdic,àrea conduct.174cm²,cable, guants, tisores, connector seguretat, lliure làtex, lús,comp a/desfibril extern autom (DEA)tipus Primedic/Heartsave AS o equiv

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 30040914

Descripció llarga:

Elèctrode per a monitoratge ECG radiotransparent, adult, 50x45mm ±5mm, amb gafet central sensor carboni de subjecció universal, supo rt polietilè am hidrogel sòlid hipoal·lèrgic adhesiu i conductor, lliure de làtex, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 30041683

Descripció llarga:

Elèctrode per a diagnòstic ECG,adult i pediàtric,rectangular,32mmx44mm ±2mm,connexió clip,sensor d'Ag/AgCl,suport d'escuma amb gel l íquid, adhesiu hipoal·lèrgic, lliure làtex, un sol ús

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 30041997

Descripció llarga:

Armilla/Peto de teixit elàstic i transpirable a/5 elèctrodes p/monitorització i diagnòstic ECG,captació 3canals,contorn pit:55 a 65c m +/-5cm,mida I,no estèril,per a un sol pacient,temps recomenat d'us 15 dies ,compatible a/monitor Minder/Nuubo Suite o equ

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 30041998

Descripció llarga:

Armilla/Peto de teixit elàstic i transpirable a/5 elèctrodes p/monitorització i diagnòstic ECG,captació 3canals,contorn pit:65 a 85c m
+/-5cm,midaII,no estèril,per a un sol pacient,temps recomenat d'us 15 dies ,compatible a/monitor Minder/Nuubo Suite o equ

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 30041999

Descripció llarga:

Armilla/Peto de teixit elàstic i transpirable a/5 elèctrodes p/monitorització i diagnòstic ECG,captació 3canals,contorn pit:85 a 115 cm
+/-5cm,midaIII,no estèril,per a un sol pacient,temps recomenat d'us 15 dies,compatib a/monitor Minder/Nuubo Suite o eq

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 830 MATERIAL: 30042000

Descripció llarga:

Armilla/Peto de teixit elàstic i transpirable a/5 elèctrodes p/monitorització i diagnòstic ECG,captació 3canals,contorn pit:115 a 14
0cm +/-5cm,midaIV,no estèril,per a un sol pacient,temps recomenat d'us 15 dies,compatib a/monitor Minder/Nuubo Suite o eq

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 840 MATERIAL: 30042724

Descripció llarga:

Elèctrode per a monitoratge i diagnòstic ECG,adult,permanència perllongada ,rodó,Ø68mm ±2mm,a/gafet descentrat metàl·lic sensor Ag/Ag Cl de subjecci
univ,suport teixit microporós a/doble anell adhesiu i hidrogel conduct líquid hipoal·lèrgic incorpor,lús

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 850 MATERIAL: 30043430

Descripció llarga:

Elèctrode per a desfibril·lació, adult superior a 25Kgr, superfície àrea activa conductiva 95cm²±2cm², amb gel conductor baixa imped ància,
longitud del cable 120cm+/-5cm compatible amb desfibril.lador CU-NF1200 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100725270 POSICIÓ: 860 MATERIAL: 30043431

Descripció llarga:

Elèctrode per a desfibril·lació, pediàtric inferior a 25Kgr, superfícieàrea activa conductiva 40cm²±2cm², amb gel conductor baixa im
pedància, longitud del cable 120cm+/-5cm compatible amb desfibril.lador CU-NF1200 o equivalent.





ANNEX E




Normes de seguretat per a xofers

NOMBRE Y APELLIDOS (CONDUCTOR)	
MATRÍCULA VEHÍCULO	
EMPRESA / AUTÓNOMO - IDENTIFICACIÓN -	
TELÉFONO EMPRESA / AUTÓNOMO	
FECHA Y FIRMA CONDUCTOR	

NORMAS DE SEGURIDAD PARA CHÓFERES

Con el objeto de evitar situaciones de riesgo de accidente en las instalaciones de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, proceda en todo momento des del acceso a nuestras instalaciones conforme a las siguientes instrucciones:

1. Acceso al recinto. Identifíquese cuando llegue a la empresa (garita de control de accesos).	
2. Circulación. Respete la velocidad máxima de 10 km/h , así como los sentidos permitidos de circulación, conforme señalización existente.	
3. Carga-descarga de material de la caja del camión. Siga las indicaciones del personal de Logaritme, y en todo caso conforme a las siguientes normas:	
<p>a. No se iniciará hasta que el camión se encuentre situado en la zona definida y el camión se encuentre totalmente estacionado, con el motor parado y el vehículo totalmente inmovilizado. Se hará uso obligatorio de calzo en las ruedas en el caso que por motivo de rampa o desnivel deba asegurar la inmovilización del vehículo. En ningún caso se permanecerá parado con el motor en marcha.</p> <p>b. Cuando usted conductor, y/o personal acompañante, deba bajar del camión, deberá utilizar obligatoriamente chaleco o ropa reflectante y calzado de seguridad.</p> <p>c. Posteriormente se procederá abrir la caja del camión, abatiendo las puertas, y desplazando los toldos en caso necesario.</p>	<p></p> <p>ES OBLIGATORIO PONER CALZOS</p> <p>USO OBLIGATORIO DE CHALECO REFLECTANTE</p>

<p>d. Bajo ningún concepto se subirá a zonas superiores a los 2 metros de desnivel sin hacer uso de sistema de protección individual anti-caídas (arnés correctamente fijado).</p> <p>e. Posteriormente se dará aviso a los carretilleros para iniciar la carga – descarga. En ningún caso permanecerá dentro de la caja durante la operación de carga y descarga y solo podrá transitar por las zonas habilitadas (pasos de peatones). Queda totalmente prohibido saltar por los muelles.</p> <p>f. Una vez finalizada la carga-descarga, y siempre previo aviso por parte del carretillero, se procederá a cerrar puertas y correr los toldos y posteriormente se podrá iniciar el desplazamiento del vehículo.</p>	
<p>4. Queda totalmente prohibida la conducción de carretillas frontales por parte de los conductores de camiones.</p>	
<p>5. Comer y beber solo en las zonas habilitadas.</p>	
<p>6. En caso de emergencia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abandone el lugar de trabajo en condiciones seguras. - Siga las instrucciones del personal de Logaritme - Acuda al punto de reunión (garita de entrada) - No use el teléfono hasta nuevo aviso. 	



ANNEX F

Descripció dels lots

ANNEX F - DESCRIPCIÓ LOTS

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Lot Obligato ri	SAP	DESCRIPCIÓ SAP
001	Elèctrodes monitorització ECG adult	NO	30001455	Elèctrode per a monitoratge i diagnòstic ECG,adult,curt termini,ovalat,Ø36mm ±2mm amb gafet central metàl·lic sensor d'Ag/AgCl de subjecció universal,foam prim amb hidrogel sòlid hipoal·lèrgic adhesiu i conductor incorporat,lliure làtex,un ús
001	Elèctrodes monitorització ECG adult	NO	30003221	Elèctrode per a diagnòstic ECG,adult i pediàtric,rectangular,23mmx25mm ±2mm,llengüeta de subjecció per a pinça cocodril,sensor d'Ag/AgCl,suport de vinil amb hidrogel sòlid hipoal·lèrgic adhesiu i conductor incorporat,lliure làtex,un sol ús
001	Elèctrodes monitorització ECG adult	NO	30003231	Elèctrode per a monitoratge i diagnòstic ECG repòs,adult,curt termini,ovalat,49mmx33mm ±2mm,connector femella descentrat tipus banana Ø4mm,sensor d'Ag/AgCl,foam amb hidrogel conductor líquit hipoal·lèrgic incorporat i adhesiu,sense cable integrat,un sol ús
001	Elèctrodes monitorització ECG adult	NO	30003235	Elèctrode per a monitoratge i diagnòstic ECG,adult,curt termini,rodó,Ø50mm ±2mm,a/gafet central metàl·lic sensor Ag/AgCl de subjecció univ,foam vinil adhesiu i hidrogel conductor sòlid hipoal·lèrgic incorpor,lliure de làtex,un sol ús
001	Elèctrodes monitorització ECG adult	NO	30004165	Elèctrode per a monitoratge i diagnòstic ECG,adult,curt termini,rectang a/cantons rodons,48mmx34mm ±2mm amb gafet central metàl·lic sensor d'Ag/AgCl de subjecció universal,foam a/hidrogel sòlid hipoal·lèr adhesiu i conductor incorporat,un ús
001	Elèctrodes monitorització ECG adult	NO	30004463	Elèctrode per a monitoratge ECG,adult,permanència perllongada,rodó,Ø60mm ±2mm amb gafet central metàl·lic sensor Ag/AgCl de subjecció universal,suport microporós (paper) amb hidrogel sòlid hipoal·lèrgic adhesiu i conductor incorporat,un sol ús
001	Elèctrodes monitorització ECG adult	NO	30004465	Elèctrode per a monitoratge i diagnòstic ECG,adult,permanència perllongada,rodó,Ø68mm ±2mm,a/gafet descentrat metàl·lic sensor Ag/AgCl de subjecció univ,suport paper microporós a/doble anell adhesiu i hidrogel conduct líquid hipoal·lèrgic incorpor,1ús
001	Elèctrodes monitorització ECG adult	NO	30004466	Elèctrode per a monitoratge i diagnostic ECG i neurolog,adult/ped,curt termini,rodó a/llengüeta,Ø30mmx24mm ±2mm a/gafet central metàl·lic d' Ag/AgCl de subjecció univ,foam a/hidrogel sòlid ràpid adhesiu i conductor incorporat,lliure làtex,1ús
001	Elèctrodes monitorització ECG adult	NO	30004467	Elèctrode per a monitoratge i diagnòstic ECG (probes d'esforç),adult,curt termini,rodó,Ø38mm ±2mm,amb gafet descentral metàl·lic sensor Ag/AgCl de subjecció univ,foam poliuretà amb hidrogel líquit hipoal·lèrgic adhesiu i conductor incorporat,un sol ús
001	Elèctrodes monitorització ECG adult	NO	30026330	Elèctrode per a monitoratge ECG, adult, curt termini, rodó, Ø44mm ±2mm, amb gafet central metàl·lic sensorAg/AgCl de subjecció universal, suport transparent amb hidrogel líquid hipoal·lèrgic adhesiu i conductor incorporat, lliure de làtex,un sol ús
001	Elèctrodes monitorització ECG adult	NO	30031964	Elèctrode per a monitoratge ECG repòs,proves estrés i holter adult,curt termini,ovalat,Ø43mm x 45mm ±2mm amb gafet central metàl·lic sensor d'Ag/AgCl de subjecció universal,foam impermeable a/hidrogel sòlid adhesiu i conductor incorpor,n/est,n/làtex,1ús
001	Elèctrodes monitorització ECG adult	NO	30040914	Elèctrode per a monitoratge ECG radiotransparent, adult, 50x45mm ±5mm, amb gafet central sensor carboni de subjecció universal, suport polietilè amb hidrogel sòlid hipoal·lèrgic adhesiu i conductor, lliure de làtex, un sol ús.
001	Elèctrodes monitorització ECG adult	NO	30041683	Elèctrode per a diagnòstic ECG,adult i pediàtric,rectangular,32mmx44mm ±2mm,connexió clip,sensor d'Ag/AgCl,suport d'escuma amb gel líquid, adhesiu hipoal·lèrgic, lliure làtex, un sol ús
001	Elèctrodes monitorització ECG adult	NO	30042724	Elèctrode per a monitoratge i diagnòstic ECG,adult,permanència perllongada,rodó,Ø68mm ±2mm,a/gafet descentrat metàl·lic sensor Ag/AgCl de subjecció univ,suport teixit microporós a/doble anell adhesiu i hidrogel conduct líquid hipoal·lèrgic incorpor,1ús
002	Elèctrodes monitorització ECG pediàtric	NO	30002448	Elèctrode per a monitoratge en ECG pediàtric/neonatal,rodó,Ø22mm ±2mm,sensor Ag/AgCl,foam impermeable als fluids a/hidrogel conductor adhesiu hipoal·lèrgic incorporat,radiotransp,amb cable integrat llarg 60cm ±2cm codi colors,IEC connec DIN TPØ1,5mm,1ús
002	Elèctrodes monitorització ECG pediàtric	NO	30002449	Elèctrode per a monitoratge en ECG pediàt/neonat/prematur,ovalat,perm perllong,Ø22mmx30mm ±2mm,sensor Ag/AgCl,suport teixit s/teixir a/hidrogel sòlid conductor suau adhes hipoal,a/cable integ 50cm ±2cm codi color,con mascle TPØ1,5mm,n/làtex,1ús

ANNEX F - DESCRIPCIÓ LOTS

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Lot Obligato ri	SAP	DESCRIPCIÓ SAP
002	Elèctrodes monitorització ECG pediàtric	NO	30004468	Elèctrode per a monitoratge en ECG pediàt/neonat,ovalat,permanència mitja,Ø22x44,8mm/Ø22x30mm ±2mm,amb gafet descentrat metàl·lic sensor Ag/AgCl de subjecció universal,foam a/hidrogel líquit conductor adhesiu hipoal·lèrgic incorporat,lliure làtex,un ús
002	Elèctrodes monitorització ECG pediàtric	NO	30004469	Elèctrode per a monitoratge en ECG pediat curt termini i proves diagn,ovalat,sensor Ag/AgCl,petit Ø42x24mm ±2mm,a/gafet centrat metàl sensor Ag/AgCl subjecció univ,foam a/hidrogel sòlid conduct adh hipoal·lèr incorp,resistent aigua,n/làtex,1ús
002	Elèctrodes monitorització ECG pediàtric	NO	30006486	Elèctrode per a monitoratge en ECG pediàt/neonat,ovalat,permanència mitja,Ø22x44,8mm/Ø22x30mm ±2mm,connector femella descentrat tipus banana Ø4mm,sensor Ag/AgCl,foam amb hidrogel líquit conductor adhesiu hipoal·lèrgic incorporat,n/làtex,1ús
002	Elèctrodes monitorització ECG pediàtric	NO	30009189	Elèctrode per a monitoratge en ECG pediat curt termini i proves diagnòstic,rodó,sensor Ag/AgCl,petit Ø30mm ±2mm,a/gafet centrat metàl·lic sensor Ag/AgCl subjecció universal,foam a/hidrogel sòlid conduct adhesiu hipoal·lèrgic incorp,n/làtex,1ús
003	Elèctrodes monitorització ECG neonatal	NO	30001444	Elèctrode per a monitoratge en ECG,neonatal,curt termini i proves diagnòstic,rodó,sensor Ag/AgCl,petit Ø30mm ±2mm,a/gafet centrat metàl·lic sensor Ag/AgCl subjecció universal,foam a/hidrogel sòlid conduct adhesiu hipoal·lèrgic incorp,n/làtex,1ús
003	Elèctrodes monitorització ECG neonatal	NO	30004471	Elèctrode per a monitoratge en ECG pediàt/neonat,ovalat,permanència mitja,Ø22x30mm ±2mm,amb cable integrat llargària 10cm ±2cm connector femella Ø4mm,sensor Ag/AgCl,foam a/hidrogel líquit conductor adhesiu hipoal·lèrgic incorporat,n/làtex,1ús
003	Elèctrodes monitorització ECG neonatal	NO	30005309	Elèctrode per a monitoratge en ECG neonatal,rodó,permanència mitja,Ø22mm ±2mm,amb cable integrat llargària 35cm ±2cm connector femella Ø4mm,sensor Ag/AgCl,foam amb hidrogel sòlid conductor adhesiu hipoal·lèrgic incorporat,lliure làtex,un sol ús
003	Elèctrodes monitorització ECG neonatal	NO	30007042	Elèctrode per a monitoratge en ECG nadons i prematurs,quadrat,mig termini,Ø22x22mm ±2mm,sensor Ag/AgCl,teixit a/hidrogel sòlid conductor adhes hipoal·lèrgic,radiolluent,a/cable integ 45cm ±2cm codi color,connector DIN estàndard,no làtex/PVC,1ús
003	Elèctrodes monitorització ECG neonatal	NO	30027672	Elèctrode per a monitoratge en ECG prematurs,rodó a/4llengüetes fix,permanència <72h,Ø20x25mm ±2mm,sensor Ag/AgCl,foam a/hidrogel sòlid conduct adhes hipoal,radiotr,a/cable integ 60cm ±2cm codi color,con mascle TPØ1,5mm,no làtex/Ftalats/PVC,1ús
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30002451	Elèctrode per a desfibril·lació,adult/>25kg a/anell suport de foam impermeable adhesiu,superfí conduct 140cm² ±2 de film d'estany a/gel conductor hipoal·lèrgic incorpor,mida elèctr 165x133mm ±2mm, fins a 15 descàrreg consec a 360J,biocomp,n/làtex,DEHP,1ús
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30002457	Elèctrode per a desfibril·lació,cardioversió i ECG, ped>10Kgr,adhesiu,foam a/gel conductor hipoal·lèrgic,superfície 10cmx15cm ±2cm,cable a/connector extern 150cm ±5cm 1 ús,comp a/desfibril·lador marcapassos incorp tipus Philips HerathStart XL i MRx o eq
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30004161	Elèctrode per a desfibril·lació i ECG pre-connectat, adult, adhesiu, superfície àrea conductiva 110cm² ±10cm², longitud cable conductor 106cm ±6cm, un sol ús, compatible a/cables Quik-Combo p/monitors desfibril·la tipus Lifepak 20 Monitor/Series o equiv
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30004162	Elèctrode per a desfibril·lació i ECG pre-connectat, adult, adhesiu, superfície àrea conductiva 82cm² ±2cm², longitud cable conductor 60cm ±5cm, un sol ús, compatible a/cables Quik-Combo p/a monitors desfibril·lad tipus Lifepak 20 Monitor/Series o equiv
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30004620	Elèctrode per a desfibril·lació i ECG, adult, adhesiu, superfície àrea conductiva 80cm² ±2cm², un sol ús, compatible amb adaptador de cable Fast-Patch i cables Quik-Combo per a monitors desfibril·ladors tipus Lifepack 20 Monitor/Series o equivalent
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30008641	Elèctrode per a desfibril·lació, >25kg,adhesiu,escuma/foam grau mèdic,superfície àrea conductiva 90cm²-100cm²,cable 110cm-120cm,connector 3pins,lliure làtex,1ús,comp a/desfibril (DEA) tipus Primedic/Heartsave anterior any 2016 o equivalent

ANNEX F - DESCRIPCIÓ LOTS

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Lot Obligato ri	SAP	DESCRIPCIÓ SAP
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30008642	Elèctrode per a desfibril·lació,cardioversió i ECG,pre-con,adult i nens >8 anys i/o >25kg,adhesiu,superfície àrea conductiva 95cm² ±2cm² a/gel conductor hipoal·lèrgic incorp,1ús,comp a/desfibril (DEA) tipus Reanibex 200 o Lifepak,Elite,Benehearth o equiv
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30008644	Elèctrode per a desfibril·lació, pediàtric, adhesiu, amb gel conductor hipoal·lèrgic incorporat, lliure làtex, un sol ús, compatible amb aparell desfibril·lador portàtil tipus Marquete Responder 3000 o equivalent
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30009879	Elèctrode per a desfibril·lació,cardioversió i ECG,pre-con,adult,(nens<8 anys i/o <25kg i nadons amb clau segur),foam adhesiu,superfície àrea conductiva75cm² ±2cm²,cable 120cm ±5cm,compatible amb desfibril·ladors Philips manuals i FR2 semiautomàt o equiv
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30010689	Elèctrode per a desfibril·lació i ECG pre-con pediàt ≤15kg,adhesiu,radiotr,superfície àrea conductiva 52cm² ±2cm²,10,2cmx8,9cm ±2cm,long cable conductor 60cm ±5cm,1ús,comp a/cables Quik-Combo p/a monitors desfibril tipus Lifepak 20 Monitor/Series o equiv
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30013022	Elèctrode per a desfibril·lació, adult, per a formació/entrenament amb maniquí de docència, adhesiu, compatible amb desfibril·lador HeartStart AED Trainer2 o equivalent
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30013390	Elèctrode per a desfibril·lació,pre-con,adult >25kg,adhesiu,superfície àrea conductiva 95cm² ±2cm² amb gel conductor hipoal·lèrgic incorporat,longitud cable conductor 120cm ±5cm,un sol ús,comp amb desfibril·ladors (DEA) tipus FRED Easy,DEFIGARD o equiv
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30015221	Elèctrode per a marcapassos/desfibrilador extern no invasiu, pediàtric, suport escuma adhesiu, superfície aprox Ø15cm ±2cm amb gel conductor hipoal·lèrgic incorporat, cable connexió univ, un ús, compatible monitor PHILIPS AGILENT TECHNOLOGIS HP o equiv
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30015282	Elèctrode per a desfibril·lació cardiover,nens <8 anys i/o <22kg,adhes,radiotr,superfície àrea conduct 50cm² ±2cm²;mida 10,2x8,9cm ±2cm,1ús,comp a/monit desfib Lifepak 500 bifàsicaDEA a/connect rosa,Lifepak 1000,Lifepak ExpressDEA,Lifepak CR PlusDEA o eq
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30015627	Elèctrode per a desfibril·lació,adult,adhesiu,superfície àrea mínima combinada 228cm² ±8cm²,a/gel conductor hipoal·lèrgic incorporat,no polaritzat,longitud cable conductor 130cm ±5cm,1ús,comp a/desfibril·l (DEA) tipus Cardioline Powehearth AED G3 o equiv
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30015690	Elèctrode per a desfibril·lació,pediàtric <8 anys i/o <25kg,adhesiu,d'energia reduïda,a/gel conductor hipoal·lèrgic incorporat,no polaritzat,longitud cable conductor 130cm ±5cm,1ús,comp amb desfibril·lador (DEA) tipus Cardioline Powehearth AED G3 o equiv
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30015817	Elèctrode per a desfibril·lació,cardioversió i ECG,adult,adhesiu,no polaritzat,superfície àrea conductiva 228cm² ±2cm² a/gel conductor hipoal·lèrgic incorp,longitud cable conductor 130cm ±5cm,1ús,comp a/desfibr(DEA),Responder AED,Responder AED PRO o eq
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30015818	Elèctrode per a desfibril·lació,cardioversió i ECG,pediàtric,adhesiu,no polaritzat,àrea conductiva a/gel conductor hipoal·lèrgic incorp,longitud cable conductor 130cm ±5cm,1ús,comp a/desfibr(DEA),Responder AED,Responder AED PRO o eq
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30018564	Elèctrode per a desfibril·lació adult, adhesiu, amb gel conductor hipoal·lèrgic incorporat, longitud cable conductor 110-130cm compatible amb cable de connexió JC-755V i amb desfibrilador sistema bifàsic Cardiolife sèries TEC o equivalent
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30018565	Elèctrode per a desfibril·lació pediàtric, adhesiu, amb gel conductor hipoal·lèrgic incorporat, longitud cable conductor 110-130cm compatible amb cable de connexió JC-755V i amb desfibrilador sistema bifàsic Cardiolife sèries TEC o equivalent
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30018906	Equip de recanvi compost: joc de 2 elèctrodes per a desfibril·lació, adult, 1 bateria de liti no recarregable i instruccions per a la seva substitució, un sol ús, compatible amb desfibriladors Lifepak CR Plus AED i Lifepak Express AED o equivalent
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30026758	Elèctrode per a desfibril·lació,adult >25kg, superfície àrea conductiva 85cm² ±2cm²,adhesiu,a/gel conductor hipoal·lèrgic incor,longitud cable conductor 120cm ±5cm, compatible amb desfibril·lador semi-automàtic DEA HeartStart FRx Philips o equivalent

ANNEX F - DESCRIPCIÓ LOTS

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Lot Obligato ri	SAP	DESCRIPCIÓ SAP
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30028572	Elèctrode per a desfibril·lació,cardioversió,ECG,marcapassos,adult i pediàtric,adhesiu,gel conductor hipoal·lèrgic incorp,13cmx11cm ±2cm,longitud cable conductor 2,5m ±10cm,un sol ús,compatible amb desfibril·ladors Nihon Kohden AED o equivalent
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30028982	Elèctrode per a desfibril·lador multifunció pediàtric <8 anys i/o <25kg, preconnectats, foam amb gel polímer, adhesius, 1rodó/1rectangular amb diagrames anatòmics, àrea de conductivitat central, compatible amb desfibril·lador Zoll AED PLUS o equivalent.
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30028996	Elèctrode per a desfibril·lador multifunció adult >25kg, preconnectats, foam amb gel polímer, adhesius, 1rodó/1rectangular amb diagrames anatòmics, àrea de conductivitat central, compatible amb desfibril·lador Zoll AED PLUS, Zoll AED PRO o equivalent
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30029636	Elèctrode per a desfibril·lació,nens 8 anys i/o adult >25kg,superfície àrea conductiva 85cm² ±2cm²,adhesiu,a/gel conductor hipoal·lèrgic incor,longitud cable conductor 135cm ±5cm, comp /desfibril·lador semi-automàtic DEA HeartStart HS1 Philips o equival
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30029637	Elèctrode per a desfibril·lació,pedià <8 anys i/o <25kg,a/funció automàt de reducció d'energia desfibril a 50J,superf àrea conduct 85cm² ±2cm²,adhes,a/gel hipoal incorp,long cable 100cm ±5cm,comp a/desfibril semi-auto DEA HeartStart HS1 Philips o equival
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30029693	Elèctrode d'estimulació externa p/desfibril·lació,monitoratge i cardioversió per adults àrea conductora 95cm² ±2,foam adhesiu gruix 1mm ±0,5mm,mida cable 120cm ±5cm,lliure de làtex,connexió directa,comp a/ desfibril semi-automàtic portàtil CU-ER1 o equi
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30029694	Elèctrode d'estimulació externa p/desfibril·lació,monitoratge i cardioversió pediàtric àrea conductiva 40cm²±2,foam adhesiu gruix 1mm ±0,5mm,mida cable 120cm ±5cm,lliure de làtex,connexió directa,comp a/ desfibril semi-automàtic portàtil CU-ER1 o equi
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30030452	Elèctrode per a desfibril·lació,cardiov i ECG,pre-co,adult,adhesiu,superf àrea conductiva 228cm² ±2cm² a/gel conductor hipoal·lèrgic incorp,cable conductor 195cm ±5cm,1ús,comp a/desfibril Responder1100,3000,2000 bifàsic,Dash ResponderAED,CardioServ o equ
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30033829	Elèctrode per a desfibril·lació,cardioversió i ECG,adult >25kg, superfície àrea conductiva 80cm² ±2cm²,amb gel conductor hipoal·lèrgic incorporat,longitud cable conductor 120cm ±5cm, compatible amb desfibril·lador Lifeline Defibtech o equiv
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30033840	Elèctrode per a desfibril·lació,pre-con pediàt <8anys/≤25kg,adhesiu,d'energia reduïda a 50J,superfície àrea conductiva 50cm² ±2cm² a/gel conductor hipoal•lèrgic incorp,long cable conductor 122cm ±2cm,1ús,comp a/desfibril tipus LifelineDefibtech o eq
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30034226	Elèctrode per a desfibril·lació,marcapassos,pre-connectat, adult-pediàtric >10kg, amb gel conductor hipoal·lèrgic incorporat,longitud cable conductor 150cm ±5cm, tamany 16x10,5cm ±2cm ,compatible amb desfibril·lador HP, Agilent,Philips o equivalent
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30034607	Elèctrode per a desfibril·lació, adult,adhesiu biocompatible,d'energia <10mV,superfície àrea conductiva 150cm²±2cm² a/gel conductor sòlid hipoal·lèrgic incorp,long cable conductor 120cm ±5cm,1ús,comp a/desfibril·l tipus D500 o equiv
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30034608	Elèctrode per a desfibril·lació, pediàt <8anys/≤25kg,adhesiu biocompatible,d'energia <10mV,superfície àrea conductiva 45cm² ±2cm² a/gel conductor sòlid hipoal·lèrgic incorp,long cable conductor 120cm ±5cm,1ús,comp a/desfibril·l tipus D500 o equiv
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30034946	Electrode per a desfibril·lació,cardioversió i ECG,pre-con,adult,>8 anys o >25kg,adhesiu,amb gel conductor hipoal·lèrgic incorporat,cable 130cm ±5cm,1ús,comp a/desfibril·lador (DEA i Semi-automàtic) tipus Powerheart G5 o equivalent
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30034947	Electrode per a desfibril·lació,cardioversió i ECG,pre-con,pediàtric ≤8 anys i/o ≤25kg,adhesiu,amb gel conductor hipoal·lèrgic incorporat,cable 130cm ±5cm,1ús,comp a/desfibril·lador (DEA i Semi-automàtic) tipus Powerheart G5 o equivalent

ANNEX F - DESCRIPCIÓ LOTS

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Lot Obligato ri	SAP	DESCRIPCIÓ SAP
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30035386	Elèctrode per a desfibril·lació, cardioversió sincronitzada i ECG pre-connectat, adult, adhesiu, longitud cable conductor 105cm ±5cm, un sol ús, compatible a/monitors desfibril·ladors tipus Corpuls 1 o equiv
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30035387	Elèctrode per a desfibril·lació, cardioversió sincronitzada i ECG pre-connectat, pediàtric, adhesiu, longitud cable conductor 105cm ±5cm, un sol ús, compatible a/monitors desfibril·ladors tipus Corpuls 1 o equiv
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30037839	Elèctrode p/desfibr,monitorització i cardioversió sincronitz i marcapàs,pre-connect,adult >25kg,adhesiu,superfí àrea conduct 120cm² ±10cm² a/gel conduct hipoal incorp,longit cable conduct 120cm ±10cm,n/làtex,1ús,comp a/desfib semi-auto tipus CU-SP1 o eq
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30039868	Elèctrode per a desfibril·lació de adults i pediàtric, adhesiu, amb gel conductor hipoal·lèrgic incorporat, longitud cable conductor 120cm +/-10cm, compatible amb desfibril.ladors semiautomàtic A15 o equivalents
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30040650	Equip d'elèctrode desfibril.lació,pre-connectat,adult i nens >25kg,adhesiu,escuma/foam grau mèdic,àrea conduct.174cm²,cable, guants,tisores, connector seguretat, lliure làtex, 1ús,comp a/desfibril extern autom (DEA)tipus Primedic/Heartsave AS o equiv
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30043430	Elèctrode per a desfibril·lació, adult superior a 25Kgr, superfície àrea activa conductiva 95cm²±2cm², amb gel conductor baixa impedància, longitud del cable 120cm+/-5cm compatible amb desfibril.lador CU-NF1200 o equivalent.
004	Elèctrodes desfibrilació	NO	30043431	Elèctrode per a desfibril·lació, pediàtric inferior a 25Kgr, superfícieàrea activa conductiva 40cm²±2cm², amb gel conductor baixa impedància, longitud del cable 120cm+/-5cm compatible amb desfibril.lador CU-NF1200 o equivalent.
005	Elèctrode fetal	NO	30002450	Elèctrode per a monitoratge cardíac fetal en espiral amb mecanisme de bloqueig i guia, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compatible amb coixinets/elèctrodes de fixació adhesius codi sap 30023931 i monitors GE Corometrix, Agilent Philips o equivalent
005	Elèctrode fetal	NO	30002728	Catèter monitorització pressió contraccions intrauterines PIU,amnioinfusió i/o mostreig amniòtic,transp,a/punta transductor,clau 3v i xeringa, n/làtex,DEHP,estèril,1ús,comp a/cable reuti p/monitors Philips Medical,GE Medical Corometrics,Spacelabs o equiv
005	Elèctrode fetal	NO	30017335	Elèctrode per a monitoratge cardíac fetal amb doble espiral, mecanisme de bloqueig i guia, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compatible amb coixinets/elèctrodes de fixació adhesius codi sap 30023931 i monitors GE Corometrix, Agilent Philips o equival
005	Elèctrode fetal	NO	30023931	Elèctrode adhesiu per a fixació elèctrodes monitoratge cardíac fetal en espiral codis sap 30002450/30017335,per a ús a cuixa materna,mides: 3cm x 5cm ±2cm,lliure de làtex,1ús.Comp a/CTG sist monitoritz fetal GE Corometrix,Agilent Philips o equivalent
005	Elèctrode fetal	NO	30031125	Elèctrode adhesiu per a fixació elèctrodes monitoratge cardíac fetal en espiral codis sap 30002450/30017335,p/ús a cuixa materna,pern conductiu niquelat,mides: 4cmx7cm ±2cm,no làtex,1ús.Comp a/CTG sist monitoritz fetal GE Corometrix,Agilent Philips o eq
005	Elèctrode fetal	NO	30032196	Catèter monitorització pressió contraccions intrauterines PIU a/sensor a la punta,transp,Ø5mmx2cm ±2mm,2llums,a/tecnologia de Monitorització Avançada de l'Atmosfera (AIM),estèril,1ús,comp a/cable connector reutilitz i monitor Fetal Philips 8040A o equiv
006	Adaptadors i Altres accessoris elèctrodes ECG	NO	30004155	Adaptadors de terminal clip amb connector femella 4mm ("banana") per a elèctrodes ECG, codificació colors.
006	Adaptadors i Altres accessoris elèctrodes ECG	NO	30005279	Conjunt d'elèctrodes per a monitoratge de paràmetres hemodinàmics compost per: 4 elèctrodes ECG,3 elèctrodes per a cardiograma d'impedància i 1 elèctrode de terra,no estèril,un sol ús,compatible amb monitor Trask Force 3040I/3030I o equivalent
006	Adaptadors i Altres accessoris elèctrodes ECG	NO	30009057	Adaptador per a cable PK-55 o PK-67 amb connexió bipolar IS-1 a sondes de marcapàs/desfibril·lador bipolars en connexió amb mesurador de llindars ERA 300/ERA3000 o equivalent
006	Adaptadors i Altres accessoris elèctrodes ECG	NO	30025079	Adaptador multifuncional/universal transparent per a elèctrodes ECG de gafet o tipus TAB (llengüeta) amb connexió femella 3-4mm, tancament seguretat
007	Elèctrode precordial amb ventosa per a ECG	NO	30002453	Elèctrode precordial ECG de plata/clorur de plata (Ag/AgCl) amb "pera"/ventosa de goma, diàmetre 24mm ±2mm, connector universal.

ANNEX F - DESCRIPCIÓ LOTS

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Lot Obligatori	SAP	DESCRIPCIÓ SAP
007	Elèctrode precordial amb ventosa per a ECG	NO	30005294	Pera/ventosa de goma recanvi, diàmetre 30mm ±2mm, per a elèctrodes ECG precordial plata/clorur de plata (Ag/AgCl) connector universal.
008	Pinça elèctrode per a registre ECG	NO	30002454	Pinces de plàstic per a ECG identificades per colors: negre, verd, vermell i groc, amplada 3cm i llargària 14cm, ±2cm, joc de 4 unitats
009	Armilla/ Peto de teixit elàstic transpirable	SI	30041997	Armilla/Peto de teixit elàstic i transpirable a/5 elèctrodes p/monitorització i diagnòstic ECG,captació 3canals,contorn pit:55 a 65cm +/-5cm,mida I,no estèril,per a un sol pacient,temps recomenat d'us 15 dies,compatible a/monitor Minder/Nuubo Suite o equ
009	Armilla/ Peto de teixit elàstic transpirable	SI	30041998	Armilla/Peto de teixit elàstic i transpirable a/5 elèctrodes p/monitorització i diagnòstic ECG,captació 3canals,contorn pit:65 a 85cm +/-5cm,midall,no estèril,per a un sol pacient,temps recomenat d'us 15 dies,compatible a/monitor Minder/Nuubo Suite o equ
009	Armilla/ Peto de teixit elàstic transpirable	SI	30041999	Armilla/Peto de teixit elàstic i transpirable a/5 elèctrodes p/monitorització i diagnòstic ECG,captació 3canals,contorn pit:85 a 115cm +/-5cm,midaIII,no estèril,per a un sol pacient,temps recomenat d'us 15 dies,compatib a/monitor Minder/Nuubo Suite o eq
009	Armilla/ Peto de teixit elàstic transpirable	SI	30042000	Armilla/Peto de teixit elàstic i transpirable a/5 elèctrodes p/monitorització i diagnòstic ECG,captació 3canals,contorn pit:115 a 140cm +/-5cm,midaIV,no estèril,per a un sol pacient,temps recomenat d'us 15 dies,compatib a/monitor Minder/Nuubo Suite o eq

ANNEX G

Lots obligatoris

Lot	Descripció del Lot
9	Armilla/ Peto de teixit elàstic transpirable
