

Registro:

Unidad administrativa:
Servicio de Contratación del Hospital
Universitario de Getafe

Exp.: PACP 2016-1-24

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que se adjudica el contrato de suministros de material de laparoscopia.

Mediante resolución del órgano de contratación de 26 de Febrero de 2016 se inició el expediente de contratación de MATERIAL DE LAPAROSCOPIA. Con fecha 7 de Marzo de 2016 se aprobó el expediente y se dispuso la apertura de procedimiento abierto criterio precio para su adjudicación. Realizada la apertura y evaluación de las ofertas recibidas, con fecha 4 de octubre de 2016, la Mesa de contratación ha propuesto la adjudicación del contrato, con el precio e importe que se detalla a continuación.

En virtud de lo que establece el artículo 151 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,

RESUELVO

Adjudicar el contrato de MATERIAL DE LAPAROSCOPIA , de acuerdo con la propuesta de la Mesa de contratación, a:

APPLIED MEDICAL DEBV (W0034809D)			
Lotes	Base imponible	IVA	Total
LOTE 1: TROCAR QUIRÚRGICO ACCESO PUNTA ROMA.	1.250,00	262,50	1.512,50
LOTE 2: TROCAR QUIRURGICO ACCESO PUNTA ROMA FIJACIÓN NEUMÁTICA.	1.250,00	262,50	1.512,50
LOTE 3: TROCAR QUIRÚRGICO FIJACIÓN AVANZADA MEDIANTE BALÓN EN PUNTA.	330,00	69,30	399,30
LOTE 4: TROCAR QUIRÚRGICO FIJACIÓN AVANZADA MEDIANTE BALÓN EN PUNTA.	251,98	52,92	304,90
LOTE 5: TROCAR QUIRÚRGICO CON CÁNULA Y PASADOR DE PUNTA ÓPTICA DE 12 MM.	26.320,00	5.527,20	31.847,20
LOTE 7: TROCAR DILATADOR DE 15 MM.	990,00	207,90	1.197,90
LOTE 11: KIT TROCAR-CANULA.	826,20	173,50	999,70
LOTE 12 : KIT DE COLECISTECTOMIA.	21.481,25	4.511,06	25.992,31
TOTAL	52.699,43	11.066,88	63.766,31

El importe total de adjudicación se distribuye en las siguientes anualidades y cuantías:

<u>Anualidad</u>	<u>Importe</u>
2016	10.627,72
2017	53.138,59

Motivación de la adjudicación.- Características de la proposición de los adjudicatarios determinantes de la adjudicación a su favor: En estos lotes se debe a la puntuación más elevada tras la valoración técnica y la oferta económica presentada.

Exp.: PACP 2016-1-24

BARD DE ESPAÑA (A08780249)

Lotes	Base imponible	IVA	Total
LOTE 17: ENDOAPLICADOR MÚLTIPLE HELICOIDAL DE 5 MM.	1.527,27	320,73	1.848,00
TOTAL	1.527,27	320,73	1.848,00

El importe total de adjudicación se distribuye en las siguientes anualidades y cuantías:

Anualidad	Importe
2016	308,00
2017	1.540,00

Motivación de la adjudicación.- Características de la proposición de los adjudicatarios determinantes de la adjudicación a su favor: En estos lotes se debe a la puntuación más elevada tras la valoración técnica y la oferta económica presentada.

DEXTRO MEDICA, S.L. ((B46149555))

Lotes	Base imponible	IVA	Total
LOTE 25: PINZA DISECTORA CURVA DE 5 MM.	381,82	80,18	462,00
LOTE 27: BOLSA DE RECOGIDA Y EXTRACCIÓN DE ESPECÍMENES CON APLICADOR AUTOMÁTICO.	2.863,64	601,36	3.465,00
LOTE 28: BOLSA DE RECOGIDA Y EXTRACCIÓN DE ESPECÍMENES CON APLICADOR AUTOMÁTICO.	1.909,09	400,91	2.310,00
LOTE 29: BOLSA DE RECOGIDA Y EXTRACCIÓN DE ESPECÍMENES CON APLICADOR AUTOMÁTICO.	1.363,64	286,36	1.650,00
Lote 30: BOLSA AUTODESPLEGABLE DE RECOGIDA Y EXTRACCIÓN DE ESPECÍMENES.	2.036,36	427,64	2.464,00
TOTAL	8.554,55	1.796,45	10.351,00

El importe total de adjudicación se distribuye en las siguientes anualidades y cuantías:

Anualidad	Importe
2016	1.725,17
2017	8.625,83

Motivación de la adjudicación.- Características de la proposición de los adjudicatarios determinantes de la adjudicación a su favor: En estos lotes se debe a la puntuación más elevada tras la valoración técnica y la oferta económica presentada.

DGM VASCULAR, S.L. (B66179730)

Lotes	Base imponible	IVA	Total
LOTE 22: PINZA CON SISTEMA DE AGARRE EN LAS PALAS DE 5 MM.	421,40	88,49	509,89
LOTE 24: PINZA DE 5 MM. CON SISTEMA DE AGARRE ATRAUMÁTICO.	3.926,00	824,46	4.750,46
TOTAL	4.347,40	912,95	5.260,35

El importe total de adjudicación se distribuye en las siguientes anualidades y cuantías:

Exp.: PACP 2016-1-24

<u>Anualidad</u>	<u>Importe</u>
2016	876,73
2017	4.383,63

Motivación de la adjudicación.- Características de la proposición de los adjudicatarios determinantes de la adjudicación a su favor: En estos lotes se debe a la puntuación más elevada tras la valoración técnica y la oferta económica presentada.

JOHNSON & JOHNSON, S.A. (A28218675)			
Lotes	Base imponible	IVA	Total
LOTE 16: ENDOAPLICADOR GRAPAS REABSORBIBLES PARA FIJACIÓN DE MALLAS VÍA LAPAROSCÓPICA.	3.181,82	668,18	3.850,00
LOTE 18: ENDOGRAPADORACORTADORA RÍGIDA Y FLEXIBLE.	97.271,00	20.426,91	117.697,91
TOTAL	100.452,82	21.095,09	121.547,91

El Importe total de adjudicación se distribuye en las siguientes anualidades y cuantías:

<u>Anualidad</u>	<u>Importe</u>
2016	20.257,99
2017	101.289,93

Motivación de la adjudicación.- Características de la proposición de los adjudicatarios determinantes de la adjudicación a su favor: En estos lotes se debe a la puntuación más elevada tras la valoración técnica y la oferta económica presentada.

MEDTRONIC IBERICA, S.A. (A28389484)			
Lotes	Base imponible	IVA	Total
LOTE 8: TROCAR C/BALÓN PARA SEPARACIÓN Y DISECCIÓN.	3.744,00	786,24	4.530,24
LOTE 13: KIT CIRUGÍA BARIÁTRICA.	13.556,50	2.846,87	16.403,37
LOTE 14: KIT CIRUGÍA DE COLON.	21.100,00	4.431,00	25.531,00
LOTE 15: ENDOAPLICADOR DE CLIPS LINEAL CON CARGA DE PARA TRÓCARES DE 5 MM. O 12 MM.	18.185,50	3.818,96	22.004,46
LOTE 20: ENDOGRAPADORA RECTA LARGA DE 45/60 MM. Y 12 DE DIÁMETRO Y CARGAS OPCIONALMENTE ARTICULABLES.	144.200,00	30.282,00	174.482,00
LOTE 36: DISPOSITIVO DE LIGADURA-LAZO PARA APENDICETOMÍA VÍA LAPAROSCÓPICA.	865,00	181,65	1.046,65
TOTAL	201.651,00	42.346,72	243.997,72

El Importe total de adjudicación se distribuye en las siguientes anualidades y cuantías:

<u>Anualidad</u>	<u>Importe</u>
2016	40.666,29
2017	203.331,43

Motivación de la adjudicación.- Características de la proposición de los adjudicatarios determinantes de la adjudicación a su favor: En estos lotes se debe a la puntuación más elevada tras la valoración técnica y la oferta económica presentada.

NEOMEDIC INTERNATIONAL, S.L. (B62838784)			
Lotes	Base imponible	IVA	Total

Exp.: PACP 2016-1-24

LOTE 38: CLIPS DE POLÍMERO TAMAÑOS XL Y L.	1.305,36	274,13	1579,49
TOTAL	1.305,36	274,13	1579,49

El Importe total de adjudicación se distribuye en las siguientes anualidades y cuantías:

<u>Anualidad</u>	<u>Importe</u>
2016	263,25
2017	1316,24

Motivación de la adjudicación.- Características de la proposición de los adjudicatarios determinantes de la adjudicación a su favor: En estos lotes se debe a la puntuación más elevada tras la valoración técnica y la oferta económica presentada.

PALEX MEDICAL, S.A. (A58710740)			
Lotes	Base imponible	IVA	Total
LOTE 33: PROTECTOR/SEPARADOR/RETRACTOR QUIRÚRGICO DESECHABLE DE 8-9 CM. DIÁMETRO APROX.	232,60	48,85	281,45
TOTAL	232,60	48,85	281,45

El Importe total de adjudicación se distribuye en las siguientes anualidades y cuantías:

<u>Anualidad</u>	<u>Importe</u>
2016	46,91
2017	234,54

Motivación de la adjudicación.- Características de la proposición de los adjudicatarios determinantes de la adjudicación a su favor: En estos lotes se debe a la puntuación más elevada tras la valoración técnica y la oferta económica presentada.

PRIM, S.A (A28165587)			
Lotes	Base imponible	IVA	Total
LOTE 6: TROCAR QUIRÚRGICO CON CÁNULA Y PASADOR DE PUNTA ÓPTICA DE 5 MM.	17.800,00	3.738,00	21.538,00
LOTE 10: KIT TROCAR-CÁNULA 5.	540,00	113,40	653,40
LOTE 26: TIJERA DE CORTE DE 5 MM. CON FILO DE 14 A 16 MM. APROX. TIPO METZEMBAUN.	4.700,00	987,00	5.687,00
LOTE 31: DISPOSITIVO ASPIRACIÓN/IRRIGACIÓN 5 MM.	12.000,00	2.520,00	14.520,00
LOTE 34: PUERTO RECARGA MULTIACCESO.	945,00	198,45	1.143,45
LOTE 37: ENDOGRAPADORA CORTADORA CARGA RECTA/ARTICULADA CON TRIPLE LÍNEA DE GRAPAS DE COMPRESIÓN UNIFORME.	23.430,00	3.290,76	26.720,76
TOTAL	59.415,00	10.847,61	70.262,61

El Importe total de adjudicación se distribuye en las siguientes anualidades y cuantías:

<u>Anualidad</u>	<u>Importe</u>
2016	11.710,44
2017	58.552,18



Hospital Universitario
de Getafe

Comunidad de Madrid

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Registro:

Unidad administrativa:
Servicio de Contratación del Hospital
Universitario de Getafe

Exp.: PACP 2016-1-24

Motivación de la adjudicación.- Características de la proposición de los adjudicatarios determinantes de la adjudicación a su favor: En estos lotes se debe a la puntuación más elevada tras la valoración técnica y la oferta económica presentada.

TELEFLEX MEDICAL, S.A. (A03142114)			
Lotes	Base imponible	IVA	Total
LOTE 23: PINZA CLAMPAJE-AGARRE DESECHABLE CON INSERCIÓN CUTÁNEA.	670,00	140,70	810,70
TOTAL	670,00	140,70	810,70

El Importe total de adjudicación se distribuye en las siguientes anualidades y cuantías:

Anualidad	Importe
2016	135,12
2017	675,58

Motivación de la adjudicación.- Características de la proposición de los adjudicatarios determinantes de la adjudicación a su favor: En estos lotes se debe a la puntuación más elevada tras la valoración técnica y la oferta económica presentada.

Número de ofertas presentadas: 20

Lote nº	Nº de ofertas
1	8
2	8
3	3
4	1
5	11
6	12
7	3
8	1
9	4
10	8
11	8
12	3
13	3
14	3
15	1
16	3
17	2
18	2
19	2
20	1
21	2
22	9
23	1
24	14
25	14
26	14
27	12
28	9

Exp.: PACP 2016-1-24

29	8
30	10
31	5
32	1
33	10
34	4
35	0
36	2
37	2
38	6

(En su caso:) [Licitadores excluidos y motivos de la exclusión:

Licitador	Motivos
APPLIED MEDICAL DEBV	<ul style="list-style-type: none"> - Excluido en el lote 6, no cumple porque el calibre interno y externo del trócar es respectivamente de 7 y 9 mm. superior a lo estipulado (medido con dispositivo "Calibre mod. EJE". - Excluido en el lote 10 no cumple porque el calibre interno y externo del trócar es respectivamente de 7 y 9 mm. superior a lo estipulado (medido con dispositivo "Calibre mod. EJE". - Descartado en el lote 13, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Descartado en el lote 14, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Excluido en el lote 24, no cumple: tracción deficiente que desgarrar los tejidos. - Descartado en el lote 25, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Descartado en el lote 26, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Descartado en el lote 27, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Descartado en el lote 29, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Descartado en el lote 33, por tener oferta más ventajosa de otro licitador.
ASSUT EUROPE IBERICA, S.L.U.	<ul style="list-style-type: none"> - Excluido en el lote 1, no cumple tiene estrías. - Excluido en el lote 5, no cumple: la grapadora con refuerzo se desplaza con dificultad provocando imprecisiones durante el grapado. Fuga del neumoperitoneo durante intervenciones prolongadas. No permite la disección de planos con la insuflación de gas. - Excluido en el lote 6, no cumple: Fuga del neumoperitoneo durante intervenciones prolongadas. - Excluido en el lote 10, no cumple: Fuga del neumoperitoneo durante intervenciones prolongadas. - Excluido en el lote 11, no cumple: La grapadora con refuerzo se desplaza con dificultad provocando imprecisiones durante el grapado. Fuga del neumoperitoneo durante intervenciones prolongadas. No permite la disección de planos con la insuflación de gas.
BARD DE ESPAÑA	<ul style="list-style-type: none"> - Excluido en el lote 16, no cumple por ser irreabsorbible según ficha técnica (acero inoxidable).

Exp.: PACP 2016-1-24

<p>B. BRAUN SURGICAL</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Descartado en el lote 24 por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Descartado en el lote 25, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Descartado en el lote 26, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Descartado en el lote 27, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Descartado en el lote 28, por tener oferta más ventajosa de otro licitador.
<p>MEDTRONIC</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Descartado en el lote 1, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Descartado en el lote 2, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Excluido en el lote 3, no cumple porque el sistema de fijación es permeable no mantiene el sellado necesario. - Excluido en el lote 5, no cumple: no permite la disección de planos con la insuflación de gas. - Excluido en el lote 6, no cumple: Cabezal no desmontable. - Excluido en el lote 7, no cumple: No es óptico, según ficha técnica requiere neumoperitoneo para su introducción. - Excluido en el lote 9, ni cumple: no es recortable y no es flexible. - Excluido en el lote 10, no cumple: Cabezal no desmontable. - Excluido en el lote 11, no cumple: No permite la disección de planos con la insuflación de gas. - Descartado en el lote 12, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Excluido en el lote 16, no cumple: perfil algo. Profundidad deficiente de la grapa cuando se aplica a la pared abdominal. - Descartado en el lote 17, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Excluido en el lote 18, no cumple: cuchillas integradas en la carga. Manejo con dos manos. - Excluido en el lote 19, no cumple: cuchillas integradas en la carga. Manejo con dos manos. - Excluido en el lote 21, no cumple: cuchillas integradas en la carga. Manejo con dos manos. - Descartado en el lote 24 por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Descartado en el lote 25, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Descartado en el lote 26, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Descartado en el lote 27, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Descartado en el lote 29, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Excluido en el lote 30, no cumple: carece de pasador para empujarlo. - Descartado en el lote 33, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Descartado en el lote 34, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Excluido en el lote 37, no cumple: no facilita el posicionamiento del

Exp.: PACP 2016-1-24

	<p>tejido así como su manejo con una sola mano (requiere las dos manos o la participación del ayudante). Hay que aplicar mucha fuerza tanto para el cierre como para el disparo, provocando imprecisiones y tracciones de los tejidos.</p>	
<p>DEXTRO MEDICA, S.L.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Excluido en el lote 1, no cumple: la grapadora con refuerzo se desplaza con dificultad provocando imprecisiones durante el grapado. - Excluido en el lote 2, no cumple: no fijación neumática. La grapadora con refuerzo se desplaza con dificultad provocando imprecisiones durante el grapado. - Excluido en el lote 3, no cumple: no se adapta a la definición del lote. La grapadora con refuerzo se desplaza con dificultad provocando imprecisiones durante el grapado. - Excluido en el lote 5, no cumple: la grapadora con refuerzo se desplaza con dificultad provocando imprecisiones durante el grapado. Fuga del neumoperitoneo durante intervenciones prolongadas. No permite la disección de planos con la insuflación de gas. No permite la reversión del sellado tras la extracción. - Excluido en el lote 6, no cumple: Fuga del neumoperitoneo durante intervenciones prolongadas. Cabezal no desmontable. - Excluido en el lote 9, ni cumple: no es recortable y no es flexible. Es de 13 mm. - Excluido en el lote 10, no cumple: Fuga del neumoperitoneo durante intervenciones prolongadas. Cabezal no desmontable. - Excluido en el lote 11, no cumple: La grapadora con refuerzo se desplaza con dificultad provocando imprecisiones durante el grapado. Fuga del neumoperitoneo durante intervenciones prolongadas. No permite la disección de planos con la insuflación de gas. No permite la reversión del sellado tras la extracción. - Excluido en el lote 22, no cumple: el sistema de cremallera pierde su finalidad de agarre en tejidos inflamados. Mango de difícil manipulación. - Excluido en el lote 24, no cumple: ergonomía y sujeción tisular que no es eficaz ni segura predisponiendo a desgarrar de tejidos inflamados. - Excluido en el lote 26, no cumple: sin aislamiento. - Excluido en el lote 31, no cumple: carece de electrodo - Excluido en el lote 33, no cumple: espacio entre aro y aro muy largo, que no permite una fijación adecuada con pacientes delgados. - Excluido en el lote 34, no cumple: material poco resistente y estable para mantener el sellado y la introducción correcta de los dispositivos quirúrgicos. - Descartado en el lote 38, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. 	
<p>DGM VASCULAR, S.L.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Descartado en el lote 25, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Excluido en el lote 26, no cumple: palas rectas. - Descartado en el lote 30, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Excluido en el lote 33, no cumple: espacio entre aro y aro muy largo que impide posicionarlo en pacientes obesos. - Descartado en el lote 38, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. 	



Hospital Universitario
de Getafe

Comunidad de Madrid

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Registro:

Unidad administrativa:
Servicio de Contratación del Hospital
Universitario de Getafe

Exp.: PACP 2016-1-24

<p>DISTRAUMA MEDICAL, S.L.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Excluido en el lote 7, no cumple: No es óptico. No permite su aplicación sin neumoperitoneo. - Excluido en el lote 22, no cumple: cremallera ineficaz para mantener la tracción. - Excluido en el lote 24, no cumple: cremallera de cierre no permite la fijación adecuada. Ergonomía y sujeción tisular que no es eficaz ni segura predisponiendo a desgarro de tejidos inflamados. - Descartado en el lote 25, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Descartado en el lote 26, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Excluido en el lote 27, no cumple: poco resistente a la tracción intensa. La bolsa se desgarra en situaciones de tracción intensa. - Descartado en el lote 28, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Descartado en el lote 29, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Descartado en el lote 30, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Descartado en el lote 33, por tener oferta más ventajosa de otro licitador.
<p>IHT MEDICAL, S.A.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Excluido en lote 1, no cumple: necesita adaptador para 5 mm. roza al introducir la grapadora con refuerzo. - Excluido en el lote 2, no cumple: no fijación neumática. La grapadora con refuerzo se desliza con dificultad provocando imprecisiones durante el grapado. - Excluido en el lote 24, no cumple: cremallera de cierre no permite la fijación adecuada. Ergonomía y sujeción tisular que no es eficaz ni segura predisponiendo a desgarro de tejidos inflamados. - Excluido en el lote 25, no cumple: poco ergonómico y sin aislante. - Excluido en el lote 26, no cumple: articulación muy dura. El movimiento articular de la tijera no permite una apertura-cierre adecuada para la disección quirúrgica.
<p>IMEX SALUD, S.L.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Excluido en el lote 5, no cumple: la grapadora con refuerzo se desliza con dificultad provocando imprecisiones durante el grapado. Fuga del neumoperitoneo durante intervenciones prolongadas. No permite la disección de planos con la insuflación de gas. - Excluido en el lote 6, no cumple: Cabezal de bajo perfil. Fuga del neumoperitoneo durante intervenciones prolongadas. La disección de los planos provoca desgarro muscular. - Excluido en el lote 22, no cumple: mando de difícil manipulación. Agarre poco seguro que desgarra los tejidos. - Excluido en el lote 24, no cumple: cremallera de cierre no permite la fijación adecuada. Ergonomía y sujeción tisular que no es eficaz ni segura predisponiendo a desgarro de tejidos inflamados. - Excluido en el lote 25, no cumple: poco resistente ante intervenciones largas o tejidos con edema, perdiendo su funcionalidad disectora. - Descartado en el lote 38, por tener oferta más ventajosa de otro licitador.
<p>MBA INCORPORADO, S.L.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Excluido en el lote 5, no cumple: la grapadora con refuerzo se

Registro:

Unidad administrativa:
Servicio de Contratación del Hospital
Universitario de Getafe

Exp.: PACP 2016-1-24

	<p>desplaza con dificultad provocando imprecisiones durante el grapado. Fuga del neumoperitoneo durante intervenciones prolongadas. No permite la disección de planos con la insuflación de gas. No permite la reversión del sellado tras la extracción.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Excluido en el lote 6, no cumple: Cabezal no desmontable. Fuga del neumoperitoneo durante intervenciones prolongadas. La disección de los planos provoca desgarro muscular. - Excluido en el lote 10, no cumple: Cabezal no desmontable. Fuga del neumoperitoneo durante intervenciones prolongadas. La disección de los planos provoca desgarro muscular. - Excluido en el lote 11, no cumple: La grapadora con refuerzo se desplaza con dificultad provocando imprecisiones durante el grapado. Fuga del neumoperitoneo durante intervenciones prolongadas. No permite la disección de planos con la insuflación de gas. No permite la reversión del sellado tras la extracción. - Excluido en el lote 22, no cumple: sistema de cremallera deficiente. Agarre poco seguro que desgarra tejidos inflamados. - Excluido en el lote 24, no cumple: cremallera de cierre no permite la fijación adecuada. Ergonomía y sujeción tisular que no es eficaz ni segura predisponiendo a desgarro de tejidos inflamados. - Descartado en el lote 25, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Excluido en el lote 26, no cumple la apertura de palas solicitadas. - Excluido en el lote 27, no cumple: la bolsa se desgarra en situaciones de tracción intensa. Anillo inestable durante la manipulación. - Excluido en el lote 28, no cumple: poco resistente a la tracción intensa. La bolsa se desgarra en situaciones de tracción intensa. - Excluido en el lote 30, no cumple: carece de pasador para empujarlos. Cierre de la bolsa "voluminoso" sin plegarlo bien. - Excluido en el lote 34, no cumple: no tiene el conectar el gas para una cirugía laparoscópica de puerto único. 	
<p>NEOMEDIC</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Excluido en el lote 5, no cumple: la grapadora con refuerzo se desplaza con dificultad provocando imprecisiones durante el grapado. Fuga del neumoperitoneo durante intervenciones prolongadas. No permite la disección de planos con la insuflación de gas. - Excluido en el lote 6, no cumple: Cabezal no desmontable. Fuga del neumoperitoneo durante intervenciones prolongadas. La disección de los planos provoca desgarro muscular. - Excluido en el lote 10, no cumple: Cabezal no desmontable. Fuga del neumoperitoneo durante intervenciones prolongadas. La disección de los planos provoca desgarro muscular. - Excluido en el lote 11, no cumple: La grapadora con refuerzo se desplaza con dificultad provocando imprecisiones durante el grapado. Fuga del neumoperitoneo durante intervenciones prolongadas. No permite la disección de planos con la insuflación de gas. - Descartado en el lote 22, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Excluido en el lote 24, no cumple: cremallera de cierre no permite la fijación adecuada. Ergonomía y sujeción tisular que no es eficaz ni segura predisponiendo a desgarro de tejidos inflamados. - Excluido en el lote 25, no cumple: presenta una referencia con corte ref. 10x702. - Descartado en el lote 26, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. 	

Exp.: PACP 2016-1-24

	<ul style="list-style-type: none"> - Descartado en el lote 27, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Excluido por presentarse únicamente a uno de los artículos del lote. - Excluido en el lote 31, no cumple: carece de electrodo. - Excluido en el lote 32 por superar el precio de licitación. - Excluido en el lote 33, no cumple: no retrae adecuadamente.
<p>PRIM, S.A.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Descartado en el lote 1, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Excluido en el lote 5, no cumple: la grapadora con refuerzo se desplaza con dificultad provocando imprecisiones durante el grapado. Fuga del neumoperitoneo durante intervenciones prolongadas. No permite la disección de planos con la insuflación de gas. - Excluido en el lote 11, no cumple: La grapadora con refuerzo se desplaza con dificultad provocando imprecisiones durante el grapado. Fuga del neumoperitoneo durante intervenciones prolongadas. No permite la disección de planos con la insuflación de gas. - Excluido en el lote 24, no cumple: cremallera de cierre no permite la fijación adecuada. Ergonomía y sujeción tisular que no es eficaz ni segura predisponiendo a desgarrar de tejidos inflamados. - Descartado en el lote 25, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Descartado en el lote 27, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Descartado en el lote 28, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Descartado en el lote 29, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Descartado en el lote 30, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Descartado en el lote 33, por tener oferta más ventajosa de otro licitador.
<p>PROHOSA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Excluido en el lote 5, no cumple: la grapadora con refuerzo se desplaza con dificultad provocando imprecisiones durante el grapado. Fuga del neumoperitoneo durante intervenciones prolongadas. No permite la reversión del sellado tras la extracción. - Excluido en el lote 6, no cumple: El cabezal no es de bajo perfil y el diámetro del trocar es mayor de 5 mm. Fuga del neumoperitoneo durante intervenciones prolongadas. - Excluido en el lote 10, no cumple: El cabezal no es de bajo perfil y el diámetro del trocar es mayor de 5 mm. Fuga del neumoperitoneo durante intervenciones prolongadas. - Excluido en el lote 11, no cumple: La grapadora con refuerzo se desplaza con dificultad provocando imprecisiones durante el grapado. Fuga del neumoperitoneo durante intervenciones prolongadas. No permite la disección de planos con la insuflación de gas. No permite la reversión del sellado tras la extracción. - Excluido en el lote 22, no cumple: el sistema de cremallera pierde su finalidad de agarre en tejidos inflamados. Mango de difícil manipulación. - Excluido en el lote 24, no cumple: cremallera de cierre no permite la

Exp.: PACP 2016-1-24

	<p>fijación adecuada. Ergonomía y sujeción tisular que no es eficaz ni segura predisponiendo a desgarrar de tejidos inflamados.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Descartado en el lote 25, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Descartado en el lote 26, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Descartado en el lote 27, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Descartado en el lote 28, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Descartado en el lote 29, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Excluido en el lote 31, no cumple: carece de electrodo.
<p>TELEFLEX MEDICAL, S.A.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Excluido en el lote 1, no cumple: punta no es roma. - Excluido en el lote 2, no cumple: pierde la funcionalidad de sellado en intervenciones largas y prolongadas. - Excluido en el lote 5, no cumple: la grapadora con refuerzo se desplaza con dificultad provocando imprecisiones durante el grapado. Fuga del neumoperitoneo durante intervenciones prolongadas. No permite la disección de planos con la insuflación de gas. No permite la reversión del sellado tras la extracción. - Excluido en el lote 6, no cumple: Cabezal no desmontable. Fuga del neumoperitoneo durante intervenciones prolongadas. La disección de los planos provoca desgarrar muscular. - Descartado en el lote 30, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Descartado en el lote 38, por tener oferta más ventajosa de otro licitador.
<p>JOHNSON & JOHNSON, S.A.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Excluido en el lote 2, no cumple: no tiene fijación neumática apropiada y selladora. - Excluido en el lote 9, ni cumple: no es recortable y no es flexible. - Excluido en el lote 19 por superar el precio de licitación. - Excluido en el lote 21 por superar el precio de licitación. - Descartado en el lote 33, por tener oferta más ventajosa de otro licitador.
<p>PALEX MEDICAL, S.A.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Excluido en el lote 2, no cumple: la grapadora con refuerzo se desplaza con dificultad provocando imprecisiones durante el grapado. - Excluido en el lote 5, no cumple: la grapadora con refuerzo se desplaza con dificultad provocando imprecisiones durante el grapado. Fuga del neumoperitoneo durante intervenciones prolongadas. No permite la disección de planos con la insuflación de gas. - Excluido en el lote 6, no cumple: Cabezal no desmontable. Fuga del neumoperitoneo durante intervenciones prolongadas. - Descartado en el lote 22, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Descartado en el lote 24, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Descartado en el lote 25, por tener oferta más ventajosa de otro licitador.

Exp.: PACP 2016-1-24

	<ul style="list-style-type: none"> - Excluido en el lote 26, no cumple: poca funcionalidad. Giro deficiente. Ergonomía limitada. - Descartado en el lote 27, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Descartado en el lote 28, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Excluido en el lote 30, no cumple: carece de pasador para empujarlo. Cierre de la bolsa grosero sin plegarlo bien. - Descartado en el lote 33, por tener oferta más ventajosa de otro licitador.
<p>SERAG WIESSNER IBERIA, S.L.U.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Descartado en el lote 36, por tener oferta más ventajosa de otro licitador.
<p>SISTEMAS INTEGRALES MEDICINA, S.A.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Excluido en lote 1, no cumple: al desmontarse pierde la funcionalidad de sellado. - Excluido en el lote 2, no cumple: no es desmontable y pierde la funcionalidad de sellado. - Excluido en el lote 6, no cumple: Cabezal no desmontable. Fuga del neumoperitoneo durante intervenciones prolongadas. La disección de los planos provoca desgarró muscular. - Excluido en el lote 9, ni cumple: no es recortable y no es flexible. Es de 13 mm. - Excluido en lote 12, no cumple: Presenta una grapadora inventariable. Trócares deficientes que no permiten la insuflación de gas durante la introducción percutánea. La grapadora con refuerzo se desplaza con dificultad provocando imprecisiones durante el grapado. - Excluido en lote 13, no cumple: Presenta una grapadora inventariable. Trócares deficientes que no permiten la insuflación de gas durante la introducción percutánea. La grapadora con refuerzo se desplaza con dificultad provocando imprecisiones durante el grapado. - Excluido en lote 14, no cumple: Presenta una grapadora inventariable. Trócares deficientes que no permiten la insuflación de gas durante la introducción percutánea. La grapadora con refuerzo se desplaza con dificultad provocando imprecisiones durante el grapado. - Excluido en el lote 22, no cumple: mango sin ergonomía. Tracción poco segura que desgarró los tejidos inflamados. - Descartado en el lote 24, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Descartado en el lote 25, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Excluido en el lote 26, no cumple: apertura de palas y giro que impide un movimiento rotatorio de 360°. - Descartado en el lote 27, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Descartado en el lote 28, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Descartado en el lote 29, por tener oferta más ventajosa de otro licitador. - Excluido en el lote 33, no cumple: espacio entre aro y aro muy largo que impide posicionarlo en pacientes obesos. - Descartado en el lote 38, por tener oferta más ventajosa de otro licitador.

Exp.: PACP 2016-1-24

**TACKLEN MEDICAL
TECHNOLOGY**

- Excluido en el lote 26, no cumple: apertura de palas inferior a lo establecido.
- Descartado en el lote 27, por tener oferta más ventajosa de otro licitador.
- Descartado en el lote 28, por tener oferta más ventajosa de otro licitador.
- Descartado en el lote 29, por tener oferta más ventajosa de otro licitador.
- Descartado en el lote 30, por tener oferta más ventajosa de otro licitador.
- Excluido en el lote 31, no cumple: carece de electrodo.

Lote 9, excluido por no cumplir las prescripciones técnicas ninguna de las ofertas presentadas.

Lote 19, excluido por superar el precio de licitación .

Lote 21, excluido por superar el precio de licitación .

Lote 32 , excluido por superar el precio de licitación.

Lote 35 desierto , no presentan ofertas a este lote .

*(Cuando **Sí** procede recurso especial:)*

[El adjudicatario formalizará el contrato en el plazo de cinco días naturales, contados desde el siguiente a aquel en que reciba el requerimiento para su firma.]

*(Cuando **No** procede recurso especial:)*

[El adjudicatario formalizará el contrato en el plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que reciba la notificación de esta adjudicación.]

(Si se exige garantía provisional:)

[Se autoriza la devolución de la garantía provisional constituida por los licitadores.]

*(Cuando **Sí** procede recurso especial:)* [Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso especial en materia de contratación, anunciándolo previamente al órgano de contratación, en el plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente a aquel en que se remita la notificación, ante el mismo órgano que lo ha dictado o ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, ante <la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia> <los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo> de Madrid, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 40 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y artículos 8 a 12 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.]

*(Cuando **No** procede recurso especial:)* [Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo un mes, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o bien, directamente,



Hospital Universitario
de Getafe

Comunidad de Madrid

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Registro:

Unidad administrativa:
Servicio de Contratación del Hospital
Universitario de Getafe

Exp.: PACP 2016-1-24

recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante <la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia> <los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo> de Madrid, ambos plazos contados desde el día

Getafe, 18 de Octubre de 2016

EL DIRECTOR GERENTE Fdo.: D. A. Dr. Manuel Freire Magariños

Fdo.: Miguel Ángel Andrés Molinero DIRECTOR MEDICO

Destinatarios:

Exp.: 2016-1-24

ANEXO A LA ADJUDICACIÓN ⁽¹⁾

Título del contrato: MATERIAL DE LAPAROSCOPIA

Lote nº: 1 Licitador propuesto como adjudicatario: APPLIED MEDICAL ESPAÑA

Descripción del lote	Plazo	Base imponible	IVA	Total lote	Canon mant.	Metálico	Bienes
TROCAR QUIRÚRGICO ACCESO PUNTA ROMA	12 Meses	1.250,00	262,50	1.512,50	No	No	No

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit. sin IVA	Base imponible	IVA	Total
027379	TROCAR QUIRÚRGICO ACCESO PUNTA ROMA	50	25,0000	1.250,00	262,50	1.512,50

Lote nº: 2 Licitador propuesto como adjudicatario: APPLIED MEDICAL ESPAÑA

Descripción del lote	Plazo	Base imponible	IVA	Total lote	Canon mant.	Metálico	Bienes
TROCAR QUIRURGICO ACCESO PUNTA ROMA FIJACIÓN NEUMÁTICA.	12 Meses	1.250,00	262,50	1.512,50	No	No	No

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit. sin IVA	Base imponible	IVA	Total
063660	TROCAR QUIRURGICO ACCESO PUNTA ROMA FIJACIÓN NEUMÁTICA.	50	25,0000	1.250,00	262,50	1.512,50

Lote nº: 3 Licitador propuesto como adjudicatario: APPLIED MEDICAL ESPAÑA

Descripción del lote	Plazo	Base imponible	IVA	Total lote	Canon mant.	Metálico	Bienes
TROCAR QUIRÚRGICO FIJACIÓN AVANZADA MEDIANTE BALÓN EN PUNTA.	12 Meses	330,00	69,30	399,30	No	No	No

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit. sin IVA	Base imponible	IVA	Total
063661	TROCAR QUIRÚRGICO FIJACIÓN AVANZADA MEDIANTE BALÓN EN PUNTA.	10	33,0000	330,00	69,30	399,30

Lote nº: 4 Licitador propuesto como adjudicatario: APPLIED MEDICAL ESPAÑA

Descripción del lote	Plazo	Base imponible	IVA	Total lote	Canon mant.	Metálico	Bienes
TROCAR QUIRÚRGICO FIJACIÓN AVANZADA MEDIANTE BALÓN EN PUNTA	12 Meses	251,98	52,92	304,90	No	No	No

(1) Anexo para contratos de suministro

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit. sin IVA	Base imponible	IVA	Total
063662	TROCAR QUIRÚRGICO FIJACIÓN AVANZADA MEDIANTE BALÓN EN PUNTA	10	25,1983	251,98	52,92	304,90

Lote n°: 5 Licitador propuesto como adjudicatario: APPLIED MEDICAL ESPAÑA

Descripción del lote	Plazo	Base imponible	IVA	Total lote	Canon mant.	Metálico	Bienes
TROCAR QUIRÚRGICO CON CÁNULA Y PASADOR DE PUNTA ÓPTICA DE 12 MM.	12 Meses	26.320,00	5.527,20	31.847,20	No	No	No

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit. sin IVA	Base imponible	IVA	Total
037812	Trocar quirúrgico 10/12 mm punta optica	700	28,0000	19.600,00	4.116,00	23.716,00
063663	Cánula para trocar 12 mm biselada	420	16,0000	6.720,00	1.411,20	8.131,20

Lote n°: 6 Licitador propuesto como adjudicatario: PRIM, S.A.

Descripción del lote	Plazo	Base imponible	IVA	Total lote	Canon mant.	Metálico	Bienes
TROCAR QUIRÚRGICO CON CÁNULA Y PASADOR DE PUNTA ÓPTICA DE 5 MM.	12 Meses	17.800,00	3.738,00	21.538,00	No	No	No

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit. sin IVA	Base imponible	IVA	Total
027382	Trocar quirúrgico 5 mm corto punta piramidal	600	21,0000	12.600,00	2.646,00	15.246,00
063664	Cánula para trocar 5mm biselada radiotransparente	400	13,0000	5.200,00	1.092,00	6.292,00

Lote n°: 7 Licitador propuesto como adjudicatario: APPLIED MEDICAL ESPAÑA

Descripción del lote	Plazo	Base imponible	IVA	Total lote	Canon mant.	Metálico	Bienes
TROCAR DILATADOR DE 15 MM.	12 Meses	990,00	207,90	1.197,90	No	No	No

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit. sin IVA	Base imponible	IVA	Total
035852	TROCAR DILATADOR DE 15 MM.	30	33,0000	990,00	207,90	1.197,90

Lote n°: 8 Licitador propuesto como adjudicatario: MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.

Descripción del lote	Plazo	Base imponible	IVA	Total lote	Canon mant.	Metálico	Bienes
TROCAR C/BALÓN PARA SEPARACIÓN Y DISECCIÓN	12 Meses	3.744,00	766,24	4.530,24	No	No	No

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit. sin IVA	Base imponible	IVA	Total
037525	Trocar quirúrgico 10/12mm c/balón p/disección	20	72,6600	1.453,20	305,17	1.758,37
037526	Trocar 10/12 mm c/balón	20	114,5400	2.290,80	481,07	2.771,87

Lote nº: 9 Licitador propuesto como adjudicatario: DESIERTO (por no cumplir las prescripciones técnicas ninguna de las ofertas presentadas)

Descripción del lote	Plazo	Base imponible	IVA	Total lote	Canon mant.	Metálico	Bienes
	12 Meses				No	No	No

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit. sin IVA	Base imponible	IVA	Total

Lote nº: 10 Licitador propuesto como adjudicatario: PRIM, S.A.

Descripción del lote	Plazo	Base imponible	IVA	Total lote	Canon mant.	Metálico	Bienes
KIT TROCAR-CÁNULA 5.	12 Meses	540,00	113,40	653,40	No	No	No

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit. sin IVA	Base imponible	IVA	Total
063665	Kit trocar 5 mm con cánula + cánula adicional	20	27,0000	540,00	113,40	653,40

Lote nº: 11 Licitador propuesto como adjudicatario: APPLIED MEDICAL ESPAÑA

Descripción del lote	Plazo	Base imponible	IVA	Total lote	Canon mant.	Metálico	Bienes
KIT TROCAR-CANULA	12 Meses	826,20	173,50	999,70	No	No	No

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit. sin IVA	Base imponible	IVA	Total
063666	KIT TROCAR-CANULA	20	41,3099	826,20	173,50	999,70

Lote nº: 12 Licitador propuesto como adjudicatario: APPLIED MEDICAL ESPAÑA

Descripción del lote	Plazo	Base imponible	IVA	Total lote	Canon mant.	Metálico	Bienes
KIT DE COLECISTECTOMIA.	12 Meses	21.481,25	4.511,06	25.992,31	No	No	No

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit. sin IVA	Base imponible	IVA	Total
063667	KIT DE COLECISTECTOMIA.	125	171,8499	21.481,25	4.511,06	25.992,31

Lote nº: 13 Licitador propuesto como adjudicatario: MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.

Descripción del lote		Plazo	Base imponible	IVA	Total lote	Canon mant.	Metálico	Bienes
KIT CIRUGÍA BARIÁTRICA		12 Meses	13.556,50	2.846,87	16.403,37	No	No	No

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit. sin IVA	Base imponible	IVA	Total
063668	KIT CIRUGÍA BARIÁTRICA	95	142,7000	13.556,50	2.846,87	16.403,37

Lote n°: 14 Licitador propuesto como adjudicatario: MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.

Descripción del lote		Plazo	Base imponible	IVA	Total lote	Canon mant.	Metálico	Bienes
KIT CIRUGÍA DE COLON		12 Meses	21.100,00	4.431,00	25.531,00	No	No	No

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit. sin IVA	Base imponible	IVA	Total
063669	KIT CIRUGÍA DE COLON	100	211,0000	21.100,00	4.431,00	25.531,00

Lote n°: 15 Licitador propuesto como adjudicatario: MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.

Descripción del lote		Plazo	Base imponible	IVA	Total lote	Canon mant.	Metálico	Bienes
ENDOAPLICADOR DE CLIPS LINEAL CON CARGA DE PARA TROCARES DE 5 MM. O 12 MM.		12 Meses	18.185,50	3.818,96	22.004,46	No	No	No

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit. sin IVA	Base imponible	IVA	Total
030765	ENDOAPLICADOR DE CLIPS LINEAL CON CARGA AUTOMÁTICA	290	54,9500	15.935,50	3.346,45	19.281,95
040143	ENDOAPLICADOR DE CLIPS LINEAL CON CARGA AUTOMÁTICA	30	75,0000	2.250,00	472,50	2.722,50

Lote n°: 16 Licitador propuesto como adjudicatario: JOHNSON & JOHNSON, S.A.

Descripción del lote		Plazo	Base imponible	IVA	Total lote	Canon mant.	Metálico	Bienes
ENDOAPLICADOR GRAPAS REABSORBIBLES PARA FIJACIÓN DE MALLAS VÍA LAPAROSCÓPICA.		12 Meses	3.181,82	668,18	3.850,00	No	No	No

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit. sin IVA	Base imponible	IVA	Total
063670	ENDOAPLICADOR GRAPAS REABSORBIBLES PARA FIJACIÓN DE MALLAS VÍA LAPAROSCÓPICA.	10	318,1818	3.181,82	668,18	3.850,00

Lote n°: 17 Licitador propuesto como adjudicatario: BARD DE ESPAÑA, S.A.

Descripción del lote		Plazo	Base imponible	IVA	Total lote	Canon mant.	Metálico	Bienes

ENDOAPLICADOR MÚLTIPLE HELICOIDAL DE 5 MM.	12	Meses	1.527,27	320,73	1.848,00	No	No	No
--	----	-------	----------	--------	----------	----	----	----

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit. sin IVA	Base imponible	IVA	Canon mant.	Total	Total
059361	ENDOAPLICADOR MÚLTIPLE HELICOIDAL DE 5 MM.	10	152,7272	1.527,27	320,73	No	1.848,00	1.848,00

Lote n°: 18 Licitador propuesto como adjudicatario: JOHNSON & JOHNSON, S.A.

Descripción del lote	Plazo	Base imponible	IVA	Total lote	Canon mant.	Metálico	Bienes
ENDOGRAPADORACORTADORA RÍGIDA Y FLEXIBLE	12 Meses	97.271,00	20.426,91	117.697,91	No	No	No

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit. sin IVA	Base imponible	IVA	Total	Total
036517	Endocortadora rígida 12 mm diámetro y 45 mm longitud	200	185,9500	37.190,00	7.809,90	44.999,90	44.999,90
036518	Unidad de carga tejido vascular 12 mm diámetro y 45 mm longitud	360	110,7400	39.866,40	8.371,94	48.238,34	48.238,34
036519	Unidad de carga tejido normal 12 mm diámetro y 35 mm longitud	90	110,7400	9.966,60	2.092,99	12.059,59	12.059,59
040152	Endocortador flexible 12 mm diámetro y 45 mm longitud	40	256,2000	10.248,00	2.152,08	12.400,08	12.400,08

Lote n°: 19 Licitador propuesto como adjudicatario: DESIERTO (el precio ofertado supera el precio de licitación)

Descripción del lote	Plazo	Base imponible	IVA	Total lote	Canon mant.	Metálico	Bienes
	Meses				No	No	No

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit. sin IVA	Base imponible	IVA	Total	Total

Lote n°: 20 Licitador propuesto como adjudicatario: MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.

Descripción del lote	Plazo	Base imponible	IVA	Total lote	Canon mant.	Metálico	Bienes
ENDOGRAPADORA RECTA LARGA DE 45/60 MM. Y 12 DE DIÁMETRO Y CARGAS OPCIONALMENTE ARTICULABLES	12 Meses	144.200,00	30.282,00	174.482,00	No	No	No

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit. sin IVA	Base imponible	IVA	Total	Total
025762	Unidad de carga endo gia	150	247,0000	37.050,00	7.780,50	44.830,50	44.830,50
043146	Carga 45 mm 2,5 mm espesor	75	120,0000	9.000,00	1.890,00	10.890,00	10.890,00
043147	Carga 60 mm 3,5 mm espesor	150	120,0000	18.000,00	3.780,00	21.780,00	21.780,00
043148	Carga 45 mm 3,5 mm espesor	150	120,0000	18.000,00	3.780,00	21.780,00	21.780,00
043149	Endograpadora recta larga	150	230,0000	34.500,00	7.245,00	41.745,00	41.745,00
050448	Carga endograpadora 60 mm 2,5 mm vascular	35	120,0000	4.200,00	882,00	5.082,00	5.082,00
062989	Carga radial endo gia	10	320,0000	3.200,00	672,00	3.872,00	3.872,00

063671	Unidad carga endogadora bariátrica	50	285,0000	14.250,00	2.992,50	17.242,50
064024	Carga 45 mm punta curva G2-2, 5-3	10	350,9000	2.900,00	609,00	3.509,00
064025	Carga 45 mm punta curva G4-4, 5-5	10	310,0000	3.100,00	651,00	3.751,00

Lote n°: 21 Licitador propuesto como adjudicatario: DESIERTO (el precio ofertado supera el precio de licitación)

Descripción del lote	Plazo	Base imponible	IVA	Total lote	Canon mant.	Bienes	
						Meses	No
					No	No	No

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit. sin IVA	Base imponible	IVA	Total	Bienes	
							IVA	Total

Lote n°: 22 Licitador propuesto como adjudicatario: DGM VASCULAR, S.L.

Descripción del lote	Plazo	Base imponible	IVA	Total lote	Canon mant.	Bienes	
						Meses	No
PINZA CON SISTEMA DE AGARRE EN LAS PALAS DE 5 MM.	12	421,40	88,49	509,89	No	No	No

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit. sin IVA	Base imponible	IVA	Total	Bienes	
							IVA	Total
032825	PINZA CON SISTEMA DE AGARRE EN LAS PALAS DE 5 MM.	20	21,0698	421,40	88,49	509,89		

Lote n°: 23 Licitador propuesto como adjudicatario: TELEFLEX MÉDICAL, S.A.

Descripción del lote	Plazo	Base imponible	IVA	Total lote	Canon mant.	Bienes	
						Meses	No
PINZA CLAMPAJE-AGARRE DESECHABLE CON INSERCIÓN CUTÁNEA.	12	670,00	140,70	810,70	No	No	No

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit. sin IVA	Base imponible	IVA	Total	Bienes	
							IVA	Total
032819	PINZA CLAMPAJE-AGARRE DESECHABLE CON INSERCIÓN CUTÁNEA.	5	134,00	670,00	140,70	810,70		

Lote n°: 24 Licitador propuesto como adjudicatario: DGM VASCULAR, S.L.

Descripción del lote	Plazo	Base imponible	IVA	Total lote	Canon mant.	Bienes	
						Meses	No
PINZA DE 5 MM. CON SISTEMA DE AGARRE ATRAUMÁTICO.	12	3.926,00	824,46	4.750,46	No	No	No

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit. sin IVA	Base imponible	IVA	Total	Bienes	
							IVA	Total
032530	PINZA DE 5 MM. CON SISTEMA DE AGARRE ATRAUMÁTICO.	200	19,6300	3.926,00	824,46	4.750,46		

Lote n°: 25 Licitador propuesto como adjudicatario: DEXTRO MEDICAL, S.L.

Descripción del lote		Plazo	Base imponible	IVA	Total lote	Canon mant.	Metálico	Bienes
PINZA DISECTORA CURVA DE 5 MM		12 Meses	381,82	80,18	462,00	No	No	No
Código	Descripción	Cantidad	Precio unit. sin IVA	IVA	Total	Canon mant.	Metálico	Bienes
032820	PINZA DISECTORA CURVA DE 5 MM	20	19,0909	80,18	381,82	No	80,18	462,00

Lote n°: 26 Licitador propuesto como adjudicatario: PRIM, S.A.

Descripción del lote		Plazo	Base imponible	IVA	Total lote	Canon mant.	Metálico	Bienes
TIJERA DE CORTE DE 5 MM. CON FILO DE 14 A 16 MM. APROX. TIPO METZEMBAUN.		12 Meses	4.700,00	987,00	5.687,00	No	No	No
Código	Descripción	Cantidad	Precio unit. sin IVA	IVA	Total	Canon mant.	Metálico	Bienes
054109	Tijera metzenbaum desechable 5/310mm	250	18,80	987,00	4.700,00	No	987,00	5.687,00

Lote n°: 27 Licitador propuesto como adjudicatario: DEXTRO MEDICAL, S.L.

Descripción del lote		Plazo	Base imponible	IVA	Total lote	Canon mant.	Metálico	Bienes
BOLSA DE RECOGIDA Y EXTRACCIÓN DE ESPECÍMENES CON APLICADOR AUTOMÁTICO		12 Meses	2.863,64	601,36	3.465,00	No	No	No
Código	Descripción	Cantidad	Precio unit. sin IVA	IVA	Total	Canon mant.	Metálico	Bienes
040161	BOLSA DE RECOGIDA Y EXTRACCIÓN DE ESPECÍMENES CON APLICADOR AUTOMÁTICO	150	19,0909	601,36	2.863,64	No	601,36	3.465,00

Lote n°: 28 Licitador propuesto como adjudicatario: DEXTRO MEDICAL, S.L.

Descripción del lote		Plazo	Base imponible	IVA	Total lote	Canon mant.	Metálico	Bienes
BOLSA DE RECOGIDA Y EXTRACCIÓN DE ESPECÍMENES CON APLICADOR AUTOMÁTICO		12 Meses	1.909,09	400,91	2.310,00	No	No	No
Código	Descripción	Cantidad	Precio unit. sin IVA	IVA	Total	Canon mant.	Metálico	Bienes
049271	BOLSA DE RECOGIDA Y EXTRACCIÓN DE ESPECÍMENES CON APLICADOR AUTOMÁTICO	100	19,0909	400,91	1.909,09	No	400,91	2.310,00

Lote n°: 29 Licitador propuesto como adjudicatario: DEXTRO MÉDICAL, S.L.

Descripción del lote	Plazo		Base imponible	IVA	Total lote	Canon mant.	Metálico	Bienes
	Meses							
BOLSA DE RECOGIDA Y EXTRACCIÓN DE ESPECÍMENES CON APLICADOR AUTOMÁTICO	12		1.363,64	286,36	1.650,00	No	No	No

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit. sin IVA	Base imponible	IVA	Total
058366	BOLSA DE RECOGIDA Y EXTRACCIÓN DE ESPECÍMENES CON APLICADOR AUTOMÁTICO	50	27,2727	1.363,64	286,36	1.650,00

Lote n°: 30 Licitador propuesto como adjudicatario: DEXTRO MÉDICAL, S.L.

Descripción del lote	Plazo		Base imponible	IVA	Total lote	Canon mant.	Metálico	Bienes
	Meses							
BOLSA AUTODESPLEGABLE DE RECOGIDA Y EXTRACCIÓN DE ESPECÍMENES.	12		2.036,36	427,64	2.464,00	No	No	No

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit. sin IVA	Base imponible	IVA	Total
050449	Dispositivo eléctrico de aspiración irrigación	100	10,1818	1.018,18	213,82	1.232,00
063672	Bolsa recogida especimenes autodesplegable	100	10,1818	1.018,18	213,82	1.232,00

Lote n°: 31 Licitador propuesto como adjudicatario: PRIM, S.A.

Descripción del lote	Plazo		Base imponible	IVA	Total lote	Canon mant.	Metálico	Bienes
	Meses							
DISPOSITIVO ASPIRACIÓN/IRRIGACIÓN 5 MM.	12		12.000,00	2.520,00	14.520,00	No	No	No

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit. sin IVA	Base imponible	IVA	Total
030850	Dispositivo aspiración irrigación 5 mm	250	24,0000	6.000,00	1.260,00	7.260,00
063673	Dispositivo eléctrico de aspiración irrigación 5mm 40 – 45 cm	250	24,0000	6.000,00	1.260,00	7.260,00

Lote n°: 32 Licitador propuesto como adjudicatario: DESIERTO (el precio ofertado supera el precio de licitación)

Descripción del lote	Plazo		Base imponible	IVA	Total lote	Canon mant.	Metálico	Bienes
	Meses							
						No	No	No

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit. sin IVA	Base imponible	IVA	Total

Lote n°: 33 Licitador propuesto como adjudicatario: PALEX MEDICAL, S.A.

Descripción del lote		Plazo	Base imponible	IVA	Total lote	Canon mant.	Metálico	Bienes
PROTECTOR/SEPARADOR/RETRACTOR QUIRÚRGICO DESECHABLE DE 8-9 CM. DIÁMETRO APROX		12 Meses	232,60	48,85	281,45	No	No	No

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit. sin IVA	Base imponible	IVA	Total
040158	PROTECTOR/SEPARADOR/RETRACTOR QUIRÚRGICO DESECHABLE DE 8-9 CM. DIÁMETRO APROX	10	23,2603	232,60	48,85	281,45

Lote n°: 34 Licitador propuesto como adjudicatario: PRIM, S.A.

Descripción del lote		Plazo	Base imponible	IVA	Total lote	Canon mant.	Metálico	Bienes
PUERTO RECARGA MULTIACCESO		12 Meses	945,00	198,45	1.143,45	No	No	No

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit. sin IVA	Base imponible	IVA	Total
058412	PUERTO RECARGA MULTIACCESO	5	189,0000	945,00	198,45	1.143,45

Lote n°: 35 Licitador propuesto como adjudicatario: DESIERTO (no presentan ofertas)

Descripción del lote		Plazo	Base imponible	IVA	Total lote	Canon mant.	Metálico	Bienes
		Meses				No	No	No

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit. sin IVA	Base imponible	IVA	Total

Lote n°: 36 Licitador propuesto como adjudicatario: MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.

Descripción del lote		Plazo	Base imponible	IVA	Total lote	Canon mant.	Metálico	Bienes
DISPOSITIVO DE LIGADURA-LAZO PARA APENDICETOMÍA VÍA LAPAROSCÓPICA		12 Meses	865,00	181,65	1.046,65	No	No	No

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit. sin IVA	Base imponible	IVA	Total
063674	Dispositivo ligadura /lazo con sutura reabsorbible larga duración	60	10,2272	613,64	128,86	742,50
063675	Dispositivo ligadura/lazo con sutura no absorbible	35	7,1800	251,36	52,79	304,15

Lote n°: 37 Licitador propuesto como adjudicatario: PRIM, S.A.

Descripción del lote		Plazo	Base imponible	IVA	Total lote	Canon mant.	Metálico	Bienes
ENDOGRAPADORA CORTADORA CARGA RECTA/ARTICULADA CON TRIPLE LÍNEA DE GRAPAS DE COMPRESIÓN UNIFORME		12 Meses	23.430,00	3.290,76	26.720,76	No	No	No

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit. sin IVA	Base imponible	IVA	Total
063677	Endograpadora / cortadora universal recta /articulada	60	143,6000	8.616,00	1.809,36	10.425,36
063679	Carga tejido vascular endograpadora/cortadora universal recta	60	74,8181	4.489,09	942,71	5.431,80
063680	Carga tejido normal endograpadora /cortadora universal recta	60	74,8181	4.489,09	942,71	5.431,80
063681	Carga tejido grueso endograpadora/ cortadora universal recta	60	74,8181	4.489,09	942,71	5.431,80

Lote n°: 38 Licitador propuesto como adjudicatario: NEOMEDIC INTERNATIONAL, S.L.

Descripción del lote		Plazo	Base imponible	IVA	Total lote	Canon mant.	Metálico	Bienes
CLIPS DE POLÍMERO TAMAÑOS XL Y L.		12 Meses	1.305,36	274,13	1579,49	No	No	No

Código	Descripción	Cantidad	Precio unit. sin IVA	Base imponible	IVA	Total
047607	Aplicador clips y cargas	378	3,3300	1.258,74	264,34	1.523,08
063676	Clip de polímero para ligadura carga extralarga	14	3,3300	46,62	9,79	56,41

Getafe, 18 de octubre de 2016

Fdo.: P. A. Dr. Manuel Freire **MEJOR DIRECTOR GERENTE**

DIRECTOR MEDICO

Fdo.: Miguel Ángel Andrés Molinero