

RESOLUCIÓ

Atesa la necessitat de contractar el subministrament d'una Torre de Laparoscòpia, per a l'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII.

D'acord amb el que preveu l'art. 151.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Vist el que preveu la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut i la Resolució SLT/866/2010, de 18 de març, de delegació de competències en matèria de contractes del sector públic.

Resolc

Primer. Adjudicar la contractació del subministrament d'una Torre de Laparoscòpia, per a l'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII, a l'empresa Stryker Ibèria, SL, amb NIF B82173451, pel període comprés fins el 31 de desembre de 2016 i per un import total de 45.000,00 euros sense IVA i de 54.450,00 euros amb IVA.

Segon. Contra aquesta resolució es podrà interposar, potestativament, recurs en via administrativa d'acord amb el que preveuen el Plec de clàusules administratives particulars i el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Tarragona, 7 de novembre de 2016



Rafael Gracia Escoriza
Gerent Territorial de l'ICS Camp de Tarragona

Exp. núm.: CS/AH05/1100612982/16/PA

Quadre de puntuacions torre laparoscòpica		Puntuació màxima	Stryker Ibèrica	B. Braun Surgical	Commed	Karl Storz
Preu del aparell IVA exciòs		51.239,67 €	45.000,00 €	48.000,00 €	50.000,00 €	49.995,00 €
Puntuació preu		50	50	46,88	45,00	45,00
Cost anual del manteniment preventiu i correctiu sense peces			3.267,81 €	No oferta	0,00 €	2.495,00 €
Puntuació manteniment sense peces		3	0	0	3	0
Cost anual del manteniment preventiu i correctiu a tot risc amb peces			8.496,31 €	No oferta	4.500,00 €	4.995,00 €
Puntuació manteniment a tot risc		3	1,59	0,00	3,00	2,70
Període de garantia en anys			2	2	3	2
Puntuació període de garantia		4	2,66	2,66	4	2,66
Milliores, Altres accessoris a considerar						
Protectors de pantalla a mida per monitors	40	40	4	4	4	40
Control d' insuflador des de capçal de càmera.	4	4	4	4	0	4
Control capturador imatges des de capçal de càmera.	4	4	4	4	4	4
Control de font de llum des de capçal de càmera.	4	4	4	4	4	4
Pantalla tàctil en capturador imatges	4	4	4	4	0	4
Possibilitat d'esterilització de les parts reutilitzables en autoclau.	1	1	1	1	1	1
2 Monitor LCD de 26" per doble visualització o altres presentacions.	4	4	4	4	4	4
Monitors sense fils (Wireles)	6	6	6	0	6	6
Control amb pre-configuració de Paràmetres de Color i llum per cada especialitats.	1	1	1	1	1	1
Controls de Color. Possibilitat de ajust de colors i llum.	1	1	1	1	1	1
Font de llum LED	6	6	6	6	6	6
Comunicació digital en xarxa Ethernet per visualització i arxiu.	1	1	1	1	1	1
TOTAL PUNTUACIÓ		100,00	94,25	83,54	87,00	90,37