



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE "MATERIAL GENÉRICO DE PUNCIÓN: AGUJAS, CÁNULAS Y CATÉTERES (SU.PC.SANI.01.03) POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CONFORME AL ARTICULO 9.3.a) DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

ANEXOS:

- ANEXO I: Relación Lotes.
- ANEXO II: Estimación de consumos.
- ANEXO III: Recepción de muestras.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE "MATERIAL GENÉRICO DE PUNCIÓN: AGUJAS, CÁNULAS Y CATÉTERES (SU.PC.SANI.01.03) POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CONFORME AL ARTICULO 9.3.a) DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.

EXPEDIENTE 0000483/2016

1.- ELEMENTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO

1.1. Objeto del contrato especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

El objeto del la presente contratación lo constituye el suministro de Material Genérico de Punción: agujas, cánulas y catéteres (subgrupo 01.03 del catálogo de bienes y servicios del SAS), por lotes independientes y agrupaciones de lotes, al amparo del art. 9.3.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, relacionados en el **Anexo I** de este pliego, con destino a los centros agrupados en la Plataforma Logística Sanitaria de Almería y a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería, para un periodo inicial de VEINTICUATRO MESES y una prórroga prevista de otros VEINTICUATRO MESES.

1.2. Denominación técnica y descripción de las características técnicas generales y específicas de los elementos cuya contratación se especifica en el apartado anterior.

Las características técnicas de los bienes solicitados aparecen detalladas en el **Anexo I** de este Pliego donde asimismo se reflejan aquellos atributos y medidas que se consideran necesarios y que son determinantes para la contratación.

1.3. Requisitos básicos.

- Todos los productos ofertados deberá cumplir con los requerimientos técnicos y de calidad expresamente exigidos por la normativa nacional e internacional sobre la materia y contar con las licencias, autorizaciones y demás condiciones que las disposiciones vigentes exigen al diseño, fabricación, acondicionamiento, etiquetado y comercialización del mismo.

- Cada uno de los productos que se oferten a los lotes (artículos) establecidos en la presente contratación debe estar inscrito en el Banco de Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Salud y, por lo tanto, contar con el Certificado de Aptitud o el Certificado de Identificación del Producto (CIP) asociado al Genérico de Centro (Gc) que figura en cada lote, por lo que se recomienda a los licitadores revisen los datos registrados en el Banco de Bienes y Servicios del SAS y cumplimenten debidamente todos los campos.
- Para la presentación de ofertas y en general en todas y cada una de las transacciones de las que sean objeto a lo largo de la vigencia del contrato, los productos se identificarán por su denominación, e inseparablemente asociados, el Genérico de Centro (Gc), la referencia comercial y el Código CIP.
- **No se admiten variantes.** A estos efectos no tendrán consideración de variantes los distintos productos de una misma empresa que cuentan con CIP respecto al mismo Genérico de Centro (Gc), siempre y cuando se oferten a igual precio unitario.
- No serán consideradas las ofertas de productos con CIP emitidos con arreglo a especificaciones técnicas, atributos y/o medidas correspondientes a otros artículos (Gc) del Banco de Bienes y Servicios.
- Para la identificación de los productos objeto del presente contrato, la empresa adjudicataria deberá adoptar el sistema normalizado GS1 (EAN) de codificación y simbolización en barras en los envases y embalajes de los productos. Serán por cuenta del adjudicatario, y a su costa, las actuaciones necesarias a tal fin.
- En caso de que el material ofertado lleve algún tipo de material asociado para su correcto funcionamiento (conectores, cables adaptadores, etc.), estos deberán ser suministrados de forma conjunta con el mismo, sin que supongan ningún tipo de coste adicional para los centros sanitarios.

2.- DENOMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS QUE SE EXIGEN.

2.1. Los bienes objeto de esta contratación habrán de ser ofertados por los lotes independientes y agrupaciones de lotes, tal y como se establecen en el Anexo I de "Distribución de Lotes", por precio unitario referido a la unidad de contratación que se especifica en dicho anexo. En la oferta económica (Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares) habrá de expresarse el precio unitario (IVA excluido) con una precisión de 6 decimales.



2.2. La recepción de los suministros deberá efectuarse una vez formalizado el contrato, mediante los pedidos efectuados por la Unidad de Compras de la Plataforma Logística Sanitaria de Almería o, en su caso, por la unidad de la Agencia Pública Sanitaria Hospital de Poniente de Almería que corresponda.

2.3. Durante la vigencia del contrato, para las transacciones comerciales, el adjudicatario deberá operar a través del portal de compras en Internet que, en su caso, implante el Servicio Andaluz de Salud. En su defecto los canales de comercialización derivados de la ejecución del presente contrato serán los ordinarios.

2.4. Plazo y lugar de entrega. El material objeto de la presente contratación deberá ser entregado, con los portes pagados hasta destino, en el Almacén Central de Suministros de la Plataforma de Logística Sanitaria de Almería, o en su caso, en los almacenes de consumo que se establezcan en los correspondiente pedidos. El plazo de entrega no podrá superior a **DOS DIAS** desde la recepción del pedido, o el comprometido por el adjudicatario en su oferta económica y técnica siempre que sea inferior a la exigida. En el supuesto de que les sea requerido por la Unidad de Compras y Suministros con carácter de urgencia, la entrega del pedido será inmediata.

2.5. Durante la ejecución del contrato el adjudicatario adaptará su sistema de facturación a los criterios determinados por el Órgano de Contratación, establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas. No se aceptarán aquellos albaranes y facturas que no se ajusten a lo especificado.

2.6. Si durante la vigencia del contrato el adjudicatario incluyese en el Banco de Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Salud nuevos productos que incorporen avances, o innovaciones tecnológicas que mejoren las prestaciones o características de los productos adjudicados, éstos podrán ser ofertados al órgano de contratación siempre y cuando dispongan del correspondiente Código de Identificación del Producto (CIP), se encuentren asociados al Genérico de Centro (GC) incluido en el contrato y el precio ofertado del nuevo producto sea igual o inferior al del adjudicado. El órgano de contratación se reserva el derecho de decidir sobre la admisión de los citados productos.

2.7. Se utilizará el Sistema de intercambio electrónico de Datos EDI, para las transacciones comerciales entre los proveedores y el SAS, ya que a partir del 1 de abril de 2013 se exige a los proveedores de productos incluidos en los grupos SU.PC.SANI.01, tener implantado dicho sistema. (Resolución de 28 de diciembre de 2012 de la Dirección Gerencia del SAS.).

2.8. Toda aquella empresa cuya oferta sea considerada la más ventajosa económicamente deberá, antes de la resolución de adjudicación actualizar el Factor de Equivalencia en el Catálogo de Bienes y Servicios del SAS, de cada CIP propuesto para adjudicación.

3.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.-

3.1. Los licitadores presentarán en el sobre nº 2 (Documentación técnica relativa a la valoración de criterios no automáticos), catálogos y/o fichas técnicas de los productos ofertados, donde se identificará claramente la referencia y CIP del producto que ofertan en relación al Genérico de Centro establecido para cada lote y que servirán de base para la elaboración del informe técnico correspondiente. El índice y resumen de la documentación relativa a la Oferta técnica se elaborará según el modelo **Anexo II-A OFERTA TÉCNICA PARA SU VALORACIÓN CONFORME A CRITERIOS DE VALORACIÓN NO AUTOMÁTICOS del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.**

3.2. Para los lotes que a continuación se detallan, los licitadores deberán reflejar necesariamente en las fichas técnicas de sus ofertas técnicas, entre los otros datos que deseen aportar, los siguientes:

LOTE	GRUP	CLASIFICACIÓN/ CÓDIGOS	GENÉRICO DE CENTRO	DESCRIPCIÓN	DATOS OFERTAS TÉCNICAS	OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ARTÍCULOS	CESIÓN DE EQUIPOS
18	1	SU.PC.SANI .01.03.00.00 0000	D91468	AGUJA HIPODERMICA INTRAMUSCULAR / adulto /Sistema de seguridad-Longitud:[25-50];Diámetro:[0.8-0.8];	Atributos y medidas Longitud (Determinante para la Compra) (Expresado en mm.) Diámetro (Determinante para la Compra) (Expresado en mm.) Composición de la aguja(Tipo de material) Látex(Si o No) Indicaciones (Introduzca las Indicaciones) Descripción (Introduzca la Descripción) Material (Introduzca el Material) Envasado (Introduzca el Envasado)		
19	1	SU.PC.SANI .01.03.00.00 0000	E10728	AGUJA HIPODERMICA INTRAMUSCULAR / adulto /Sistema de seguridad-Longitud:[25-50];Diámetro:[0.9-0.9];			
20	1	SU.PC.SANI .01.03.00.00 0013	B41926	AGUJA HIPODERMICA INTRAVENOSA /Sistema de seguridad-Longitud:[25-50];Diámetro:[0.9-0.9];			
21	1	SU.PC.SANI .01.03.00.00 0013	B43585	AGUJA HIPODERMICA INTRAVENOSA /Sistema de seguridad-Longitud:[25-50];Diámetro:[0.8-0.8];			
22	1	SU.PC.SANI .01.03.00.00 0014	B38877	AGUJA HIPODERMICA SUBCUTANEA /Sistema de seguridad-Longitud:[0-25];Diámetro:[0.5-0.5];			
23	1	SU.PC.SANI .01.03.00.10 0000	D91470	AGUJA HIPODÉRMICA DE PUNTA ROMA.-Longitud:[25-50];Diámetro:[1.2-1.2];		Longitud=25	
24	2	SU.PC.SANI .01.03.01.10 0007	D48742	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ / corta-Longitud:[90-100];Diámetro :[25-25];	Atributos y medidas Longitud (Determinante para la Compra) (Expresado en mm.) Conector (Plástico o metálico) Diámetro (Determinante para la Compra) (Expresado en GAUGE) Tipo de punta (Nomenclatura) Aguja introductora (Especificar si tiene) Composición de la aguja(Tipo de		

25	2	SU.PC.SANI .01.03.01.10 0007	D87623	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ / corta- Longitud:[90-100];Diámetro :[27-27];	material) Látex (Si o No) Indicaciones (Introduzca las Indicaciones) Descripción (Introduzca la Descripción) Material (Introduzca el Material) Envasado (Introduzca el Envasado)		
26	2	SU.PC.SANI .01.03.01.10 0007	E03238	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ / corta- Longitud:[90-100];Diámetro :[26-26];			
27	3	SU.PC.SANI .01.03.01.10 0009	E53424	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ / larga- Longitud:[90-110];Diámetro :[25-25];	Atributos y medidas Longitud (Determinante para la Compra) (Expresado en mm.) Conector (Plástico o metálico) Diámetro (Determinante para la Compra) (Expresado en GAUGE) Tipo de punta (Nomenclatura) Aguja introductora (Especificar si tiene) Composición de la aguja(Tipo de material) Látex no(Si o No) Indicaciones (Introduzca las Indicaciones) Descripción (Introduzca la Descripción) Material (Introduzca el Material) Envasado (Introduzca el Envasado)		
28	3	SU.PC.SANI .01.03.01.10 0009	B39170	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ / larga- Longitud:[110-130];Diámetro :[27-27];			
29	3	SU.PC.SANI .01.03.01.10 0009	B43726	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ / larga- Longitud:[110-130];Diámetro :[25-25];			
30	3	SU.PC.SANI .01.03.01.10 0009	E53759	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ / larga- Longitud:[90-110];Diámetro :[27-27];			
7		SU.PC.SANI .01.03.02.10 0003	B60833	AGUJA BIOPSIA DETECTABLE ULTRASONIDO POR VACIO- Longitud:[70-140];Diámetro :[9-9];	Atributos y medidas Longitud (Determinante para la Compra) (Expresado en mm.) Diámetro (Determinante para la Compra) (Expresado en GAUGE)		EQUIPO Y KITS DE TUBOS Y LOS RECIPIENTES PARA RECOGIDA DE RESIDUOS.
17		SU.PC.SANI .01.03.02.10 0003	C29508	AGUJA BIOPSIA DETECTABLE ULTRASONIDO POR VACIO- Longitud:[70-140];Diámetro :[10-10];	Equipo compatible (especificar equipo compatible) Graduación en cm (Especificar si tiene) Tipo de punta (Nomenclatura) Composición de la aguja (Tipo de material) Látex(Si o No) Indicaciones (Introduzca las Indicaciones) Descripción (Introduzca la Descripción) Material (Introduzca el Material) Envasado (Introduzca el Envasado)		EQUIPO Y KITS DE TUBOS Y LOS RECIPIENTES PARA RECOGIDA DE RESIDUOS.
9		SU.PC.SANI .01.03.02.10 0003	B54182	AGUJA BIOPSIA DETECTABLE ULTRASONIDO POR VACIO- Longitud:[70-140];Diámetro :[7-8];			EQUIPO Y KITS DE TUBOS Y LOS RECIPIENTES PARA RECOGIDA DE RESIDUOS.
31	4	SU.PC.SANI .01.03.02.30 0017	B38297	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[200- 400];Diámetro :[18-18];	Atributos y medidas Longitud (Determinante para la Compra) (Expresado en mm.) Diámetro (Determinante para la Compra) (Expresado en GAUGE) Graduación en cm (Especificar si tiene) Punta ecogénica (Especificar si tiene) Longitud de corte (Expresado en mm.) Composición de la aguja (Tipo de material)		

32	4	SU.PC.SANI .01.03.02.30 0017	D54127	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[100- 160];Diámetro :[14-14];	Látex (Si o No) Indicaciones (Introduzca las Indicaciones) Descripción (Introduzca la Descripción) Material (Introduzca el Material) Envasado (Introduzca el Envasado)		
33	5	SU.PC.SANI .01.03.02.30 0018	E27062	AGUJA BIOPSIA PARA PISTOLA AUTOMATICA-Longitud:[0-100];Diámetro :[14-14];	Atributos y medidas Longitud (Determinante para la Compra) (Expresado en mm.) Diámetro (Determinante para la Compra) (Expresado en GAUGE) Equipo compatible (Especificar equipo compatible) Graduación en cm (Especificar si tiene) Punta ecogénica (Especificar si tiene) Longitud de corte (Expresado en mm.) Composición de la aguja(Tipo de material) Látex (Si o No) Indicaciones (Introduzca las Indicaciones) Descripción (Introduzca la Descripción) Material (Introduzca el Material) Envasado (Introduzca el Envasado)		SI
34	5	SU.PC.SANI .01.03.02.30 0018	E73761	AGUJA BIOPSIA PARA PISTOLA AUTOMATICA-Longitud:[250- 300];Diámetro :[18-18];			
35	5	SU.PC.SANI .01.03.02.30 0018	B40096	AGUJA BIOPSIA PARA PISTOLA AUTOMATICA-Longitud:[200- 250];Diámetro :[18-18];			
38	5	SU.PC.SANI .01.03.02.30 0018	B55521	AGUJA BIOPSIA PARA PISTOLA AUTOMATICA-Longitud:[200- 250];Diámetro :[16-16];			
39	5	SU.PC.SANI .01.03.02.30 0018	E26747	AGUJA BIOPSIA PARA PISTOLA AUTOMATICA-Longitud:(150- 200);Diámetro :[16-16];			
36	5	SU.PC.SANI .01.03.02.30 0018	E27055	AGUJA BIOPSIA PARA PISTOLA AUTOMATICA-Longitud:(100- 150);Diámetro :[14-14];			
37	5	SU.PC.SANI .01.03.02.30 0018	E27064	AGUJA BIOPSIA PARA PISTOLA AUTOMATICA-Longitud:[0-100];Diámetro :[18-18];			
40	6	SU.PC.SANI .01.03.02.30 0021	E34742	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO /DOBLE DISPARO- Longitud:[0-100];Diámetro :[14-14];	Atributos y medidas Longitud (Determinante para la Compra) (Expresado en mm.) Diámetro (Determinante para la Compra) (Expresado en GAUGE) Graduación en cm (Especificar si tiene) Punta ecogénica (Especificar si tiene) Longitud de corte (Expresado en mm.)		
41	6	SU.PC.SANI .01.03.02.30 0021	E60951	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO /DOBLE DISPARO- Longitud:[0-100];Diámetro :[18-18];	Composición de la aguja (Tipo de material) Látex (Si o No) Indicaciones (Introduzca las Indicaciones) Descripción (Introduzca la Descripción) Material (Introduzca el Material) Envasado (Introduzca el Envasado)		
42	6	SU.PC.SANI .01.03.02.30 0021	E70966	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO /DOBLE DISPARO- Longitud:[100-160];Diámetro :[14-14];	Atributos y medidas Longitud (Determinante para la Compra) (Expresado en mm) Diámetro (Determinante para la Compra) (Diámetro expresado en GAUGE) Composición (Tipo de material) Látex (Si o No)		
43	7	SU.PC.SANI .01.03.02.60 0000	E45697	CANULA COAXIAL PARA AGUJA BIOPSIA-Longitud:[0-200];Diámetro:[14- 14,5];			

44	7	SU.PC.SANI .01.03.02.60 0000	E56905	CANULA COAXIAL PARA AGUJA BIOPSIA-Longitud:[0-200];Diámetro:[18-18];	Indicaciones (Introduzca las Indicaciones) Descripción (Introduzca la Descripción) Material (Introduzca el Material) Envasado (Introduzca el Envasado)		
14		SU.PC.SANI .01.03.04.30 0004	B39185	AGUJA ESTEREOTAXIA PUNTA ARPÓN RECOLOCABLE-Diámetro:[19.5-19.5];TIPO DE PUNTA :arpón;Longitud de la aguja:[0-150];	Atributos y medidas Diámetro (Determinante para la Compra) (Diámetro expresado en G) Composición aguja (Tipo de material) TIPO DE PUNTA (Determinante para la Compra) ((NOMENCLATURA)) Longitud de la aguja (Determinante para la Compra) (Expresado en mm) Látex (Si o No) Indicaciones (Introduzca las Indicaciones) Descripción (Introduzca la Descripción) Material (Introduzca el Material) Envasado (Introduzca el Envasado)		
45	8	SU.PC.SANI .01.03.04.60 0001	B58965	EQ. DRENAJE DE LIQUIDO ASCITICO- Diámetro:[6-6];Longitud de la aguja:[0-180];	Atributos y medidas Diámetro (Determinante para la Compra) (Expresado en FR.ó CH) Composición (Tipo de material)		
46	8	SU.PC.SANI .01.03.04.60 0001	B42381	EQ. DRENAJE DE LIQUIDO ASCITICO- Diámetro:[3-3];Longitud de la aguja:[0-180];	Longitud de la aguja (Determinante para la Compra) (Expresado en mm) Látex (Si o No) Indicaciones (Introduzca las Indicaciones)		
47	8	SU.PC.SANI .01.03.04.60 0001	D39527	EQ. DRENAJE DE LIQUIDO ASCITICO- Diámetro:[5-5];Longitud de la aguja:[0-180];	Descripción (Introduzca la Descripción) Material (Introduzca el Material) Envasado (Introduzca el Envasado)		
48	9	SU.PC.SANI .01.03.05.00 0001	E72041	AGUJA ECOGENICA P/ BLOQUEO ANESTESICO /con linea-Diámetro:[22-22];Long. de la aguja:(35-50];	Atributos y medidas Diámetro (Determinante para la Compra) (Diámetro de la aguja expresado en Gauges) Long. de la aguja (Determinante para la Compra) (Long de la aguja expresado en mm) Angulación bisel (Especificar la angulación en grados del bisel) Indicaciones (Introduzca las Indicaciones) Descripción (Introduzca la Descripción)		
49	9	SU.PC.SANI .01.03.05.00 0001	E83504	AGUJA ECOGENICA P/ BLOQUEO ANESTESICO /con linea-Diámetro:[21-21];Long. de la aguja:(80-130];	Material (Introduzca el Material) Envasado (Introduzca el Envasado)		

13		SU.PC.SANI .01.03.06.40 0004	B39191	AGUJA EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ ALETAS, LINEA Y SIST. SEGURIDAD Y PORTATUBO-DIAMETRO:[21-21];LONGITUD DE LA AGUJA:[0-25];	Atributos y medidas DIAMETRO (Determinante para la Compra) (ESPECIFICAR EN GAUGES) CONEXIÓN (Especificar tipo de conexión) Composición(Composición de material) LONGITUD DE LINEA (ESPECIFICAR EN CM) LONGITUD DE LA AGUJA (Determinante para la Compra) (ESPECIFICAR EN MM) Látex (Si o No) Indicaciones (Introduzca las Indicaciones) Descripción (Introduzca la Descripción) Material (Introduzca el Material) Envasado (Introduzca el Envasado)		
16		SU.PC.SANI .01.03.06.50 0000	B58591	AGUJA EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ PORTATUBOS Y SIST. SEGURIDAD-LONGITUD:[25-50];DIAMETRO:[21-21];	Atributos y medidas LONGITUD (Determinante para la Compra) (ESPECIFICAR EN MM) DIAMETRO (Determinante para la Compra) (ESPECIFICAR EN GAUGES) CONEXIÓN (Especificar tipo de conexión) Composición(Composición de material) Látex (Si o No) Indicaciones (Introduzca las Indicaciones) Descripción (Introduzca la Descripción) Material (Introduzca el Material) Envasado (Introduzca el Envasado)		
5		SU.PC.SANI .01.03.10.00 0006	B44204	CANULA I.V. PERIFERICA CORTO-Longitud:[10-50];Diámetro :[26-26];	Atributos y medidas Longitud (Determinante para la Compra) (Expresado en mm.) Diámetro (Determinante para la Compra) (Expresado en GAUGE) Composición (Tipo de material) Aletas de fijación (Especificar si posee) Tipo de protección (Especificar) Válvula de inyección (Especificar si posee) Situación protección (Especificar) Látex (Si o No) Indicaciones (Introduzca las Indicaciones) Descripción (Introduzca la Descripción) Material (Introduzca el Material) Envasado (Introduzca el Envasado)		
50	10	SU.PC.SANI .01.03.10.10 0006	B38363	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA PROTECCION-Longitud:[10-50];Diámetro :[18-18];	Atributos y medidas Longitud (Determinante para la Compra) (Expresado en mm.) Diámetro (Determinante para la	SISTEMA DE SEGURIDAD PASIVA	

51	10	SU.PC.SANI .01.03.10.10 0006	B39196	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA PROTECCION-Longitud:[10- 50];Diámetro :[24-24];	Compra (Expresado en GAUGE) Composición (Tipo de material) Aletas de fijación (Especificar si posee)	SISTEMA DE SEGURIDAD PASIVA	
52	10	SU.PC.SANI .01.03.10.10 0006	B39199	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA PROTECCION-Longitud:[10- 50];Diámetro :[20-20];	Tipo de protección (Especificar) Válvula de inyección (Especificar si posee)	SISTEMA DE SEGURIDAD PASIVA	
53	10	SU.PC.SANI .01.03.10.10 0006	B39200	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA PROTECCION-Longitud:[10- 50];Diámetro :[22-22];	Situación protección (Especificar) Látex (Si o No) Indicaciones (Introduzca las Indicaciones)	SISTEMA DE SEGURIDAD PASIVA	
54	10	SU.PC.SANI .01.03.10.10 0006	B50494	CATÉTER I.V. PERIFERICO CON SISTEMA PROTECCION-Longitud:[10- 50];Diámetro :[16-16];	Descripción (Introduzca la Descripción) Material (Introduzca el Material) Envasado (Introduzca el Envasado)	SISTEMA DE SEGURIDAD PASIVA	
55	11	SU.PC.SANI .01.03.11.10 0013	D86395	CATETER CENTRAL EPICUTANEO SIN GUIA / LARGA DURACION-Longitud:[0- 30];Período de permanencia:1 a 3 meses;Diámetro interno 1ª luz:[28- 28];Diámetro interno 2ª luz:[0-0];	Atributos y medidas Longitud (Determinante para la Compra) (Expresado en cm.) Diámetro externo (Expresado en FR) Composición (Tipo de material) Aletas de fijación (Especificar si posee) Período de permanencia Determinante para la Compra) (Especificar en meses) Diámetro interno 1ª luz (Determinante para la Compra) (Expresado en GAUGE) Diámetro interno 2ª luz (Determinante para la Compra) (Expresado en GAUGE) Látex (Si o No) Indicaciones (Introduzca las Indicaciones)		
56	11	SU.PC.SANI .01.03.11.10 0013	B39625	CATETER CENTRAL EPICUTANEO SIN GUIA / LARGA DURACION- Longitud:[30-60];Período de permanencia:3 a 6 meses;Diámetro interno 1ª luz:[23- 23];Diámetro interno 2ª luz:[0-0];	Descripción (Introduzca la Descripción) Material (Introduzca el Material) Envasado (Introduzca el Envasado)		

6		SU.PC.SANI .01.03.11.20 0009	E73646	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 1 LUZ/ LARGA DURACION Y ALTO FLUJO-Longitud:[40- 80];Diámetro interno 1 luz:[18- 18];Diámetro interno 2 luz:[0-0];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0- 0];Período de permanencia:6 a 12 meses;Diámetro externo del catéter:[5-5];	Atributos y medidas Longitud (Determinante para la Compra) (Especificar la longitud del catéter, expresado en cm.) Alto flujo (Especificar si o no) Composición (Tipo de material) Marcado centimétrico (Especificar si tiene marcas) Diámetro interno 1 luz (Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Diámetro interno 2 luz (Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Diámetro interno 3 luz (Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Diámetro interno 4 luz (Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Diámetro interno 5 luz (Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Período de permanencia (Determinante para la Compra) (Especificar en meses) Composición desinfectante (Tipo de material) Diámetro externo del catéter (Determinante para la Compra) (Expresado en FR ó CH) Látex (Si o No) Indicaciones (Introduzca las Indicaciones) Descripción (Introduzca la Descripción) Material (Introduzca el Material) Envasado (Introduzca el Envasado)		
3		SU.PC.SANI .01.03.11.30 0020	B38178	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUCES-Longitud:[10- 40];Diámetro interno 1 luz:[16- 16];Diámetro interno 2 luz:[16- 16];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[7-7];	Atributos y medidas Composición : Tipo de material, Marcado centimétrico: Especificar si tiene marcas, Diámetro interno 3 luz: Expresado en Gauge, Diámetro interno 4 luz: Expresado en Gauge, Longitud: Especificar la longitud del catéter, expresado en cm., Diámetro interno 2 luz: Expresado en Gauge, Diámetro externo del catéter: Expresado en FR ó CH, Diámetro interno 1 luz: Expresado en Gauge, Período de permanencia: Especificar en meses, Composición desinfectante: Tipo de material, Diámetro interno 5 luz: Expresado en Gauge, Alto flujo: Especificar si o no Látex: Si o No		
10		SU.PC.SANI .01.03.11.30 0020	B55965	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUCES-Longitud:[40- 80];Diámetro interno 1 luz:[16- 16];Diámetro interno 2 luz:[16- 16];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[7-7];			

1		SU.PC.SANI .01.03.11.30 0020	C24199	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUCES-Longitud:[40- 80];Diámetro interno 1 luz:[18- 18];Diámetro interno 2 luz:[14- 14];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[7-7];	Indicaciones (Introduzca las Indicaciones) Descripción (Introduzca la Descripción) Material (Introduzca el Material) Envasado (Introduzca el Envasado)		
8		SU.PC.SANI .01.03.11.30 0021	D48138	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUCES CON ANTISEPTICO-Longitud:[10-40];Diámetro interno 1 luz:[14-14];Diámetro interno 2 luz:[14-14];Diámetro interno 3 luz:[0- 0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[8-8];	Atributos y medidas Longitud (Determinante para la Compra) (Especificar la longitud del catéter, expresado en cm.) Alto flujo (Especificar si o no) Composición (Tipo de material) Marcado centimétrico (Especificar si tiene marcas) Diámetro interno 1 luz (Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Diámetro interno 2 luz (Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Diámetro interno 3 luz (Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Diámetro interno 4 luz (Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Diámetro interno 5 luz (Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Período de permanencia (Determinante para la Compra) (Especificar en meses) Composición desinfectante (Tipo de material) Diámetro externo del catéter(Determinante para la Compra) (Expresado en FR ó CH) Látex (Si o No) Indicaciones (Introduzca las Indicaciones) Descripción (Introduzca la Descripción) Material (Introduzca el Material) Envasado (Introduzca el Envasado)		
57	12	SU.PC.SANI .01.03.11.40 0014	D34519	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 3 LUCES-Longitud:[10- 40];Diámetro interno 1 luz:[18- 18];Diámetro interno 2 luz:[18- 18];Diámetro interno 3 luz:[16- 16];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[7-7];	Atributos y medidas Longitud (Determinante para la Compra) (Especificar la longitud del catéter, expresado en cm.) Alto flujo (Especificar si o no) Composición (Tipo de material) Marcado centimétrico (Especificar si tiene marcas) Diámetro interno 1 luz (Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Diámetro interno 2 luz (Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Diámetro interno 3 luz (Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Diámetro interno 4 luz		

58	12	SU.PC.SANI .01.03.11.40 0014	B82466	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 3 LUCES-Longitud:[10-40];Diámetro interno 1 luz:[16-16];Diámetro interno 2 luz:[18-18];Diámetro interno 3 luz:[18-18];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[7-7];	(Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Diámetro interno 5 luz (Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Período de permanencia (Determinante para la Compra) (Especificar en meses) Composición desinfectante Tipo de material) Diámetro externo del catéter (Determinante para la Compra) (Expresado en FR ó CH) Látex (Si o No) Indicaciones (Introduzca las Indicaciones) Descripción (Introduzca la Descripción) Material (Introduzca el Material) Envasado (Introduzca el Envasado)		
59	13	SU.PC.SANI .01.03.15.00 0010	D81357	EQ. CATETER ARTERIAL TECNICA SELDINGER-Longitud:[0-10];Diámetro interno 1 luz:[18-18];Diámetro interno 2 luz:[0-0];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[4-4];	Atributos y medidas Longitud (Determinante para la Compra) (Especificar la longitud del catéter, expresado en cm.) Alto flujo(Especificar si o no) Composición (Tipo de material) Marcado centimétrico (Especificar si tiene marcas)		
60	13	SU.PC.SANI .01.03.15.00 0010	D99964	EQ. CATETER ARTERIAL TECNICA SELDINGER-Longitud:[0-10];Diámetro interno 1 luz:[20-20];Diámetro interno 2 luz:[0-0];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[3-3];	Diámetro interno 1 luz (Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Diámetro interno 2 luz(Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Diámetro interno 3 luz (Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Diámetro interno 4 luz (Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge)		
61	13	SU.PC.SANI .01.03.15.00 0010	B44954	EQ. CATETER ARTERIAL TECNICA SELDINGER-Longitud:[10-40];Diámetro interno 1 luz:[20-20];Diámetro interno 2 luz:[0-0];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[3-3];	Diámetro interno 5 luz (Determinante para la Compra) (Expresado en Gauge) Período de permanencia(Determinante para la Compra) (Especificar en meses) Composición desinfectante (Tipo de material) Diámetro externo del catéter (Determinante para la Compra) (Expresado en FR ó CH) Látex (Si o No) Indicaciones (Introduzca las Indicaciones) Descripción (Introduzca la Descripción) Material (Introduzca el Material) Envasado (Introduzca el Envasado)		

62	14	SU.PC.SANI .01.03.99.10 0002	E87409	LANCETA PUNCION DIGITAL AUTOMATICA C/ SIST. PROTECCION / NEONATOS-Diámetro/Anchura de corte:[2.50-2.50];BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO:no;	Atributos y medidas Diámetro/Anchura de corte (Determinante para la Compra) (Especificar diámetro de la aguja expresado en GAUGE o anchura de corte si la lanceta es de tipo cuchilla, expresado en mm) Composición lanceta (Tipo de material) Tipo de punta (Especificar tipo de insición.) Longitud de la aguja (Expresado en mm)		
63	14	SU.PC.SANI .01.03.99.10 0002	E87408	LANCETA PUNCION DIGITAL AUTOMATICA C/ SIST. PROTECCION / NEONATOS-Diámetro/Anchura de corte:[1.75-1.75];BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO:no;	BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO (Determinante para la Compra) ((SI o NO)) Látex (Si o No) Indicaciones (Introduzca las Indicaciones) Descripción (Introduzca la Descripción) Material (Introduzca el Material) Envasado (Introduzca el Envasado)		
11		SU.PC.SANI .01.03.99.10 0004	E74473	LANCETA PUNCION DIGITAL P/ DISP. AUTOMATICO-Diámetro/Anchura de corte:[30-30];BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO:si;	Atributos y medidas Diámetro/Anchura de corte (Determinante para la Compra) (Especificar diámetro de la aguja expresado en GAUGE o anchura de corte si la lanceta es de tipo cuchilla, expresado en mm) Composición aguja (Tipo de material) Tipo de punta (Especificar tipo de insición.) Longitud de la aguja (Expresado en mm)		Los bolígrafos los facilitan las empresas a los usuarios.
15		SU.PC.SANI .01.03.99.10 0004	D68107	LANCETA PUNCION DIGITAL P/ DISP. AUTOMATICO-Diámetro/Anchura de corte:[28-28];BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO:si;	BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO (Determinante para la Compra) ((SI o NO)) Látex (Si o No) Indicaciones (Introduzca las Indicaciones) Descripción (Introduzca la Descripción) Material (Introduzca el Material) Envasado (Introduzca el Envasado)		Los bolígrafos los facilitan las empresas a los usuarios.
12		SU.PC.SANI .01.03.99.10 1000	C26327	LANCETA PUNCION DIGITAL / adultos- Diámetro/Anchura de corte:[30- 30];BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO:no;	Atributos y medidas Diámetro/Anchura de corte (Determinante para la Compra) (Especificar diámetro de la aguja expresado en GAUGE o anchura de corte si la lanceta es de tipo cuchilla, expresado en mm) Composición (Tipo de material) Tipo de punta (Especificar tipo de insición.) Longitud de la aguja (Expresado en mm) BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO (Determinante para la Compra) ((SI o NO)) Látex (Si o No) Indicaciones (Introduzca las		

2		SU.PC.SANI .01.03.99.10 1000	C25181	LANCETA PUNCION DIGITAL / adultos- Diámetro/Anchura de corte:[30- 30];BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO:si;	Indicaciones) Descripción (Introduzca la Descripción) Material (Introduzca el Material) Envasado (Introduzca el Envasado)		Los bolígrafos los facilitan las empresas a los usuarios.
4		SU.PC.SANI .01.03.99.10 3000	B39811	LANCETA PUNCION DIGITAL AUTOMATICA C/ SIST. PROTECCION- Diámetro/Anchura de corte:[21- 21];BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO:no;	Atributos y medidas Diámetro/Anchura de corte(Determinante para la Compra) (Especificar diámetro de la aguja expresado en GAUGE o anchura de corte si la lanceta es de tipo cuchilla, expresado en mm) Composición (Tipo de material) Tipo de punta (Especificar tipo de insición.) Longitud de la aguja (Expresado en mm) BOLIGRAFO DE PUNCION ASOCIADO (Determinante para la Compra) ((SI o NO)) Látex (Si o No) Indicaciones (Introduzca las Indicaciones) Descripción (Introduzca la Descripción) Material (Introduzca el Material) Envasado (Introduzca el Envasado)		

3.3. Las empresas podrán presentar cuanta información consideren conveniente de cara a acreditar la calidad de productos y las mejores condiciones de su oferta.

3.4. Las ofertas y el resto de documentación que se acompañe se presentarán en folios tamaño A4, evitando tamaños superiores.

Adicionalmente se requiere que dicha información sea presentada no sólo en soporte papel, sino también en formato digital al objeto de facilitar el procesamiento de dichos datos en la valoración de las ofertas y en la adjudicación del expediente.

El formato aportado será en Hoja Excel (no PDF), utilizando como soporte el CD-ROM, que irá etiquetado o rotulado como se indica y contendrá los siguientes datos:

Etiquetado: Nº EXPEDIENTE, OFERTA TÉCNICA, LICITADOR y SOBRE Nº 2.

Agrupación	Lote	Código SAS	Código GC	Descripción	CIP	Referenci a fabricante	Referencia distribuidor

3.5. Se acompañará, en el sobre que corresponda a la oferta económica, CD-ROM con los archivos que contengan estas ofertas económicas en formato de hoja Excel (no PDF) al objeto de facilitar la gestión de las ofertas para la adjudicación, ello sin perjuicio de la obligación de que estas ofertas se entreguen, en el sobre correspondiente, en formato papel y firmadas por el apoderado de la empresa. El CD- ROM irá etiquetado o rotulado como se indica y contendrá los siguientes datos:

Etiquetado: Nº EXPEDIENTE, OFERTA ECONÓMICA, LICITADOR y SOBRE Nº 3

Agrupación	Lote	Código SAS	Código GC	Descripción	CIP	Referencia fabricante	Referencia distribuidor	Oferta: Precio unitario (U. contratación IVA excluido)

Los precios unitarios deberán venir expresados con precisión de seis decimales.

En caso de discrepancia entre la documentación presentada en papel y la incluida en soporte electrónico, prevalecerá lo establecido en la presentada en papel.

4.- MUESTRAS

Los licitadores presentarán muestras de los productos ofertados acompañadas del correspondiente documento: **Anexo III** de "Recepción de Muestras" debidamente cumplimentado y por duplicado ejemplar, debiendo depositarlas en LA UNIDAD DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA del Hospital Torrecárdenas antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas.

5.- GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

El contratista adoptará las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislación ambiental comunitaria, estatal, autonómica y local vigente que sea de aplicación al objeto del contrato, y responderá de cualquier incidente por él causado.

Para evitar tales incidentes, el contratista adoptará con carácter general las medidas preventivas oportunas que dictan las buenas prácticas de gestión, en especial las relativas a evitar vertidos líquidos indeseados, emisiones contaminantes a la atmósfera y el abandono de cualquier tipo de residuos, con extrema atención en la correcta gestión de los clasificados como peligrosos.

El Técnico Responsable designado por el contratista será encargado de la vigilancia del cumplimiento de estas condiciones de carácter ambiental. Dicho Técnico podrá ser requerido por el Hospital.

Los residuos generados durante los trabajos que sean de titularidad del contratista, deberán ser retirados de las instalaciones, bajo su responsabilidad, de



acuerdo a las prescripciones legales vigentes, comunicando dicho trámite al Hospital.

El contratista se compromete a informar inmediatamente al Hospital sobre cualquier incidente medioambiental que se produzca en el curso de los trabajos. El Hospital podrá solicitar un informe escrito referente al hecho y a sus causas.

6.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.

La evaluación técnica de las ofertas se realizará por la/s persona/s designada/s por la Mesa de Contratación de los distintos Centros Sanitarios integrantes en la contratación.

Conocido y aceptado en su totalidad,

LA DIRECTORA GERENTE

EL ADJUDICATARIO

Fdo.: Francisca Antón Molina

Fdo.: