

En Francesc Luque López, Director d'Economia i Serveis de la Corporació Sanitària Parc Taulí, actuant d'acord amb les facultats delegades pel Consell de Govern als efectes de procedir a l'adjudicació de l'expedient **17SM0099P**, convocat per procediment obert i amb tramitació anticipada per a contractar el subministrament de **HIBRIDACIÓ IN SITU (FISH/CISH)**, per a la Corporació Sanitària Parc Taulí (en endavant CSPT).

Atès l'expedient de contractació amb la documentació que l'integra.

Atès la proposta d'adjudicació de la Mesa de Contractació a favor de la proposta econòmicament més avantatjosa, així com la documentació aportada pel licitador que realitza aquesta oferta dins del termini fixat.

Atès que l'empresa proposada per a l'adjudicació compleix amb els requisits de capacitat i solvència exigits per a contractar amb l'administració, a data de finalització del termini de presentació de les proposicions d'aquest procediment.

Vist l'establert el que disposa els articles 151, 153 i 156 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (a partir d'ara TRLCSP), i l'establert al Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen la present contractació.

HE RESULT:

Primer.- Adjudicar el contracte tramitat mitjançant procediment obert per a contractar el subministrament de **HIBRIDACIÓ IN SITU (FISH/CISH)**, expedient **17SM0099P**, per a la Corporació Sanitària Parc Taulí, tal i com a continuació es detalla:

<u>LOT</u>	<u>LICITADOR</u>	<u>ENTITAT</u>	<u>ANY</u>	<u>IMPORT</u> <u>(IVA exclòs)</u>
HIBRI	LEICA MICROSISTEMAS, SL	CSPT	2017	36.900,00.-€
			2018	36.900,00.-€


Segon.- Notificar la present resolució a tots els licitadors, amb les característiques i avantatges de les proposicions presentades pels adjudicataris determinants de que s'hagi seleccionat la seva oferta com la més avantatjosa econòmicament. Procedir a publicar-la en el perfil del contractant de la Corporació Sanitària Parc Taulí i a la Plataforma electrònica de Contractació de la Generalitat de Catalunya.

Tercer.- Requerir a l'empresa adjudicatària perquè en el termini màxim fixat a la clàusula 22.1 del Plec de Clàusules Administratives Particulars Tipus que regeixen la contractació procedeixin a la formalització del corresponent contracte.



El present acord no posa fi a la via administrativa i es podrà recórrer mitjançant la interposició de recurs d'alçada davant el Consell de Govern de la Corporació Sanitària Parc Taulí, d'acord amb allò previst als arts. 121-124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Sabadell, 20 de febrer de 2017



Francesc Luque López
Director d'Economia i Serveis



25/1/17

30 anys
1986 - 2016

INFORME TÈCNIC PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ NÚM. 17SM0099p

HIBRIDACIÓ IN SITU (FISH/CISH)

Informe que s'emet en relació a les ofertes presentades per les empreses licitadores a l'expedient referenciat.

Vistes les documentacions trameses per la Mesa de Contractació, un cop examinades d'acord amb els criteris d'adjudicació que s'estableixen a la documentació rectora de l'esmentat expedient, aquests Serveis arriben a les següents conclusions:

• **LOT HIBRI SONDES I REACTIUS**

Empreses presentades:

- a/ LEICA MICROSISTEMAS, SL
- b/ MENARINI DIAGNÓSTICOS, SA

Criteris de valoració: (Màxim 46 punts)

		Leica	Menarini
		d/	e/
1.	Nombre sondes (0-10)	9,17	10,00
2.	Qualitat determinacions (0-10)	10,00	9,50
3.	Funcionalitat i versatilitat (0-10)	7,00	9,00
4.	Grau automatització (0-8)	8,00	8,00
5.	Aportació software (0-5)	0,00	2,00
	Possibilitat integració equip (0-3)	3,00	3,00
TOTAL		37,17	41,50

SONDES:

1. Nombre de sondes optimitzades per a automatització. Es donarà màxima puntuació a l'oferta amb major nombre de sondes totalment automatitzades del catàleg d'interès del servei. La resta d'ofertes es puntuaran proporcionalment.

De les 19 sondes indicades com a sondes d'interès, Menarini Diagnòsticos, SA fa constar que disposa de 12 optimitzades per a automatització (a més d'IgH, que no s'ha considerat, per no estar inclosa dins del catàleg d'interès del servei) i Leica Microsistemas, SL 11 (a més de RET i HPV, no inclosos en el catàleg de sondes d'interès). S'ha realitzat el càlcul de què 12 sondes equivalen a 10 punts, assignant la màxima puntuació i s'ha calculat els punts que corresponen a l'empresa que aporta 11 sondes.

2. Qualitat de les determinacions (claredat i intensitat del senyal; comoditat de l'observador; concordança amb resultats coneguts durant les proves).

La qualitat de les determinacions (claredat i intensitat del senyal; comoditat de l'observador, concordança amb els resultats coneguts durant les proves) s'ha valorat com a molt similar en les dues empreses licitadores. La màxima puntuació s'ha atorgat a Leica Microsistemas, SL de la qual totes les proves van obtenir l'estàndard de claredat i intensitat del senyal en tot els tipus de mostres testats: talls de parafina, empremtes citològiques conservades congelades i citologies tenyides i muntades. S'ha atorgat una puntuació inferior a Menarini Diagnòsticos, SA, que, si bé va obtenir resultats equiparables en les seccions en parafina i citologies congelades, no va aconseguir resultats òptims en citologies tenyides i muntades. Aquest material s'utilitza



de forma excepcional, d'aquí que la diferència de puntuació assignada no sigui important, però sí que s'ha considerat com a aspecte no totalment satisfactori.

EQUIPAMENT:

3. Funcionalitat i versatilitat de l'equip d'automatització (possibilitat de realitzar la tècnica totalment automatitzada/semiautomatitzada, facilitat de modificar i ajustar els programes, temps del processament, versatilitat en funció del tipus de material -empremtes, material parafinat, etc, nombre d'estudis simultanis)

S'ha considerat que en molts aspectes els equips, tot i ser diferents, tenen unes prestacions similars (possibilitat d'automatització completa i de treballar de forma semiautomàtica, versatilitat en funció del tipus de material -ja s'ha avaluat els resultats en un altre punt-, ...) però cap dels dos arriba a obtenir la màxima puntuació. A l'equip Impath 36 com a problema s'ha considerat la necessitat de situar la mostra en una posició determinada del portaobjecte. Això obliga a fer canvis en la forma de treballar del laboratori. L'impacte no és excessivament gran perquè els canvis a realitzar no comprometen la funcionalitat d'altres equips del servei. S'ha considerat com a punts a favor d'aquest equip la possibilitat de realitzar 36 protocols independents (vs 3 protocols en racks de 10 portes cadascun, en l'equip Bond); millor gestió de residus i temps de treball més reduït (5,30 vs 14 hores). La facilitat en modificar i ajustar els programes és diferent en els dos equips: en un és més senzill fer els canvis; l'altre està una mica més blindat a l'hora de fer-los... Aquest últim punt, tot i les diferències, no s'ha puntuat de forma diferenciada entre les dues ofertes.

4. Grau d'automatització per a les sondes optimitzades. Es donarà màxima puntuació als sistemes que siguin completament automatitzats, en els quals la participació del tècnic de laboratori, en temps, sigui la mínima.

Leica Microsistemes, SL i Menarini Diagnòsticos, SA, presenten sistemes completament automatitzats.

MILLORES TÈNIQUES:

5. Aportació de software i/o equipament per a l'automatització de la lectura dels FISH.

Leica Microsistemes, SL, presenta una oferta que no inclou la millora d'aportació de software i/o equipament per a l'automatització de la lectura dels FISH.

Menarini Diagnòsticos, SA, presenta una oferta que compromet una quantitat econòmica per tal d'incorporar tecnologia en aquest sentit.

6. Possibilitat d'integració de l'equip a un sistema de traçabilitat.

Leica Microsistemes, SL i Menarini Diagnòsticos, SA, presenten una oferta que descriu que els equips són integrables a sistemes de traçabilitat.


Dr. JOAN CARLES FERRERES PIÑAS
Cap del Servei d'Anatomia Patològica

Sabadell, 23 de gener de 2017

2/2/17

30 anys
1986 - 2016**EXPEDIENT 17SM0099p – HIBRIDACIÓ IN SITU (FISH/CISH)**

LOT	HIBRI					
EMPRESSES PRESENTADES	VALORACIÓ TÈCNICA (Màx. 46 punts)	OFERTA ECONÒMICA (Màx. 50 punts)	PREU TANCAT DETERM. (Màx. 2 punts)	INSCRIPCIÓ ANUAL SCQ (Màx. 5 punts)	TOTAL PUNTUACIÓ	IMPORT
LEICA MICROSISTEMAS, SL	37.17	50.00	2.00 (Sí)	2.00 (Sí)	91.17	36.900,00
MENARINI DIAGNÓSTICOS, SA	41.50	43.41	2.00 (Sí)	2.00 (Sí)	88.91	42.500,00

Sra. Elisenda Carrau Vidal
Cap de Compres

Sabadell, 1 de febrer de 2017