



En Joan Martí López, Director General del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, actuant d'acord amb les facultats delegades pel Consell de Govern de la Corporació Sanitària Parc Taulí, als efectes de procedir a l'adjudicació de l'expedient **16SM0217**, convocat per procediment obert harmonitzat per a contractar el subministrament de **MICROSCOPI NEUROCIRURGIA**, per a la Corporació Sanitària Parc Taulí (CSPT).

Atès l'expedient de contractació amb la documentació que l'integra.

Atès la proposta d'adjudicació de la Mesa de Contractació a favor de les proposta econòmicament més avantatjosa, així com la documentació aportada pel licitador que realitza aquesta oferta dins del termini fixat.

Atès que l'empresa proposada per a l'adjudicació compleix amb els requisits de capacitat i solvència exigits per a contractar amb l'administració, a data de finalització del termini de presentació de les proposicions d'aquest procediment.

Vist l'establert el que disposa els articles 151, 153 i 156 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (a partir d'ara TRLCSP), i l'establert al Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen la present contractació.

HE RESULT:

Primer.- Adjudicar el contracte tramitat mitjançant procediment obert per a contractar el subministrament de **MICROSCOPI NEUROCIRURGIA**, expedient **16SM0217**, per a la Corporació Sanitària Parc Taulí, tal i com a continuació es detalla:

<u>LOT</u>	<u>LICITADOR</u>	<u>ENTITAT</u>	<u>ANY</u>	<u>IMPORT</u> <u>(IVA exclòs)</u>
IN0658	LEICA MICROSISTEMAS, SL	CSPT	2017	203.000,00 €

Segon.- Notificar la present resolució a tots els licitadors, amb les característiques i avantatges de les proposicions presentades pels adjudicataris determinants de que s'hagi seleccionat la seva oferta com la més avantatjosa econòmicament. Procedir a publicar-la en el perfil del contractant de la Corporació Sanitària Parc Taulí i a la Plataforma electrònica de Contractació de la Generalitat de Catalunya.

18



Tercer.- Requerir a l'empresa adjudicatària perquè en el termini màxim fixat a la clàusula 22.1 del Plec de Clàusules Administratives Particulars Tipus que regeixen la contractació procedeixi a la formalització del corresponent contracte.

Contra l'adjudicació els interessats podran interposar potestativament recurs especial en matèria de contractació, en el termini de quinze dies hàbils comptadors des del dia següent a la notificació de la present resolució, de conformitat amb l'establert a l'article 44 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Sabadell, 08 de març de 2017

Joan Martí López
Director General

CB



INFORME TÈCNIC PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ NÚM. 16SM0217

MICROSCOPI NEUROCIRURGIA

Informe que s'emet en relació a les ofertes presentades per les empreses licitadores a l'expedient referenciat.

Vistes les documentacions trameses per la Mesa de Contractació, un cop examinades d'acord amb els criteris d'adjudicació que s'estableixen a la documentació rectora de l'esmentat expedient, aquests Serveis arriben a les següents conclusions:

• **LOT IN0658 MICROSCOPI NEUROCIRURGIA**

Empreses presentades:

- a/ LEICA MICROSISTEMAS, SL
b/ CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, SAU

Criteris de valoració: (Màxim 40 punts)

		Leica	Carl Zeiss
		a/	b/
1.	Sistema autoequilibrat (0-2)	2	2
2.	Pantalla integrada (0-2)	2	1
3.	Software suport (0-2)	2	2
4.	Visualització teixit (0-2)	2	2
5.	Sistema aspiració (0-0.5)	0,5	0,5
6.	Capacitat selecció (0-1)	1	1
7.	Potència làmpades Xènon (0-2)	2	1,5
8.	Mòdul IR (0-2)	2	2
9.	Sistema integrat (0-2)	2	2
10.	Doble canal il·luminació (0-2)	2	2
11.	Possibilitat configuració (0-1)	1	1
12.	Possibilitat longitud del braç (0-2.5)	2,5	0
13.	Possibilitat integració més filtres (0-1.5)	1,5	0,75
14.	Distància de treball monitoritzada (0-2)	2	1,66
15.	Moviment XY (0-2)	2	2
16.	Sistema XY (0-2)	2	2
17.	Maniobrabilitat (0-1.5)	1,5	1,5
18.	Sistema injecció imatge (0-1.5)	1,5	1,5
19.	CPU's (0-1.5)	1,5	1,5
20.	Estatu de microscopi (0-1)	1	1
21.	Atenció tècnica telefònica (0-2)	0	0
22.	Capacitat integracions (0-2)	0	0
23.	Qualitat i detall descripció (0-2)	0	0
TOTAL		34	28,91

1. Sistema autoequilibrat:

LEICA MICROSISTEMAS, SL, ofereix un microscopi amb sistema d'autoequilibrat.

CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, SAU, ofereix un microscopi amb sistema d'autoequilibrat.

2. Pantalla integrada:

LEICA MICROSISTEMAS, SL, presenta un microscopi amb la pantalla integrada al cos de l'equip, HD, amb control tàctil d'ajust del microscopi, estatiu i accessoris. A més, ofereix una pantalla addicional de 27".

CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, SAU, presenta un microscopi amb la pantalla integrada al cos de l'equip, HD, amb control tàctil d'ajust del microscopi, estatiu i accessoris. No ofereix pantalla addicional, per aquest motiu té només 1 punt.

3. Software de suport:

LEICA MICROSISTEMAS, SL, presenta un microscopi amb software de suport a les decisions clíniques.

CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, SAU, presenta un microscopi amb software de suport a les decisions clíniques.

4. Visualització del teixit:

LEICA MICROSISTEMAS, SL, ofereix un microscopi amb el que es pot visualitzar el teixit amb color natural del camp quirúrgic junt amb la visualització de la zona tumoral o vascular afectada.

CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, SAU, ofereix un microscopi amb el que es pot visualitzar el teixit amb color natural del camp quirúrgic junt amb la visualització de la zona tumoral o vascular afectada..

5. Sistema d'aspiració:

LEICA MICROSISTEMAS, SL, presenta un microscopi amb sistema d'aspiració no manual per a col·locar la funda de forma fàcil i segura.

CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, SAU, presenta un microscopi amb sistema d'aspiració no manual per a col·locar la funda de forma fàcil i segura.

6. Capacitat de selecció:

LEICA MICROSISTEMAS, SL, ofereix un microscopi amb capacitat per a seleccionar la funció del màxim nombre de botons del joystick i amb capacitat per a que l'equip faci gravacions i es puguin seleccionar diferents configuracions personalitzades per a cadascun dels diferents cirurgians. A més també disposa de múltiples configuracions d'usuaris.

CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, SAU, ofereix un microscopi amb capacitat per a seleccionar la funció del màxim nombre de botons del joystick i amb capacitat per a que l'equip faci gravacions i es puguin seleccionar diferents configuracions personalitzades per a cadascun dels diferents cirurgians. A més també disposa de múltiples configuracions d'usuaris.

7. Potència làmpades Xènon:

LEICA MICROSISTEMAS, SL, ofereix un microscopi amb unes làmpades de 400W de potència, per aquest motiu té 2 punts.

CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, SAU, ofereix un microscopi amb unes làmpades de 300W de potència, per aquest motiu té 1,5 punts.

8. Mòdul IR:



LEICA MICROSISTEMAS, SL, presenta un microscopi amb mòdul IR amb autogranància, autodetecció i programació de la durada del vídeo.

CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, SAU, presenta un microscopi amb mòdul IR amb autogranància, autodetecció i programació de la durada del vídeo.

9. Sistema integrat:

LEICA MICROSISTEMAS, SL, ofereix un microscopi amb sistema integrat que incorpora interface tàctil únic d'usuari pel control dels ajustos del microscopi, càmera de vídeo, ajust de blancs, gravació i visualització per al seguiment de la cirurgia.

CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, SAU, ofereix un microscopi amb sistema integrat que incorpora interface tàctil únic d'usuari pel control dels ajustos del microscopi, càmera de vídeo, ajust de blancs, gravació i visualització per al seguiment de la cirurgia.

10. Doble canal d'il·luminació:

LEICA MICROSISTEMAS, SL, presenta un microscopi amb doble canal d'il·luminació, llum principal i llum secundària coaxial a la principal, eliminant sobres i reflexes durant l'acte quirúrgic.

CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, SAU, presenta un microscopi amb doble canal d'il·luminació, llum principal i llum secundària coaxial a la principal, eliminant sobres i reflexes durant l'acte quirúrgic.

11. Possibilitat configuració:

LEICA MICROSISTEMAS, SL, presenta un microscopi amb el qual es pot configurar des de l'empunyadura qualsevol element o paràmetre del microscopi.

CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, SAU, presenta un microscopi amb el qual es pot configurar des de l'empunyadura qualsevol element o paràmetre del microscopi.

12. Possibilitat longitud del braç:

LEICA MICROSISTEMAS, SL, presenta un microscopi amb un braç que pot arribar fins als 1925mm de longitud des de la base del microscopi.

CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, SAU, no indica fins a quina longitud pot arribar el braç des de la base del microscopi. Per aquest motiu té 0 punts.

13. Possibilitat integració més filtres:

LEICA MICROSISTEMAS, SL, presenta un microscopi amb possibilitat d'integrar fins a 4 filtres. Per aquest motiu té 1,5 punts.

CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, SAU, presenta un microscopi amb possibilitat d'integrar fins a 2 filtres. Per aquest motiu té 0,75 punts.

14. Distància de treball motoritzada:

LEICA MICROSISTEMAS, SL, ofereix un microscopi que arriba a una distància de treball màxim de 600mm. Per aquest motiu té 2 punts.

CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, SAU, ofereix un microscopi que arriba a una distància de treball màxim de 500mm. Per aquest motiu té 1,66 punts.

15. Moviment XY:

LEICA MICROSISTEMAS, SL, presenta un microscopi que disposa de moviment XY motoritzat en tot el moviment frontal o lateral del microscopi, que permet moviment equilibrat sense restriccions, amb acoblament magnètic de tots els eixos.

CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, SAU, presenta un microscopi que disposa de moviment XY motoritzat en tot el moviment frontal o lateral del microscopi, que permet moviment equilibrat sense restriccions, amb acoblament magnètic de tots els eixos.

16. Sistema XY:

LEICA MICROSISTEMAS, SL, presenta un microscopi que disposa de sistema XY de posicionament de capçal mitjançant joystick, que permet moviments en eix d'abscisses i ordenades en totes les posicions del capçal, incloent en posició d'abordatge per fossa posterior.

CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, SAU, presenta un microscopi que disposa de sistema XY de posicionament de capçal mitjançant joystick, que permet moviments en eix d'abscisses i ordenades en totes les posicions del capçal, incloent en posició d'abordatge per fossa posterior.

17. Maniobrabilitat:

LEICA MICROSISTEMAS, SL, ofereix un microscopi amb una maniobrabilitat i rotació òptica major de 500° i base de 360°.

CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, SAU, ofereix un microscopi amb una maniobrabilitat i rotació òptica major de 500° i base de 360°.

18. Sistema d'injecció d'imatge:

LEICA MICROSISTEMAS, SL, presenta un microscopi amb sistema d'injecció d'imatge, contrast i/o resolució.

CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, SAU, presenta un microscopi amb sistema d'injecció d'imatge, contrast i/o resolució.

19. CPU's:

LEICA MICROSISTEMAS, SL, presenta un microscopi amb cpu's separades, una per a la unitat de control del microscopi i una altra per al sistema de registre.

CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, SAU, presenta un microscopi amb cpu's separades, una al microscopi i una altra al registre.

20. Estadiu de microscopi:

LEICA MICROSISTEMAS, SL, ofereix un microscopi amb un estadiu d'alta gama amb un únic botó per a l'autoequilibrat en una sola pulsació.

CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, SAU, ofereix un microscopi amb un estadiu d'alta gama amb un únic botó per a l'autoequilibrat en una sola pulsació.

21. Estadiu de microscopi:

LEICA MICROSISTEMAS, SL, no ofereix atenció tècnica telefònica 24 hores al dia, els 7 dies de la setmana.

CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, SAU, no ofereix atenció tècnica telefònica 24 hores al dia, els 7 dies de la setmana.

22. Capacitat integracions:

El licitador LEICA MICROSISTEMAS, SL només confirma capacitat de connexió a nivell de DICOM vers el PACS, en cap cas de missatgeria HL7 vers el HIS, tot i que si reconeix la possibilitat d'habilitar un canal TCP/IP.

El licitador CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, SAU també confirma la capacitat de connexió DICOM, no oferint en cap moment de la oferta connectivitat HL7 amb el HIS de la corporació.

Aquest fet comporta que se li atorgui a ambdós una puntuació de 0, ja que no compleixen amb la totalitat dels requisits exigits al plec.

23. Qualitat i detall descripció:

Cap de les ofertes fa esment de les seves capacitats integradores en HL7, tot i que detallen les seves capacitats DICOM, el qual pot resultar problemàtic si en algun moment es volen adjuntar informes per enviar al HIS. Tampoc en cap de les ofertes s'especifica amb claretat si ofereixen la llicència DICOM, o només les capacitats de connectivitat en aquest protocol.

Tampoc cap de les ofertes ofereix capacitat de connectivitat per Webservices, tot i que si contempen que pugui fer-se mitjançant TCP/IP.

Donat que cap dels licitadors compleix amb les exigències que demanem d'especificació detallada de les integracions, la puntuació en ambdós es de 0 punts, ja que no considerem satisfactori que pràcticament es limiti a adjuntar especificacions del protocol DICOM sense mes detalls de HL7, ni del sistema emprat. Màxim quan tampoc s'aporten referències de altres integracions en organitzacions semblants a la nostra.



Dr. Salvador Navarro Soto
Director del Servei de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu


Sabadell, 13 de febrer de 2017

2012/2017

30 anys
1986 - 2016

PROCEDIMENT 16SM0217 – MICROSCOPI NEUROCIRURGIA

LOT	LOT IN0658						
EMPRESSES PRESENTADES	VALORACIÓ TÈCNICA (Màx. 40 punts)	OFERTA ECONÒMICA (Màx. 55 punts)	AMPLIACIÓ TEMPS ACTUACIONS (Màx. 1 punts)	GARANTIA ADDITIONAL OFERTADA (Màx. 2 punts)	TERMINIS LLIURAMENT (Màx. 2 punts)	TOTAL PUNTUACIÓ	IMPORT
LEICA MICROSISTEMAS, SL	34.00	50.12	1.00 (120 mesos)	2.00 (24 mesos)	2.00 (20 dies)	89.12	203.000,00
CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, SAU	28.91	55.00	0.30 (36 mesos)	1.00 (12 mesos)	1.42 (28 dies)	86.63	185.000,00



Sra. ELISENDA CARRAU VIDAL
Cap de Compres

Sabadell, 20 de febrer de 2017