

RESOLUCIÓ

Mitjançant resolució de la direcció gerència de l'Institut Català de la Salut de 10 d'abril de 2017, es va retrotraure les actuacions fins al moment de qualificació de la documentació presentada per les empreses licitadores que haguessin presentat l'oferta més avantatjosa econòmicament en l'expedient CS/CC00/1100611248/17/AM per al subministrament agregat de tires reactives i lectors per la mesura de glucosa i cetonèmia en sang per als centres de l'ICS.

Vista la proposta d'adjudicació efectuada per la mesa de contractació de 10 d'abril de 2017.

D'acord amb el que disposa el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i el que estableix el plec de clàusules que regeix la present contractació, així com l'interès públic de garantir el subministrament adequat als nostres centres sanitaris.

Atès el que preveu la Llei 8/2007 de 30 de juliol de l'Institut Català de la Salut.

RESOLC:

Primer. Adjudicar el lot 3 de l'acord marc per al subministrament agregat de tires reactives i lectors per la mesura de glucosa i cetonèmia en sang per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS), i modificar l'adjudicació dels lots 1 i 4 d'acord amb la proposta esmentada de la qual s'adjunta còpia (annex 1), pel període comprés entre el 16/05/2017 i el 15/05/2018.

Segon. Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant de l'Institut Català de la Salut, que es troba a la Plataforma de serveis de contractació pública (<https://contractaciopublica.gencat.cat>).

Tercer. Notificar a les empreses licitadores la present resolució i els documents annexos.

Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs en via administrativa d'acord amb el que preveuen el Plec de clàusules administratives particulars i el TRLCSP, de contractes del sector públic, aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre.

Barcelona, 10 d'abril de 2017



Candela Calle Rodríguez
Directora gerent de l'Institut Català de la Salut

Exp. CS/CC00/1100611248/17/AM
MB/jgc

ACTA

Mesa de contractacions – sessió privada respecte la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) 62-2017

Expedient de contractació núm. CS/CC00/1100611248/17/AM

Procediment de contractació de agregat de tires reactives i lectors per la mesura de glucosa i cetonèmia en sang.

L'expedient de contractació esmentat s'ha tramitat mitjançant **procediment obert**, d'acord amb allò previst al TRLCSP, aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre.

Membres de la Mesa:

Presidenta: Maria Blanco

Vocals:

- Gerència de compres: Alicia Bernabeu
- Assessoria Jurídica: Patricia Oscoz
- Intervenció: Ascensión Ipar

Secretari/ària: Jordi Garcia

A Barcelona, a les 13.30 hores del 10 d'abril de 2017, a la seu de l'Institut Català de la Salut, es constitueix la mesa de contractació integrada pels membres relacionats, d'acord amb el que estableix el plec de clàusules administratives particulars que regeix aquesta contractació.

Aquest acte té com a finalitat donar compliment a la resolució 62-2017 del TCCSP.

Desenvolupament de la sessió :

Es llegeix la resolució del TCCSP i s'analitza el seu contingut per part dels membres de la Mesa. Un cop feta aquesta anàlisi la Mesa de contractació decideix:

1. Excloure de la licitació l'empresa EXCLUSIVAS DE PASCUAL Y FURIÓ SA.

2. Adjudicar el lot 3 a les empreses indicades en l'Annex 1 adjunt (Base de ponderacions del lot 3) ja que aquest lot s'adjudica a 3 empreses. EXCLUSIVAS DE PASCUAL Y FURIÓ SA era la tercera empresa i en resultar exclosa l'adjudicació passa a l'empresa MENARINI DIAGNOSTICOS SA.
3. Modificar l'adjudicació dels lots 1 i 4 atès que en aquests lots EXCLUSIVAS DE PASCUAL Y FURIÓ SA era també adjudicatària i l'exclusió derivada de la resolució del TCCSP té efectes també aquí. Els lots quedaran de la manera següent (Annex 2):

Lot 1: L'adjudicació passa a la següent oferta millor valorada que és la presentada per ABBOTT LABORATORIES SA.

Lot 4: Simplement s'exclou EXCLUSIVAS DE PASCUAL Y FURIÓ SA i cap altre empresa la substitueix.
4. Elevar a l'òrgan de contractació aquesta nova proposta d'adjudicació.

Sense més temes per tractar, la Presidència acorda aixecar la sessió a les 14 hores del 10 d'abril de 2017, aixecant acta que signen la presidenta i el/la secretari/ària.



EL/LA SECRETARI/ÀRIA
/jgc



Vist i plau
LA PRESIDENTA

ANNEX 1

BASE PONDERACIONS 1100611248
AVALUACIÓ D'OFERTES

LOT 3

															8	9	10	1					28	72	100			
Lot	Pos.	Material	Desc. Material	Referencia	Licítador	Nom	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta	IMPORT LICITACIÓ	IMPORT ADJUDICACIÓ	MARCA	MODEL	Característiques adicional	Motius de desestimació tècnica	FORM PRES	ESTAB TIRA	MET ENZ	ID ERR MOSTRA	Passa/No pas	Oferta	Pos	B/V	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ	
3	60	999102360	A- Tira reactiva per a mesurador bàsic d'ús per a pacient, autocontrol, per a la determinació de la glucosa en sang capil·lar	VARIES - VEURE ANNEX	A08099681	ABBOTT LABORATORIES,S.A.	46194168	0,240000	0,129800	11.086.600,32	5.996.003,01						4,00	9,00	10,00	1,00	SI	6020016886	60,00	B	24,00	63,09	87,09	ADJUDICACIÓ
3	60	999102360	A- Tira reactiva per a mesurador bàsic d'ús per a pacient, autocontrol, per a la determinació de la glucosa en sang capil·lar	VEURE ANNEX	A08534638	MENARINI DIAGNOSTICOS,S.A.	46194168	0,240000	0,113740	11.086.600,32	5.254.124,67	A. MENARINI DIAGNOSTICS	GLUCOMEN AREO SENSOR	Utilitza glucosa oxidasa			6,00	6,00	0,00	1,00	SI	6020016887	60,00	B	13,00	72,00	85,00	ADJUDICACIÓ
3	60	999102360	A- Tira reactiva per a mesurador bàsic d'ús per a pacient, autocontrol, per a la determinació de la glucosa en sang capil·lar		A28218675	JOHNSON & JOHNSON,S.A.	46194168	0,240000	0,120670	11.086.600,32	5.574.250,25	OneTouch	OneTouch Select Plus	Utilitza glucosa oxidasa			4,00	9,00	0,00	1,00	SI	6020016888	60,00	B	14,00	67,87	81,87	
3	60	999102360	A- Tira reactiva per a mesurador bàsic d'ús per a pacient, autocontrol, per a la determinació de la glucosa en sang capil·lar	CARESENS PRO	A46097770	EXCLUSIVAS PASCUAL Y FURIO, SA	46194168	0,240000	0,113630	11.086.600,32	5.249.043,31	-SENS	CARESENS PRO	Només presenten la fitxa de les tires en vial de 50	DESESTIMADA: Després de resoldre el recurs interposat per MENARINI, es comprova que no han complimentat be el DEUC: indica que no presenta la solvència tècnica i econòmica de tercers i si que ho fa i per tant la seva oferta es desestima en la seva totalitat.		0,00	0,00	0,00	0,00	NO	6020016889	60,00	B	0,00	0,00	0,00	
3	60	999102360	A- Tira reactiva per a mesurador bàsic d'ús per a pacient, autocontrol, per a la determinació de la glucosa en sang capil·lar	VEURE ANNEX	A58132085	DPP INTERNACIONAL SA	46194168	0,240000	0,167200	11.086.600,32	7.723.664,89	URIGHT	TD-4183		DESESTIMADA: S'han demanat mostres dels medidors i s'ha pogut comprovar que el temps de lectura del medidor triga més de 9 segons i el requisit exigit en el punt 4.2.1 del PPT és de 6 segons		0,00	0,00	0,00	0,00	NO	6020016890	60,00	B	0,00	0,00	0,00	
3	60	999102360	A- Tira reactiva per a mesurador bàsic d'ús per a pacient, autocontrol, per a la determinació de la glucosa en sang capil·lar	84666653	B08193013	BAYER HISPANIA, SL	46194168	0,240000	0,134200	11.086.600,32	6.199.257,35	CONTOUR	CONTOUR				1,00	9,00	10,00	1,00	SI	6020016891	60,00	B	21,00	61,02	82,02	
3	60	999102360	A- Tira reactiva per a mesurador bàsic d'ús per a pacient, autocontrol, per a la determinació de la glucosa en sang capil·lar	BMB-EA127A	B63014856	LABIANA PHARMACEUTICA LS SL	46194168	0,240000	0,126500	11.086.600,32	5.843.562,25	BROADMASTER BIOTECH CORP.	BMB-EA127A		DESESTIMADA: Les tires que presenten tenen una estabilitat segons fitxa tècnica adjunta de 90 dies un cop obert l'envàs i el mínim exigit en el punt 4.1 del PPT són de 6 mesos.		0,00	0,00	0,00	0,00	NO	6020016892	60,00	B	0,00	64,67	0,00	
3	60	999102360	A- Tira reactiva per a mesurador bàsic d'ús per a pacient, autocontrol, per a la determinació de la glucosa en sang capil·lar	VEURE ANNEX	B66428632	ROCHE DIABETES CARE SPAIN SLU	46194168	0,240000	0,114950	11.086.600,32	5.310.019,61	Accu-Chek	Performa				4,00	9,00	10,00	1,00	SI	6020016893	60,00	B	24,00	71,24	95,24	ADJUDICACIÓ
3	60	999102360	A- Tira reactiva per a mesurador bàsic d'ús per a pacient, autocontrol, per a la determinació de la glucosa en sang capil·lar	NDI-E3163-827D-UU	W00213328	NIPRO EUROPE SA SUC ESPAÑA	46194168	0,240000	0,125460	11.086.600,32	5.795.797,48	NIPRO	TRUE RESULT+		DESESTIMADA: No presenta la SOLVÈNCIA TÈCNICA I ECONÒMICA i a més la caducitat que presenten es de 4 mesos i el mínim exigit en el punt 4.1 del PPT és de 6 mesos.		0,00	0,00	0,00	0,00	NO	6020016894	60,00	B	0,00	0,00	0,00	
3	70	999102362	A - Aparell de lectura bàsic d'ús per a pacient, autocontrol, per a la determinació de glucosa en sang capil·lar.	70916	A08099681	ABBOTT LABORATORIES,S.A.	150143	0,000000	0,000000	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	SI	6020016886	70,00	B	0,00	0,00	0,00	ADJUDICACIÓ
3	70	999102362	A - Aparell de lectura bàsic d'ús per a pacient, autocontrol, per a la determinació de glucosa en sang capil·lar.	47945	A08534638	MENARINI DIAGNOSTICOS,S.A.	150143	0,000000	0,000000	0,00	0,00	A. MENARINI DIAGNOSTICS	GLUCOMEN AREO 2K				0,00	0,00	0,00	0,00	SI	6020016887	70,00	B	0,00	0,00	0,00	ADJUDICACIÓ
3	70	999102362	A - Aparell de lectura bàsic d'ús per a pacient, autocontrol, per a la determinació de glucosa en sang capil·lar.		A28218675	JOHNSON & JOHNSON,S.A.	150143	0,000000	0,000000	0,00	0,00	OneTouch	OneTouch Select Plus				0,00	0,00	0,00	0,00	SI	6020016888	70,00	B	0,00	0,00	0,00	
3	70	999102362	A - Aparell de lectura bàsic d'ús per a pacient, autocontrol, per a la determinació de glucosa en sang capil·lar.	CARESENS DUAL	A46097770	EXCLUSIVAS PASCUAL Y FURIO, SA	150143	0,000000	0,000000	0,00	0,00	-SENS	CARESENS DUAL		DESESTIMADA: Després de resoldre el recurs interposat per MENARINI, es comprova que no han complimentat be el DEUC: indica que no presenta la solvència tècnica i econòmica de tercers i si que ho fa i per tant la seva oferta es desestima en la seva totalitat.		0,00	0,00	0,00	0,00	NO	6020016889	70,00	B	0,00	0,00	0,00	
3	70	999102362	A - Aparell de lectura bàsic d'ús per a pacient, autocontrol, per a la determinació de glucosa en sang capil·lar.	210001	A58132085	DPP INTERNACIONAL SA	150143	0,000000	0,000000	0,00	0,00	URIGHT	TD-4183		DESESTIMADA: S'han demanat mostres dels medidors i s'ha pogut comprovar que el temps de lectura del medidor triga més de 9 segons i el requisit exigit en el punt 4.2.1 del PPT és de 6 segons		0,00	0,00	0,00	0,00	NO	6020016890	70,00	B	0,00	0,00	0,00	
3	70	999102362	A - Aparell de lectura bàsic d'ús per a pacient, autocontrol, per a la determinació de glucosa en sang capil·lar.	84681571	B08193013	BAYER HISPANIA, SL	150143	0,000000	0,000000	0,00	0,00	CONTOUR	CONTOUR				0,00	0,00	0,00	0,00	SI	6020016891	70,00	B	0,00	0,00	0,00	
3	70	999102362	A - Aparell de lectura bàsic d'ús per a pacient, autocontrol, per a la determinació de glucosa en sang capil·lar.	BMB-EA127A	B63014856	LABIANA PHARMACEUTICA LS SL	150143	0,000000	0,000000	0,00	0,00	BROADMASTER BIOTECH CORP.	BMB-EA127A		DESESTIMADA: Les tires que presenten tenen una estabilitat segons fitxa tècnica adjunta de 90 dies un cop obert l'envàs i el mínim exigit en el punt 4.1 del PPT són de 6 mesos.		0,00	0,00	0,00	0,00	NO	6020016892	70,00	B	0,00	0,00	0,00	
3	70	999102362	A - Aparell de lectura bàsic d'ús per a pacient, autocontrol, per a la determinació de glucosa en sang capil·lar.	06987834031	B66428632	ROCHE DIABETES CARE SPAIN SLU	150143	0,000000	0,000000	0,00	0,00	Accu-Chek	Performa				0,00	0,00	0,00	0,00	SI	6020016893	70,00	B	0,00	0,00	0,00	ADJUDICACIÓ
3	70	999102362	A - Aparell de lectura bàsic d'ús per a pacient, autocontrol, per a la determinació de glucosa en sang capil·lar.	NDI-E4163-81FD-UU	W00213328	NIPRO EUROPE SA SUC ESPAÑA	150143	0,000000	0,000000	0,00	0,00	NIPRO	TRUE RESULT METER		DESESTIMADA: No presenta la SOLVÈNCIA TÈCNICA I ECONÒMICA i a més la caducitat que presenten es de 4 mesos i el mínim exigit en el punt 4.1 del PPT és de 6 mesos.		0,00	0,00	0,00	0,00	NO	6020016894	70,00	B	0,00	0,00	0,00	

ANNEX 2

BASE PONDERACIONS 1100611248
AVALUACIÓ D'OFERTES

LOTS 1, 2, 4 i 5

																8	9	1	18		82	100		
Lot	Pos.	Material	Desc. Material	Referencia	Licítador	Nom	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta	IMPORT LICITACIÓ	IMPORT ADJUDICACIÓ	MARCA	MODEL	Característiques adicional	Motius de desestimació tècnica	CAR. TIRA	ESTAB. TIRA	ID ERR. MOST. RA	Passa/No pas	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ	
	1	10	999100030	A - Aparell de lectura per a la determinació de cetonèmia en sang capil·lar.	71371	A08099681	ABBOTT LABORATORIES,S. A.	74	0,000000	0,000000	0,00	0,00	Abbott	Glucómetro Freestyle Optium Neo			0,00	0,00	0,00	SI	0,00	0,00	0,00	ADJUDICACIÓ
	1	10	999100030	A - Aparell de lectura per a la determinació de cetonèmia en sang capil·lar.	47945	A08534638	MENARINI DIAGNOSTICOS,S. A.	74	0,000000	0,000000	0,00	0,00	A. MENARINI DIAGNOSTICS	GLUCOMEN AREO 2K			0,00	0,00	0,00	SI	0,00	0,00	0,00	
	1	10	999100030	A - Aparell de lectura per a la determinació de cetonèmia en sang capil·lar.	CARESENS DUAL	A46097770	EXCLUSIVAS PASCUAL Y FURIO, SA	74	0,000000	0,000000	0,00	0,00	I-SENS	CARESENS DUAL		DESESTIMADA: Després de resoldre el recurs interposat per MENARINI, es comprova que no han complimentat be el DEUC: indica que no presenta la solvència tècnica i econòmica de tercers i si que ho fa i per tant la seva oferta es desestima en la seva totalitat.	0,00	0,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	
	1	10	999100030	A - Aparell de lectura per a la determinació de cetonèmia en sang capil·lar.	GK 124-12A	B63014856	LABIANA PHARMACEUTICA LS SL	74	0,000000	0,000000	0,00	0,00	ACON	ACON ON CALL GK DUAL		Presenta la tira ON CALL CHOSEN pel l'aparell de cetonèmia que utilitza l'enzim de la glucosa oxidasa.	0,00	0,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	
	1	30	999102163	A- Tira reactiva per a la determinació de cetonèmia en sang capil·lar compatible amb aparell d'autocontrol.	70784	A08099681	ABBOTT LABORATORIES,S. A.	32131	1,249000	1,100000	40.131,62	35.344,10	Abbott	Tira Freestyle Optium Beta-ketone			4,00	9,00	1,00	SI	14,00	82,00	96,00	ADJUDICACIÓ
	1	30	999102163	A- Tira reactiva per a la determinació de cetonèmia en sang capil·lar compatible amb aparell d'autocontrol.	47951	A08534638	MENARINI DIAGNOSTICOS,S. A.	32131	1,249000	1,243000	40.131,62	39.938,83	A. MENARINI DIAGNOSTICS	GLUCOMEN AREO B- KETONE SENSOR			2,00	9,00	1,00	SI	12,00	72,57	84,57	
	1	30	999102163	A- Tira reactiva per a la determinació de cetonèmia en sang capil·lar compatible amb aparell d'autocontrol.	KETOSENS	A46097770	EXCLUSIVAS PASCUAL Y FURIO, SA	32131	1,249000	0,440000	40.131,62	14.137,64	I-SENS	KETOSENS	Segons les fitxes tècniques PRODUCT DATA només presenta la unidosi en caixa de 10. No podem valorar les altres presentacions que diuen que tenen.	DESESTIMADA: Després de resoldre el recurs interposat per MENARINI, es comprova que no han complimentat be el DEUC: indica que no presenta la solvència tècnica i econòmica de tercers i si que ho fa i per tant la seva oferta es desestima en la seva totalitat.	0,00	0,00	0,00	NO	0,00	82,00	0,00	
	1	30	999102163	A- Tira reactiva per a la determinació de cetonèmia en sang capil·lar compatible amb aparell d'autocontrol.	GK 124-12A	B63014856	LABIANA PHARMACEUTICA LS SL	32131	1,249000	0,693000	40.131,62	22.266,78	ACON	ACON ON CALL GK DUAL		Presenta la tira ON CALL CHOSEN pel l'aparell de cetonèmia hi utilitza l'enzim de la glucosa oxidasa.	0,00	0,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	
	2	20	999100280	A- Aparell de lectura d'ús professional per a la determinació de glucosa en sang arterial, capil·lar, neonatal i venosa.	CARESENS DUAL	A46097770	EXCLUSIVAS PASCUAL Y FURIO, SA	6523	0,000000	0,000000	0,00	0,00	I-SENS	CARESENS DUAL		DESESTIMADA: Només admet sang capil·lar i venosa i nosaltres demanem a més arterial i neonatal.	0,00	0,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	
	2	20	999100280	A- Aparell de lectura d'ús professional per a la determinació de glucosa en sang arterial, capil·lar, neonatal i venosa.	210031	A58132085	DPP INTERNACIONAL SA	6523	0,000000	0,000000	0,00	0,00	URIGHT	TD-4280		DESESTIMADA: Segons fitxa tècnica PRODUCT DATA la tira T-4280 no es pot utilitzar per neonatos i és un requisit de la nostra descripció.	0,00	0,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	
	2	20	999100280	A- Aparell de lectura d'ús professional per a la determinació de glucosa en sang arterial, capil·lar, neonatal i venosa.	OK-1AP	B63014856	LABIANA PHARMACEUTICA LS SL	6523	0,000000	0,000000	0,00	0,00	OK BIOTECH	OK-1AP		Desestimada: No especifica el mètode enzimàtic i per tant no la podem valorar, i presenten una tira de determinació en sang neonatal.	0,00	0,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	
	2	20	999100280	A- Aparell de lectura d'ús professional per a la determinació de glucosa en sang arterial, capil·lar, neonatal i venosa.	07914105001	B66428632	ROCHE DIABETES CARE SPAIN SLU	6523	0,000000	0,000000	0,00	0,00	Accu-Chek	Performa			0,00	0,00	0,00	SI	0,00	0,00	0,00	ADJUDICACIÓ
	2	20	999100280	A- Aparell de lectura d'ús professional per a la determinació de glucosa en sang arterial, capil·lar, neonatal i venosa.	NDI-TD-4129	W00213328	NIPRO EUROPE SA SUC ESPAÑA	6523	0,000000	0,000000	0,00	0,00	NIPRO	GLUCO PRO METER		DESESTIMADA: No presenta la SOLVÈNCIA TÈCNICA I ECONÒMICA i a més la caducitat que presenten es de 4 mesos i el mínim exigít en el punt 4.1 del PPT és de 6 mesos.	0,00	0,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	
	2	50	999102210	A - Tira reactiva per a ús hospitalari per a la determinació de glucosa en sang arterial, capil·lar, neonatal i venosa.	CARESENS PRO	A46097770	EXCLUSIVAS PASCUAL Y FURIO, SA	4277295	0,115000	0,113630	491.888,93	486.029,03	I-SENS	CARESENS PRO		DESESTIMADA: Només admet sang capil·lar i venosa i nosaltres demanem a més arterial i neonatal.	0,00	0,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	
	2	50	999102210	A - Tira reactiva per a ús hospitalari per a la determinació de glucosa en sang arterial, capil·lar, neonatal i venosa.	VEURE ANNEX	A58132085	DPP INTERNACIONAL SA	4277295	0,115000	0,105600	491.888,93	451.682,35	URIGHT	TD-4280		DESESTIMADA: Segons fitxa tècnica PRODUCT DATA la tira T-4280 no es pot utilitzar per neonatos i és un requisit de la nostra descripció.	0,00	0,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	
	2	50	999102210	A - Tira reactiva per a ús hospitalari per a la determinació de glucosa en sang arterial, capil·lar, neonatal i venosa.	OK-1AP	B63014856	LABIANA PHARMACEUTICA LS SL	4277295	0,115000	0,100100	491.888,93	428.157,23	OK BIOTECH	OK-1AP		Desestimada: No especifica el mètode enzimàtic i per tant no la podem valorar, i presenten una tira de determinació en sang neonatal.	0,00	0,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	
	2	50	999102210	A - Tira reactiva per a ús hospitalari per a la determinació de glucosa en sang arterial, capil·lar, neonatal i venosa.	VEURE ANNEX	B66428632	ROCHE DIABETES CARE SPAIN SLU	4277295	0,115000	0,114950	491.888,93	491.675,06	Accu-Chek	Performa			4,00	9,00	1,00	SI	14,00	82,00	96,00	ADJUDICACIÓ
	2	50	999102210	A - Tira reactiva per a ús hospitalari per a la determinació de glucosa en sang arterial, capil·lar, neonatal i venosa.	NDI-TD-4129-UU	W00213328	NIPRO EUROPE SA SUC ESPAÑA	4277295	0,115000	0,096800	491.888,93	414.042,16	NIPRO	GLUCO PRO STRIP		DESESTIMADA: No presenta la SOLVÈNCIA TÈCNICA I ECONÒMICA i a més la caducitat que presenten es de 4 mesos i el mínim exigít en el punt 4.1 del PPT és de 6 mesos.	0,00	0,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	
	4	90	999102614	A - Tira reactiva per a mesurador avançat d'ús per a pacient, autocontrol, per a la determinació de la glucosa en sang capil·lar	VARIES - VEURE ANNEX	A08099681	ABBOTT LABORATORIES,S. A.	11548546	0,240000	0,205700	2.771.651,04	2.375.535,91	Abbott	Tira Freestyle Optium			8,00	9,00	1,00	SI	18,00	78,49	96,49	ADJUDICACIÓ
	4	90	999102614	A - Tira reactiva per a mesurador avançat d'ús per a pacient, autocontrol, per a la determinació de la glucosa en sang capil·lar	VEURE ANNEX	A08534638	MENARINI DIAGNOSTICOS,S. A.	11548546	0,240000	0,196900	2.771.651,04	2.273.908,71	ARKRAY FACTORY, INC.	GLUCOCARD SM TEST STRIPS			5,00	3,00	1,00	SI	9,00	82,00	91,00	ADJUDICACIÓ

ANNEX 2

BASE PONDERACIONS 1100611248
AVALUACIÓ D'OFERTES

LOTS 1, 2, 4 i 5

																8	9	1	18		82	100	
Lot	Pos.	Material	Desc. Material	Referencia	Llicitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta	IMPORT LICITACIÓ	IMPORT ADJUDICACIÓ	MARCA	MODEL	Característiques adicional	Motius de desestimació tècnica	CAR TIRA	ESTAB TIRA	ID ERR MOST RA	Passa/No pas	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
4	90	999102614	A - Tira reactiva per a mesurador avançat d'ús per a pacient, autocontrol, per a la determinació de la glucosa en sang capil·lar		A28218675	JOHNSON & JOHNSON,S.A.	11548546	0,240000	0,214500	2.771.651,04	2.477.163,12	OneTouch	OneTouch Verio			6,00	3,00	1,00	SI	10,00	75,27	85,27	ADJUDICACIÓ
4	90	999102614	A - Tira reactiva per a mesurador avançat d'ús per a pacient, autocontrol, per a la determinació de la glucosa en sang capil·lar	CARESENS PRO	A46097770	EXCLUSIVAS PASCUAL Y FURIO, SA	11548546	0,240000	0,113630	2.771.651,04	1.312.261,28	I-SENS	CARESENS PRO	Només presenten la fitxa de les tires en vial de 50	DESESTIMADA: Després de resoldre el recurs interposat per MENARINI, es comprova que no han complimentat be el DEUC: indica que no presenta la solvència tècnica i econòmica de tercers i si que ho fa i per tant la seva oferta es desestima en la seva totalitat.	0,00	0,00	0,00	NO	0,00	82,00	0,00	
4	90	999102614	A - Tira reactiva per a mesurador avançat d'ús per a pacient, autocontrol, per a la determinació de la glucosa en sang capil·lar	VEURE ANNEX	A58132085	DPP INTERNACIONAL SA	11548546	0,240000	0,167200	2.771.651,04	1.930.916,89	URIGHT	TD-4183		DESESTIMADA: S'han demanat mostres dels medidors i s'ha pogut comprovar que el temps de lectura del medidor triga més de 9 segons i el requisit exigít en el punt 4.2.1 del PPT és de 6 segons	0,00	0,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	
4	90	999102614	A - Tira reactiva per a mesurador avançat d'ús per a pacient, autocontrol, per a la determinació de la glucosa en sang capil·lar	VEURE ANNEX	B08193013	BAYER HISPANIA, SL	11548546	0,240000	0,239800	2.771.651,04	2.769.341,33	CONTOUR NEXT	CONTOUR NEXT			4,00	9,00	1,00	SI	14,00	67,33	81,33	ADJUDICACIÓ
4	90	999102614	A - Tira reactiva per a mesurador avançat d'ús per a pacient, autocontrol, per a la determinació de la glucosa en sang capil·lar	VEURE ANNEX	B66428632	ROCHE DIABETES CARE SPAIN SLU	11548546	0,240000	0,239800	2.771.651,04	2.769.341,33	Accu-Chek	Aviva			4,00	9,00	1,00	SI	14,00	38,86	52,86	ADJUDICACIÓ
4	90	999102614	A - Tira reactiva per a mesurador avançat d'ús per a pacient, autocontrol, per a la determinació de la glucosa en sang capil·lar	NDI-TD-4277-UU	W00213328	NIPRO EUROPE SA SUC ESPAÑA	11548546	0,240000	0,134200	2.771.651,04	1.549.814,87	NIPRO	Nipro ADV Strip		DESESTIMADA: No presenta la SOLVÈNCIA TÈCNICA i ECONÒMICA i No compleix len dos de les 4 característiques exigides al punt 4.2.5 del PPT. A més tenen una caducitat de 4 mesos les tires que presenten i el mínim exigít en el plec (4.1) és de 6 mesos.	0,00	0,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	
4	100	999102615	A - Aparell de lectura avançat d'ús per a pacient, autocontrol, per a la determinació de glucosa en sang capil·lar.	71371	A08099681	ABBOTT LABORATORIES,S. A.	37535	0,000000	0,000000		0,00	Abbott	Glucómetro Freestyle Optium Neo			0,00	0,00	0,00	SI	0,00	0,00	0,00	ADJUDICACIÓ
4	100	999102615	A - Aparell de lectura avançat d'ús per a pacient, autocontrol, per a la determinació de glucosa en sang capil·lar.	47391	A08534638	MENARINI DIAGNOSTICOS,S. A.	37535	0,000000	0,000000	0,00	0,00	ARKRAY FACTORY, INC.	GLUCOCARD SM			0,00	0,00	0,00	SI	0,00	0,00	0,00	ADJUDICACIÓ
4	100	999102615	A - Aparell de lectura avançat d'ús per a pacient, autocontrol, per a la determinació de glucosa en sang capil·lar.		A28218675	JOHNSON & JOHNSON,S.A.	37535	0,000000	0,000000	0,00	0,00	OneTouch	OneTouch Verio IQ			0,00	0,00	0,00	SI	0,00	0,00	0,00	ADJUDICACIÓ
4	100	999102615	A - Aparell de lectura avançat d'ús per a pacient, autocontrol, per a la determinació de glucosa en sang capil·lar.	CARESENS DUAL	A46097770	EXCLUSIVAS PASCUAL Y FURIO, SA	37535	0,000000	0,000000	0,00	0,00	I-SENS	CARESENS DUAL		DESESTIMADA: Després de resoldre el recurs interposat per MENARINI, es comprova que no han complimentat be el DEUC: indica que no presenta la solvència tècnica i econòmica de tercers i si que ho fa i per tant la seva oferta es desestima en la seva totalitat.	0,00	0,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	
4	100	999102615	A - Aparell de lectura avançat d'ús per a pacient, autocontrol, per a la determinació de glucosa en sang capil·lar.	210001	A58132085	DPP INTERNACIONAL SA	37535	0,000000	0,000000	0,00	0,00	URIGHT	TD-4183		DESESTIMADA: S'han demanat mostres dels medidors i s'ha pogut comprovar que el temps de lectura del medidor triga més de 9 segons i el requisit exigít en el punt 4.2.1 del PPT és de 6 segons	0,00	0,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	
4	100	999102615	A - Aparell de lectura avançat d'ús per a pacient, autocontrol, per a la determinació de glucosa en sang capil·lar.	84664383	B08193013	BAYER HISPANIA, SL	37535	0,000000	0,000000	0,00	0,00	CONTOUR NEXT ONE	CONTOUR NEXT ONE			0,00	0,00	0,00	SI	0,00	0,00	0,00	ADJUDICACIÓ
4	100	999102615	A - Aparell de lectura avançat d'ús per a pacient, autocontrol, per a la determinació de glucosa en sang capil·lar.	07227540037	B66428632	ROCHE DIABETES CARE SPAIN SLU	37535	0,000000	0,000000	0,00	0,00	Accu-Chek	Aviva			0,00	0,00	0,00	SI	0,00	0,00	0,00	ADJUDICACIÓ
4	100	999102615	A - Aparell de lectura avançat d'ús per a pacient, autocontrol, per a la determinació de glucosa en sang capil·lar.	NDI-TD-4277	W00213328	NIPRO EUROPE SA SUC ESPAÑA	37535	0,000000	0,000000	0,00	0,00	NIPRO	Nipro GLUCO CONNECT		DESESTIMADA: No presenta la SOLVÈNCIA TÈCNICA i ECONÒMICA i No compleix len dos de les 4 característiques exigides al punt 4.2.5 del PPT. A més tenen una caducitat de 4 mesos les tires que presenten i el mínim exigít en el plec (4.1) és de 6 mesos.	0,00	0,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	
5	40	999102167	A - Tira reactiva per a la determinació de glucosa en sang capil·lar, autocontrol, d'ús en aparells per a pacients invidents.	210033	A58132085	DPP INTERNACIONAL SA	339077	1,249000	0,396000	423.507,17	134.274,49	URIGHT	TD-4280T			2,00	9,00	1,00	SI	12,00	82,00	94,00	ADJUDICACIÓ
5	40	999102167	A - Tira reactiva per a la determinació de glucosa en sang capil·lar, autocontrol, d'ús en aparells per a pacients invidents.	BMB-EA1545	B63014856	LABIANA PHARMACEUTICA LS SL	339077	1,249000	0,687500	423.507,17	233.115,44	BROADMASTER BIOTECH CORP.	BMB-EA1545		DESESTIMADA: Les tires que presenten tenen una estabilitat segons fitxa tècnica adjunta de 90 dies un cop obert l'envàs i el mínim exigít en el punt 4.1 del PPT són de 6 mesos.	0,00	0,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	
5	80	999102512	A - Aparell de lectura per a la determinació de la glucosa en sang capil·lar adaptat a invidents o persones amb greus limitacions visuals.	210035	A58132085	DPP INTERNACIONAL SA	50	0,000000	0,000000	0,00	0,00	URIGHT	TD-4280T (AUDIO)			0,00	0,00	0,00	SI	0,00	0,00	0,00	ADJUDICACIÓ

ANNEX 2

BASE PONDERACIONS 1100611248
AVALUACIÓ D'OFERTES

LOTS 1, 2, 4 i 5

															8	9	1	18		82	100		
Lot	Pos.	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta	IMPORT LICITACIÓ	IMPORT ADJUDICACIÓ	MARCA	MODEL	Característiques adicional	Motius de desestimació tècnica	CAR TIRA	ESTAB TIRA	ID ERR MOST RA	Passa/No pas	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
5	80	999102512	A - Aparell de lectura per a la determinació de la glucosa en sang capil·lar adaptat a invidents o persones amb greus limitacions visuals.	BMB-EA154S	B63014856	LABIANA PHARMACEUTICA LS SL	50	0,000000	0,000000	0,00	0,00	BROADMASTER BIOTECH CORP.	BMB-EA154S		DESESTIMADA: Les tires que presenten tenen una estabilitat segons fitxa tècnica adjunta de 90 dies un cop obert l'envàs i el mínim exigít en el punt 4.1 del PPT són de 6 mesos.	0,00	0,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	