

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
ESPTE. ZK
EXPTE Nº
G/110/20/1/1512/O631/0000/112016
TALDEA
AGRUPACION
GASUMIN
SUMINISTROS
XEDEA
OBJETO
SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA VASCULAR DE LA OSI BARRUALDE GALDAKAO ESI

I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki eta xedea dituen kontratazio espedienteari.

I.- Osakidetza ha iniciado el expediente de contratación con número y objeto detallado en la parte superior de este documento.

II.- Txosten teknikoak aztertuta:

II.- Examinados los informes técnicos:

BALIO-JUDIZIOEN bidez ebaluatzeko irizpideen txosten tekniloa: 2017(e)ko otsailaren 20(e)an

Informe técnico de criterios evaluables mediante JUICIOS DE VALOR: 20 de febrero de 2017

Data hau duen Eskaintza Onuragarrienaren Deklarazioa ikusita: 2017(e)ko martxoaren 14(e)an

Vista la Declaración de Oferta más Ventajosa de fecha: 14 de marzo de 2017

III.-Vista la Resolución de 30 de marzo de 2017, y detectados dos errores en la adjudicación de los lotes 4 y 8, se procedió por un lado, a efectuar un sorteo, previa cita a las dos partes interesadas, por un empate en las puntuaciones para el lote 4 en el que resultó adjudicataria la empresa MERIT MEDICAL SPAIN, S.L., y por otro se rectificó la adjudicación del lote 8 a favor de COOK ESPAÑA, S.A. al detectarse un error material de cálculo en las puntuaciones.

Enpresek lortutako puntuazioa aztertuta:

Examinada la puntuación obtenida por las empresas:

Lote	Lote / Artículo	Licitador	Económico	Plazo de Entrega Con Cálculo Automático	Valoración Técnica	s ambientales	Servicio Postventa	Servicio Técnico	Valoración total
4	Guía rígida hidrofílica vascular	MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.	44,00	4,00	35,00	0,00	3,00	3,00	89,00
4	Guía rígida hidrofílica vascular	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.	44,00	4,00	35,00	0,00	3,00	3,00	89,00
4	Guía rígida hidrofílica vascular	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	37,00	4,00	35,00	0,00	3,00	3,00	82,00
4	Guía rígida hidrofílica vascular	LOGSA ENDOMEDICAL, S.L.	26,00	4,00	35,00	0,00	0,00	0,00	65,00
4	Guía rígida hidrofílica vascular	COOK ESPAÑA, S.A.	7,00	4,00	35,00	1,00	3,00	3,00	53,00
4	Guía rígida hidrofílica vascular	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	0,00	4,00	35,00	0,00	3,00	3,00	45,00
8	Guía de bajo perfil hidrofílica vascular	COOK ESPAÑA, S.A.	44,00	4,00	35,00	0,00	3,00	3,00	89,00
8	Guía de bajo perfil hidrofílica vascular	ABBOTT LABORATORIES, S.A.	29,00	4,00	35,00	0,00	3,00	3,00	74,00
8	Guía de bajo perfil hidrofílica vascular	WORLD MEDICA, S.L.	0,00	4,00	35,00	0,00	3,00	3,00	45,00
8	Guía de bajo perfil hidrofílica vascular	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.		0,00	24,00	0,00	3,00	3,00	30,00
8	Guía de bajo perfil hidrofílica vascular	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.		0,00	24,00	0,00	3,00	3,00	30,00
8	Guía de bajo perfil hidrofílica vascular	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.		0,00	24,00	0,00	3,00	3,00	30,00

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Lote	Lote / Artículo	Licitador	Económico	Plazo de Entrega Con Cálculo Automático	Valoración Técnica	Valores ambientales	Servicio Postventa	Servicio Técnico	Valoración total
8	Guía de bajo perfil hidrofílica vascular	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		0,00	24,00	0,00	3,00	3,00	30,00
8	Guía de bajo perfil hidrofílica vascular	LOGSA ENDOMEDICAL, S.L.		0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
8	Guía de bajo perfil hidrofílica vascular	ABBOTT LABORATORIES, S.A.		0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	6,00

IVI .- Espedientea aztertuta, ordenamendu juridikoaren arau hausterik ageri ez denez, eta Osakidetza erakunde publikoarentzat eskaintza onuragarria izaki, honako hau

IV .- Examinando el expediente, no apareciendo infracción del ordenamiento jurídico y siendo la oferta económicamente más ventajosa para el Ente Público Osakidetza

KUDEATZAILE ZUZENDARIA

DIRECTOR GERENTE

EBATZIDU

RESUELVE

Honako eskaintzaile hauek baztertzea, jarraian adierazten diren arrazoiengatik:

Excluir las siguientes ofertas por los motivos que se indican:

Lotea /Lote	Enpresa /Empresa	Azalpena / Concepto	Emaizta / Resultado
8	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 , S.L.	Guía de bajo perfil hidrofílica vascular	Oferta Excluida por no superar umbral mínimo

Kontratazio-espedientea esleitzea Ebazpen honen eranskinean aipatzen diren enpresei.

Adjudicar el expediente de contratación a las empresas relacionadas que se muestran en el anexo a esta Resolución.

Ebazpen hau Kontratugilearen Profilean argitaratzeko agintzea eta, balio-judizioen bidez ebaluatzeko irizpideen txosten teknikoarekin batera, eskaintzaile guztiei jakinaraztea:

Ordenar la publicación de esta resolución en el Perfil de Contratante y la notificación a todas las licitadoras, acompañada del informe técnico de criterios evaluables mediante juicios de valor.

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bategineko 40 artikuluan xedatzen denez, Ebazpen honen aurka errekurtsu berezia jartzea aukerakoa izango da, 15 egun balioduneko epean, aurka egin nahi zaion egintza jakinarazten den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita eta errekurtsuaren idazkia nahitaez, kontratazio-organoaren erregistroan edo Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio-Organon aurkeztu beharko da, edo bestela, Administrazioarekiko auzi-errekurtsua 2 hilabeteko epean, jakinarazpena jasotzen den egunetik zenbatzen hasita, hala ezarrita baitago 1998ko uztailaren 13ko 29/1998 Legean, administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen duena.

Conforme se establece en el artículos 40 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, contra la presente Resolución se puede interponer con carácter potestativo Recurso Especial en materia de Contratación, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la remisión de la notificación y cuya interposición deberá hacerse necesariamente en el registro del Órgano de Contratación o en el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, o Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de 2 meses a contar desde que se reciba la notificación, de conformidad con los dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.



ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bategineko 37. eta hurrengo artikuluetan xedatzen denez, deuseztasun-auzia jarri ahalko da aipatutako organoaren aurrean, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bategineko 39. artikuluan ezarritako epeetan.

Conforme se establece en los artículos 37 y siguientes del TRLCSP se podrá interponer cuestión de nulidad ante el mismo órgano, en los plazos establecidos en el art. 39 TRLCSP.

Kontratazio-Organok esleipenduna/k errekeritzen du/ditu esleipen honetatik ondorioztatzen diren kontratuak formaliza ditzan/ditzaten, bost egun balioduneko epean, errekursoak jartzeko epea amaitzen denetik aurrera.

El Órgano de Contratación requiere al/los adjudicatario/s que proceda a la formalización de los contratos que se derivan de la presente adjudicación que se realizará en el plazo de cinco días hábiles una vez transcurrido el plazo para la interposición de recursos.

GALDAKAO(e)n, 2017(e)ko maiatzare 2(e)an

En GALDAKAO, a 2 de mayo de 2017

KUDEATZAILE ZUZENDARIA / DIRECTOR GERENTE

Iz/Fdo.- JON GUAJARDO REMACHA

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
ANEXO

Lotea/Lote	Lotearen / Artikuluaren izena Denominación Lote / Artículo	Eskaintza-mota Tipo oferta	Esleipenduna Adjudicatario	prezioa BEZik gab Precio Unitario	Eskainitako zenbateko osoa BEZik gabe Importe Total ofertado sin IVA	Entregatzeko epea Plazo entrega
4	Guía rígida hidrofílica vascular	OB	MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.	35	3.500	48 Horas
8	Guía de bajo perfil hidrofílica vascular	OB	COOK ESPAÑA, S.A.	105	16.800	2 Días Hábiles

INFORME TECNICO

Lote	Denominación Lote	Tipo oferta	Licitador	PUNTOS DE 0 A 44	SERVICIO POSTVENTA	SERVICIO TECNICO	MOTIVACION
4	Guía rígida hidrofílica vascular	OB	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	35	3	3	Técnicamente válidos y de calidad adecuada
4	Guía rígida hidrofílica vascular	OB	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.	35	3	3	Técnicamente válidos y de calidad adecuada
4	Guía rígida hidrofílica vascular	OB	COOK ESPAÑA, S.A.	35	3	3	Técnicamente válidos y de calidad adecuada
4	Guía rígida hidrofílica vascular	OB	LOGSA ENDOMEDICAL, S.L.	35	0	0	Técnicamente válidos y de calidad adecuada
4	Guía rígida hidrofílica vascular	OB	MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.	35	3	3	Técnicamente válidos y de calidad adecuada
4	Guía rígida hidrofílica vascular	OB	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	35	3	3	Técnicamente válidos y de calidad adecuada
8	Guía de bajo perfil hidrofílica vascular	OB	ABBOTT LABORATORIES, S.A.	35	3	3	Técnicamente válidos y de calidad adecuada
8	Guía de bajo perfil hidrofílica vascular	V1	ABBOTT LABORATORIES, S.A.	0	3	3	Guía de 0,018" que no cumple con las especificaciones técnicas del lote
8	Guía de bajo perfil hidrofílica vascular	OB	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	24	3	3	No dispone de carga en la punta
8	Guía de bajo perfil hidrofílica vascular	V1	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	24	3	3	No se ofertan guías sin carga
8	Guía de bajo perfil hidrofílica vascular	OB	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.	24	3	3	Navegabilidad y torque insuficientes
8	Guía de bajo perfil hidrofílica vascular	OB	COOK ESPAÑA, S.A.	35	3	3	Técnicamente válidos y de calidad adecuada
8	Guía de bajo perfil hidrofílica vascular	OB	LOGSA ENDOMEDICAL, S.L.	24	0	0	Navegabilidad y torque insuficientes
8	Guía de bajo perfil hidrofílica vascular	OB	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	24	3	3	No dispone de carga en la punta
8	Guía de bajo perfil hidrofílica vascular	OB	WORLD MEDICA, S.L.	35	3	3	Técnicamente válidos y de calidad adecuada