

ACTA DE VALORACIÓ GLOBAL I PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ

Al domicili de l'Hospital Residència Sant Camil, Ronda Sant Camil, s/n, de Sant Pere de Ribes, a les 10:00 hores del dia 8 de juny de 2017, es constitueix la Mesa de contractació del Consorci Sanitari del Garraf designada per l'expedient de referència, per la contractació del **subministrament, en règim d'arrendament operatiu, d'un equip de ressonància magnètica**, mitjançant concurs per procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària.

La Mesa de Contractació queda vàlidament constituïda per la compareixença dels següents:

President: Sr. Ricard Crespo, direcció econòmica i financera

Secretari: Sr. Eduard Duran, secretari tècnic

Vocal: Sra. Laura-Ares Martínez, assessora jurídica

Vocal: Dra. Maria José Bengoechea, cap clínic del Servei de Radiologia

Vocal: Dra. Merche Rodriguez, cap del servei de diagnòstic per la imatge

Vocal: Dr. Jaume Prat, director mèdic

S'excusen

Vocal: Sra. Laura Martí, cap de compres


Vocal: Sr. Josep Gomariz, delega el seu vot a favor del Sr. Eduard Duran.

Es recorda que en la reunió de la Mesa de Contractació del 19 de maig de 2017 s'efectuà l'obertura del "Sobre 3 – Documentació objectiva", procedint a avaluar la oferta econòmica i entregar la documentació de caire tècnic a les tècniques de referència per tal d'efectuar la valoració dels criteris avaluable mitjançant l'aplicació de fórmules.

En tant que es disposava de la valoració econòmica així com la tècnica subjectiva, es recorda que la puntuació global era la següent:

Licitadors	Puntuació Tècnica Subjectiva	Puntuació Tècnica Objectiva	Puntuació Econòmica	TOTAL
Philips Ibérica, S.A.U	7,35		50,00	57,35
Siemens Healthcare, S.LU	15,90		47,17	63,07

Les tècniques de referència han fet entrega de l'informe en el que s'avaluen els criteris tècnics avaluable mitjançant l'aplicació de fórmules, constant els següents resultats:



Ronda Sant Camil, s/n - 08810 Sant Pere de Ribes

CRITERIS TÈCNICS DE VALORACIÓ OBJECTIVA

Concepte a Valorar	Punts	Puntuació parcial	Mètode de Valoració	Valors Philips Ibèria, S.A.U.	PUNTUACIÓ Philips Ibèria, S.A.U.	Valors Siemens Healthcare, S.L.U.	PUNTUACIÓ Siemens Healthcare, S.L.U.
Sistema de l'imán		5,41			5,41		2,23
Millor homogeneïtat en:							
- 40 cm DSV	2,14		Formula inversa	0,50	2,14	1,40	0,76
- 50 x 50 x 45 cm DSV	3,27		Formula inversa	1,80	3,27	4,00	1,47
Sistema de radiofreqüència		3,93			2,93		3,67
Potència de l'amplificador	0,36		Formula directa	18,00	0,25	26,10	0,36
Distància entre l'antena i la digitalització del senyal de radiofreqüència	0,71		Formula inversa	1,00	0,71	1,20	0,59
Major número de receptors independents	1,43		Formula directa	77,00	0,54	204,00	1,43
Major rang dinàmic dels canals de recepció	1,43		Formula directa	187,00	1,43	169,00	1,29
Antenes		6,96			5,85		6,22
Cobertura bobina integrada a la taula	0,71		Formula directa	170,00	0,71	120,00	0,50
Posibilitat de poder inclinar la bobina de cap/coll	0,18		si/no	si	0,18	no	0,00
Número de canals:							
Bobina cap/Coll	0,71		Formula directa	20,00	0,71	20,00	0,71
Bobina Columna	0,71		Formula directa	44,00	0,49	64,00	0,71
Bobina Mama	0,36		Formula directa	7,00	0,32	8,00	0,36
Bobina Abdomen/Torax	1,43		Formula directa	32,00	0,76	60,00	1,43
Bobina Mj/Canell	0,36		Formula directa	8,00	0,18	16,00	0,36
Bobina Espatlla	0,71		Formula directa	16,00	0,36	16,00	0,36
Bobina Genoll	0,36		Formula directa	16,00	0,71	16,00	0,71
Bobina Turmell/Peu	0,71		Formula directa	16,00	0,36	8,00	0,18
Bobina Vascular/Perifèric	0,71		Formula directa	36,00	0,71	32,00	0,63
Número de bobines superflues necessàries per la realització d'estudis de cos complet	0,36		Formula inversa	3,00	0,36	4,00	0,27
Sistema de gradients		1,98			1,88		1,91
Intensitat de Gradients	0,36		Formula directa	33,00	0,36	33,00	0,36
Velocitat de Gradients	0,36		Formula directa	120,00	0,35	125,00	0,36
Camp de Visió màxima	0,18		Formula directa	55,00	0,18	50,00	0,16
TE Ecogradient 3D	0,36		Formula inversa	0,24	0,36	0,28	0,31
TR Ecogradient 3D	0,36		Formula inversa	0,80	0,32	0,70	0,36
TE mínim DWI B=1000	0,36		Formula inversa	60,00	0,31	51,00	0,36
Taula de pacients		0,36			0,35		0,36
Alçada mínima de la taula	0,18		Formula inversa	59,00	0,17	56,00	0,18
Pes màxim del pacient	0,18		Formula directa	250,00	0,18	250,00	0,18
Consum elèctric		15,00			15,00		11,17
Consum elèctric de l'equip apagat (system-off) en Kw (RM-Compressor Heli)	6,00		Formula inversa	3,90	6,00	6,10	3,84
Consum elèctric de l'equip en repòs (stand-by) en Kw (RM-Compressor Heli)	3,00		Formula inversa	4,70	3,00	9,30	1,52
Requeriments de potència elèctrica de l'equip en KVA	6,00		Formula inversa	60,00	6,00	62,00	5,81
TOTAL CRITERIS TÈCNICS DE VALORACIÓ OBJECTIVA		33,64			31,42		25,56

Les tècniques de referència han decidit procedir a l'eliminació del ítem: "màxim número de receptors independents possibles" per la dificultat en la seva valoració de manera homogènia, atès que ambdues empreses licitadores utilitzen diferents mesures de valor.

Conseqüentment, el resultat global de les valoracions del concurs de referència és el que segueix:

Licitadors	Puntuació Tècnica Subjectiva	Puntuació Tècnica Objectiva	Puntuació Econòmica	TOTAL
Philips Ibérica, S.A.U	7,35	31,42	50,00	88,77
Siemens Healthcare, S.L.U	15,90	25,56	47,17	88,63

Per tot l'exposat, la Mesa de Contractació efectua la següent,


Proposta d'Adjudicació

S'acorda informar a l'òrgan de contractació que, en aplicació de l'article 151 del TRLCSP, el licitador que es proposa com adjudicatari del concurs CP 2017-02 per la contractació del subministrament, en règim d'arrendament operatiu, d'un equip de ressonància magnètica és l'empresa **PHILIPS IBÉRICA, S.A.U.**

Seguint les instruccions de l'òrgan de contractació, es procedeix a la comunicació de l'adjudicació a les empreses licitadores i es requereix a l'empresa **PHILIPS IBÉRICA, S.A.U.** a la presentació de la documentació determinada a la clàusula 14.1 que no s'hagi entregat en el sobre número 1 i a aquella documentació exigida a la clàusula 17.2 del Plec de Clàusules Administratives en un termini inferior a 10 dies hàbils. En cas contrari, l'òrgan de contractació considerarà que el licitador ha retirat la seva oferta i es procedirà a la declaració deserta del concurs.

I sense cap altra qüestió a considerar, sent les 10:30 hores del dia 8 de juny de 2017, el President de la Mesa dona per acabada la reunió i perquè quedi constància dels aspectes tractats i de les determinacions adoptades, s'estén la present acta que romandrà publicada a la pàgina web del Consorci Sanitari del Garraf dins l'apartat "Perfil del Contractant".

El President de la Mesa



Sr. Ricard Crespo i Baquero

El Secretari de la Mesa



Sr. Eduard Duran i Robert

