

2017-S-021 // 1117000713 IMPLANTES DIVERSOS  
ANEXO I: INFORME CRITERIOS EVALUACIÓN PREVIA

Pos. Material	Descripción	Proveedor	Ref.	Punt. Técnica	Pasa / NO pasa	Coment. Técnica
1	4163 SEGMENTO DE CRESTA ILIACA DE 25 X 12MM	BESTMEDIC SL	68152	49	SI	Adecuado
1	4163 SEGMENTO DE CRESTA ILIACA DE 25 X 12MM	MBA INCORPORADO S.L.	PICW2	49	SI	12 x (25-35) No es liofilizado. Está con una solución que no hace falta hidratación
1	4163 SEGMENTO DE CRESTA ILIACA DE 25 X 12MM	SILVERSTEIN MEDICAL SL	114	49	SI	12 x (25-30)
2	38834 SEGMENTO DE CRESTA ILIACA DE 25 X 20MM	BESTMEDIC SL	68118	49	SI	Adecuado
2	38834 SEGMENTO DE CRESTA ILIACA DE 25 X 20MM	MBA INCORPORADO S.L.	PICW2.5	49	SI	25 x (25-35) No es liofilizado. Está con una solución que no hace falta hidratación
2	38834 SEGMENTO DE CRESTA ILIACA DE 25 X 20MM	SILVERSTEIN MEDICAL SL	115	49	SI	25 x (25-30)
3	39737 SEGMENTO DE CRESTA ILIACA DE 25 X 40MM	BESTMEDIC SL	68115	49	SI	Adecuado
3	39737 SEGMENTO DE CRESTA ILIACA DE 25 X 40MM	MBA INCORPORADO S.L.	IC-1000-001	49	SI	45 x 22 ) No es liofilizado. Está con una solución que no hace falta hidratación
3	39737 SEGMENTO DE CRESTA ILIACA DE 25 X 40MM	SILVERSTEIN MEDICAL SL	118	49	SI	40 x (25-30)
4	41649 VALVULA PROGRA.HIDROCEF.TI C/UNI.GRAVITA	BESTMEDIC SL	FX433T	40	SI	Se ajusta completamente a los requisitos técnicos exigidos
5	312785 COIL EMBOL./OCLUS. PLATINO 0,35" 7X40 MM	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA	M0013727040	10	NO	Modelos anticuados. No cumplen con las necesidades del Servicio
6	312786 COIL EMBOL./OCLUS. PLATINO 0,35" 9X60 MM	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA	M0013729060	10	NO	Modelos anticuados. No cumplen con las necesidades del Servicio
8	90003448 STENT FARMACOACTIVO CR/CO S.POLIMER D/M	B BRAUN SURGICAL S.A.	VARIAS	49	SI	Adecuado
8	90003448 STENT FARMACOACTIVO CR/CO S.POLIMER D/M	IZASA HOSPITAL S.L.U.	CAR-XLXXX-G	0	NO	No se trata de un stent libre de polímero
8	90003448 STENT FARMACOACTIVO CR/CO S.POLIMER D/M	CARDIVA 2 SL	SCC DSR14 150XXX	0	NO	No presenta muestra
9	90001673 STENT COR. PO/PLA F/AC.BIOLIMUS D. MEDID	LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITAP	ZSTCXXXX14CFS	20	SI	Cumple

Informado por los Servicios :  
Radiología  
Neurocirugía  
Quirófano

Fdo.: Jose Mª Villegas  
Coordinador de recursos materiales