

ACUERDO**De la Subdirección General, de adjudicación del ACUERDO MARCO para la adquisición de material de rehabilitación para los centros asistenciales y hospitales de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, núm. 151.**

Mediante anuncio de licitación publicado en el DOUE con nº 2017/S 062-115740 de fecha 29/03/2017, y en la Plataforma de Contratación del Sector Público con nº UUID 2017-262961, de fecha 27/03/2017, se convocó licitación pública por procedimiento abierto para la contratación sujeta a regulación armonizada del suministro de material de rehabilitación para los centros asistenciales y hospitales de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, núm. 151.

Una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas en fecha 12/05/2017, y realizadas las correspondientes sesiones de la Mesa de Valoración, se ha propuesto la adjudicación del contrato a las siguientes empresas:

LOTES	EMPRESAS ADJUDICATARIAS
MRH1: CONSUMIBLES PARA EQUIPOS DE ELECTROTERAPIA: ELECTRODOS PARA TENS FLEXIBLES	ENRAF NONIUS IBÉRICA, S.A.
MRH2: CONSUMIBLES PARA EQUIPOS DE ELECTROTERAPIA REUTILIZABLE	ENRAF NONIUS IBÉRICA, S.A.
MRH3: CONSUMIBLES DE EJERCICIOS	BRF ALKIMIA PHARMA, S.A.
MRH4: MATERIAL DE EJERCICIOS PROPIOCEPTIVOS	ALSSA MEDICAL
MRH5: POSICIONAMIENTO COPORAL	ENRAF NONIUS IBÉRICA, S.A.
MRH7: TABLERO CANADIENSE TIPO "KIT MAPS ORIGINAL DE MAPS THERAPY" O SIMILAR	DJO IBÉRICA PRODUCTOS ORTOPEDICOS, S.L.
MRH8: GELES PARA REHABILITACIÓN	ENRAF NONIUS IBÉRICA, S.A.
MRH9: EMOLIENTES PARA REHABILITACIÓN	BRF ALKIMIA PHARMA, S.A.
MRH10: ELECTRODOS DE IONTOFORESIS	DJO IBÉRICA PRODUCTOS ORTOPEDICOS, S.L.
MRH11: ELECTRODO POR MICROCORRIENTE MC PATCH O SIMILAR	ALSSA MEDICAL
MRH12: MATERIAL DE TERMOTERAPIA	ENRAF NONIUS IBÉRICA, S.A.
MRH13: VENDAJES DE REHABILITACIÓN	BRF ALKIMIA PHARMA, S.A.
MRH14: MATERIAL SUELO PÉLVICO	ENRAF NONIUS IBÉRICA, S.A.
MRH15: AGUJAS DE ACUPUNTURA, PUNCIÓN SECA Y OTRAS TERAPIAS	BRF ALKIMIA PHARMA, S.A.
MRH16: COMPLEMENTOS DE VENDAJES	BASTOS MEDICAL, S.L.
MRH17: COMPLEMENTOS DE MEDICIÓN	ALSSA MEDICAL
MRH19: BOLSAS PARA EQUIPOS DE PRESOTERAPIA	ENRAF NONIUS IBÉRICA, S.A.
MRH20: ACCESORIOS PARA POLEOTERAPIA	ENRAF NONIUS IBÉRICA, S.A.
LOTE.MRH22: CAJA TERAPIA ESPEJO TIPO "FOLDING MIRROR THERAPY BOX" O SIMILAR	VIALTA, S.L.
LOTE.MRH23: SET HERRAMIENTAS TIPO RICHELLI'S BÁSICO O SIMILAR	BASTOS MEDICAL, S.L.
LOTE.MRH25:VENDAJE TÉCNICA MCCONNELL	BASTOS MEDICAL, S.L.

Y por los importes de adjudicación, IVA excluido, indicados en su correspondientes ofertas económicas; en el acta de adjudicación; y en el cuadro de ofertas publicado en fecha 23/06/2017, en el Perfil de Contratante de la Mutua, al que pueden acceder mediante el siguiente enlace:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=26pkF78E6vAQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Y de acuerdo con la puntuación y motivación de la misma que se anexa al presente Acuerdo.

Del análisis de las ofertas y documentación presentada que la Mesa de valoración examinó en la reunión del día 12/06/2017, se verificó algún producto NO corresponde con lo solicitado en el PPT por lo que se propone a este Órgano de Contratación la exclusión de las siguientes empresas:

RAZÓN SOCIAL	LOTES
Alssa Medical, S.L.	MRH3
Bastos Medical, S.L.	MRH3 - MRH15 - MRH17
Enraf Nonius Iberica, S.A.	MRH17

Se propone a este Órgano de Contratación la exclusión de las siguientes empresas con relación al lote/s indicado/s por NO superar el umbral de los 31 puntos en el global de puntos de los apartados incluidos en 8.2.1 Especificaciones técnicas, tal como exige el Pliego de prescripciones técnicas:

RAZÓN SOCIAL	LOTES
Enraf Nonius Iberica, S.A.	MRH6 - MRH25
BSN Medical, S.L.U	MRH25
BRF, S.A. (Alkimia Pharma)	MRH8 - MRH25

Y se informa que NO se ha presentado ninguna oferta para los lotes: MRH18, MRH21, MRH24, por lo que deberán ser declarados desiertos. También se deberá declarar desierto el lote MRH6 ya que la única ofertante queda excluida por presentar algún producto que no supera los 31 puntos exigidos en el PPT.

Cumplidos los requisitos de acreditación documental por parte de las empresas propuestas adjudicatarias de estar al corriente de pago para con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, así como de la garantía definitiva correspondiente, y de capacidad y solvencia requerida.

Por todo ello, de acuerdo con lo establecido en los pliegos de condiciones particulares y de prescripciones técnicas que rigen el presente procedimiento de contratación, con el artículo 151 y 160 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y sus reglamentos de desarrollo, de acuerdo con las facultades otorgadas:

ACUERDO

Primero: Adjudicar el ACUERDO MARCO para la adquisición de material de rehabilitación para los centros asistenciales y hospitales de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, núm. 151, a las empresas indicadas a continuación en cuanto a los lotes indicados, por los importes de adjudicación reflejados en los párrafos precedentes:

LOTES	EMPRESAS ADJUDICATARIAS
MRH1: CONSUMIBLES PARA EQUIPOS DE ELECTROTERAPIA: ELECTRODOS PARA TENS FLEXIBLES	ENRAF NONIUS IBÉRICA, S.A.
MRH2: CONSUMIBLES PARA EQUIPOS DE ELECTROTERAPIA REUTILIZABLE	ENRAF NONIUS IBÉRICA, S.A.
MRH3: CONSUMIBLES DE EJERCICIOS	BRF ALKIMIA PHARMA, S.A.
MRH4: MATERIAL DE EJERCICIOS PROPIOCEPTIVOS	ALSSA MEDICAL
MRH5: POSICIONAMIENTO COPORAL	ENRAF NONIUS IBÉRICA, S.A.

MRH7: TABLERO CANADIENSE TIPO "KIT MAPS ORIGINAL DE MAPS THERAPY" O SIMILAR	DJO IBÉRICA PRODCUTOS ORTOPEDICOS, S.L.
MRH8: GELES PARA REHABILITACIÓN	ENRAF NONIUS IBÉRICA, S.A.
MRH9: EMOLIENTES PARA REHABILITACIÓN	BRF ALKIMIA PHARMA, S.A.
MRH10: ELECTRODOS DE IONTOFORESIS	DJO IBÉRICA PRODCUTOS ORTOPEDICOS, S.L.
MRH11: ELECTRODO POR MICROCORRIENTE MC PATCH O SIMILAR	ALSSA MEDICAL
MRH12: MATERIAL DE TERMOTERÁPIA	ENRAF NONIUS IBÉRICA, S.A.
MRH13: VENDAJES DE REHABILITACIÓN	BRF ALKIMIA PHARMA, S.A.
MRH14: MATERIAL SUELO PÉLVICO	ENRAF NONIUS IBÉRICA, S.A.
MRH15: AGUJAS DE ACUPUNTURA, PUNCIÓN SECA Y OTRAS TERAPIAS	BRF ALKIMIA PHARMA, S.A.
MRH16: COMPLEMENTOS DE VENDAJES	BASTOS MEDICAL, S.L.
MRH17: COMPLEMENTOS DE MEDICIÓN	ALSSA MEDICAL
MRH19: BOLSAS PARA EQUIPOS DE PRESOTERAPIA	ENRAF NONIUS IBÉRICA, S.A.
MRH20: ACCESORIOS PARA POLEOTERAPIA	ENRAF NONIUS IBÉRICA, S.A.
LOTE.MRH22: CAJA TERAPIA ESPEJO TIPO "FOLDING MIRROR THERAPY BOX" O SIMILAR	VIALTA, S.L.
LOTE.MRH23: SET HERRAMIENTAS TIPO RICHELLI'S BÁSICO O SIMILAR	BASTOS MEDICAL, S.L.
LOTE.MRH25:VENDAJE TÉCNICA MCCONNELL	BASTOS MEDICAL, S.L.

Segundo: Excluir a la empresa Alssa Medical, S.L. en cuanto al lote MRH3; a la empresa Bastos Medical, S.L.en cuanto a los lotes MRH3 - MRH15 - MRH17; a la empresa Enraf Nonius Iberica, S.A. en cuanto a los lotes MRH17, MRH6 - MRH25, a la empresa BSN Medical, S.L.U en cuanto a lote MRH25; y a la empresa BRF, S.A. (Alkimia Pharma) en cuanto a los lotes MRH8 - MRH25, por los motivos mencionados en los anteriormente.

Tercero: Declarar desiertos los lotes MRH18, MRH21, MRH24 y MRH6, de acuerdo con lo indicado en los párrafos precedentes.

Cuarto: Ordenar, de acuerdo con lo establecido en el art. 151.4 TRLCSP, la publicación de la presente adjudicación en el Perfil de Contratante de la Mutua y notificarla a las empresas interesadas, las cuales podrán, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a aquel en que se remita la notificación, interponer contra el presente Acuerdo de Adjudicación recurso especial en materia de contratación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 40 y siguientes del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

En Barcelona, a 3 de Agosto de 2017

Anexo Resumen de la valoración

Informe técnico referente a la contratación mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada del Suministro de Material de Rehabilitación para ASEPEYO, Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 151.

1. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

En fecha 27/03/2017 se publicó en la Plataforma de contratación del Sector Público con nº UUID 2017-348286 (fecha de envío al Diario Oficial de la Unión europea el 24/03/2017, publicado el 29/03/2017) el anuncio de licitación para la contratación del Suministro de Material de curas para ASEPEYO, Mutua colaboradora con la Seguridad Social, núm. 151 (CP118/2016).

Una vez revisados los sobres y la documentación exigida en los pliegos de condiciones particulares y de prescripciones técnicas, esta Dirección de Contratación, a requerimiento de la Mesa, elabora el presente informe de valoración de la oferta técnica propuesta por las empresas licitadoras.

Los criterios de valoración son los establecidos en el pliego de prescripciones técnicas y, de acuerdo a los cuales, se ha procedido a la valoración de las ofertas.

Los criterios de valoración son los indicados a continuación y serán aplicados en cada uno de los lotes de forma individual:

CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDEN DE JUICIO DE VALOR:

8.2.1- Especificaciones técnicas en los productos que se solicita muestra (hasta 60 puntos)

El grado de cumplimiento de las características técnicas se valorará de la siguiente forma:

8.2.1.1. Valoración de las características técnicas (hasta 20 puntos)

Se valorará hasta con 20 puntos los productos que cumplan exactamente lo solicitado en el Pliego.

Cualquier incumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas impedirá obtener la puntuación máxima.

El hecho de que un producto del lote no corresponda a lo solicitado comportará que el licitador quede excluido de todo el lote, no pudiendo seguir en el proceso selectivo.

8.2.1.2. Tipo de envasado y presentación del producto (hasta 10 puntos)

Etiquetado: Se comprobará que la información contenida en el envase sea completa, clara, imborrable e inequívoca (marcado CE de Conformidad Europea, número de lote, caducidad, información sobre el contenido, etc.) (hasta 5 puntos)

Formato y presentación del producto: Se valorará que el envasado sea fácil de manipular para el uso al que está destinado; que su forma, tamaño y diseño sea cómodo, práctico y adecuado; que sea fácil de almacenar; que contenga instrucciones de uso al menos en español, etc. (hasta 5 puntos)

Se valorará con 0 puntos el hecho de que el envasado del producto se rompa con facilidad, sea dificultosa su apertura, lleve a confusión de contenido, o cualquier otra característica del envasado y presentación que lo hagan inapropiado para su uso.

8.2.1.3. Muestra (hasta 30 puntos)

Se valorará hasta con un máximo de 30 puntos, la confirmación de las especificaciones del producto, tanto por sus características per se, como por su comparación con el resto de muestras presentadas.

Se valorará con 0 puntos si tras la comprobación, la muestra se rompe al valorarla o tiene cualquier otra característica que la conviertan en inapropiada para su uso.

Será motivo de exclusión si, tras la comprobación, se constata que la muestra no coincide con la ficha presentada.

8.2.2.- Especificaciones técnicas en los lotes que no se solicitan muestras (60 puntos)

El grado de cumplimiento de las características técnicas se valorará de la siguiente forma:

8.2.2.1. Valoración de las características técnicas (hasta 60 puntos)

Se valorarán hasta con 60 puntos a los productos que cumplan exactamente lo solicitado en este Pliego, valorando tanto sus características per se, como en comparación con el resto de fichas técnicas presentadas.

Cualquier incumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas impedirá obtener la puntuación máxima.

De no cumplir ninguna especificación técnica quedará excluida de la licitación.

El hecho de que un producto del lote no corresponda a lo solicitado comportará que el licitador quede excluido de todo el lote, no pudiendo seguir en el proceso selectivo.

Todos los productos de un lote a valorar necesitarán superar el umbral de los 31 puntos en el apartado 8.2.1 y 8.2.2 "Especificaciones técnicas", para poder seguir con el proceso de valoración.

2. VALORACIÓN DE LAS EMPRESAS

Para la adjudicación del Suministro de Material de Rehabilitación para ASEPEYO, Mutua colaboradora con la Seguridad Social, nº 151, han presentado sus ofertas las siguientes empresas:

RAZÓN SOCIAL	LOTES
Enraf Nonius Iberica, S.A.	MRH1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,13,14,16,17,19,20,25
Vialta, S.L.	MRH22
Cardiva2, S.L.	MRH10
DJO iberica productos ortopedicos, S.L.	MRH1,7,9,10,16
Alssa Medical, S.L.	MRH3,4,9,11,17
BSN Medical, S.L.U.	MRH13,25
BRF, S.A. (Alkimia Pharma)	MRH1,3,8,9,13,15,25
Bastos Medical, S.L.	MRH3,9,15,16,17,23,25

Se propone a la Mesa de Valoración la exclusión de las siguientes empresas por haber presentado algún producto que no corresponde con lo solicitado en el PPT:

RAZÓN SOCIAL	LOTES
Alssa Medical, S.L.	MRH3
Bastos Medical, S.L.	MRH3 - MRH15 - MRH17
Enraf Nonius Iberica, S.A.	MRH17

Se propone a la Mesa de Valoración la exclusión de las siguientes empresas con relación al lote/s indicado/s por no superar el umbral de los 31 puntos en el global de puntos de los apartados incluidos en 8.2.1 Especificaciones técnicas, tal como exige el Pliego de prescripciones técnicas:

RAZÓN SOCIAL	LOTES
Enraf Nonius Iberica, S.A.	MRH6 - MRH25
BSN Medical, S.L.U	MRH25
BRF, S.A. (Alkimia Pharma)	MRH8 - MRH25

Se comunica a la Mesa de Valoración que no se ha presentado ninguna oferta para los lotes: MRH18, MRH21, MRH24, por lo que deberán ser declarados desiertos. También deberá declararse desierto el lote MRH6 ya que la única ofertante queda excluida por presentar algún producto que no supera los 31 puntos exigidos en el PPT. Adjuntamos Anexo I con la valoración técnica por lote, al final del documento.

De acuerdo con lo expuesto, la valoración técnica de las empresas ha sido la siguiente:

8.2.1. Las **Características técnicas en las que se solicita muestra** tienen una puntuación máxima de 60 puntos. Cada apartado ha sido valorado según los ítems siguientes: Cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas (hasta 20 puntos), Tipo de envasado y presentación del producto (hasta 10 puntos), y Muestra (hasta 30 puntos) valorándose que realmente dicha muestra confirme los puntos anteriores.

8.2.2. Las **Características técnicas en las que no se solicita muestra** tienen una puntuación máxima de 60 puntos, habiendo valorado que cumplan exactamente lo solicitado en este Pliego, valorando tanto sus características per se, como en comparación con el resto de fichas técnicas presentadas.

3. VALORACIÓN DE LAS EMPRESAS POR LOTES

La valoración por lote ha sido la siguiente:

Lote MRH1 – Consumibles para equipos de electroterapia: Electroodos para tens flexibles

Siendo la puntuación máxima en las especificaciones técnicas de **60 puntos**:

- La empresa **DJO IBÉRICA PRODUCTOS ORTOPEDICOS, S.L.** ha obtenido **51,67 puntos** ya que la almohadilla de sus electrodos es más fina y endeble en comparación con los que ha presentado la empresa Enraf Nonius.
- La empresa **ENRAF NONIUS IBERICA, S.A.** ha obtenido la máxima puntuación, por cumplir con todas las características solicitadas en el pliego de Prescripciones técnicas.
- La empresa **BRF ALKIMIA PHARMA, S.A.** ha obtenido 51,67 puntos ya que la almohadilla de sus electrodos es más fina y endeble en comparación con los que ha presentado la empresa Enraf Nonius.

Lote MRH2 – Consumibles para equipos de electroterapia reutilizable

Siendo la puntuación máxima en las especificaciones técnicas de **60 puntos**:

- La empresa **ENRAF NONIUS IBERICA, S.A.** ha obtenido la máxima puntuación, por cumplir con todas las características solicitadas en el pliego de Prescripciones técnicas.

Lote MRH3 – Consumibles de ejercicios

Siendo la puntuación máxima en las especificaciones técnicas de **60 puntos**:

La empresa **ALSSA MEDICAL, S.L.** no ha superado en alguno de sus productos el umbral de los 31 puntos, tal como se exigía en el pliego de prescripciones técnicas para seguir con la valoración económica: El ejercitador de dedos que ha presentado no está rodeado de un aro de acero rígido tal y como se solicita en el PPT y al manipular la muestra, la banda elástica se ha separado del bastidor. Por lo tanto, se propone que la empresa **ALSSA MEDICAL, S.L.** quede excluida del lote MRH3.

- La empresa **ENRAF NONIUS IBERICA, S.A.** ha obtenido ha obtenido **58,57 puntos** porque el envasado en el que presenta la banda elástica no es tan práctico como el que ha presentado Alkimia Pharma, ya que carece de dispensador y el ejercitador de manos en forma de huevo tiene una textura más pegajosa y menos agradable al tacto, en comparación con el producto presentado por Alkimia Pharma.
- La empresa **BRF ALKIMIA PHARMA, S.A.** ha obtenido ha obtenido **58,57 puntos** porque la resistencia de la masilla de rehabilitación, para ser una resistencia "media" es excesivamente dura en comparación con la masilla de Enraf Nonius.

La empresa **BASTOS MEDICAL, S.L.** no ha superado en alguno de sus productos el umbral de los 31 puntos, tal como se exigía en el pliego de prescripciones técnicas para seguir con la valoración económica: Solicitamos un ejercitador en forma de huevo y lo han presentado en forma redonda. Por lo tanto, se propone que la empresa **BASTOS MEDICAL, S.L.** quede excluida del lote MRH3.

Lote MRH4 – Material de ejercicios propioceptivos

Siendo la puntuación máxima en las especificaciones técnicas de **60 puntos**:

- La empresa **ALSSA MEDICAL, S.L.** ha obtenido **52 puntos** porque la bomba de aire que ha presentado carece de manómetro.
- La empresa **ENRAF NONIUS IBERICA, S.A.** ha obtenido **48,67 puntos** porque el balón de ejercicio pilates que ha presentado tiene una textura menos agradable al tacto y más pegajosa que el que ha presentado Alssa Medical. La barra de espuma que ha presentado es menos confortable y menos agradable al tacto que la que ha presentado Alssa Medical, además este artículo está envasado en una bolsa de plástico transparente sin instrucciones. El envase de la superficie de equilibrio de base dura es un envoltorio de papel burbuja que carece de instrucciones y etiqueta que proporcione identificación e

información del artículo. La bomba de aire carece de manómetro. Tras revisar la ficha técnica que han presentado para la tabla de boheler constatamos que no especifica que sea anti-deslizante tal y como se solicita en el PPT y finalmente la última de las muestras solicitadas en este lote, el balón sensorial, la medida del mismo es de 85cm cuando la solicitada en el PPT es de 100cm.

Lote MRH5 – Posicionamiento corporal

Siendo la puntuación máxima en las especificaciones técnicas de 60 puntos:

- La empresa ENRAF NONIUS IBERICA, S.A. ha obtenido la máxima puntuación, por cumplir con todas las características solicitadas en el pliego de Prescripciones técnicas.

Lote MRH6 – Cinesiterapia

Siendo la puntuación máxima en las especificaciones técnicas de 60 puntos:

La empresa ENRAF NONIUS IBERICA, S.A. no ha superado en alguno de sus productos el umbral de los 31 puntos, tal como se exigía en el pliego de prescripciones técnicas para seguir con la valoración económica: La muestra del kit de rehabilitación para hombro se ha roto. Se constata que este artículo no cumple con los requisitos mínimos de calidad exigidos. Por lo tanto, se propone que la empresa ENRAF NONIUS IBERICA, S.A. quede excluida del lote MRH6 y siendo dicha empresa la única ofertante, deberá declararse DESIERTO.

Lote MRH7 – Tablero canadiense tipo “Kit Maps Original de Maps Therapy” o similar

Siendo la puntuación máxima en las especificaciones técnicas de 60 puntos:

- La empresa DJO IBÉRICA PRODUCTOS ORTOPEDICOS, S.L. ha obtenido la máxima puntuación, por cumplir con todas las características solicitadas en el pliego de Prescripciones técnicas.

Lote MRH8 – Geles para rehabilitación

Siendo la puntuación máxima en las especificaciones técnicas de 60 puntos:

- La empresa ENRAF NONIUS IBERICA, S.A. ha obtenido la máxima puntuación, por cumplir con todas las características solicitadas en el pliego de Prescripciones técnicas.

La empresa BRF ALKIMIA PHARMA, S.A. no ha superado en alguno de sus productos el umbral de los 31 puntos, tal como se exigía en el pliego de prescripciones técnicas para seguir con la valoración económica: El gel de calor ha tardado mucho en hacer el efecto calor y ha producido una reacción hiperémica exagerada. El gel de ultrasonidos al tacto es poco denso siendo su textura excesivamente acuosa. El gel para la diatermia, es poco denso y su dosificador no llega al final del bote y el spray frio, no enfría lo suficiente como para poder ser utilizado para su fin.

Lote MRH9 – Emolientes para rehabilitación

Siendo la puntuación máxima en las especificaciones técnicas de 60 puntos:

- La empresa ALSSA MEDICAL, S.L. ha obtenido **40 puntos** porque tras la comprobación de la muestra, se ha constatado que el aceite que han presentado es excesivamente líquido y su reabsorción ha sido muy rápida.
- La empresa DJO IBÉRICA PRODUCTOS ORTOPEDICOS, S.L. ha obtenido **40 puntos** porque tras la comprobación de la muestra, se ha constatado que el aceite que han presentado es excesivamente líquido y su reabsorción ha sido muy rápida.
- La empresa ENRAF NONIUS IBERICA, S.A. ha obtenido **40 puntos** porque tras la comprobación de la muestra, se ha constatado que el aceite que han presentado es excesivamente líquido y su reabsorción ha sido muy rápida.
- La empresa BRF ALKIMIA PHARMA, S.A. ha obtenido la máxima puntuación, por cumplir con todas las características solicitadas en el pliego de Prescripciones técnicas.
- La empresa BASTOS MEDICAL, S.L. ha obtenido **50 puntos** porque tras la comprobación de la muestra, se ha constatado que el producto desprende un olor desagradable.

Lote MRH10 – Electrodo para iontoforesis

Siendo la puntuación máxima en las especificaciones técnicas de 60 puntos:

- La empresa DJO IBÉRICA PRODUCTOS ORTOPEDICOS, S.L. ha obtenido **57,5 puntos** porque la adherencia de sus electrodos no es tan óptima como la de los electrodos presentados por Cardiva 2.

- La empresa **ENRAF NONIUS IBERICA, S.A.** ha obtenido **57,5 puntos** porque la adherencia de sus electrodos no es tan óptima como la de los electrodos presentados por Cardiva 2.
- La empresa **CARDIVA 2, S.L.** ha obtenido la máxima puntuación, por cumplir con todas las características solicitadas en el pliego de Prescripciones técnicas.

Lote MRH11 – Electrodo por microcorriente MC PATCH o similar

Siendo la puntuación máxima en las especificaciones técnicas de 60 puntos:

- La empresa **ALSSA MEDICAL, S.L.** ha obtenido la máxima puntuación por cumplir con todas las características solicitadas en el pliego de Prescripciones técnicas.

Lote MRH12 – Material de termoterapia

Siendo la puntuación máxima en las especificaciones técnicas de 60 puntos:

- La empresa **ENRAF NONIUS IBERICA, S.A.** ha obtenido la máxima puntuación, por cumplir con todas las características solicitadas en el pliego de Prescripciones técnicas.

Lote MRH13 – Vendajes de rehabilitación

Siendo la puntuación máxima en las especificaciones técnicas de 60 puntos:

- La empresa **BSN MEDICAL S.L.U.** ha obtenido la máxima puntuación, por cumplir con todas las características solicitadas en el pliego de Prescripciones técnicas.
- La empresa **BRF ALKIMIA PHARMA, S.A.** ha obtenido la máxima puntuación, por cumplir con todas las características solicitadas en el pliego de Prescripciones técnicas.
- La empresa **ENRAF NONIUS IBERICA, S.A.** ha obtenido **53,33 puntos** porque la adherencia y la elasticidad de los dos tipos de vendaje que ha presentado es menor que los vendajes presentados por Alkimia Pharma y BSN Medical.

Lote MRH14 – Material suelo pélvico

Siendo la puntuación máxima en las especificaciones técnicas de 60 puntos:

- La empresa **ENRAF NONIUS IBERICA, S.A.** ha obtenido la máxima puntuación, por cumplir con todas las características solicitadas en el pliego de Prescripciones técnicas.

Lote MRH15 – Agujas de acupuntura, punción seca y otras terapias

Siendo la puntuación máxima en las especificaciones técnicas de 60 puntos:

- La empresa **BRF ALKIMIA PHARMA, S.A.** ha obtenido la máxima puntuación, por cumplir con todas las características solicitadas en el pliego de Prescripciones técnicas.

*La empresa **BASTOS MEDICAL, S.L.** no cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT en los siguientes artículos de los cuales se ha solicitado muestra y se ha podido constatar que: El localizador de puntos de acupuntura no es recargable, funciona con pilas y no tiene pantalla digital. La muestra que ha presentado para la jeringa de succión es un maletín de ventosas. Por lo tanto, se propone que la empresa **BASTOS MEDICAL, S.L.** quede excluida del lote MRH15.*

Lote MRH16 – Complementos de vendajes

Siendo la puntuación máxima en las especificaciones técnicas de 60 puntos:

- La empresa **DJO IBÉRICA PRODUCTOS ORTOPEDICOS, S.L.** ha obtenido **52,5 puntos** porque deja más residuo y el vendaje cuesta más de retirar que el producto presentado por Enraf Nonius y Bastos Medical.
- La empresa **ENRAF NONIUS IBERICA, S.A.** ha obtenido la máxima puntuación, por cumplir con todas las características solicitadas en el pliego de Prescripciones técnicas.
- La empresa **BASTOS MEDICAL, S.L.** ha obtenido la máxima puntuación, por cumplir con todas las características solicitadas en el pliego de Prescripciones técnicas.

Lote MRH17 – Complementos de medición

Siendo la puntuación máxima en las especificaciones técnicas de 60 puntos:

- La empresa **ALSSA MEDICAL, S.L.** ha obtenido la máxima puntuación, por cumplir con todas las características solicitadas en el pliego de Prescripciones técnicas.

La empresa **ENRAF NONIUS IBERICA, S.A.** no cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT en uno de los artículos del lote en el que se solicitaba muestra, pudiéndose constatar que: han ofertado un dinamómetro cuando lo que se solicitaba un algómetro. Por lo tanto, se propone que la empresa **ENRAF NONIUS IBERICA, S.A.** quede excluida del lote MRH17.

La empresa **BASTOS MEDICAL, S.L.** no cumple con las características técnicas solicitadas en el PPT en uno de los artículos del lote en el que se solicitaba muestra, pudiéndose constatar que el reloj avisador que han presentado no es digital. Por lo tanto, se propone que la empresa **BASTOS MEDICAL, S.L.** quede excluida del lote MRH17.

Lote MRH18 – Rehabilitación pulmonar

No ha habido ninguna empresa ofertante, por tanto el lote deberá declararse DESIERTO.

Lote MRH19 – Bolsas para equipos de presoterapia

Siendo la puntuación máxima en las especificaciones técnicas de **60 puntos**:

- La empresa **ENRAF NONIUS IBERICA, S.A.** ha obtenido la máxima puntuación, por cumplir con todas las características solicitadas en el pliego de Prescripciones técnicas

Lote MRH20 – Accesorios para poleoterapia

Siendo la puntuación máxima en las especificaciones técnicas de **60 puntos**:

- La empresa **ENRAF NONIUS IBERICA, S.A.** ha obtenido la máxima puntuación, por cumplir con todas las características solicitadas en el pliego de Prescripciones técnicas

Lote MRH21 – Consumible compatibles con tapiz anti-gravedad ALTER-G

No ha habido ninguna empresa ofertante, por tanto el lote deberá declararse DESIERTO.

Lote MRH22 – Caja terapia espejo tipo “Folding Mirror Therapy Box” o similar

Siendo la puntuación máxima en las especificaciones técnicas de **60 puntos**:

- La empresa **VIALTA, S.L.** ha obtenido la máxima puntuación, por cumplir con todas las características solicitadas en el pliego de Prescripciones técnicas.

Lote MRH23 – Set herramientas tipo Richelli’s Básico o similar

Siendo la puntuación máxima en las especificaciones técnicas de **60 puntos**:

- La empresa **BASTOS MEDICAL, S.L.** ha obtenido la máxima puntuación, por cumplir con todas las características solicitadas en el pliego de Prescripciones técnicas.

Lote MRH24 – Material de rehabilitación acuático

No ha habido ninguna empresa ofertante, por tanto el lote deberá declararse DESIERTO.

Lote MRH25 – Vendaje técnica Mc Connell

Siendo la puntuación máxima en las especificaciones técnicas de **60 puntos**:

La empresa **BSN MEDICAL, S.L.U.** no ha superado el umbral de los 31 puntos, tal como se exigía en el pliego de prescripciones técnicas para seguir con la valoración económica: Se ha constatado mediante la muestra que el tejido del vendaje se deshilacha fácilmente y el envase al ser en caja conserva menos el producto en comparación con el envase que ha presentado Bastos Medical ya que este último tiene un envasado y un sistema de cierre mucho más hermético. Por lo tanto, se propone que la empresa **BSN MEDICAL, S.L.U.** quede excluida del lote MRH25.

La empresa **ENRAF NONIUS IBERICA, S.A.** no ha superado el umbral de los 31 puntos, tal como se exigía en el pliego de prescripciones técnicas para seguir con la valoración económica: Se ha constatado mediante la muestra que el envase del vendaje es en una bolsa tipo zip y no está presentado como un kit tal y como se solicita en el PPT. Por lo tanto, se propone que la empresa **ENRAF NONIUS IBERICA, S.A.** quede excluida del lote MRH25.

La empresa **BRF ALKIMIA PHARMA, S.A.** no ha superado el umbral de los 31 puntos, tal como se exigía en el pliego de prescripciones técnicas para seguir con la valoración económica: Se ha constatado mediante la muestra que el tejido del vendaje se deshilacha fácilmente y la presentación es una bolsa transparente que contiene los productos de forma independiente (no es un kit), y sin ninguna etiqueta que identifique y proporcione información del producto.

- La empresa **BASTOS MEDICAL, S.L.** ha obtenido la máxima puntuación, por cumplir con todas las características solicitadas en el pliego de Prescripciones técnicas

Anexo II Valoración técnica y económica por lote

LOTE.MRH1: CONSUMIBLES PARA EQUIPOS DE ELECTROTERAPIA: ELECTRODOS PARA TENS FLEXIBLES

Empresa	DJO IBÉRICA PRODCUTOS ORTOPEDICOS, S.L.	ENRAF NONIUS IBÉRICA, S.A.	BRF ALKIMIA PHARMA, S.A.	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	51,67	60	51,67	60
MRH1.1 Electrodo flexible de 9cmx5cm con 1 cable conector 2 mm hembra Bolsa de 4 ud	50	60	50	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10	10	10
Muestra	20	30	20	30
MRH1.2 Electrodo flexible de 10cmx5cm con 1 cable doble conector 2mm hembra Bolsa de 4 ud	50	60	50	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10	10	10
Muestra	20	30	20	30
MRH1.3 Electrodo flexible de 5cm de diámetro con 1 cable conector 2 mm hembra Bolsa de 4 ud	50	60	50	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10	10	10
Muestra	20	30	20	30
MRH1.4 Electrodo flexible de 3,2 cm de diámetro con 1 cable conector 2 mm hembra Bolsa de 4 ud	50	60	50	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10	10	10
Muestra	20	30	20	30
MRH1.5 Electrodo flexible de 5cmx5cm con 1 cable conector 2 mm hembra Bolsa de 4 ud	50	60	50	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10	10	10
Muestra	20	30	20	30
MRH1.6 Electrodo flexible de 2.4cm con cable conexión 2mm Bolsa de 4 ud	60	60	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10	10	10
Muestra	30	30	30	30
TOTAL	51,67	60	51,67	60

Valoración Oferta Económica

	36,19	29,87	37,11	40,00
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Suma Total (Económica + Técnica)

	87,86	89,87	88,78	100,00
--	--------------	--------------	--------------	---------------

LOTE.MRH25:VENDAJE TÉCNICA MCCONNELL

Empresa	BSN MEDICAL, S.L.U.	ENRAF NONIUS IBÉRICA, S.A.	BRF ALKIMIA PHARMA, S.A.	BASTOS MEDICAL, S.L.	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				60	60
MRH25.1 Vendaje técnica McConnell 1 rollo vendaje tipo Endura Sport Tape o similar + 1 rollo venda tipo Endurafix o similar	30	25	30	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	20	20	20
Tipo de envasado y presentación	5	0	0	10	10
Muestra	5	5	10	30	30
TOTAL				60	60

Valoración Oferta Económica

				40,00	40,00
--	--	--	--	--------------	--------------

Suma Total (Económica + Técnica)

				100,00	100,00
--	--	--	--	---------------	---------------

Excluidos por presentar algún producto que no supera los 31 puntos exigidos en el PPT

LOTE.MRH2: CONSUMIBLES PARA EQUIPOS DE ELECTROTERAPIA REUTILIZABLE

Empresa	ENRAF NONIUS IBÉRICA, S.A.	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	60	60
Del MRH2.1 al MRH2.3 Almohadilla de protección con triple capa para electrodos	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10
Muestra	30	30
MRH2.4 Almohadilla de protección para electrodos de vacío de 65mm diámetro Bolsa de 4 ud	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10
Muestra	30	30
Del MRH2.5 al MRH2.8 Cinta fijadora auto enrollable de velcro	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10
Muestra	30	30
Del MRH2.9 al MRH2.11 Cinta fijación nylatex	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10
Muestra	30	30
Del MRH2.12 al MRH2.17 Electrodo de caucho	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10
Muestra	30	30
MRH2.18 Electrodo punta de 5mm de diámetro	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	60	60
MRH2.19 Electrodo de vacío 60mm de diámetro juego 2 ud	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	60	60
TOTAL	60	60

Valoración Oferta Económica

40,00

40,00

Suma Total (Económica + Técnica)

100,00

100,00

LOTE.MRH3: CONSUMIBLES DE EJERCICIOS

Empresa	ALSSA MEDICAL	ENRAF NONIUS IBÉRICA, S.A.	BRF ALKIMIA PHARMA, S.A.	BASTOS MEDICAL S.L.	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		58,57	58,57		60
Del MRH3.1 al MRH3.5 Banda elástica sin látex	50	55	60	55	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	20	20	20
Tipo de envasado y presentación	0	5	10	5	10
Muestra	30	30	30	30	30
Del MRH3.6 al MRH3.12 Banda elástica sin látex con bucles consecutivos	60	60	60	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	20	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10	10	10	10
Muestra	30	30	30	30	30
MRH3.13 TRX PRO	60	60	60	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	20	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10	10	10	10
Muestra	30	30	30	30	30
Del MRH3.14 al MRH3.17 Ejercitador de manos forma de huevo	55	55	60	0	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	20	0	20
Tipo de envasado y presentación	10	10	10	0	10
Muestra	25	25	30	0	30
Del MRH3.18 al MRH3.23 Masilla de rehabilitación	50	60	50	50	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	20	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10	10	10	10
Muestra	20	30	20	20	30
Del MRH3.24 al MRH3.28 Rehabilitador muelle dedos y manos	60	60	60	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	20	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10	10	10	10
Muestra	30	30	30	30	30
Del MRH3.29 al MRH3.34 Ejercitador dedos, muñeca y antebrazo	0	60	60	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	0	20	20	20	20
Tipo de envasado y presentación	0	10	10	10	10
Muestra	0	30	30	30	30
TOTAL		58,57	58,57		60

Valoración Oferta Económica		36,08	38,52		40,00
Suma Total (Económica + Técnica)		94,65	97,09		100,00

Excluida por presentar algún producto que no corresponde a lo solicitado en el PPT

LOTE.MRH4: MATERIAL DE EJERCICIOS PROPIOCEPTIVOS

Empresa	ALSSA MEDICAL	ENRAF NONIUS IBÉRICA, S.A.	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	52	48,67	60
Del MRH4.1 al MRH4.4 Balón ejercicio pilates tipo bobath o similar	60	50	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10	10
Muestra	30	20	30
MRH4.5 Balón de ejercicio con forma de cacahuete	60	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	60	60	60
MRH4.6 Barra de espuma 15cmØ x 91,5cm longitud	60	40	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	0	10
Muestra	30	20	30
MRH4.7 Aro de pilates	60	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	60	60	60
MRH4.8 Superficie de equilibrio de base dura para ejercicios de propiocepción tipo "BOSU" o similar	60	50	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	0	10
Muestra	30	30	30
MRH4.9 Cojín para trabajo de propiocepción con aire, tipo "DYN AIR" o similar	60	45	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10	10
Muestra	30	15	30
MRH4.10 Bomba de aire con manómetro y kit de boquillas/adaptadores	35	35	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	10	10	20
Tipo de envasado y presentación	10	10	10
Muestra	15	15	30
MRH4.11 Tabla de boheler cuadrangular	60	50	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	60	50	60
MRH4.12 Plato de Boheler 38cm de diámetro	60	50	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	60	50	60
Del MRH4.13 al MRH4.15 Pelota de espuma	50	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10	10
Muestra	20	30	30
Del MRH4.16 al MRH4.20 Pelota soft piel tipo elefante	60	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10	10
Muestra	30	30	30
Del MRH4.21 al MRH4.26 Pelota erizo			60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10	10
Muestra	30	30	30
Del MRH4.27 al MRH4.30 Balón sensorial	55	50	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	10	20
Tipo de envasado y presentación	5	10	10
Muestra	30	30	30
MRH4.31 Steps	40	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	40	60	60
MRH4.32 Estabilizador de presión Stabilizer Pressure bio-feedback Chattanooga o similar	60	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10	10
Muestra	30	30	30
TOTAL	52	48,67	60

Valoración Oferta Económica

36,92

39,62

40,00

Suma Total (Económica + Técnica)

88,92

88,29

100,00

LOTE.MRH5: POSICIONAMIENTO COPORAL

Empresa	ENRAF NONIUS IBÉRICA, S.A.	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	60	60
MRH5.1 Cojín para asiento	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	60	60
MRH5.2 Cojín facial blando para camillas	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	60	60
MRH5.3 Cojín en forma de reloj de arena para camillas	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	60	60
MRH5.4 Cojín masaje para camillas	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10
Muestra	30	30
MRH5.5 Colchoneta azul tipo Coronella o similar 185cmx60cmx1,5cm	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10
Muestra	30	30
MRH5.6 Cochoneta roja tipo Sveltus o similar 170x70x1,4cm	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	60	60
Del MRH5.7 al MRH5.12 Cuña postural	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10
Muestra	30	30
Del MRH5.13 al MRH5.16 Rulo postural	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10
Muestra	30	30
Del MRH5.17 al MRH5.19 Rulo postural semicilíndrico	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10
Muestra	30	30
TOTAL	60	60

Valoración Oferta Económica

40,00

40,00

Suma Total (Económica + Técnica)

100,00

100,00

LOTE.MRH7: TABLERO CANADIENSE TIPO "KIT MAPS ORIGINAL DE MAPS THERAPY" O SIMILAR

Empresa	DJO IBÉRICA PRODUCTOS ORTOPÉDICOS, S.L.	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	60	60
MRH7.1 Tablero canadiense tipo "Kit Maps Original de Maps Therapy" o similar	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10
Muestra	30	30
TOTAL	60	60

Valoración Oferta Económica

40,00	40,00
--------------	--------------

Suma Total (Económica + Técnica)

100,00	100,00
---------------	---------------

LOTE.MRH8: GELES PARA REHABILITACIÓN

Empresa	ENRAF NONIUS IBÉRICA, S.A.	BRF ALKIMIA PHARMA, S.A.	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	60		60
MRH8.1 Gel de frío	60	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10	10
Muestra	30	30	30
MRH8.2 Gel de calor	60	30	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10	10
Muestra	30	0	30
MRH8.3 Garrafa 5L y MRH8.4 bote 260gr	60	50	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10	10
Muestra	30	20	30
MRH8.5 Discos de gel transmisor compatible con Sonoplus 190 STATUS 40ud	60	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10	10
Muestra	30	30	30
MRH8.6 Gel para diatermia sin dosificador y MRH8.7 Gel para diatermia con dosificador	60	45	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10	10
Muestra	30	15	30
MRH8.8 Spray frío	60	30	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10	10
Muestra	30	0	30
TOTAL	60		60

Valoración Oferta Económica

40,00		40,00
--------------	--	--------------

Suma Total (Económica + Técnica)

100,00		100,00
---------------	--	---------------

LOTE.MRH9: EMOLIENTES PARA REHABILITACIÓN

Empresa	ALSSA MEDICAL	DJO IBÉRICA PRODUCTOS ORTOPEDICOS, S.L.	ENRAF NONIUS IBÉRICA, S.A.	BRF ALKIMIA PHARMA, S.A.	BASTOS MEDICAL, S.L.	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	40	40	40	60	50	60
MRH9.1 Aceite de almendras dulces para masaje	40	40	40	60	50	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	20	20	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10	10	10	10	10
Muestra	10	10	10	30	20	30
TOTAL	40	40	40	60	50	60
Valoración Oferta Económica	21,19	18,82	19,28	36,18	40,00	40,00
Suma Total (Económica + Técnica)	61,19	58,82	59,28	96,18	90,00	100,00

LOTE.MRH10: ELECTRODOS DE IONTOFORESIS

Empresa	DJO IBÉRICA PRODUCTOS ORTOPEDICOS, S.L.	ENRAF NONIUS IBÉRICA, S.A.	CARDIVA 2, S.L.	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	57,5	57,5	60	60
Del MRH10.1 al MRH10.4 Electrodo iontoforesis	55	55	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10	10	10
Muestra	25	25	30	30
MRH10.5 Electrodo de iontoforesis para administración de medicación 24 horas	60	60	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10	10	10
Muestra	30	30	30	30
TOTAL	57,5	57,5	60	60
Valoración Oferta Económica	40,00	36,55	27,01	40,00
Suma Total (Económica + Técnica)	97,50	94,05	87,01	100,00

LOTE.MRH11: ELECTRODO POR MICROCORRIENTE MC PATCH O SIMILAR

Empresa	ALSSA MEDICAL	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	60	60
MRH11.1 Electrodo por microcorriente MC Patch o similar	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	60	60
TOTAL	60	60

Valoración Oferta Económica

40,00	40,00
--------------	--------------

Suma Total (Económica + Técnica)

100,00	100,00
---------------	---------------

LOTE.MRH12: MATERIAL DE TERMOTERÁPIA

Empresa	ENRAF NONIUS IBÉRICA, S.A.	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	60	60
Del MRH12.1 Compresa de frío/calor 13,5 x 28cm	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10
Muestra	30	30
Del MRH12.2 al MRH12.6 Compresa de frío	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10
Muestra	30	30
Del MRH12.7 al MRH12.10 Almohadillas de calor rellenas de lodo sintético	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10
Muestra	30	30
MRH12.11 Bloque de 1kg de parafango con aditivos naturales (caja 12 uds)	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10
Muestra	30	30
MRH12.12 Parafina desodorizada Bloque de 5kg	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10
Muestra	30	30
MRH12.13 Bolsa de plástico transparente para aplicar la parafina 32 x 40cm aprox	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10
Muestra	30	30
MRH12.14 Bolsa de plástico transparente para aplicar la parafina 15 x 30cm aprox	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10
Muestra	30	30
MRH12.15 Bombilla para lámpara infrarrojos de 250 W	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	60	60
MRH12.16 Lámina de plástico transparente de 40x60 cm aprox.	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10
Muestra	30	30
TOTAL	60	60

Valoración Oferta Económica

40,00

40,00

Suma Total (Económica + Técnica)

100,00

100,00

LOTE.MRH13: VENDAJES DE REHABILITACIÓN

Empresa	BSN MEDICAL, S.L.U.	BRF ALKIMIA PHARMA, S.A.	ENRAF NONIUS IBÉRICA, S.A.	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	60	60	53,33	60
MRH13.1 Vendaje neuromuscular 5 cm x 5 m, varios colores (mínimo 3 colores disponibles)	60	60	40	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10	10	10
Muestra	30	30	10	30
MRH13.2 Vendaje neuromuscular 2,5cm X 5m varios colores (mínimo 1 color disponible)	60	60	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10	10	10
Muestra	30	30	30	30
MRH13.3 Dynamic Tape 5 cm x 5 m	60	60	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10	10	10
Muestra	30	30	30	30
TOTAL	60	60	53,33	60

Valoración Oferta Económica

	20,14	32,80	31,43	40,00
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Suma Total (Económica + Técnica)

	80,14	92,80	84,76	100,00
--	--------------	--------------	--------------	---------------

LOTE.MRH15: AGUJAS DE ACUPUNTURA, PUNCIÓN SECA Y OTRAS TERAPIAS

Empresa	BRF ALKIMIA PHARMA, S.A.	BASTOS MEDICAL, S.L.	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	60		60
Del MRH15.1 al MRH15.5 Aguja de acupuntura con guía	60	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10	10
Muestra	30	30	30
Del MRH15.6 al MRH15.14 Aguja de punción seca con guía	60	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10	10
Muestra	30	30	30
MRH15.15 Localizador de puntos de acupuntura	60	30	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10	10
Muestra	30	0	30
MRH15.16 Pinzas para electroacupuntura	60	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	60	60	60
MRH15.17 Parches de cross-tape distintos colores (mínimo 1 color disponible)	60	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10	10
Muestra	30	30	30
MRH15.18 Jeringa de succión	60	0	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	0	20
Tipo de envasado y presentación	10	0	10
Muestra	30	0	30
TOTAL	60		60

Valoración Oferta Económica

	40,00		40,00
--	--------------	--	--------------

Suma Total (Económica + Técnica)

	100,00		100,00
--	---------------	--	---------------

LOTE.MRH14: MATERIAL SUELO PÉLVICO

Empresa	ENRAF NONIUS IBÉRICA, S.A.	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	60	60
MRH14.1 Unidad digital tipo Neurotrac pelivotone o similar	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	60	60
MRH14.2 Electrodo Veriprobe 2mm o similar	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	60	60
MRH14.3 Sonda anal anuform 2mm o similar	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	60	60
MRH14.4 Electrodo Anal St. Cloud 2mm o similar	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	60	60
MRH14.5 Sonda de presión anal P/932 o similar	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	60	60
MRH14.6 Tubo de conexión para sonda de presión anal P/932 tipo CD o similar	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	60	60
MRH14.7 Sonda de presión vaginal P/932 o similar	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	60	60
MRH14.8 Tubo de conexión para sonda vaginal P/932 o similar	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	60	60
TOTAL	60	60

Valoración Oferta Económica

40,00

40,00

Suma Total (Económica + Técnica)

100,00

100,00

LOTE.MRH16: COMPLEMENTOS DE VENDAJES

Empresa	DUO IBÉRICA PRODCUTOS ORTOPEDICOS, S.L.	ENRAF NONIUS IBÉRICA, S.A.	BASTOS MEDICAL, S.L.	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	52,5	60	60	60
MRH16.1 Adhesivo para vendajes	60	60	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10	10	10
Muestra	30	30	30	30
MRH16.2 Producto para retirar el adhesivo para vendajes	45	60	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10	10	10
Muestra	15	30	30	30
TOTAL	52,5	60	60	60

Valoración Oferta Económica	36,99	35,80	40,00	40,00
Suma Total (Económica + Técnica)	89,49	95,80	100,00	100,00

LOTE.MRH17: COMPLEMENTOS DE MEDICIÓN

Empresa	ALSSA MEDICAL	ENRAF NONIUS IBÉRICA, S.A.	BASTOS MEDICAL, S.L.	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	60			60
MRH17.1 Goniómetro Moeltgen	60	60	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10	10	10
Muestra	30	30	30	30
MRH17.2 Goniómetro de plástico	60	60	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10	10	10
Muestra	30	30	30	30
MRH17.3 Goniómetro para dedos	60	60	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10	10	10
Muestra	30	30	30	30
MRH17.4 Reloj avisador	60	60	0	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	0	20
Tipo de envasado y presentación	10	10	0	10
Muestra	30	30	0	30
MRH17.5 Algorímetro analógico	60	0	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20		20	20
Tipo de envasado y presentación	10		10	10
Muestra	30		30	30
MRH17.6 Inclinómetro	60	60	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10	10	10
Muestra	30	30	30	30
TOTAL	60			60

Valoración Oferta Económica	40,00			40,00
Suma Total (Económica + Técnica)	100,00			100,00

Excluida por presentar algún producto que no corresponde a lo solicitado en el PPT

LOTE.MRH19: BOLSAS PARA EQUIPOS DE PRESOTERAPIA

Empresa	ENRAF NONIUS IBÉRICA, S.A.	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	60	60
MRH19.1 Bolsas para equipos de presoterapia 25ud	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10
Muestra	30	30
TOTAL	60	60

Valoración Oferta Económica

40,00	40,00
--------------	--------------

Suma Total (Económica + Técnica)

100,00	100,00
---------------	---------------

LOTE.MRH22: CAJA TERAPIA ESPEJO TIPO "FOLDING MIRROR THERAPY BOX" O SIMILAR

Empresa	VIALTA, S.L.	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	60	60
MRH22.1 Caja terapia espejo tipo folding mirror therapy box o similar	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10
Muestra	30	30
TOTAL	60	60

Valoración Oferta Económica

40,00	40,00
--------------	--------------

Suma Total (Económica + Técnica)

100,00	100,00
---------------	---------------

LOTE.MRH23: SET HERRAMIENTAS TIPO RICHELLI'S BÁSICO O SIMILAR

Empresa	BASTOS MEDICAL, S.L.	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	60	60
MRH23.1 Set de herramientas tipo Richelli's básico o similar	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10
Muestra	30	30
TOTAL	60	60

Valoración Oferta Económica

40,00	40,00
--------------	--------------

Suma Total (Económica + Técnica)

100,00	100,00
---------------	---------------

LOTE.MRH20: ACCESORIOS PARA POLEOTERAPIA

Empresa	ENRAF NONIUS IBÉRICA, S.A.	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	60	60
Del MRH20.1 al MRH20.6 Saco de arena en semi piel	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	20	20
Tipo de envasado y presentación	10	10
Muestra	30	30
MRH20.7 Resorte Terry 25Kg	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	60	60
MRH20.8 Polea nylon montada	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	60	60
MRH20.9 Mosquetón 70mm	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	60	60
MRH20.10 Gancho forma "S" 50mm	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	60	60
MRH20.11 Tablilla 2 orificios color haya	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	60	60
MRH20.12 Zapato con enganche cuero y madera	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	60	60
MRH20.13 Empuñadura acero con puño madera	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	60	60
MRH20.14 Cuerda nylon 5mm diámetro (1 metro)	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	60	60
MRH20.15 Cincha lona 53x14cm 2 anillas	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	60	60
MRH20.16 Cincha de lona 33x7cm 2 anillas	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	60	60
MRH20.17 Talonera lona con 2 anillas	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	60	60
MRH20.18 Cincha lona F.Rombo P. Cabeza	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	60	60
MRH20.19 Cincha lona 130x15cm 2 hebillas	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	60	60
MRH20.20 Cincha lona 30x10cm 2 hebillas	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	60	60
MRH20.21 Cincha lona 30x10cm 2 hebillas	60	60
Cumplimientos de las Especificaciones técnicas	60	60
TOTAL	60	60

Valoración Oferta Económica

40,00

40,00

Suma Total (Económica + Técnica)

100,00

100,00