



En Francesc Luque López, Director d'Economia i Serveis del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, actuant d'acord amb les facultats delegades pel Consell de Govern als efectes de procedir a l'adjudicació de l'expedient **18SM0060P**, convocat per procediment obert no harmonitzat i amb tramitació anticipada per a contractar el subministrament de **MICROBIOLOGIA – TUBS I PLAQUES**, pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (CCSPT).

Atès l'expedient de contractació amb la documentació que l'integra.

Atès la proposta d'adjudicació de la Mesa de Contractació a favor de les propostes econòmicament més avantatjoses, així com la documentació aportada pels licitadors que realitzen aquestes ofertes dins del termini fixat.

Atès que les empreses proposades per a l'adjudicació compleixen amb els requisits de capacitat i solvència exigits per a contractar amb l'administració, a data de finalització del termini de presentació de les proposicions d'aquest procediment.

Vist l'establert el que disposa els articles 151, 153 i 156 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (a partir d'ara TRLCSP), i l'establert al Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen la present contractació.

HE RESULT:

Primer.- Adjudicar el contracte tramitat mitjançant procediment obert no harmonitzat per a contractar el subministrament de **MICROBIOLOGIA – TUBS I PLAQUES**, expedient **18SM0060P**, pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, tal i com a continuació es detalla:

LOT	LICITADOR	ENTITAT	ANY	IMPORT (IVA exclòs)
LB01	BIOMÉRIEUX ESPAÑA, SA	CCSPT	2018	39.544,27.-€
			2019	39.544,27.-€
LB05	THERMO FISHER DIAGNOSTICS, SLU	CCSPT	2018	1.391,87.-€
			2019	1.391,87.-€
LB06	FRANCISCO SORIA MELGUIZO, SA	CCSPT	2018	2.881,05.-€
			2019	2.881,05.-€

Segon.- Notificar la present resolució a tots els licitadors, amb les característiques i avantatges de les proposicions presentades pels adjudicataris determinants de que s'hagi seleccionat la seva oferta com la més avantatjosa econòmicament. Procedir a publicar-la en el perfil del contractant del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí i a la Plataforma electrònica de Contractació de la Generalitat de Catalunya.



Tercer.- Requerir a l'empresa adjudicatària perquè en el termini màxim fixat a la clàusula 22.1 del Plec de Clàusules Administratives Particulars Tipus que regeixen la contractació procedeix a la formalització del corresponent contracte.

El present acord no posa fi a la via administrativa i es podrà recórrer mitjançant la interposició de recurs d'alçada davant el Consell de Govern de la Corporació Sanitària Parc Taulí, d'acord amb allò previst als arts. 121-124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Sabadell, 06 de setembre de 2017

Francisc Luque López
Director d'Economia i Serveis

INFORME TÈCNIC PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ NÚM. 18SM00060p

MICROBIOLOGIA – TUBS I PLAQUES

Informe que s'emet en relació a les ofertes presentades per les empreses licitadores a l'expedient referenciat.

Vistes les documentacions trameses per la Mesa de Contractació, un cop examinades d'acord amb els criteris d'adjudicació que s'estableixen a la documentació rectora de l'esmentat expedient, aquests Serveis arriben a les següents conclusions:

• **LOT LB01 PLAQUES I TUBS DE MEDIS DE CULTIU SELECTIUS I NO SELECTIUS**

Empreses presentades:

a/ BIOMERIEUX ESPAÑA, SA

b/ THERMO FISHER DIAGNOSTICS, SLU

Criteris de valoració: (Màxim 45 punts)

		Biomer.	Thermo	
		a/	b/	
1.	Gruix medis cultiu (0-10)	10.00	5.00	✓
2.	Plaques amb sang (0-10)	10.00	10.00	✓
3.	Plaques cromogèniques (0-10)	10.00	10.00	✓
4.	Plaques selectives (0-5)	5.00	2.00	✓
5.	Brous de cultiu (0-5)	5.00	5.00	✓
6.	Lliurament (0-5)	5.00	5.00	✓
TOTAL		45.00	37.00	

Prestacions tècniques i funcionals:

1. Gruix dels medis de cultiu en placa d'un mínim de 4mm de profunditat.

Thermo Fisher Dignostics, SL, el gruix dels medis de cultiu en placa no és homogeni, havent-hi punts on el gruix no és el valorat de 4mm.

Biomerieux España, SA, presenta uns medis de cultiu amb repartiment uniforme del gruix de la placa, complint els 4mm de profunditat valorats.

2. Plaques amb sang: es valorarà la beta hemòlisi de les colònies (≥ 1 mm), així com que les plaques no es presentin hemolitzades.

Biomerieux España, SA i Thermo Fisher Diagnostics, SLU, presenten unes plaques amb bona beta hemòlisi i no s'han hemolitzat.

3 Plaques cromogèniques: que inhibeixen la flora sapròfita, mentre que no inhibeixen els bacteris multiresistents. Coloració discriminativa clara de les colònies de les diferents espècies bacterianes.

Biomerieux España, SA i Thermo Fisher Diagnostics, SLU, han presentat una bona inhibició de la flora sapròfita i han permès el creixement dels bacteris multiresistents.



4. Plaques selectives: correcte inhibició dels bacteris que no han de créixer.

Thermo Fisher Diagnostics, SLU, presenta unes plaques que en general han funcionat, però s'ha detectat en les plaques de "xocolata poly-VCAT3" i "CAMPYLOSEL" menys inhibició que la que presenten les plaques actuals.

Biomerieux España, SA, presenta unes plaques que han funcionat bé, amb una correcte inhibició de bacteris.

5. Brous de cultiu: es valorarà la terbolesa en funció de la necessitat d'oxigen del bacteri.

Biomerieux España, SA i Thermo Fisher Diagnostics, SLU, ofereixen unes plaques que han presentat un bon creixement.

Altres elements:

6. Per a la valoració d'aquest criteri es tindrà en compte la possibilitat de lliurament del material en cas d'urgència

Biomerieux España, SA i Thermo Fisher Diagnostics SLU, en cas d'urgència declaren servir les comandes en un termini de 24h.



• **LOT LB05 MEDIS DE CULTIU ESPECIALS**

Empreses presentades:

a/ THERMO FISHER DIAGNOSTICS, SLU

Criteris de valoració: (Màxim 45 punts)

		T.Fisher	
		a/	
1.	Gruix medis cultiu (0-10)	5.00	✓
2.	Plaques selectives (0-10)	10.00	✓
3.	Plaques rodac (0-10)	10.00	✓
4.	Data caducitat (0-10)	0.00	✓
5.	Lliurament (0-5)	5.00	✓
TOTAL		30.00	

Prestacions tècniques i funcionals:

1. Gruix dels medis de cultiu en placa d'un mínim de 4mm de profunditat.

Thermo Fisher Dignostics, SL, el gruix dels medis de cultiu en placa no és homogeni, havent-hi punts on el gruix no és el valorat de 4mm.

2. Plaques selectives amb antibiòtics: correcte inhibició dels bacteris que no han de créixer.

Thermo Fisher Diagnostics, SLU, presenta unes plaques amb correcte inhibició de bacteris, sense créixer.

3 Plaques Rodac: elevació de l'agar un mínim de 2mm per sobre del plàstic de la placa de cultiu.

Thermo Fisher Diagnostics, SLU, presenta unes plaques amb elevació de l'agar un mínim de 22 per sobre del plàstic de la placa de cultiu.

4. Data de caducitat: igual o superior a un mes des de la recepció del producte a Laboratori.

Thermo Fisher Diagnostics, SLU, no fa referència a aquest punt en la documentació presentada en el sobre B.

Altres elements:

5. Per a la valoració d'aquest criteri es tindrà en compte la possibilitat de lliurament del material en cas d'urgència

Thermo Fisher Diagnostics, SLU, en cas d'urgència declara servir les comandes en un termini de 24h.

• **LOT LB06 COLORANTS**

Empreses presentades:

a/ FRANCISCO SORIA MELGUIZO, SA

Criteris de valoració: (Màxim 40 punts)

		F.Soria M
		a/
1.	Colorants tinció Gram, absència violeta (0-10)	10.00
2.	Colorants tinció Gram, diferenciació bacteris (0-10)	10.00
3.	Colorants tinció Ziehl-Neelsen (0-10)	10.00
4.	Colorants tinció Auramina (0-10)	10.00
5.	Lliurament (0-5)	5.00
TOTAL		45.00

Prestacions tècniques i funcionals:

1. Colorants tinció de Gram: Absència de precipitació de colorant violeta de genciana a la preparació microscòpica tenyida.

Francisco Soria Melguizo, SA, presenta uns colorants amb absència de precipitació de colorant violeta de genciana a la preparació microscòpica tenyida.

2. Colorants tinció Gram: diferenciació clara i nítida entre els bacteris grampositius i gramnegatius.

Francisco Soria Melguizo, SA, presenta un producte amb diferenciació clara i nítida entre els bacteris grampositius i gramnegatius.

3 Colorants tinció de Ziehl-Neelsen: diferenciació clara i nítida entre els bacteris àcid-alcohol resistent (vermells) i els sensibles (blau). Absència de precipitats en la tinció.

Francisco Soria Melguizo, SA, presenta uns colorants amb diferenciació clara i nítida entre els bacteris àcid-alcohol resistent (vermells) i els sensibles (blau) i amb absència de precipitats en la tinció.

4. Colorants tinció d'Auramina: absència d'artefactes fluorescents.

Francisco Soria Melguizo, SA, presenta un producte amb absència d'artefactes fluorescents.

Altres elements:

5. Per a la valoració d'aquest criteri es tindrà en compte la possibilitat de lliurament del material en cas d'urgència

Francisco Soria Melguizo, SA, en cas d'urgència declara servir les comandes en un termini de 24h.

Dra. MONTSERRAT TORRA PUIG
Directora de Servei de Laboratori

Sabadell, 19 de juliol de 2017



PROCEDIMENT 18SM0060p – MICROBIOLOGIA-TUBS I PLAQUES

LOT	LB01				
EMPRESSES PRESENTADES	VALORACIÓ TÈCNICA (Màx. 45 punts)	OFERTA ECONÒMICA (Màx. 50 punts)	COMANDA MÍNIMA (Màx. 5 punts)	TOTAL PUNTUACIÓ	IMPORT
BIOMÉRIEUX ESPAÑA, SA	45.00	47.00	5.00	97.00	39.544,27 ✓
THERMO FISHER DIAGNOSTICS, SLU	37.00	50.00	5.00	92.00	37.348,52

LOT	LB05				
EMPRESSES PRESENTADES	VALORACIÓ TÈCNICA (Màx. 45 punts)	OFERTA ECONÒMICA (Màx. 50 punts)	COMANDA MÍNIMA (Màx. 5 punts)	TOTAL PUNTUACIÓ	IMPORT
THERMO FISHER DIAGNOSTICS, SLU	30.00	50.00	5.00	85.00	1.391,87 ✓

LOT	LB06				
EMPRESSES PRESENTADES	VALORACIÓ TÈCNICA (Màx. 45 punts)	OFERTA ECONÒMICA (Màx. 50 punts)	COMANDA MÍNIMA (Màx. 5 punts)	TOTAL PUNTUACIÓ	IMPORT
FRANCISCO SORIA MELGUIZO, SA	45.00	50,00	5.00	100,00	2.881,05 ✓

* No s'ha valorat, atès que no s'ha complert amb els requisits establerts en els plecs administratiu i tècnic.

Sra. ELISENDA CARRAU VIDAL
Cap de Compres

Sabadell, 1 d'agost de 2017