



RESOLUCIÓ

Atesa la necessitat de contractar el servei de reparació de la sonda transesofàgica GE 6VT-D número 150542, ubicada al servei de Ecocardio de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Vista la proposta d'oferta econòmicament més avantatjosa efectuada pel cap d'Electromedicina de l'HUB de data 18 de setembre de 2017.

D'acord amb el que preveu l'art 151.4 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Vist el que preveu la llei 12/1983, de 14 de juliol, d'Administració Institucional de la Sanitat i de l'Assistència i els Serveis Socials a Catalunya, la llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, i la resolució del gerent de l'ICS, de 18 de març de 2010, de delegació de competències en matèria de contractes del sector públic i execució pressupostària en diversos càrrecs directius i personal amb funcions de comandament de l'ICS.

Resolc

Primer. Adjudicar la contractació del servei de reparació de la sonda transesofàgica GE 6VT-D número 150542, ubicada al servei de Ecocardio de l'Hospital Universitari de Bellvitge, a l'empresa GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SAU, amb NIF A-28061737, pel període comprés des de la signatura del contracte i fins el 16 d'octubre de 2017 i per l'import de 19.700,00 euros sense IVA i de 23.837,00 amb IVA,

Segon. Procedir a publicar la present resolució en el Perfil del contractant de l'Institut Català de la Salut, que es troba a la Plataforma de serveis de contractació pública (<https://contractaciopublica.gencat.cat>).

Tercer. Notificar a les empreses interessades la present resolució.

Quart. Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs en via administrativa d'acord amb el que preveuen el Plec de clàusules administratives particulars i el TRLCSP, aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre.

L'Hospitalet de Llobregat, 26 de setembre de 2017

9

Dra. Montserrat Figuerola Batista
Gerent
Gerència Territorial Metropolitana Sud

Exp. núm.: CSE/AH02/1100661251/17/PNSP

INFORME TÈCNIC PROPOSTA D'OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA DE L'EXPEDIENT RELATIU AL SERVEI DE REPARACIÓ DE LA SONDATRANSESOFÀGICA GE 6VT-D NÚMERO 150542 UBICADA AL SERVEI DE ECOCARDIO DE L'HUB. (Exp. CSE/AH02/11000661251/17/PNSP)

Mitjançant el present informe constatem que només s'ha convidat a la licitació a l'empresa GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SAU, atès que és aquesta empresa l'única que pot executar l'objecte d'aquesta contractació amb garanties, per tractar-se del servei tècnic del fabricant tal com s'ha especificat a l'informe d'exclusivitat de data 18 de setembre de 2017.

General Electric ha presentat oferta i ha estat admesa a la licitació.

S'ha procedit a la fase de negociació d'acord amb l'annex número 10 del Plec de clàusules administratives particulars on indica que el preu serà susceptible de negociació, i l'empresa mitjançant correu electrònic de data 14 de setembre confirma l'oferta de data 24 d'agost de 2017 i registrada amb data 3 de setembre de 2017.

Una vegada estudiada la documentació tècnica i econòmica, es proposa com a oferta econòmicament més avantatjosa la presentada per l'empresa GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, SAU donat que:

1. És l'única empresa capacitada per realitzar el servei
2. Disposa dels recanvis originals suficients i adequats.
3. L'oferta s'ajusta als requeriments establerts als plecs que regeixen aquesta contractació i no supera l'import de sortida a la licitació.

D'acord amb l'especificat anteriorment, proposo com a oferta econòmicament més avantatjosa la presentada per GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, SAU per un import total, de 19.700,00 € IVA exclòs i de 23.837,00 € IVA inclòs.



Sr. Enric Beltrán González
Cap d'Electromedicina de l'HUB

L'Hospitalet de Llobregat, 18 de setembre de 2017