

**ANUNCI D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL SANITARI DE
PATOLOGIA DIGESTIVA AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE
LA SANTA CREU I SANT PAU**

Expedient OBE 16/211

1.- Entitat Adjudicadora

a.- Organisme: Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

b.- Número d'expedient: OBE 16/211

2.- Objecte del contracte:

a.- Descripció: Subministrament de material sanitari de patologia digestiva amb destí a la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

b.- Data de l'anunci de licitació: Anunci enviat al DOUE 13/07/2016 i publicat el 16/07/2016, publicat en el perfil del contractant i a la Plataforma de contractació de la Generalitat el 18/07/2016.

3.- Tramitació i procediment:

a.- Tramitació: Ordinària

b.- Procediment: Acord marc amb un únic adjudicatari. Obert. Regulació harmonitzada

4.- Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte:

Pressupost de licitació: 644.657,75 € (IVA exclòs) – 770.222,33 € (IVA inclòs)

Valor estimat del contracte: 644.657,75 € (IVA exclòs) – 770.222,33 € (IVA inclòs)

5.- Adjudicació:

a) Data adjudicació: 17 d'octubre de 2017

b) Adjudicatari:

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	ADJUDICATARI
S100394	CAPSULA ENDOSCOPICA	MEDTRONIC IBÉRICA, SA amb CIF A28389484
S100396	DILATADOR ESOFAGIC	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA amb CIF A80401821
S100397	BALO ECO ULTRASONS	OLYMPUS IBERIA, SAU amb CIF A08214157
S100398	GUIA ACCES BILIAR	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA amb CIF A80401821
S100399	EQUIP DE LLIGADURA	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA amb CIF A80401821
S100400	CANULÒTOM PUNTA CURTA	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA amb CIF A80401821
S100401	RASPALL NETEJA	ALBYN MEDICAL, SL amb CIF B62943063
S100402	RASPALL CITOLOGIA	ALBYN MEDICAL, SL amb CIF B62943063
S100403	AGULLA ESCLEROTERÀPIA	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA amb CIF A80401821

S100404	NANSA DE POLIPECTOMIA D'UN SOL ÛS	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA amb CIF A80401821
S100405	SONDA PHMETRIA 2 CANALS 10 CM	SYNMED (Jaime Farré Muñoz) amb CIF 36960394S
S100406	FORCEPS BIOPSIA AMB AGULLA PER A COLONOSCÒPIA I GASTROSCOPIA	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA amb CIF A80401821
S100407	PAPILOTOMO PRE-TALL 3-VIES	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA amb CIF A80401821
S100408	FORCEPS ELIMINACIO CÀLCULS BILIARS	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA amb CIF A80401821
S100409	PAPILÒTOM AMB ESTABILIZADOR	OLYMPUS IBERIA, SAU amb CIF A08214157
S100410	PAPILÒTOM DOBLE LLUM	COOK ESPAÑA, SA amb CIF A08525073
S100411	DISPOSITIU D'APLICACIÓ D'HEMOCLIPS PER A HEMOSTÀSIA	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA amb CIF A80401821
S100412	MARCADOR ENDOSCÒPIC	ALBYN MEDICAL, SL amb CIF B62943063
S100413	SOBRETUB ENTEROSCOPI	OLYMPUS IBERIA, SAU amb CIF A08214157
S100414	BALONS EXTRACCIO	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA amb CIF A80401821
S100415	AGULLA CITOLOGIA ECOENDOSCÒPIA	COOK ESPAÑA, SA amb CIF A08525073
S100416	CÀTETER D'ABLACIÓ	MEDTRONIC IBÉRICA, SA amb CIF A28389484

c) Preu d'adjudicació: Veure preus unitaris publicats a la Plataforma de Contractació

d) Termini d'execució: 2 anys

6.- Formalització del contracte: La formalització del contracte no es podrà produir abans de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la notificació de l'adjudicació definitiva, d'acord amb allò establert a l'article 156 del TRLCSP. Transcorregut aquest termini, l'òrgan de contractació exigirà a l'adjudicatari la formalització del contracte en un termini màxim de cinc dies hàbils, des de l'endemà de la recepció del requeriment que s'efectuï a tal efecte.

Barcelona, 17 d'octubre de 2017

Anna Guzmán

Lletrada, Tècnica de la Unitat de Contractació

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs especial en matèria de contractació, de conformitat amb allò que estableixen els articles 40 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre de 2011, pel que s'aprova el Text refós de la LCSP, en el termini de quinze (15) dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la recepció de la present notificació, anunciant-lo prèviament dins del mateix termini d'acord amb allò disposat en l'article 44.1 del TRLCSP. L'òrgan encarregat de la resolució del recurs és el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Per a la interposició del recurs s'hauran de seguir els tràmits establerts a l'article 44 del TRLCSP. El lloc de presentació de l'escrit d'interposició del recurs serà, respecte de la Fundació de Gestió, la unitat de contractació –carrer de Sant Antoni Maria Claret, número 167 (pavelló de Sant Antoni) Igualment es podrà interposar recurs contenciós-administratiu conforme al disposat a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la notificació de la present.

**INFORME DE VALORACIÓ EN BASE A CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS
DE VALOR RELATIU AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL SANITARI
PER PATOLOGIA DIGESTIVA AMB DESTÍ LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE
L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU – EXPEDIENT OBE 16/211**

Lot 1 – S100394 Càpsula endoscòpica

Empreses presentades:

- Medtronic

1. Criteris subjectius: Puntuació màxima 30 punts.

1.1. Ergonomia en l'ús i avantatges en la manipulació i utilització. Fins 15 punts. En aquest apartat es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el moment de l'ús del producte

Criteri	Puntuació màxima	Medtronic
1.1	15	15

Motivació;

Es puntua amb el màxim atès que compleix amb els criteris valorats.

1.2. Qualitat del material i el seu comportament. Fins 12 punts. Es valorarà la qualitat del material. Per realitzar la valoració es tindrà en compte: composició i comportament del material. Es podrà aportar, per realitzar la valoració, bibliografia, proves realitzades, estudis o qualsevol altre documentació rellevant per la valoració de la qualitat, composició i comportament del producte.

Criteri	Puntuació màxima	Medtronic
1.2	12	12

Motivació;

Es puntua amb el màxim atès que compleix amb els criteris valorats.

1.3. Presentació. Fins 3 punts. Tipus d'embalatge. Forma de presentació en funció del producte. Es valorarà el número d'unitats que incorpora l'embalatge o l'envàs i la seva adequació a les necessitats de l'hospital.

Criteri	Puntuació màxima	Medtronic
1.3	3	3

Motivació:

Es puntua amb el màxim atès que compleix amb els criteris valorats.

Resum valoració criteris subjectius:

Criteri	Puntuació màxima	Medtronic
1.1	15	15
1.2	12	12
1.3	3	3
TOTAL	30	30

Lot 2 - S100395 Catèter baló oclusió

Aquest lot es deixa sense efecte atès que durant la vigència de la licitació s'ha deixat d'utilitzar.

Lot 3 - S100396 Dilatador esofàgic

Empreses presentades:

- St. Endoscopia.
- Boston
- Olympus
- Albyn
- Cook

L'empresa Olympus queda exclosa atès que no compleix amb els requeriments del Plec de Prescripcions Tècniques allà on diu "Mides: 15-16.5-18mm / 12-13.5-15mm. Les mides del productes presentat són 13.5-14.5-15.5mm / 16-17-18mm.

L'empresa Albyn queda exclosa atès que no compleix amb els requeriments del Plec de Prescripcions Tècniques allà on diu "Longitud 180 cms". El producte presentat té una longitud de 230cm.

L'empresa Cook Medical queda exclosa atès que no compleix amb els requeriments del Plec de Prescripcions Tècniques allà on diu "3 atm". El producte presentat correspon a 2 atm.

1. Criteris subjectius: Puntuació màxima 30 punts.

1.1. Ergonomia en l'ús i avantatges en la manipulació i utilització. Fins 15 punts. En aquest apartat es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el moment de l'ús del producte

Criteri	Puntuació màxima	St. Endoscopia	Boston
1.1	15	5	15

Motivació;

Es puntua St. Endoscopia amb 5 punts atès que el baló pilòric és molt curt, i això dificulta el seu ús.

Es puntua Boston amb el màxim atès que compleix amb els criteris valorats.

1.2. Qualitat del material i el seu comportament. Fins 12 punts. Es valorarà la qualitat del material. Per realitzar la valoració es tindrà en compte: composició i comportament del material. Es podrà aportar, per realitzar la valoració, bibliografia, proves realitzades, estudis o qualsevol altre documentació rellevant per la valoració de la qualitat, composició i comportament del producte.

Criteri	Puntuació màxima	St. Endoscopia	Boston
1.2	12	12	12

Motivació;

Es puntuen ambdues empreses amb el màxim atès que compleixen amb els criteris valorats.

1.3. Presentació. Fins 3 punts. Tipus d'embalatge. Forma de presentació en funció del producte. Es valorarà el número d'unitats que incorpora l'embalatge o l'envàs i la seva adequació a les necessitats de l'hospital.

Criteri	Puntuació màxima	St. Endoscopia	Boston
1.3	3	1	3

Motivació;

Es puntua Boston amb la màxima puntuació atès que compleix amb els requeriments.

Es puntua a l'empresa St Endoscopia amb 1 punt atès que la presentació no s'adequa a les necessitats de l'Hospital. Han presentat la mostra en una bossa sense identificació del producte, i això dificulta la seva identificació.

Resum valoració criteris subjectius:

Criteri	Puntuació màxima	St. Endoscopia	Boston
1.1	15	5	15
1.2	12	12	12
1.3	3	1	3
TOTAL	30	18	30

LOT 4 - S100397 Baló eco ultrasons

Empreses presentades:

- St. Endoscopia
- Olympus

1. Criteris subjectius: Puntuació màxima 30 punts.

1.1 Ergonomia en l'ús i avantatges en la manipulació i utilització. Fins 15 punts.

aquest apartat es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el moment de l'ús del producte

Criteri	Puntuació màxima	St. Endoscopia	Olympus
1.1	15	10	15

Motivació;

Es puntua St. Endoscopia amb 10 punts atès que el baló no s'adapta igual de bé a l'ecoendoscopi radial que el de l'empresa millor valorada, dificultant el procediment.

Es puntua Olympus amb el màxim atès que compleix amb els criteris valorats.

1.2 Qualitat del material i el seu comportament. Fins 17 punts. Es valorarà la qualitat del material. Per realitzar la valoració es tindrà en compte: composició i comportament del material. Es podrà aportar, per realitzar la valoració, bibliografia, proves realitzades, estudis o qualsevol altre documentació rellevant per la valoració de la qualitat, composició i comportament del producte.

Criteri	Puntuació màxima	St. Endoscopia	Olympus
1.2	12	8	12

Motivació;

Es puntua St. Endoscopia amb 8 punts atès que l'adaptació a l'ecoendoscopi lineal no és del tot correcta per la falta d'un orifici, i això afecta al seu comportament a l'hora de realitzar el procediment.

Es puntua Olympus amb el màxim atès que compleix amb els criteris valorats.

1.3 Presentació. Fins 3 punts. Tipus d'embalatge. Forma de presentació en funció del producte. Es valorarà el nombre d'unitats que incorpora l'embalatge o l'envàs i la seva adequació a les necessitats de l'hospital.

Criteri	Puntuació màxima	St. Endoscopia	Olympus
1.3	3	3	3

Motivació;

Es puntuen ambdues empreses amb la màxima puntuació atès que compleixen amb els criteris valorats.

Resum valoració criteris subjectius:

Criteri	Puntuació màxima	St. Endoscopia	Olympus
1.1	15	10	15
1.2	12	8	12
1.3	3	3	3
TOTAL	30	21	30

Lot 5 – S100398 Guia accés biliar

Empreses presentades:

- Izasa
- St. Endoscopia
- Boston
- Olympus
- Cook

Les empreses Izasa i St. Endoscopia, queden excloses atès que no compleixen el plec de prescripcions tècniques allà on diu "punta plena de tungstè", segons la fitxa tècnica la composició de la guia de l'empresa Izasa, és nitinol i PTFE, i la composició de la guia de l'empresa St. Endoscopia és nitinol aïllat.

L'empresa Olympus queda exclosa atès que no compleix el PPT allà on diu "Mides 0.035", la guia presentada és de 0.025".

1. Criteris subjectius: Puntuació màxima 30 punts:

1.1 Ergonomia en l'ús i avantatges en la manipulació i utilització. Fins 15 punts. En aquest apartat es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el moment de l'ús del producte

Criteri	Puntuació màxima	Boston	Cook
1.1	15	15	10

Motivació:

Es puntua Boston amb el màxim atès que compleix amb els criteris valorats.

Es puntua Cook amb 10 punts atès que és de color negre i taronja, i això fa que no sigui visual en el moment d'ús del producte.

1.2 Qualitat del material i el seu comportament. Fins 12 punts. Es valorarà la qualitat del material. Per realitzar la valoració es tindrà en compte: composició i comportament del material. Es podrà aportar, per realitzar la valoració, bibliografia, proves realitzades, estudis o qualsevol altre documentació rellevant per la valoració de la qualitat, composició i comportament del producte.

Criteri	Puntuació màxima	Boston	Cook
1.2	12	12	12

Motivació;

Es puntuen ambdues empreses amb el màxim atès que s'adapten correctament als criteris valorats.

1.3 Presentació. Fins 3 punts. Tipus d'embalatge. Forma de presentació en funció del producte. Es valorarà el número d'unitats que incorpora l'embalatge o l'envàs i la seva adequació a les necessitats de l'hospital.

Criteri	Puntuació màxima	Boston	Cook
1.3	3	3	2

Motivació;

Es puntua Boston amb el màxim atès que compleix amb els criteris valorats.

Es puntua Cook amb 2 punts atès que l'embalatge del producte costa d'obrir, i això fa que no s'acabi d'adaptar a les necessitats de l'Hospital.

Resum valoració criteris subjectius:

Criteri	Puntuació màxima	Boston	Cook
1.1	15	15	10
1.2	12	12	12
1.3	3	3	2
TOTAL	30	30	24

Lot 6 – S100399 Sistema lligat multibanda

Empreses presentades:

- St. Endoscopia
- Boston

L'empresa St. Endoscopia queda exclosa atès que no compleix el PPT allà on diu "7 lligams" la oferta presentada conté 6 lligams i conté làtex.

1. Criteris subjectius: Puntuació màxima 30 punts.

1.1 Ergonomia en l'ús i avantatges en la manipulació i utilització. Fins 15 punts. En aquest apartat es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el moment de l'ús del producte

Criteri	Puntuació màxima	Boston
1.1	15	15

Motivació;

Es puntua Boston amb el màxim atès que compleix amb els criteris valorats.

1.2 Qualitat del material i el seu comportament. Fins 12 punts. Es valorarà la qualitat del material. Per realitzar la valoració es tindrà en compte: composició i comportament del material. Es podrà aportar, per realitzar la valoració, bibliografia, proves realitzades, estudis o qualsevol altre documentació rellevant per la valoració de la qualitat, composició i comportament del producte.

Criteri	Puntuació màxima	Boston
1.2	12	12

Motivació;

Es puntua Boston amb el màxim atès que compleix amb els criteris valorats.

1.3 Presentació. Fins 3 punts. Tipus d'embalatge. Forma de presentació en funció del producte. Es valorarà el número d'unitats que incorpora l'embalatge o l'envàs i la seva adequació a les necessitats de l'hospital.

Criteri	Puntuació màxima	Boston
1.3	3	3

Motivació;

Es puntua amb el màxim atès que compleix amb els criteris valorats.

Resum valoració criteris subjectius:

Criteri	Puntuació màxima	Boston
1.1	15	15

1.2	12	12
1.3	3	3
TOTAL	30	30

Lot 7 – S100400 Canulotom punta curta

Empreses presentades:

- St. Endoscopia
- Boston
- Olympus
- Cook

L'empresa Olympus queda exclosa atès que no compleix el PPT allà on diu "Longitud de la punta 5mm". La oferta presentada és de 7mm.

L'empresa St. Endoscopia queda exclosa atès que no compleix amb el PPT allà on diu "Longitud del catèter: 200cm". L'oferta presentada és de 195cm.

L'empresa Cook queda exclosa atès que no compleix amb el PPT allà on diu "Longitud de la guia de tall: 30mm". L'oferta presentada és de 25mm.

1. Criteris subjectius: Puntuació màxima 30 punts.

1.1 Ergonomia en l'ús i avantatges en la manipulació i utilització. Fins 15 punts. En aquest apartat es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el moment de l'ús del producte

Criteri	Puntuació màxima	Boston
1.1	15	15

Motivació;

Es puntua Boston amb el màxim atès que compleix amb els criteris valorats.

1.2 Qualitat del material i el seu comportament. Fins 12 punts. Es valorarà la qualitat del material. Per realitzar la valoració es tindrà en compte: composició i comportament del material. Es podrà aportar, per realitzar la valoració, bibliografia, proves realitzades, estudis o qualsevol altre documentació rellevant per la valoració de la qualitat, composició i comportament del producte.

Criteri	Puntuació màxima	Boston
1.2	12	12

Motivació;

Es puntua Boston amb el màxim atès que compleix amb els criteris valorats.

1.3 Presentació. Fins 3 punts. Tipus d'embalatge. Forma de presentació en funció del producte. És valorarà el número d'unitats que incorpora l'embalatge o l'envàs i la seva adequació a les necessitats de l'hospital.

Criteri	Puntuació màxima	Boston
1.3	3	3

Motivació;

Es puntua Boston amb el màxim atès que compleix amb els criteris valorats.

Resum valoració criteris subjectius:

Criteri	Puntuació màxima	Boston
1.1	15	15
1.2	12	12
1.3	3	3
TOTAL	30	30

Lot 8 – S100401 Raspall neteja

Empreses presentades:

- Sonmedica
- Olympus
- Albyn
- MTW

L'empresa MTW queda exclosa atès que no compleix amb el PPT allà on diu "punta de bola".

El producte presentat no té punta de bola.

1. Criteris subjectius: Puntuació màxima 30 punts.

1.1 Ergonomia en l'ús i avantatges en la manipulació i utilització. Fins 15 punts. En aquest apartat es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el moment de l'ús del producte

Criteri	Puntuació màxima	Sonmedica	Olympus	Albyn
1.1	15	2	15	15

Motivació;

Es puntua Sonmedica amb 2 punts atès que no permet la neteja de canals estrets (endoscopi pediàtric), i això dificulta la seva utilització

Es puntuen Olympus i Albyn amb el màxim atès que compleixen amb els criteris valorats.

1.2 Qualitat del material i el seu comportament. Fins 12 punts. Es valorarà la qualitat del material. Per realitzar la valoració es tindrà en compte: composició i comportament del material. Es podrà aportar, per realitzar la valoració, bibliografia, proves realitzades, estudis o qualsevol altre documentació rellevant per la valoració de la qualitat, composició i comportament del producte.

Criteri	Puntuació màxima	Sonmedica	Olympus	Albyn
1.2	12	12	12	12

Motivació;

Es puntuen totes les empreses amb la màxima puntuació atès que s'adapten correctament als criteris valorats.

1.3 Presentació. Fins 3 punts. Tipus d'embalatge. Forma de presentació en funció del producte. Es valorarà el número d'unitats que incorpora l'embalatge o l'envàs i la seva adequació a les necessitats de l'hospital.

Criteri	Puntuació màxima	Sonmedica	Olympus	Albyn
1.3	3	3	3	3

Motivació;

Es puntuen totes les empreses amb la màxima puntuació atès que s'adapten correctament als criteris valorats.

Resum valoració criteris subjèctius:

Criteri	Puntuació màxima	Sonmedica	Olympus	Albyn
1.1	15	2	15	15
1.2	12	12	12	12
1.3	3	3	3	3
TOTAL	30	17	30	30

L'empresa Sonmedica queda exclosa atès que no assoleix la puntuació tècnica mínima de 18 punts.

Lot 9 - S100402 Raspall citologia biliar

Empreses presentades:

- Boston
- Olympus
- Albyn
- MTW
- Cook

L'empresa Olympus queda exclosa atès que no compleix amb els requeriments del PPT allà on diu "Longitud de treball: 200cm". L'oferta presentada és de 1.900mm.

1. Criteris subjectius: Puntuació màxima 30 punts.

1.1 Ergonomia en l'ús i avantatges en la manipulació i utilització. Fins 15 punts. En aquest apartat es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el moment de l'ús del producte

Criteri	Puntuació màxima	Boston	Albyn	MTW	Cook
1.1	15	15	8	8	15

Motivació;

Es puntuen Boston i Cook amb el màxim atès que s'adapten correctament als criteris valorats.

Es puntuen Albyn i MTW amb 8 punts atès que el producte presentat no permet utilitzar guies curtes, i això dificulta el seu ús.

1.2 Qualitat del material i el seu comportament. Fins 12 punts. Es valorarà la qualitat del material. Per realitzar la valoració es tindrà en compte: composició i comportament del material. Es podrà aportar, per realitzar la valoració, bibliografia, proves realitzades, estudis o qualsevol altre documentació rellevant per la valoració de la qualitat, composició i comportament del producte.

Criteri	Puntuació màxima	Boston	Albyn	MTW	Cook
1.2	12	12	8	8	12

Motivació:

Es puntuen Boston i Cook amb el màxim atès que s'adapten correctament als criteris valorats.

Es puntuen Albyn i MTW amb 8 punts atès que el producte no disposa de marques indicadores, i això afecta al seu comportament a l'hora de realitzar el procediment.

1.3 Presentació. Fins 3 punts. Tipus d'embalatge. Forma de presentació en funció del producte. Es valorarà el número d'unitats que incorpora l'embalatge o l'envàs i la seva adequació a les necessitats de l'hospital.

Criteri	Puntuació màxima	Boston	Albyn	MTW	Cook
1.3	3	3	2	2	3

Motivació:

Es puntuen Boston i Cook amb el màxim atès que s'adapten correctament als criteris valorats.

Es puntuen Albyn i MTW amb 2 punts atès que l'embalatge del producte costa d'obrir, i això fa que no s'acabi d'adaptar a les necessitats de l'Hospital.

Resum valoració criteris subjectius:

Criteri	Puntuació màxima	Boston	Albyn	MTW	Cook
1.1	15	15	8	8	15
1.2	12	12	8	8	12
1.3	3	3	2	2	3
TOTAL	30	30	18	18	30

Lot 10 - S100403 Agulla escleroteràpia

Empreses presentades:

- Izasa
- St. Endoscopia
- Boston
- Intersurgical
- Albyn
- MTW

Les empreses Izasa i St. Endoscopia queden excloses atès que no compleixen amb els requeriments del PPT allà on diu "Longitud de treball 240cm". Les ofertes presentades són de 230cm.

L'empresa MTW queda exclosa atès que no compleixen amb els requeriments del PPT allà on diu "Longitud de treball 240cm" i "Màxima longitud d'extensió de l'agulla 4mm". L'oferta presentada és de 230cm i 3mm.

1. Criteris subjectius: Puntuació màxima 30 punts.

1.1 Ergonomia en l'ús i avantatges en la manipulació i utilització. Fins 15 punts. En aquest apartat es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el moment de l'ús del producte

Criteri	Puntuació màxima	Boston	Intersurgical	Albyn
1.1	15	15	12	12

Motivació;

Es puntua Boston amb el màxim atès que compleix amb els criteris valorats.

Es puntuen Intersurgical i Albyn amb 12 punts atès que en les exploracions amb endoscopi amb molts bucles, l'agulla presenta dificultats per lliscar i això dificulta el seu ús.

1.2 Qualitat del material i el seu comportament. Fins 12 punts. Es valorarà la qualitat del material. Per realitzar la valoració es tindrà en compte: composició i comportament del material. Es podrà aportar, per realitzar la valoració, bibliografia, proves realitzades,

estudis o qualsevol altre documentació rellevant per la valoració de la qualitat, composició i comportament del producte.

Criteri	Puntuació màxima	Boston	Intersurgical	Albyn
1.2	12	12	12	12

Motivació;

Es puntuen totes les empreses amb el màxim atès que s'adapten correctament als criteris valorats.

1.3 Presentació. Fins 3 punts. Tipus d'embalatge. Forma de presentació en funció del producte. Es valorarà el número d'unitats que incorpora l'embalatge o l'envàs i la seva adequació a les necessitats de l'hospital.

Criteri	Puntuació màxima	Boston	Intersurgical	Albyn
1.3	3	3	1	1

Motivació;

Es puntua Boston amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

Es puntua a Intersurgical i Albyn amb 1 punt atès que presenten la mostra sense embalatge específic, presentat en bosses d'esterilització, i això fa que no s'adapti a les necessitats de l'hospital.

Resum valoració criteris subjektius:

Criteri	Puntuació màxima	Boston	Intersurgical	Albyn
1.1	15	15	12	12
1.2	12	12	12	12
1.3	3	3	1	1
TOTAL	30	30	25	25

Lot 11 - S100404 Nansa de polipectomia

Empreses presentades:

- Izasa
- St. Endoscopia
- Boston
- Intersurgical
- Olympus
- Albyn
- MTW
- Palex
- Cook

Les empreses Izasa, Albyn, MTW i Palex queden excloses atès que no compleixen amb els requeriments del PPT allà on diu "Longitud de treball 240cm". Les ofertes presentades són de 230cm.

L'empresa Olympus queda exclosa atès que no compleix amb els requeriments del PPT allà on diu "33mm de diàmetre d'obertura de llaç" i "240 cm de longitud". L'oferta presentada és de 25mm i 230cm.

1. Criteris subjectius: Puntuació màxima 30 punts.

1.1 Ergonomia en l'ús i avantatges en la manipulació i utilització. Fins 15 punts. En aquest apartat es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el moment de l'ús del producte

Criteri	Puntuació màxima	St. Endoscopia	Boston	Intersurgical	Cook
1.1.	15	15	15	15	15

Motivació;

Es puntuen totes les empreses amb el màxim atès que s'adapten correctament als criteris valorats.

1.2 Qualitat del material i el seu comportament. Fins 12 punts. Es valorarà la qualitat del material. Per realitzar la valoració es tindrà en compte: composició i comportament del material. Es podrà aportar, per realitzar la valoració, bibliografia, proves realitzades,

estudis o qualsevol altre documentació rellevant per la valoració de la qualitat, composició i comportament del producte.

Criteri	Puntuació màxima	St. Endoscopia	Boston	Intersurgical	Cook
1.2	12	12	12	12	12

Motivació;

Es puntuen totes les empreses amb el màxim atès que s'adapten correctament als criteris valorats.

1.3 Presentació. Fins 3 punts. Tipus d'embalatge. Forma de presentació en funció del producte. Es valorarà el número d'unitats que incorpora l'embalatge o l'envàs i la seva adequació a les necessitats de l'hospital.

Criteri	Puntuació màxima	St. Endoscopia	Boston	Intersurgical	Cook
1.3	3	2	3	2	3

Motivació;

Es puntuen Boston i Cook amb la màxima puntuació atès que s'adapten correctament als criteris valorats.

Es puntuen St. Endoscopia i Intersurgical amb 2 punts atès que la qualitat de l'embalatge i la informació que hi consta dificulta la realització del procediment.

Resum valoració criteris subjectius:

Criteri	Puntuació màxima	St. Endoscopia	Boston	Intersurgical	Cook
1.1	15	15	15	15	15
1.2	12	12	12	12	12
1.3	3	2	3	2	3
TOTAL	30	29	30	29	30

Lot 12 - S100405 Sonda PHmetria

Empreses presentades:

- Synmed
- Albyn
- Microdan
- Medicina & Mercado

L'empresa Albyn queda exclosa atès que no compleix amb els requeriments del PPT allà on diu "Marques cada 5 cm" i "Estabilitat <0.1 pH/100". L'oferta presentada té les marques cada 10cm i una estabilitat <0.1 pH/200 hores.

L'empresa Microdan queda exclosa atès que no ha presentat les mostres sol·licitades en data de 3 de febrer de 2017.

1. Criteris subjectius: Puntuació màxima 30 punts.

1.1 Ergonomia en l'ús i avantatges en la manipulació i utilització. Fins 15 punts. En aquest apartat es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el moment de l'ús del producte

Criteri	Puntuació màxima	Synmed	Medicina & Mercado
1.1	15	15	1

Motivació;

Es puntua Synmed amb el màxim atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

Es puntua Medicina & Mercado amb 1 punt atès que presenta dificultats per un correcte calibratge, i això dificulta el seu ús.

1.2 Qualitat del material i el seu comportament. Fins 12 punts. Es valorarà la qualitat del material. Per realitzar la valoració es tindrà en compte: composició i comportament del material. Es podrà aportar, per realitzar la valoració, bibliografia, proves realitzades, estudis o qualsevol altre documentació rellevant per la valoració de la qualitat, composició i comportament del producte.

Criteri	Puntuació màxima	Synmed	Medicina & Mercado
1.2	12	12	12

Motivació;

Es puntuen ambdues empreses amb el màxim atès que s'adapten correctament als criteris valorats.

1.3 Presentació. Fins 3 punts. Tipus d'embalatge. Forma de presentació en funció del producte. Es valorarà el número d'unitats que incorpora l'embalatge o l'envàs i la seva adequació a les necessitats de l'hospital.

Criteri	Puntuació màxima	Synmed	Medicina & Mercado
1.3	3	3	3

Motivació;

Es puntuen ambdues empreses amb el màxim atès que s'adapten correctament als criteris valorats.

Resum valoració criteris subjectius:

Criteri	Puntuació màxima	Synmed	Medicina & Mercado
1.1	15	15	1
1.2	12	12	12
1.3	3	3	3
TOTAL	30	30	16

L'empresa Medicina & Mercado queda exclosa atès que no assoleix la puntuació tècnica mínima de 18 punts.

Lot 13 - S100406 Fòrceps biòpsia amb agulla per a colonoscòpia i gastroscòpia

Empreses presentades:

- Izasa
- St. Endoscopia
- Boston
- Olympus
- Albyn
- Cook

Les empreses Izasa i Cook queden excloses atès que no compleixen amb els requeriments del PPT allà on diu "Longitud de treball 240 cm". L'oferta presentada és de 230 cm.

L'empresa Olympus queda exclosa atès que no compleix amb els requeriments del PPT allà on diu "Longitud de treball 240 cm" i "Longitud de treball 160 cm". L'oferta presentada és de 2.300mm i 1.550mm.

1. Criteris subjectius: Puntuació màxima 30 punts.

1.1 Ergonomia en l'ús i avantatges en la manipulació i utilització. Fins 15 punts. En aquest apartat es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el moment de l'ús del producte.

Criteri	Puntuació màxima	St. Endoscopia	Boston	Albyn
1.1	15	12	15	12

Motivació;

Es puntua Boston amb el màxim atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

Es puntuen St. Endoscopia i Albyn amb 12 punts atès que presenten una menor flexibilitat, i això dificulta el seu ús.

1.2 Qualitat del material i el seu comportament. Fins 12 punts. Es valorarà la qualitat del material. Per realitzar la valoració es tindrà en compte: composició i comportament del material. Es podrà aportar, per realitzar la valoració, bibliografia, proves realitzades, estudis o qualsevol altre documentació rellevant per la valoració de la qualitat, composició i comportament del producte.

Criteri	Puntuació màxima	St. Endoscopia	Boston	Albyn
1.2	12	12	12	12

Motivació;

Es puntuen totes les empreses amb el màxim atès que s'adapten correctament als criteris valorats.

1.3 Presentació. Fins 3 punts. Tipus d'embalatge. Forma de presentació en funció del producte. Es valorarà el número d'unitats que incorpora l'embalatge o l'envàs i la seva adequació a les necessitats de l'hospital.

Criteri	Puntuació màxima	St. Endoscopia	Boston	Albyn
1.3	3	2	3	2

Motivació;

Es puntuen St. Endoscopia i Albyn amb 2 punts atès que la manipulació de l'embalatge i la informació que hi consta dificulta la realització del procediment.

Es puntua Boston amb el màxim atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

Resum valoració criteris subjectius:

Criteri	Puntuació màxima	St. Endoscopia	Boston	Albyn
1.1	15	12	15	12
1.2	12	12	12	12
1.3	3	2	3	2
TOTAL	30	26	30	26

Lot 14 - S100407 Papilòtom pre-tall 3 vies

Empreses presentades:

- Boston
- Olympus
- Cook

L'empresa Olympus queda exclosa atès que no compleix amb els requeriments del PPT allà on diu "200 cm". L'oferta presentada és de 1.700 mm.

L'empresa Cook queda exclosa atès que no compleix amb els requeriments del PPT allà on diu "mides: 5.5 F. L'oferta presentada és de 5 F.

1. Criteris subjectius: Puntuació màxima 30 punts.

1.1 Ergonomia en l'ús i avantatges en la manipulació i utilització. Fins 15 punts. En aquest apartat es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el moment de l'ús del producte.

Criteri	Puntuació màxima	Boston
1.1	15	15

Motivació;

Es puntua Boston amb el màxim atès que compleix amb els criteris valorats.

1.2 Qualitat del material i el seu comportament. Fins 12 punts. Es valorarà la qualitat del material. Per realitzar la valoració es tindrà en compte: composició i comportament del material. Es podrà aportar, per realitzar la valoració, bibliografia, proves realitzades, estudis o qualsevol altre documentació rellevant per la valoració de la qualitat, composició i comportament del producte.

Criteri	Puntuació màxima	Boston
1.2	12	12

Motivació;

Es puntua Boston amb el màxim atès que compleix amb els criteris valorats.

1.3 Presentació. Fins 3 punts. Tipus d'embalatge. Forma de presentació en funció del producte. Es valorarà el número d'unitats que incorpora l'embalatge o l'envàs i la seva adequació a les necessitats de l'hospital.

Criteri	Puntuació màxima	Boston
1.3	3	3

Motivació;

Es puntua Boston amb el màxim atès que compleix amb els criteris valorats.

Resum valoració criteris subjectius:

Criteri	Puntuació màxima	Boston
1.1	15	15
1.2	12	12
1.3	3	3
TOTAL	30	30

Lot 15 - S100408 Fòrceps eliminació càlculs biliars

Empreses presentades:

- Boston
- Albyn

1. Criteris subjectius: Puntuació màxima 30 punts.

1.1 Ergonomia en l'ús i avantatges en la manipulació i utilització. Fins 15 punts. En aquest apartat es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el moment de l'ús del producte

Criteri	Puntuació màxima	Boston	Albyn
1.1	15	15	8

Motivació;

Es puntua Boston amb el màxim atès que compleix amb els criteris valorats.

Es puntua Albyn amb 8 punts atès que no permet utilitzar guies curtes, i això dificulta la seva utilització.

1.2 Qualitat del material i el seu comportament. Fins 12 punts. Es valorarà la qualitat del material. Per realitzar la valoració es tindrà en compte: composició i comportament del material. Es podrà aportar, per realitzar la valoració, bibliografia, proves realitzades, estudis o qualsevol altre documentació rellevant per la valoració de la qualitat, composició i comportament del producte.

Criteri	Puntuació màxima	Boston	Albyn
1.2	12	12	6

Motivació;

Es puntua Boston amb el màxim atès que compleix amb els criteris valorats.

Es puntua Albyn amb 6 punts atès que és menys consistent per trencar càlculs.

1.3 Presentació. Fins 3 punts. Tipus d'embalatge. Forma de presentació en funció del producte. Es valorarà el número d'unitats que incorpora l'embalatge o l'envàs i la seva adequació a les necessitats de l'hospital.

Criteri	Puntuació màxima	Boston	Albyn
1.3	3	3	1

Motivació:

Es puntua Boston amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

Es puntua Albyn amb 1 punt atès que l'embalatge consisteix en un sobre simple sense cap informació sobre el seu funcionament, i això dificulta la seva identificació i utilització

Resum valoració criteris subjectius:

Criteri	Puntuació màxima	Boston	Albyn
1.1	15	15	8
1.2	12	12	6
1.3	3	3	1
TOTAL	30	30	15

L'empresa Albyn queda exclosa atès que no assoleix la puntuació mínima de 18 punts.

Lot 16 - S100409: Papilòtom amb estabilitzador

Empreses presentades:

- Olympus

1. Criteris subjectius: Puntuació màxima 30 punts.

1.1 Ergonomia en l'ús i avantatges en la manipulació i utilització. Fins 15 punts. En aquest apartat es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el moment de l'ús del producte

Criteri	Puntuació màxima	Olympus
1.1	15	15

Motivació:

Es puntua Olympus amb el màxim atès que compleix amb els criteris valorats.

1.2 Qualitat del material i el seu comportament. Fins 12 punts. Es valorarà la qualitat del material. Per realitzar la valoració es tindrà en compte: composició i comportament

del material. Es podrà aportar, per realitzar la valoració, bibliografia, proves realitzades, estudis o qualsevol altre documentació rellevant per la valoració de la qualitat, composició i comportament del producte.

Criteri	Puntuació màxima	Olympus
1.2	12	12

Motivació;

Es puntua Olympus amb el màxim atès que compleix amb els criteris valorats.

1.3 Presentació. Fins 3 punts. Tipus d'embalatge. Forma de presentació en funció del producte. Es valorarà el número d'unitats que incorpora l'embalatge o l'envàs i la seva adequació a les necessitats de l'hospital.

Criteri	Puntuació màxima	Olympus
1.3	3	3

Motivació;

Es puntua Olympus amb el màxim atès que compleix amb els criteris valorats.

Resum valoració criteris subjectius:

Criteri	Puntuació màxima	Olympus
1.1	15	15
1.2	12	12
1.3	3	3
TOTAL	30	30

Lot 17 - S100410: Papilòtom doble llum

Empreses presentades:

- Boston
- Cook

L'empresa Boston queda exclosa atès que no compleix amb els requeriments del PPT allà on diu "Guia: 480 cm". L'oferta presentada és de 260 cm.

1. Criteris subjectius: Puntuació màxima 30 punts.

1.1 Ergonomia en l'ús i avantatges en la manipulació i utilització. Fins 15 punts. En aquest apartat es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el moment de l'ús del producte

Criteri	Puntuació màxima	Cook
1.1	15	15

Motivació;

Es puntua Cook amb el màxim atès que compleix amb els criteris valorats.

1.2 Qualitat del material i el seu comportament. Fins 12 punts. Es valorarà la qualitat del material. Per realitzar la valoració es tindrà en compte: composició i comportament del material. Es podrà aportar, per realitzar la valoració, bibliografia, proves realitzades, estudis o qualsevol altre documentació rellevant per la valoració de la qualitat, composició i comportament del producte.

Criteri	Puntuació màxima	Cook
1.2	12	12

Motivació;

Es puntua Cook amb el màxim atès que compleix amb els criteris valorats.

1.3 Presentació. Fins 3 punts. Tipus d'embalatge. Forma de presentació en funció del producte. Es valorarà el número d'unitats que incorpora l'embalatge o l'envàs i la seva adequació a les necessitats de l'hospital.

Criteri	Puntuació màxima	Cook
1.3	3	3

Motivació;

Es puntua Cook amb el màxim atès que compleix amb els criteris valorats.

Resum valoració criteris subjectius:

Criteri	Puntuació màxima	Cook
1.1	15	15
1.2	12	12
1.3	3	3
TOTAL	30	30

Lot 18 - S100411: Dispositiu d'aplicació d'hemoclips per a hemostàsia

Empreses presentades:

- Izasa
- St. Endoscopia
- Sonmedica
- Boston
- Olympus
- Albyn
- MTW
- Palex
- Cook

Les empreses Izasa, St. Endoscopia, Sonmedica, Olympus, MTW i Cook queden excloses atès que no compleixen amb els requeriments del PPT allà on diu "Longitud de treball: 235 cm". L'oferta presentada és de 230 cm.

1. Criteris subjectius: Puntuació màxima 30 punts.

1.1 Ergonomia en l'ús i avantatges en la manipulació i utilització. Fins 15 punts. En aquest apartat es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el moment de l'ús del producte

Criteri	Puntuació màxima	Boston	Albyn	Palex
1.1	15	15	1	1

Motivació;

Es puntua Boston amb el màxim atès que compleix amb els criteris valorats.

Es puntuen Albyn i Palex amb 1 punt atès que a l'hora de realitzar les proves amb les mostres rebudes ha fallat la fixació del clip, el que no ha permès desenvolupar la seva funció i aturar la hemorràgia.

1.2 Qualitat del material i el seu comportament. Fins 12 punts. Es valorarà la qualitat del material. Per realitzar la valoració es tindrà en compte: composició i comportament del material. Es podrà aportar, per realitzar la valoració, bibliografia, proves realitzades, estudis o qualsevol altre documentació rellevant per la valoració de la qualitat, composició i comportament del producte.

Criteri	Puntuació màxima	Boston	Albyn	Palex
1.2	12	12	12	12

Motivació;

Es puntuen totes les empreses amb el màxim atès que s'adapten correctament als criteris valorats.

1.3 Presentació. Fins 3 punts. Tipus d'embalatge. Forma de presentació en funció del producte. Es valorarà el número d'unitats que incorpora l'embalatge o l'envàs i la seva adequació a les necessitats de l'hospital.

Criteri	Puntuació màxima	Boston	Albyn	Palex
1.3	3	3	2	2

Motivació;

Es puntua Boston amb el màxim atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

Es puntuen Albyn i Palex amb 1 punt atès que la qualitat de l'embalatge i la informació que hi consta no s'adequa als procediments de l'hospital.

Resum valoració criteris subjectius:

Criteri	Puntuació màxima	Boston	Albyn	Palex
1.1	15	15	1	1
1.2	12	12	12	12
1.3	3	3	2	2
TOTAL	30	30	15	15

Les empreses Albyn i Palex queden excloses atès que no assoleixen la puntuació mínima tècnica de 18 punts.

Lot 19 - S100412 Marcador endoscòpic

Empreses presentades:

- Izasa
- Albyn
- Bohm

1. Criteris subjectius: Puntuació màxima 30 punts.

1.1 Ergonomia en l'ús i avantatges en la manipulació i utilització. Fins 15 punts. En aquest apartat es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el moment de l'ús del producte

Criteri	Puntuació màxima	Izasa	Albyn	Bohm
1.1	15	15	15	15

Motivació:

Es puntuen totes les empreses amb la màxima puntuació atès que s'adapten correctament als criteris valorats.

1.2 Qualitat del material i el seu comportament. Fins 12 punts. Es valorarà la qualitat del material. Per realitzar la valoració es tindrà en compte: composició i comportament del material. Es podrà aportar, per realitzar la valoració, bibliografia, proves realitzades, estudis o qualsevol altre documentació rellevant per la valoració de la qualitat, composició i comportament del producte.

Criteri	Puntuació màxima	Izasa	Albyn	Bohm
1.2	12	12	12	12

Motivació:

Es puntuen totes les empreses amb la màxima puntuació atès que s'adapten correctament als criteris valorats.

1.3 Presentació. Fins 3 punts. Tipus d'embalatge. Forma de presentació en funció del producte. Es valorarà el número d'unitats que incorpora l'embalatge o l'envàs i la seva adequació a les necessitats de l'hospital.

Criteri	Puntuació màxima	Izasa	Albyn	Bohm
1.3	3	3	3	3

Motivació;

Es puntuen totes les empreses amb la màxima puntuació atès que s'adapten correctament als criteris valorats.

Resum valoració criteris subjectius:

Criteri	Puntuació màxima	Izasa	Albyn	Bohm
1.1	15	15	15	15
1.2	12	12	12	12
1.3	3	3	3	3
TOTAL	30	30	30	30

Lot 20 - S100413 Sobretub enteroscopi

Empreses presentades:

- St. Endoscopia
- Olympus

L'empresa St. Endoscopia queda exclosa atès que no entra per l'endoscopi i per tant no permet realitzar el procediment i no es considera viable a nivell tècnic.

1. Criteris subjectius: Puntuació màxima 30 punts.

1.1 Ergonomia en l'ús i avantatges en la manipulació i utilització. Fins 15 punts. En aquest apartat es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el moment de l'ús del producte.

Criteri	Puntuació màxima	Olympus
1.1	15	15

Motivació;

Es puntua Olympus amb el màxim atès que compleix amb els criteris valorats.

1.2 Qualitat del material i el seu comportament. Fins 12 punts. Es valorarà la qualitat del material. Per realitzar la valoració es tindrà en compte: composició i comportament del material. Es podrà aportar, per realitzar la valoració, bibliografia, proves realitzades, estudis o qualsevol altre documentació rellevant per la valoració de la qualitat, composició i comportament del producte.

Criteri	Puntuació màxima	Olympus
1.2	12	12

Motivació;

Es puntua Olympus amb el màxim atès que compleix amb els criteris valorats.

1.3 Presentació. Fins 3 punts. Tipus d'embalatge. Forma de presentació en funció del producte. Es valorarà el número d'unitats que incorpora l'embalatge o l'envàs i la seva adequació a les necessitats de l'hospital.

Criteri	Puntuació màxima	Olympus
1.3	3	3

Motivació;

Es puntua Olympus amb el màxim atès que compleix amb els criteris valorats.

Resum valoració criteris subjektius:

Criteri	Puntuació màxima	Olympus
1.1	15	15
1.2	12	12
1.3	3	3
TOTAL	30	30

Lot 21 - S100414 Balons extractors

Empreses presentades:

- St. Endoscopia
- Boston
- Olympus
- Albyn
- Cook

L'empresa Olympus queda exclosa atès que no compleix amb els requeriments del PPT allà on diu "Diàmetre d'inflat del baló: 9.0-12.0 / 12.0 – 15.0 / 15.0 - 18.0". L'oferta presentada és de 8,5-11,5-15.

L'empresa Albyn queda exclosa atès que no compleix amb els requeriments del PPT allà on diu "Diàmetre d'inflat del baló: 9.0-12.0 / 12.0 – 15.0 / 15.0 - 18.0". L'oferta presentada és de 9-13-16.

1. Criteris subjectius: Puntuació màxima 30 punts.

1.1 Ergonomia en l'ús i avantatges en la manipulació i utilització. Fins 15 punts. En aquest apartat es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el moment de l'ús del producte

Criteri	Puntuació màxima	St. Endoscopia	Boston	Cook
1.1	15	8	15	8

Motivació:

Es puntua Boston amb el màxim atès que compleix amb els criteris valorats.

Es puntua St. Endoscopia amb 8 punts atès que precisa guia llarga, i això dificulta la seva utilització.

Es puntua Cook amb 8 punts atès que hi ha poca distància entre la punta del baló i la sortida de la guia, de manera que fàcilment s'escapa del seu lloc, i això dificulta la seva manipulació.

1.2 Qualitat del material i el seu comportament. Fins 12 punts. Es valorarà la qualitat del material. Per realitzar la valoració es tindrà en compte: composició i comportament del material. Es podrà aportar, per realitzar la valoració, bibliografia, proves realitzades, estudis o qualsevol altre documentació rellevant per la valoració de la qualitat, composició i comportament del producte.

Criteri	Puntuació màxima	St. Endoscopia	Boston	Cook
1.2	12	6	12	12

Motivació;

Es puntuen Boston i Cook amb el màxim atès que compleixen amb els criteris valorats.

Es puntua St. Endoscopia amb 6 punts atès que la sonda no té marques indicadores de la posició, i això afecta al seu comportament a l'hora de realitzar el procediment.

1.3 Presentació. Fins 3 punts. Tipus d'embalatge. Forma de presentació en funció del producte. Es valorarà el número d'unitats que incorpora l'embalatge o l'envàs i la seva adequació a les necessitats de l'hospital.

Criteri	Puntuació màxima	St. Endoscopia	Boston	Cook
1.3	3	2	3	2

Motivació;

Es puntuen Boston i Cook amb el màxim atès que compleixen amb els criteris valorats.

Es puntua St. Endoscopia amb 2 punts atès que l'embalatge del producte costa d'obrir, i això fa que no s'acabi d'adaptar a les necessitats de l'Hospital

Resum valoració criteris subjectius:

Criteri	Puntuació màxima	St. Endoscopia	Boston	Cook
1.1	15	8	15	8
1.2	12	6	12	12
1.3	3	2	3	2
TOTAL	30	16	30	22

L'empresa St. Endoscopia no assoleix la puntuació tècnica mínima de 18 punts.

Lot 22 - S100415 Agulla citologia ecoendoscopia

Empreses presentades:

- Izasa
- Boston
- Medtronic
- Olympus
- Albyn

- Cook

1. Criteris subjectius: Puntuació màxima 30 punts.

1.1 Ergonomia en l'ús i avantatges en la manipulació i utilització. Fins 15 punts. En aquest apartat es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el moment de l'ús del producte

Criteri	Puntuació màxima	Izasa	Boston	Medtronic	Olympus	Albyn	Cook
1.1	15	10	10	10	10	10	15

Motivació;

Es puntuen Izasa, Medtronic, Albyn, Boston i Olympus amb 10 punts atès que la visualització de la punta de l'agulla no és bona i això dificulta el procediment.

Es puntua Cook amb el màxim atès que compleix amb els criteris valorats.

1.2 Qualitat del material i el seu comportament. Fins 12 punts. Es valorarà la qualitat del material. Per realitzar la valoració es tindrà en compte: composició i comportament del material. Es podrà aportar, per realitzar la valoració, bibliografia, proves realitzades, estudis o qualsevol altre documentació rellevant per la valoració de la qualitat, composició i comportament del producte.

Criteri	Puntuació màxima	Izasa	Boston	Medtronic	Olympus	Albyn	Cook
1.2	12	8	8	8	8	8	12

Motivació;

Es puntuen Izasa, Boston, Medtronic, Olympus i Albyn amb 8 punts atès que el producte presenta poca flexibilitat per punccions distals, i això dificulta el seu ús.

Es puntua Cook amb el màxim atès que compleix amb els criteris valorats.

1.3 Presentació. Fins 3 punts. Tipus d'embalatge. Forma de presentació en funció del producte. Es valorarà el número d'unitats que incorpora l'embalatge o l'envàs i la seva adequació a les necessitats de l'hospital.

Criteri	Puntuació màxima	Izasa	Boston	Medtronic	Olympus	Albyn	Cook
1.3	3	3	3	3	3	3	3

Motivació;

Es puntuen totes les empreses amb la màxima puntuació atès que s'adapten correctament als criteris valorats.

Resum valoració criteris subjectius:

Criteri	Puntuació màxima	Izasa	Boston	Medtronic	Olympus	Albyn	Cook
1.1	15	10	10	10	10	10	15
1.2	12	8	8	8	8	8	12
1.3	3	3	3	3	3	3	3
TOTAL	30	21	21	21	21	21	30

Lot 23 - S100416 Catèter d'ablació

Empreses presentades:

- Medtronic

1. Criteris subjectius: Puntuació màxima 30 punts.

1.1 Ergonomia en l'ús i avantatges en la manipulació i utilització. Fins 15 punts. En aquest apartat es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el moment de l'ús del producte

Criteri	Puntuació màxima	Medtronic
1.1	15	15

Motivació;

Es puntua Medtronic amb el màxim atès que compleix amb els criteris valorats.

1.2 Qualitat del material i el seu comportament. Fins 12 punts. Es valorarà la qualitat del material. Per realitzar la valoració es tindrà en compte: composició i comportament del material. Es podrà aportar, per realitzar la valoració, bibliografia, proves realitzades, estudis o qualsevol altre documentació rellevant per la valoració de la qualitat, composició i comportament del producte.

Criteri	Puntuació màxima	Medtronic
1.2	12	12

Motivació;

Es puntua Medtronic amb el màxim atès que compleix amb els criteris valorats.

1.3 Presentació. Fins 3 punts. Tipus d'embalatge. Forma de presentació en funció del producte. Es valorarà el número d'unitats que incorpora l'embalatge o l'envàs i la seva adequació a les necessitats de l'hospital.

Criteri	Puntuació màxima	Medtronic
1.3	3	3

Motivació;

Es puntua Medtronic amb el màxim atès que compleix amb els criteris valorats.

Resum valoració criteris subjectius:

Criteri	Puntuació màxima	Medtronic
1.1	15	15
1.2	12	12
1.3	3	3
TOTAL	30	30

Barcelona, 3 d'agost de 2017

Dr. Carlos Guarner Aguilar
Cap del Servei de Patologia Digestiva

[Handwritten signature]
Ru.
SERVEI SANT
2017

INFORME DE VALORACIÓ DE CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES AUTOMÀTIQUES RELATIU AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL SANITARI PER PATOLOGIA DIGESTIVA AMB DESTÍ LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU – EXPEDIENT OBE 16/211

Lot 1 – S100394 Càpsula endoscòpica

Empreses valorades:

- Medtronic Iberica, S.A

1. Criteris objectius: 70 punts. sobre número 3.

1.1. Puntuació econòmica: 60 punts: Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció: (oferta més econòmica*60)/oferta avaluada.

	Medtronic
Import	24.964,50 €
Puntuació	60

1.2. Altres:

- Comanda mínima. Si→ 0 punts. No→ 2 punts.
- Termini de lliurament. 24 hores o inferior → 3 punts. De 24-48 hores → 2 punts. De 48 a 72 hores → 1 punt. Més de 72 hores → 0 punts.

	Medtronic
Comanda mínima	2
Termini de lliurament	3
TOTAL	5

1.3. Gestió d'incidències: ruptura d'estoc. Fins 5 punts. Es valorarà com es gestionarà una possible ruptura d'estoc.

- L'adjudicatari no dona cap opció al client → 0 punts
- L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de les mateixes característiques i qualitat a l'adjudicat mantenenint el preu d'adjudicació → 2 punts
- L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de característiques i qualitat superior a l'adjudicat mantenenint el preu d'adjudicació → 5 punts

	Medtronic
Gestió d'incidències	2
TOTAL	2

2. Quadre resum valoració criteris objectius:

	Medtronic
1.1	60
1.2	5
1.3	2
TOTAL	67

Lot 3 - S100396 Dilatador esofàgic

Empreses valorades:

- Sistemas Técnicos Endoscópicos, S.A.
- Boston Scientific Ibérica, S.A.

1. Criteris objectius: 70 punts. sobre número 3.

1.1. Puntuació econòmica: 60 punts: Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció: (oferta més econòmica*60)/oferta avaluada.

	ST Endoscòpia	Boston
Import	11.242 €	11.550 €
Puntuació	60	58,40

1.2. Altres:

- Comanda mínima. Si→ 0 punts. No→ 2 punts.
- Termini de lliurament. 24 hores o inferior → 3 punts. De 24-48 hores → 2 punts. De 48 a 72 hores → 1 punt. Més de 72 hores → 0 punts.

	ST Endoscòpia	Boston
Comanda mínima	2	2
Termini de lliurament	3	3
TOTAL	5	5

1.3. Gestió d'incidències: ruptura d'estoc. Fins 5 punts. Es valorarà com es gestionarà una possible ruptura d'estoc.

- L'adjudicatari no dona cap opció al client → 0 punts
- L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de les mateixes característiques i qualitat a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació → 2 punts
- L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de característiques i qualitat superior a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació → 5 punts

	ST Endoscòpia	Boston
Gestió d'incidències	0	5
TOTAL	0	5

2. Quadre resum valoració criteris objectius:

	ST Endoscòpia	Boston
1.1	60	58,40
1.2	5	5
1.3	0	5
TOTAL	65	68,40

LOT 4 - S100397 Baló eco ultrasons

Empreses valorades:

- ☐ Sistemes Tècnics Endoscòpics, S.A.
- ☐ Olympus Iberia S.A.U.

1. Criteris objectius: 70 punts. sobre número 3.

1.1. Puntuació econòmica: 60 punts: Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció: $(\text{oferta més econòmica} \times 60) / \text{oferta avaluada}$.

	ST Endoscòpia	Olympus
Import	2.844 €	3.060 €
Puntuació	60	55,76

1.2. Altres:

- ☐ Comanda mínima. Si → 0 punts. No → 2 punts.
- ☐ Termini de lliurament. 24 hores o inferior → 3 punts. De 24-48 hores → 2 punts. De 48 a 72 hores → 1 punt. Més de 72 hores → 0 punts.

	ST Endoscòpia	Olympus
Comanda mínima	2	2
Termini de lliurament	3	3
TOTAL	5	5

1.3. Gestió d'incidències: ruptura d'estoc. Fins 5 punts. Es valorarà com es gestionarà una possible ruptura d'estoc.

- L'adjudicatari no dona cap opció al client → 0 punts
- L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de les mateixes característiques i qualitat a l'adjudicat mantenenint el preu d'adjudicació → 2 punts
- L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de característiques i qualitat superior a l'adjudicat mantenenint el preu d'adjudicació → 5 punts

	ST Endoscòpia	Olympus
Gestió d'incidències	0	0
TOTAL	0	0

2. Quadre resum valoració criteris objectius:

	ST Endoscòpia	Olympus
1.1	60	55,76
1.2	5	5
1.3	0	0
TOTAL	65	60,76

Lot 5 – S100398 Guia accés biliar

Empreses valorades:

- Boston Scientific Ibérica, S.A.
- Cook España. S.A.

1. Criteris objectius: 70 punts. sobre número 3.

1.1. Puntuació econòmica: 60 punts: Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció: (oferta més econòmica*60)/oferta avaluada.

	Boston	Cook
Import	22.820 €	24.450 €
Puntuació	60	56

1.2. Altres:

- Comanda mínima. Si → 0 punts. No → 2 punts.
- Termini de lliurament. 24 hores o inferior → 3 punts. De 24-48 hores → 2 punts. De 48 a 72 hores → 1 punt. Més de 72 hores → 0 punts.

	Boston	Cook
Comanda mínima	2	2
Termini de lliurament	3	2
TOTAL	5	4

1.3. Gestió d'incidències: ruptura d'estoc. Fins 5 punts. Es valorarà com es gestionarà una possible ruptura d'estoc.

- L'adjudicatari no dona cap opció al client → 0 punts
- L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de les mateixes característiques i qualitat a l'adjudicat mantinent el preu d'adjudicació → 2 punts

- L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de característiques i qualitat superior a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació → 5 punts

	Boston	Cook
Gestió d'incidències	5	5
TOTAL	5	5

2. Quadre resum valoració criteris objectius:

	Boston	Cook
1.1	60	56
1.2	5	4
1.3	5	5
TOTAL	70	65

Lot 6 – S100399 Sistema lligat multibanda

Empreses valorades:

- Boston Scientific Ibérica, S.A.

1. Criteris objectius: 70 punts. sobre número 3.

- 1.1. **Puntuació econòmica:** 60 punts: Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció: $(\text{oferta més econòmica} \cdot 60) / \text{oferta avaluada}$.

	Boston
Import	12.400 €
Puntuació	60

1.2. Altres:

- Comanda mínima. Si → 0 punts. No → 2 punts.
- Termini de lliurament. 24 hores o inferior → 3 punts. De 24-48 hores → 2 punts. De 48 a 72 hores → 1 punt. Més de 72 hores → 0 punts.

	Boston
Comanda mínima	2
Termini de lliurament	3
TOTAL	5

1.3. Gestió d'incidències: ruptura d'estoc. Fins 5 punts. Es valorarà com es gestionarà una possible ruptura d'estoc.

- L'adjudicatari no dona cap opció al client → 0 punts
- L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de les mateixes característiques i qualitat a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació → 2 punts
- L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de característiques i qualitat superior a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació → 5 punts

	Boston
Gestió d'incidències	5
TOTAL	5

2. Quadre resum valoració criteris objectius:

	Boston
1.1	60
1.2	5
1.3	5
TOTAL	70

Lot 7 – S100400 Canulòtom punta curta

Empreses valorades:

☐ Boston Scientific Ibérica, S.A.

1. Criteris objectius: 70 punts. sobre número 3.

1.1. Puntuació econòmica: 60 punts: Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció: $(\text{oferta més econòmica} \cdot 60) / \text{oferta avaluada}$.

	Boston
Import	51.430 €
Puntuació	60

1.2. Altres:

- Comanda mínima. Si → 0 punts. No → 2 punts.
- Termini de lliurament. 24 hores o inferior → 3 punts. De 24-48 hores → 2 punts. De 48 a 72 hores → 1 punt. Més de 72 hores → 0 punts.

	Boston
Comanda mínima	2
Termini de lliurament	3
TOTAL	5

1.3. Gestió d'incidències: ruptura d'estoc. Fins 5 punts. Es valorarà com es gestionarà una possible ruptura d'estoc.

- L'adjudicatari no dona cap opció al client → 0 punts
- L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de les mateixes característiques i qualitat a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació → 2 punts
- L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de característiques i qualitat superior a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació → 5 punts

	Boston
Gestió d'incidències	5
TOTAL	5

2. Quadre resum valoració criteris objectius:

	Boston
1.1	60
1.2	5
1.3	5
TOTAL	70

Lot 8 – S100401 Raspall neteja

Empreses valorades:

- Olympus Iberia, S.A.U.
- Albyn Medical, S.L.

1. Criteris objectius: 70 punts. sobre número 3.

1.1. Puntuació econòmica: 60 punts: Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció: (oferta més econòmica*60)/oferta avaluada.

	Olympus	Albyn
Import	8.625 €	6.219,20 €
Puntuació	43,26	60

1.2. Altres:

- Comanda mínima. Si→ 0 punts. No→ 2 punts.
- Termini de lliurament. 24 hores o inferior → 3 punts. De 24-48 hores → 2 punts. De 48 a 72 hores → 1 punt. Més de 72 hores → 0 punts.

	Olympus	Albyn
Comanda mínima	2	2
Termini de lliurament	3	3
TOTAL	5	5

1.3. Gestió d'incidències: ruptura d'estoc. Fins 5 punts. Es valorarà com es gestionarà una possible ruptura d'estoc.

- L'adjudicatari no dona cap opció al client → 0 punts
- L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de les mateixes característiques i qualitat a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació → 2 punts
- L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de característiques i qualitat superior a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació → 5 punts

	Olympus	Albyn
Gestió d'incidències	0	5
TOTAL	0	5

2. Quadre resum valoració criteris objectius:

	Olympus	Albyn
1.1	43,26	60
1.2	5	5
1.3	0	5
TOTAL	48,26	70

Lot 9 - S100402 Raspall citologia biliar

Empreses valorades:

- Boston Scientific Ibérica, S.A.

- Albyn Medical, S.L.
- Medicina Técnica Werkstätte Ibérica, S.L.
- Cook España, S.A.

1. Criteris objectius: 70 punts. sobre número 3.

1.1. Puntuació econòmica: 60 punts: Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció: (oferta més econòmica*60)/oferta avaluada.

	Boston	Albyn	MTW	Cook
Import	4.060 €	3.090 €	3.828 €	4.234 €
Puntuació	45,67	60	48,43	43,79

1.2. Altres:

- Comanda mínima. Si→ 0 punts. No→ 2 punts.
- Termini de lliurament. 24 hores o inferior → 3 punts. De 24-48 hores → 2 punts. De 48 a 72 hores → 1 punt. Més de 72 hores → 0 punts.

	Boston	Albyn	MTW	Cook
Comanda mínima	2	2	2	2
Termini de lliurament	3	3	3	2
TOTAL	5	5	5	4

1.3. Gestió d'incidències: ruptura d'estoc. Fins 5 punts. Es valorarà com es gestionarà una possible ruptura d'estoc.

- L'adjudicatari no dona cap opció al client → 0 punts
- L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de les mateixes característiques i qualitat a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació → 2 punts
- L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de característiques i qualitat superior a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació → 5 punts

	Boston	Albyn	MTW	Cook
Gestió d'incidències	5	5	2	5
TOTAL	5	5	2	5

2. Quadre resum valoració criteris objectius:

	Boston	Albyn	MTW	Cook
1.1	45,67	60	48,43	43,79
1.2	5	5	5	4
1.3	5	5	2	5
TOTAL	55,67	70	55,43	52,79

Lot 10 - S100403 Agulla escleroteràpia

Empreses valorades:

- Boston Scientific Ibérica, S.A.
- Intersurgical España, S.L.
- Albyn Medical, S.L.

1. Criteris objectius: 70 punts. sobre número 3.

1.1. Puntuació econòmica: 60 punts: Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció: (oferta més econòmica*60)/oferta avaluada.

	Boston	Intersurgical	Albyn
Import	6.580 €	6.570,60 €	6.580 €
Puntuació	59,91	60	59,91

1.2. Altres:

- Comanda mínima. Si→ 0 punts. No→ 2 punts.

Termini de lliurament. 24 hores o inferior → 3 punts. De 24-48 hores → 2 punts. De 48 a 72 hores → 1 punt. Més de 72 hores → 0 punts.

	Boston	Intersurgical	Albyn
Comanda mínima	2	2	2
Termini de lliurament	3	3	3
TOTAL	5	5	5

1.3. Gestió d'incidències: ruptura d'estoc. Fins 5 punts. Es valorarà com es gestionarà una possible ruptura d'estoc.

- L'adjudicatari no dona cap opció al client → 0 punts
- L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de les mateixes característiques i qualitat a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació → 2 punts
- L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de característiques i qualitat superior a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació → 5 punts

	Boston	Intersurgical	Albyn
Gestió d'incidències	5	5	5
TOTAL	5	5	5

2. Quadre resum valoració criteris objectius:

	Boston	Intersurgical	Albyn
1.1	59,91	60	59,91
1.2	5	5	5
1.3	5	5	5
TOTAL	69,91	70	69,91

Lot 11 - S100404 Nansa de polipectomia

Empreses valorades:

- Sistemes Tècnics endoscòpics, S.A.
- Boston Scientific Ibèrica, S.A.
- Intersurgical Espanya, S.L.
- Cook Espanya, S.A.

1. Criteris objectius: 70 punts. sobre número 3.

1.1. Puntuació econòmica: 60 punts: Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció: (oferta més econòmica*60)/oferta avaluada.

	ST Endoscòpia	Boston	Intersurgical	Cook
Import	16.899 €	14.410 €	19.702,40 €	19.575 €
Puntuació	51,16	60	43,88	44,17

1.2. Altres:

- Comanda mínima. Si → 0 punts. No → 2 punts.
- Termini de lliurament. 24 hores o inferior → 3 punts. De 24-48 hores → 2 punts. De 48 a 72 hores → 1 punt. Més de 72 hores → 0 punts.

	ST Endoscòpia	Boston	Intersurgical	Cook
Comanda mínima	2	2	2	2
Termini de lliurament	3	3	3	2
TOTAL	5	5	5	4

1.3. Gestió d'incidències: ruptura d'estoc. Fins 5 punts. Es valorarà com es gestionarà una possible ruptura d'estoc.

- L'adjudicatari no dona cap opció al client → 0 punts
- L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de les mateixes característiques i qualitat a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació → 2 punts

- L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de característiques i qualitat superior a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació → 5 punts

	ST Endoscòpia	Boston	Intersurgical	Cook
Gestió d'incidències	0	5	5	5
TOTAL	0	5	5	5

2. Quadre resum valoració criteris objectius:

	ST Endoscòpia	Boston	Intersurgical	Cook
1.1	51,16	60	43,88	44,17
1.2	5	5	5	4
1.3	0	5	5	5
TOTAL	56,16	70	53,88	53,17

Lot 12 - S100405 Sonda PHmetria

Empreses valorades:

- Jaime Farré Muñoz (Synmed)

1. Criteris objectius: 70 punts. sobre número 3.

- 1.1. Puntuació econòmica:** 60 punts: Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció: (oferta més econòmica*60)/oferta avaluada.

	Synmed
Import	8.160 €
Puntuació	60

1.2. Altres:

- Comanda mínima. Si→ 0 punts. No→ 2 punts.

Termini de lliurament. 24 hores o inferior → 3 punts. De 24-48 hores → 2 punts. De 48 a 72 hores → 1 punt. Més de 72 hores → 0 punts.

	Synmed
Comanda mínima	2
Termini de lliurament	3
TOTAL	5

1.3. Gestió d'incidències: ruptura d'estoc. Fins 5 punts. Es valorarà com es gestionarà una possible ruptura d'estoc.

- L'adjudicatari no dona cap opció al client → 0 punts
- L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de les mateixes característiques i qualitat a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació → 2 punts
- L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de característiques i qualitat superior a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació → 5 punts

	Synmed
Gestió d'incidències	2
TOTAL	2

2. Quadre resum valoració criteris objectius:

	Synmed
1.1	60
1.2	5
1.3	2
TOTAL	67

Lot 13 - S100406 Fòrceps biòpsia amb agulla per a colonoscòpia i gastroscòpia

Empreses valorades:

- Sistemes Tècnics endoscòpics, S.A.
- Boston Scientific Ibèrica, S.A.
- Albyn Medical, S.L.

1. Criteris objectius: 70 punts. sobre número 3.

1.1. Puntuació econòmica: 60 punts: Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció: (oferta més econòmica*60)/oferta avaluada.

	ST Endoscòpia	Boston	Albyn
Import	23.625 €	22.880 €	23.800 €
Puntuació	58,11	60	57,68

1.2. Altres:

- Comanda mínima. Si → 0 punts. No → 2 punts.
- Termini de lliurament. 24 hores o inferior → 3 punts. De 24-48 hores → 2 punts. De 48 a 72 hores → 1 punt. Més de 72 hores → 0 punts:

	ST Endoscòpia	Boston	Albyn
Comanda mínima	2	2	2
Termini de lliurament	3	3	3
TOTAL	5	5	5

1.3. Gestió d'incidències: ruptura d'estoc. Fins 5 punts. Es valorarà com es gestionarà una possible ruptura d'estoc.

- L'adjudicatari no dona cap opció al client → 0 punts
- L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de les mateixes característiques i qualitat a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació → 2 punts

- L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de característiques i qualitat superior a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació → 5 punts

	ST Endoscòpia	Boston	Albyn
Gestió d'incidències	0	5	5
TOTAL	0	5	5

2. Quadre resum valoració criteris objectius:

	ST Endoscòpia	Boston	Albyn
1.1	58,11	60	57,68
1.2	5	5	5
1.3	0	5	5
TOTAL	63,11	70	67,68

Lot 14 - S100407 Papilòtom pre-tall 3 vies

Empreses valorades:

- ⇒ Boston Scientific Ibérica, S.A.

1. Criteris objectius: 70 punts. sobre número 3.

- 1.1. Puntuació econòmica:** 60 punts: Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció: (oferta més econòmica*60)/oferta avaluada.

	Boston
Import	5.200 €
Puntuació	60

1.2. Altres:

- Comanda mínima. Si→ 0 punts. No→ 2 punts.

- Termin de lliurament. 24 hores o inferior → 3 punts. De 24-48 hores → 2 punts. De 48 a 72 hores → 1 punt. Més de 72 hores → 0 punts.

	Boston
Comanda mínima	2
Termini de lliurament	3
TOTAL	5

1.3. Gestió d'incidències: ruptura d'estoc. Fins 5 punts. Es valorarà com es gestionarà una possible ruptura d'estoc.

- L'adjudicatari no dona cap opció al client → 0 punts
- L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de les mateixes característiques i qualitat a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació → 2 punts
- L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de característiques i qualitat superior a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació → 5 punts

	Boston
Gestió d'incidències	5
TOTAL	5

2. Quadre resum valoració criteris objectius:

	Boston
1.1	60
1.2	5
1.3	5
TOTAL	70

Lot 15 - S100408 Fòrceps eliminació càlculs biliars

Empreses valorades:

- ☐ Boston Scientific Ibérica, S.A.

1. Criteris objectius: 70 punts. sobre número 3.

1.1. **Puntuació econòmica:** 60 punts: Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció: (oferta més econòmica*60)/oferta avaluada.

	Boston
Import	7.800 €
Puntuació	60

1.2. Altres:

- ☐ Comanda mínima. Si → 0 punts. No → 2 punts.
- ☐ Termini de lliurament. 24 hores o inferior → 3 punts. De 24-48 hores → 2 punts. De 48 a 72 hores → 1 punt. Més de 72 hores → 0 punts.

	Boston
Comanda mínima	2
Termini de lliurament	3
TOTAL	5

1.3. **Gestió d'incidències: ruptura d'estoc. Fins 5 punts.** Es valorarà com es gestionarà una possible ruptura d'estoc.

- ☐ L'adjudicatari no dona cap opció al client → 0 punts
- ☐ L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de les mateixes característiques i qualitat a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació → 2 punts
- ☐ L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de característiques i qualitat superior a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació → 5 punts

	Boston
Gestió d'incidències	5
TOTAL	5

2. Quadre resum valoració criteris objectius:

	Boston
1.1	60
1.2	5
1.3	5
TOTAL	70

Lot 16 - S100409: Papilòtom amb estabilitzador

Empreses valorades:

- Olympus Iberia S.A.U.

1. Criteris objectius: 70 punts. sobre número 3.

1.1. Puntuació econòmica: 60 punts: Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció: (oferta més econòmica*60)/oferta avaluada.

	Olympus
Import	4.200 €
Puntuació	60

1.2. Altres:

- Comanda mínima. Si → 0 punts. No → 2 punts.
- Termin de lliurament. 24 hores o inferior → 3 punts. De 24-48 hores → 2 punts. De 48 a 72 hores → 1 punt. Més de 72 hores → 0 punts.

	Olympus
Comanda mínima	2
Termini de lliurament	3
TOTAL	5

1.3. Gestió d'incidències: ruptura d'estoc. Fins 5 punts. Es valorarà com es gestionarà una possible ruptura d'estoc.

- L'adjudicatari no dona cap opció al client → 0 punts
- L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de les mateixes característiques i qualitat a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació → 2 punts
- L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de característiques i qualitat superior a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació → 5 punts

	Olympus
Gestió d'incidències	0
TOTAL	0

2. Quadre resum valoració criteris objectius:

	Olympus
1.1	60
1.2	5
1.3	0
TOTAL	65

Lot 17 - S100410: Papilòtom doble llum

Empreses valorades:

— Cook España. S.A.

1. Criteris objectius: 70 punts. sobre número 3.

1.1. Puntuació econòmica: 60 punts: Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció: (oferta més econòmica*60)/oferta avaluada.

	Cook
Import	4.560 €
Puntuació	60

1.2. Altres:

- Comanda mínima. Si → 0 punts. No → 2 punts.
- Termini de lliurament. 24 hores o inferior → 3 punts. De 24-48 hores → 2 punts. De 48 a 72 hores → 1 punt. Més de 72 hores → 0 punts.

	Cook
Comanda mínima	2
Termini de lliurament	2
TOTAL	4

1.3. Gestió d'incidències: ruptura d'estoc. Fins 5 punts. Es valorarà com es gestionarà una possible ruptura d'estoc.

- L'adjudicatari no dona cap opció al client → 0 punts
- L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de les mateixes característiques i qualitat a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació → 2 punts
- L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de característiques i qualitat superior a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació → 5 punts

	Cook
Gestió d'incidències	5
TOTAL	5

2. Quadre resum valoració criteris objectius:

	Cook
1.1	60
1.2	4
1.3	5
TOTAL	69

Lot 18 - S100411: Dispositiu d'aplicació d'hemoclips per a hemostàsia

Empreses valorades:

— Boston Scientific Ibérica, S.A.

1. Criteris objectius: 70 punts. sobre número 3.

1.1. Puntuació econòmica: 60 punts: Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció: (oferta més econòmica*60)/oferta avaluada.

	Boston
Import	17.400 €
Puntuació	60

1.2. Altres:

- Comanda mínima. Si→ 0 punts. No→ 2 punts.
- Termini de lliurament. 24 hores o inferior → 3 punts. De 24-48 hores → 2 punts. De 48 a 72 hores → 1 punt. Més de 72 hores → 0 punts.

	Boston
Comanda mínima	2
Termini de lliurament	3
TOTAL	5

1.3. Gestió d'incidències: ruptura d'estoc. Fins 5 punts. Es valorarà com es gestionarà una possible ruptura d'estoc.

- L'adjudicatari no dona cap opció al client → 0 punts
- L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de les mateixes característiques i qualitat a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació → 2 punts
- L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de característiques i qualitat superior a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació → 5 punts

	Boston
Gestió d'incidències	5
TOTAL	5

2. Quadre resum valoració criteris objectius:

	Boston
1.1	60
1.2	5
1.3	5
TOTAL	70

Lot 19 - S100412 Marcador endoscòpic

Empreses valorades:

- Izasa Hospital, S.L.
- Albyn Medical, S.L.
- Laboratorios Bohm, S.A.

1. Criteris objectius: 70 punts. sobre número 3.

1.1. Puntuació econòmica: 60 punts: Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció: (oferta més econòmica*60)/oferta avaluada.

	Izasa	Albyn	Bohm
Import	4.809 €	4.620 €	6.300 €
Puntuació	57,64	60	44

1.2. Altres:

- Comanda mínima. Si → 0 punts. No → 2 punts.
- Termini de lliurament. 24 hores o inferior → 3 punts. De 24-48 hores → 2 punts. De 48 a 72 hores → 1 punt. Més de 72 hores → 0 punts.

	Izasa	Albyn	Bohm
Comanda mínima	2	2	2
Termini de lliurament	3	3	3
TOTAL	5	5	5

1.3. Gestió d'incidències: ruptura d'estoc. Fins 5 punts. Es valorarà com es gestionarà una possible ruptura d'estoc.

- L'adjudicatari no dona cap opció al client → 0 punts
- L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de les mateixes característiques i qualitat a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació → 2 punts

- L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de característiques i qualitat superior a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació → 5 punts

	Izasa	Albyn	Bohm
Gestió d'incidències	2	5	0
TOTAL	2	5	0

2. Quadre resum valoració criteris objectius:

	Izasa	Albyn	Bohm
1.1	57,64	60	44
1.2	5	5	5
1.3	2	5	0
TOTAL	64,64	70	49

Lot 20 - S100413 Sobretub enteroscopi

Empreses valorades:

- Olympus Iberia S.A.U.

1. Criteris objectius: 70 punts. sobre número 3.

1.1. Puntuació econòmica: 60 punts: Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció: (oferta més econòmica*60)/oferta avaluada.

	Olympus
Import	4.340 €
Puntuació	60

1.2. Altres:

- Comanda mínima. Si → 0 punts. No → 2 punts.
- Termini de lliurament. 24 hores o inferior → 3 punts. De 24-48 hores → 2 punts. De 48 a 72 hores → 1 punt. Més de 72 hores → 0 punts.

	Olympus
Comanda mínima	2
Termini de lliurament	3
TOTAL	5

1.3. Gestió d'incidències: ruptura d'estoc. Fins 5 punts. Es valorarà com es gestionarà una possible ruptura d'estoc.

- L'adjudicatari no dona cap opció al client → 0 punts
- L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de les mateixes característiques i qualitat a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació → 2 punts
- L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de característiques i qualitat superior a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació → 5 punts

	Olympus
Gestió d'incidències	0
TOTAL	0

2. Quadre resum valoració criteris objectius:

	Olympus
1.1	60
1.2	5
1.3	0
TOTAL	65

Lot 21 - S100414 Balons extractors

Empreses valorades:

- Boston Scientific Ibérica, S.A.
- Cook España, S.A.

1. Criteris objectius: 70 punts. sobre número 3.

1.1. Puntuació econòmica: 60 punts: Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció: $(\text{oferta més econòmica} \cdot 60) / \text{oferta avaluada}$.

	Boston	Cook
Import	22.680 €	21.420 €
Puntuació	56,67	60

1.2. Altres:

- Comanda mínima. Si → 0 punts. No → 2 punts.
- Termini de lliurament. 24 hores o inferior → 3 punts. De 24-48 hores → 2 punts. De 48 a 72 hores → 1 punt. Més de 72 hores → 0 punts.

	Boston	Cook
Comanda mínima	2	2
Termini de lliurament	3	2
TOTAL	5	4

1.3. Gestió d'incidències: ruptura d'estoc. Fins 5 punts. Es valorarà com es gestionarà una possible ruptura d'estoc.

- L'adjudicatari no dona cap opció al client → 0 punts
- L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de les mateixes característiques i qualitat a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació → 2 punts
- L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de característiques i qualitat superior a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació → 5 punts

	Boston	Cook
Gestió d'incidències	5	5
TOTAL	5	5

2. Quadre resum valoració criteris objectius:

	Boston	Cook
1.1	56,67	60
1.2	5	4
1.3	5	5
TOTAL	66,67	69

Lot 22 - S100415 Agulla citologia ecoendoscòpia

Empreses valorades:

- Izasa Hospital, S.L.
- Boston Scientific Ibérica, S.A.
- Medtronic Ibérica, S.A.
- Olympus Iberia, S.A.U.
- Albyn Medical, S.L.
- Cook España, S.A.

1. Criteris objectius: 70 punts. sobre número 3.

1.1. Puntuació econòmica: 60 punts: Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció: (oferta més econòmica*60)/oferta avaluada.

	Izasa	Boston	Medtronic	Olympus	Albyn	Cook
Import	10.175 €	11.000 €	9.570 €	12.045 €	12.650 €	11.000 €
Puntuació	56,43	52,20	60	47,67	45,39	52,20

1.2. Altres:

- Comanda mínima. Si→ 0 punts. No→ 2 punts.
- Termini de lliurament. 24 hores o inferior → 3 punts. De 24-48 hores → 2 punts. De 48 a 72 hores → 1 punt. Més de 72 hores → 0 punts.

	Izasa	Boston	Medtronic	Olympus	Albyn	Cook
Comanda mínima	2	2	2	2	2	2
Termini de lliurament	3	3	3	3	3	2
TOTAL	5	5	5	5	5	4

1.3. Gestió d'incidències: ruptura d'estoc. Fins 5 punts. Es valorarà com es gestionarà una possible ruptura d'estoc.

- L'adjudicatari no dona cap opció al client → 0 punts
- L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de les mateixes característiques i qualitat a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació → 2 punts
- L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de característiques i qualitat superior a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació → 5 punts

	Izasa	Boston	Medtronic	Olympus	Albyn	Cook
Gestió d'incidències	2	5	2	0	5	5
TOTAL	2	5	2	0	5	5

2. Quadre resum valoració criteris objectius:

	Izasa	Boston	Medtronic	Olympus	Albyn	Cook
1.1	56,43	52,20	60	47,67	45,39	52,20
1.2	5	5	5	5	5	4
1.3	2	5	2	0	5	5
TOTAL	63,43	62,20	67	52,67	55,39	61,20

Lot 23 - S100416 Catèter d'ablació

Empreses valorades:

Medtronic Iberica, S.A

1. Criteris objectius: 70 punts. sobre número 3.

1.1. Puntuació econòmica: 60 punts: Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció: (oferta més econòmica*60)/oferta avaluada.

	Medtronic
Import	4.050 €
Puntuació	60

1.2. Altres:

- Comanda mínima. Si→ 0 punts. No→ 2 punts.
- Termini de lliurament. 24 hores o inferior → 3 punts. De 24-48 hores → 2 punts. De 48 a 72 hores → 1 punt. Més de 72 hores → 0 punts.

	Medtronic
Comanda mínima	2
Termini de lliurament	3
TOTAL	5

1.3. Gestió d'incidències: ruptura d'estoc. Fins 5 punts. Es valorarà com es gestionarà una possible ruptura d'estoc.

- L'adjudicatari no dona cap opció al client → 0 punts
- L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de les mateixes característiques i qualitat a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació → 2 punts
- L'adjudicatari proporciona un producte alternatiu de característiques i qualitat superior a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació → 5 punts

	Medtronic
Gestió d'incidències	2
TOTAL	2

2. Quadre resum valoració criteris objectius:

	Medtronic
1.1	60
1.2	5
1.3	2
TOTAL	67

Barcelona, 28 d'agost de 2017


Manuel Bermejo

INFORME DE VALORACIÓ GLOBAL RELATIU AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL SANITARI PER PATOLOGIA DIGESTIVA AMB DESTÍ LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU – EXPEDIENT OBE 16/211

Lot 1 – S100394 Càpsula endoscòpica

	Medtronic
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	30
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	67
TOTAL	97

Lot 3 - S100396 Dilatador esofàgic

	ST Endoscòpia	Boston
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	18	30
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	65	68,40
TOTAL	83	98,40

LOT 4 - S100397 Baló eco ultrasons

	ST Endoscòpia	Olympus
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	21	30
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	65	60,76
TOTAL	86	90,76

Lot 5 – S100398 Guia accés biliar

	Boston	Cook
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	30	24
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	70	65
TOTAL	100	89

Lot 6 – S100399 Sistema lligat multibanda

	Boston
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	30
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	70
TOTAL	100

Lot 7 – S100400 Canulotom punta curta

	Boston
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	30
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	70
TOTAL	100

Lot 8 – S100401 Raspall neteja

	Olympus	Albyn
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	30	30
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	48,26	70
TOTAL	78,26	100

Lot 9 - S100402 Raspall citologia biliar

	Boston	Albyn	MTW	Cook
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	30	18	18	30
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	55,67	70	55,43	52,79
TOTAL	85,67	88	73,43	82,79

Lot 10 - S100403 Agulla escleroteràpia

	Boston	Intersurgical	Albyn
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	30	25	25
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	69,91	70	69,91
TOTAL	99,91	95	94,91

Lot 11 - S100404 Nansa de polipectomia

	St. Endoscopia	Boston	Intersurgical	Cook
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	29	30	29	30
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	56,16	70	53,88	53,17
TOTAL	85,16	100	82,88	83,17

Lot 12 - S100405 Sonda PHmetria

	Synmed
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	30
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	67
TOTAL	97

Lot 13 - S100406 Fòrceps biòpsia amb agulla per a colonoscòpia i gastroscòpia

	St. Endoscopia	Boston	Albyn
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	26	30	26
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	63,11	70	67,68
TOTAL	89,11	100	93,68

Lot 14 - S100407 Papilòtom pre-tall 3 vies

	Boston
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	30
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	70
TOTAL	100

Lot 15 - S100408 Fòrceps eliminació càlculs biliars

	Boston
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	30
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	70
TOTAL	100

Lot 16 - S100409: Papilòtom amb estabilitzador

	Olympus
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	30
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	65
TOTAL	95

Lot 17 - S100410: Papilòtom doble llum

	Cook
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	30
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	69
TOTAL	99

Lot 18 - S100411: Dispositiu d'aplicació d'hemoclips per a hemostàsia

	Boston
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	30
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	70
TOTAL	100

Lot 19 - S100412 Marcador endoscòpic

	Izasa	Albyn	Bohm
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	30	30	30
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	64,64	70	49
TOTAL	94,64	100	79

Lot 20 - S100413 Sobretub enteroscopi

	Olympus
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	30
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	65
TOTAL	95

Lot 21 - S100414 Balons extractors

	Boston	Cook
Críteris avaluables mitjançant judicis de valor	30	22
Críteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	66,66	69
TOTAL	96,67	91

Lot 22 - S100415 Agulla citologia ecoendoscopia

	Izasa	Boston	Medtronic	Olympus	Albyn	Cook
Críteris avaluables mitjançant judicis de valor	21	21	21	21	21	30
Críteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	63,43	62,20	67	52,67	55,39	61,20
TOTAL	84,43	83,20	88	73,67	76,39	91,20

Lot 23 - S100416 Catèter d'ablació

	Medtronic
Críteris avaluables mitjançant judicis de valor	30
Críteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	67
TOTAL	97

Barcelona, 28 d'agost de 2017



Manuel Bermejo

Vist això i d'acord amb la proposta presentada per la Mesa de contractació, l'òrgan de contractació va prendre els següents acords;

1.- ACORD D'APROVACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ

“PRIMER.- APROVAR la següent classificació resultant de la valoració de les propostes presentades, (que s'adjunta com a annex número 1 del present acord), en l'**acord marc amb un únic adjudicatari pel subministrament de material sanitari de patologia digestiva amb destí a la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau**, vista l'acta d'adjudicació de la Mesa de contractació;

SEGON.- DELEGAR en la Mesa de contractació per tal de que requereixi als licitadors que han obtingut la major puntuació, per a cada lot, per tal que en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la recepció formal de la notificació, aportin la documentació establerta en clàusula novena del Plec de Clàusules Particulars.

TERCER.- ADJUDICAR el contracte OBE 16/211 en el termini dels cinc dies hàbils posteriors a la correcta recepció i avaluació de la documentació esmentada en el punt precedent; i **AUTORITZAR** a la Unitat de contractació a fer-ho efectiu, en els termes establerts en l'acord d'adjudicació que es pren juntament amb el present acord d'aprovació de la classificació.”

ACORD D'APROVACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ: ANNEX 1

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL SANITARI DE PATOLOGIA DIGESTIVA AMB
DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU
– EXP. OBE 16/211

Lot 1 – S100394 Càpsula endoscòpica

	Medtronic
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	30
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	67
TOTAL	97

Lot 3 - S100396 Dilatador esofàgic

	Boston	ST Endoscòpia
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	30	18
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	68,40	65
TOTAL	98,40	83

LOT 4 - S100397 Baló eco ultrasons

	Olympus	ST Endoscòpia
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	30	21
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	60,76	65
TOTAL	90,76	86

Lot 5 – S100398 Guia accés biliar

	Boston	Cook
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	30	24
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	70	65
TOTAL	100	89

Lot 6 – S100399 Sistema lligat multibanda

	Boston
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	30
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	70
TOTAL	100

Lot 7 – S100400 Canulotom punta curta

	Boston
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	30
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	70
TOTAL	100

Lot 8 – S100401 Raspall neteja

	Albyn	Olympus
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	30	30
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	70	48,26
TOTAL	100	78,26

Lot 9 - S100402 Raspall citologia biliar

	Albyn	Boston	Cook	MTW
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	18	30	30	18
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	70	55,67	52,79	55,43
TOTAL	88	85,67	82,79	73,43

Lot 10 - S100403 Aqulla escleroteràpia

	Boston	Intersurgical	Albyn
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	30	25	25
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	69,91	70	69,91
TOTAL	99,91	95	94,91

Lot 11 - S100404 Nansa de polipectomia

	Boston	St. Endoscopia	Cook	Intersurgical
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	30	29	30	29
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	70	56,16	53,17	53,88
TOTAL	100	85,16	83,17	82,88

Lot 12 - S100405 Sonda PHmetria

	Synmed
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	30
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	67
TOTAL	97

Lot 13 - S100406 Fòrceps biòpsia amb agulla per a colonoscòpia i gastroscòpia

	Boston	Albyn	St. Endoscopia
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	30	26	26
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	70	67,68	63,11
TOTAL	100	93,68	89,11

Lot 14 - S100407 Papilòtom pre-tall 3 vies

	Boston
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	30
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	70
TOTAL	100

Lot 15 - S100408 Fòrceps eliminació càlculs biliars

	Boston
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	30
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	70
TOTAL	100

Lot 16 - S100409: Papilòtom amb estabilitzador

	Olympus
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	30
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	65
TOTAL	95

Lot 17 - S100410: Papilòtom doble llum

	Cook
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	30
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	69
TOTAL	99

Lot 18 - S100411: Dispositiu d'aplicació d'hemoclips per a hemostàsia

	Boston
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	30
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	70
TOTAL	100

Lot 19 - S100412 Marcador endoscòpic

	Albyn	Izasa	Bohm
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	30	30	30
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	70	64,64	49
TOTAL	100	94,64	79

Lot 20 - S100413 Sobretub enteroscopi

	Olympus
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	30
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	65
TOTAL	95

Lot 21 - S100414 Balons extractors

	Boston	Cook
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	30	22
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	66,66	69
TOTAL	96,67	91

Lot 22 - S100415 Agulla citologia ecoendoscopia

	Cook	Medtronic	Izasa	Boston	Albyn	Olympus
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	30	21	21	21	21	21
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	61,20	67	63,43	62,20	55,39	52,67
TOTAL	91,20	88	84,43	83,20	76,39	73,67

Lot 23 - S100416 Catèter d'ablació

	Medtronic
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	30
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	67
TOTAL	97

Vist que les empreses han presentat la documentació correctament, en data 17 d'octubre de 2017, s'ha procedit a l'execució de l'acord d'adjudicació següent:

2.- ACORD D'ADJUDICACIÓ

"El present acord d'adjudicació es farà efectiu en el termini màxim de cinc dies hàbils posteriors a la recepció de la documentació establerta en l'acord d'aprovació de la classificació.

PRIMER.- ADJUDICAR l'acord marc amb un únic adjudicatari pel subministrament de material sanitari de patologia digestiva amb destí a la Fundació de Gestió Sanitària de l'hospital de la Santa Creu i Sant Pau, d'acord amb la relació d'adjudicataris i pels preus unitaris oferts (que s'adjunten com annex 1), i per un termini de dos anys, a partir de la formalització del contracte.

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	ADJUDICATARI
S100394	CAPSULA ENDOSCOPICA	MEDTRONIC IBÉRICA, SA amb CIF A28389484
S100396	DILATADOR ESOFAGIC	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA amb CIF A80401821
S100397	BALO ECO ULTRASONS	OLYMPUS IBERIA, SAU amb CIF A08214157
S100398	GUIA ACCES BILIAR	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA amb CIF A80401821
S100399	EQUIP DE LLIGADURA	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA amb CIF A80401821
S100400	CANULÒTOM PUNTA CURTA	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA amb CIF A80401821
S100401	RASPALL NETEJA	ALBYN MEDICAL, SL amb CIF B62943063
S100402	RASPALL CITOLOGIA	ALBYN MEDICAL, SL amb CIF B62943063
S100403	AGULLA ESCLEROTERÀPIA	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA amb CIF A80401821
S100404	NANSA DE POLIPECTOMIA D'UN SOL ÚS	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA amb CIF A80401821
S100405	SONDA PHMETRIA 2 CANALS 10 CM	SYNMED (Jaime Farré Muñoz) amb CIF 36960394S
S100406	FORCEPS BIOPSIA AMB AGULLA PER A COLONOSCÒPIA I GASTROSCOPIA	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA amb CIF A80401821
S100407	PAPILOTOMO PRE-TALL 3-VIES	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA amb CIF A80401821
S100408	FORCEPS ELIMINACIO CÀLCULS BILIARS	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA amb CIF A80401821
S100409	PAPILÒTOM AMB ESTABILIZADOR	OLYMPUS IBERIA, SAU amb CIF A08214157
S100410	PAPILÒTOM DOBLE LLUM	COOK ESPAÑA, SA amb CIF A08525073
S100411	DISPOSITIU D'APLICACIÓ D'HEMOCLIPS PER A HEMOSTÀSIA	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA amb CIF A80401821

S100412	MARCADOR ENDOSCÒPIC	ALBYN MEDICAL, SL amb CIF B62943063
S100413	SOBRETUB ENTEROSCOPI	OLYMPUS IBERIA, SAU amb CIF A08214157
S100414	BALONS EXTRACCIO	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA amb CIF A80401821
S100415	AGULLA CITOLOGIA ECOENDOSCÒPIA	COOK ESPAÑA, SA amb CIF A08525073
S100416	CÀTETER D'ABLACIÓ	MEDTRONIC IBÉRICA, SA amb CIF A28389484

SEGON.- ACCEPTAR I ASSUMIR el contingut de la proposta d'adjudicació de la Mesa de contractació i els informes tècnic, econòmic i global de valoració que motiven el present acord.

TERCER.- AUTORITZAR la despesa estimativa màxima aprovada per a cada lot en la licitació.

QUART.- DEIXAR SENSE EFECTE el LOT S100395 CATETER BALO OCLUSIO, atès que durant la vigència de la licitació s'ha deixat s'utilitzar

CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord als adjudicataris i a la resta de licitadors.

SISÈ.- PUBLICAR l'adjudicació en la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya juntament amb la seva motivació i la formalització del contracte d'acord amb el que estableix el Plec de Clàusules Particulars.

SETÈ.- FORMALITZAR els contractes resultants en el termini establert a la clàusula 11 del Plec de Clàusules Particulars.

VUITÈ.- AUTORITZAR a la Unitat de Contractació a fer efectius tots els punts del present acord."