

INFORME D'ADJUDICACIÓ PER LA CONTRACTACIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ DE L'EQUIP DE BRAQUITERÀPIA D'ALTA TAXA DE L'ICO-L'HOSPITALET (Ref. Exp. NSP-2017-11)

L'Institut Català d'Oncologia va incoar Negociat sense Publicitat per raó d'Exclusivitat, per tal de contractar el Subministrament de material fungible de radioteràpia per l'Institut Català d'Oncologia amb un pressupost màxim de licitació de 83.000€.

Un cop analitzada l'oferta presentada tècnica i econòmica presentada per l'empresa Elekta Medical, S.A.U. per a l'actualització de l'equip de braquiteràpia d'alta taxa de l'ICO-Hospitalet i per a la substitució de tubs de transferència per aplicadors, constatem que:

Les condicions coincideixen amb els requeriments tècnics d'obligat compliment demanats per l'ICO. A continuació es detalla l'anàlisi de l'oferta:

Actualització del sistema de tractament microSelectron HDR v2 a microSelectron HDR v3 digital

Equip de tractament:

- A l'apartat "Actuación técnica: programa de actualización del sistema de tratamiento microSelectronHDR v2 a microSelectronHDR v3 digital" s'aporta el detall tècnic de les accions a realitzar, que cobreixen totes les sol·licitades al plec tècnic.

Unitat de control computeritzada digital:

- A l'apartat "Actuación técnica: unidad de control computerizada digital" s'aporta el detall tècnic de les accions a realitzar, que cobreixen també totes les sol·licitades al plec tècnic.

Substitució de tubs de transferència per aplicadors

- A l'apartat "Sustitución de los tubos de transferencia para aplicadores" es presenta la relació dels conjunts de tubs de transferència oferts, que coincideixen amb els requerits al plec.

Altres consideracions

- Als apartats "Actuación técnica: programa de actualización del sistema de tratamiento microSelectronHDR v2 a microSelectronHDR v3 digital" i "Actuación técnica: unidad de control computerizada digital", Elekta informa dels avantatges de l'actualització, així com del manteniment de les funcionalitats actuals, però ara en mode digital en comptes d'analògic.



Per tant, un cop efectuada la corresponent negociació, considerem que l'empresa Elekta Medical, S.A.U. compleix amb els criteris tècnics, establerts per l'ICO per tal d'afrontar el subministrament de l'actualització de l'equip de braquiteràpia d'alta taxa de l'ICO-L'Hospitalet, i es proposa l'adjudicació del present negociat, per un import de 83.000€ Iva exclòs.



Carles Muñoz i Montplet
Director de Sistemes d'Informació, Tecnologia i Física
INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA
L'Hospitalet, 30 d'octubre de 2017