



ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

ESPTE. ZK
EXPTE N°

G/130/14/4/1537/O631/0000/092017

TALDEA
AGRUPACION

GASUMIN

SUMINISTROS

XEDEA
OBJETO

Acuerdo Marco para el suministro de equipamiento sanitario para la OSI Barrualde-Galdakao.

I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki eta xedea dituen kontratazio espedienteari.

I.- Osakidetza ha iniciado el expediente de contratación con número y objeto detallado en la parte superior de este documento.

II.- Txosten teknikoak aztertuta:

II.- Examinados los informes técnicos:

BALIO-JUDIZIOEN bidez ebaluatzeko irizpideen txosten tekniloa: 2017(e)ko azaroaren 15(e)an

Informe técnico de criterios evaluables mediante JUICIOS DE VALOR:
15 de noviembre de 2017

FORMULEN bidez ebaluatzeko irizpideen txosten teknikoak:

Informe técnico de criterios evaluables mediante FÓRMULAS:

Data hau duen Eskaintza Onuragarrienaren Deklarazioa ikusita: 2017(e)ko azaroaren 22(e)an

Vista la Declaración de Oferta más Ventajosa de fecha:
22 de noviembre de 2017

Vista la retirada de la oferta presentada por QUALITY DUAL, S.L al lote 2.

CAMILLA EXPLORACIÓN ELÉCTRICA ANCHO ESPECIAL

Enpresek lortutako puntuazioa aztertuta:

Examinada la puntuación obtenida por las empresas:

Lote	Lote / Artículo	Licitador	Económico	Plazo de Garantía	Valoración Técnica	SERVICIO POSTVENTA	SERVICIO TÉCNICO	MEDIO AMBIENTE	Valoración total
1	CAMILLA EXPLORACIÓN ELÉCTRICA	MAFARHOS, S.L.	40,00	8,00	40,00	3,00	3,00	0,00	94,00
1	CAMILLA EXPLORACIÓN ELÉCTRICA	QUALITY DUAL, S.L.	38,00	8,00	40,00	3,00	3,00	0,00	92,00
1	CAMILLA EXPLORACIÓN ELÉCTRICA	EL CORTE INGLES, S.A.	32,00	8,00	40,00	0,00	3,00	0,00	83,00
1	CAMILLA EXPLORACIÓN ELÉCTRICA	MEDICINA ANALIT CONSUMIBLES MAC, S.	0,00	8,00	44,00	3,00	3,00	0,00	58,00
1	CAMILLA EXPLORACIÓN ELÉCTRICA	HELIOS ELECTROMEDICINA, S.L.	8,00	8,00	25,00	3,00	3,00	0,00	47,00
1	CAMILLA EXPLORACIÓN ELÉCTRICA	BEORTEK, S.A.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN**

Lote	Lote / Artículo	Licitador	Económico	Plazo de Garantía	Valoración Técnica	SERVICIO POSTVENTA	SERVICIO TÉCNICO	MEDIO AMBIENTE	Valoración total
2	CAMILLA EXPLORACIÓN ELÉCTRICA ANCHO ESPECIAL	MAFARHOS, S.L.	40,00	8,00	25,00	3,00	3,00	0,00	79,00
2	CAMILLA EXPLORACIÓN ELÉCTRICA ANCHO ESPECIAL	EL CORTE INGLES, S.A.	28,00	8,00	25,00	0,00	3,00	0,00	64,00
2	CAMILLA EXPLORACIÓN ELÉCTRICA ANCHO ESPECIAL	BEORTEK, S.A.	20,00	8,00	25,00	3,00	3,00	0,00	59,00
2	CAMILLA EXPLORACIÓN ELÉCTRICA ANCHO ESPECIAL	QUALITY DUAL, S.L.			0,00	3,00	3,00	0,00	6,00
3	HOLTER TENSION ARTERIAL	NORMEDAN,S.L.	40,00	8,00	44,00	3,00	3,00	0,00	98,00
3	HOLTER TENSION ARTERIAL	PROYECTOS HOSPITALARIOS INTERNACION	25,00	8,00	35,00	3,00	3,00	0,00	74,00
3	HOLTER TENSION ARTERIAL	BEORTEK, S.A.			24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
3	HOLTER TENSION ARTERIAL	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA,			24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
3	HOLTER TENSION ARTERIAL	MEDICINA ANALIT CONSUMIBLES MAC, S.			24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
3	HOLTER TENSION ARTERIAL	QUALITY DUAL, S.L.			24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
4	ELECTROCARDIOGRAFO	BF MEDICA, S.L.	40,00	4,00	25,00	3,00	3,00	0,00	75,00
4	ELECTROCARDIOGRAFO	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA,			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ELECTROCARDIOGRAFO	QUALITY DUAL, S.L.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CAMAS HOSPITALIZACIÓN	LINET IBERIA, S.L.	40,00	8,00	44,00	3,00	3,00	0,00	98,00
6	CAMAS UDE	LINET IBERIA, S.L.	40,00	8,00	44,00	3,00	3,00	0,00	98,00
7	DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO	OSATU, S.COOP.LTDA.	40,00	8,00	39,00	3,00	3,00	0,00	93,00
7	DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO	BIOMED, S. A.			24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
7	DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO	IZASA HOSPITAL, S.L.U.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO	QUALITY DUAL, S.L.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III .- Espedientea aztertuta, ordenamendu juridikoaren arau hausterik ageri ez denez, eta Osakidetza erakunde publikoarentzat eskaintza onuragarria izaki, honako hau

KUDEATZAILE ZUZENDARIA

III .- Examinando el expediente, no apareciendo infracción del ordenamiento jurídico y siendo la oferta económicamente más ventajosa para el Ente Público Osakidetza

DIRECTOR GERENTE



ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

EBATZI DU

RESUELVE

Honako eskaintzaile hauek baztertua, jarraian adierazten diren arrazoiengatik:

Excluir las siguientes ofertas por los motivos que se indican:

Lotea /Lote	Enpresa /Empresa	Azalpena / Concepto	Emaitza / Resultado
7	BIOMED, S. A.	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO	Oferta Excluida por no superar umbral mínimo
1	BEORTEK, S.A.	CAMILLA EXPLORACIÓN ELÉCTRICA	Oferta Excluida por no superar umbral mínimo
3	BEORTEK, S.A.	HOLTER TENSION ARTERIAL	Oferta Excluida por no superar umbral mínimo
2	QUALITY DUAL, S.L.	CAMILLA EXPLORACIÓN ELÉCTRICA ANCHO ESPECIAL	Oferta retirada por el licitador
3	QUALITY DUAL, S.L.	HOLTER TENSION ARTERIAL	Oferta Excluida por no superar umbral mínimo
4	QUALITY DUAL, S.L.	ELECTROCARDIOGRAFO	Oferta Excluida por no superar umbral mínimo
7	QUALITY DUAL, S.L.	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO	Oferta Excluida por no superar umbral mínimo
3	MEDICINA ANALIT CONSUMIBLES MAC, S.	HOLTER TENSION ARTERIAL	Oferta Excluida por no superar umbral mínimo
3	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA,	HOLTER TENSION ARTERIAL	Oferta Excluida por no superar umbral mínimo
4	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA,	ELECTROCARDIOGRAFO	Oferta Excluida por no superar umbral mínimo
7	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO	Oferta Excluida por no superar umbral mínimo

Kontratazio-espedita esleitzea Ebazpen honen eranskinean aipatzen diren enpresei.

Adjudicar el expediente de contratación a las empresas relacionadas que se muestran en el anexo a esta Resolución.

Ebazpen hau Kontratugilearen Profilean argitaratzeko agintzea eta, balio-judizioen bidez ebaluatzeko irizpideen txosten teknikoarekin batera, eskaintzaile guztiei jakinaraztea:

Ordenar la publicación de esta resolución en el Perfil de Contratante y la notificación a todas las licitadoras, acompañada del informe técnico de criterios evaluables mediante juicios de valor.



ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 112, 121 eta hurrengo artikuluetan araututakoarekin bat, Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioko DIRECTOR GENERAL-ari, jakinarazten den egunaren biharamunetik hasita hilabeteko epean. Hala ere, egokituz jotzen den beste edozein errekurtso ere aurkeztu ahal izango da.

Kontratazio-Organok esleipenduna/k errekeritzen du/ditu esleipen honetatik ondorioztatzen diren kontratuak formaliza ditzan/ditzaen, hamabost egun balioduneko epean, ebazpen hau jasotzen denetik aurrera.

Conforme se establece en los artículos 112, 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer Recurso de Alzada ante el DIRECTOR GENERAL en el plazo de 1 mes a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro que se estime pertinente.

El Órgano de Contratación requiere al/los adjudicatario/s que se proceda a la formalización de los contratos que se derivan de la presente adjudicación que se realizará en el plazo de 15 días hábiles transcurridos desde la recepción de la notificación de la presente resolución.

GALDAKAO(e)n, 2017(e)ko abenduaren 4(e)an

En GALDAKAO, a 4 de diciembre de 2017

KUDEATZAILE ZUZENDARIA / DIRECTOR GERENTE

Iz/Fdo.- JON GUAJARDO REMACHA

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Lotea/Lote	Lotearen / Artikuluaren izena Denominación Lote / Artículo	Eskaintz a-mota Tipo oferta	Esleipenduna Adjudicatario	aleko prezioa BEZik gab Precio Unitario Ofertado sin	Eskaintako zenbateko osoa BEZik gabe Importe Total ofertado sin IVA	Entregatzeko epea Plazo entrega	Berme-epea Plazo garantía
1	CAMILLA EXPLORACIÓN ELÉCTRICA	OB	MAFARHOS, S.L.	990,00	19.800,00	15 Días Naturales	4 Años
2	CAMILLA EXPLORACIÓN ELÉCTRICA ANCHO ESPECIAL	OB	MAFARHOS, S.L.	1.039,50	4.158,00	15 Días Naturales	4 Años
3	HOLTER TENSION ARTERIAL	OB	NORMEDAN, S.L.	1.350,00	8.100,00	4 Días Naturales	4 Años
4	ELECTROCARDIOGRAFO	OB	BF MEDICA, S.L.	2.200,00	22.000,00	4 Días Naturales	3 Años
5	CAMAS HOSPITALIZACIÓN	OB	LINET IBERIA, S.L.	1.940,00	5.820,00	4 Días Naturales	4 Años
6	CAMAS UDE	OB	LINET IBERIA, S.L.	1.200,00	3.600,00	4 Días Naturales	4 Años
7	DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO	OB	OSATU, S.COOP.LTDA.	1.606,00	3.212,00	2 Semanas	5 Años

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

INFORME TECNICO

Lot e	Denomina ción Lote	Tipo oferta	Licitador	Referencia	Marca/Mo delo	Puntos calidad	Postven ta	S.Tec nico	Motivación
1	CAMILLA EXPLORA CIÓN ELÉCTRICA	OB	BEORTEK, S.A.	MRL.3080E+S PF	Orla	0			<p>Beortek, hace la siguiente anotación en el documento "Anotación en caso adjudicación" :</p> <p><i>En caso de resultar adjudicatarios del lote nº1 "Camillas de exploración eléctricas".....los pedidos se deberán realizar por parte de la SVS Osi Barrualde Galdakao en cantidades de 5 unidades".</i></p> <p>Por este motivo, su oferta no puede ser valorada ni podrá resultar adjudicatario ya que esta anotación es contraria a lo que se solicita en el punto III. BASES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DEL MATERIAL del pliego de prescripciones técnicas: "las entregas se realizarán bajo pedido y según necesidades reales, no suponiendo para la Administración la obligación de adquisición de la totalidad de unidades adjudicadas".</p>
1	CAMILLA EXPLORA CIÓN ELÉCTRICA	OB	EL CORTE INGLES, S.A.	H06EE	HIDEMAR H06EE	40	0	3	PREFERENTE. Aporta soporte rollo papel cromado

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Lot e	Denomina ción Lote	Tipo oferta	Licitador	Referencia	Marca/Mo delo	Puntos calidad	Postven ta	S.Tec nico	Motivación
1	CAMILLA EXPLORA CIÓN ELÉCTRICA	OB	HELIOS ELECTROMED ICINA, S.L.	160041	Gymna /G2 TRIO	25	3	3	ADECUADO
1	CAMILLA EXPLORA CIÓN ELÉCTRICA	OB	MAFARHOS, S.L.	14913	INMOCLI NC	40	3	3	PREFERENTE. Aporta soporte rollo papel cromado
1	CAMILLA EXPLORA CIÓN ELÉCTRICA	OB	MEDICINA ANALIT CONSUMIBLE S MAC, S.	MO-14918	INMOCLI NC	44	3	3	EXCELENTE: aporta soporte rollo papel cromado y soporte para brazos regulable en altura
1	CAMILLA EXPLORA CIÓN ELÉCTRICA	OB	QUALITY DUAL, S.L.	14913	INMOCLI NC	40	3	3	PREFERENTE: aporta soporte cromado para rollo de papel

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Lot e	Denomina ción Lote	Tipo oferta	Licitador	Referencia	Marca/Mo delo	Puntos calidad	Postven ta	S.Tec nico	Motivación
2	CAMILLA EXPLORA CIÓN ELÉCTRIC A ANCHO ESPECIAL	OB	BEORTEK, S.A.	MM.03.200EG. 80+SPF	Orla	25	3	3	ADECUADO
2	CAMILLA EXPLORA CIÓN ELÉCTRIC A ANCHO ESPECIAL	OB	EL CORTE INGLES, S.A.	H06EE De 80	HIDEMAR H06EE 80	25	0	3	ADECUADO
2	CAMILLA EXPLORA CIÓN ELÉCTRIC A ANCHO ESPECIAL	OB	MAFARHOS, S.L.	14913 ESPECIAL	INMOCLI NC	25	3	3	ADECUADO

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Lot e	Denomina ción Lote	Tipo oferta	Licitador	Referencia	Marca/Mo delo	Puntos calidad	Postven ta	S.Tec nico	Motivación
2	CAMILLA EXPLORA CIÓN ELÉCTRICA ANCHO ESPECIAL	OB	QUALITY DUAL, S.L.	14913	INMOCLIN	25	3	3	ADECUADO
3	HOLTER TENSION ARTERIAL	OB	BEORTEK, S.A.	Package Walk 200B	Cardioline	24			NO ESPECIFICA: * COMPONENTES 100% LIBRE DE LATEX * NI QUE ESTÉ VALIDADO POR LA BHS CON CATEGORIA A/A
3	HOLTER TENSION ARTERIAL	OB	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA,	2001762-172	Tonoport V	24			NO CUMPLE CON ALGUNA CARACTERÍSTICA COMO VALIDACIÓN BHS CON CATEGORIA A/A Ó LA AAMI SP, O ESI CATEGORIA C
3	HOLTER TENSION ARTERIAL	OB	MEDICINA ANALIT CONSUMIBLES MAC, S.	O-GRAPH	I.E.M	24			NO ESPECIFICA: * COMPONENTES 100% LIBRE DE LATEX
3	HOLTER TENSION ARTERIAL	OB	NORMEDAN,S. L.	ABPM 7100	WELCH ALLYN	44	3	3	PREFERENTE, DE CALIDAD EXCELENTE. CONECTIVIDAD CON OSI BARRUALDE

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Lot e	Denomina ción Lote	Tipo oferta	Licitador	Referencia	Marca/Mo delo	Puntos calidad	Postven ta	S.Tec nico	Motivación
3	HOLTER TENSION ARTERIAL	OB	PROYECTOS HOSPITALARIOS INTERNACION	90227	SPACE LABS / ONTRAK	35	3	3	PREFERENTE, DE CALIDAD EXCELENTE.
3	HOLTER TENSION ARTERIAL	OB	QUALITY DUAL, S.L.	7087019308	AB MEDICA GROUP	24			NO ESPECIFICA: * COMPONENTES 100% LIBRE DE LATEX * NI QUE ESTÉ VALIDADO POR LA BHS CON CATEGORIA A/A
4	ELECTRO CARDIOG RAFO	OB	BF MEDICA, S.L.	R12	Beneheart R12	25	3	3	Técnicamente cumple con lo solicitado. Según valoración realizada por el Departamento de Informática, dispone de un sistema de administración de ECGs vía Wifi bidireccional que permite integrar el Rdº en la HCE
4	ELECTRO CARDIOG RAFO	OB	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA,	2061355-003	Mac 800 V2	0			Técnicamente cumple con lo solicitado. La valoración realizada por el Departamento de Informática es negativa: " Muse, software específico para la integración con el sistema de información hospitalaria no está incluido ".

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Lot e	Denomina ción Lote	Tipo oferta	Licitador	Referencia	Marca/Mo delo	Puntos calidad	Postven ta	S.Tec nico	Motivación
4	ELECTRO CARDIOG RAFO	OB	QUALITY DUAL, S.L.	7080509590	AB MEDICA GROUP	0			La oferta no incluye el carro que se solicita en las características
5	CAMAS HOSPITAL IZACIÓN	OB	LINET IBERIA, S.L.	1GRA0028-27	LINET / ELEGANZ A 2	44	3	3	PREFERENTE
6	CAMAS UDE	OB	LINET IBERIA, S.L.	1F25727-3	LINET / PRAKTIK A 2	44	3	3	PREFERENTE
7	DESFIBRI LADOR SEMIAUT OMATICO	OB	BIOMED, S. A.	ZM2010000010 101100	ZOLL AED PLUS	24			La calidad de la pantalla por tamaño, por ser en blanco y negro y por la configuración no llega a ser de la calidad suficiente. El electrodo de entrenamiento se muestra como opcional
7	DESFIBRI LADOR SEMIAUT OMATICO	OB	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	VER DESGLOSE	DEFIBTE CH	0			No queda acreditada la posibilidad de utilización en modo autotraining-training ni la posibilidad de visualizar el EKG en la pantalla, características especificadas en el concurso.

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Lot e	Denomina ción Lote	Tipo oferta	Licitador	Referencia	Marca/Mo delo	Puntos calidad	Postven ta	S.Tec nico	Motivación
7	DESFIBRI LADOR SEMIAUT OMATICO	OB	OSATU, S.COOP.LTDA.	Mod. REANIBEX-300	Bexen Cardio	39	3	3	Se ajusta a lo solicitado
7	DESFIBRI LADOR SEMIAUT OMATICO	OB	QUALITY DUAL, S.L.	CU-SP1	CU MEDICAL SYSTEM	0			No cumple las características especificadas en relación al tipo de pantalla y visualización del EKG. Tampoco queda constatado que permita uso autotraining y training