

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ELECTROBISTURÍS, DESFIBRILADORES Y PULSIOXIMETRÍA CON DESTINO AL NUEVO HOSPITAL DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES.

CS/05/1117048226/17/PA

Visto el expediente que se tramita, mediante el sistema de adjudicación por PROCEDIMIENTO ABIERTO, y de conformidad con lo establecido en el artículo 151 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y teniendo en cuenta que:

Primero: La mesa de contratación, a la vista de las puntuaciones obtenidas por las empresas licitadoras, PROPONE al órgano de contratación la adjudicación del presente contrato a la/s empresa/s detallada/s en el Anexo.

Segundo: La/s empresa/s adjudicataria/s relacionada/s en el Anexo **han presentado la documentación y acreditado la constitución de la garantía definitiva**, de acuerdo con el artículo 151.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Por todo lo expuesto y, en uso de las facultades que me confiere la Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Dirección Gerencia, sobre delegación de competencias en materia de contratación administrativa y gestión presupuestaria (D.O.E. nº 41, de 28 de febrero de 2017),

RESUELVO

Adjudicar el Contrato de "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ELECTROBISTURÍS, DESFIBRILADORES Y PULSIOXIMETRÍA CON DESTINO AL NUEVO HOSPITAL DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES" - CS/05/1117048226/17/PA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 151 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a la/s empresa/s que se citan a continuación y por los importes que se detallan, conforme se establece en el Anexo adjunto:

LOTE	EMPRESA	CIF	IMPORTE ADJUDICACIÓN SIN IVA	IVA (21%)	IMPORTE ADJUDICACIÓN CON IVA
1	MEDTRONIC IBERICA, SA.	A28389484	36.000,00	7.560,00	43.560,00
2	MEDTRONIC IBERICA, SA	A28389484	46.000,00	9.660,00	55.660,00
3	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A.	A80776867	29.985,00	6.296,85	36.281,85

Número CS/05/1117048226/17/PA

Objeto SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ELECTROBISTURÍS, DESFIBRILADORES Y PULSIOXIMETRÍA CON DESTINO AL NUEVO HOSPITAL DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES.

LOTE	EMPRESA	CIF	IMPORTE ADJUDICACIÓN SIN IVA	IVA (21%)	IMPORTE ADJUDICACIÓN CON IVA
4	MEDTRONIC IBERICA, SA	A28389484	5.100,00	1.071,00	6.171,00
5	PRIM, S.A.	A28165587	10.300,00	2.163,00	12.463,00
6	NIHON KOHDEN IBERICA, S.L	B83544737	67.533,06	14.181,94	81.715,00
7	GRUPO R. QUERALTÓ, S.A	A41088493	31.050,00	6.520,50	37.570,50
8	NIHON KOHDEN IBERICA, S.L	B83544737	35.405,04	7.435,06	42.840,10
9	NIHON KOHDEN IBERICA, S.L	B83544737	28.557,50	5.997,08	34.554,58
10	SUMINISTROS SANITARIOS DE EXTREMADURA, S.L.	B3032219	84.000,00	17.640,00	101.640,00


Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer con carácter potestativo, recurso especial en materia de contratación, en el plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente a aquél en que se les remita la notificación de la resolución de adjudicación, en el Registro del órgano de contratación o ante la Comisión Jurídica de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley 19/2015, de 23 de diciembre de la Junta de Extremadura y los artículos 40 y siguientes del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Todo aquel que se proponga interponer recurso especial deberá anunciarlo previamente dentro del mismo plazo anteriormente indicado tal y como establece el artículo 44 del R.D.L. 3/2011- TRLCSP.

Asimismo, cabe interponer recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la sede del órgano autor del acto impugnado, sin perjuicio que el interesado pueda ejercitar cualquier otro que considere procedente (Arts. 8. 14 y 16 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

La formalización del contrato no podrá realizarse hasta que haya transcurrido el plazo de quince días hábiles desde que se remita la notificación de la presente resolución de adjudicación a los licitadores y candidatos, conforme a lo dispuesto en los artículos 156.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Notifíquese la presente resolución a los interesados en el expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.4 del Real Decreto Ley 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y publíquese en el Perfil del Contratante.

Cáceres, 3 de enero de 2018
EL GERENTE DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES
P.D. Resolución de 21/02/2017 del SES (DOE nº 41 de 28/02/2017)



Fdo. Francisco José Calvo Chacón

ANEXO I

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ELECTROBISTURÍS, DESFIBRILADORES Y PULSIOXIMETRÍA CON DESTINO AL NUEVO HOSPITAL DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES.

CS/05/1117048226/17/PA

EMPRESAS EXCLUIDAS:

HANS ERÜTH, SA	Lotes 8 y 10	Presentación oferta fuera de plazo: la empresa ha presentado la documentación en la oficina de correos el día 20/09/2017 a las 14:19 horas, siendo recibida en el Registro de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres el día 22/09/2017 a las 10:30 con nº de registro de entrada 2017072080007390. El plazo de presentación de ofertas finalizaba el día 20/09/2017 a las 14:00 horas. Como señala el apartado 4.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, los sobres se presentarán dentro del plazo y hora fijados en el anuncio público de licitación, debiendo ser entregados en las dependencias u oficinas expresadas en el anuncio o enviados por correo dentro del plazo de admisión señalado en aquél. Por tanto, siendo la fecha de presentación de la documentación posterior a la fecha de fin de plazo de presentación de ofertas, queda excluida del procedimiento.
PHYSIO-CONTROL SPAIN SALES, SL	Lote 6	Presentación oferta fuera de plazo: la empresa ha presentado la documentación en la oficina de correos el día 20/09/2017 a las 14:01 horas, siendo recibida en el Registro de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres el día 21/09/2017 a las 09:23 con nº de registro de entrada 2017072080007371. El plazo de presentación de ofertas finalizaba el día 20/09/2017 a las 14:00 horas. Como señala el apartado 4.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, los sobres se presentarán dentro del plazo y hora fijados en el anuncio público de licitación, debiendo ser entregados en las dependencias u oficinas expresadas en el anuncio o enviados por correo dentro del plazo de admisión señalado en aquél. Por tanto, siendo la fecha de presentación de la documentación posterior a la fecha de fin de plazo de presentación de ofertas, queda excluida del procedimiento.

LOTE 4: ELECTROBISTURÍ BAJA POTENCIA

SISTEMAS INTEGRALES MEDICINA, S.A	<u>NO CUMPLE PPT</u> En la documentación presentada, el electrobisturí marca ERBE modelo VIO 100C , no posee pedal para activar modo monopolar o bipolar, ni describe como sistema de seguridad y protección la presencia de alarmas sonoras y visuales.
--------------------------------------	---

LOTE 6: DESFIBRILADORES

HANS E RÜTH, S.A.	Excluido: la empresa ha presentado la documentación en la oficina de correos el día 20/09/2017 a las 14:19 horas, siendo recibida en el Registro de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres el día 22/09/2017 a las 10:30 con nº de registro de entrada 2017072080007390. El plazo de presentación de ofertas finalizaba el día 20/09/2017 a las 14:00 horas. Como señala el apartado 4.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, los sobres se presentarán dentro del plazo y hora fijados en el anuncio público de licitación, debiendo ser entregados en las dependencias u oficinas expresadas en el anuncio o enviados por correo dentro del plazo de admisión señalado en aquél. Por tanto, siendo la fecha de presentación de la documentación posterior a la fecha de fin de plazo de presentación de ofertas, queda excluida del procedimiento.
AB MEDICA GROUP, S.A	Excluido: presenta oferta económica no ajustada a pliegos: intercambia datos (cantidades) entre artículos 2 y 3, resultando incongruentes los importes totales de ambos artículos y el importe total ofertado.
BIOMED, S.A.	<u>INCUMPLIMIENTO: Inclusión en Sobre 2 de documentos del Sobre 3</u> Desvela información del sobre 3 (criterios de valoración automática) en el sobre 2 (criterios de juicio de valor): GARANTIA

LOTE 8: ELECTROCARDÍOGRAFO + CARRO

AB MEDICA GROUP, S.A	<u>No cumple PPT:</u> Capacidad de integrarse con los RISC disponibles en el hospital y alojados en la plataforma JARA, de tal manera que puedan realizarse listas de trabajo y cargar y descargar la actividad NO TIENE LAN , no puede conectarse directamente
-----------------------------	---

LOTE 9: PULSIOXÍMETRÍA

Número CS/05/1117048226/17/PA

Objeto SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ELECTROBISTURIS, DESFIBRILADORES Y PULSIOXIMETRÍA CON DESTINO AL NUEVO HOSPITAL DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES.

INSANEX, S.L	INCUMPLIMIENTO: Inclusión en Sobre 2 de documentos del Sobre 3 Desvela información del sobre 3 (criterios de valoración automática) en el sobre 2 (criterios de juicios de valor), en el artículo 1: * Medición del índice de perfusión. * Capacidad de sumergir la sonda. * Capacidad de memorización de histórico de alarmas * Medición de tendencias gráficas y tabulares
PROYECTOS HOSPITALARIOS INTERNACIONAL, S.A.	INCUMPLIMIENTO: Inclusión en Sobre 2 de documentos del Sobre 3 Desvela información del sobre 3 (criterios de valoración automática) en el sobre 2 (criterios de juicios de valor), en el artículo 2: * Obtención de onda pletismográfica

LOTE 10: MONITOR DE CONSTANTES VITALES

INSANEX, S.L	No cumple PPT Conforme a la exigencia del punto 2.11 del PPT no realiza presentación pública
J. NÚÑEZ, S.L.	No cumple PPT En el Pliego de Prescripciones técnicas se pide como requisito mínimo “pantalla táctil color de al menos 6” presenta pantalla monocromo
NIHON KOHDEN IBERICA, S.L.	No cumple PPT Conforme a la exigencia del punto 2.11 del PPT no realiza presentación pública

EMPRESAS ADMITIDAS:

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA VALORACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR

LOTE 1: ELECTROBISTURÍS

LOTE 1	1. CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA: hasta 20 puntos				PUNTAJ ON TOTAL Hasta 20 puntos
	Facilidad de manejo: hasta 5 puntos	Ergonomía: hasta 5 puntos	Memoria de programas: hasta 5 puntos	Calidad: hasta 5 puntos	
B. BRAUN	4	0.50	5	0	9,50
MEDTRONIC IBERICA, S.A.	5	4	1	0	10
PRIM, S.A.	5	0.25	3	0	8,25
SISTEMAS INTEGRALES MEDICINA, S.A.	4	0	4	0	8
RESUMEN	De las 4 empresas valoradas en este lote, Medtronic Ibérica S.A. y Prim S.A. son las que obtienen mayor puntuación, dado que presentan consolas de fácil manejo y simplicidad, sin elementos que, aunque a priori puedan suponer una ventaja, durante la cirugía compliquen el uso del electrobisturí. Sistemas Integrales de Medicina y B Braun, obtiene menor y la misma puntuación al aportar una consola de manejo sencillo, pero con aparición de ventanas en la misma que puede dificultar su uso	De las 4 empresas valoradas en este lote, Sistema Integrales Medicina S.A. no especifica en sus fichas técnicas nada valorable para la ergonomía tanto en la consola como en sus instrumentos fungibles requeridos para uso de este equipo, motivo por el que se puntúa a dicha empresa con un 0. Medtronic Ibérica S.A. es la empresa que mayor puntuación ha obtenido al ofertar el fungible con diseño ergonómico, fácil de adaptar a la mano del facultativo, de peso ligero no especifica nada valorable en cuanto a ergonomía de la consola. B Braun... obtiene menor puntuación al presentar consola de peso poco ligero, nada valorable respecto a la ergonomía de fungibles En el caso de Prim S.A., es la que obtiene menor puntuación al presentar consola de peso muy poco ligero nada valorable respecto a la ergonomía de fungibles. Dado que la ergonomía del fungible	De las 4 empresas valoradas en este lote, B Braun, obtiene mayor puntuación con 14 memorias, Sistemas Integrales Medicina y Prim, obtienen menor puntuación con 10 y 9 memorias respectivamente. Se ha otorgado la mayor puntuación a la que mayor número de memorias tiene e ir disminuyendo puntuación proporcional según disminuya el número de memorias. En el caso de Medtronic Ibérica S.A. no especifica memorias extra de trabajo, pero si que en caso de corte energía, memorizaría el último trabajo, motivo por el que se da 1 punto	De las 4 empresas valoradas de este lote, ninguna ha obtenido puntuación al ofertar un equipo conforme a las exigencias del pliego	

LOTE 2: ELECTROBISTURÍ SELLADOR DE VASOS Y ELECTROBISTURÍ SELLADOR DE VASOS CON COAGULADOR DE ARGÓN

ARTÍCULO 1: ELECTROBISTURÍ SELLADOR DE VASOS

EMPRESAS (ART. 1)	1. CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA: hasta 25 puntos					PUNTAJ CIÓN TOTAL Hasta 25 puntos
	Facilidad de manejo: hasta 5 puntos	Ergonomía: hasta 5 puntos	Memoria de programas: hasta 5 puntos	Calidad: hasta 5 puntos	Suministro de fuentes de energía: hasta 5 puntos	
MEDTRONIC IBERICA, S.A	5	4	1	0	0	10
SISTEMAS INTEGRALES MEDICINA, S.A	5	5	5	0	0	15
RESUMEN	De las 2 empresas valoradas de este lote MEDTRONIC Y SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA, han obtenido la máxima puntuación al ofertar un equipo de manejo muy sencillo e intuitivo	De las 2 empresas valoradas de este lote SISTEMAS INTEGRALES ha obtenido mayor puntuación al presentar un equipo muy ergonómico, de menor peso (9,5KG) lo que facilita el movimiento.. MEDTRONIC oferta un equipo de peso 10.1 Kg. de mayor peso, por lo que obtiene menor puntuación	De las 2 empresas valoradas de este lote SISTEMAS INTEGRALES ha obtenido mayor puntuación, teniendo en cuenta las memorias programables (99) y las submemorias (99). Frente a MEDTRONIC, que obtiene menor puntuación al no describir capacidad de memorizar las potencias, sólo hace referencia a una memoria interna de 4 GB.	De las 2 empresas valoradas en este lote, ninguna ha obtenido puntuación al aportar equipo básico conforme a las exigencias del pliego	De las 2 empresas valoradas de este lote, ninguna ha obtenido puntuación al no aportar nada valorable para este criterio	

ARTÍCULO 2: ELECTROBISTURÍ SELLADOR DE VASOS CON COAGULADOR DE ARGÓN

EMPRESAS (ART. 2)	I. CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA: hasta 25 puntos					PUNTAJ CIÓN TOTAL Hasta 25 puntos
	Facilidad de manejo: hasta 5 puntos	Ergonomía: hasta 5 puntos	Memoria de programas: hasta 5 puntos	Calidad: hasta 5 puntos	Suministro de fuentes de energía: hasta 5 puntos	
MEDTRONIC IBERICA, S.A	4	4	1	0	4	13
SISTEMAS INTEGRALES MEDICINA, S.A	5	5	5	0	0	15
RESUMEN	De las 2 empresas valoradas en este lote, SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA, obtiene la máxima puntuación al ofertar un equipo de manejo muy sencillo e intuitivo, y se puede utilizar el coagulador de argón desde el display de la consola de electrobisturí lo que facilita su uso en conjunto. MEDTRONIC obtiene la menor puntuación, a pesar de ofertar un equipo de manejo sencillo, el coagulador de argón se tiene que manejar de forma independiente, que dificulta parte de su uso	De las 2 empresas valoradas de este lote MEDTRONIC ha obtenido mayor puntuación al presentar un equipo muy ergonómico, de menor peso (9,5Kg.), lo que facilita el movimiento. SISTEMAS INTEGRALES, oferta un equipo de peso 10,1 Kg. de mayor peso, por lo que obtiene menor puntuación	De las 2 empresas valoradas en este lote, SISTEMAS DE MEDICINA es la que obtiene mayor puntuación al ofertar un equipo con gran capacidad de memoria tanto en el electrobisturí sellador de vasos con en el coagulador de plasma (198 programas). MEDTRONIC, obtiene menor puntuación al ofertar sólo una memoria interna de 4GB, sin especificar capacidad para memorizar potencias ni en electrobisturí ni en el coagulador.	De las 2 empresas valoradas en este lote, ninguna ha obtenido puntuación al aportar equipo básico conforme a las exigencias del pliego	De las 2 empresas valoradas en este lote MEDTRONIC, es la de mayor puntuación a ofertar el sistema de argon como fuente de energía adicional, lo que permite el uso combinado de consolas, al contrario que la empresa SISTEMAS INTEGRALES, que por ello obtiene 0 puntos	

LOTE 3: ELECTROBISTURÍ CON COAGULADOR DE ARGÓN

EMPRESAS	1. CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA: hasta 15 puntos			2. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES: Hasta 5 puntos	PUNTAJACIÓN TOTAL Hasta 20 puntos
	Facilidad de manejo: hasta 5 puntos	Ergonomía: hasta 5 puntos	Calidad: hasta 5 puntos		
SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA, S.A	4	3	5	0	12
SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A.	4	5	3	0	12
RESUMEN	De las 2 empresas valoradas en este lote, SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS y SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA, obtienen la misma puntuación al ofertar un equipo similar en cuanto a fácil manejo	De las 2 empresas valoradas en este lote, SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, obtiene mayor puntuación al ofertar un equipo compacto y de peso muy ligero lo que facilita su movimiento, frente al ofertado por SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA, menos compacto y de mayor peso.	De las 2 empresas valoradas en este lote, SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA obtiene la máxima puntuación al disponer de numerosas opciones de configuración durante la cirugía y tres módulos de coagulación de argón. SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, obtiene menor puntuación al disponer sólo de dos módulos de trabajo	De las 2 empresas valoradas en este lote, ninguna ha obtenido puntuación al ofertar un equipo básico conforme a las exigencias del pliego	

LOTE 4: ELECTROBISTURÍ BAJA POTENCIA

EMPRESAS	1. CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA: hasta 25 puntos					PUNTUACIÓN TOTAL Hasta 25 puntos
	Facilidad de manejo: hasta 5 puntos	Ergonomía: hasta 5 puntos	Memoria de programas: hasta 5 puntos	Calidad: hasta 5 puntos	Procedimiento de Radiofrecuencia: hasta 5 puntos	
MEDTRONIC IBERICA, S.A.	5	3	1	2	0	11
SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A.	5	5	0	0	0	10
RESUMEN	De las 2 empresas valoradas en este lote, Medtronic Ibérica S.A. Y Sistemas Técnicos Endoscópicos, obtienen la misma puntuación al ofertar un equipo similar en cuanto a facilidad de manejo	De las 2 empresas valoradas en este lote, SISTEMAS TÉCNICOS obtiene la máxima puntuación al presentar un equipo compacto y de peso ligero (3kg) que facilita su movimiento como herramienta de trabajo. MEDTRONIC obtiene menor puntuación al ofertar un equipo de diseño menos ergonómico (peso 4kg)	De las 2 empresas valoradas en este lote, Medtronic Ibérica S.A. presenta capacidad de memorizar las potencias utilizadas en las intervenciones, no así con la consola de Sistemas Técnicos Endoscópicos	De las 2 empresas valoradas en este lote, MEDTRONIC obtiene la mayor puntuación al ofertar un equipo de calidad que dispone como valor añadido buenos niveles de seguridad SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, no obtiene puntuación al ofertar un equipo conforme a las exigencias del pliego, sin nada extra valorable	De las 2 empresas valoradas en este lote, ninguna describe la aportación de radiofrecuencia en sus equipos, por ello no han obtenido puntuación	

LOTE 5: ELECTROBISTURÍ RADIOFRECUENCIA

1. CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA: hasta 25 puntos						PUNTUACIÓN TOTAL Hasta 25 puntos
	Facilidad de manejo: hasta 5 puntos	Ergonomía: hasta 5 puntos	Memoria de programas: hasta 5 puntos	Calidad: hasta 5 puntos	Suministro de fuentes de energía: hasta 5 puntos	
PRIM, S.A.	5	3	5	0	0	13
TGH ENDOSCOPIA	5	5	3	0	0	13
RESUMEN	De las 2 empresas valoradas en este lote PRIM Y TGH, obtienen la máxima puntuación al ofertar un equipo de muy fácil manejo, muy intuitivo	De las 2 empresas valoradas en este lote TGH obtienen la máxima puntuación al ofertar un equipo de diseño muy ergonómico, compacto y de peso ligero (5.2kg) que facilita su movimiento, PRIM obtiene menor puntuación al ofertar un equipo menos ergonómico, de mayor peso (7.5kg)	De las 2 empresas valoradas en este lote PRIM obtiene la máxima puntuación al ofertar un equipo que permite mantener en memoria las funciones de uso más frecuentes para cada uno de los modos de trabajo, TGH describen 5 modos de trabajo, TGH obtiene menor puntuación al presentar sólo 4 memorias programables para las cirugías más frecuentes.	De las 2 empresas valoradas en este lote, ninguna ha obtenido puntuación al ofertar un equipo conforme a las exigencias del pliego, sin valor extra en cuanto a calidad	De las 2 empresas valoradas en este lote, ninguna ha obtenido puntuación al ofertar un equipo sin fuente de energía adicional	

LOTE 6: DESFIBRILADORES

ARTÍCULO 1: DESFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO

EMPRESAS (ART.1)	1. CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA: hasta 15 puntos			PUNTAJ ON TOTAL Hasta 15 puntos
	Facilidad de manejo: hasta 5 puntos	Ergonomía: hasta 5 puntos	Calidad: hasta 5 puntos	
AB MEDICA GROUP, S.A.	5	3	0	8
INSANEX, S.L.	4	3	0	7
J. NÚÑEZ, S.L.	4	1	0	5
NIHON KOHDEN IBERICA, S.L.	5	5	5	15
SCHILLER ESPAÑA, S.A.U	4	3	0	7
SUMINISTROS SANITARIOS DE EXTREMADURA, S.L.	4	3	2	9
RESUMEN	De las 6 empresas licitadoras de este lote, AB MEDICA y NIHON KOHDEN son las que mayor puntuación obtienen al ofertar un equipo de muy fácil manejo al contar como extra con indicadores de contacto de los electrodos. El resto de empresas INSANEX, J NÚÑEZ, SCHILLER ESPAÑA, SUMINISTROS SANITARIOS, obtienen la misma puntuación al ser de fácil manejo	De las 6 empresas licitadoras de este lote, NIHON KOHDEN es la que mayor puntuación obtiene al ofertar un equipo muy ergonómico, el de menor peso y medidas que facilita su movimiento. Las empresas AB MEDICA, INSANEX, SCHILLER ESPAÑA, SUMINISTROS SANITARIOS, obtienen menor y la misma puntuación al ser equivalentes comparando peso y medidas. La empresa J NÚÑEZ es la de menor puntuación al ofertar un equipo muy poco compacto y pesado	De las 6 empresas licitadoras de este lote, NIHON KOHDEN es la empresa que mayor puntuación obtiene al ofertar un equipo de muy alta calidad, con características superiores a lo exigido en el Pliego, como disponer de un indicador luminoso de 0 a 100% del estado de carga de la batería, indicador de estado con alarma en caso de problemas, posibilidad de envío automático de los resultados de las pruebas y de exportar los datos. SUMINISTROS SANITARIOS, obtiene menor puntuación al ofertar un equipo que dispone sólo como extra de indicador de estado con alarma en caso de problemas El resto de empresas AB MEDICA, INSANEX, J NÚÑEZ, SCHILLER ESPAÑA, SUMINISTROS SANITARIOS, obtienen la menor y misma puntuación al ofertar un equipo básico conforme a las exigencias del Pliego	

ARTÍCULO 2: DESFIBRILADOR MANUAL Y SEMIAUTOMÁTICO CON PALAS EXTERNAS, MARCAPASOS, ETC

EMPRESAS (ART.2)	1. CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA: hasta 15 puntos			PUNTAJ ION TOTAL Hasta 15 puntos
	Facilidad de manejo: hasta 5 puntos	Ergonomía: hasta 5 puntos	Calidad: hasta 5 puntos	
AB MEDICA GROUP, S.A.	5	3	0	8
INSANEX, S.L.	5	4,5	0	9,5
J. NÚÑEZ, S.L.	5	4	0	9
NIHON KOHDEN IBERICA, S.L.	5	5	5	15
SCHILLER ESPAÑA, S.A.U	5	2	0	7
SUMINISTROS SANTARIOS DE EXTREMADURA, S.L.	5	2	3	10
RESUMEN	De las 6 empresas licitadoras de este lote, todas las empresas ofrecen un equipo ergonómico en cuanto a su diseño, compacto, no obstante se ha tenido en cuenta el peso para facilitar su transporte, en base a éste la empresa que mayor puntuación obtiene con equipo más ergonómico es NIHON KOHDEN (7kg), le siguen con menor puntuación respectivamente INSANEX (7,15 kg), J NÚÑEZ (7,7Kg) y AB MEDICA (9,35Kg). Las empresas SCHILLER Y SUMINISTROS SANTARIOS, son las que menor puntuación obtienen al no poder valorar su peso global	De las 6 empresas licitadoras de este lote, todas las empresas ofrecen un equipo ergonómico en cuanto a su diseño, compacto, no obstante se ha tenido en cuenta el peso para facilitar su transporte, en base a éste la empresa que mayor puntuación obtiene con equipo más ergonómico es NIHON KOHDEN (7kg), le siguen con menor puntuación respectivamente INSANEX (7,15 kg), J NÚÑEZ (7,7Kg) y AB MEDICA (9,35Kg). Las empresas SCHILLER Y SUMINISTROS SANTARIOS, son las que menor puntuación obtienen al no poder valorar su peso global	De las 6 empresas licitadoras de este lote, todas las empresas ofrecen los equipos básicos conforme exigencias, excepto NIHON KOHDEN, que obtiene la máxima puntuación al ofertar un equipo superior a lo exigido en el pliego que dispone de chequeo de funcionalidad diario con indicador de estado, software de análisis de arritmia clasifica y alarma hasta 22 distintas arritmias y WIFI SUMINISTROS SANTARIOS, obtiene menor puntuación al contar como extra lo de la empresa Nihon Kohden, salvo Software de análisis de arritmia que clasifica y alarma hasta 22 distintas arritmias. El resto de empresas no obtienen puntuación al ofertar equipo básico conforme exigencias del pliego	

ARTÍCULO 3: DESFIBRILADOR MANUAL Y SEMIAUTOMÁTICO SIN PALAS EXTERNAS Y CON MARCAPASOS EXTERNO TRANSCUTÁNEO, ETC

EMPRESAS (ART.3)	1. CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA: hasta 15 puntos			PUNTUACIÓN TOTAL Hasta 15 puntos
	Facilidad de manejo: hasta 5 puntos	Ergonomía: hasta 5 puntos	Calidad: hasta 5 puntos	
AB MEDICA GROUP, S.A.	5	2,5	0	7,5
INSANEX, S.L.	5	3,5	0	8,5
J. NÚÑEZ, S.I	5	3	0	8
NIHON KOHDEN IBERICA, S.L	5	4	5	14
SCHILLER ESPAÑA, S.A.U	5	2	1	8
SUMINISTROS SANITARIOS DE EXTREMADURA, S.L.	5	5	1	11
RESUMEN	De las 6 empresas licitadoras de este lote, todas las empresas ofrecen un equipo ergonómico en cuanto a su diseño, compacto, no obstante se ha tenido en cuenta el peso para facilitar su transporte, en base a éste la empresa que mayor puntuación obtiene con equipo más ergonómico es SUMINISTROS SANITARIOS (5.9kg) le siguen con menor puntuación respectivamente NIHON KOHDEN (6.9kg), INSANEX (7.15 kg), J NÚÑEZ (7.7kg) y AB MEDICA (9.35Kg). La empresa SCHILLER es la que menor puntuación obtienen al no poder valorar su peso global	De las 6 empresas valoradas en este lote, NIHON KOHDEN es la que obtiene mayor puntuación al ofertar un equipo de gran calidad, con valores extras superiores a lo exigido como chequeo de funcionalidad diario con indicador de estado, sistema DEA con el innovador sistema de análisis de arritmia clasifica y alarma hasta 22 distintas arritmias, conexión bluetooth SCHILLER Y SUMINISTROS SANITARIOS, obtienen menor y la misma puntuación al ofertar como valor extra la conexión a bluetooth/avifi. El resto de empresas AB MEDICA, INSANEX Y J NÚÑEZ, ofertan equipos básicos conforme a lo exigido y no obtienen puntuación		

LOTE 7: CARRO DE PARADA

EMPRESAS	1. CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA: hasta 30 puntos						PUNTAJE TOTAL Hasta 30 puntos
	Estructura: hasta 5 puntos	Funcionalidad: hasta 5 puntos	Ergonomía: hasta 5 puntos	Empujador: hasta 5 puntos	Transporte: hasta 5 puntos	Otros accesorios: hasta 5 puntos	
BEMASCÉ TÉCNICA, S.L.	4	5	2	0	5	2	18
CALVARRO, S.L.	5	5	0	0	0	0	10
GRUPO R. QUERALTÓ, S.A	5	5	0	0	0	2	12
HELJANTHUS MEDICAL, S.L.	2	5	0	0	0	0	7
HIDEMAR MOBILIARIO CLÍNICO, S.A	5	5	0	0	0	0	10
J. NÚÑEZ, S.L.	5	5	0	0	0	0	10
LABOLISER, S.A.	5	5	2	0	0	0	12
OFICÁCERES, S.L	5	5	0	0	0	1	11
SALVADOR NAVARRO, S.L.	5	5	2	0	0	3	15
SCHMITZ U. SOHNE IBÉRICA, S.L	5	5	2	0	0	0	12
SUMINISTROS SANTARIOS DE EXTREMADURA, S.L.	4	5	0	0	0	2	11
RESUMEN	De las 11 empresas valoradas en este lote, CALVARRO, QUERALTÓ, HIDEMAR, J NÚÑEZ,	De las 11 empresas valoradas en este lote, todas han recibido la máxima puntuación al cumplir	De las 11 empresas valoradas en este lote, BEMASCÉ, LABOLISER, SALVADOR,	De las 11 empresas valoradas en este lote, ninguna ha obtenido puntuación al no	De las 11 empresas valoradas en este lote BEMASCÉ, TECNICA, es la empresa que ha	De las 11 empresas valoradas en este lote SALVADOR NAVARRO ha obtenido la mayor puntuación al aportar separadores configurables en todos los cajones para mejor organización y 200	

LABOLISER, OFICACERES, SALVADOR NAVARRO, SCHMITZ, han obtenido la máxima puntuación al ofertar un carro con gran calidad de materiales en su conjunto; estructura de acero inoxidable, el resto de materiales que componen el carro es de polímeros ABS. BEMASCE TÉCNICA Y SUMINISTROS SANITARIOS, obtiene menor puntuación al ofertar un carro de calidad en el conjunto de sus materiales: policileno de alta densidad HDPE. La empresa HELLANTHUS, es la de menor puntuación al carro reflejar que el carro está fabricado con tecnopolímeros, pero sin especificar el tipo	toda la normativa y prescripciones técnicas recomendadas para este tipo de equipamiento, siendo por lo tanto un carro similar el ofertado por todas las empresas apto para el desarrollo de la actividad	SCHMITZ, son las empresas que obtienen mayor puntuación al ofertar un carro con tamaño de rueda similar y superior a lo exigido en el pliego (100mm) lo que facilita su movimiento. El resto de empresas no han obtenido puntuación al no especificar nada valorable en este criterio	aportar nada valorable en este criterio	obtenido la máxima puntuación, al disponer de una quinta rueda en el centro del carro en su parte inferior cuyo control se realiza desde una manilla situada en el tirador, lo que supone una mejor manejabilidad del carro durante su transporte siendo ligero y muy fácil de llevar. El resto de empresas no han obtenido puntuación al no especificar nada valorable de este criterio	precintos desechables. BEMASCE, QUERALTÓ Y SUMSANES, han obtenido menor y la misma puntuación al disponer, respectivamente, como accesorios extras de un compartimento superior, aportación de separadores de cajones (los cajones de 11 tendrán 8 separadores y los cajones de 22 tendrán 6 separadores), bandeja adicional para la escritura, siendo equiparables. OFICACERES, obtiene menor puntuación al ofertar sólo como extra en los dos cajones superiores de separadores para obtener 12 huecos por cajón. El resto de empresas no han obtenido puntuación al no presentar nada valorable para este criterio
---	---	--	--	---	--

LOTE 8: ELECTROCARDIOGRAFO + CARRO

EMPRESAS	1. CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA: hasta 15 puntos			PUNTAJÓN TOTAL Hasta 15 puntos
	Facilidad de manejo: hasta 5 puntos	Ergonomía: hasta 5 puntos	Calidad: hasta 5 puntos	
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U	5	5	5	15
J. NÚÑEZ, S.L.	3	4	0	7
NIHON KOHDEN IBERICA, S.L.	2	5	5	12
SUMINISTROS SANITARIOS DE EXTREMADURA, S.L. (SUMSANEX)	2	2	0	4
TAPER SERVICIO TÉCNICO, S.L.U	5	5	5	15
RESUMEN	De las 5 empresas valoradas en este lote, GENERAL ELECTRIC, Y TAPER han obtenido la máxima puntuación al ofertar un equipo de muy fácil uso con capacidad de tomar los ECG desde el módulo de adquisición evitando moverse alrededor de un paciente monitorizado, secuencia programable de identificación, adquisición, validación e impresión para evitar errores y consumo de consumibles e identificación del latiguillo desconectado. J NÚÑEZ, ha obtenido menor puntuación al tener capacidad de tomar el ECG desde el módulo de adquisición, pero no dispone de presencia de secuencia programada en teclado para ID/adquisición/validación/Impresión y aviso de latiguillo desconectado ausente SUMSANEX y NIHON KOHDEN, han obtenido la menor puntuación al ofertar sólo el aviso de latiguillo desconectado presente	De las 5 empresas valoradas en este lote se tomarán como datos para la ergonomía porque mejoran el rendimiento de uso en nuestro entorno 1) Pantalla táctil vs mecánica 2) Carro con módulo asociado para latiguillos 3) Localización en pantalla de derivaciones ECG Teniendo en cuenta lo anterior las empresas que han obtenido la máxima puntuación al contar con todos los parámetros citados son GENERAL ELECTRIC, NIHON KOHDEN y TAPER. La empresa J NÚÑEZ ha obtenido menor puntuación a no presentar el carro con módulo asociado para latiguillo, SUMSANEX, es la empresa de menor puntuación al no disponer de pantalla táctil ni de carro con módulo asociado	De las 5 empresas valoradas en este lote se tomarán como datos para la calidad valorable: 1) Capacidad de Software para detectar localización de infarto 2) Presencia de carrito con pértiga para almacenar el módulo de adquisición y separación de latiguillos. Teniendo en cuenta lo anterior las empresas que han obtenido la máxima puntuación al contar con todos los parámetros citados son GENERAL ELECTRIC, NIHON KOHDEN y TAPER. Las empresas J NÚÑEZ Y SUMSANEX, no han obtenido puntuación al no contar con nada de lo valorable para este criterio	

LOTE 9: PULSIOXÍMETRÍA

ARTÍCULO 1: PULSIOXÍMETROS PORTÁTIL DE MANO: NO EXISTEN CRITERIOS DE VALORACIÓN SUJETOS A JUICIO DE VALOR

ARTÍCULO 2: PULSIOXÍMETROS CON CAPNÓGRAFO DE MANO

EMPRESAS	1. CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA: hasta 15 puntos			PUNTAJ ON TOTAL Hasta 15 puntos
	Facilidad de manejo: hasta 5 puntos	Ergonomía: hasta 5 puntos	Calidad: hasta 5 puntos	
CALVARRO, S.L.	5	5	3	13
HELLANTHUS MEDICAL, S.L.	5	5	3	13
J. NÚÑEZ, S.L.	0	0	1	1
LABOLISER, S.A.	5	0	3	8
MEDTRONIC IBERICA, S.A.	4	4	3	11
NIHON KOHDEN IBERICA, S.L.	5	3	5	13
RESUMEN	De las 6 empresas valoradas en este lote, CALVARRO, HELLANTHUS, LABOLISER, NIHON KOHDEN, obtienen la máxima puntuación al ofertar equipo de pantalla táctil, muy fácil de usar, muy intuitivo. MEDTRONIC, obtiene menor puntuación presentando pantalla no táctil con facilidad de uso al contar con botones de gran tamaño ubicados en la parte central, intuitivos. J NÚÑEZ, es la empresa de menor puntuación al ofertar un equipo de difícil uso, sin pantalla táctil con botones pequeños ubicados en la parte lateral, poco intuitivos	De las 6 empresas valoradas en este lote, CALVARRO, HELLANTHUS, obtienen la máxima puntuación al ofertar el mismo equipo de menor peso (865gr), que facilita su transporte, muy ergonómico. MEDTRONIC (1kg) y NIHON KOHDEN (1,7kg), obtiene menor puntuación respectivamente al presentar un equipo de peso superior. J NÚÑEZ y LABOLISER son las empresas que no obtienen puntuación al no especificar el peso total con baterías y accesorios, no podemos comparar para valorar su facilidad de movimiento	De las 6 empresas valoradas en este lote NIHON KOHDEN es la que obtiene mayor puntuación al ofertar un equipo con características superiores a lo exigido en el pliego, teniendo en cuenta los parámetros de WIFI, puertos de conexión, duración de la batería, posibilidad de integración al sistema informático del hospital. CALVARRO, HELLANTHUS MEDICAL, LABOLISER, MEDTRONIC, obtienen la misma y menor puntuación al ofertar equipo con menores prestaciones conforme a los parámetros indicados. J NÚÑEZ es la de menor puntuación al no disponer de ningún parámetro extra para calidad, salvo la duración de batería	

LOTE 10: MONITOR DE CONSTANTES VITALES

EMPRESA	1. CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA: hasta 30 puntos						PUNTAJE TOTAL
	Estructura: hasta 5 puntos	Funcionalidad: hasta 5 puntos	Ergonomía: hasta 5 puntos	Equipo: hasta 5 puntos	Monitor: hasta 5 puntos	Otros accesorios: hasta 5 puntos	
(SUMINISTROS SANITARIOS DE EXTREMADURA, S.L.)	5	5	5	5	5	5	30
RESUMEN	SUMINISTROS SANITARIOS DE EXTREMADURA, S.L. Se le otorga dicha puntuación por: Muy buena calidad de los materiales y a destacar pantalla configurable de 7". Incluye metodología de promedio de Presión Arterial para reducir los errores de diagnóstico, índice de perfusión que orienta acerca del nivel de perfusión, duración de la batería de 7 h. indicador visual y sonoro de la batería	SUMINISTROS SANITARIOS DE EXTREMADURA, S.L. Se le otorga dicha puntuación por: - Posibilidad de introducción de hasta 20 parámetros Manuales editables por el usuario y visualizables en pantalla - Seguridad: Identificación de los pacientes y del personal asistencial, de manera manual y/o otros sistemas de conectividad permite el envío automático de datos precisos de constantes vitales a la historia clínica, mejorando desde punto de vista del cuidado desde el punto de vista de seguridad del paciente y desde el punto de vista de ahorro de tiempo para el personal de enfermería	SUMINISTROS SANITARIOS DE EXTREMADURA, S.L. Se le otorga dicha puntuación por: Muy ergonómico por su diseño y su estructura compacta, con muy poco peso y con carro móvil robusto con freno en todas las ruedas, con ruedas antivuelco, lee con cecillo para incorporar accesorios y acoplamiento de monitor	SUMINISTROS SANITARIOS DE EXTREMADURA, S.L. Se le otorga dicha puntuación por: Muy buena adaptación a las Unidades destinatarias ya que puede configurarse y adaptarse a los flujos de trabajo como triage, ciclos, escalas de dolor, etc	SUMINISTROS SANITARIOS DE EXTREMADURA, S.L. Se le otorga dicha puntuación por: Muy intuitivo al tener los parámetros muy bien señalizados con pictogramas y en color, con guía en pantalla que orienta a los usuarios nuevos en el flujo de trabajo, muy buen tamaño de los dígitos para una fácil visualización y muy fácil lectura al tener cada parámetro de un color para diferenciarlos y con alarmas acústicas y visuales señalizando en colores dependiendo del nivel de alarma	SUMINISTROS SANITARIOS DE EXTREMADURA, S.L. Se le otorga dicha puntuación por: Otros accesorios útiles: 1 cable y sensor de Pulsioximetría tecnología original 1 termómetro impánico con sensor de posicionamiento con alojamiento para fundas o sonda de temperatura axilar con alojamiento para fundas Manguitos de un solo uso para aislados, 1 para obesos y 2 para adultos 1 manguito para obesos	

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA VALORACIÓN ES AUTOMÁTICA

LOTE 1: ELECTROBISTURÍS

EMPRESA	PUNTOS CRITERIOS AUTOMÁTICOS (HASTA 80 PUNTOS)				
	I. EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA (HASTA 69 PUNTOS)		2. OTROS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA (HASTA 11 PUNTOS)		TOTAL PUNTOS AUTOMÁTICOS (Hasta 80 puntos)
	OFERTA ECONÓMICA SIN IVA	PUNTOS OFERTA ECONÓMICA (Hasta 69 puntos)	OFERTA: GARANTÍA	PUNTOS: GARANTÍA (hasta 11 puntos)	
B. BRAUN SURGICAL, SA	40.500,00	55,35	3,00	1,38	56,72
MEDTRONIC IBERICA, SA	36.000,00	69,00	10,00	11,00	80,00
PRIM, SA	46.800,00	16,30	3,00	1,38	17,67
SISTEMAS INTEGRALES MEDICINA, SA	44.352,00	33,71	10,00	11,00	44,71

LOTE 2: ELECTROBISTURÍ SELLADOR DE VASOS Y ELECTROBISTURÍ SELLADOR DE VASOS CON COAGULADOR DE ARGÓN

ARTÍCULO 1: ELECTROBISTURÍ SELLADOR DE VASOS

PUNTOS CRITERIOS AUTOMÁTICOS (HASTA 75 PUNTOS)									
EMPRESA	1. EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA (HASTA 53 PUNTOS)		2. OTROS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA (HASTA 22 PUNTOS)						TOTAL PUNTOS AUTOMÁTICOS (Hasta 75 puntos)
	OFERTA ECONÓMICA SIN IVA	PUNTOS OFERTA ECONÓMICA (Hasta 53 puntos)	2.1. GARANTÍA: HASTA 11 PUNTOS		2.2. INCREMENTO DE CUALIDADES A SUMINISTRAR SOBRE LO EXIGIDO EN EL PPT: HASTA 11 PUNTOS				
			OFERTA: garantía	PUNTOS: garantía (hasta 11 puntos)	OFERTA: combinación de hemostasia y disección en el mismo equipo	PUNTOS: combinación de hemostasia y disección en el mismo equipo (6 puntos)	OFERTA: evacuación automática de humo	PUNTOS: evacuación automática de humo (5 puntos)	
MEDTRONIC IBERICA, S.A	30.000,00	53,00	10,00	11,00	SI	6,00	SI	5,00	75,00
SISTEMAS INTEGRALES MEDICINA, S.A	87.090,00	6,94	10,00	11,00	SI	6,00	SI	5,00	28,94

ARTÍCULO 2: ELECTROBISTURÍ SELLADOR DE VASOS CON COAGULADOR DE ARGÓN

PUNTOS CRITERIOS AUTOMÁTICOS (HASTA 75 PUNTOS)										
EMPRESA	1. EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA (HASTA 53 PUNTOS)		2. OTROS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA (HASTA 22 PUNTOS)							TOTAL PUNTOS AUTOMÁTICOS (Hasta 75 puntos)
	OFERTA ECONÓMICA SIN IVA	PUNTOS OFERTA ECONÓMICA (Hasta 53 puntos)	2.1. GARANTÍA: HASTA 11 PUNTOS		2.2. INCREMENTO DE CUALIDADES A SUMINISTRAR SOBRE LO EXIGIDO EN EL PPT: HASTA 11 PUNTOS					
			OFERTA: garantía	PUNTOS: garantía (hasta 11 puntos)	OFERTA: combinación de hemostasia y disección en el mismo equipo	PUNTOS: combinación de hemostasia y disección en el mismo equipo (6 puntos)	OFERTA: evacuación automática de humo	PUNTOS: evacuación automática de humo (5 puntos)		
MEDTRONIC IBERICA, S.A	16.000,00	50,06	10,00	11,00	SI	6,00	NO	0,00	67,06	
SISTEMAS INTEGRALES MEDICINA, S.A	40.912,00	1,05	10,00	11,00	SI	6,00	SI	5,00	23,05	
RESUMEN CRITERIOS AUTOMATICOS LOTE 2: ARTICULOS 1 Y 2										

RESUMEN CRITERIOS AUTOMÁTICOS LOTE 2: ARTICULOS 1 Y 2

EMPRESAS	PUNTOS OFERTA ECONÓMICA (HASTA 53 PUNTOS)	PUNTOS GARANTÍA (HASTA 11 PUNTOS)	PUNTOS INCREMENTO EN CUALIDADES RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PPT (11 PUNTOS)	TOTAL PUNTOS AUTOMÁTICOS (HASTA 75 PUNTOS)	TOTAL PUNTOS (HASTA 100 PUNTOS)
----------	---	-----------------------------------	---	--	---------------------------------

MEDTRONIC IBERICA, S.A	51,53	11,00	8,50	71,03	82,53
SISTEMAS INTEGRALES MEDICINA, S.A	3,99	11,00	11,00	25,99	40,99

LOTE 3: ELECTROBISTURÍ CON COAGULADOR DE ARGÓN

PUNTOS CRITERIOS AUTOMÁTICOS (HASTA 80 PUNTOS)							
EMPRESA	1. EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA (HASTA 58 PUNTOS)		2. OTROS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA (HASTA 22 PUNTOS)			TOTAL PUNTOS AUTOMÁTICOS (Hasta 80 puntos)	
	OFERTA ECONÓMICA SIN IVA	PUNTOS OFERTA ECONÓMICA (Hasta 58 puntos)	2.1. GARANTÍA: HASTA 11 PUNTOS		2.2. INCREMENTO DE CUALIDADES A SUMINISTRAR SOBRE LO EXIGIDO EN EL PPT: 11 PUNTOS		
			OFERTA: garantía	PUNTOS: garantía (hasta 11 puntos)			
							OFERTA: inclusión de modo de sellado vascular
SISTEMAS INTEGRALES MEDICINA, S.A.	38.400,00	0,30	2,00	0,00	NO	0,00	0,30
SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A.	29.985,00	58,00	3,00	1,38	NO	0,00	59,38

LOTE 4: ELECTROBISTURÍ BAJA POTENCIA

PUNTOS CRITERIOS AUTOMÁTICOS (HASTA 75 PUNTOS)								
EMPRESA	1. EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA (HASTA 53 PUNTOS)		2. OTROS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA (HASTA 22 PUNTOS)				TOTAL PUNTOS AUTOMÁTICOS (Hasta 75 puntos)	
			2.1. GARANTÍA: HASTA 11 PUNTOS	2.2. INCREMENTO DE CUALIDADES A SUMINISTRAR SOBRE LO EXIGIDO EN EL PPT: 11 PUNTOS				
	OFERTA ECONÓMICA SIN IVA	PUNTOS OFERTA ECONÓMICA (Hasta 53 puntos)		OFERTA: garantía	PUNTOS: garantía (hasta 11 puntos)	OFERTA: combinación de hemostasia y disección en el mismo equipo		PUNTOS: combinación de hemostasia y disección en el mismo equipo (11 puntos)
MEDTRONIC IBERICA, S.A	5.100,00	53,00	10,00	11,00	SI	11,00	75,00	
SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A.	5.694,00	33,25	3,00	1,38	SI	11,00	45,62	

LOTE 5: ELECTROBISTURÍ RADIOFRECUENCIA

PUNTOS CRITERIOS AUTOMÁTICOS (HASTA 75 PUNTOS)									
EMPRESA	1. EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA (HASTA 53 PUNTOS)		2. OTROS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA (HASTA 22 PUNTOS)						TOTAL PUNTOS AUTOMÁTICOS (Hasta 75 puntos)
			2.1. GARANTÍA: HASTA 11 PUNTOS		2.2. INCREMENTO DE CUALIDADES A SUMINISTRAR SOBRE LO EXIGIDO EN EL PPT: 11 PUNTOS				
	OFERTA: garantía	PUNTOS: garantía (hasta 11 puntos)	OFERTA: evacuación automática de humo	PUNTOS: evacuación automática de humo (4 puntos)	OFERTA: terminales reutilizables	PUNTOS: terminales reutilizables (hasta 7 puntos)			
	OFERTA ECONÓMICA SIN IVA	PUNTOS OFERTA ECONÓMICA (Hasta 53 puntos)							
PRIM, S.A.	10.300,00	53,00	2,00	0,00	NO	0,00	11,00	4,81	57,81
TGH ENDOSCOPIA	12.000,00	12,48	3,00	1,38	NO	0,00	16,00	7,00	20,85

LOTE 6: DESFIBRILADORES

ARTÍCULO 1: DESFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO

PUNTOS CRITERIOS AUTOMÁTICOS (HASTA 85 PUNTOS)													
EMPRESA	1. EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA (HASTA 63 PUNTOS)		2. OTROS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA (HASTA 22 PUNTOS)										
	OFERTA ECONÓMICA SIN IVA	PUNTOS OFERTA ECONÓMICA (Hasta 63 puntos)	2.1. OFERTA GARANTÍA	2.1. PUNTOS GARANTÍA (HASTA 11 PUNTOS)	OFERTA:	PUNTOS:	OFERTA:	PUNTOS:	OFERTA:	PUNTOS:	OFERTA:	PUNTOS:	TOTAL PUNTOS AUTOMÁTICOS (Hasta 85 puntos)
					inclusión análisis continuado de ritmo cardíaco en modo semiautomático	inclusión análisis continuado de ritmo cardíaco en modo semiautomático: 4 puntos	control de caducidad de los electrodos automáticamente por el equipo	control de caducidad de los electrodos automáticamente por el equipo: 3 puntos	transmisión vía bluetooth integrada en el equipo	transmisión vía bluetooth integrada en el equipo: 3 puntos	transmisión vía bluetooth integrada en el equipo	transmisión vía bluetooth integrada en el equipo: 3 puntos	
					identificación de electrodos para personas adultas y pediátricas: 1 punto	identificación de electrodos para personas adultas y pediátricas	identificación de electrodos para personas adultas y pediátricas	identificación de electrodos para personas adultas y pediátricas	identificación de electrodos para personas adultas y pediátricas	identificación de electrodos para personas adultas y pediátricas	identificación de electrodos para personas adultas y pediátricas		
INSANEX, S.L.	23.132,83	63,00	3,00	1,38	SI	4,00	SI	3,00	SI	3,00	SI	1,00	75,38
J. NUÑEZ, S.L.	22.599,00	38,69	2,00	0,00	SI	4,00	NO	0,00	SI	3,00	SI	1,00	46,69
NIHON KOHDEN IBERICA, S.L.	17.485,05	63,00	2,00	0,00	SI	4,00	NO	0,00	SI	3,00	SI	1,00	71,00
SCHILLER ESPAÑA, S.A.U	20.124,00	51,15	2,00	0,00	NO	0,00	SI	3,00	SI	3,00	SI	1,00	58,15
SUMINISTROS SANITARIOS DE EXTREMADURA, S.L.	27.975,00	9,61	10,00	11,00	SI	4,00	SI	3,00	NO	0,00	NO	0,00	27,61

ARTÍCULO 2: DESFIBRILADOR MANUAL Y SEMIAUTOMÁTICO CON PALAS EXTERNAS, MARCAPASOS, ETC

PUNTOS CRITERIOS AUTOMÁTICOS (HASTA 85 PUNTOS)												
EMPRESA	1. EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA (HASTA 63 PUNTOS)			2. OTROS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA (HASTA 22 PUNTOS)								TOTAL PUNTOS AUTOMÁTICOS (hasta 85 puntos)
	OFERTA ECONÓMICA SIN IVA	PUNTOS OFERTA ECONÓMICA (hasta 63 puntos)	2.1. OFERTA GARANTÍA	2.1. PUNTOS GARANTÍA (HASTA 11 PUNTOS)	2.2. INCREMENTO EN CUALIDADES RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PPT (11 PUNTOS)							
					OFERTA: inclusión de análisis continuado de ritmo cardíaco en modo semiautomático	PUNTOS: inclusión de análisis continuado de ritmo cardíaco en modo semiautomático: 4 puntos	OFERTA: grabación de voz sincronizada automáticamente con eventos y curva del ECG	PUNTOS: grabación de voz sincronizada automáticamente con eventos y curva del ECG: 3 puntos	OFERTA: regulación de la curva ECG después de la descarga antes de 5 segundos	PUNTOS: regulación de la curva ECG después de la descarga antes de 5 segundos: 4 puntos		
INSANEX, S.L.	19.596,72	63,00	3,00	1,38	SI	4,00	SI	3,00	SI	4,00	75,38	
J. NÚÑEZ, S.L	28.236,00	47,06	2,00	0,00	SI	4,00	SI	3,00	SI	4,00	58,06	
NIHON KOHDEN IBERICA, S.L	28.853,01	44,59	2,00	0,00	SI	4,00	SI	3,00	SI	4,00	55,59	
SCHILLER ESPAÑA, S.A.U	28.814,22	44,80	5,00	4,13	SI	4,00	NO	0,00	NO	0,00	52,93	
SUMINISTROS SANITARIOS DE EXTREMADURA, S.L.	36.870,00	1,71	10,00	11,00	SI	4,00	SI	3,00	SI	4,00	23,71	

ARTÍCULO 3: DESFIBRILADOR MANUAL Y SEMIAUTOMÁTICO SIN PALAS EXTERNAS Y CON MARCAPASOS EXTERNO TRANSCUTÁNEO

EMPRESA	PUNTOS CRITERIOS AUTOMÁTICOS (HASTA 85 PUNTOS)											TOTAL PUNTOS AUTOMÁTICOS (Hasta 85 puntos)	
	2. OTROS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA (HASTA 22 PUNTOS)												
	2.2. INCREMENTO EN CUALIDADES RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PPT (11 PUNTOS)												
	1. EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA (HASTA 63 PUNTOS)		2.1. OFERTA GARANTÍA	2.1. PUNTOS GARANTÍA (HASTA 11 PUNTOS)	OFERTA: inclusión de análisis continuado de ritmo cardíaco en modo semiautomático	PUNTOS: inclusión de análisis continuado de ritmo cardíaco en modo semiautomático: 3 puntos	OFERTA: grabación de voz sincronizada automáticamente con eventos y curva del ECG	PUNTOS: grabación de voz sincronizada automáticamente con eventos y curva del ECG: 3 puntos	OFERTA: regulación de la curva ECG después de la descarga antes de 5 segundos	PUNTOS: regulación de la curva ECG después de la descarga antes de 5 segundos: 3 puntos	OFERTA: posibilidad de conectar palas externas del desfibrilador		PUNTOS: posibilidad de conectar palas externas del desfibrilador: 2 puntos
INSANEX, S.L.	25.087,18	51,25	5,00	4,13	SI	3,00	SI	3,00	SI	3,00	SI	2,00	66,38
J. NÚÑEZ, S.L.	26.250,00	47,74	2,00	0,00	SI	3,00	NO	0,00	SI	3,00	SI	2,00	55,74
NIHON KOHDEN IBERICA, S.L.	21.195,00	63,00	10,00	11,00	SI	3,00	SI	3,00	SI	3,00	SI	2,00	85,00
SCHILLER ESPAÑA, S.A.U	30.774,75	2,31	5,00	4,13	NO	0,00	NO	0,00	SI	3,00	NO	0,00	9,44
SUMINISTROS SANITARIOS DE EXTREMADURA, S.L.	29.800,00	12,71	2,00	0,00	NO	0,00	SI	3,00	SI	3,00	SI	2,00	20,71

RESUMEN CRITERIOS AUTOMÁTICOS LOTE 6: ARTÍCULOS 1, 2 y 3

EMPRESA	PUNTOS OFERTA ECONÓMICA (Hasta 63 puntos)	PUNTOS GARANTÍA (HASTA 11 PUNTOS)	PUNTOS INCREMENTO EN CUALIDADES RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PPT (11 PUNTOS)	TOTAL PUNTOS AUTOMÁTICOS (HASTA 85 PUNTOS)
INSANEX, S.L.	59,08	2,29	11,00	72,38
J. NÚÑEZ, S.L.	44,50	0,00	9,00	53,50
NIHON KOHDEN IBERICA, S.L.	56,86	3,67	10,00	70,53
SCHILLER ESPAÑA, S.A.U	32,76	2,75	4,67	40,17
SUMINISTROS SANITARIOS DE EXTREMADURA, S.L.	8,01	7,33	8,67	24,01

LOTE 7: CARRO DE PARADA

EMPRESA	PUNTOS CRITERIOS AUTOMÁTICOS (HASTA 70 PUNTOS)										
	1. EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA (HASTA 50 PUNTOS)		2. OTROS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA (HASTA 20 PUNTOS)								TOTAL PUNTOS AUTOMÁTICOS (Hasta 70 puntos)
			2.1. GARANTÍA: HASTA 9 PUNTOS		2.2. INCREMENTO DE CALIDADES A SUMINISTRAR SOBRE LO EXIGIDO EN EL PPT: 11 PUNTOS						
					PUNTOS: OFERTA: garantía (hasta 9 puntos)	PUNTOS: sistema de extracción total de cajones (4 puntos)	OFERTA: sistema de extracción total de cajones	PUNTOS: sistema de extracción total de cajones (4 puntos)	OFERTA: sistema de autocierre de cajones	PUNTOS: sistema de autocierre de cajones (3 puntos)	
REMASCÉ TÉCNICA, S.L.	42.915,70	21,45	3,00	1,13	SI	4,00	SI	3,00	SI	4,00	
CALVARRO	34.062,77	43,76	2,00	0,00	SI	4,00	SI	3,00	NO	0,00	50,76
GRUPO R. QUERALTÓ, S.A.	31.050,00	48,68	10,00	9,00	SI	4,00	SI	3,00	SI	4,00	68,68
HELLANTHUS MEDICAL, S.L.	30.245,00	50,00	3,00	1,13	SI	4,00	SI	3,00	SI	4,00	62,13
HIDEMAR MOBILIARIO CLÍNICO, S.A.	36.432,00	39,89	10,00	9,00	SI	4,00	SI	3,00	SI	4,00	59,89
J. NÚÑEZ, S.L.	44.453,02	16,38	3,00	1,13	SI	4,00	SI	3,00	SI	4,00	28,51
LABOLISER, S.A.	48.680,82	2,44	2,00	0,00	SI	4,00	SI	3,00	SI	4,00	13,44
OFICÁCERES, S.L.	37.785,55	37,68	5,00	3,38	SI	4,00	SI	3,00	SI	4,00	52,06
SALVADOR NAVARRO, S.L.	39.031,00	34,27	7,00	5,63	SI	4,00	SI	3,00	SI	4,00	50,89
SCHMITZ U. SOHNE IBÉRICA, S.L.	39.464,55	32,84	10,00	9,00	SI	4,00	SI	3,00	SI	4,00	52,84
SUMINISTROS SANITARIOS DE EXTREMADURA, S.L.	36.099,99	40,43	10,00	9,00	SI	4,00	SI	3,00	SI	4,00	60,43

LOTE 8: ELECTROCARDÍOGRAFO + CARRO

PUNTOS CRITERIOS AUTOMÁTICOS (HASTA 85 PUNTOS)											
EMPRESA	1. EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA (HASTA 63 PUNTOS)		2. OTROS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA (HASTA 22 PUNTOS)					2.2. INCREMENTO DE CUALIDADES A SUMINISTRAR SOBRE LO EXIGIDO EN EL PPT: 11 PUNTOS			
	OFERTA ECONÓMICA SIN IVA	PUNTOS OFERTA ECONÓMICA (Hasta 63 puntos)	OFERTA: garantía	PUNTOS: garantía (hasta 11 puntos)	OFERTA: pantalla superior a 7" color	PUNTOS: pantalla superior a 7" color (4 puntos)	OFERTA: puertos de salida	PUNTOS: puertos de salida (hasta 4 puntos)	OFERTA: capacidad de ampliación a prueba de esfuerzo	PUNTOS: capacidad de ampliación a prueba de esfuerzo (3 puntos)	TOTAL PUNTOS AUTOMÁTICOS (Hasta 85 puntos)
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U	33.600,00	54,53	3,00	1,38	SI	4,00	6,00	4,00	SI	3,00	66,91
J. NUÑEZ, S.L.	36.408,00	44,38	5,00	4,13	SI	4,00	4,00	4,00	NO	0,00	56,50
NIHON KOHDEN IBERICA, S.L.	35.405,04	48,16	10,00	11,00	SI	4,00	5,00	4,00	SI	3,00	70,16
SUMINISTROS DE SANTARIOS DE EXTREMADURA, S.L. (SUMSANEN)	31.200,00	63,00	2,00	0,00	NO	0,00	5,00	4,00	NO	0,00	67,00
TAPER SERVICIO TÉCNICO, S.L.U	42.500,00	19,83	5,00	4,13	NO	0,00	5,00	4,00	NO	0,00	27,96

LOTE 9: PULSIOXÍMETRÍA

ARTÍCULO 1: PULSIOXÍMETROS PORTÁTIL DE MANO

PUNTOS CRITERIOS AUTOMÁTICOS (HASTA 100 PUNTOS)														
EMPRESA	1. EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA (HASTA 78 PUNTOS)		2. OTROS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA (HASTA 22 PUNTOS)											TOTAL PUNTOS AUTOMÁTICOS (hasta 100 puntos)
	OFERTA ECONÓMICA SIN IVA	PUNTOS OFERTA ECONÓMICA (hasta 78 puntos)	2.1. OFERTA GARANTÍA	2.1. PUNTOS GARANTÍA (HASTA 11 PUNTOS)	OFERTA: medición del índice de perfusión	PUNTOS: medición del índice de perfusión: 3 puntos	OFERTA: capacidad de sumergir la sonda	PUNTOS: capacidad de sumergir la sonda: 3 puntos	OFERTA: capacidad de memorización de histórico de alarmas	PUNTOS: capacidad de memorización de histórico de alarmas: 3 puntos	OFERTA: tendencias gráficas y tabulares	PUNTOS: medición de tendencias gráficas y tabulares: 2 puntos		
CALVARRO	2.346,00	47,92	2,00	0,00	SI	3,00	NO	0,00	SI	3,00	NO	0,00	53,92	
HELIANTHUS MEDICAL, S.L.	2.160,00	40,42	3,00	1,38	SI	3,00	SI	3,00	SI	3,00	SI	2,00	52,80	
J. NÚÑEZ, S.L.	2.448,00	40,42	2,00	0,00	SI	3,00	NO	0,00	SI	3,00	SI	2,00	48,42	
LABOLISER, S.A.	2.760,80	16,44	2,00	0,00	SI	3,00	NO	0,00	SI	3,00	SI	2,00	24,44	
MEDTRONIC IBERICA, S.A.	2.100,00	63,00	2,00	0,00	NO	0,00	SI	3,00	SI	3,00	SI	2,00	71,00	
NIHON KOHDEN IBERICA, S.L.	2.100,00	63,00	10,00	11,00	SI	3,00	SI	3,00	NO	0,00	NO	0,00	80,00	

ARTÍCULO 2: PULSIOXÍMETROS CON CAPNÓGRAFO DE MANO

PUNTOS CRITERIOS AUTOMÁTICOS (HASTA 85 PUNTOS)														
EMPRESA	1. EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA (HASTA 63 PUNTOS)		2. OTROS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA (HASTA 22 PUNTOS)											TOTAL PUNTOS AUTOMÁTICOS (Hasta 85 puntos)
	OFERTA ECONÓMICA SIN IVA	PUNTOS OFERTA ECONÓMICA (Hasta 63 puntos)	2.1. OFERTA GARANTÍA A	2.1. PUNTOS GARANTÍA (HASTA 11 PUNTOS)	2.2. INCREMENTO EN CUALIDADES RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PPT (11 PUNTOS)						PUNTOS: medición FICO2, INSTCO2,RRS po2;PR;PI: 3 puntos			
					OFERTA: obrencción de onda pletismográfica	PUNTOS: obtención de onda pletismográfica: 4 puntos	OFERTA: tendencias gráficas tabular de al menos 120 h: 4 puntos	PUNTOS: tendencias gráficas tabular de al menos 120 h: 4 puntos	OFERTA: medición FICO2, INSTCO2,RRS po2;PR;PI					
CALVARRO	26.431,40	41,35	3,00	1,38	SI	4,00	SI	4,00	NO	0,00	50,73			
HELLANTHUS MEDICAL, S.L.	19.950,00	63,00	3,00	1,38	SI	4,00	SI	4,00	SI	3,00	75,38			
J. NÚÑEZ, S.L.	27.938,00	31,95	2,00	0,00	SI	4,00	SI	4,00	SI	3,00	42,95			
LABOLISER, S.A.	30.749,60	14,41	2,00	0,00	SI	4,00	SI	4,00	SI	3,00	25,41			
MEDTRONIC IBERICA, S.A.	22.000,00	57,04	5,00	4,13	SI	4,00	NO	0,00	NO	0,00	65,17			

RESUMEN CRITERIOS AUTOMÁTICOS LOTE 9: ARTÍCULOS 1 y 2

EMPRESA	PUNTOS OFERTA ECONÓMICA	PUNTOS GARANTÍA	PUNTOS INCREMENTO EN CUALIDADES RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PPT	TOTAL PUNTOS AUTOMÁTICOS
CALVARRO, S.L.	44,64	0,69	7,00	52,32
HELIANTHUS MEDICAL, S.L.	51,71	1,38	11,00	64,09
J. NÚÑEZ, S.L.	36,19	0,00	9,50	45,69
LABOLISER, S.A.	15,42	0,00	9,50	24,92
MEDTRONIC IBERICA, S.A.	60,02	2,06	6,00	68,08
NIHON KOHDEN IBERICA, S.L.	52,10	11,00	8,50	71,60

LOTE 10: MONITOR DE CONSTANTES VITALES

EMPRESA	PUNTOS CRITERIOS AUTOMÁTICOS (HASTA 70 PUNTOS)														TOTAL PUNTOS AUTOMÁTICOS (Hasta 70 puntos)
	1. EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA (HASTA 50 PUNTOS)		2. OTROS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA (HASTA 20 PUNTOS)												
			2.1. GARANTÍA: HASTA 9 PUNTOS		2.2. INCREMENTO DE CUALIDADES A SUMINISTRAR SOBRE LO ENIGIDO EN EL PPT: 11 PUNTOS										
					PUNTOS OFERTA ECONÓMICA (Hasta 50 puntos)	PUNTOS: garantía (hasta 9 puntos)	OFERTA: incorporación de sistema de vigilancia continua de presión arterial (2 puntos)	OFERTA: incorporación de sistema de vigilancia continua de presión arterial	PUNTOS: medición rápida tensión arterial igual o menor a 15 segundos (2 puntos)	OFERTA: medición rápida tensión arterial igual o menor a 15 segundos	PUNTOS: identificación de pacientes a través de código de barras (incluyendo lector código de barras) (3 puntos)	OFERTA: identificación de pacientes a través de código de barras (incluyendo lector código de barras)	PUNTOS: visualización curva pulsioximetría en pantalla de forma continua (2 puntos)	OFERTA: visualización curva pulsioximetría en pantalla de forma continua	
SUMINISTROS SANITARIOS DE EXTREMADURA, S.L.	84.000,00	50,00	2,00	0,00	SI	2,00	SI	2,00	SI	3,00	SI	2,00	SI	2,00	61,00

RESUMEN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

	DENOMINACIÓN LOTE	EMPRESA	PUNTUACIÓN CRITERIOS JUICIO DE VALOR (HASTA 20 PUNTOS)	PUNTUACIÓN CRITERIOS AUTOMÁTICOS (HASTA 80 PUNTOS)	PUNTUACIÓN TOTAL (HASTA 100 PUNTOS)
LOTE 1	ELECTROBISTURÍS	B. BRAUN SURGICAL, SA	9,50	56,72	66,22
		MEDTRONIC IBERICA, SA	10,00	80,00	90,00
		PRIM, SA	8,25	17,67	25,92
		SISTEMAS INTEGRALES MEDICINA, SA	8,00	44,71	52,71
LOTE 2	DENOMINACIÓN LOTE	EMPRESA	PUNTUACIÓN CRITERIOS JUICIO DE VALOR (HASTA 25 PUNTOS)	PUNTUACIÓN CRITERIOS AUTOMÁTICOS (HASTA 75 PUNTOS)	PUNTUACIÓN TOTAL (HASTA 100 PUNTOS)
	ELECTROBISTURÍ SELLADOR DE VASOS Y ELECTROBISTURÍ SELLADOR DE VASOS CON COAGULADOR DE ARGÓN	MEDTRONIC IBERICA, SA	11,50	71,03	82,53
		SISTEMAS INTEGRALES MEDICINA, S.A	15,00	25,99	40,99
	DENOMINACIÓN LOTE	EMPRESA	PUNTOS CRITERIOS JUICIO DE VALOR (HASTA 20 PUNTOS)	PUNTUACIÓN CRITERIOS AUTOMÁTICOS (HASTA 80 PUNTOS)	PUNTUACIÓN TOTAL (HASTA 100 PUNTOS)
LOTE 3	ELECTROBISTURÍ CON COAGULADOR DE ARGÓN	SISTEMAS INTEGRALES MEDICINA, S.A	12,00	0,30	12,30
		SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A.	12,00	59,38	71,38
LOTE 4	DENOMINACIÓN LOTE	EMPRESA	PUNTOS CRITERIOS JUICIO DE VALOR (HASTA 25 PUNTOS)	PUNTUACIÓN CRITERIOS AUTOMÁTICOS (HASTA 75 PUNTOS)	PUNTUACIÓN TOTAL (HASTA 100 PUNTOS)
	ELECTROBISTURÍ BAJA POTENCIA.	MEDTRONIC IBERICA, SA	11,00	75,00	86,00
		SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, S.A.	10,00	45,62	55,62
LOTE 5	DENOMINACIÓN LOTE	EMPRESA	PUNTOS CRITERIOS JUICIO DE VALOR (HASTA 25 PUNTOS)	PUNTUACIÓN CRITERIOS AUTOMÁTICOS (HASTA 75 PUNTOS)	PUNTUACIÓN TOTAL (HASTA 100 PUNTOS)
	ELECTROBISTURÍ RADIOFRECUENCIA	PRIM, S.A.	13,00	57,81	70,81
		TGH ENDOSCOPIA	13,00	20,85	33,85

Número: CS/05/1117048226/17/PA

Objeto: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ELECTROBISTURÍS, DESFIBRILADORES Y PULSIONIMETRÍA CON DESTINO AL NUEVO HOSPITAL DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES.

LOTE 6	DENOMINACIÓN LOTE	EMPRESA	PUNTOS CRITERIOS JUICIO DE VALOR (HASTA 15 PUNTOS)	PUNTUACIÓN CRITERIOS AUTOMÁTICOS (HASTA 85 PUNTOS)	PUNTUACIÓN TOTAL (HASTA 100 PUNTOS)
	DESFIBRILADORES	INSANEX, S.L.	8,33	72,38	80,71
		J. NÚÑEZ, S.L.	7,33	53,50	60,83
		NIHON KOHDEN IBERICA, S.L.	14,67	70,53	85,20
		SCHILLER ESPAÑA, S.A.U	7,33	40,17	47,51
		SUMINISTROS SANITARIOS DE EXTREMADURA, S.L.	10,00	24,01	34,01
LOTE 7	DENOMINACIÓN LOTE	EMPRESA	PUNTUACIÓN CRITERIOS JUICIO DE VALOR (HASTA 30 PUNTOS)	PUNTUACIÓN CRITERIOS AUTOMÁTICOS (HASTA 70 PUNTOS)	PUNTUACIÓN TOTAL (HASTA 100 PUNTOS)
	CARRO DE PARADA	BEMASCÉ TÉCNICA, S.L.	18,00	33,58	51,58
		CALVARRO, S.L.	10,00	50,76	60,76
		GRUPO R. QUERALTO, S.A	12,00	68,68	80,68
		HELLANTHUS MEDICAL, S.L.	7,00	62,13	69,13
		HIDEMAR MOBILIARIO CLÍNICO, S.A	10,00	59,89	69,89
		J. NÚÑEZ, S.L.	10,00	28,51	38,51
		LABOLISER, S.A.	12,00	13,44	25,44
		OFICÁCERES, S.L.	11,00	52,06	63,06
		SALVADOR NAVARRO, S.L.	15,00	50,89	65,89
		SCHMITZ U. SOHNE IBÉRICA, S.L.	12,00	52,84	64,84
		SUMINISTROS SANITARIOS DE EXTREMADURA, S.L.	11,00	60,43	71,43
LOTE 8	DENOMINACIÓN LOTE	EMPRESA	PUNTUACIÓN CRITERIOS JUICIO DE VALOR (HASTA 15 PUNTOS)	PUNTUACIÓN CRITERIOS AUTOMÁTICOS (HASTA 85 PUNTOS)	PUNTUACIÓN TOTAL (HASTA 100 PUNTOS)
	ELECTROCARDÍOGRAFO + CARRO	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U	15,00	66,91	81,91
		J. NÚÑEZ, S.L.	7,00	56,50	63,50
		NIHON KOHDEN IBERICA, S.L.	12,00	70,16	82,16
		SUMINISTROS SANITARIOS DE EXTREMADURA, S.L. (SUMSANEX)	4,00	67,00	71,00
		TAPER SERVICIO TÉCNICO, S.L.U	15,00	27,96	42,96



LOTE 9	DENOMINACIÓN LOTE	EMPRESA	PUNTUACIÓN CRITERIOS JUICIO DE VALOR (HASTA 15 PUNTOS)	PUNTUACIÓN CRITERIOS AUTOMÁTICOS (HASTA 85 PUNTOS)	PUNTUACIÓN TOTAL (HASTA 100 PUNTOS)
	PULSIONÍMETRÍA	CALVARRO, S.L.	6,50	52,32	58,82
		HELLANTHUS MEDICAL, S.L.	6,50	64,09	70,59
		J. NÚÑEZ, S.L.	0,50	45,69	46,19
		LABOLISER, S.A.	4,00	24,92	28,92
		MEDTRONIC IBERICA, S.A	5,50	68,08	73,58
		NIHON KOHDEN IBERICA, S.L.	6,50	71,60	78,10
LOTE 10	DENOMINACIÓN LOTE	EMPRESA	PUNTUACIÓN CRITERIOS JUICIO DE VALOR (HASTA 30 PUNTOS)	PUNTUACIÓN CRITERIOS AUTOMÁTICOS (HASTA 70 PUNTOS)	PUNTUACIÓN TOTAL (HASTA 100 PUNTOS)
	MONITOR DE CONSTANTES VITALES	SUMINISTROS SANITARIOS DE EXTREMADURA, S.L.	30,00	61,00	91,00