

**ANUNCI D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE LENTS INTRAOCULARS
AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT
PAU**

Exp. OBE 17/226

1.- Entitat Adjudicadora

- a.- Organisme: Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
- b.- Número d'expedient: OBE 17/226

2.- Objecte del contracte:

- a.- Descripció: Subministrament de lents intraoculars amb destí a la Fundació de Gestió Sanitària de l'hospital de la Santa Creu i Sant Pau
- b.- Data de l'anunci de licitació: Anunci enviat al DOUE 06/10/2017 i publicat el 10/10/2017, publicat en la Plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya el 09/10/2017.

3.- Tramitació i procediment:

- a.- Tramitació: Ordinària
- b.- Procediment: Acord marc amb un únic adjudicatari. Obert. Regulació harmonitzada

4.- Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte:

Pressupost de licitació: 893.422,00 € (IVA exclòs) – 1.036.405,04 € (IVA inclòs)

Valor estimat del contracte: 1.340.133,00 € (IVA exclòs) – 1.554.607,56 € (IVA inclòs)

5.- Adjudicació:

- a) Data adjudicació: 09 d'abril de 2018
- b) Adjudicatari:

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	ADJUDICATARI
LOT 1PJ01010	LIO L-13 HIDROFOBICA MONOBLOC PER A CAMBRA POSTERIOR ASFÈRICA	CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, SAU amb CIF A28058337
LOT 2PJ01020	LIO L-13 HIDROFOBICA MONOBLOC PER A CAMBRA POSTERIOR ESFÈRICA 2018622: PACK PER FACO	ALCON CUSI, SA amb CIF A08079634
LOT 3PJ01030	LIO L-13 HIDROFOBICA MONOBLOC PER A CAMBRA POSTERIOR	MEDICAL MIX, SLU amb CIF B62447727
LOT 4PJ01040	LIO L-13 HIDROFOBA 3 PECES PER A CAMBRA POSTERIOR 2015836: PACK PER FACO 2012915: AGULLA PER FACO 30° 20 G	JJ SURGICAL VISION SPAIN, S.L. (anteriorment ABBOT MEDICAL OPTICS SPAIN, SL) amb CIF B83255372
LOT 5PJ01050	LIO L-13: HIDROFOBA 3 PECES PER A CAMBRA POSTERIOR ASFERICA	JJ SURGICAL VISION SPAIN, S.L. (anteriorment ABBOT MEDICAL OPTICS SPAIN, SL) amb CIF B83255372
LOT 7 S10431	2013102: PACKS COMBINATS DE VITRECTOMIA POSTERIOR DE 23G, 27G I FACOEMULSIFICACIÓ 2014115: PACKS VITRECTOMIA POSTERIOR DE 23G, 27G	ALCON CUSI, SA amb CIF A08079634

- c) Preu d'adjudicació: Veure preus unitaris publicats a la Plataforma de Contractació
- d) Termini d'execució: 2 anys (amb possibilitat de pròrroga per 1 any més)

6.- Formalització del contracte:

La formalització del contracte no es podrà produir abans de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la notificació de l'adjudicació definitiva, d'acord amb allò establert a l'article 156 del TRLCSP. Transcorregut aquest termini, l'òrgan de contractació exigirà a l'adjudicatari la formalització del contracte en un termini màxim de cinc dies hàbils, des de l'endemà de la recepció del requeriment que s'efectuï a tal efecte.

Barcelona, 9 d'abril de 2018

Mireia Barroso

Lletrada, Cap de Contractació i assessora legal

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs especial en matèria de contractació, de conformitat amb allò que estableixen els articles 40 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre de 2011, pel que s'aprova el Text refós de la LCSP, en el termini de quinze (15) dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la recepció de la present notificació, anunciant-lo prèviament dins del mateix termini d'acord amb allò disposat en l'article 44.1 del TRLCSP. L'òrgan encarregat de la resolució del recurs és el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Per a la interposició del recurs s'hauran de seguir els tràmits establerts a l'article 44 del TRLCSP. El lloc de presentació de l'escrit d'interposició del recurs serà, respecte de la Fundació de Gestió, la unitat de contractació –carrer de Sant Antoni Maria Claret, número 167 (pavelló de Sant Antoni) Igualment es podrà interposar recurs contenciós-administratiu conforme al disposat a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la notificació de la present.

INFORME DE VALORACIÓ DE CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR RELATIU AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE LENTS INTRAOCULARS AMB DESTÍ LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU – EXPEDIENT OBE 17/226

Lot 1 PJ01010

LIO L-13 HIDROFOBICA MONOBLOC PER A CAMBRA POSTERIOR ASFÈRICA

Empreses presentades:

- Bausch & Lomb, S.A.
- Carl Zeiss Meditec Iberia, S.A.U
- Global Surgical Service, S.L.L.
- Abbott Medical Optics Spain, S.L.
- Medical Mix, S.L.U.

L' empresa Bausch & Lomb, S.A. queda exclosa atès que no compleix amb el Plec de Prescripcions Tècniques. Allà on diu "potències de +4,0 diòptries a +34,0 diòptries amb increments de 0,5 diòptries", la fitxa tècnica indica que té unes potències recarregada, de +11,0 diòptries a +27,00 en increments de 0,50 diòptries i de +27,0 diòptries a +30,0 diòptries en increments de 1,0 diòptries i sense recarregar, les potències són de +1,0 diòptria a +10,0 diòptries en increments de 1,0 diòptria. Allà on diu "recobert d'heparina", no està recobert d'heparina.

L'empresa Global Surgical Service, S.L.L. queda exclosa atès que no compleix amb el Plec de Prescripcions Tècniques. Allà on diu "potències de +4.0 diòptries a +34.0 diòptries amb increments de 0.5 diòptries", la fitxa tècnica indica que té unes potències de +6.0 a +30.0 diòptries amb increments de 0.5 diòptries. Allà on diu "recobert d'heparina", no està recobert d'heparina.

L'empresa Abbott Medical Optics Spain, S.L. queda exclosa atès que no compleix amb el Plec de Prescripcions Tècniques. Allà on diu "potències de +4.0 diòptries a +34.0 diòptries amb increments de 0.5 diòptries", la fitxa tècnica indica que té unes potències de +5.0 a +34.0 diòptries amb increments de 0.5 diòptries. Allà on diu "recobert d'heparina", no està recobert d'heparina.

L'empresa Medical Mix, S.L.U. queda exclosa atès que no compleix amb el Plec de Prescripcions Tècniques. Allà on diu "potències de +4.0 diòptries a +34.0 diòptries amb

increments de 0.5 diòptries", la fitxa tècnica indica que té unes potències de +0.0 diòptries a +9.0 diòptries (en intervals d'1) i de +10 diòptries a +30 diòptries (en intervals de 0,5). Allà on diu "longitud 13mm", la fitxa tècnica indica que té una longitud de 11 mm i allà on diu "recobert d'heparina", no està recobert d'heparina.

1. **Ergonomia en l'ús i la manipulació. Fins 25 punts.** Es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el moment de l'ús del producte.

Carl Zeiss
25

Motivació;

Es puntua amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

2. **Composició del material. Fins 22 punts.** Es valorarà la qualitat del material. Per realitzar la valoració es tindrà en compte: composició i comportament del material. Es podrà aportar, per realitzar la valoració, bibliografia, proves realitzades, estudis o qualsevol altra documentació rellevant per la valoració de la qualitat, composició i comportament del producte.

Carl Zeiss
22

Motivació;

Es puntua amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

3. **Presentació. Fins 3 punts. Tipus d'embalatge.** Forma de presentació en funció del producte. Es valorarà el número d'unitats que incorpora l'embalatge o l'envàs i la seva adequació a les necessitats de l'hospital.

Carl Zeiss
3

Motivació;

Es puntua amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

Resum de criteris avaluables mitjançant judicis de valor:

Criteri	Carl Zeiss
1	25
2	22
3	3
TOTAL	50

Lòt 2 PJ01020

LIO L-13 HIDROFOBICA MONOBLOC PER A CAMBRA POSTERIOR ESFÈRICA
2018622 PACK PER FACO

Empreses presentades:

- Alcon Cusi, S.A.
- Bausch & Lomb, S.A.

- 1. Ergonomia en l'ús i la manipulació. Fins 25 punts.** Es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el moment de l'ús del producte.

Alcon	Bausch & Lomb
25	10

Motivació;

Es puntua a Alcon Cusi, S.A. amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

Es puntua a Bausch & Lomb, S.A. amb 10 punts atès que el desplegat és lent i a vegades suposa major manipulació.

- 2. Composició del material. Fins 22 punts.** Es valorarà la qualitat del material. Per realitzar la valoració es tindrà en compte: composició i comportament del material. Es podrà aportar, per realitzar la valoració, bibliografia, proves realitzades, estudis o qualsevol altra documentació rellevant per la valoració de la qualitat, composició i comportament del producte.

Alcon	Bausch & Lomb
22	15

Motivació;

Es puntua a Alcon Cusi, S.A. amb la màxima puntuació atès que la lent presenta el filtre d'absorció de llum ultravioleta.

Es puntua a Bausch & Lomb, S.A. amb 15 punts atès que la lent no presenta el filtre d'absorció de llum ultravioleta.

- 3. Presentació. Fins 3 punts. Tipus d'embalatge.** Forma de presentació en funció del producte. Es valorarà el número d'unitats que incorpora l'embalatge o l'envàs i la seva adequació a les necessitats de l'hospital.

Alcon	Bausch & Lomb
3	3

Motivació;

Es puntua ambdues empreses amb la màxima puntuació atès que s'adapten correctament als criteris valorats.

Resum de criteris avaluables mitjançant judicis de valor:

Criteri	Alcon	Bausch & Lomb
1	25	10
2	22	15
3	3	3
TOTAL	50	28

Lot 3 PJ01030

LIO L-13 HIDROFOBICA MONOBLOC PER A CAMBRA POSTERIOR

Empreses presentades:

- Imex Clínic, S.L.
- Advanced Vision Iberia, S.L.
- Bausch & Lomb, S.A.
- Global Surgical Service, S.L.L.
- Abbott Medical Optics Spain, S.L.
- Medical Mix, S.L.U.

L' empresa Advanced Vision Iberia, S.L. queda exclosa atès que no compleix amb el Plec de Prescripcions Tècniques. Allà on diu "plataforma de doble hàptic", la lent valorada no té plataforma de doble hàptic. Allà on diu " longitud 11,40 mm", la lent presentada té una longitud de 13 mm i allà on diu "Potències de +10.0 diòptries a +30.0 diòptries amb increments de 0.5 diòptries, de +0.0 diòptries a +9.0 diòptries i de +31.0 diòptries a +35.0 amb increments d'1.0 diòptria", la fitxa tècnica indica que té unes potències de -10.0 diòptries a +9.0 diòptries en increments d'1.0 diòptria i de +10.0 diòptries fins +30.0 diòptries en increments de 0.5 diòptries.

L' empresa Bausch & Lomb, S.A. queda exclosa atès que no compleix amb el Plec de Prescripcions Tècniques. Allà on diu "plataforma de doble hàptic", la lent valorada no té plataforma de doble hàptic. Allà on diu " longitud 11,40 mm", la lent presentada té una longitud de 13 mm i allà on diu "Potències de +10.0 diòptries a +30.0 diòptries amb increments de 0.5 diòptries, de +0.0 diòptries a +9.0 diòptries i de +31.0 diòptries a +35.0 amb increments d'1.0 diòptria", la fitxa tècnica indica que té unes potències de +1.0 diòptria a +10.0 diòptries, en increments d'1.0 diòptria, de +10.0 diòptries a +27.0 diòptries en increments de 0.5 diòptries i de +27.0 diòptries fins +30.0 diòptries en increments d'1,0 diòptria.

L' empresa Global Surgical Service, S.L.L. queda exclosa atès que no compleix amb el Plec de Prescripcions Tècniques. Allà on diu "plataforma de doble hàptic", la lent valorada no té plataforma de doble hàptic. Allà on diu " longitud 11,40 mm", la lent presentada té una longitud de 12,5 mm i allà on diu "Potències de +10.0 diòptries a +30.0 diòptries amb increments de 0.5 diòptries, de +0.0 diòptries a +9.0 diòptries i de +31.0 diòptries a +35.0 amb increments d'1.0 diòptria", la fitxa tècnica indica que té unes potències de +6.0 diòptries a +30.0 diòptries, en increments de 0.5 diòptries.

L' empresa Abbott Medical Optics Spain, S.L. queda exclosa atès que no compleix amb el Plec de Prescripcions Tècniques. Allà on diu "plataforma de doble hàptic", la lent valorada no té plataforma de doble hàptic. Allà on diu " longitud 11,40 mm", la lent presentada té una longitud de 13 mm i allà on diu "Potències de +10.0 diòptries a +30.0 diòptries amb increments de 0.5 diòptries, de +0.0 diòptries a +9.0 diòptries i de +31.0 diòptries a +35.0 amb increments d' 1.0

diòptria", la fitxa tècnica indica que té unes potències de +5.0 diòptries a +34.0 diòptries, en increments de 0.5 diòptries.

1. **Ergonomia en l'ús i la manipulació. Fins 25 punts.** Es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el moment de l'ús del producte.

Imex Clínic	Medical Mix
25	25

Motivació;

Es puntua ambdues empreses amb la màxima puntuació atès que s'adapten correctament als criteris valorats.

2. **Composició del material. Fins 22 punts.** Es valorarà la qualitat del material. Per realitzar la valoració es tindrà en compte: composició i comportament del material. Es podrà aportar, per realitzar la valoració, bibliografia, proves realitzades, estudis o qualsevol altra documentació rellevant per la valoració de la qualitat, composició i comportament del producte.

Imex Clínic	Medical Mix
22	22

Motivació;

Es puntua ambdues empreses amb la màxima puntuació atès que s'adapten correctament als criteris valorats.

3. **Presentació. Fins 3 punts. Tipus d'embalatge.** Forma de presentació en funció del producte. Es valorarà el número d'unitats que incorpora l'embalatge o l'envàs i la seva adequació a les necessitats de l'hospital.

Imex Clínic	Medical Mix
3	3

Motivació;

Es puntua ambdues empreses amb la màxima puntuació atès que s'adapten correctament als criteris valorats.

Resum de criteris avaluables mitjançant judicis de valor:

Criteri	Imex Clínic	Medical Mix
1	25	25
2	22	22
3	3	3
TOTAL	50	50

Lot 4 PJ01040

LIO L-13 HIDROFOBA 3 PECES PER A CAMBRA POSTERIOR
2015836 PACK PER FACO
2012915 AGULLA PER FACO 30° 20G

Empreses presentades:

- Bausch & Lomb, S.A.
- Abbott Medical Optics Spain, S.L.

L' empresa Bausch & Lomb, S.A. queda exclosa atès que no compleix amb el Plec de Prescripcions Tècniques, allà on diu "longitud 13 mm", la lent presentada té una longitud de 12,5 mm i allà on diu "Potències de -10.0 diòptries a +12.0 diòptries amb increments d'1.0 diòptria, de +12.5 diòptries a +25.5 diòptries amb increments de 0.5 diòptries i de +26.0 diòptries a +30.0 diòptries amb increments de +1.0 diòptria", la fitxa tècnica indica que té unes potències de +10.0 diòptries a +27.0 diòptries, en increments de 0.5 diòptries i de +27.0 diòptries a +28.0 diòptries en increments d'1 diòptria.

- 1. Ergonomia en l'ús i la manipulació. Fins 25 punts.** Es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el moment de l'ús del producte.

Abbott
25

Motivació;

Es puntua amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

2. **Composició del material. Fins 22 punts.** Es valorarà la qualitat del material. Per realitzar la valoració es tindrà en compte: composició i comportament del material. Es podrà aportar, per realitzar la valoració, bibliografia, proves realitzades, estudis o qualsevol altra documentació rellevant per la valoració de la qualitat, composició i comportament del producte.

Abbott
22

Motivació;

Es puntua amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

3. **Presentació. Fins 3 punts. Tipus d'embalatge.** Forma de presentació en funció del producte. Es valorarà el número d'unitats que incorpora l'embalatge o l'envàs i la seva adequació a les necessitats de l'hospital.

Abbott
3

Motivació;

Es amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

Resum de criteris avaluables mitjançant judicis de valor:

Criteri	Abbott
1	25
2	22
3	3
TOTAL	50

Lot 5 PJ01050

LIO L-13 HIDROFOBA 3 PECES PER A CAMBRA POSTERIOR ASFERICA

Empreses presentades:

- Bausch & Lomb, S.A.
- Global Surgical Service, S.L.L.
- Abbott Medical Optics Spain, S.L.

L' empresa Bausch & Lomb, S.A. queda exclosa atès que no compleix amb el Plec de Prescripcions Tècniques, allà on diu "diàmetre total 13.0 mm", la lent presentada té un diàmetre total de 12,5 mm. Allà on diu "angulació de 5°", la lent presentada té una angulació de 7° i allà on diu "Potències de +10.0 diòptries a +30.0 diòptries amb increments de 0,5 diòptries", la fitxa tècnica indica que té unes potències de +10.0 diòptries a +27.0 diòptries, en increments de 0.5 diòptries i de +27.0 diòptries a +28.0 diòptries en increments d'1 diòptria.

L' empresa Global Surgical Service, S.L.L. queda exclosa atès que no compleix amb el Plec de Prescripcions Tècniques, allà on diu "diàmetre total 13.0 mm", la lent presentada té un diàmetre total de 12,5 mm i allà on diu "Potències de +10.0 diòptries a +30.0 diòptries amb increments de 0,5 diòptries", la fitxa tècnica no aporta informació.

1. **Ergonomia en l'ús i la manipulació. Fins 25 punts.** Es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el moment de l'ús del producte.

Abbott
25

Motivació;

Es puntua amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

2. **Composició del material. Fins 22 punts.** Es valorarà la qualitat del material. Per realitzar la valoració es tindrà en compte: composició i comportament del material. Es podrà aportar, per realitzar la valoració, bibliografia, proves realitzades, estudis o qualsevol altra documentació rellevant per la valoració de la qualitat, composició i comportament del producte.

Abbott
22

Motivació;

Es puntua amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

3. **Presentació. Fins 3 punts. Tipus d'embalatge.** Forma de presentació en funció del producte. Es valorarà el número d'unitats que incorpora l'embalatge o l'envàs i la seva adequació a les necessitats de l'hospital.

Abbott
3

Motivació;

Es amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

Resum de criteris avaluables mitjançant judicis de valor:

Criteri	Abbott
1	25
2	22
3	3
TOTAL	50

Lot 7 S100431

2014115 PACKS VITRECTOMIA POSTERIOR DE 23G, 27G

**2013102 PACKS COMBINATS DE VITRECTOMIA POSTERIOR DE 23G, 27G I
FACOEMULSIFICACIÓ**

Empreses presentades:

- Alcon Cusí, S.A.
- Bausch & Lomb, S.A.

L' empresa Bausch & Lomb, S.A. queda exclosa atès que no compleix amb el Plec de Prescripcions Tècniques, allà on diu "27G", el pack només ofereix 23G.

- 1. Ergonomia en l'ús i la manipulació. Fins 25 punts.** Es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el moment de l'ús del producte.

Alcon
25

Motivació;

Es puntua amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

- 2. Composició del material. Fins 22 punts.** Es valorarà la qualitat del material. Per realitzar la valoració es tindrà en compte: composició i comportament del material. Es podrà aportar, per realitzar la valoració, bibliografia, proves realitzades, estudis o qualsevol altra documentació rellevant per la valoració de la qualitat, composició i comportament del producte.

Alcon
22

Motivació;

Es puntua amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

- 3. Presentació. Fins 3 punts. Tipus d'embalatge.** Forma de presentació en funció del producte. Es valorarà el número d'unitats que incorpora l'embalatge o l'envàs i la seva adequació a les necessitats de l'hospital.

Alcon
3


Motivació;

Es amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

Resum de criteris avaluables mitjançant judicis de valor:

Criteri	Alcon
1	25
2	22
3	3
TOTAL	50

Barcelona, 20 de febrer de 2018



Dr. Jose Antonio Buil



Dra. Zoraida del Campo

INFORME DE VALORACIÓ DE CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES AUTOMÀTIQUES RELATIU AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE LENTS INTRAOCULARS AMB DESTÍ LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU – EXPEDIENT OBE 17/226

LOT 1 PJ01010

LIO L-13 HIDROFOBICA MONOBLOC PER A CAMBRA POSTERIOR ASFÈRICA

Empreses valorades::

- Carl Zeiss Meditec Iberia, S.A.U.

1. Criteris objectius: 50 punts. sobre número 3.

- 1.1. Puntuació econòmica:** 50 punts: Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció: $(\text{oferta més econòmica} * 50) / \text{oferta avaluada}$.

	Carl Zeiss
Import	35.437,50 €
Puntuació	50

LOT 2 PJ01020

LIO L-13 HIDROFOBICA MONOBLOC PER A CAMBRA POSTERIOR ESFÈRICA

2018622 PACK PER FACO

Empreses valorades:

- Alcón Cusí, S.A.
- Bausch & Lomb, S.A.

1. Criteris objectius: 50 punts. sobre número 3.

1.1. Puntuació econòmica: 50 punts: Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció: $(\text{oferta més econòmica} \times 50) / \text{oferta avaluada}$.

	Alcon	Bausch & Lomb
Import	51.800 €	44.016 €
Puntuació	42,49	50

LOT 3 PJ01030

LIO L-13 HIDROFOBICA MONOBLOC PER A CAMBRA POSTERIOR

Empreses valorades:

- Imex Clinic, S.L.
- Medical Mix, S.L.U.

1.Criteris objectius: 50 punts. sobre número 3.

1.1 Puntuació econòmica: 50 punts: Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció: $(\text{oferta més econòmica} \times 50) / \text{oferta avaluada}$.

	Imex Clínic	Medical Mix
Import	18.012 €	15.600 €
Puntuació	43,30	50

LOT 4 PJ01040

LIO L-13 HIDROFOBA 3 PECES PER A CAMBRA POSTERIOR

2015836 PACK PER FACO

2012915 AGULLA PER FACO 30° 20G

Empreses valorades:

- Abbott Medical Optics Spain, .S.L.

1.Criteris objectius: 50 punts. sobre número 3.

1.1 Puntuació econòmica: 50 punts: Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció: (oferta més econòmica*50)/oferta avaluada.

	Abbott
Import	178.216 €
Puntuació	50

LOT 5 PJ01050

LIO L-13 HIDROFOBA 3 PECES PER A CAMBRA POSTERIOR ASFÈRICA

Empreses valorades:

- Abbott Medical Optics Spain, .S.L.

1.Criteris objectius: 50 punts. sobre número 3.

1.2 Puntuació econòmica: 50 punts: Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció: (oferta més econòmica*50)/oferta avaluada.

	Abbott
Import	3.200 €
Puntuació	50

LOT 7 S100431

2014115 PACKS VITRECTOMIA POSTERIOR DE 23G, 27G

**2013102 PACKS COMBINATS DE VITRECTOMIA POSTERIOR DE 23G, 27G I
FACOEMULSIFICACIÓ**

Empreses valorades:

- Alcon Cusí .S.A.

1.Criteris objectius: 50 punts. sobre número 3.

1.3 Puntuació econòmica: 50 punts: Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció: $(\text{oferta més econòmica} \cdot 50) / \text{oferta avaluada}$.

	Alcon
Import	113.994 €
Puntuació	50

Barcelona, 1 de març de 2018



Leire Fernández

Coordinadora de Logística

INFORME DE VALORACIÓ GLOBAL RELATIU AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE LENTS INTRAOCULARS AMB DESTÍ LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU – EXPEDIENT OBE 17/226

LOT 1PJ01010

LIO L-13 HIDROFOBICA MONOBLOC PER A CAMBRA POSTERIOR ASFÈRICA

	Carl Zeiss
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	50
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	50
TOTAL	100

LOT 2PJ01020

LIO L-13 HIDROFOBICA MONOBLOC PER A CAMBRA POSTERIOR ESFÈRICA

2018622 PACK PER FACO

	Alcon	Bausch & Lomb
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	50	28
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	42,49	50
TOTAL	92,49	78

LOT 3PJ01030

LIO L-13 HIDROFOBICA MONOBLOC PER A CAMBRA POSTERIOR

	Imex Clínic	Medical Mix
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	50	50
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	43,30	50
TOTAL	93,30	100

LOT 4PJ01040

LIO L-13 HIDROFOBA 3 PECES PER A CAMBRA POSTERIOR

2015836 PACK PER FACO

2012915 AGULLA PER FACO 30° 20 G

	Abbott
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	50
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	50
TOTAL	100

LOT 5PJ01050

LIO L-13 HIDROFOBA 3 PECES PER A CAMBRA POSTERIOR ASFERICA

	Abbott
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	50
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	50
TOTAL	100

LOT 7 S10431

2014115 PACKS VITRECTOMIA POSTERIOR DE 23G, 27G

2013102 PACKS COMBINATS DE VITRECTOMIA POSTERIOR DE 23G, 27G I FACOEMULSIFICACIÓ

	Alcon
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	50
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	50
TOTAL	100

Barcelona, 1 de març de 2018



Leire Fernández

Coordinadora de logística

Vist això i d'acord amb la proposta presentada per la Mesa de contractació, l'òrgan de contractació va prendre els següents acords;

1.- ACORD D'APROVACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ

“PRIMER.- APROVAR la següent classificació resultant de la valoració de les propostes presentades, (que s'adjunta com a annex número 1 del present acord), en l'**acord marc amb un únic adjudicatari pel subministrament de lents intraoculars amb destí a la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau**, vista l'acta d'adjudicació de la Mesa de contractació;

SEGON.- DELEGAR en la Mesa de contractació per tal de que requereixi als licitadors que han obtingut la major puntuació, per a cada lot, per tal que en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la recepció formal de la notificació, aportin la documentació establerta en clàusula novena del Plec de Clàusules Particulars.

TERCER.- ADJUDICAR el contracte OBE 17/226 en el termini dels cinc dies hàbils posteriors a la correcta recepció i avaluació de la documentació esmentada en el punt precedent; cas que el primer classificat no porti la documentació correctament, se demanarà al següent; Si es dona aquest cas, l'adjudicació de tots els lots no es realitzarà fins tenir tota la documentació avaluada correctament; **AUTORITZAR** a la Unitat de contractació a fer-ho efectiu, en els termes establerts en l'acord d'adjudicació que es pren juntament amb el present acord d'aprovació de la classificació.”

ACORD D'APROVACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ: ANNEX 1

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE LENTS INTRAOCULARS AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU – EXP. OBE 17/226

LOT 1PJ01010

LIO L-13 HIDROFOBICA MONOBLOC PER A CAMBRA POSTERIOR ASFÈRICA

	Carl Zeiss
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	50
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	50
TOTAL	100

LOT 2PJ01020

LIO L-13 HIDROFOBICA MONOBLOC PER A CAMBRA POSTERIOR ESFÈRICA

2018622 PACK PER FACO

	Alcon	Bausch & Lomb
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	50	28
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	42,49	50
TOTAL	92,49	78

LOT 3PJ01030

LIO L-13 HIDROFOBICA MONOBLOC PER A CAMBRA POSTERIOR

	Medical Mix	Imex Clínic
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	50	50
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	50	43,30
TOTAL	100	93,30

LOT 4PJ01040

LIO L-13 HIDROFOBA 3 PECES PER A CAMBRA POSTERIOR

2015836 PACK PER FACO

2012915 AGULLA PER FACO 30°20 G

	Abbott
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	50
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	50
TOTAL	100

LOT 5PJ01050

LIO L-13 HIDROFOBA 3 PECES PER A CAMBRA POSTERIOR ASFERICA

	Abbott
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	50
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	50
TOTAL	100

LOT 7 S10431

2013102 PACKS VITRECTOMIA POSTERIOR DE 23G, 27G

2014115 PACKS COMBINATS DE VITRECTOMIA POSTERIOR DE 23G, 27G I FACOEMULSIFICACIÓ

	Alcon
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	50
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	50
TOTAL	100

Vist que les empreses han presentat la documentació correctament, en data 9 d'abril de 2018, s'ha procedit a l'execució de l'acord d'adjudicació següent:

2.- ACORD D'ADJUDICACIÓ

"El present acord d'adjudicació es farà efectiu en el termini màxim de cinc dies hàbils posteriors a la correcta recepció i avaluació de la documentació establerta en l'acord d'aprovació de la classificació.

PRIMER.- ADJUDICAR l'acord marc amb un únic adjudicatari pel subministrament de lents intraoculars amb destí a la Fundació de Gestió Sanitària de l'hospital de la Santa Creu i Sant Pau, d'acord amb la relació d'adjudicatari i pels preus unitaris oferts (que s'adjunten com annex 1), i per un termini de dos anys (amb possibilitat de pròrroga per 1 any més) a partir de la formalització del contracte.

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	ADJUDICATARI
LOT 1PJ01010	LIO L-13 HIDROFOBICA MONOBLOC PER A CAMBRA POSTERIOR ASFÈRICA	CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, SAU amb CIF A28058337
LOT 2PJ01020	LIO L-13 HIDROFOBICA MONOBLOC PER A CAMBRA POSTERIOR ESFÈRICA 2018622: PACK PER FACO	ALCON CUSI, SA amb CIF A08079634
LOT 3PJ01030	LIO L-13 HIDROFOBICA MONOBLOC PER A CAMBRA POSTERIOR	MEDICAL MIX, SLU amb CIF B62447727
LOT 4PJ01040	LIO L-13 HIDROFOBA 3 PECES PER A CAMBRA POSTERIOR 2015836: PACK PER FACO 2012915: AGULLA PER FACO 30° 20 G	ABBOT MEDICAL OPTICS SPAIN, SL amb CIF B83255372
LOT 5PJ01050	LIO L-13: HIDROFOBA 3 PECES PER A CAMBRA POSTERIOR ASFERICA	ABBOT MEDICAL OPTICS SPAIN, SL amb CIF B83255372
LOT 7 S10431	2013102: PACKS COMBINATS DE VITRECTOMIA POSTERIOR DE 23G, 27G I FACOEMULSIFICACIÓ 2014115: PACKS VITRECTOMIA POSTERIOR DE 23G, 27G	ALCON CUSI, SA amb CIF A08079634

SEGON.- ACCEPTAR I ASSUMIR el contingut de la proposta d'adjudicació de la Mesa de contractació i els informes tècnic, econòmic i global de valoració que motiven el present acord.

TERCER.- AUTORITZAR la despesa estimativa màxima aprovada per a cada lot en la licitació.

QUART.- NOTIFICAR aquest acord als adjudicatari i a la resta de licitadors.

CINQUÈ.- PUBLICAR l'adjudicació en la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya juntament amb la seva motivació i la formalització del contracte d'acord amb el que estableix el Plec de Clàusules Particulars.

SISÈ.- FORMALITZAR els contractes resultants en el termini establert a la clàusula 11 del Plec de Clàusules Particulars.

SETÈ.- AUTORITZAR a la Unitat de Contractació a fer efectius tots els punts del present acord."