

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
 Anexo II

ESPTE. ZK
EXPTE N°
G/130/14/4/0651/O631/0000/022018
TALDEA
AGRUPACION
GASUMIN
SUMINISTROS
XEDEA
OBJETO
Adquisición de equipamiento de fototerapia para el Servicio de Dermatología de la Osi Barrualde-Galdakao Esi
I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki eta xedea dituen kontratazio espedienteari.
I.- Osakidetza ha iniciado el expediente de contratación con número y objeto detallado en la parte superior de este documento.
II.- Txosten teknikoak aztertuta:
II.- Examinados los informes técnicos:
BALIO-JUDIZIOEN bidez ebaluatzeko irizpideen txosten teknikoa:
2018(e)ko apirilaren 13(e)an
Informe técnico de criterios evaluables mediante JUICIOS DE VALOR:
13 de abril de 2018
FORMULEN bidez ebaluatzeko irizpideen txosten teknikoa:
Informe técnico de criterios evaluables mediante FÓRMULAS:
Data hau duen Eskaintza Onuragarrienaren Deklarazioa ikusita:
2018(e)ko apirilaren 13(e)an
Vista la Declaración de Oferta más Ventajosa de fecha:
13 de abril de 2018
Enpresek lortutako puntuazioa aztertuta:
Examinada la puntuación obtenida por las empresas:

Lote	Lote / Artículo	Licitador	Valoración técnica	Económico	Plazo de Garantía	CONSUMO ELÉCTRICO W/H	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Servicio Postventa	Servicio Técnico	Criterios ambientales	Valoración total
1	CABINA DE FOTOTERAPIA	NUEVAS TECNOLOGIAS,S.A TECNOSA	44,00	37,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	85,00
1	CABINA DE FOTOTERAPIA	TECNOMED 2000 SL	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
2	EQUIPO PALMO PLANTAR	NUEVAS TECNOLOGIAS,S.A TECNOSA	44,00	37,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	85,00
2	EQUIPO PALMO PLANTAR	TECNOMED 2000 SL	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00

III .- Espedientea aztertuta, ordenamendu juridikoaren arau hausterik ageri ez denez, eta Osakidetza erakunde publikoarentzat eskaintza onuragarria izaki, honako hau
III .- Examinando el expediente, no apareciendo infracción del ordenamiento jurídico y siendo la oferta económicamente más ventajosa para el Ente Público Osakidetza

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
Anexo II**KUDEATZAILE ZUZENDARIA****DIRECTOR GERENTE****EBATZI DU**

Kontratazio-espedientea esleitzea Ebazpen honen eranskinean aipatzen diren enpresei.

Ebazpen hau Kontratugilearen Profilean argitaratzeko agintzea eta, balio-judizioen eta formulen bidez ebaluatzeko irizpideen txosten teknikoarekin batera, eskaintzaile guztiei jakinaraztea.

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 112, 121 eta hurrengo artikuluetan araututakoarekin bat, Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke DIRECTOR GENERAL-ari, jakinarazten den egunaren biharamunetik hasita hilabeteko epean. Hala ere, egokitza jotzen den beste edozein errekurtso ere aurkeztu ahal izango da.

Kontratazio-Organok esleipenduna/k errekeritzen du/ditu esleipen honetatik ondorioztatzen diren kontratuak formaliza ditzan/ditzaten, hamabost egun balioduneko epean, ebazpen hau jasotzen denetik aurrera.

GALDAKAO(e)n, 2018(e)ko apirilaren 23(e)an**RESUELVE**

Adjudicar el expediente de contratación a las empresas relacionadas que se muestran en el anexo a esta Resolución.

Ordenar la publicación de esta resolución en el Perfil de Contratante y la notificación a todas las licitadoras, acompañada del informe técnico de criterios evaluables mediante juicios de valor y formulas.

Conforme se establece en los artículos 112, 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer Recurso de Alzada ante el DIRECTOR GENERAL en el plazo de 1 mes a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro que se estime pertinente.

El Órgano de Contratación requiere al/los adjudicatario/s que se proceda a la formalización de los contratos que se derivan de la presente adjudicación que se realizará en el plazo de 15 días hábiles transcurridos desde la recepción de la notificación de la presente resolución.

En GALDAKAO, a 23 de abril de 2018**KUDEATZAILE ZUZENDARIA / DIRECTOR GERENTE****Iz/Fdo.- JON GUAJARDO REMACHA**



Osakidetza

Barrualde-Galdakaoko ESI

OSI Barrualde-Galdakao

Barrio Labeaga, s/n

48960 - Bizkaia

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Anexo II

Anexo I

Loteal/Lote	Lotearen / Artikuluaren izena Denominación Lote / Artículo	Eskai ntza- mota Tipo oferta	Esleipenduna Adjudicatario	Eskainitako aleko prezioa BEZik gab Precio Unitario Ofertado sin IVA	Eskainitako zenbateko osoa BEZik gabe Importe Total ofertado sin IVA	Entregatzeko epea Plazo entrega	Berme-epea Plazo garantía
1	CABINA DE FOTOTERAPIA	OB	NUEVAS TECNOLOGIAS,S.A TECNOSA	36.422,52	36.422,52	2 Meses	2 Años
2	EQUIPO PALMO PLANTAR	OB	NUEVAS TECNOLOGIAS,S.A TECNOSA	13.714,58	13.714,58	2 Meses	2 Años

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Anexo II

Lot e	Denominación Lote	Tipo oferta	Licitador	Referencia	Marca/Modelo	Calidad 0-44	Motivación:
1	CABINA DE FOTOTERAPIA	OB	NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A._TECNOSA	572007000	Waldmann	44	* Forma HEXAGONAL, lo cual evita espacios muertos o "zonas sombra", permitiendo una mejor irradiación del paciente. * Con menor número de lámparas 42 (21 UVA, 21 UVB TL01) consigue la misma irradiación ó superior. De esto se deriva: 1º Genera menos calor (muy importante para el confort del paciente) 2ª Genera menos gastos de electricidad. 3ª Genera menos gastos de repuesto en lámparas (con el uso las lámparas se funden y hay que reponerlas). Tiene una altura 2.083 m. que se adecua a nuestro espacio (tenemos un techo bajo en la sala de fototerapia) Además al tener una lámpara más de UVBTL 01 (UVB Banda estrecha) permite una mayor dosis de irradiación en el paciente en este espectro de radiación, que es GOLD STANDAR en el tratamiento de la Psoriasis cutánea en placas.
1	CABINA DE FOTOTERAPIA	OB	TECNOMED 2000 SL	MED7909+ MED3310	MEDISUN/ MODELO 2800	24	* Forma CUADRADA, por lo que la irradiación del paciente no llega a todo el cuerpo, generando "zonas sombra" (no radiadas) * Presenta 44 lámparas (24 UVA; 20 UVBTL), por lo que: 1º Genera más calor 2º Consume más electricidad 3º Genera más gastos en los repuestos de lámparas. 4º Tiene menos irradiación en el espectro UVB TL01 por lo que es menos eficaz en el tratamiento de la Psoriasis cutánea en placas. * Es más alta, 2,250 m. (tenemos techo bajo)
2	EQUIPO PALMO PLANTAR	OB	NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A._TECNOSA	580710000 + 580770000	Waldmann	44	Permite la irradiación en el espectro de UVA de: * PALMAS * PLANTAS * CARA * CUALQUIER OTRA ZONA LOCALIZADA DEL CUERPO y todo ello de modo simultaneo ó de modo unitario localizado al disponer de pantallas móviles.
2	EQUIPO PALMO PLANTAR	OB	TECNOMED 2000 SL	MED 2037	MEDISUN/ MODELO HF-216	24	Permite la irradiación en el espectro UVA pero solo de palmas y plantas. Las pantallas son fijas, por lo que tiene limitaciones en su uso en el tratamiento al paciente (solo se puede irradiar palmas y plantas) y además, es menos versatil en cuanto al espacio en que se va a ubicar.



ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Anexo II

Lot e	Denominación Lote	Tipo oferta	Licitador	Referencia	Marca/M odelo	S.Postventa 0-3	S.Tecnico 0-3	Motivación:
1	CABINA DE FOTOTERAP IA	OB	NUEVAS TECNOLOGIAS,S .A _TECNOSA	57200700 0	Waldma nn	2	2	SERVICIO POSVENTA: * Plan de Formación inicial y de adiestramiento continuado al personal sobre los equipos y sistemaADECUADO 1ªVEZ + SIGUIENTE DIA 1 PUESTA EN MARCHA CONTACTO CON SERV.TECNICO PERMANENTE DE 8:00 a 17:00 h. MANTº TECNICO LEGAL. CADA 250H Ó 2 AÑOS MAXIMO SERVICIO TECNICO: * Apoyo al personal y MANTºCORRECTIVO.....ADECUADO 3 TECNICOS X ZONA (SERVICIO TFNO 2-3H). RESPUESTA 24H VIDA UTIL 10 AÑOS Y CON RESPUESTOS 20 AÑOS TIEMPO RESPUESTA DE TECNICO A MANTºCORRECTIVO PREVENTIVO.....ADECUADO PLAZO MAXI 3 DIAS, TFNO 2/3H PREVENTIVO C/2AÑOS (MO+DESPLAZ)
2	EQUIPO PALMO PLANTAR	OB	NUEVAS TECNOLOGIAS,S .A _TECNOSA	58071000 0 + 58077000 0	Waldma nn	2	2	IGUAL AL ANTERIOR EQUIPO