

En Francesc Luque López, Director d'Economia i Serveis del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, actuant d'acord amb les facultats delegades pel Consell de Govern, als efectes de procedir a l'adjudicació de l'expedient **18SM0050**, convocat per procediment obert harmonitzat i amb tramitació ordinària per a contractar el subministrament de **MATERIAL ENDOSCÒPIA**, pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (CCSPT).

Atès l'expedient de contractació amb la documentació que l'integra.

Atès que les propostes econòmiques realitzades per les empreses BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA, IZASA HOSPITAL, SLU, i ALBYN MEDICAL, SL, es trobaven incurses en possible baixa anormal o desproporcionada, i han quedat estimades, d'acord amb la motivació de l'informe emès que consta a l'expedient.

Atès la proposta d'adjudicació de la Mesa de Contractació a favor de les propostes econòmicament més avantatjoses, així com la documentació aportada pels licitadors que realitzen aquestes ofertes dins del termini fixat.

Atès que les empreses proposades per a l'adjudicació compleixen amb els requisits de capacitat i solvència exigits per a contractar amb l'administració, a data de finalització del termini de presentació de les proposicions d'aquest procediment.

Vist l'establert el que disposa els articles 151, 153 i 156 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (a partir d'ara TRLCSP), i l'establert al Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen la present contractació.

HE RESULT:

Primer.- Adjudicar el contracte tramitat mitjançant procediment obert harmonitzat per a la contractació del subministrament de **MATERIAL ENDOSCÒPIA**, expedient **18SM0050**, pel CCSPT, tal i com a continuació es detalla:

<u>LOT</u>	<u>LICITADOR</u>	<u>ENTITAT</u>	<u>EXERCICI</u>	<u>IMPORT</u> <u>(IVA exclòs)</u>
EN01	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA	CCSPT	2018	49.600,00 €
EN02	LABORATORIOS BOHM, SA	CCSPT	2018	3.696,00 €
EN03	Lot anul·lat			
EN03/01	Lot anul·lat			
EN04	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA	CCSPT	2018	20.625,00 €
EN05	OLYMPUS IBERIA, SAU	CCSPT	2018	21.084,30 €
EN06	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA	CCSPT	2018	9.450,00 €



EN07	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, SA	CCSPT	2018	3.420,00 €
EN08	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA	CCSPT	2018	24.000,00 €
EN10	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA	CCSPT	2018	7.650,00 €
EN11	OLYMPUS IBERIA, SAU	CCSPT	2018	4.776,00 €
EN12	IZASA HOSPITAL, SLU	CCSPT	2018	18.000,00 €
EN12/1	MEDICINA TÉCNICA WERKSTATTE IBÉRICA, SL	CCSPT	2018	3.528,00 €
EN13	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA	CCSPT	2018	2.625,00 €
EN14	OLYMPUS IBERIA, SAU	CCSPT	2018	2.100,00 €
EN15	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA	CCSPT	2018	975,00 €
EN16	OLYMPUS IBERIA, SAU	CCSPT	2018	4.800,00 €
EN17	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA	CCSPT	2018	900,00 €
EN18	COOK ESPAÑA, SA	CCSPT	2018	4.560,00 €
EN19	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA	CCSPT	2018	900,00 €
EN20	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA	CCSPT	2018	15.750,00 €
EN21	OLYMPUS IBERIA, SAU	CCSPT	2018	24.215,00 €
EN22	IZASA HOSPITAL, SLU	CCSPT	2018	6.860,00 €
EN23	OLYMPUS IBERIA, SAU	CCSPT	2018	5.060,00 €
EN25	OLYMPUS IBERIA, SAU	CCSPT	2018	3.494,51 €
EN31	MEDICINA TÉCNICA WERKSTATTE IBÉRICA, SL	CCSPT	2018	19.350,00 €

Segon.- Notificar la present resolució a tots els licitadors, amb les característiques i avantatges de la proposició presentada per l'adjudicatari determinant de que s'hagi seleccionat la seva oferta com la més avantatjosa econòmicament. Procedir a publicar-la en el perfil del contractant del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí i a la Plataforma electrònica de Contractació de la Generalitat de Catalunya.




Tercer.- Requerir a les empreses adjudicatàries perquè en el termini màxim fixat a la clàusula 22.1 del Plec de Clàusules Administratives Particulars Tipus que regeixen la contractació procedeixin a la formalització del corresponent contracte.

Contra l'adjudicació els interessats podran interposar potestativament recurs especial en matèria de contractació, en el termini de quinze dies hàbils comptadors des del dia següent a la notificació de la present resolució, de conformitat amb l'establert a l'article 44 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Sabadell, 03 de maig de 2018

Francesc Luque López
Director d'Economia i Serveis



INFORME TÈCNIC PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ NÚM. 18SM00050

MATERIAL ENDOSCOPIA

Informe que s'emet en relació a les ofertes presentades per les empreses licitadores a l'expedient referenciat.

Vistes les documentacions trameses per la Mesa de Contractació, un cop examinades d'acord amb els criteris d'adjudicació que s'estableixen a la documentació rectora de l'esmentat expedient, aquests Serveis arriben a les següents conclusions:

• **LOT EN01 ESFINTEROTOMO DE CANULACIÓ**

Empreses presentades:

- a/ BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA
- b/ COOK ESPAÑA, SA
- c/ OLYMPUS IBERIA, SAU

Criteris de valoració: (Màxim 25 punts)

		Boston	Cook	Olympus
		a/	b/	c/
1.	Punta no traumàtica (0-10)	8.00	7.00	6.00
2.	Flexió extrem distal (0-5)	5.00	5.00	5.00
3.	Tipus obertura (0-2)	2.00	2.00	2.00
4.	Visualització característiques (0-2)	2.00	2.00	2.00
5.	Embalatge lliure de làtex (0-1)	0.00	0.00	1.00
6.	Adequació producte (0-5)	5.00	5.00	5.00
TOTAL		22.00	21.00	21.00

Prestacions tècniques i funcionals:

Comportament del material:

1. Punta no traumàtica.

Olympus Iberia, SAU, és qui presenta un esfinterotomo de canul·lació amb la punta traumàtica.

Cook España, SA, presenta una punta, en algun cas, traumàtica.

Boston Scientific Ibérica, SA és qui presenta un esfinterotomo de canul·lació amb la punta menys traumàtica.

2. Bona flexió de l'extrem distal.

Boston Scientific Ibérica, SA, Cook España, SA i Olympus Iberia, SAU, presenten un producte amb bona flexió de l'extrem distal.



Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte:

3. Tipus d'obertura: ràpida, sense trencament, mínima força...

Boston Scientific Ibérica, SA, Cook España, SA i Olympus Iberia, SAU, presenten un embalatge d'obertura ràpida i sense trencament.

4. Ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: núm. lot, data de caducitat, ...

Boston Scientific Ibérica, SA, Cook España, SA i Olympus Iberia, SAU, presenten un envàs de ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte.

5. Embalatge que hi figuri lliure de làtex.

Boston Scientific Ibérica, SA i Cook España, SA, presenten un embalatge on no hi figura lliure de làtex.

Olympus Iberia, SAU, presenta un embalatge on sí hi figura lliure de làtex.

Adequació del producte als procediments mèdics o sanitaris:

6. Es valorarà la compatibilitat dels mateixos als procediments del centre així com l'absència de possibles efectes adversos al pacient.

Boston Scientific Ibérica, SA, Cook España, SA i Olympus Iberia, SAU, presenten un producte amb bona adequació als procediments mèdics o sanitaris.



• **LOT EN02 MARCADOR ENDOSCÓPICO**

Empreses presentades:

- a/ LABORATORIOS BOHM, SA
- b/ IZASA HOSPITAL, SLU
- c/ ALBYN MEDICAL, SL

Criteris de valoració: (Màxim 15 punts)

	Bohm	Izasa	Albyn
	a/	b/	c/
1. Tipus d'obertura (0-2)	2.00	2.00	2.00
2. Visualització característiques (0-3)	3.00	3.00	1.00
3. Adequació producte (0-10)	10.00	10.00	6.00
TOTAL	15.00	15.00	9.00

Tal i com indica en els criteris de valoració depenents d'un judici de valor-sobre B, per tal d'accedir a la següent fase de valoració, oferta econòmica (sobre-C), caldrà assolir un mínim de 10 punts en la valoració tècnica, en cas contrari no passarà a la següent fase i quedarà exclòs del procediment. Albyn Medical, SL, queda desestimat per aquest motiu.

Prestacions tècniques i funcionals:

Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte:

1. Tipus d'obertura: ràpida, sense trencament, mínima força...

Laboratorios Bohm, SA, Izasa Hospital, SLU i Albyn Medical, SL, presenten un embalatge d'obertura ràpida i sense trencament.

2. Ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: núm. lot, data de caducitat, ...

Albyn Medical, SL, presenta una xeringa que no porta informació de la referència, ni la caducitat, ni del número de lot, només a l'embalatge.

Laboratorios Bohm, SA i Izasa Hospital, SLU, presenten una xeringa que un cop extreta de l'embalatge indica la caducitat, el número de lot i la referència.

Adequació del producte als procediments mèdics o sanitaris:

3. Es valorarà la compatibilitat dels mateixos als procediments del centre així com l'absència de possibles efectes adversos al pacient.

Albyn Medical, SL, presenta una xeringa que el centimetrat no és visible, és negre igual que la tinta amb la que ve carregada, dificultant la dosificació.

Laboratorios Bohm, SA i Izasa Hospital, SLU, presenten una xeringa correcte, amb el centimetrat clar i de fàcil dosificació.



• **LOT EN03 HEMOCLIP**

Empreses presentades:

- a/ BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA
- b/ OLYMPUS IBERIA, SAU
- c/ SONMÉDICA, SA
- d/ MEDICINA TÉCNICA WERKSTATTE IBÉRICA, SL
- e/ IZASA HOSPITAL, SLU
- f/ ALBYN MEDICAL, SL
- g/ SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, SA

Criteris de valoració: (Màxim 35 punts)

	Boston	Olympus	Sonmédica	MTW	Izasa	Albyn	STE
	a/	b/	c/	d/	e/	f/	g/
1. Longitud pales (0-5)	-	-	-	-	-	-	-
2. Rotabilitat (0-10)	-	-	-	-	-	-	-
3. Hemostàtica (0-5)	-	-	-	-	-	-	-
4. Adherència (0-5)	-	-	-	-	-	-	-
5. Tipus obertura (0-2)	-	-	-	-	-	-	-
6. Visualització característiques (0-2)	-	-	-	-	-	-	-
7. Figuri lliure làtex (0-1)	-	-	-	-	-	-	-
8. Adequació producte (0-5)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

Per un error en la descripció del producte, aquest lot queda **ANUL·LAT**.



• **LOT EN03/1 HEMOCLIP PALA INFERIOR 10MM**

Empreses presentades:

- a/ BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA
- b/ IZASA HOSPITAL, SLU
- c/ ALBYN MEDICAL, SL
- d/ LEXEL, SL
- e/ SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, SA

Criteris de valoració: (Màxim 35 punts)

		Boston	Izasa	Albyn	Lexel	STE
		a/	b/	c/	d/	e/
1.	Longitud pales (0-5)	-	-	-	-	-
2.	Rotabilitat (0-10)	-	-	-	-	-
3.	Hemostàtica (0-5)	-	-	-	-	-
4.	Adherència (0-5)	-	-	-	-	-
5.	Tipus obertura (0-2)	-	-	-	-	-
6.	Visualització característiques (0-2)	-	-	-	-	-
7.	Figuri lliure làtex (0-1)	-	-	-	-	-
8.	Adequació producte (0-5)	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-

Per un error en la descripció del producte, aquest lot queda ANUL·LAT.



• **LOT EN04 CATÈTER EXTRACCIÓN CÁLCULOS**

Empreses presentades:

- a/ BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA
- b/ COOK ESPAÑA, SA
- c/ OLYMPUS IBERIA, SAU
- d/ SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, SA

Criteris de valoració: (Màxim 35 punts)

		Boston	Cook	Olympus	STE
		a/	b/	c/	d/
1.	Adaptació baló (0-10)	9.00	-	9.00	-
2.	Punta (0-7)	7.00	-	7.00	-
3.	Resistència baló (0-10)	5.00	-	5.00	-
4.	Tipus obertura (0-1)	1.00	-	1.00	-
5.	Visualització característiques (0-2)	2.00	-	2.00	-
6.	Adequació producte (0-5)	5.00	-	5.00	-
	TOTAL	29.00	-	29.00	-

Cook España, SA, presenta un catèter amb orifici de sortida de la guia per intercanvi situat a 5cm aproximadament, i tal com indica en el Plec de Prescripcions Tècniques es sol·licita orifici de sortida de la guia per intercanvi situat a més de 20cm de l'extrem distal del catèter. Per aquest motiu es desestima.

Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenta un catèter sense orifici de sortida de la guia per fer intercanvi amb guia curta, i tal com indica en el Plec de Prescripcions Tècniques es sol·licita que disposi d'orifici de sortida de la guia per fer intercanvi. Per aquest motiu es desestima.

Prestacions tècniques i funcionals:

Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte.

1. Adaptació del baló, que eviti fugues i no es deformi.

Boston Scientific Ibérica, SA i Olympus Iberia, SAU, presenten un catèter amb bona adaptació, tot i que puntualment es deformen.

2. Punta que faciliti la capacitat d'entrada.

Boston Scientific Ibérica, SA i Olympus Iberia, SAU, presenten un catèter amb una bona punta que facilita la capacitat d'entrada.

3. Resistència del baló, que no es trenqui amb facilitat en contacte amb els càlculs

Boston Scientific Ibérica, SA i Olympus Iberia, SAU, presenten un baló amb una resistència relativa en contacte amb els càlculs.

Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte:

4. Tipus d'obertura: ràpida, sense trencament, mínima força...

Boston Scientific Ibérica, SA i Olympus Iberia, SAU, presenten un embalatge d'obertura ràpida i sense trencament.



5. Ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: núm. lot, data de caducitat, ...

Boston Scientific Ibérica, SA i Olympus Iberia, SAU, presenten un envàs de ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte.

Adequació del producte als procediments mèdics o sanitaris:

6. Es valorarà la compatibilitat dels mateixos als procediments del centre així com l'absència de possibles efectes adversos al pacient.

Boston Scientific Ibérica, SA i Olympus Iberia, SAU, presenten un producte adequat als procediments mèdics o sanitaris.



• **LOT EN05 CEPILLO LIMPIEZA REUTILIZABLE**

Empreses presentades:

- a/ OLYMPUS IBERIA, SAU
b/ SONMÉDICA, SA

Criteris de valoració: (Màxim 30 punts)

		Olympus	Sonmédica
		a/	b/
1.	Capacitat neteja (0-8)	8.00	-
2.	Canal treball (0-9)	9.00	-
3.	Comoditat en l'ús (0-8)	8.00	-
4.	Tipus obertura (0-3)	3.00	-
5.	Visualització característiques (0-2)	2.00	-
TOTAL		30.00	-

Tal com s'indica en el punt 12 del quadre de característiques, per a poder avaluar correctament aquests productes és necessari i imprescindible la presentació de mostres durant el període de presentació de les ofertes fixat als anuncis de convocatòria publicats als diaris oficials corresponents. La no presentació de les mostres donarà lloc a l'exclusió del licitador de la present contractació, i es troba en aquesta situació l'empresa Sonmédica, SA.

Prestacions tècniques i funcionals:

Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte.

1. Capacitat de neteja, es valorarà l'espessor del raspall i la capacitat d'arrossegament.

Olympus Iberia, SAU, presenta un raspall amb bona capacitat de neteja.

2. Que no malmeti el canal de treball del material inventariable.

Olympus Iberia, SAU, presenta un raspall que no malmet el canal de treball del material inventariable.

3. Comoditat en l'ús, es valorarà la flexibilitat, que no generi esquitxades ni altres inconvenients.

Olympus Iberia, SAU, presenta un raspall còmode en el seu ús, flexible i no genera esquitxades.

Tipus d'emalatge i forma de presentació del producte:

4. Tipus d'obertura: ràpida, sense trencament, mínima força...

Olympus Iberia, SAU, presenta un emalatge d'obertura ràpida i sense trencament.

5. Ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: núm. lot, data de caducitat, ...

Olympus Iberia, SAU, presenta un envàs de ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte.



• **LOT EN06 AGUJA ESCLERÓSIS COLON DESECHABLE**

Empreses presentades:

- a/ BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA
- b/ SONMÉDICA, SA
- c/ MEDICINA TÉCNICA WERKSTATTE IBÉRICA, SL
- d/ ALBYN MEDICAL, SL
- e/ LEXEL, SL
- f/ SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, SA

Criteris de valoració: (Màxim 35 punts)

	Boston	Sonmédica	MTW	Albyn	Lexel	STE
	a/	b/	c/	d/	e/	f/
1. Bisellat de la punta (0-10)	9.00	-	7.00	7.00	7.00	7.00
2. Protecció perforació canal (0-8)	7.00	-	8.00	8.00	8.00	8.00
3. Longitud agulla (0-6)	5.00	-	5.00	5.00	5.00	5.00
4. Tipus obertura (0-2)	2.00	-	2.00	2.00	2.00	2.00
5. Visualització característiques (0-2)	2.00	-	2.00	2.00	2.00	2.00
6. Embalatge figurelliure làtex (0-1)	0.00	-	1.00	0.00	0.00	0.00
7. Adequació producte (0-6)	6.00	-	6.00	1.00	6.00	1.00
TOTAL	31.00	-	31.00	25.00	30.00	25.00

Tal com s'indica en el punt 12 del quadre de característiques, per a poder avaluar correctament aquests productes és necessari i imprescindible la presentació de mostres durant el període de presentació de les ofertes fixat als anuncis de convocatòria publicats als diaris oficials corresponents. La no presentació de les mostres donarà lloc a l'exclusió del licitador de la present contractació, i es troba en aquesta situació l'empresa Sonmédica, SA.

Tal i com indica en els criteris de valoració dependents d'un judici de valor-sobre B, per tal d'accedir a la següent fase de valoració, oferta econòmica (sobre-C), caldrà assolir un mínim de 26 punts en la valoració tècnica, en cas contrari no passarà a la següent fase i quedarà exclòs del procediment. Albyn Medical, SL i Sistemas Técnicos Endoscòpicos, SA, queden desestimats per aquest motiu.

Prestacions tècniques i funcionals:

Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte.

1. Bisellat de la punta que faciliti l'ús, de punció fàcil i profunda.


Medicina Técnica Werkstatte Ibérica, SL, Albyn Medical, SL, Lexel, SL i Sistemas Técnicos Endoscòpicos, SA, presenten una punta amb bisellat correcte, la punció no és suau, ni fàcil.

Boston Scientific Ibérica, SA, presenta una punta amb un bon bisellat que facilita la punció.

2. Protecció contra la perforació del canal.

Boston Scientific Ibérica, SA, presenta una agulla amb correcta protecció contra la perforació del canal.

Medicina Técnica Werkstatte Ibérica, SL, Albyn Medical, SL, Lexel, SL i Sistemas Técnicos Endoscòpicos, SA, presenten una agulla amb perfecte protecció contra la perforació del canal.



3. Longitud de l'agulla.

Boston Scientific Ibérica, SA, Medicina Técnica Werkstatte Ibérica, SL, Albyn Medical, SL, Lexel, SL i Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenten una agulla amb longitud correcta.

Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte:

4. Tipus d'obertura: ràpida, sense trencament, mínima força...

Boston Scientific Ibérica, SA, Medicina Técnica Werkstatte Ibérica, SL, Albyn Medical, SL, Lexel, SL i Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenten un embalatge d'obertura ràpida i sense trencament.

5. Ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: núm. lot, data de caducitat, ...

Boston Scientific Ibérica, SA, Medicina Técnica Werkstatte Ibérica, SL, Albyn Medical, SL, Lexel, SL i Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenten un envàs de ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte.

6. Embalatge que hi figuri lliure de làtex.

Boston Scientific Ibérica, SA, Albyn Medical, SL, Lexel, SL i Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenten un embalatge o no hi figura lliure de làtex.

Medicina Técnica Werkstatte Ibérica, SL, presenta un embalatge on sí hi figura lliure de làtex.

Adequació del producte als procediments mèdics o sanitaris:

7. Es valorarà la compatibilitat dels mateixos als procediments del centre així com l'absència de possibles efectes adversos al pacient.

Albyn Medical, SL y Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenten un producte en el que el mecanisme d'alliberació de l'agulla és deficient, no sent adequat.

Boston Scientific Ibérica, SA, Medicina Técnica Werkstatte Ibérica, SL i Lexel, SL, presenten un producte que s'adapta als procediments mèdics o sanitaris.



• **LOT EN07 CESTA DORMIA**

Empreses presentades:

a/ SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, SA

Criteris de valoració: (Màxim 30 punts)

		STE
		a/
1.	Sistema intercanvi guia (0-10)	10.00
2.	Facilitat extracció (0-5)	5.00
3.	Extremitat atraumàtica (0-5)	4.00
4.	Tipus obertura (0-2)	2.00
5.	Visualització característiques (0-2)	2.00
6.	Adequació producte (0-6)	5.00
TOTAL		28.00

Prestacions tècniques i funcionals:

Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte.

1. Sistema d'intercanvi ràpid guia curta

Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenta una cistella per extracció de càlculs amb sistema d'intercanvi ràpid.

2. Facilitat d'extracció i maniobrabilitat

Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenta un producte amb facilitat d'extracció i maniobrabilitat.

3. Extremitat atraumàtica.

Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenta una cistella amb extremitat atraumàtica.

Tipus d'emalatge i forma de presentació del producte:

4. Tipus d'obertura: ràpida, sense trencament, mínima força...

Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenta un embalatge d'obertura ràpida i sense trencament.


5. Ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: núm. lot, data de caducitat, ...

Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenta un envàs de ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte.

Adequació del producte als procediments mèdics o sanitaris:

6. Es valorarà la compatibilitat dels mateixos als procediments del centre així com l'absència de possibles efectes adversos al pacient.

Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenta un producte adequat als procediments mèdics o sanitaris



• **LOT EN08 DILATADOR NEUMÁTICO ESÓFAGO**

Empreses presentades:

- a/ BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA
- b/ COOK ESPAÑA, SA
- c/ OLYMPUS IBERIA, SAU
- d/ ALBYN MEDICAL, SL
- e/ SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, SA

Criteris de valoració: (Màxim 35 punts)

	Boston	Cook	Olympus	Albyn	STE
	a/	b/	c/	d/	e/
1. Manipulació canal guia (0-10)	10.00	0.00	0.00	-	0.00
2. Eficiència a altes pressions (0-10)	8.00	8.00	8.00	-	8.00
3. Tipus obertura (0-2)	2.00	2.00	2.00	-	2.00
4. Visualització característiques (0-2)	2.00	2.00	2.00	-	2.00
5. Embalatge figuri lliure làtex (0-1)	0.00	0.00	0.00	-	0.00
6. Adequació producte (0-10)	10.00	8.00	8.00	-	8.00
TOTAL	32.00	20.00	20.00	-	20.00

Albyn Medical, SL, en els codis 336 i 170 presenta baló amb longitud de 2cm, i tal com indica en el Plec de Prescripcions Tècniques es sol·licita longitud de 5.5cm. Per aquest motiu es desestima.

Tal i com indica en els criteris de valoració depenents d'un judici de valor-sobre B, per tal d'accedir a la següent fase de valoració, oferta econòmica (sobre-C), caldrà assolir un mínim de 26 punts en la valoració tècnica, en cas contrari no passarà a la següent fase i quedarà exclòs del procediment. Cook España, SA, Olympus Iberia, SAU i Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, queden desestimats per aquest motiu.

Prestacions tècniques i funcionals:

Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte.

1. Possibilitat de manipular el canal de la guia per reconversió a dispositiu de guia curta

Cook España, SA, Olympus Iberia, SAU i Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenten un dispositiu que no permet la reconversió a dispositiu de guia curta.

Boston Scientific Ibérica, SA, presenta un dilatador neumàtic d'esòfag que permet reconversió a dispositiu de guia curta.

2. Eficiència a altes pressions. Es tindrà en compte els valors especificats en la fitxa tècnica

Boston Scientific Ibérica, SA, Cook España, SA, Olympus Iberia, SAU i Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenten uns catèters de dilatació força eficients a altes pressions.



Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte:

3. Tipus d'obertura: ràpida, sense trencament, mínima força...

Boston Scientific Ibérica, SA, Cook España, SA, Olympus Iberia, SAU i Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenten un embalatge d'obertura ràpida i sense trencament.

4. Ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: núm. lot, data de caducitat, ...

Boston Scientific Ibérica, SA, Cook España, SA, Olympus Iberia, SAU i Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenten un envàs de ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte.

5. Embalatge que hi figuri lliure de làtex.

Boston Scientific Ibérica, SA, Cook España, SA, Olympus Iberia, SAU i Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenten un embalatge o no hi figura lliure de làtex.

Adequació del producte als procediments mèdics o sanitaris:

6. Es valorarà la compatibilitat dels mateixos als procediments del centre així com l'absència de possibles efectes adversos al pacient.

Cook España, SA, Olympus Iberia, SAU i Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenten un producte que s'adequa correctament als procediments mèdics o sanitaris.

Boston Scientific Ibérica, SA, presenta un producte que s'adequa perfectament als procediments mèdics o sanitaris i permet treballar per CPRE.



• **LOT EN10 SISTEMA LIGADO MULTIBANDAS**

Empreses presentades:

- a/ BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA
- b/ PALEX MEDICAL, SA
- c/ LEXEL, SL
- d/ SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, SA

Criteris de valoració: (Màxim 25 punts)

	Boston	Palex	Lexel	STE
	a/	b/	c/	d/
1. N° bandes (0-5)	5.00	-	-	4.00
2. Facilitat d'ús (0-5)	5.00	-	-	2.00
3. Tipus obertura (0-2)	2.00	-	-	2.00
4. Visualització característiques (0-2)	2.00	-	-	2.00
5. Embalatge figuri lliure làtex (0-1)	0.00	-	-	1.00
6. Adequació producte (0-10)	10.00	-	-	5.00
TOTAL	24.00	-	-	16.00

Tal com s'indica en el punt 12 del quadre de característiques, per a poder avaluar correctament aquests productes és necessari i imprescindible la presentació de mostres durant el període de presentació de les ofertes fixat als anuncis de convocatòria publicats als diaris oficials corresponents. La no presentació de les mostres donarà lloc a l'exclusió del licitador de la present contractació, i es troba en aquesta situació l'empresa Palex Medical, SA.

Lexel, SL, presenta un sistema amb làtex i tal com indica en el Plec de Prescripcions Tècniques es sol·licita lliure de làtex. Per aquest motiu es desestima.

Prestacions tècniques i funcionals:

Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte.

1. N° de bandes que incorpora, a més bandes més punts.

Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenta un sistema que incorpora 6 bandes.

Boston Scientific Ibérica, SA, presenta un sistema que incorpora 7 bandes.

2. Facilitat d'ús.

Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenta un sistema de muntatge més laboriós i lent per a l'alliberament de bandes.

Boston Scientific Ibérica, SA, presenta un sistema de fàcil ús.

Tipus d'emalatge i forma de presentació del producte:

3. Tipus d'obertura: ràpida, sense trencament, mínima força...

Boston Scientific Ibérica, SA i Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenten un embalatge d'obertura ràpida i sense trencament.



4. Ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: núm. lot, data de caducitat, ...

Boston Scientific Ibérica, SA i Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenten un envàs de ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte.

5. Embalatge que hi figuri lliure de làtex.

Boston Scientific Ibérica, SA, presenta un embalatge on no hi figura lliure de làtex.

Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenta un embalatge on sí hi figura lliure de làtex.

Adequació del producte als procediments mèdics o sanitaris:

6. Es valorarà la compatibilitat dels mateixos als procediments del centre així com l'absència de possibles efectes adversos al pacient.

Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenta un sistema en que l'alliberació de bandes és menys controlable per absència de "topes" quan s'allibera cada una de les puntes.

Boston Scientific Ibérica, SA, presenta un sistema amb beina metàl·lica no deformable, amb "topes" per l'alliberació.



• **LOT EN11 BALÓN ENDOSCOPIA**

Empreses presentades:

a/ OLYMPUS IBERIA, SAU

Criteris de valoració: (Màxim 25 punts)

		Olympus
		a/
1.	Adaptabilitat (0-10)	10.00
2.	Tipus obertura (0-2)	2.00
3.	Visualització característiques (0-3)	3.00
4.	Adequació producte (0-10)	10.00
TOTAL		25.00

Prestacions tècniques i funcionals:

Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte.

1. Adaptabilitat a l'endoscopi.

Olympus Iberia, SAU, presenta uns balons de bones característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriment d'ús del producte.

Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte:

2. Tipus d'obertura: ràpida, sense trencament, mínima força...

Olympus Iberia, SAU, presenta un embalatge d'obertura ràpida i sense trencament.

3. Ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: núm. lot, data de caducitat, ...

Olympus Iberia, SAU, presenta un envàs de ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte.

Adequació del producte als procediments mèdics o sanitaris:

4. Es valorarà la compatibilitat dels mateixos als procediments del centre així com l'absència de possibles efectes adversos al pacient.

Olympus Iberia, SAU, presenta un producte adequat als procediments mèdics o sanitaris.



• **LOT EN12 ASA POLIPECTOMÍA**

Empreses presentades:

- a/ BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA
- b/ COOK ESPAÑA, SA
- c/ OLYMPUS IBERIA, SA
- d/ SONMÉDICA, SA
- e/ MEDICINA TÉCNICA WERKSTATTE IBÉRICA, SL
- f/ INTERSURGICAL ESPAÑA, SL
- g/ IZASA HOSPITAL, SLU
- h/ ALBYN MEDICAL, SL
- i/ LEXEL, SL
- j/ SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, SA

Criteris de valoració: (Màxim 35 punts)

		Boston	Cook	Olympus	Sonmédica	MTW
		a/	b/	c/	d/	e/
1.	D'una sola peça (0-5)	5.00	5.00	-	-	-
2.	Control tall (0-10)	10.00	10.00	-	-	-
3.	Rigidesa pressió llaç (0-8)	8.00	8.00	-	-	-
4.	Tipus obertura (0-2)	2.00	2.00	-	-	-
5.	Visualització característiques (0-2)	2.00	2.00	-	-	-
6.	Embalatge figuri lliure làtex (0-1)	0.00	0.00	-	-	-
7.	Adequació producte (0-7)	7.00	6.00	-	-	-
	TOTAL	34.00	33.00	-	-	-

		Intersurg.	Izasa	Albyn	Lexel	STE
		f/	g/	h/	i/	j/
1.	D'una sola peça (0-5)	5.00	5.00	-	5.00	-
2.	Control tall (0-10)	10.00	10.00	-	10.00	-
3.	Rigidesa pressió llaç (0-8)	5.00	8.00	-	5.00	-
4.	Tipus obertura (0-2)	2.00	2.00	-	2.00	-
5.	Visualització característiques (0-2)	2.00	2.00	-	2.00	-
6.	Embalatge figuri lliure làtex (0-1)	0.00	0.00	-	0.00	-
7.	Adequació producte (0-7)	7.00	6.00	-	7.00	-
	TOTAL	31.00	33.00	-	31.00	-

Olympus Iberia, SA, presenta nansa de 2.5cm de diàmetre i tal com indica en el Plec de Prescripcions Tècniques es sol·licita de 3cm de diàmetre. Per aquest motiu es desestima.

Tal com s'indica en el punt 12 del quadre de característiques, per a poder avaluar correctament aquests productes és necessari i imprescindible la presentació de mostres durant el període de presentació de les ofertes fixat als anuncis de convocatòria publicats als diaris oficials corresponents. La no presentació de les mostres donarà lloc a l'exclusió del licitador de la present contractació, i es troba en aquesta situació les empreses Sonmédica, SA i Albyn Medical, SL.

Medicina Técnica Werkstatte Ibérica, SL, presenta dues opcions per al mateix producte, i tal com indica en el punt 8 del quadre de característiques, no s'admeten variants. Per aquest motiu es desestima.

Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenta una nansa de 220cm de longitud de treball, i tal com indica en el Plec de Prescripcions Tècniques es sol·licita 240cm de longitud de treball. Per aquest motiu es desestima.

Prestacions tècniques i funcionals:



Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte.

1. D'una sola peça.

Boston Scientific Ibérica, SA, Cook España, SA, Intersurgical España, SL, Izasa Hospital, SLU i Lexel, SL, presenten un producte d'una sola peça.

2. Que permeti el control del tall, per minimitzar el sagnat.

Boston Scientific Ibérica, SA, Cook España, SA, Intersurgical España, SL, Izasa Hospital, SLU i Lexel, SL, presenten una nansa de polipectomia que permet el control del tall per minimitzar el sagnat.

3. Òptima rigidesa en la pressió del llaç amb la mucosa

Intersurgical España, SL i Lexel, SL, presenten un producte amb diàmetre de treball de 2.3mm, donant menys rigidesa en la pressió del llaç amb la mucosa.

Boston Scientific Ibérica, SA, Cook España, SA i Izasa Hospital, SLU, presenten un producte amb òptima rigidesa en la pressió del llaç amb la mucosa.

Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte:

4. Tipus d'obertura: ràpida, sense trencament, mínima força...

Boston Scientific Ibérica, SA, Cook España, SA, Intersurgical España, SL, Izasa Hospital, SLU i Lexel, SL, presenten un embalatge d'obertura ràpida i sense trencament.

5. Ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: núm. lot, data de caducitat, ...

Boston Scientific Ibérica, SA, Cook España, SA, Intersurgical España, SL, Izasa Hospital, SLU i Lexel, SL, presenten un envàs de ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte.

6. Embalatge que hi figuri lliure de làtex.

Boston Scientific Ibérica, SA, Cook España, SA, Intersurgical España, SL, Izasa Hospital, SLU i Lexel, SL, presenten un embalatge on no hi figura que sigui lliure de làtex

Adequació del producte als procediments mèdics o sanitaris:

7. Es valorarà la compatibilitat dels mateixos als procediments del centre així com l'absència de possibles efectes adversos al pacient.

Cook España, SA i Izasa Hospital, SLU, presenten un producte adequat als procediments mèdics o sanitaris.

Boston Scientific Ibérica, SA, Intersurgical España, SL i Lexel, SL, presenten un producte que s'adequa als procediments, i té l'avantatge que al tenir major diàmetre, permet tractar lesions més grans.



• **LOT EN12/1 ASA POLIPECTOMÍA RÍGIDA**

Empreses presentades:

- a/ BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA
- b/ COOK ESPAÑA, SA
- c/ SONMÉDICA, SA
- d/ MEDICINA TÉCNICA WERKSTATTE IBÉRICA, SL
- e/ INTERSURGICAL ESPAÑA, SL
- f/ ALBYN MEDICAL, SL

Criteris de valoració: (Màxim 35 punts)

		Boston	Cook	Sonméd.	MTW	Intersurg.	Albyn
		a/	b/	c/	d/	e/	f/
1.	D'una sola peça (0-5)	-	-	-	5.00	5.00	-
2.	Control tall (0-10)	-	-	-	10.00	10.00	-
3.	Rigidesa pressió llaç (0-8)	-	-	-	8.00	8.00	-
4.	Tipus obertura (0-2)	-	-	-	2.00	2.00	-
5.	Visualització característiques (0-2)	-	-	-	2.00	2.00	-
6.	Embalatge figuri lliure làtex (0-1)	-	-	-	0.00	0.00	-
7.	Adequació producte (0-7)	-	-	-	5.00	7.00	-
	TOTAL	-	-	-	32.00	34.00	-

Boston Scientific Ibérica, SA, presenta nansa de polipectomia amb diàmetre del llaç de 15mm, i tal com indica en el Plec de Prescripcions Tècniques es sol·licita amb diàmetre del llaç de 20mm (+/-1mm). Per aquest motiu es desestima.

Cook España, SA, presenta dues opcions per al mateix producte, i tal com indica en el punt 8 del quadre de característiques, no s'admeten variants. Per aquest motiu es desestima.

Tal com s'indica en el punt 12 del quadre de característiques, per a poder avaluar correctament aquests productes és necessari i imprescindible la presentació de mostres durant el període de presentació de les ofertes fixat als anuncis de convocatòria publicats als diaris oficials corresponents. La no presentació de les mostres donarà lloc a l'exclusió del licitador de la present contractació, i es troba en aquesta situació l'empresa Sonmédica, SA.

Albyn Medical, SL, presenta una nansa sense anells espirals integrats i filferro trenat, i tal com indica en el Plec de Prescripcions Tècniques es sol·licita amb anells espirals integrats i filferro trenat. Per aquest motiu es desestima.

Prestacions tècniques i funcionals:


Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte.

1.D'una sola peça.

Medicina Técnica Werkstatte Ibérica, SL i Intersurgical España, SL, presenten un producte d'una sola peça.

2. Que permeti el control del tall, per minimitzar el sagnat.

Medicina Técnica Werkstatte Ibérica, SL i Intersurgical España, SL, presenten una nansa que permet el control del tall, per minimitzar el sagnat



3. Òptima rigidesa en la pressió del llaç amb la mucosa

Medicina Técnica Werkstatte Ibérica, SL i Intersurgical España, SL, presenten un producte d'òptima rigidesa en la pressió del llaç amb la mucosa.

Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte:

4. Tipus d'obertura: ràpida, sense trencament, mínima força...

Medicina Técnica Werkstatte Ibérica, SL i Intersurgical España, SL, presenten un embalatge d'obertura ràpida i sense trencament.

5. Ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: núm. lot, data de caducitat, ...

Medicina Técnica Werkstatte Ibérica, SL i Intersurgical España, SL, presenten un envàs de ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte.

6. Embalatge que hi figuri lliure de làtex.

Medicina Técnica Werkstatte Ibérica, SL i Intersurgical España, SL presenten un embalatge on no hi figura lliure de làtex.

Adequació del producte als procediments mèdics o sanitaris:

7. Es valorarà la compatibilitat dels mateixos als procediments del centre així com l'absència de possibles efectes adversos al pacient.

Medicina Técnica Werkstatte Ibérica, SL, presenta un producte que s'adequa als procediments mèdics o sanitaris.

Intersurgical España, SL, presenta un producte que s'adequa als procediments mèdics o sanitaris, a més, el seu mànec amb didals ofereix una millor subjecció.



• **LOT EN13 LITOTRIPTOR MECÁNICO**

Empreses presentades:

- a/ BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA
- b/ SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, SA

Criteris de valoració: (Màxim 25 punts)

		Boston	STE
		a/	b/
1.	Extracció (0-5)	5.00	3.00
2.	Maniobrabilitat (0-5)	5.00	5.00
3.	Tipus obertura (0-2)	2.00	2.00
4.	Visualització característiques (0-2)	2.00	2.00
5.	Embalatge figuri lliure làtex (0-1)	0.00	0.00
6.	Adequació producte (0-10)	10.00	2.00
TOTAL		24.00	14.00

Tal i com indica en els criteris de valoració depenents d'un judici de valor-sobre B, per tal d'accedir a la següent fase de valoració, oferta econòmica (sobre-C), caldrà assolir un mínim de 16 punts en la valoració tècnica, en cas contrari no passarà a la següent fase i quedarà exclòs del procediment. Sistemes Tècnics Endoscòpics, SA, queda desestimats per aquest motiu.

Prestacions tècniques i funcionals:

Comportament del material:

1. Facilitat d'extracció.

Sistemas Tècnics Endoscòpics, SA, presenta un sistema amb cistella d'extracció més petita.

Boston Scientific Ibérica, SA, presenta un sistema amb cistella d'extracció més gran, per tant, es poden trencar peces més grans.

2. Facilitat en la maniobrabilitat.

Boston Scientific Ibérica, SA i Sistema Tècnics Endoscòpics, SA, presenten un litotriptor de fàcil maniobrabilitat.

Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte:

3. Tipus d'obertura: ràpida, sense trencament, mínima força...

Boston Scientific Ibérica, SA i Sistemas Tècnics Endoscòpics, SA, presenten un embalatge d'obertura ràpida i sense trencament.

4. Ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: núm. lot, data de caducitat, ...

Boston Scientific Ibérica, SA i Sistemas Tècnics Endoscòpics, SA, presenten un envàs de ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte.

5. Embalatge que hi figuri lliure de làtex.

Boston Scientific Ibérica, SA i Sistemas Tècnics Endoscòpics, SA, presenten un envàs o no hi figura lliure de làtex.




Adequació del producte als procediments mèdics o sanitaris:

6. Es valorarà la compatibilitat dels mateixos als procediments del centre així com l'absència de possibles efectes adversos al pacient.

Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenta un litotriptor que la litotricia cal fer-la manual, per l'assistencial l'eficàcia de la litotricia i com a conseqüència depèn de la força de la mà del professional. El sistema d'intercanvi de guia curta està a 5cm de l'extrem distal, afavorint la inestabilitat de la guia.

Boston Scientific Ibérica, SA, presenta un litotriptor que permet fer la litotricia de manera assistida per pistola.



• **LOT EN14 GUÍA PARA ERCP**

Empreses presentades:

- a/ BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA
- b/ COOK ESPAÑA, SA
- c/ OLYMPUS IBERIA, SAU
- d/ SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, SA

Criteris de valoració: (Màxim 35 punts)

		Boston	Cook	Olympus	STE
		a/	b/	c/	d/
1.	Flexibilitat de la punta (0-8)	-	-	8.00	-
2.	Rigidesa nucli guia (0-8)	-	-	8.00	-
3.	Navegació fluida (0-8)	-	-	8.00	-
4.	Tipus obertura (0-2)	-	-	2.00	-
5.	Visualització característiques (0-2)	-	-	2.00	-
6.	Embalatge figurelliure làtex (0-1)	-	-	0.00	-
7.	Adequació producte (0-6)	-	-	6.00	-
TOTAL		-	-	34.00	-

Boston Scientific Ibérica, SA, Cook España, SA i Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenten una guia de 260cm de longitud, i tal com indica en el Plec de Prescripcions Tècniques es sol·licita de 270cm (+/-5cm). Per aquest motiu es desestimen.

Prestacions tècniques i funcionals:

Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte.

1. Es valorarà la flexibilitat de la punta, que faciliti la canul·lació.

Olympus Iberia, SAU, presenta una guia amb punta flexible que facilita la canul·lació.

2. Rigidesa del nucli de la guia.

Olympus Iberia, SAU, presenta un producte correcte en quant a rigidesa del nucli de la guia.

3. Navegació fluida en anatomies complicades.

Olympus Iberia, SAU, presenta una guia de navegació fluida en anatomies complicades.


Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte:

4. Tipus d'obertura: ràpida, sense trencament, mínima força...

Olympus Iberia, SAU, presenta un embalatge d'obertura ràpida i sense trencament.

5. Ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: núm. lot, data de caducitat, ...

Olympus Iberia, SAU, presenta un envàs de ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte.



6. Embalatge que hi figuri lliure de làtex.

Olympus Iberia, SAU, presenta un embalatge on no hi figura lliure de làtex.

Adequació del producte als procediments mèdics o sanitaris:

7. Es valorarà la compatibilitat dels mateixos als procediments del centre així com l'absència de possibles efectes adversos al pacient.

Olympus Iberia, SAU, presenta un producte adequat als procediments mèdics o sanitaris.



• **LOT EN15 GUÍA ACCESO BILIAR**

Empreses presentades:

- a/ BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA
- b/ COOK ESPAÑA, SA
- c/ OLYMPUS IBERIA, SAU
- d/ SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, SA

Criteris de valoració: (Màxim 35 punts)

		Boston	Cook	Olympus	STE
		a/	b/	c/	d/
1.	Flexibilitat de la punta (0-8)	8.00	8.00	8.00	8.00
2.	Rigidesa nucli guia (0-8)	8.00	8.00	8.00	8.00
3.	Navegació fluida (0-8)	8.00	8.00	8.00	8.00
4.	Tipus obertura (0-2)	2.00	2.00	2.00	2.00
5.	Visualització característiques (0-2)	2.00	2.00	2.00	2.00
6.	Embalatge figurelliure làtex (0-1)	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Adequació producte (0-6)	6.00	6.00	6.00	6.00
	TOTAL	34.00	34.00	34.00	34.00

Prestacions tècniques i funcionals:

Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte.

1. Es valorarà la flexibilitat de la punta, que faciliti la canul·lació.

Boston Scientific Ibérica, SA, Cook España, SA, Olympus Iberia, SAU i Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenten una guia de punta flexible que facilita la canul·lació.

2. Rigidesa del nucli de la guia.

Boston Scientific Ibérica, SA, Cook España, SA, Olympus Iberia, SAU i Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenten un producte correcte en quant a rigidesa del nucli de la guia.

3. Navegació fluida en anatomies complicades

Boston Scientific Ibérica, SA, Cook España, SA, Olympus Iberia, SAU i Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenten una guia de navegació fluida en anatomies tortuoses.

Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte:

4. Tipus d'obertura: ràpida, sense trencament, mínima força...

Boston Scientific Ibérica, SA, Cook España, SA, Olympus Iberia, SAU i Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenten un embalatge d'obertura ràpida i sense trencament.

5. Ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: núm. lot, data de caducitat, ...

Boston Scientific Ibérica, SA, Cook España, SA, Olympus Iberia, SAU i Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenten un envàs de ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte.



6. Embalatge que hi figuri lliure de làtex.

Boston Scientific Ibérica, SA, Cook España, SA, Olympus Iberia, SAU i Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenten un embalatge on no hi figura lliure de làtex.

Adequació del producte als procediments mèdics o sanitaris:

7. Es valorarà la compatibilitat dels mateixos als procediments del centre així com l'absència de possibles efectes adversos al pacient.

Boston Scientific Ibérica, SA, Cook España, SA, Olympus Iberia, SAU i Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenten un producte adequat als procediments mèdics o sanitaris.



• **LOT EN16 LAZO HEMOSTASIA**

Empreses presentades:

- a/ OLYMPUS IBERIA, SAU
- b/ PALEX MEDICAL, SA
- c/ ALBYN MEDICAL, SL

Criteris de valoració: (Màxim 15 punts)

		Olympus	Palex	Albyn
		a/	b/	c/
1.	Tipus d'obertura (0-2)	2.00	-	2.00
2.	Visualització característiques (0-3)	3.00	-	2.00
3.	Adequació producte (0-10)	10.00	-	5.00
TOTAL		15.00	-	9.00

Palex Medical, SA, presenta una nauja de polipectomia i tal com indica en el Plec de Prescripcions Tècniques es sol·licita llaç d'hemostàsia. Per aquest motiu es desestima.

Tal i com indica en els criteris de valoració depenents d'un judici de valor-sobre B, per tal d'accedir a la següent fase de valoració, oferta econòmica (sobre-C), caldrà assolir un mínim de 10 punts en la valoració tècnica, en cas contrari no passarà a la següent fase i quedarà exclòs del procediment. Albyn Medical, SL, queda desestimat per aquest motiu.

Prestacions tècniques i funcionals:

Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte:

1. Tipus d'obertura: ràpida, sense trencament, mínima força...

Olympus Iberia, SAU i Albyn Medical, SL, presenten un embalatge d'obertura ràpida i sense trencament.

2. Ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: núm. lot, data de caducitat, ...

Albyn Medical, SL, presenta una envàs de ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte, però no especifica que sigui lliure de làtex.

Olympus Iberia, SAU, presenta un envàs de ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte i especifica en l'embalatge que el material és lliure de làtex.

Adequació del producte als procediments mèdics o sanitaris:

3. Es valorarà la compatibilitat dels mateixos als procediments del centre així com l'absència de possibles efectes adversos al pacient.

Albyn Medical, SL, presenta un producte que s'adequa als procediments mèdics o sanitaris.

Olympus Iberia, SAU, presenta un producte que s'adequa als procediments mèdics o sanitaris, a més, el seu mànec amb didals ofereix una millor subjecció i ergonomia en la maniobrabilitat.



• **LOT EN17 AGUJA ECOGRÁFICA. 25G**

Empreses presentades:

a/ BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA
b/ COOK ESPAÑA, SA

Criteris de valoració: (Màxim 35 punts)

		Boston	Cook
		a/	b/
1.	Ergonomia (0-5)	5.00	5.00
2.	Visibilitat agulla (0-6)	6.00	6.00
3.	Maniobrabilitat (0-7)	7.00	7.00
4.	Facilitat accés (0-7)	7.00	7.00
5.	Tipus obertura (0-2)	2.00	2.00
6.	Visualització característiques (0-2)	2.00	2.00
7.	Adequació producte (0-6)	6.00	6.00
TOTAL		35.00	35.00

Prestacions tècniques i funcionals:

Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte.

1. Ergonomia, facilitat d'ús.

Boston Scientific Ibérica, SA i Cook España, SA, presenten una agulla amb facilitat d'ús.

2. Visibilitat de l'agulla.

Boston Scientific Ibérica, SA i Cook España, SA, presenten una agulla amb bona visibilitat.

3. Maniobrabilitat, rigidesa o flexibilitat de l'agulla en el canal de treball.

Boston Scientific Ibérica, SA i Cook España, SA, presenten una agulla correcta en quant a maniobrabilitat, rigidesa o flexibilitat en el canal de treball.

4. Facilitat d'accés tissular.

Boston Scientific Ibérica, SA i Cook España, SA, presenten una agulla amb facilitat d'accés tissular.

Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte:

5. Tipus d'obertura: ràpida, sense trencament, mínima força...

Boston Scientific Ibérica i Cook España, SA, presenten un embalatge d'obertura ràpida i sense trencament.

6. Ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: núm. lot, data de caducitat, ...

Boston Scientific Ibérica, SA i Cook España, SA, presenten un envàs de ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte.



Adequació del producte als procediments mèdics o sanitaris:

7. Es valorarà la compatibilitat dels mateixos als procediments del centre així com l'absència de possibles efectes adversos al pacient.

Boston Scientific Ibérica, SA i Cook España, SA, presenten un producte adequat als procediments mèdics o sanitaris.

• **LOT EN18 AGUJA BIOPSIA ULTRASONIDOS**

Empreses presentades:

- a/ BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA
b/ COOK ESPAÑA, SA

Criteris de valoració: (Màxim 35 punts)

		Boston	Cook
		a/	b/
1.	Ergonomia (0-5)	-	5.00
2.	Visibilitat agulla (0-6)	-	6.00
3.	Maniobrabilitat (0-7)	-	7.00
4.	Facilitat accés (0-7)	-	7.00
5.	Tipus obertura (0-2)	-	2.00
6.	Visualització característiques (0-2)	-	2.00
7.	Adequació producte (0-6)	-	6.00
TOTAL		-	35.00

Boston Scientific Ibérica, SA, en el codi 3756 presenta agulla sense forats laterals, i tal com indica en el Plec de Prescripcions Tècniques es sol·licita amb forats laterals. Per aquest motiu es desestima.

Prestacions tècniques i funcionals:

Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte.

1. Ergonomia, facilitat d'ús.

Cook España, SA, presenta una agulla amb bona ergonomia i facilitat d'ús.

2. Visibilitat de l'agulla.

Cook España, SA, presenta una agulla amb bona visibilitat.

3. Maniobrabilitat, rigidesa o flexibilitat de l'agulla en el canal d treball.

Cook España, SA, presenta una agulla correcte en quant a maniobrabilitat, rigidesa o flexibilitat en el canal de treball.

4. Facilitat d'accés tissular.

Cook España, SA, presenta una agulla amb facilitat d'accés tissular.

Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte:

5. Tipus d'obertura: ràpida, sense trencament, mínima força...

Cook España, SA, presenta un embalatge d'obertura ràpida i sense trencament.



6. Ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: núm. lot, data de caducitat, ...

Cook España, SA, presenta una agulla de ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte.

Adequació del producte als procediments mèdics o sanitaris:

7. Es valorarà la compatibilitat dels mateixos als procediments del centre així com l'absència de possibles efectes adversos al pacient.

Cook España, SA, presenta un producte adequat als procediments mèdics o sanitaris.



• **LOT EN19 AGUJA CALIBRADORS**

Empreses presentades:

a/ BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA

b/ COOK ESPAÑA, SA

c/ OLYMPUS IBERIA, SAU

d/ IZASA HOSPITAL, SLU

Criteris de valoració: (Màxim 35 punts)

		Boston	Cook	Olympus	Izasa
		a/	b/	c/	d/
1.	Ergonomia (0-5)	5.00	5.00	5.00	4.00
2.	Visibilitat agulla (0-6)	6.00	6.00	5.00	4.00
3.	Maniobrabilitat (0-7)	7.00	7.00	5.00	4.00
4.	Facilitat accés (0-7)	7.00	7.00	6.00	6.00
5.	Tipus obertura (0-2)	2.00	2.00	2.00	2.00
6.	Visualització característiques (0-2)	2.00	2.00	2.00	2.00
7.	Adequació producte (0-6)	6.00	6.00	6.00	6.00
	TOTAL	35.00	35.00	31.00	28.00

Prestacions tècniques i funcionals:

Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte.

1. Ergonomia, facilitat d'ús.

Izasa Hospital, SLU, presenta una agulla d'ergonomia correcta, incòmode de maniobrar.

Boston Scientific Ibérica, SA, Cook España, SA i Olympus Iberia, SAU, presenten una agulla d'excel·lent ergonomia.

2. Visibilitat de l'agulla.

Izasa Hospital, SLU, presenta una agulla de correcta visibilitat.

Olympus Iberia, SAU, presenta una agulla de bona visibilitat.

Boston Scientific Ibérica, SA i Cook España, SA, presenten una agulla d'excel·lent visibilitat.

3. Maniobrabilitat, rigidesa o flexibilitat de l'agulla en el canal d treball.

Izasa Hospital, SLU, presenta una agulla que respecte a la maniobrabilitat, rigidesa i flexibilitat, té dificultats d'ús.

Olympus Iberia, SAU, presenta una agulla de maniobrabilitat correcta.

Boston Scientific Ibérica, SA i Cook España, SA, presenten una agulla d'excel·lent maniobrabilitat.

4. Facilitat d'accés tissular.

Olympus Iberia, SAU i Izasa Hospital, SLU, presenten una agulla de fàcil accés tissular.

Boston Scientific Ibérica, SA i Cook España, SA, presenten una agulla amb molta facilitat d'accés tissular.



Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte:

5. Tipus d'obertura: ràpida, sense trencament, mínima força...

Boston Scientific Ibérica, SA, Cook España, SA, Olympus Iberia, SAU i Izasa Hospital, SLU, presenten un embalatge d'obertura ràpida i sense trencament.

6. Ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: núm. lot, data de caducitat, ...

Boston Scientific Ibérica, SA, Cook España, SA, Olympus Iberia, SAU i Izasa Hospital, SLU, presenten un envàs de ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte.

Adequació del producte als procediments mèdics o sanitaris:

7. Es valorarà la compatibilitat dels mateixos als procediments del centre així com l'absència de possibles efectes adversos al pacient.

Boston Scientific Ibérica, SA, Cook España, SA, Olympus Iberia, SAU i Izasa Hospital, SLU, presenten un producte adequat als procediments mèdics o sanitaris.



• **LOT EN20 AGUJA ECOGRÁFICA**

Empreses presentades:

- a/ BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA
- b/ COOK ESPAÑA, SA
- c/ OLYMPUS IBERIA, SAU
- d/ IZASA HOSPITAL, SLU

Criteris de valoració: (Màxim 35 punts)

		Boston	Cook	Olympus	Izasa
		a/	b/	c/	d/
1.	Ergonomia (0-5)	5.00	5.00	5.00	4.00
2.	Visibilitat agulla (0-6)	6.00	6.00	5.00	4.00
3.	Maniobrabilitat (0-7)	7.00	7.00	5.00	4.00
4.	Facilitat accés (0-7)	7.00	7.00	6.00	6.00
5.	Tipus obertura (0-2)	2.00	2.00	2.00	2.00
6.	Visualització característiques (0-2)	2.00	2.00	2.00	2.00
7.	Adequació producte (0-6)	6.00	6.00	6.00	6.00
TOTAL		35.00	35.00	31.00	28.00

Prestacions tècniques i funcionals:

Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte.

1. Ergonomia, facilitat d'ús.

Izasa Hospital, SLU, presenta una agulla d'ergonomia correcta, una mica incòmode de maniobrar.

Boston Scientific Ibérica, SA, Cook España, SA i Olympus Iberia, SAU, presenten una agulla d'excel·lent ergonomia.

2. Visibilitat de l'agulla.

Izasa Hospital, SLU, presenta una agulla de correcta visibilitat.

Olympus Iberia, SAU, presenta una agulla de bona visibilitat.

Boston Scientific Ibérica, SA i Cook España, SA, presenten una agulla d'excel·lent visibilitat.

3. Maniobrabilitat, rigidesa o flexibilitat de l'agulla en el canal d treball.

Izasa Hospital, SLU, presenta una agulla que respecte a la maniobrabilitat, rigidesa i flexibilitat, té dificultats d'ús.


Olympus Iberia, SAU, presenta una agulla de maniobrabilitat correcta.

Boston Scientific Ibérica, SA i Cook España, SA, presenten una agulla d'excel·lent maniobrabilitat.

4. Facilitat d'accés tissular.

Olympus Iberia, SAU i Izasa Hospital, SLU, presenten una agulla de fàcil accés tissular.

Boston Scientific Ibérica, SA i Cook España, SA, presenten una agulla amb molta facilitat d'accés tissular.



Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte:

5. Tipus d'obertura: ràpida, sense trencament, mínima força...

Boston Scientific Ibérica, SA, Cook España, SA, Olympus Iberia, SAU i Izasa Hospital, SLU, presenten un embalatge d'obertura ràpida i sense trencament.

6. Ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: núm. lot, data de caducitat, ...

Boston Scientific Ibérica, SA, Cook España, SA, Olympus Iberia, SAU i Izasa Hospital, SLU, presenten un envàs de ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte.

Adequació del producte als procediments mèdics o sanitaris:

7. Es valorarà la compatibilitat dels mateixos als procediments del centre així com l'absència de possibles efectes adversos al pacient.

Boston Scientific Ibérica, SA, Cook España, SA, Olympus Iberia, SAU i Izasa Hospital, SLU, presenten un producte adequat als procediments mèdics o sanitaris.



• **LOT EN21 FÓRCEPS BIOPSIA**

Empreses presentades:

- a/ BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA
- b/ OLYMPUS IBERIA, SAU
- c/ PALEX MEDICAL, SA
- d/ IZASA HOSPITAL, SLU
- e/ SISTEMA TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, SA

Criteris de valoració: (Màxim 35 punts)

		Boston	Olympus	Palex	Izasa	STE
		a/	b/	c/	d/	e/
1.	Inserció suau (0-5)	5.00	5.00	-	5.00	5.00
2.	Precisió tancament (0-5)	5.00	5.00	-	5.00	5.00
3.	Obtenció mostres (0-7)	7.00	7.00	-	7.00	7.00
4.	No malmeti material inventariable (0-7)	7.00	7.00	-	7.00	7.00
5.	Tipus obertura (0-2)	2.00	2.00	-	2.00	2.00
6.	Visualització característiques (0-2)	2.00	2.00	-	2.00	2.00
7.	Embalatge hi figuri lliure de làtex (0-1)	0.00	1.00	-	0.00	0.00
8.	Adequació producte (0-6)	6.00	6.00	-	6.00	6.00
TOTAL		34.00	35.00	-	34.00	34.00

Tal com s'indica en el punt 12 del quadre de característiques, per a poder avaluar correctament aquests productes és necessari i imprescindible la presentació de mostres durant el període de presentació de les ofertes fixat als anuncis de convocatòria publicats als diaris oficials corresponents. La no presentació de les mostres donarà lloc a l'exclusió del licitador de la present contractació, i es troba en aquesta situació l'empresa Palex Medical, SA.

Prestacions tècniques i funcionals:

Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte.

1. Inserció suau a través del canal endoscopi.

Boston Scientific Ibérica, SA, Olympus Iberia, SAU, Izasa Hospital, SLU i Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenten unes pinces de biòpsia d'inserció suau a través del canal endoscopi.

2. Precisió en el tancament.

Boston Scientific Ibérica, SA, Olympus Iberia, SAU, Izasa Hospital, SLU i Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenten unes pinces amb bona precisió en el tancament.

3. Òptima obtenció de mostres de teixit.

Boston Scientific Ibérica, SA, Olympus Iberia, SAU, Izasa Hospital, SLU i Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenten un producte amb òptima obtenció de mostres de teixit.

4. Que no malmeti el material inventariable.

Boston Scientific Ibérica, SA, Olympus Iberia, SAU, Izasa Hospital, SLU i Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenten unes pinces que no malmeten el material inventariable.



Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte:

5. Tipus d'obertura: ràpida, sense trencament, mínima força...

Boston Scientific Ibérica, SA, Olympus Iberia, SAU, Izasa Hospital, SLU i Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenten un embalatge d'obertura ràpida i sense trencament.

6. Ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: núm. lot, data de caducitat, ...

Boston Scientific Ibérica, SA, Olympus Iberia, SAU, Izasa Hospital, SLU i Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenten un envàs de ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte.

7. Embalatge hi figuri lliure de làtex.

Boston Scientific Ibérica, SA, Izasa Hospital, SLU i Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenten un embalatge on no hi figura lliure de làtex.

Olympus Iberia, SAU, presenta un embalatge on sí hi figura lliure de làtex.

Adequació del producte als procediments mèdics o sanitaris:

8. Es valorarà la compatibilitat dels mateixos als procediments del centre així com l'absència de possibles efectes adversos al pacient.

Boston Scientific Ibérica, SA, Olympus Iberia, SAU, Izasa Hospital, SLU i Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenten un producte adequat als procediments mèdics o sanitaris.



• **LOT EN22 ASA CUERPOS EXTRAÑOS**

Empreses presentades:

- a/ BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA
- b/ MEDICINA TÉCNICA WERKSTATTE IBÉRICA, SL
- c/ INTERSURGICAL ESPAÑA, SL
- d/ IZASA HOSPITAL, SLU
- e/ ALBYN MEDICAL, SL
- f/ LEXEL, SL
- g/ SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, SA

Criteris de valoració: (Màxim 35 punts)

		Boston	MTW	Intersurg.	Izasa	Albyn	Lexel	STE
		a/	b/	c/	d/	e/	f/	g/
1.	Resistència malla (0-10)	10.00	8.00	10.00	10.00	5.00	10.00	8.00
2.	Facilitat extracció (0-10)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
3.	Tipus obertura (0-2)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
4.	Visualització característiques (0-2)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
5.	Embalatge figuri lliure de làtex (0-1)	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Adequació producte (0-10)	10.00	7.00	10.00	2.00	7.00	5.00	5.00
TOTAL		34.00	29.00	35.00	26.00	26.00	29.00	27.00

Prestacions tècniques i funcionals:

Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte.

1. Resistència de la malla.

Albyn Medical, SL, presenta un cistella de malla poc resistent.

Medicina Tècnica Werkstatte Ibérica, SL i Sistema Tècnics Endoscòpics, SA, presenten una cistella de malla bastant resistent.

Boston Scientific Ibérica, SA, Intersurgical España, SL, Izasa Hospital, SLU i Lexel, SL, presenten una cistella amb una malla de major resistència.

2. Facilitat d'extracció i manipulació.

Boston Scientific Ibérica, SA, Medicina Tècnica Werkstatte Iberia, SL, Intersurgical España, SL, Izasa Hospital, SLU, Albyn Medical, SL, Lexel, SL i Sistemas Tècnics Endoscòpics, SA, presenten una cistella amb facilitat d'extracció i manipulació.

Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte:

3. Tipus d'obertura: ràpida, sense trencament, mínima força...

Boston Scientific Ibérica, SA, Medicina Tècnica Werkstatte Iberia, SL, Intersurgical España, SL, Izasa Hospital, SLU, Albyn Medical, SL, Lexel, SL i Sistemas Tècnics Endoscòpics, SA, presenten un embalatge d'obertura ràpida i sense trencament.



4. Ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: núm. lot, data de caducitat, ...

Boston Scientific Ibérica, SA, Medicina Técnica Werkstatte Iberia, SL, Intersurgical España, SL, Izasa Hospital, SLU, Albyn Medical, SL, Lexel, SL i Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenten un envàs de ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte.

5. Embalatge hi figuri lliure de làtex.

Boston Scientific Ibérica, SA, Medicina Técnica Werkstatte Iberia, SL, Izasa Hospital, SLU, Albyn Medical, SL, Lexel, SL i Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenten un embalatge on no hi figura lliure de làtex.

Intersurgical España, SL, presenta un embalatge on sí hi figura lliure de làtex.

Adequació del producte als procediments mèdics o sanitaris:

6. Es valorarà la compatibilitat dels mateixos als procediments del centre així com l'absència de possibles efectes adversos al pacient.

Izasa Hospital, SLU, presenta un producte amb mecanisme molt dur, es requereix molta extensió de la ma, dificultant la maniobra en mans petites.

Lexel, SL i Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenten un producte amb mecanisme d'obertura i tancament de la nansa poc suau, rudimentari.

Medicina Técnica Werkstatte Ibérica, SL i Albyn Medical, SL, presenten un producte amb mecanisme suau i disseny del mànec correcte.

Boston Scientific Ibérica, SA i Intersurgical España, SL, presenten un producte amb mecanisme molt suau i disseny del mànec que facilita molt la seva maniobrabilitat.



• **LOT EN23 CATÈTER PARA TINTADO**

Empreses presentades:

- a/ OLYMPUS IBERIA, SAU
- b/ SONMÉDICA, SA
- c/ IZASA HOSPITAL, SLU
- d/ ALBYN MEDICAL, SL
- e/ SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, SA

Criteris de valoració: (Màxim 15 punts)

		Olympus	Somédica	Izasa	Albyn	STE
		a/	b/	c/	d/	e/
1.	Tipus d'obertura (0-2)	2.00	-	-	-	-
2.	Visualització característiques (0-3)	3.00	-	-	-	-
3.	Adequació producte (0-10)	10.00	-	-	-	-
	TOTAL	15.00	-	-	-	-

Tal com s'indica en el punt 12 del quadre de característiques, per a poder avaluar correctament aquests productes és necessari i imprescindible la presentació de mostres durant el període de presentació de les ofertes fixat als anuncis de convocatòria publicats als diaris oficials corresponents. La no presentació de les mostres donarà lloc a l'exclusió del licitador de la present contractació, i es troba en aquesta situació les empreses Sonmédica, SA i Albyn Medical, SL.

Izasa Hospital, SLU, presenta un catèter de 230cm de longitud de treball, i tal com indica en el Plec de Prescripcions Tècniques es sol·licita de 240cm (+/- 5cm). Per aquest motiu es desestima.

Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenta un catèter de 220cm de longitud de treball, i tal com indica en el Plec de Prescripcions Tècniques es sol·licita 240cm (+/- 5cm). Per aquest motiu es desestima.

Prestacions tècniques i funcionals:

Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte:

1. Tipus d'obertura: ràpida, sense trencament, mínima força...

Olympus Iberia, SAU, presenta un embalatge d'obertura ràpida i sense trencament.

2. Ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: núm. lot, data de caducitat, ...

Olympus Iberia, SAU, presenta un envàs de ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte.

Adequació del producte als procediments mèdics o sanitaris:

3. Es valorarà la compatibilitat dels mateixos als procediments del centre així com l'absència de possibles efectes adversos al pacient.

Olympus Iberia, SAU, presenta un producte adequat als procediments mèdics o sanitaris.



• **LOT EN25 CEPILLO LIMPIEZA DESECHABLE**

Empreses presentades:

- a/ OLYMPUS IBERIA, SAU
- b/ SONMÉDICA, SA
- c/ STERIS IBERIA, SA

Criteris de valoració: (Màxim 30 punts)

		Olympus	Sonmédica	Steris
		a/	b/	c/
1.	Capacitat neteja (0-8)	8.00	-	-
2.	Canal treball (0-9)	9.00	-	-
3.	Comoditat en l'ús (0-8)	8.00	-	-
4.	Tipus obertura (0-3)	3.00	-	-
5.	Visualització característiques (0-2)	2.00	-	-
	TOTAL	30.00	-	-

Tal com s'indica en el punt 12 del quadre de característiques, per a poder avaluar correctament aquests productes és necessari i imprescindible la presentació de mostres durant el període de presentació de les ofertes fixat als anuncis de convocatòria publicats als diaris oficials corresponents. La no presentació de les mostres donarà lloc a l'exclusió del licitador de la present contractació, i es troba en aquesta situació les empreses Sonmédica, SA.

Steris Iberia, SA, en el codi 273 presenta raspall amb longitud de treball 230cm i cerres entre 5 i 7mm, i tal com indica en el Plec de Prescripcions Tècniques es sol·licita longitud de treball de 160cm i cerres de 3mm. Per aquest motiu es desestima.

Prestacions tècniques i funcionals:

Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte.

1. Capacitat de neteja. es valorarà l'espessor del raspall i la capacitat d'arrossegament.

Olympus Iberia, SAU, presenta un raspall amb bona capacitat de neteja, espessor i arrossegament.

2. Que no malmeti el canal de treball del material inventariable.

Olympus Iberia, SAU, presenta un raspall que no malmet el canal de treball del material inventariable.

3. Comoditat en l'ús, es valorarà la flexibilitat, que no generi esquitxades ni altres inconvenients.

Olympus Iberia, SAU, presenta un raspall còmode en el seu ús, flexible i no genera esquitxades ni altres inconvenients.

Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte:


4. Tipus d'obertura: ràpida, sense trencament, mínima força...

Olympus Iberia, SAU, presenta un embalatge d'obertura ràpida i sense trencament.



5. Ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: núm. lot, data de caducitat, ...

Olympus Iberia, SAU, presenta un envàs de ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte.



• **LOT EN31 RECOGEDOR DE PÓLIPOS**

Empreses presentades:

- a/ BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA
- b/ OLYMPUS IBERIA, SAU
- c/ PALEX MEDICAL, SA
- d/ SONMÉDICA, SA
- e/ MEDICINA TÉCNICA WERKSTATTE IBÉRICA, SL
- f/ INTERSURGIAL ESPAÑA, SL
- g/ ALBYN MEDICAL, SL
- h/ SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS, SA
- i/ IZASA HOSPITAL, SLU

Criteris de valoració: (Màxim 35 punts)

		Boston	Olympus	Palex	Sonméd.
		a/	b/	c/	d/
1.	Tapa de contenidor (0-10)	-	-	10.00	-
2.	Connexió tubs (0-5)	-	-	5.00	-
3.	Identificació càmeres (0-5)	-	-	2.00	-
4.	Tipus d'obertura (0-2)	-	-	2.00	-
5.	Visualització característiques (0-2)	-	-	0.00	-
6.	Embalatge figuri lliure làtex (0-1)	-	-	0.00	-
7.	Adequació producte (0-10)	-	-	10.00	-
	TOTAL	-	-	29.00	-

		MTW	Intersurg.	Albyn	STE	Izasa
		e/	f/	g/	h/	i/
1.	Tapa de contenidor (0-10)	10.00	5.00	3.00	3.00	-
2.	Connexió tubs (0-5)	5.00	3.00	0.00	2.00	-
3.	Identificació càmeres (0-5)	5.00	4.00	5.00	2.00	-
4.	Tipus d'obertura (0-2)	1.00	1.00	0.00	2.00	-
5.	Visualització característiques (0-2)	2.00	2.00	2.00	2.00	-
6.	Embalatge figuri lliure làtex (0-1)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
7.	Adequació producte (0-10)	10.00	1.00	3.00	5.00	-
	TOTAL	33.00	16.00	13.00	16.00	-

Boston Scientific Ibérica, SA, Olympus Iberia, SAU i Izasa Hospital, SLU, presenten un col·lector amb un sol tub, i tal com indica en el Plec de Prescripcions Tècniques es sol·liciten 2 tubs. Per aquest motiu es desestimen.

Tal com s'indica en el punt 12 del quadre de característiques, per a poder avaluar correctament aquests productes és necessari i imprescindible la presentació de mostres durant el període de presentació de les ofertes fixat als anuncis de convocatòria publicats als diaris oficials corresponents. La no presentació de les mostres donarà lloc a l'exclusió del licitador de la present contractació, i es troba en aquesta situació les empreses Sonmédica, SA.

Tal i com indica en els criteris de valoració depenents d'un judici de valor-sobre B, per tal d'accedir a la següent fase de valoració, oferta econòmica (sobre-C), caldrà assolir un mínim de 26 punts en la valoració tècnica, en cas contrari no passarà a la següent fase i quedarà exclòs del procediment. Intersurgical España, SL, Albyn Medical, SL i Sistemas Técnicos Endoscòpicos, SA, queden desestimat per aquest motiu.



Prestacions tècniques i funcionals:

Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte.

1. Tapa de contenidor. Es valorarà que no giri amb facilitat per evitar la pèrdua de la mostra i la facilitat d'obertura per la recollida de mostres.

Albyn Medical, SL i Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenten un col·lector de difícil obertura per la recollida de mostres.

Intersurgical España, SL, presenta un col·lector que la tapa gira amb facilitat, podent provocar la pèrdua de la mostra.

Palex Medical, SA i Medicina Técnica Werkstatte Ibérica, SL, presenten un col·lector que la tapa no gira amb facilitat, és segur per la mostra i de fàcil obertura per la recollida.

2. Connexió dels tubs a l'aspiració i a l'endoscopi. Es valorarà la fàcil connexió.

Albyn Medical, SL, presenta uns tubs que es colzen amb facilitat, impeding l'aspiració.

Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenta uns tubs molt rígids i tenen dificultats en la connexió.

Intersurgical España, SL, presenta uns tubs rígids, dificultant en alguns casos la connexió.

Palex Medical, SA i Medicina Técnica Werkstatte Ibérica, SL, presenten un tub correcte respecte a la rigidesa i és de fàcil connexió.

3. Identificació de les càmeres. Es valorarà la clara identificació de les 4 càmeres.

Palex Medical, SA i Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenten un producte amb alta dificultat per distingir els números de les càmeres en la foscor.

Intersurgical España, SL, presenta un producte amb dificultat per veure els números en la foscor.

Medicina Técnica Werkstatte Ibérica, SL i Albyn Medical, SL, presenten un producte amb bona identificació de les càmeres tot i en la foscor.

Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte:


4. Tipus d'obertura: ràpida, sense trencament, mínima força...

Albyn Medical, SL, presenta un embalatge amb dificultat en l'obertura de la bossa.

Medicina Técnica Werkstatte Ibérica, SL, presenta un embalatge d'obertura de la bossa poc àgil.

Intersurgical España, SL, presenta un embalatge que costa d'identificar la zona d'obertura.

Palex Medical, SA i Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenten un embalatge d'obertura correcte.



5. Ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: núm. lot, data de caducitat, ...

Palex Medical, SA, presenta un envàs sense cap tipus d'identificació.

Medicina Técnica Werkstatte Ibérica, SL, Intersurgical España, SL, Albyn Medical, SL i Sistema Técnicos Endoscópicos, SA, presenten un envàs de ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte.

6. Embalatge hi figuri lliure de làtex.

Palex Medical, SA, Medicina Técnica Werkstatte Ibérica, SL, Intersurgical España, SL, Albyn Medical, SL i Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenten un embalatge que no hi figura lliure de làtex.

Adequació del producte als procediments mèdics o sanitaris:

7. Es valorarà la compatibilitat dels mateixos als procediments del centre així com l'absència de possibles efectes adversos al pacient.

Intersurgical España, SL, presenta un producte que es perden mostres.

Albyn Medical, SL, presenta un producte que esquitxa fàcilment en l'obertura.

Sistemas Técnicos Endoscópicos, SA, presenta un producte que dóna dificultat alhora de girar la tapa per canviar de càmera.

Palex Medical, SA i Medicina Técnica Werkstatte Ibérica, SL, presenten un producte adequat als procediments mèdics o sanitaris.

Dr. RAFEL CAMPO FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS
Director de Servei de l'Aparell Digestiu

Sabadell 20 de març de 2018



PROCEDIMENT 18SM0050 - MATERIAL ENDOSCÒPIA

LOT	EN01				
EMPRESSES PRESENTADES	VALORACIÓ TÈCNICA (Màx. 25 punts)	OFERTA ECONÒMICA (Màx. 72.5 punts)	COMANDA MÍNIMA (Màx. 2.5 punts)	TOTAL PUNTUACIÓ	IMPORT
BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA	22.00	72.5	0.00 (No indica)	94.50	49.600,00
COOK ESPAÑA, SA	21.00	68.24	2.50 (No exigeix)	91.74	52.700,00
OLYMPUS IBERIA, SAU	21.00	70.31	2.50 (No exigeix)	93.81	51.150,00

LOT	EN02				
EMPRESSES PRESENTADES	VALORACIÓ TÈCNICA (Màx. 15 punts)	OFERTA ECONÒMICA (Màx. 82.5 punts)	COMANDA MÍNIMA (Màx. 2.5 punts)	TOTAL PUNTUACIÓ	IMPORT
LABORATORIOS BOHM, SA	15.00	82.50	2.50 (No exigeix)	100.00	3.696,00
IZASA HOSPITAL, SLU	15.00	78.75	2.50 (No exigeix)	96.25	3.872,00
ALBYN MEDICAL, SL	9.00	**	--	--	--



LOT	EN03				
EMPRESES PRESENTADES	VALORACIÓ TÈCNICA (Màx. 35 punts)	OFERTA ECONÒMICA (Màx. 62.5 punts)	COMANDA MÍNIMA (Màx. 2.5 punts)	TOTAL PUNTUACIÓ	IMPORT
BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA	*	-	-	-	ANUL·LAT
OLYMPUS IBERIA, SAU	*	-	-	-	ANUL·LAT
SONMÉDICA, SA	*	-	-	-	ANUL·LAT
MTW IBÉRICA, SL	*	-	-	-	ANUL·LAT
IZASA HOSPITAL, SLU	*	-	-	-	ANUL·LAT
ALBYN MEDICAL, SL	*	-	-	-	ANUL·LAT
SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓP., SA	*	-	-	-	ANUL·LAT

LOT	EN03/01				
EMPRESES PRESENTADES	VALORACIÓ TÈCNICA (Màx. 35 punts)	OFERTA ECONÒMICA (Màx. 62.5 punts)	COMANDA MÍNIMA (Màx. 2.5 punts)	TOTAL PUNTUACIÓ	IMPORT
BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA	*	-	-	-	ANUL·LAT
IZASA HOSPITAL, SLU	*	-	-	-	ANUL·LAT
ALBYN MEDICAL, SL	*	-	-	-	ANUL·LAT
LEXEL, SL	*	-	-	-	ANUL·LAT
SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓP., SA	*	-	-	-	ANUL·LAT



LOT	EN04				
EMPRESSES PRESENTADES	VALORACIÓ TÈCNICA (Màx. 35 punts)	OFERTA ECONÒMICA (Màx. 62.5 punts)	COMANDA MÍNIMA (Màx. 2.5 punts)	TOTAL PUNTUACIÓ	IMPORT
BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA	29.00	62.50	0.00 (No indica)	91.50	20.625,00
COOK ESPAÑA, SA	*	-	-	-	-
OLYMPUS IBERIA, SAU	29.00	59.34	2.50 (No exigeix)	90.84	21.725,00
SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓP., SA	*	-	-	-	-

LOT	EN05				
EMPRESSES PRESENTADES	VALORACIÓ TÈCNICA (Màx. 30 punts)	OFERTA ECONÒMICA (Màx. 67.5 punts)	COMANDA MÍNIMA (Màx. 2.5 punts)	TOTAL PUNTUACIÓ	IMPORT
OLYMPUS IBERIA, SAU	30.00	67.50	2.50 (No exigeix)	100.00	21.084,30
SONMÉDICA, SA	*	-	-	-	-

LOT	EN06				
EMPRESSES PRESENTADES	VALORACIÓ TÈCNICA (Màx. 35 punts)	OFERTA ECONÒMICA (Màx. 62.5 punts)	COMANDA MÍNIMA (Màx. 2.5 punts)	TOTAL PUNTUACIÓ	IMPORT
BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA	31.00	62.50	0.00 (No indica)	93.50	9.450,00
SONMÉDICA, SA	*	-	-	-	-
MTW IBÉRICA, SL	31.00	59.53	2.50 (No exigeix)	93.03	9.922,50
ALBYN MEDICAL, SL	25.00	**	-	-	-
LEXEL, SL	30.00	59.53	0.00 (No indica)	89.53	9.922,50
SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓP., SA	25.00	**	-	-	-



LOT	EN07				
EMPRESES PRESENTADES	VALORACIÓ TÈCNICA (Màx. 30 punts)	OFERTA ECONÒMICA (Màx. 67.5 punts)	COMANDA MÍNIMA (Màx.2.5 punts)	TOTAL PUNTUACIÓ	IMPORT
SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓP., SA	28.00	67.50	2.50 (No exigeix)	98.00	3.420,00

LOT	EN08				
EMPRESES PRESENTADES	VALORACIÓ TÈCNICA (Màx. 35 punts)	OFERTA ECONÒMICA (Màx. 62.5 punts)	COMANDA MÍNIMA (Màx.2.5 punts)	TOTAL PUNTUACIÓ	IMPORT
BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA	32.00	62.50	0.00 (No indica)	94.50	24.000,00
COOK ESPAÑA, SA	20.00	**	-	-	-
OLYMPUS IBERIA, SAU	20.00	**	-	-	-
ALBYN MEDICAL, SL	*	-	-	-	-
SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓP., SA	20.00	**	-	-	-

LOT	EN10				
EMPRESES PRESENTADES	VALORACIÓ TÈCNICA (Màx. 25 punts)	OFERTA ECONÒMICA (Màx. 72.5 punts)	COMANDA MÍNIMA (Màx.2.5 punts)	TOTAL PUNTUACIÓ	IMPORT
BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA	24.00	72.50	0.00 (No indica)	96.50	7.650,00
PALEX MEDICAL, SA	*	-	-	-	-
LEXEL, SL	*	-	-	-	-
SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓP., SA	16.00	70.03	2.50 (No exigeix)	88.53	7.920,00



LOT	EN11				
EMPRESSES PRESENTADES	VALORACIÓ TÈCNICA (Màx. 25 punts)	OFERTA ECONÒMICA (Màx. 72.5 punts)	COMANDA MÍNIMA (Màx. 2.5 punts)	TOTAL PUNTUACIÓ	IMPORT
OLYMPUS IBERIA, SAU	25.00	72.50	2.50 (No exigeix)	100.00	4.776,00

LOT	EN12				
EMPRESSES PRESENTADES	VALORACIÓ TÈCNICA (Màx. 35 punts)	OFERTA ECONÒMICA (Màx. 62.5 punts)	COMANDA MÍNIMA (Màx. 2.5 punts)	TOTAL PUNTUACIÓ	IMPORT
BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA	34.00	62.50	0.00 (No indica)	96.50	18.000,00
COOK ESPAÑA, SA	33.00	45.00	2.50 (No exigeix)	80.50	25.000,00
OLYMPUS IBERIA, SAU	*	-	-	-	-
SONMÉDICA, SA	*	-	-	-	-
MTW IBÉRICA, SL	*	-	-	-	-
INTERSURGICAL ESPAÑA, SL	31.00	51.42	2.50 (No exigeix)	84.92	21.880,00
IZASA HOSPITAL, SLU	33.00	62.50	2.50 (No exigeix)	98.00	18.000,00
ALBYN MEDICAL, SL	*	-	-	-	-
LEXEL, SL	31.00	47.08	0.00 (No indica)	78.08	23.900,00
SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓP., SA	*	-	-	-	-



LOT	EN12/1				
EMPRESSES PRESENTADES	VALORACIÓ TÈCNICA (Màx. 35 punts)	OFERTA ECONÒMICA (Màx. 62.5 punts)	COMANDA MÍNIMA (Màx. 2.5 punts)	TOTAL PUNTUACIÓ	IMPORT
BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA	*	-	-	-	-
COOK ESPAÑA, SA	*	-	-	-	-
SONMÉDICA, SA	*	-	-	-	-
MTW IBÉRICA, SL	32.00	62.50	2.50 (No exigeix)	97.00	3.528,00
INTERSURGICAL ESPAÑA, SL	34.00	59.99	2.50 (No exigeix)	96.49	3.675,84
ALBYN MEDICAL, SL	*	-	-	-	-

LOT	EN13				
EMPRESSES PRESENTADES	VALORACIÓ TÈCNICA (Màx. 25 punts)	OFERTA ECONÒMICA (Màx. 72.5 punts)	COMANDA MÍNIMA (Màx. 2.5 punts)	TOTAL PUNTUACIÓ	IMPORT
BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA	24.00	72.50	0.00 (No indica)	96.50	2.625,00
SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓP., SA	14.00	**	-	-	-

LOT	EN14				
EMPRESSES PRESENTADES	VALORACIÓ TÈCNICA (Màx. 35 punts)	OFERTA ECONÒMICA (Màx. 62.5 punts)	COMANDA MÍNIMA (Màx. 2.5 punts)	TOTAL PUNTUACIÓ	IMPORT
BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA	*	-	-	-	-
COOK ESPAÑA, SA	*	-	-	-	-
OLYMPUS IBERIA, SAU	34.00	62.5	2.50 (No exigeix)	99.00	2.100,00
SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓP., SA	*	-	-	-	-



LOT	EN15				
EMPRESSES PRESENTADES	VALORACIÓ TÈCNICA (Màx. 35 punts)	OFERTA ECONÒMICA (Màx. 62.5 punts)	COMANDA MÍNIMA (Màx. 2.5 punts)	TOTAL PUNTUACIÓ	IMPORT
BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA	34.00	62.50	0.00 (No indica)	96.50	975,00
COOK ESPAÑA, SA	34.00	54.17	2.50 (No exigeix)	90.67	1.125,00
OLYMPUS IBERIA, SAU	34.00	58.04	2.50 (No exigeix)	94.54	1.050,00
SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓP., SA	34.00	56.43	2.50 (No exigeix)	92.93	1.080,00

LOT	EN16				
EMPRESSES PRESENTADES	VALORACIÓ TÈCNICA (Màx. 15 punts)	OFERTA ECONÒMICA (Màx. 82.5 punts)	COMANDA MÍNIMA (Màx. 2.5 punts)	TOTAL PUNTUACIÓ	IMPORT
OLYMPUS IBERIA, SAU	15.00	82.50	2.50 (No exigeix)	100.00	4.800,00
PALEX MEDICAL, SA	*	-	-	-	-
ALBYN MEDICAL, SL	9.00	**	-	-	-


LOT	EN17				
EMPRESSES PRESENTADES	VALORACIÓ TÈCNICA (Màx. 35 punts)	OFERTA ECONÒMICA (Màx. 62.5 punts)	COMANDA MÍNIMA (Màx. 2.5 punts)	TOTAL PUNTUACIÓ	IMPORT
BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA	35.00	62.50	0.00 (No indica)	97.50	900,00
COOK ESPAÑA, SA	35.00	53.58	2.50 (No exigeix)	91.08	1.050,00



LOT	EN18				
EMPRESSES PRESENTADES	VALORACIÓ TÈCNICA (Màx. 35 punts)	OFERTA ECONÒMICA (Màx. 62.5 punts)	COMANDA MÍNIMA (Màx. 2.5 punts)	TOTAL PUNTUACIÓ	IMPORT
BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA	*	-	-	-	-
COOK ESPAÑA, SA	35.00	62.50	2.50 (No exigeix)	100.00	4.560,00


LOT	EN19				
EMPRESSES PRESENTADES	VALORACIÓ TÈCNICA (Màx. 35 punts)	OFERTA ECONÒMICA (Màx. 62.5 punts)	COMANDA MÍNIMA (Màx. 2.5 punts)	TOTAL PUNTUACIÓ	IMPORT
BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA	35.00	62.50	0.00 (No indica)	97.50	900,00
COOK ESPAÑA, SA	35.00	53.58	2.50 (No exigeix)	91.08	1.050,00
OLYMPUS IBERIA, SAU	31.00	55.15	2.50 (No exigeix)	88.65	1.020,00
IZASA HOSPITAL, SLU	28.00	53.58	2.50 (No exigeix)	84.08	1.050,00

LOT	EN20				
EMPRESSES PRESENTADES	VALORACIÓ TÈCNICA (Màx. 35 punts)	OFERTA ECONÒMICA (Màx. 62.5 punts)	COMANDA MÍNIMA (Màx. 2.5 punts)	TOTAL PUNTUACIÓ	IMPORT
BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA	35.00	62.50	0.00 (No indica)	97.50	15.750,00
COOK ESPAÑA, SA	35.00	53.58	2.50 (No exigeix)	91.08	18.375,00
OLYMPUS IBERIA, SAU	31.00	55.15	2.50 (No exigeix)	88.65	17.850,00
IZASA HOSPITAL, SLU	28.00	53.58	2.50 (No exigeix)	84.08	18.375,00



LOT	EN21				
EMPRESSES PRESENTADES	VALORACIÓ TÈCNICA (Màx. 35 punts)	OFERTA ECONÒMICA (Màx. 62.5 punts)	COMANDA MÍNIMA (Màx. 2.5 punts)	TOTAL PUNTUACIÓ	IMPORT
BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA	34.00	62.50	0.00 (No indica)	96.50	24.215,00
OLYMPUS IBERIA, SA	35.00	62.50	2.50 (No exigeix)	100.00	24.215,00
PALEX MEDICAL, SA	*	-	-	-	-
IZASA HOSPITAL, SLU	34.00	60.10	2.50 (No exigeix)	96.60	25.183,60
SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓP., SA	34.00	55.81	2.50 (No exigeix)	92.31	27.120,80

LOT	EN22				
EMPRESSES PRESENTADES	VALORACIÓ TÈCNICA (Màx. 35 punts)	OFERTA ECONÒMICA (Màx. 62.5 punts)	COMANDA MÍNIMA (Màx. 2.5 punts)	TOTAL PUNTUACIÓ	IMPORT
BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA	34.00	44.88	0.00 (No indica)	78.88	9.555,00
MTW IBÉRICA, SL	29.00	53.85	2.50 (No exigeix)	85.35	7.962,50
INTERSURGICAL ESPAÑA, SL	35.00	49.16	2.50 (No exigeix)	86.66	8.722,00
IZASA HOSPITAL, SLU	26.00	62.50	2.50 (No exigeix)	91.00	6.860,00
ALBYN MEDICAL, SL	26.00	58.34	0.00 (No indica)	84.34	7.350,00
LEXEL, SL	29.00	46.92	0.00 (No indica)	75.92	9.138,50
SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓP., SA	27.00	44.88	2.50 (No exigeix)	74.38	9.555,00



LOT	EN23				
EMPRESSES PRESENTADES	VALORACIÓ TÈCNICA (Màx. 15 punts)	OFERTA ECONÒMICA (Màx. 82.5 punts)	COMANDA MÍNIMA (Màx. 2.5 punts)	TOTAL PUNTUACIÓ	IMPORT
OLYMPUS IBERIA, SAU	15.00	82.50	2.50 (No exigeix)	100.00	5.060,00
SONMÉDICA, SA	*	-	-	-	-
IZASA HOSPITAL, SLU	*	-	-	-	-
ALBYN MEDICAL, SL	*	-	-	-	-
SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓP., SA	*	-	-	-	-

LOT	EN25				
EMPRESSES PRESENTADES	VALORACIÓ TÈCNICA (Màx. 30 punts)	OFERTA ECONÒMICA (Màx. 67.5 punts)	COMANDA MÍNIMA (Màx. 2.5 punts)	TOTAL PUNTUACIÓ	IMPORT
OLYMPUS IBERIA, SAU	30.00	67.50	2.50 (No exigeix)	100.00	3.494,51
SONMÉDICA, SA	*	-	-	-	-
STERIS IBERIA, SA	*	-	-	-	-



LOT	EN31				
EMPRESSES PRESENTADES	VALORACIÓ TÈCNICA (Màx. 35 punts)	OFERTA ECONÒMICA (Màx. 62.5 punts)	COMANDA MÍNIMA (Màx. 2.5 punts)	TOTAL PUNTUACIÓ	IMPORT
BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA	*	-	-	-	-
OLYMPUS IBERIA, SAU	*	-	-	-	-
PALEX MEDICAL, SA	29.00	62.12	2.50 (No exigeix)	93.62	19.470,00
SONMÉDICA, SA	*	-	-	-	-
MTW IBÉRICA, SL	33.00	62.50	2.50 (No exigeix)	98.00	19.350,00
INTERSURGICAL ESPAÑA, SL	16.00	**	-	-	-
IZASA HOSPITAL, SLU	*	-	-	-	-
ALBYN MEDICAL, SL	13.00	**	-	-	-
SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓP., SA	16.00	**	-	-	-

* No s'ha valorat, atès que no s'ha complert amb els requisits establerts en els plecs administratiu i tècnic.

** No passa a la següent fase de valoració, oferta econòmica (sobre C), per no assolir el mínim de punts requerits en la valoració tècnica.

Sra. MAR CASTIÑEIRA
Cap de Compres

Sabadell, 4 d'abril de 2018