



ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

ESPTE. ZK / EXPTE N°	G/116/80/1/1839/O301/0000/122017
TALDEA / AGRUPACION	HDSUMINISTROSBH
XEDEA / OBJETO	Catéteres para Radiología Intervencionista

I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki eta xedea dituen kontratazio espedienteari.

I.- Osakidetza ha iniciado el expediente de contratación con número y objeto detallado en la parte superior de este documento.

II.- Txosten teknikoak aztertuta:

II.- Examinados los informes técnicos:

BALIO-JUDIZIOEN bidez ebaluatzeko irizpideen txosten teknikoa: 2018ko martxoaren 20an

Informe técnico de criterios evaluables mediante JUICIOS DE VALOR: 20 de marzo de 2018

FORMULEN bidez ebaluatzeko irizpideen txosten teknikoa: 2018ko martxoaren 21ean

Informe técnico de criterios evaluables mediante FÓRMULAS: 21 de marzo de 2018

Data hau duen Eskaintza Onuragarrienaren Deklarazioa ikusita: 2018ko maiatzaren 9an

Vista la Declaración de Oferta más Ventajosa de fecha: 9 de mayo de 2018

Enpresek lortutako puntuazioa aztertuta:

Examinada la puntuación obtenida por las empresas:

Lote	Lote / Artículo	Licitador	Valoración Económica	INFORME TÉCNICO	Valoración total
1	CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,035"	PRIM, S.A.	26	50	76
		CARDIVA 2, S.L.	22	40	62
		ABBOTT LABORATORIES, S.A.	20	40	60
		CARDINAL HEALTH SPAIN 511 , S.L.	17	40	57
		BARD DE ESPAÑA, S.L.U.		29	29
		BIOTRONIK SPAIN, S.A.		29	29
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.		29	29
		COOK ESPAÑA, S.A.		29	29
		MEDTRONIC IBERICA, S.A.		29	29
		PALEX MEDICAL, S.A.		29	29
		TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		29	29
		WORLD MEDICA, S.L.		29	29
2	CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,035" ALTA PRESIÓN HASTA 30 ATMÓSFERAS	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	13	50	63
		BARD DE ESPAÑA, S.L.U.		29	29



ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

		BIOTRONIK SPAIN, S.A.		29	29
		MEDTRONIC IBERICA, S.A.		29	29
3	CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,035 MUY PRESION HASTA 40 ATMÓSFERAS	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	0	50	50
4	CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,018	ABBOTT LABORATORIES, S.A.	7	50	57
		BARD DE ESPAÑA, S.L.U.		29	29
		BIOTRONIK SPAIN, S.A.		29	29
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.		29	29
		CARDINAL HEALTH SPAIN 511 , S.L.		29	29
		CARDIVA 2, S.L.		29	29
		COOK ESPAÑA, S.A.		29	29
		MEDTRONIC IBERICA, S.A.		29	29
		PRIM, S.A.		29	29
		TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		29	29
		WORLD MEDICA, S.L.		29	29
5	CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,014 PARA VASOS DISTALES	ABBOTT LABORATORIES, S.A.	25	50	75
		CARDIVA 2, S.L.	25	40	65
		BARD DE ESPAÑA, S.L.U.		29	29
		BIOTRONIK SPAIN, S.A.		29	29
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.		29	29
		CARDINAL HEALTH SPAIN 511 , S.L.		29	29
		COOK ESPAÑA, S.A.		29	29
		MEDTRONIC IBERICA, S.A.		29	29
		TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		29	29
		WORLD MEDICA, S.L.		29	29
6	CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,014 MONORRAIL PARA TRONCOS SUPRA-AÓRTICOS	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	11	50	61
		ABBOTT LABORATORIES, S.A.	8	50	58
		BARD DE ESPAÑA, S.L.U.		29	29
		COOK ESPAÑA, S.A.		29	29
		MEDTRONIC IBERICA, S.A.		29	29
		TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		29	29
7	CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,018 MONORRAIL PARA TRONCOS SUPRA- AÓRTICOS	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	20	50	70
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.		29	29
		MEDTRONIC IBERICA, S.A.		29	29
8	CATÉTER ANGIOPLASTIA GRANDES DIÁMETROS PARA VASCULAR	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 , S.L.	13	50	63
		GRIFOLS MOVACO, S.A.		29	29
		ILUNDAIN SUMINISTROS HOSP, S.L.		29	29
9	CATÉTER ANGIOPLASTIA GRANDES DIÁMETROS ALTA PRESIÓN PARA VASCULAR	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	0	50	50
11	CATETER BALÓN OCLUSIÓN GRANDES VASOS LONGITUD MÁXIMA 140CM	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	4	50	54
		COOK ESPAÑA, S.A.	3	50	53
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.		29	29
12	CATÉTER BALÓN DILATACIÓN ESÓFAGO DE ACHALASIA	LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITARIOS,	1	50	51
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.		29	29
13	CATETER PIGTAIL PARA ANGIOGRAFÍA	CARDIVA 2, S.L.	13	50	63
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.		29	29
		CARDINAL HEALTH SPAIN 511 , S.L.		29	29



ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

		COOK ESPAÑA, S.A.		29	29
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.		29	29
		LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITARIOS,		29	29
		MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.		29	29
		TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		29	29
		WORLD MEDICA, S.L.		29	29
14	CATETER ANGIOGRÁFICOS RECTOS CON AGUJEROS LATERALES	CARDIVA 2, S.L.	10	50	60
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.		29	29
		CARDINAL HEALTH SPAIN 511 , S.L.		29	29
		COOK ESPAÑA, S.A.		29	29
		GRIFOLS MOVACO, S.A.		29	29
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.		29	29
		LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITARIOS,		29	29
		MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.		29	29
		TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		29	29
15	CATETER PIGTAIL Y RECTO CON MARCAS RADIOOPACAS (EN CADA CM., MÍNIMO 15)	MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.	44	35	79
		CARDIVA 2, S.L.	25	50	75
		COOK ESPAÑA, S.A.	28	35	63
		CARDINAL HEALTH SPAIN 511 , S.L.		29	29
		GRIFOLS MOVACO, S.A.		10	10
17	CATETER SELECTIVO HIDROFÍLICO VISCERAL	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	16	50	66
		CARDINAL HEALTH SPAIN 511 , S.L.		29	29
		CARDIVA 2, S.L.		29	29
		MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.		29	29
18	CATETER SELECTIVO VISCERALES SELECTIVOS (Diversas curvas)	COOK ESPAÑA, S.A.	26	50	76
		CARDINAL HEALTH SPAIN 511 , S.L.	21	50	71
		CARDIVA 2, S.L.	31	40	71
		TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	30	40	70
		MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.	27	40	67
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.		29	29
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.		29	29
		LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITARIOS,		29	29
		WORLD MEDICA, S.L.		29	29
19	CATÉTER GUÍA SOPORTE MALLADO HIDROFÍLICO	COOK ESPAÑA, S.A.	24	50	74
		CARDIVA 2, S.L.		29	29
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.		29	29
		MEDTRONIC IBERICA, S.A.		29	29
		WORLD MEDICA, S.L.		29	29
20	MICROCATÉTER SOPORTE MALLADO DE ACERO INOXIDABLE HIDROFÍLICO	CARDIVA 2, S.L.	16	50	66
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.		29	29
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.		29	29
		MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.		29	29
		TELEFLEX MEDICAL, S.A.		29	29
		WORLD MEDICA, S.L.		29	29
21	CATÉTER GUÍA VALVULADO CON DEFLACTOR	CARDIVA 2, S.L.	0	50	50



ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

III .- Espedientea aztertuta, ordenamendu juridikoaren arau hausterik ageri ez denez, eta Osakidetza erakunde publikoarentzat eskaintza onuragarria izaki, honako hau

III .- Examinando el expediente, no apareciendo infracción del ordenamiento jurídico y siendo la oferta económicamente más ventajosa para el Ente Público Osakidetza

KUDEATZAILE ZUZENDARIA

DIRECTOR GERENTE

EBATZI DU

RESUELVE

Honako eskaintzaile hauek baztertzea, jarraian adierazten diren arrazoiengatik:

Excluir las siguientes ofertas por los motivos que se indican:

EMPRESA	LOTE	RESULTADO	MOTIVO
MEDTRONIC IBERICA, S.A.	1.CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,035"	Oferta Excluida por no superar umbral mínimo	Excesiva rigidez e insuficiente capacidad de plegamiento.
	2.CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,035" ALTA PRESIÓN HASTA 30 ATMÓSFERAS		En las pruebas efectuadas no alcanza las 30 atmósferas de presión solicitadas.
	4.CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,018		Excesiva rigidez e insuficiente capacidad de plegamiento.
	5.CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,014 PARA VASOS DISTALES		Navegabilidad insuficiente así como el repliegue del balón.
	6.CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,014 MONORRAIL PARA TRONCOS SUPRA-AÓRTICOS		No presenta balones por encima de 4mm
	7.CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,018 MONORRAIL PARA TRONCOS SUPRA-AÓRTICOS		No aporta referencias que lleguen a 150cm de longitud.
	19.CATÉTER GUÍA SOPORTE MALLADO HIDROFÍLICO		Visibilidad y navegabilidad inadecuadas.
WORLD MEDICA, S.L.	1.CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,035"	Oferta Excluida por no superar umbral mínimo	Excesiva rigidez e insuficiente capacidad de plegamiento.
	4.CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,018		Excesiva rigidez e insuficiente capacidad de plegamiento.
	5.CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,014 PARA VASOS DISTALES		Navegabilidad insuficiente así como el repliegue del balón.
	13.CATETER PIGTAIL PARA ANGIOGRAFÍA		Radiopacidad deficiente.
	18.CATETER SELECTIVO VISCERALES SELECTIVOS (Diversas curvas)		Excesiva rigidez. Torque inadecuado y baja radiopacidad.
	19.CATÉTER GUÍA SOPORTE MALLADO HIDROFÍLICO		Baja visibilidad y navegabilidad.
20.MICROCATÉTER SOPORTE MALLADO DE ACERO INOXIDABLE HIDROFÍLICO	No es compatible con guías de 0,035". Falta de soporte.		
ILUNDAIN SUMINISTROS HOSP, S.L.	8.CATÉTER ANGIOPLASTIA GRANDES DIÁMETROS PARA VASCULAR	No supera el umbral mínimo	No presenta catéteres cortos.

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

BIOTRONIK SPAIN, S.A.	1.CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,035"	<i>Oferta Excluida por no superar umbral mínimo</i>	<i>Excesiva rigidez e insuficiente capacidad de plegamiento.</i>
	2.CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,035" ALTA PRESIÓN HASTA 30 ATMÓSFERAS		<i>En las pruebas efectuadas no alcanza las 30 atmósferas de presión solicitadas.</i>
	4.CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,018		<i>Excesiva rigidez e insuficiente capacidad de plegamiento.</i>
	5.CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,014 PARA VASOS DISTALES		<i>Navegabilidad insuficiente así como el repliegue del balón.</i>
LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITARIOS, S.L.	13.CATETER PIGTAIL PARA ANGIOGRAFÍA	<i>Oferta Excluida por no superar umbral mínimo</i>	<i>Radiopacidad deficiente.</i>
	14.CATETER ANGIOGRÁFICOS RECTOS CON AGUJEROS LATERALES		<i>Radiopacidad deficiente.</i>
	18.CATETER SELECTIVO VISCERALES SELECTIVOS (Diversas curvas)		<i>Torque inadecuado y bajo índice de desplazamiento.</i>
CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.	4.CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,018	<i>Oferta Excluida por no superar umbral mínimo</i>	<i>Excesiva rigidez e insuficiente capacidad de plegamiento.</i>
	5.CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,014 PARA VASOS DISTALES		<i>Navegabilidad insuficiente así como el repliegue del balón.</i>
	13.CATETER PIGTAIL PARA ANGIOGRAFÍA		<i>Radiopacidad deficiente.</i>
	14.CATETER ANGIOGRÁFICOS RECTOS CON AGUJEROS LATERALES		<i>Radiopacidad deficiente.</i>
	15.CATETER PIGTAIL Y RECTO CON MARCAS RADIOPACAS (EN CADA CM., MÍNIMO 15)		<i>No presenta catéteres rectos.</i>
	17.CATETER SELECTIVO HIDROFÍLICO VISCERAL		<i>Capacidad de deslizamiento insuficiente.</i>
TELEFLEX MEDICAL, S.A.	20.MICROCATÉTER SOPORTE MALLADO DE ACERO INOXIDABLE HIDROFÍLICO	<i>No supera el umbral mínimo</i>	<i>No es compatible con guías de 0,035". Baja navegabilidad.</i>
PRIM, S.A.	4.CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,018	<i>No supera el umbral mínimo</i>	<i>Se precisan diámetros intermedios en balones de 5mm que no presenta en su oferta.</i>
GRIFOLS MOVACO, S.A.	8.CATÉTER ANGIOPLASTIA GRANDES DIÁMETROS PARA VASCULAR	<i>Oferta Excluida por no superar umbral mínimo</i>	<i>Presenta una única longitud de catéter.</i>
	14.CATETER ANGIOGRÁFICOS RECTOS CON AGUJEROS LATERALES		<i>Radiopacidad deficiente.</i>
	15.CATETER PIGTAIL Y RECTO CON MARCAS RADIOPACAS (EN CADA CM., MÍNIMO 15)		<i>Inadecuada radiopacidad de marcas y de catéter.</i>
BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	1.CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,035"	<i>Oferta Excluida por no superar umbral mínimo</i>	<i>Excesiva rigidez e insuficiente capacidad de plegamiento.</i>
	4.CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,018		<i>Excesiva rigidez e insuficiente capacidad de plegamiento.</i>
	5.CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,014 PARA VASOS DISTALES		<i>Navegabilidad insuficiente así como el repliegue del balón.</i>



ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

	7.CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,018 MONORRAIL PARA TRONCOS SUPRA-AÓRTICOS		<i>No aporta referencias que lleguen a 150cm de longitud.</i>
	11.CATETER BALÓN OCLUSIÓN GRANDES VASOS LONGITUD MÁXIMA 140CM		<i>Tamaño inadecuado del balón para diámetros grandes. Presenta FRENCHS muy elevados.</i>
	12.CATÉTER BALÓN DILATACIÓN ESÓFAGO DE ACHALASIA		<i>No tiene el bajo perfil que se requiere.</i>
	13.CATETER PIGTAIL PARA ANGIOGRAFÍA		<i>Radiopacidad deficiente.</i>
	14.CATETER ANGIOGRÁFICOS RECTOS CON AGUJEROS LATERALES		<i>Radiopacidad deficiente.</i>
	18.CATETER SELECTIVO VISCERALES SELECTIVOS (Diversas curvas)		<i>Torque insuficiente e índice de desplazamiento inadecuado.</i>
	20.MICROCATÉTER SOPORTE MALLADO DE ACERO INOXIDABLE HIDROFÍLICO		<i>Carece de punta angulada.</i>
CARDIVA 2, S.L.	4.CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,018	<i>Oferta Excluida por no superar umbral mínimo</i>	<i>Se precisan diámetros intermedios en balones de 5mm que no presenta en su oferta.</i>
	17.CATETER SELECTIVO HIDROFÍLICO VISCERAL		<i>Capacidad de deslizamiento insuficiente.</i>
	19.CATÉTER GUÍA SOPORTE MALLADO HIDROFÍLICO		<i>Carece de catéteres compatibles con guía 0,018". Falta de navegabilidad.</i>
COOK ESPAÑA, S.A.	1.CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,035"	<i>Oferta Excluida por no superar umbral mínimo</i>	<i>Excesiva rigidez e insuficiente capacidad de plegamiento.</i>
	4.CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,018		<i>Excesiva rigidez e insuficiente capacidad de plegamiento.</i>
	5.CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,014 PARA VASOS DISTALES		<i>Navegabilidad insuficiente así como el repliegue del balón.</i>
	6.CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,014 MONORRAIL PARA TRONCOS SUPRA-AÓRTICOS		<i>No presenta balones por encima de 4mm</i>
	13.CATETER PIGTAIL PARA ANGIOGRAFÍA		<i>Radiopacidad deficiente.</i>
	14.CATETER ANGIOGRÁFICOS RECTOS CON AGUJEROS LATERALES		<i>Radiopacidad deficiente.</i>
MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.	13.CATETER PIGTAIL PARA ANGIOGRAFÍA	<i>Oferta Excluida por no superar umbral mínimo</i>	<i>Radiopacidad deficiente.</i>
	14.CATETER ANGIOGRÁFICOS RECTOS CON AGUJEROS LATERALES		<i>Radiopacidad deficiente.</i>
	17.CATETER SELECTIVO HIDROFÍLICO VISCERAL		<i>Capacidad de deslizamiento insuficiente.</i>
	20.MICROCATÉTER SOPORTE MALLADO DE ACERO INOXIDABLE HIDROFÍLICO		<i>Carece de punta angulada.</i>
PALEX MEDICAL, S.A.	1.CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,035"	<i>No supera el umbral mínimo</i>	<i>Excesiva rigidez e insuficiente capacidad de plegamiento.</i>



ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L	1.CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,035"	Oferta Excluida por no superar umbral mínimo	Excesiva rigidez e insuficiente capacidad de plegamiento.
	4.CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,018		Excesiva rigidez e insuficiente capacidad de plegamiento.
	5.CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,014 PARA VASOS DISTALES		Navegabilidad insuficiente así como el repliegue del balón.
	6.CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,014 MONORRAIL PARA TRONCOS SUPRA-AÓRTICOS		No presenta balones por encima de 4mm
	13.CATETER PIGTAIL PARA ANGIOGRAFÍA		Radiopacidad deficiente.
	14.CATETER ANGIOGRÁFICOS RECTOS CON AGUJEROS LATERALES		Radiopacidad deficiente.
IZASA HOSPITAL, S.L.U.	13.CATETER PIGTAIL PARA ANGIOGRAFÍA	Oferta Excluida por no superar umbral mínimo	Radiopacidad deficiente.
	14.CATETER ANGIOGRÁFICOS RECTOS CON AGUJEROS LATERALES		Radiopacidad deficiente.
	18.CATETER SELECTIVO VISCERALES SELECTIVOS (Diversas curvas)		Torque inadecuado y escasa radiopacidad.
	19.CATÉTER GUÍA SOPORTE MALLADO HIDROFÍLICO		Carece de catéteres compatibles con guía 0,018". Inadecuada rigidez.
	20.MICROCATÉTER SOPORTE MALLADO DE ACERO INOXIDABLE HIDROFÍLICO		No es compatible con guías de 0,035". Falta de soporte.
BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	1.CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,035"	Oferta Excluida por no superar umbral mínimo	Excesiva rigidez e insuficiente capacidad de plegamiento.
	2.CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,035" ALTA PRESIÓN HASTA 30 ATMÓSFERAS		En las pruebas efectuadas no alcanza las 30 atmósferas de presión solicitadas.
	4.CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,018		Excesiva rigidez e insuficiente capacidad de plegamiento.
	5.CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,014 PARA VASOS DISTALES		Navegabilidad insuficiente así como el repliegue del balón.
	6.CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,014 MONORRAIL PARA TRONCOS SUPRA-AÓRTICOS		Demasiada rigidez para el desplazamiento.

Kontratazio-espeditzea esleitzea Ebazpen honen eranskinean aipatzen diren enpresei.

Adjudicar el expediente de contratación a las empresas relacionadas que se muestran en el anexo a esta Resolución.

Lote hauek esleitu gabe uztea, eskaintzarik ez izateagatik.

Declarar desiertos los siguientes lotes por ausencia de ofertas.

LOTE	CONCEPTO
10	CATETER BALÓN OCLUSIÓN STANDAR
16	CATETER CON ECOGRAFÍA INTRAVASCULAR DIVERSAS FRECUENCIAS



ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Ebazpen hau Kontratugilearen Profilean argitaratzeko agintzea eta, balio-judizioen eta formulen bidez ebaluatzeko irizpideen txosten teknikoarekin batera, eskaintzaile guztiei jakinaraztea.

Sektore Publikoko Kontratuen 2017ko azaroaren 9ko Legearen 44 artikuluan xedatzen denez, Ebazpen honen aurka errekurtsio berezia jartzea aukerakoa izango da, 15 egun baliouduneko epean, aurka egin nahi zaion egintza jakinarazten den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita eta errekurtsioaren idazkia nahitaez, kontratazio-organoaren erregistroan edo Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratuen inguruko Errekurtsioen Administrazio-Organoan aurkeztu beharko da, edo bestela, Administrazioarekiko auzi-errekurtsioa 2 hilabeteko epean, jakinarazpena jasotzen den egunetik zenbatzen hasita, hala ezarrita baitago 1998ko uztailaren 13ko 29/1998 Legean, administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen duena.

Kontratazio-Organoak esleipendunak errekeritzen ditu esleipen honetatik ondorioztatzen diren kontratuak formaliza ditzaten, bost egun baliouduneko epean, errekurtsioak jartzeko epea amaitzen denetik aurrera.

Ordenar la publicación de esta resolución en el Perfil de Contratante y la notificación a todas las licitadoras, acompañada del informe técnico de criterios evaluables mediante juicios de valor y formulas.

Conforme se establece en el artículo 44 de la Ley de 9 de noviembre de 2017 de Contratos del Sector Publico, contra la presente Resolución se puede interponer con carácter potestativo Recurso Especial en materia de Contratación, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la remisión de la notificación y cuya interposición deberá hacerse necesariamente en el registro del Órgano de Contratación o en el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, o Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de 2 meses a contar desde que se reciba la notificación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

El Órgano de Contratación requiere al/los adjudicatario/s que proceda a la formalización de los contratos que se derivan de la presente adjudicación que se realizará en el plazo de cinco días hábiles una vez transcurrido el plazo para la interposición de recursos.

DONOSTIA-SAN SEBASTIAN(e)n, 2018ko maiatzaren 10ean

En DONOSTIA-SAN SEBASTIAN, a 10 de mayo de 2018

KUDEATZAILE ZUZENDARIA / DIRECTOR GERENTE

Iz/Fdo.- Jose Manuel L. de Guevara Portugal

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Lotea/Lote	Lotearen / Artikuluaren izena Denominación Lote / Artículo	Eskainitako erreferentzia Referencia ofertada	Tipo oferta	Eseleipenduna Adjudicatario	Precio Unitario Ofertado sin IVA
1	CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,035"	Bx0x0-xx0 / ARMADA 35	OB	ABBOTT LABORATORIES, S.A.	185,00
		440xxxx / POWERFLEXPRO	OB	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 , S.L.	204,00
		5xx0xxxxxA ARRAVASC / PTA	OB	PRIM, S.A.	160,00
		BP PC35 xxx xxx xx0 / OCEANUS 35	OB	CARDIVA 2, S.L.	180,00
2	CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,035" ALTA PRESIÓN HASTA 30 ATMÓSFERAS	H749391710xxxx0 / MUSTANG	OB	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	180,00
3	CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,035 MUY PRESION HASTA 40 ATMÓSFERAS	CQFxxxx / CONQUEST 40	OB	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	209,50
4	CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,018	10142xx-xx0 / ARMADA 18	OB	ABBOTT LABORATORIES, S.A.	180,00
5	CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,014 PARA VASOS DISTALES	Axxx-xx0 / ARMADA 14 F20xx-xxx / ARMADA 14 (XT)	OB	ABBOTT LABORATORIES, S.A.	200,00
		BP PC14 1x0 xx0 xx0 / OCEANUS 14 PRO	OB	CARDIVA 2, S.L.	200,00
6	CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,014 MONORRAIL PARA TRONCOS SUPRA-AÓRTICOS	1008xxx-xx / VIATRAC 14 PLUS	OB	ABBOTT LABORATORIES, S.A.	208,00
		M001389x0xxxx0 / ULTRASOFT	OB	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	184,00
7	CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,018 MONORRAIL PARA TRONCOS SUPRA-AÓRTICOS	BD-Rx020xxN / MUSO	OB	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	240,00
8	CATÉTER ANGIOPLASTIA GRANDES DIÁMETROS PARA VASCULAR	416xxxxxx / MAXI LD	OB	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 , S.L.	419,00
9	CATÉTER ANGIOPLASTIA GRANDES DIÁMETROS ALTA PRESIÓN PARA VASCULAR	ATGxxxxxx / ATLAS GOLD	OB	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	209,50
10	CATETER BALÓN OCLUSIÓN STANDAR	DESIERTO			
11	CATETER BALÓN OCLUSIÓN GRANDES VASOS LONGITUD MÁXIMA 140CM	AB46 / RELIANT	OB	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	200,00

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Lotea/Lote	Lotearen / Artikuluaren izena Denominación Lote / Artículo	Eskainitako erreferentzia Referencia ofertada	Tipo oferta	Eseleipenduna Adjudicatario	Precio Unitario Ofertado sin IVA
		CODA-2-xx.0-35-1x0-xx	OB	COOK ESPAÑA, S.A.	210,00
12	CATÉTER BALÓN DILATACIÓN ESÓFAGO DE ACHALASIA	SABD-xx / MARFLOW	OB	LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITARIOS,	214,89
13	CATETER PIGTAIL PARA ANGIOGRAFÍA	1060xxxx ANGIODYNAMICS / ANGIOPTIC	OB	CARDIVA 2, S.L.	15,19
14	CATETER ANGIOGRÁFICOS RECTOS CON AGUJEROS LATERALES	1060xxxx ANGIODYNAMICS / ANGIOPTIC	OB	CARDIVA 2, S.L.	15,19
15	CATETER PIGTAIL Y RECTO CON MARCAS RADIO PACAS (EN CADA CM., MÍNIMO 15)	7xxx-20MxxxSH / xxx35AVS20xxx PERFORMA	OB	MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.	75,65
16	CATETER CON ECOGRAFÍA INTRAVASCULAR DIVERSAS FRECUENCIAS	DESIERTO			
17	CATETER SELECTIVO HIDROFÍLICO VISCERAL	RF-XW/Z/YxxxxxM GLIDECATH	OB	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	37,50
18	CATETER SELECTIVO VISCERALES SELECTIVOS (Diversas curvas)	451xxxx / TEMPO	OB	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.	19,50
		107xxxx ANGIODYNAMICS / SOFT-VU	OB	CARDIVA 2, S.L.	15,50
		HNBx.0-xx-xxx-x-xxxxxx	OB	COOK ESPAÑA, S.A.	17,50
		Ver Anexo IMPRESS-PERFORMA	OB	MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.	17,20
		RF-DXxxxxGM / RF-ExxxxxM RADIFOCUS	OB	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	16,00
19	CATÉTER GUÍA SOPORTE MALLADO HIDROFÍLICO	CXI-x.x-xx-xxx-xxxx	OB	COOK ESPAÑA, S.A.	133,00
20	MICROCATÉTER SOPORTE MALLADO DE ACERO INOXIDABLE HIDROFÍLICO	518-xxx SPECTRANETICS QUICK-CROSS	OB	CARDIVA 2, S.L.	490,00
21	CATÉTER GUÍA VALVULADO CON DEFLACTOR	DST070xxxx OSCOR / DESTINO TWIST	OB	CARDIVA 2, S.L.	750,00

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

INFORME TÉCNICO

Lotea/ ote	DENOMINACIÓN LOTE	EMPRESA LICITADORA	PUNTOS	FUNDAMENTOS
1	CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,035"	ABBOTT LABORATORIES, S.A.	40	Bajo perfil con excelente capacidad de plegamiento.
		BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	29	Excesiva rigidez e insuficiente capacidad de plegamiento.
		BIOTRONIK SPAIN, S.A.	29	Excesiva rigidez e insuficiente capacidad de plegamiento.
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	29	Excesiva rigidez e insuficiente capacidad de plegamiento.
		CARDINAL HEALTH SPAIN 511 , S.L.	40	Balón con hombros cortos adecuado para dilataciones de fenestraciones.
		CARDIVA 2, S.L.	40	Buena capacidad de deslizamiento con bajo perfil.
		COOK ESPAÑA, S.A.	29	Excesiva rigidez e insuficiente capacidad de plegamiento.
		MEDTRONIC IBERICA, S.A.	29	Excesiva rigidez e insuficiente capacidad de plegamiento.
		PALEX MEDICAL, S.A.	29	Excesiva rigidez e insuficiente capacidad de plegamiento.
		PRIM, S.A.	50	Excelente capacidad de deslizamiento con buen repliegue del balón.
		TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	29	Excesiva rigidez e insuficiente capacidad de plegamiento.
		WORLD MEDICA, S.L.	29	Excesiva rigidez e insuficiente capacidad de plegamiento.
2	CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,035" ALTA PRESIÓN HASTA 30 ATMÓSFERAS	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	29	En las pruebas efectuadas no alcanza las 30 atmósferas de presión solicitadas.
		BIOTRONIK SPAIN, S.A.	29	En las pruebas efectuadas no alcanza las 30 atmósferas de presión solicitadas.
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	50	En las pruebas efectuadas Sí alcanza las 30 atmósferas de presión solicitadas.
		MEDTRONIC IBERICA, S.A.	29	En las pruebas efectuadas no alcanza las 30 atmósferas de presión solicitadas.
3	CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,035 MUY PRESION HASTA 40 ATMÓSFERAS	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	50	Admite la presión solicitada.

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Lotea/Lote	DENOMINACIÓN LOTE	EMPRESA LICITADORA	PUNTOS	FUNDAMENTOS
4	CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,018	ABBOTT LABORATORIES, S.A.	50	Bajo perfil con excelente capacidad de plegamiento.
		BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	29	Excesiva rigidez e insuficiente capacidad de plegamiento.
		BIOTRONIK SPAIN, S.A.	29	Excesiva rigidez e insuficiente capacidad de plegamiento.
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	29	Excesiva rigidez e insuficiente capacidad de plegamiento.
		CARDINAL HEALTH SPAIN 511 , S.L.	29	Excesiva rigidez e insuficiente capacidad de plegamiento.
		CARDIVA 2, S.L.	29	Se precisa diámetros intermedios en balones de 5mm que no presentan en la oferta.
		COOK ESPAÑA, S.A.	29	Excesiva rigidez e insuficiente capacidad de plegamiento.
		MEDTRONIC IBERICA, S.A.	29	Excesiva rigidez e insuficiente capacidad de plegamiento.
		PRIM, S.A.	29	Se precisa diámetros intermedios en balones de 5mm que no presentan en la oferta.
		TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	29	Excesiva rigidez e insuficiente capacidad de plegamiento.
		WORLD MEDICA, S.L.	29	Excesiva rigidez e insuficiente capacidad de plegamiento.
5	CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,014 PARA VASOS DISTALES	ABBOTT LABORATORIES, S.A.	50	Buena navegabilidad con buen repliegue del balón.
		BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	29	Navegabilidad insuficiente así como el repliegue el balón.
		BIOTRONIK SPAIN, S.A.	29	Navegabilidad insuficiente así como el repliegue el balón.
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	29	Navegabilidad insuficiente así como el repliegue el balón.
		CARDINAL HEALTH SPAIN 511 , S.L.	29	Navegabilidad insuficiente así como el repliegue el balón.
		CARDIVA 2, S.L.	40	Adecuada navegabilidad y capacidad de plegamiento.
		COOK ESPAÑA, S.A.	29	Navegabilidad insuficiente así como el repliegue el balón.
		MEDTRONIC IBERICA, S.A.	29	Navegabilidad insuficiente así como el repliegue el balón.

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Lotea/Lote	DENOMINACIÓN LOTE	EMPRESA LICITADORA	PUNTOS	FUNDAMENTOS
		TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	29	Navegabilidad insuficiente así como el repliegue el balón.
		WORLD MEDICA, S.L.	29	Navegabilidad insuficiente así como el repliegue el balón.
6	CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,014 MONORRAIL PARA TRONCOS SUPRA-AÓRTICOS	ABBOTT LABORATORIES, S.A.	50	Amplio espectro de diámetros que abarca de 2 a 7mm. Buena capacidad de deslizamiento con adecuado perfil.
		BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	29	Demasiada rigidez para el desplazamiento
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	50	Amplio espectro de diámetros que abarca de 2 a 7mm. Buena capacidad de deslizamiento con adecuado perfil.
		COOK ESPAÑA, S.A.	29	No presenta balones por encima de 4mm.
		MEDTRONIC IBERICA, S.A.	29	No presenta balones por encima de 4mm.
		TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	29	No presenta balones por encima de 4mm.
7	CATÉTER ATP PARA GUÍA 0,018 MONORRAIL PARA TRONCOS SUPRA-AÓRTICOS	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	29	No aporta referencias que lleguen a 150cm de longitud.
		MEDTRONIC IBERICA, S.A.	29	No aporta referencias que lleguen a 150cm de longitud.
		TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	50	Presenta gama completa de longitudes. Excelente desplazamiento y bajo perfil de trabajo.
8	CATÉTER ANGIOPLASTIA GRANDES DIÁMETROS PARA VASCULAR	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 , S.L.	50	Presenta dos longitudes de catéter. Excelente capacidad de desplazamiento y avance.
		GRIFOLS MOVACO, S.A.	29	Presenta una única longitud de catéter.
		ILUNDAIN SUMINISTROS HOSP, S.L.	29	No presenta catéteres cortos.
9	CATÉTER ANGIOPLASTIA GRANDES DIÁMETROS ALTA PRESIÓN PARA VASCULAR	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	50	Excelente capacidad de deslizamiento y avance.
11	CATETER BALÓN OCLUSIÓN GRANDES VASOS LONGITUD MÁXIMA 140CM	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	29	Tamaño inadecuado del balón para diámetros grandes. Presenta FRENCHS muy elevados
		COOK ESPAÑA, S.A.	50	Cumple los tamaños de balón requeridos. Tiene perfil bajo.
		MEDTRONIC IBERICA, S.A.	50	Cumple los tamaños de balón requeridos. Tiene perfil bajo.

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Lotea/Lote	DENOMINACIÓN LOTE	EMPRESA LICITADORA	PUNTOS	FUNDAMENTOS
12	CATÉTER BALÓN DILATACIÓN ESÓFAGO DE ACHALASIA	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	29	No tiene el bajo perfil que se requiere.
		LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITARIOS,	50	Excelente perfil.
13	CATETER PIGTAIL PARA ANGIOGRAFÍA	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	29	Radiopacidad deficiente.
		CARDINAL HEALTH SPAIN 511 , S.L.	29	Radiopacidad deficiente.
		CARDIVA 2, S.L.	50	Alta radiopacidad y muy flexible.
		COOK ESPAÑA, S.A.	29	Radiopacidad deficiente.
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	29	Radiopacidad deficiente.
		LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITARIOS,	29	Radiopacidad deficiente.
		MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.	29	Radiopacidad deficiente.
		TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	29	Radiopacidad deficiente.
		WORLD MEDICA, S.L.	29	Radiopacidad deficiente.
14	CATETER ANGIOGRÁFICOS RECTOS CON AGUJEROS LATERALES	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	29	Radiopacidad deficiente.
		CARDINAL HEALTH SPAIN 511 , S.L.	29	Radiopacidad deficiente.
		CARDIVA 2, S.L.	50	Alta radiopacidad y muy flexible.
		COOK ESPAÑA, S.A.	29	Radiopacidad deficiente.
		GRIFOLS MOVACO, S.A.	29	Radiopacidad deficiente.
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	29	Radiopacidad deficiente.
		LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITARIOS,	29	Radiopacidad deficiente.
		MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.	29	Radiopacidad deficiente.

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Lotea/Lote	DENOMINACIÓN LOTE	EMPRESA LICITADORA	PUNTOS	FUNDAMENTOS
		TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	29	Radiopacidad deficiente.
15	CATETER PIGTAIL Y RECTO CON MARCAS RADIOPACAS (EN CADA CM., MÍNIMO 15)	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 , S.L.	29	No presenta catéteres rectos.
		CARDIVA 2, S.L.	50	Excelente radiopacidad y buen desplazamiento. Orificios entre las marcas.
		COOK ESPAÑA, S.A.	35	Adecuada radiopacidad y orificios distales a las marcas.
		GRIFOLS MOVACO, S.A.	10	Inadecuada radiopacidad de marcas y catéteres.
		MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.	35	Adecuada radiopacidad y orificios distales a las marcas.
17	CATETER SELECTIVO HIDROFÍLICO VISCERAL	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 , S.L.	29	Capacidad de deslizamiento insuficiente.
		CARDIVA 2, S.L.	29	Capacidad de deslizamiento insuficiente.
		MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.	29	Capacidad de deslizamiento insuficiente.
		TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	50	Excelente índice de desplazamiento.
18	CATETER SELECTIVO VISCERALES SELECTIVOS (Diversas curvas)	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	29	Torque insuficiente e índice de desplazamiento inadecuado.
		CARDINAL HEALTH SPAIN 511 , S.L.	50	Excelente torque y adecuada radiopacidad.
		CARDIVA 2, S.L.	40	Buena radiopacidad y torque adecuado.
		COOK ESPAÑA, S.A.	50	Buena radiopacidad, torque adecuado y buen deslizamiento.
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	29	Torque inadecuado y escasa radiopacidad.
		LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITARIOS,	29	Torque inadecuado y bajo índice de desplazamiento.
		MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.	40	Buena radiopacidad y torque adecuado.
		TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	40	Buena radiopacidad y torque adecuado.



ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Lotea/Lote	DENOMINACIÓN LOTE	EMPRESA LICITADORA	PUNTOS	FUNDAMENTOS
		WORLD MEDICA, S.L.	29	Excesiva rigidez. Torque inadecuado y baja radiopacidad.
19	CATÉTER GUÍA SOPORTE MALLADO HIDROFÍLICO	CARDIVA 2, S.L.	29	Carece de catéteres compatibles con guía 0,018". Falta de navegabilidad.
		COOK ESPAÑA, S.A.	50	Excelente visibilidad y navegabilidad, con rigidez adecuada.
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	29	Carece de catéteres compatibles con guía 0,018". Inadecuada rigidez.
		MEDTRONIC IBERICA, S.A.	29	Visibilidad y navegabilidad inadecuadas.
		WORLD MEDICA, S.L.	29	Baja visibilidad y navegabilidad.
20	MICROCATÉTER SOPORTE MALLADO DE ACERO INOXIDABLE HIDROFÍLICO	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	29	Carece de punta angulada.
		CARDIVA 2, S.L.	50	Excelente navegabilidad, buen perfil de punta y soporte adecuado.
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	29	No es compatible con guías de 0,035". Falta de soporte.
		MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.	29	Carece de punta angulada.
		TELEFLEX MEDICAL, S.A.	29	No es compatible con guías de 0,035". Baja navegabilidad
		WORLD MEDICA, S.L.	29	No es compatible con guías de 0,035". Falta de soporte.
21	CATÉTER GUÍA VALVULADO CON DEFLACTOR	CARDIVA 2, S.L.	50	Buena navegabilidad y radiopacidad.