

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE SUTURES MANUALS AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

Exp. OBE 17/223

1.- Entitat Adjudicadora

- a.- Organisme: Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
b.- Número d'expedient: OBE 17/223

2.- Objecte del contracte:

- a.- Descripció: Subministrament de sutures manuals amb destí a la Fundació de Gestió Sanitària de l'hospital de la Santa Creu i Sant Pau
b.- Data de l'anunci de licitació: Anunci enviat al DOUE 30/05/2017 i publicat el 02/06/2017, publicat en la Plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya el 02/06/2017.

3.- Tramitació i procediment:

- a.- Tramitació: Ordinària
b.- Procediment: Acord marc amb un únic adjudicatari. Obert. Regulació harmonitzada

4.- Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte:

Pressupost de licitació: 811.094,36 € (IVA exclòs) – 892.203,80 € (IVA inclòs)

Valor estimat del contracte: 1.216.641,54 € (IVA exclòs) – 1.338.305,69 € (IVA inclòs)

5.- Adjudicació:

- a) Data adjudicació: 09 d'agost de 2018
b) Adjudicatari:

LOT	CODI	DESCRIPCIÓ LOT	ADJUDICATARI
S100154	2018072	Polièster sintètic no absorbible 2/0.	B. BRAUN SURGICAL, SA amb CIF A61123782
	2018073	Polièster sintètic no absorbible 2/0.	
	2018075	Polièster sintètic no absorbible 2/0.	
	2018076	Polièster sintètic no absorbible 2/0.	
	2018077	Polièster sintètic no absorbible 3/0.	
	2018078	Polièster sintètic no absorbible 2/0.	
	2018079	Polièster sintètic no absorbible 2/0.	
S100155	2018080	Polièster sintètic no absorbible 0.	B. BRAUN SURGICAL, SA amb CIF A61123782
	2018081	Polièster sintètic no absorbible 0.	
	2018082	Polièster sintètic no absorbible 1.	
	2018083	Polièster sintètic no absorbible 2/0.	
	2018084	Polièster sintètic no absorbible 3/0.	
	2018085	Polièster sintètic no absorbible 3/0.	
	2018087	Polièster sintètic no absorbible 2/0.	
	2018088	Polièster sintètic no absorbible 0.	
	2018089	Polièster sintètic no absorbible 1.	
S100156	2018664	Polidioxanona sintètica absorbible 4/0.	MEDTRONIC IBÉRICA, SA amb CIF A28389484
	2018091	Polidioxanona sintètica absorbible 3/0.	

	2018092	Polidioxanona sintètica absorbible llaç 1.	
S100160	2018093	Poliglactina sintètica absorbible 3/0.	MEDTRONIC IBÉRICA, SA amb CIF A28389484
	2018094	Poliglactina sintètica absorbible 2/0.	
	2018095	Poliglactina sintètica absorbible 1.	
	2018096	Poliglactina sintètica absorbible 0.	
	2018098	Poliglactina sintètica absorbible 2.	
	2018099	Poliglactina sintètica absorbible 2/0.	
	2018100	Poliglactina sintètica absorbible 3/0.	
	2018101	Poliglactina sintètica absorbible 4/0.	
	2018102	Poliglactina sintètica absorbible 5/0.	
	2018103	Poliglactina sintètica absorbible 0.	
	2018104	Poliglactina sintètica absorbible 0.	
	2018106	Poliglactina sintètica absorbible 2/0.	
	2018107	Poliglactina sintètica absorbible 0.	
	2018108	Poliglactina sintètica absorbible 2/0.	
	2018109	Poliglactina sintètica absorbible 3/0.	
	2018110	Poliglactina sintètica absorbible 6/0.	
	2018111	Poliglactina sintètica absorbible 2/0.	
	2018112	Poliglactina sintètica absorbible 4/0.	
	2018113	Poliglactina sintètica absorbible 4/0.	
	2018114	Poliglactina sintètica absorbible 3/0.	
	2018118	Poliglactina sintètica absorbible 2/0.	
	2018119	Poliglactina sintètica absorbible 0.	
	2018120	Poliglactina sintètica absorbible 1.	
	2018121	Poliglactina sintètica absorbible 3/0.	
	2018122	Poliglactina sintètica absorbible 1.	
	2018125	Poliglactina sintètica absorbible 2/0.	
	2018126	Poliglactina sintètica 1.	
	2018758	Poliglactina sintètica absorbible 0.	
S100161	2018130	Polipropilè sintètic no absorbible 0.	MEDTRONIC IBÉRICA, SA amb CIF A28389484
	2018131	Polipropilè sintètic no absorbible 2/0.	
	2018132	Polipropilè sintètic no absorbible 3/0.	
	2018133	Polipropilè sintètic no absorbible 3/0.	
	2018134	Polipropilè sintètic no absorbible 4/0.	
	2018135	Polipropilè sintètic no absorbible 4/0.	
	2018136	Polipropilè sintètic no absorbible 5/0.	
	2018137	Polipropilè sintètic no absorbible 5/0.	
	2018138	Polipropilè sintètic no absorbible 6/0.	
	2018139	Polipropilè sintètic no absorbible 6/0.	
	2018140	Polipropilè sintètic no absorbible 6/0.	
	2018141	Polipropilè sintètic no absorbible 2/0.	

	2018142	Polipropilè sintètic no absorbible 1.	
	2018144	Polipropilè sintètic no absorbible 3/0.	
	2018145	Polipropilè sintètic no absorbible 3/0.	
	2018146	Polipropilè sintètic no absorbible 4/0.	
	2018147	Polipropilè sintètic no absorbible 8/0.	
	2018148	Polipropilè sintètic no absorbible 7/0.	
	2018149	Polipropilè sintètic no absorbible 6/0.	
S100162	2018150	Seda natural no absorbible 3/0.	B. BRAUN SURGICAL, SA amb CIF A61123782
	2018152	Seda natural no absorbible 2/0.	
	2018153	Seda natural no absorbible 3/0.	
	2018154	Seda natural no absorbible 5/0.	
	2018155	Seda natural no absorbible 3/0.	
	2018156	Seda natural no absorbible 4/0.	
	2018157	Seda natural no absorbible 2/0.	
	2018158	Seda natural no absorbible 2/0.	
	2018159	Seda natural no absorbible 3/0.	
	2018160	Seda natural no absorbible 6/0.	
	2018161	Seda natural no absorbible 1.	
	2018162	Seda natural no absorbible 3/0.	
	2018163	Seda natural no absorbible 2/0.	
	2018164	Seda natural no absorbible 6/0.	
	2018165	Seda natural no absorbible 0.	
	2018166	Seda natural no absorbible 0.	
	2018167	Seda natural no absorbible 2/0.	
S100165	2018170	Poliamida sintètica no absorbible 10/0.	B. BRAUN SURGICAL, SA amb CIF A61123782
	2018171	Poliamida sintètica no absorbible 9/0.	B. BRAUN SURGICAL, SA amb CIF A61123782
S100167	2018173	Poliglactina sintètica absorbible 0 llaç.	MEDTRONIC IBÉRICA, SA amb CIF A28389484
	2018174	Acer inoxidable 5.	MEDTRONIC IBÉRICA, SA amb CIF A28389484
	2018176	Lactòmer 9-1 + àcid poliglicòlic 2/0.	MEDTRONIC IBÉRICA, SA amb CIF A28389484
	2007758	Sutura politetrafluoroetilè	WL GORE Y ASOCIADOS, SL amb CIF B60517794
S100283	2017296	Pack sutura vàlvula aòrtica	B. BRAUN SURGICAL, SA amb CIF A61123782
S100429	2011724	Cola quirúrgica.	B. BRAUN SURGICAL, SA amb CIF A61123782

- c) Preu d'adjudicació: Veure preus unitaris publicats a la Plataforma de Contractació
- d) Termini d'execució: 2 anys (amb possibilitat de pròrroga per 1 any més)

e) Lots Deserts:

LOT	CODI LOT	MOTIU
S100143	2018127: Poliglactina sintètica absorbible 2/0.	El preu ofertat supera el preu de licitació
	2018128: Poliglactina sintètica absorbible 4/0.	
	2018129: Poliglactina sintètica absorbible 3/0.	
S100167	2009773 Sutura d'estènum acer inoxidable 316 L	Les ofertes presentades no compleixen PPT i/o no presenten mostres
S100173	2013616: Sutura políester ortopèdia 2/0.	No s'han presentat ofertes
	2013827: Sutura políester 2/0.	
	2013984: Llaç de sutura 45º esquerra.	
	2013985: Llaç de sutura 45º dreta.	
	2015242: Sutura políester ortopèdia 5/0.	
S100284	2016324: Sutura tancament percutani arterial.	No s'han presentat ofertes

f) Lots Sense Efecte:

els lots següents, atès que durant el procés de la present licitació s'han deixat d'utilitzar al centre:

LOT	CODI LOT	DESCRIPCIÓ
S100165	2018168	Poliamida sintètica no absorbible 10/0.
S100165	2018169	Poliamida sintètica no absorbible 5/0.
S100167	2018175	Lactòmer 9-1 + àcid poliglicòlic 7/0.
S100283	2018183	Kit sutura cesàries.

6.- Formalització del contracte:

La formalització del contracte no es podrà produir abans de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la notificació de l'adjudicació definitiva, d'acord amb allò establert a l'article 156 del TRLCSP. Transcorregut aquest termini, l'òrgan de contractació exigirà a l'adjudicatari la formalització del contracte en un termini màxim de cinc dies hàbils, des de l'endemà de la recepció del requeriment que s'efectuï a tal efecte.

Barcelona, 9 d'agost de 2018

Mireia Barroso

Lletrada, Cap de la Unitat de Contractació i Assessora Legal

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs especial en matèria de contractació, de conformitat amb allò que estableixen els articles 40 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre de 2011, pel que s'aprova el Text refós de la LCSP, en el termini de quinze (15) dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la recepció de la present notificació, anunciant-lo prèviament dins del mateix termini d'acord amb allò disposat en l'article 44.1 del TRLCSP. L'òrgan encarregat de la resolució del recurs és el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Per a la interposició del recurs s'hauran de seguir els tràmits establerts a l'article 44 del TRLCSP. El lloc de presentació de l'escrit d'interposició del recurs serà, respecte de la Fundació de Gestió, la unitat de contractació –carrer de Sant Antoni Maria Claret, número 167 (pavelló de Sant Antoni) Igualment es podrà interposar recurs contenciós-administratiu conforme al disposat a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la notificació de la present.

INFORME DE VALORACIÓ DE CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR RELATIU AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE SUTURES MANUALS AMB DESTÍ LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU – EXPEDIENT OBE 17/223

S100154 POLIÈSTER SINTÈTIC

- 2018072 Polièster sintètic no absorbible 2/0.
- 2018073 Polièster sintètic no absorbible 2/0.
- 2018075 Polièster sintètic no absorbible 2/0.
- 2018076 Polièster sintètic no absorbible 2/0.
- 2018077 Polièster sintètic no absorbible 3/0.
- 2018078 Polièster sintètic no absorbible 2/0.
- 2018079 Polièster sintètic no absorbible 2/0.

Empreses presentades:

- Assut Europe Ibérica, S.L.U.
- Medtronic Ibérica, S.A.
- BBraun Surgical, S.A.

L'empresa Assut Europe Ibérica, S.L.U. queda exclosa atès que no ha presentat les mostres sol·licitades.

1. Etiquetatge i identificació de les característiques del producte en l'envàs.

Fins 5 punts. Es valorarà la facilitat d'identificar el perfil i la secció de l'agulla a escala real, calibre, color i la longitud del fil.

Medtronic	BBraun
5	5

Motivació;

Es puntua amb la màxima puntuació a ambdues empreses atès que s'adapten correctament als criteris valorats.

- 2. Obertura de l'envàs de la sutura. Fins 7 punts.** Es valorarà la facilitat, la rapidesa d'obertura i l'extracció del producte de l'envàs, en condicions òptimes (per exemple: sense nusos, etc.).

Medtronic	BBraun
7	7

Motivació;

Es puntua amb la màxima puntuació a ambdues empreses atès que s'adapten correctament als criteris valorats.

- 3. Manipulació del fil. Fins 21,5 punts:** Es valorarà la facilitat d'ús, la seguretat del nus, fil suau i uniforme i la resistència de la unió de l'agulla amb el fil.

Medtronic	BBraun
21,5	21,5

Motivació;

Es puntua amb la màxima puntuació a ambdues empreses atès que s'adapten correctament als criteris valorats.

- 4. Manipulació de l'agulla. Fins 21,5 punts.** Es valorarà la facilitat d'ús, la fàcil penetració d'inici i repetida i la ductilitat / resistència al doblegat.

Medtronic	BBraun
21,5	21,5

Motivació;

Es puntua amb la màxima puntuació a ambdues empreses atès que s'adapten correctament als criteris valorats.

5. Quadre resum de criteris avaluables mitjançant judicis de valor:

Criteri	Medtronic	BBraun
1	5	5
2	7	7
3	21,5	21,5
4	21,5	21,5
TOTAL	55	55

S100155 POLIÈSTER SINTÈTIC

- 2018080 Polièster sintètic no absorbible 0.
- 2018081 Polièster sintètic no absorbible 0.
- 2018082 Polièster sintètic no absorbible 1.
- 2018083 Polièster sintètic no absorbible 2/0.
- 2018084 Polièster sintètic no absorbible 3/0.
- 2018085 Polièster sintètic no absorbible 3/0.
- 2018087 Polièster sintètic no absorbible 2/0.
- 2018088 Polièster sintètic no absorbible 0.
- 2018089 Polièster sintètic no absorbible 1.

Empreses presentades:

- Assut Europe Ibérica, S.L.U.
- Sangüesa, S.A.
- BBraun Surgical, S.A.

L'empresa Assut Europe Ibérica, S.L.U. queda exclosa del present lot atès que no compleix amb el Plec de Prescripcions Tècniques, en l'article 2018083 allà on diu "calibre 2/0", la fitxa tècnica indica que té calibre 1, en l'article 2018085 allà on diu "calibre 3/0", la fitxa tècnica indica que té calibre 2/0.

1. Etiquetatge i identificació de les característiques del producte en l'envàs.

Fins 5 punts. Es valorarà la facilitat d'identificar el perfil i la secció de l'agulla a escala real, calibre, color i la longitud del fil.

Sangüesa	BBraun
5	5

Motivació;

Es puntua a ambdues empreses amb la màxima puntuació atès que s'adapten correctament als criteris valorats.

- 2. Obertura de l'envàs de la sutura. Fins 7 punts.** Es valorarà la facilitat, la rapidesa d'obertura i l'extracció del producte de l'envàs, en condicions òptimes (per exemple: sense nusos, etc.).

Sangüesa	BBraun
2	7

Motivació;

Es puntua a Sangüesa amb 2 punts atès que el sobre costa més d'obrir en comparació amb l'altra empresa valorada.

Es puntua a BBraun amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

- 3. Manipulació del fil. Fins 21,5 punts.** Es valorarà la facilitat d'ús, la seguretat del nus, fil suau i uniforme i la resistència de la unió de l'agulla amb el fil.

Sangüesa	BBraun
5	21,5

Motivació;

Es puntua a l'empresa Sangüesa amb 5 punts atès que el fil presenta una resistència molt baixa.

Es puntua a l'empresa BBraun amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

- 4. Manipulació de l'agulla. Fins 21,5 punts.** Es valorarà la facilitat d'ús, la fàcil penetració d'inici i repetida i la ductilitat / resistència al doblegat.

Sangüesa	BBraun
5	21,5

Motivació;

Es puntua a Sangüesa amb 5 punts atès que costa penetrar amb l'agulla per la baixa resistència al doblegat.

Es puntua a BBraun amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

5. Quadre resum de criteris avaluables mitjançant judicis de valor:

Criteri	Sangüesa	BBraun
1	5	5
2	2	7
3	5	21,5
4	5	21,5
TOTAL	17	55

L'empresa Sangüesa no supera la puntuació mínima exigida de 20 punts. Per tant, no serà avaluada en la valoració de criteris automàtics.

S100156 POLIDIOXANONA

- 2018664 Polidioxanona sintètica absorbible 4/0.
- 2018091 Polidioxanona sintètica absorbible 3/0.
- 2018092 Polidioxanona sintètica absorbible llaç 1.

Empreses presentades:

- Assut Europe Ibérica, S.A.
- Lorca Marin, S.A.
- Medtronic Ibérica, S.A.
- BBraun Surgical, S.A.

1. Etiquetatge i identificació de les característiques del producte en l'envàs.

Fins 5 punts. Es valorarà la facilitat d'identificar el perfil i la secció de l'agulla a escala real, calibre, color i la longitud del fil.

Assut	Lorca	Medtronic	BBraun
5	5	5	5

Motivació;

Es puntua a totes les empreses amb la màxima puntuació atès que s'adapten correctament als criteris valorats.

- 2. Obertura de l'envàs de la sutura. Fins 7 punts.** Es valorarà la facilitat, la rapidesa d'obertura i l'extracció del producte de l'envàs, en condicions òptimes (per exemple: sense nusos, etc.).

Assut	Lorca	Medtronic	BBraun
2	2	7	7

Motivació;

Es puntua a Assut i Lorca amb 2 punts atès que l'obertura de l'envàs és més difícil que la resta d'empreses millor valorades.

Es puntua a Medtronic i BBraun amb la màxima puntuació atès que s'adapten correctament als criteris valorats.

- 3. Manipulació del fil. Fins 21,5 punts.** Es valorarà la facilitat d'ús, la seguretat del nus, fil suau i uniforme i la resistència de la unió de l'agulla amb el fil.

Assut	Lorca	Medtronic	BBraun
5	5	21,5	5

Motivació;

Es puntua a Assut i Lorca amb 5 punts atès que el fil presenta una resistència molt baixa.

Es puntua a Medtronic amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

Es puntua a BBraun amb 5 punts atès que el fil té excessiva memòria, dificultant la facilitat d'ús de la pròpia sutura. D'altra banda el fil no és tan transparent en comparació amb l'empresa millor valorada.

- 4. Manipulació de l'agulla. Fins 21,5 punts.** Es valorarà la facilitat d'ús, la fàcil penetració d'inici i repetida i la ductilitat / resistència al doblegat.

Assut	Lorca	Medtronic	BBraun
5	5	21,5	5

Motivació;

Es puntua a Assut, Lorca i BBraun amb 5 punts atès que l'agulla presenta menys resistència que la millor valorada.

Es puntua amb la màxima puntuació a Medtronic atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

- 5. Quadre resum de criteris avaluables mitjançant judicis de valor:**

Criteri	Assut	Lorca	Medtronic	BBraun
1	5	5	5	5
2	2	2	7	7
3	5	5	21,5	5
4	5	5	21,5	5
TOTAL	17	17	55	22

Les empreses Assut i Lorca Marín no superen la puntuació mínima exigida de 20 punts. Per tant, no seran avaluades en la valoració de criteris automàtics.

S100160 POLIGLACTINA

- 2018093 Poliglactina sintètica absorbible 3/0.
- 2018094 Poliglactina sintètica absorbible 2/0.
- 2018095 Poliglactina sintètica absorbible 1.
- 2018096 Poliglactina sintètica absorbible 0.
- 2018098 Poliglactina sintètica absorbible 2.
- 2018099 Poliglactina sintètica absorbible 2/0.
- 2018100 Poliglactina sintètica absorbible 3/0.
- 2018101 Poliglactina sintètica absorbible 4/0.
- 2018102 Poliglactina sintètica absorbible 5/0.
- 2018103 Poliglactina sintètica absorbible 0.

- 2018104 Poliglactina sintètica absorbible 0.
- 2018106 Poliglactina sintètica absorbible 2/0.
- 2018107 Poliglactina sintètica absorbible 0.
- 2018108 Poliglactina sintètica absorbible 2/0.
- 2018109 Poliglactina sintètica absorbible 3/0.
- 2018110 Poliglactina sintètica absorbible 6/0.
- 2018111 Poliglactina sintètica absorbible 2/0.
- 2018112 Poliglactina sintètica absorbible 4/0.
- 2018113 Poliglactina sintètica absorbible 4/0.
- 2018114 Poliglactina sintètica absorbible 3/0.
- 2018118 Poliglactina sintètica absorbible 2/0.
- 2018119 Poliglactina sintètica absorbible 0.
- 2018120 Poliglactina sintètica absorbible 1.
- 2018121 Poliglactina sintètica absorbible 3/0.
- 2018122 Poliglactina sintètica absorbible 1.
- 2018125 Poliglactina sintètica absorbible 2/0.
- 2018126 Poliglactina sintètica 1.
- 2018758 Poliglactina sintètica absorbible 0.

Empreses presentades:

- Assut Europe Ibérica, S.A.
- Sangüesa, S.A.
- Medtronic Ibérica, S.A.
- BBraun Surgical, S.A.

L'empresa Assut Europe Ibérica, S.A. queda exclosa atès que no ha presentat la totalitat de les mostres.

L'empresa Sangüesa queda exclosa atès que no compleix amb el Plec de Prescripcions Tècniques, allà on diu "calibre 2/0", el calibre que indica és de 0.

1. Etiquetatge i identificació de les característiques del producte en l'envàs.

Fins 5 punts. Es valorarà la facilitat d'identificar el perfil i la secció de l'agulla a escala real, calibre, color i la longitud del fil.

Medtronic	BBraun
5	5

Motivació;

Es puntua a ambdues empreses amb la màxima puntuació atès que s'adapten correctament als criteris valorats.

- 2. Obertura de l'envàs de la sutura. Fins 7 punts.** Es valorarà la facilitat, la rapidesa d'obertura i l'extracció del producte de l'envàs, en condicions òptimes (per exemple: sense nusos, etc.).

Medtronic	BBraun
7	7

Motivació;

Es puntua a ambdues empreses amb la màxima puntuació atès que s'adapten correctament als criteris valorats.

- 3. Manipulació del fil. Fins 21,5 punts.** Es valorarà la facilitat d'ús, la seguretat del nus, fil suau i uniforme i la resistència de la unió de l'agulla amb el fil.

Medtronic	BBraun
21,5	5

Motivació;

Es puntua a Medtronic amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

Es puntua a BBraun amb 5 punts atès que el fil de la sutura rasca, no rellisca tant, fet que dificulta la manipulació del fil. D'altra banda el fil és més robust que l'empresa millor valorada, provocant esquincaments.

- 4. Manipulació de l'agulla. Fins 21,5 punts.** Es valorarà la facilitat d'ús, la fàcil penetració d'inici i repetida i la ductilitat / resistència al doblegat.

Medtronic	BBraun
21,5	10

Motivació;

Es puntua a Medtronic amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

Es puntua a BBraun amb 10 punts atès que l'agulla és menys resistent al doblegat que l'empresa millor valorada.

5. Quadre resum de criteris avaluables mitjançant judicis de valor:

Criteri	Medtronic	BBraun
1	5	5
2	7	7
3	21,5	5
4	21,5	10
TOTAL	55	27

S100143 POLIGLACTINA BAIX PES MOLECULAR

Empreses presentades:

- Assut Europe Ibérica, S.A.
- Sangüesa, S.A.
- BBraun Surgical, S.A.

1. Etiquetatge i identificació de les característiques del producte en l'envàs.

Fins 5 punts. Es valorarà la facilitat d'identificar el perfil i la secció de l'agulla a escala real, calibre, color i la longitud del fil.

Assut Europe	Sangüesa	BBraun
5	5	5

Motivació;

Es puntua a totes les empreses amb la màxima puntuació atès que s'adapten correctament als criteris valorats.

2. Obertura de l'envàs de la sutura. Fins 7 punts. Es valorarà la facilitat, la rapidesa d'obertura i l'extracció del producte de l'envàs, en condicions òptimes (per exemple: sense nusos, etc.).

Assut Europe	Sangüesa	BBraun
2	2	7

Motivació;

Es puntua a Assut i Sangüesa amb 2 punts atès que el sobre costa més d'obrir en comparació amb l'empresa millor valorada.

Es puntua a BBraun amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

- 3. Manipulació del fil. Fins 21,5 punts.** Es valorarà la facilitat d'ús, la seguretat del nus, fil suau i uniforme i la resistència de la unió de l'agulla amb el fil.

Assut Europe	Sangüesa	BBraun
5	5	5

Motivació;

Es puntua a Assut i Sangüesa amb 5 punts atès que el fil presenta una resistència molt baixa.

Es puntua a BBraun amb 5 punts atès que el fil de la sutura rasca, no rellisca molt, fet que dificulta la manipulació del fil. D'altra banda el fil és robust i provoca esquincaments.

- 4. Manipulació de l'agulla. Fins 21,5 punts.** Es valorarà la facilitat d'ús, la fàcil penetració d'inici i repetida i la ductilitat / resistència al doblegat.

Assut Europe	Sangüesa	BBraun
5	5	10

Motivació;

Es puntua a Assut i Sangüesa amb 5 punts atès que costa penetrar amb l'agulla per la baixa resistència al doblegat.

Es puntua a BBraun amb 10 punts atès que l'agulla és poc resistent al doblegat.

5. Quadre resum de criteris avaluables mitjançant judicis de valor:

Criteri	Assut Europe	Sangüesa	BBraun
1	5	5	5
2	2	2	7
3	5	5	5
4	5	5	10
TOTAL	17	17	27

Les empreses Assut i Sangüesa no superen la puntuació mínima exigida de 20 punts. Per tant, no seran avaluades en la valoració de criteris automàtics.

S100161 POLIPROPILE

Empreses presentades:

- Assut Europe Ibérica, S.A.
- Lorca Marín, S.A.
- Sangüesa, S.A.
- Medtronic Ibérica, S.A.
- BBraun Surgical, S.A.

L'empresa Assut Europe Ibérica, S.L.U. queda exclosa del present lot atès que no compleix amb el Plec de Prescripcions Tècniques, en l'article 2018144 allà on diu "calibre 3/0", la fitxa tècnica indica que té un calibre de 2/0.

1. Etiquetatge i identificació de les característiques del producte en l'envàs.

Fins 5 punts. Es valorarà la facilitat d'identificar el perfil i la secció de l'agulla a escala real, calibre, color i la longitud del fil.

Lorca Marín	Sangüesa	Medtronic	BBraun
5	5	5	5

Motivació;

Es puntua a totes les empreses amb la màxima puntuació atès que s'adapten correctament als criteris valorats.

- 2. Obertura de l'envàs de la sutura. Fins 7 punts.** Es valorarà la facilitat, la rapidesa d'obertura i l'extracció del producte de l'envàs, en condicions òptimes (per exemple: sense nusos, etc.).

Lorca Marin	Sangüesa	Medtronic	BBraun
2	2	7	7

Motivació;

Es puntua a Lorca Marin i Sangüesa amb 2 punts atès que el sobre costa més d'obrir en comparació a les empreses millor valorades.

Es puntua a Medtronic i BBraun amb la màxima puntuació atès que s'adapten correctament als criteris valorats.

- 3. Manipulació del fil. Fins 21,5 punts.** Es valorarà la facilitat d'ús, la seguretat del nus, fil suau i uniforme i la resistència de la unió de l'agulla amb el fil.

Lorca Marin	Sangüesa	Medtronic	BBraun
5	5	21,5	21,5

Motivació;

Es puntua a Lorca Marin i Sangüesa amb 5 punts atès que el fil presenta una resistència molt baixa.

Es puntua a Medtronic i BBraun amb la màxima puntuació atès que s'adapten correctament als criteris valorats.

- 4. Manipulació de l'agulla. Fins 21,5 punts.** Es valorarà la facilitat d'ús, la fàcil penetració d'inici i repetida i la ductilitat / resistència al doblegat.

Lorca Marin	Sangüesa	Medtronic	BBraun
5	5	21,5	21,5

Motivació;

Es puntua a Lorca Marin i Sangüesa amb 5 punts atès que costa penetrar amb l'agulla per la baixa resistència al doblegat.

Es puntua a Medtronic i BBraun amb la màxima puntuació atès que s'adapten correctament als criteris valorats.

5. Quadre resum de criteris avaluables mitjançant judicis de valor:

Criteri	Lorca Marin	Sangüesa	Medtronic	BBraun
1	5	5	5	5
2	2	2	7	7
3	5	5	21,5	21,5
4	5	5	21,5	21,5
TOTAL	17	17	55	55

Les empreses Lorca Marin i Sangüesa no superen la puntuació mínima exigida de 20 punts. Per tant, no seran avaluades en la valoració de criteris automàtics.

Lot S100162 SEDA NATURAL

Empreses presentades:

- Lorca Marin, S.A.
- BBraun Surgical, S.A.

- 1. Etiquetatge i identificació de les característiques del producte en l'envàs.**
Fins 5 punts. Es valorarà la facilitat d'identificar el perfil i la secció de l'agulla a escala real, calibre, color i la longitud del fil.

Lorca Marin	BBraun
5	5

Motivació;

Es puntua a ambdues empreses amb la màxima puntuació atès que s'adapten correctament als criteris valorats.

- 2. Obertura de l'envàs de la sutura. Fins 7 punts.** Es valorarà la facilitat, la rapidesa d'obertura i l'extracció del producte de l'envàs, en condicions òptimes (per exemple: sense nusos, etc.).

Lorca Marin	BBraun
2	7

Motivació;

Es puntua a Lorca Marin amb 2 punts atès que l'envàs de la sutura es més difícil a l'hora d'obrir-lo que l'empresa millor valorada.

Es puntua a BBraun amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

- 3. Manipulació del fil. Fins 21,5 punts.** Es valorarà la facilitat d'ús, la seguretat del nus, fil suau i uniforme i la resistència de la unió de l'agulla amb el fil.

Lorca Marin	BBraun
2	21,5

Motivació;

Es puntua a Lorca Marin amb 2 punts atès que el fil presenta una resistència molt baixa.

Es puntua a BBraun amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

- 4. Manipulació de l'agulla. Fins 21,5 punts.** Es valorarà la facilitat d'ús, la fàcil penetració d'inici i repetida i la ductilitat / resistència al doblegat.

Lorca Marin	BBraun
5	21,5

Motivació;

Es puntua a Lorca Marin amb 5 punts atès que l'agulla ofereix menor resistència que l'empresa millor valorada.

Es puntua a BBraun amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

5. Quadre resum de criteris avaluables mitjançant judicis de valor:

Criteri	Lorca Marin	BBraun
1	5	5
2	2	7
3	2	21,5
4	5	21,5
TOTAL	14	55

L'empresa Lorca Marin no supera la puntuació mínima exigida de 20 punts. Per tant, no serà avaluada en la valoració de criteris automàtics.

S100165 POLIAMIDA

- 2018168 Poliamida sintètica no absorbible 10/0.

Es sol·licita deixar sense efecte el present lot atès que durant el procés de la present licitació, s'ha deixat d'utilitzar al centre.

- 2018169 Poliamida sintètica no absorbible 5/0.

Es sol·licita deixar sense efecte el present lot atès que durant el procés de la present licitació, s'ha deixat d'utilitzar al centre.

- 2018170 Poliamida sintètica no absorbible 10/0

Empreses presentades:

- Assut Europe Ibérica, S.A.
- Equipamientos Sanitarios, S.A.
- Lorca Marin, S.A.
- Sangüesa, S.A.
- BBraun Surgical, S.A.

L'empresa Sangüesa queda exclosa atès que no ha presentat les mostres sol·licitades.

1. Etiquetatge i identificació de les característiques del producte en l'envàs.

Fins 5 punts. Es valorarà la facilitat d'identificar el perfil i la secció de l'agulla a escala real, calibre, color i la longitud del fil.

Assut Europe	Equipsa	Lorca Marin	BBraun
5	1	5	5

Motivació;

Es puntua a Equipsa amb 1 punt atès que la identificació de la sutura és difícil.

Es puntua a Assut, Lorca Marin i BBraun amb la màxima puntuació atès que s'adapten correctament als criteris valorats.

2. Obertura de l'envàs de la sutura. Fins 7 punts. Es valorarà la facilitat, la rapidesa d'obertura i l'extracció del producte de l'envàs, en condicions òptimes (per exemple: sense nusos, etc.).

Assut Europe	Equipsa	Lorca Marin	BBraun
2	2	2	7

Motivació;

Es puntua a Assut, Equipsa i Lorca Marin amb 2 punts atès que el sobre costa més d'obrir en comparació amb l'empresa millor valorada.

Es puntua a BBraun amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

3. Manipulació del fil. Fins 21,5 punts. Es valorarà la facilitat d'ús, la seguretat del nus, fil suau i uniforme i la resistència de la unió de l'agulla amb el fil.

Assut Europe	Equipsa	Lorca Marin	BBraun
5	18	5	21,5

Motivació;

Es puntua a Assut i Lorca Marin amb 5 punts atès que el fil presenta una resistència molt baixa.

Es puntua a Equipsa amb 18 punts atès que la manipulació del fil no és tan bona com la de la millor empresa presentada.

Es puntua a BBraun amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

- 4. Manipulació de l'agulla. Fins 21,5 punts.** Es valorarà la facilitat d'ús, la fàcil penetració d'inici i repetida i la ductilitat / resistència al doblegat.

Assut Europe	Equipsa	Lorca Marin	BBraun
5	18	5	21,5

Motivació;

Es puntua a Assut i Lorca Marin amb 5 punts atès que costa penetrar amb l'agulla per la baixa resistència al doblegat.

Es puntua a Equipsa amb 18 punts atès que la penetració de l'agulla no és tan bona com la de la millor empresa valorada.

Es puntua a BBraun amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

- 5. Quadre resum de criteris avaluables mitjançant judicis de valor:**

Criteri	Assut Europe	Equipsa	Lorca Marin	BBraun
1	5	1	5	5
2	2	2	2	7
3	5	18	5	21,5
4	5	18	5	21,5
TOTAL	17	39	17	55

Les empreses Assut i Lorca Marin no superen la puntuació mínima exigida de 20 punts. Per tant, no seran avaluades en la valoració de criteris automàtics.

- 2018171 Poliamida sintètica no absorbible 9/0.

Empreses presentades:

- Assut Europe Ibérica, S.A.
- Lorca Marin, S.A.
- Sangüesa, S.A.
- BBraun Surgical, S.A.

L'empresa Lorca Marin queda exclosa atès que no ha presentat les mostres sol·licitades.

- 1. Etiquetatge i identificació de les característiques del producte en l'envàs. Fins 5 punts.** Es valorarà la facilitat d'identificar el perfil i la secció de l'agulla a escala real, calibre, color i la longitud del fil.

Assut Europe	Sangüesa	BBraun
5	5	5

Motivació;

Es puntua a totes les empreses amb la màxima puntuació atès que s'adapten correctament als criteris valorats.

- 2. Obertura de l'envàs de la sutura. Fins 7 punts.** Es valorarà la facilitat, la rapidesa d'obertura i l'extracció del producte de l'envàs, en condicions òptimes (per exemple: sense nusos, etc.).

Assut Europe	Sangüesa	BBraun
2	2	7

Motivació;

Es puntua a Assut i Sangüesa amb 2 punts atès que el sobre costa més d'obrir en comparació amb l'empresa millor valorada.

Es puntua a BBraun amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

- 3. Manipulació del fil. Fins 21,5 punts.** Es valorarà la facilitat d'ús, la seguretat del nus, fil suau i uniforme i la resistència de la unió de l'agulla amb el fil.

Assut Europe	Sangüesa	BBraun
5	5	21,5

Motivació;

Es puntua a Assut i Sangüesa amb 5 punts atès que el fil presenta una resistència molt baixa.

Es puntua a BBraun amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

4. Manipulació de l'agulla. Fins 21,5 punts. Es valorarà la facilitat d'ús, la fàcil penetració d'inici i repetida i la ductilitat / resistència al doblegat.

Assut Europe	Sangüesa	BBraun
5	5	10

Motivació;

Es puntua a Assut i Sangüesa amb 5 punts atès que costa penetrar amb l'agulla per la baixa resistència al doblegat.

Es puntua a BBraun amb 10 punts atès que l'agulla és massa petita per l'ús en còrnia.

5. Quadre resum de criteris avaluables mitjançant judicis de valor:

Criteri	Assut Europe	Sangüesa	BBraun
1	5	5	5
2	2	2	7
3	5	5	21,5
4	5	5	10
TOTAL	17	17	43,5

Les empreses Assut i Sangüesa no superen la puntuació mínima exigida de 20 punts. Per tant, no seran avaluades en la valoració de criteris automàtics.

S100167 Varis

- 2018173 Poliglactina sintètica absorbible 0 llaç.

Empreses presentades:

- Medtronic Ibérica, S.A.

- 1. Etiquetatge i identificació de les característiques del producte en l'envàs. Fins 5 punts.** Es valorarà la facilitat d'identificar el perfil i la secció de l'agulla a escala real, calibre, color i la longitud del fil.

Medtronic
5

Motivació;

Es puntua a Medtronic amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

- 2. Obertura de l'envàs de la sutura. Fins 7 punts.** Es valorarà la facilitat, la rapidesa d'obertura i l'extracció del producte de l'envàs, en condicions òptimes (per exemple: sense nusos, etc.).

Medtronic
7

Motivació;

Es puntua a Medtronic amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

- 3. Manipulació del fil. Fins 21,5 punts.** Es valorarà la facilitat d'ús, la seguretat del nus, fil suau i uniforme i la resistència de la unió de l'agulla amb el fil.

Medtronic
21,5

Motivació;

Es puntua a Medtronic amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

- 4. Manipulació de l'agulla. Fins 21,5 punts.** Es valorarà la facilitat d'ús, la fàcil penetració d'inici i repetida i la ductilitat / resistència al doblegat.

Medtronic
21,5

Motivació;

Es puntua a Medtronic amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

- 5. Quadre resum de criteris avaluables mitjançant judicis de valor:**

Criteri	Medtronic
1	5
2	7
3	21,5
4	21,5
TOTAL	55

- 2018174 Acer inoxidable 5.

Empreses presentades:

- Lorca Marín, S.A.
- Sangüesa, S.A.
- Medtronic Ibérica, S.A.
- BBraun Surgical, S.A.

L'empresa Lorca Marín quedà exclosa atès que no ha presentat les mostres sol·licitades.

- 1. Etiquetatge i identificació de les característiques del producte en l'envàs.**
Fins 5 punts. Es valorarà la facilitat d'identificar el perfil i la secció de l'agulla a escala real, calibre, color i la longitud del fil.

Sangüesa	Medtronic	BBraun
5	5	5

Motivació;

Es puntua a totes les empreses amb la màxima puntuació atès que s'adapten correctament als criteris valorats.

- 2. Obertura de l'envàs de la sutura. Fins 7 punts.** Es valorarà la facilitat, la rapidesa d'obertura i l'extracció del producte de l'envàs, en condicions òptimes (per exemple: sense nusos, etc.).

Sangüesa	Medtronic	BBraun
4	7	7

Motivació;

Es puntua a Sangüesa amb 4 punts atès que el paper de l'embalatge es trenca a l'hora d'obrir la sutura.

Es puntua a Medtronic i BBraun amb la màxima puntuació atès que s'adapten correctament als criteris valorats.

- 3. Manipulació del fil. Fins 21,5 punts.** Es valorarà la facilitat d'ús, la seguretat del nus, fil suau i uniforme i la resistència de la unió de l'agulla amb el fil.

Sangüesa	Medtronic	BBraun
5	21,5	21,5

Motivació;

Es puntua a Sangüesa amb 5 punts atès que el fil presenta una resistència molt baixa.

Es puntua a Medtronic i BBraun amb la màxima puntuació atès que s'adapten correctament als criteris valorats.

- 4. Manipulació de l'agulla. Fins 21,5 punts.** Es valorarà la facilitat d'ús, la fàcil penetració d'inici i repetida i la ductilitat / resistència al doblegat.

Sangüesa	Medtronic	BBraun
5	21,5	21,5

Motivació;

Es puntua Sangüesa amb 5 punts atès que l'agulla és massa dúctil en comparació amb les empreses millor valorades.

Es puntua Medtronic i BBraun amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

5. Quadre resum de criteris avaluables mitjançant judicis de valor:

Criteri	Sangüesa	Medtronic	BBraun
1	5	5	5
2	4	7	7
3	5	21,5	21,5
4	5	21,5	21,5
TOTAL	19	55	55

L'empresa Sangüesa no supera la puntuació mínima exigida de 20 punts. Per tant, no serà avaluada en la valoració de criteris automàtics.

- 2018175 Lactòmer 9-1 + àcid poliglicòlic 7/0.

Es sol·licita deixar sense efecte el present lot atès que durant el procés de la present licitació, s'ha deixat d'utilitzar al centre.

- 2018176 Lactòmer 9-1 + àcid poliglicòlic 2/0.

Empreses presentades:

- Medtronic Ibérica, S.A.

1. Etiquetatge i identificació de les característiques del producte en l'envàs.

Fins 5 punts. Es valorarà la facilitat d'identificar el perfil i la secció de l'agulla a escala real, calibre, color i la longitud del fil.

Medtronic
5

Motivació;

Es puntua a Medtronic amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

- 2. Obertura de l'envàs de la sutura. Fins 7 punts.** Es valorarà la facilitat, la rapidesa d'obertura i l'extracció del producte de l'envàs, en condicions òptimes (per exemple: sense nusos, etc.).

Medtronic
7

Motivació;

Es puntua a Medtronic amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

- 3. Manipulació del fil. Fins 21,5 punts.** Es valorarà la facilitat d'ús, la seguretat del nus, fil suau i uniforme i la resistència de la unió de l'agulla amb el fil.

Medtronic
21,5

Motivació;

Es puntua a Medtronic amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

- 4. Manipulació de l'agulla. Fins 21,5 punts.** Es valorarà la facilitat d'ús, la fàcil penetració d'inici i repetida i la ductilitat / resistència al doblegat.

Medtronic
21,5

Motivació;

Es puntua a Medtronic amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

5. Quadre resum de criteris avaluables mitjançant judicis de valor:

Criteri	Medtronic
1	5
2	7
3	21,5
4	21,5
TOTAL	55

- 2007758 Sutura politetrafluoroetilè

Empreses presentades:

- WL Gore y Asociados, S.L.

1. Etiquetatge i identificació de les característiques del producte en l'envàs.

Fins 5 punts. Es valorarà la facilitat d'identificar el perfil i la secció de l'agulla a escala real, calibre, color i la longitud del fil.

WL Gore
5

Motivació;

Es puntua a WL Gore amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

2. Obertura de l'envàs de la sutura. Fins 7 punts. Es valorarà la facilitat, la rapidesa d'obertura i l'extracció del producte de l'envàs, en condicions òptimes (per exemple: sense nusos, etc.).

WL Gore
7

Motivació;

Es puntua a WL Gore amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

- 3. Manipulació del fil. Fins 21,5 punts.** Es valorarà la facilitat d'ús, la seguretat del nus, fil suau i uniforme i la resistència de la unió de l'agulla amb el fil.

WL Gore
21,5

Motivació;

Es puntua a WL Gore amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

- 4. Manipulació de l'agulla. Fins 21,5 punts.** Es valorarà la facilitat d'ús, la fàcil penetració d'inici i repetida i la ductilitat / resistència al doblegat.

WL Gore
21,5

Motivació;

Es puntua a WL Gore amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

- 5. Quadre resum de criteris avaluables mitjançant judicis de valor:**

Criteri	WL Gore
1	5
2	7
3	21,5
4	21,5
TOTAL	55

- 2009773 Sutura d'estèrnum acer inoxidable 316 L

Empreses presentades:

- D4 Distribuciones Hospitalarias, S.L.
- Medtronic Ibérica, S.A.

L'empresa D4 Distribuciones Hospitalarias, S.L. queda exclosa atès que no ha presentat les mostres sol·licitades.

L'empresa Medtronic queda exclosa atès que no compleix amb el Plec de Prescripcions Tècniques, allà on diu "59 cm de longitud", la mostra presentada és de 75 cm de longitud.

S100173 SUTURES ARTROSCÒPIA

Aquest lot queda desert atès que no s'han presentat ofertes.

S100283 PACS SUTURES

- 2018183 Kit sutura cesàries.

Es sol·licita deixar sense efecte el present lot atès que durant el procés de la present licitació, s'ha deixat d'utilitzar al centre.

- 2017296 Pack sutura vàlvula aòrtica

Empreses presentades:

- Assut Europe Ibérica, S.A.
- BBraun Surgical, S.A.

- 1. Etiquetatge i identificació de les característiques del producte en l'envàs.**
Fins 5 punts. Es valorarà la facilitat d'identificar el perfil i la secció de l'agulla a escala real, calibre, color i la longitud del fil.

Assut Europe	BBraun
5	5

Motivació;

Es puntea a ambdues empreses amb la màxima puntuació atès que s'adapten correctament als criteris valorats

- 2. Obertura de l'envàs de la sutura. Fins 7 punts.** Es valorarà la facilitat, la rapidesa d'obertura i l'extracció del producte de l'envàs, en condicions òptimes (per exemple: sense nusos, etc.).

Assut Europe	BBraun
2	7

Motivació;

Es puntua a Assut amb 2 punts atès que el sobre costa més d'obrir que l'altra empresa valorada.

Es puntua a BBraun amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats

- 3. Manipulació del fil. Fins 21,5 punts.** Es valorarà la facilitat d'ús, la seguretat del nus, fil suau i uniforme i la resistència de la unió de l'agulla amb el fil.

Assut Europe	BBraun
5	21,5

Motivació;

Es puntua a Assut amb 5 punts atès que el fil presenta una resistència molt baixa.

Es puntua a BBraun amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats

- 4. Manipulació de l'agulla. Fins 21,5 punts.** Es valorarà la facilitat d'ús, la fàcil penetració d'inici i repetida i la ductilitat / resistència al doblegat.

Assut Europe	BBraun
5	21,5

Motivació;

Es puntua a Assut amb 5 punts atès que costa penetrar amb l'agulla per la baixa resistència al doblegat.

Es puntua a BBraun amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats

5. Quadre resum de criteris avaluables mitjançant judicis de valor:

Criteri	Assut Europe	BBraun
1	5	5
2	2	7
3	5	21,5
4	5	21,5
TOTAL	17	55

L'empresa Assut no supera la puntuació mínima exigida de 20 punts. Per tant, no serà avaluada en la valoració de criteris automàtics.

S100284 SUTURES DE TANCAMENT

Aquest lot queda desert atès que no s'ha presentat cap oferta.

S100429 COLA QUIRÚRGICA

- 2011724 Cola quirúrgica.

Empreses presentades:

- BBraun Surgical, S.A.

1. **Temps d'assecat. Fins 20 punts.** Per realitzar la valoració es tindrà en compte el temps d'assecat de la cola quirúrgica i que es pugui diluir amb lipiodol per a modificar el temps de polimerització i per a visualitzar-ho per escopia

BBraun
20

Motivació;

Es puntua a BBraun amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats

- 2. Sistema d'aplicació. Fins 15 punts.** En aquest apartat es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el moment de l'ús del producte.

BBraun
7

Motivació;

Es puntua a BBraun amb 7 punts atès que no té pinzell d'aplicació.

- 3. Efectivitat del producte. Fins 17 punts.** Es valorarà el temps de permanència de la sutura.

BBraun
17

Motivació;

Es puntua a BBraun amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats

- 4. Presentació del producte. Fins 3 punts.** Tipus d'embalatge. Forma de presentació en funció del producte. Es valorarà el número d'unitats que incorpora l'embalatge o l'envàs i la seva adequació a les necessitats de l'hospital.

BBraun
3

Motivació;

Es puntua a BBraun amb la màxima puntuació atès que s'adapta correctament als criteris valorats.

5. Quadre resum de criteris avaluables mitjançant judicis de valor:

Criteri	BBraun
1	20
2	7
4	17
5	3
TOTAL	47

Barcelona, 13 de juny de 2018




Dr. Ferran Caballero



Dr. Antoni Moral



Dr. José Román Escudero




Dr. Josep Maria Padró



Dr. Jaume Masià



Dr. Jose Antonio Buil



Dr. Jorge Villalba



Dr. Oriol Porta



Montserrat Serra

INFORME DE VALORACIÓ DE CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÒRMULES AUTOMÀTIQUES RELATIU AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE SUTURES MANUALS AMB DESTÍ LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU – EXPEDIENT OBE 17/223

Lot S100154 POLIÈSTER SINTÈTIC

Empreses valorades:

- B.Braun Medical, S.A.
- Medtronic Ibérica, S.A.

1. Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques: 45 punts. sobre número 3.

1.1. Puntuació econòmica: 45 punts: Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció: $(\text{oferta més econòmica} \times 45) / \text{oferta avaluada}$.

	Medtronic	BBraun
Import	25.275,59 €	20.971,92
Puntuació	37,34	45

Lot S100155 POLIÈSTER SINTÈTIC

Empreses valorades:

- BBraun Surgical, S.A.

1. Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques: 45 punts. sobre número 3.

1.1. Puntuació econòmica: 45 punts: Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció: $(\text{oferta més econòmica} \times 45) / \text{oferta avaluada}$.

	BBraun
Import	1.800,12€
Puntuació	45

Lot S100156 POLIDIOXANONA

Empreses valorades:

- B.Braun Medical, S.A.
- Medtronic Ibérica, S.A.

1. Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques: 45 punts. sobre número 3.

1.1. Puntuació econòmica: 45 punts: Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció: (oferta més econòmica*45)/oferta avaluada.

	Medtronic	BBraun
Import	5.425,32 €	6.924,96 €
Puntuació	45	35,25

Lot S100160 POLIGLACTINA

Empreses valorades:

- BBraun Surgical, S.A.
- Medtronic Ibérica, S.A.

La empresa BBraun Surgical, S.A. queda exclosa atès que en alguns productes el preu ofertat supera al preu de licitació

1. Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques: 45 punts. sobre número 3.

1.1. Puntuació econòmica: 45 punts: Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció: (oferta més econòmica*45)/oferta avaluada.

	Medtronic
Import	73.191,39 €
Puntuació	45

Lot S100143 POLIGLACTINA BAIX PES MOLECULAR

Empreses valorades:

- BBraun Surgical, S.A.

La empresa BBraun Surgical, S.A. queda exclosa atès que en alguns productes el preu ofertat supera al preu de licitació

Lot S100161 POLIPROPILÈ

Empreses valorades:

- BBraun Surgical, S.A.
- Medtronic Ibérica, S.A.

1. Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques: 45 punts. sobre número 3.

1.1. Puntuació econòmica: 45 punts: Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció: (oferta més econòmica*45)/oferta avaluada.

	Medtronic	BBraun
Import	42.383,79 €	55.130,04 €
Puntuació	45	34,60

Lot S100162 SEDA NATURAL

Empreses valorades:

- BBraun Surgical, S.A.

1. Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques: 45 punts. sobre número 3.

1.1. Puntuació econòmica: 45 punts: Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció: (oferta més econòmica*45)/oferta avaluada.

	BBraun
Import	16.054,20€
Puntuació	45

Lot S100165 POLIAMIDA

- 2018170 Poliamida sintètica no absorbible 10/0

- Equipamientos Sanitarios, S.A.
- BBraun Surgical, S.A.

1. Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques: 45 punts. sobre número 3.

1.1. Puntuació econòmica: 45 punts: Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció: (oferta més econòmica*45)/oferta avaluada.

	Equipsa	BBraun
Import	3.904,56 €	3.599,64 €
Puntuació	41,49	45

- 2018171 Poliamida sintètica no absorbible 9/0.

Empreses valorades:

- BBraun Surgical, S.A.

1. Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques: 45 punts. sobre número 3.

1.1. Puntuació econòmica: 45 punts: Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció: (oferta més econòmica*45)/oferta avaluada.

	BBraun
Import	3.240 €
Puntuació	45

Lot S100167 Varis

- 2018173 Poliglactina sintètica absorbible 0 llaç.

Empreses presentades:

- Medtronic Ibérica, S.A.

1. Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques: 45 punts. sobre número 3.

1.1. Puntuació econòmica: 45 punts: Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció: (oferta més econòmica*45)/oferta avaluada.

	Medtronic
Import	1.466,64€
Puntuació	45

- 2018174 Acer inoxidable 5.

Empreses presentades:

- BBraun Surgical, S.A.
- Medtronic Ibérica, S.A.

BBraun queda exclosa atès que el preu ofertat supera al preu licitat

1. Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques: 45 punts. sobre número 3.

1.1. Puntuació econòmica: 45 punts: Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció: (oferta més econòmica*45)/oferta avaluada.

	Medtronic
Import	4.536,00
Puntuació	45

- 2018176 Lactòmer 9-1 + àcid poliglicòlic 2/0.

Empreses presentades:

- Medtronic Ibérica, S.A.

1. Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques: 45 punts. sobre número 3.

1.1. Puntuació econòmica: 45 punts: Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció: (oferta més econòmica*45)/oferta avaluada.

	Medtronic
Import	288,00€
Puntuació	45

- 2007758 Sutura politetrafluoroetilè

Empreses presentades:

- WL Gore y Asociados, S.L.

1. Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques: 45 punts. sobre número 3.

1.1. Puntuació econòmica: 45 punts: Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció: (oferta més econòmica*45)/oferta avaluada.

	WL Gore
Import	1.470,96€
Puntuació	45

Lot S100283 PACS SUTURES

- 2017296 Pack sutura vàlvula aòrtica

Empreses presentades:

- BBraun Surgical, S.A.

1. Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques: 45 punts. sobre número 3.

1.1. Puntuació econòmica: 45 punts: Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció: (oferta més econòmica*45)/oferta avaluada.

	BBraun
Import	26.820,00€
Puntuació	45

Lot S100429 COLA QUIRÚRGICA

- 2011724 Cola quirúrgica.

Empreses valorades

- BBraun Surgical, S.A.

1. Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques: 45 punts. sobre número 3.

1.1. Puntuació econòmica: 45 punts: Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció: (oferta més econòmica*45)/oferta avaluada.

	BBraun
Import	18.706,00€
Puntuació	45

Barcelona 12 de juliol de 2018



Leire Fernández
Coordinadora de Logística

**INFORME DE VALORACIÓ GLOBAL RELATIU AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT
DE SUTURES MANUALS AMB DESTÍ LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE
L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU – EXPEDIENT OBE 17/223**

Lot S100154 POLIÈSTER SINTÈTIC

	Medtronic	BBraun
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	55	55
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	37,34	45
TOTAL	92,34	100

Lot S100155 POLIÈSTER SINTÈTIC

	BBraun
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	55
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	45
TOTAL	100

Lot S100156 POLIDIOXANONA

	Medtronic	BBraun
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	55	22
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	45	35,25
TOTAL	100	57,25

Lot S100160 POLIGLACTINA

	Medtronic
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	55
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	45
TOTAL	100

Lot S100161 POLIPROPILÈ

	Medtronic	BBraun
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	55	55
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	45	34,60
TOTAL	100	89,60

Lot S100162 SEDA NATURAL

	BBraun
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	55
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	45
TOTAL	100

Lot S100165 POLIAMIDA

- 2018170 Poliamida sintètica no absorbible 10/0

	Equipsa	BBraun
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	39	55
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	41,49	45
TOTAL	80,49	100

- 2018171 Poliamida sintètica no absorbible 9/0.

	BBraun
Crèteris avaluables mitjançant judicis de valor	43,5
Crèteris avaluables mitjançant fòrmules automàtiques	45
TOTAL	88,5

Lot S100167 Varis

- 2018173 Poliglactinà sintètica absorbible 0 IIa.

	Medtronic
Crèteris avaluables mitjançant judicis de valor	55
Crèteris avaluables mitjançant fòrmules automàtiques	45
TOTAL	100

- 2018174 Acer inoxidable 5.

	Medtronic
Crèteris avaluables mitjançant judicis de valor	55
Crèteris avaluables mitjançant fòrmules automàtiques	45
TOTAL	100

- 2018176 Lactòmer 9-1 + àcid poliglicòlic 2/0.

	Medtronic
Crèteris avaluables mitjançant judicis de valor	55
Crèteris avaluables mitjançant fòrmules automàtiques	45
TOTAL	100

- 2007758 Sutura politetrafluoroetilè

	WL Gore
Críteris avaluables mitjançant judicis de valor	55
Críteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	45
TOTAL	100

Lot S100283 PACS SUTURES

- 2017296 Pack sutura vàlvula aòrtica

	BBraun
Críteris avaluables mitjançant judicis de valor	55
Críteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	45
TOTAL	100

Lot S100429 COLA QUIRÚRGICA

- 2011724 Cola quirúrgica.

	BBraun
Críteris avaluables mitjançant judicis de valor	47
Críteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	45
TOTAL	92

Barcelona 12 de Juliol de 2018



Leire Fernández
Coordinadora logística

Vist això i d'acord amb la proposta presentada per la Mesa de contractació, l'òrgan de contractació va prendre els següents acords;

1.- ACORD D'APROVACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ

“PRIMER.- APROVAR la següent classificació resultant de la valoració de les propostes presentades, (que s'adjunta com a annex número 1 del present acord), en l'**acord marc amb un únic adjudicatari pel subministrament de sutures manuals amb destí a la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau**, vista l'acta d'adjudicació de la Mesa de contractació;

SEGON.- DELEGAR en la Mesa de contractació per tal de que requereixi als licitadors que han obtingut la major puntuació, per tal que en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la recepció formal de la notificació, aportin la documentació establerta en clàusula novena del Plec de Clàusules Particulars.

TERCER.- ADJUDICAR el contracte OBE 17/223 en el termini dels cinc dies hàbils posteriors a la correcta recepció i avaluació de la documentació esmentada en el punt precedent; cas que el primer classificat no porti la documentació correctament, se demanarà al següent; Si es dona aquest cas, l'adjudicació de tots els lots no es realitzarà fins tenir tota la documentació avaluada correctament;

QUART.- AUTORITZAR a la Unitat de contractació a fer-ho efectiu, en els termes establerts en l'acord d'adjudicació que es pren juntament amb el present acord d'aprovació de la classificació."

ACORD D'APROVACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ: ANNEX 1

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE SUTURES MANUALS AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU – EXP. OBE 17/223

Lot S100154 POLIÈSTER SINTÈTIC

	BBraun	Medtronic
Críteris avaluables mitjançant judicis de valor	55	55
Críteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	45	37,34
TOTAL	100	92,34

Lot S100155 POLIÈSTER SINTÈTIC

	BBraun
Críteris avaluables mitjançant judicis de valor	55
Críteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	45
TOTAL	100

Lot S100156 POLIDIOXANONA

	Medtronic	BBraun
Críteris avaluables mitjançant judicis de valor	55	22
Críteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	45	35,25
TOTAL	100	57,25

Lot S100160 POLIGLACTINA

	Medtronic
Críteris avaluables mitjançant judicis de valor	55
Críteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	45
TOTAL	100

Lot S100161 POLIPROPILE

	Medtronic	BBraun
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	55	55
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	45	34,60
TOTAL	100	89,60

Lot S100162 SEDA NATURAL

	BBraun
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	55
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	45
TOTAL	100

Lot S100165 POLIAMIDA

- 2018170 Poliamida sintètica no absorbible 10/0

	BBraun	Equipsa
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	55	39
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	45	41,49
TOTAL	100	80,49

- 2018171 Poliamida sintètica no absorbible 9/0.

	BBraun
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	43,5
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	45
TOTAL	88,5

Lot S100167 Varis

- 2018173 Poliglactina sintètica absorbible 0 llaç.

	Medtronic
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	55
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	45
TOTAL	100

- 2018174 Acer inoxidable 5.

	Medtronic
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	55
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	45
TOTAL	100

- 2018176 Lactòmer 9-1 + àcid poliglicòlic 2/0.

	Medtronic
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	55
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	45
TOTAL	100

- 2007758 Sutura politetrafluoroetilè

	WL Gore
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor	55
Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	45
TOTAL	100

Lot S100283 PACS SUTURES

- 2017296 Pack sutura vàlvula aòrtica

	BBraun
Críteris avaluables mitjançant judicis de valor	55
Críteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	45
TOTAL	100

Lot S100429 COLA QUIRÚRGICA

- 2011724 Cola quirúrgica.

	BBraun
Críteris avaluables mitjançant judicis de valor	47
Críteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques	45
TOTAL	92

Vist que les empreses han presentat la documentació correctament, en data 09 d'agost de 2018, s'ha procedit a l'execució de l'acord d'adjudicació següent:

2.- ACORD D'ADJUDICACIÓ

"El present acord d'adjudicació es farà efectiu en el termini màxim de cinc dies hàbils posteriors a la correcta recepció i avaluació de la documentació establerta en l'acord d'aprovació de la classificació.

PRIMER.- ADJUDICAR l'acord marc amb un únic adjudicatari pel subministrament de sutures manuals amb destí a la Fundació de Gestió Sanitària de l'hospital de la Santa Creu i Sant Pau, d'acord amb la relació d'adjudicatari i pels preus unitaris oferts (que s'adjunten com annex 1), i per un termini de dos anys (amb possibilitat de pròrroga per 1 any més) a partir de la formalització del contracte.

LOT	CODI	DESCRIPCIÓ LOT	ADJUDICATARI
S100154	2018072	Polièster sintètic no absorbible 2/0.	B. BRAUN SURGICAL, SA amb CIF A61123782
	2018073	Polièster sintètic no absorbible 2/0.	
	2018075	Polièster sintètic no absorbible 2/0.	
	2018076	Polièster sintètic no absorbible 2/0.	
	2018077	Polièster sintètic no absorbible 3/0.	
	2018078	Polièster sintètic no absorbible 2/0.	
	2018079	Polièster sintètic no absorbible 2/0.	
S100155	2018080	Polièster sintètic no absorbible 0.	B. BRAUN SURGICAL, SA amb CIF A61123782
	2018081	Polièster sintètic no absorbible 0.	
	2018082	Polièster sintètic no absorbible 1.	
	2018083	Polièster sintètic no absorbible 2/0.	
	2018084	Polièster sintètic no absorbible 3/0.	
	2018085	Polièster sintètic no absorbible 3/0.	
	2018087	Polièster sintètic no absorbible 2/0.	
	2018088	Polièster sintètic no absorbible 0.	
S100156	2018664	Polidioxanona sintètica absorbible 4/0.	MEDTRONIC IBÉRICA, SA amb CIF A28389484
	2018091	Polidioxanona sintètica absorbible 3/0.	
	2018092	Polidioxanona sintètica absorbible llaç 1.	
S100160	2018093	Poliglactina sintètica absorbible 3/0.	MEDTRONIC IBÉRICA, SA amb CIF A28389484
	2018094	Poliglactina sintètica absorbible 2/0.	
	2018095	Poliglactina sintètica absorbible 1.	
	2018096	Poliglactina sintètica absorbible 0.	
	2018098	Poliglactina sintètica absorbible 2.	
	2018099	Poliglactina sintètica absorbible 2/0.	
	2018100	Poliglactina sintètica absorbible 3/0.	

	2018101	Poliglactina sintètica absorbible 4/0.	
	2018102	Poliglactina sintètica absorbible 5/0.	
	2018103	Poliglactina sintètica absorbible 0.	
	2018104	Poliglactina sintètica absorbible 0.	
	2018106	Poliglactina sintètica absorbible 2/0.	
	2018107	Poliglactina sintètica absorbible 0.	
	2018108	Poliglactina sintètica absorbible 2/0.	
	2018109	Poliglactina sintètica absorbible 3/0.	
	2018110	Poliglactina sintètica absorbible 6/0.	
	2018111	Poliglactina sintètica absorbible 2/0.	
	2018112	Poliglactina sintètica absorbible 4/0.	
	2018113	Poliglactina sintètica absorbible 4/0.	
	2018114	Poliglactina sintètica absorbible 3/0.	
	2018118	Poliglactina sintètica absorbible 2/0.	
	2018119	Poliglactina sintètica absorbible 0.	
	2018120	Poliglactina sintètica absorbible 1.	
	2018121	Poliglactina sintètica absorbible 3/0.	
	2018122	Poliglactina sintètica absorbible 1.	
	2018125	Poliglactina sintètica absorbible 2/0.	
	2018126	Poliglactina sintètica 1.	
	2018758	Poliglactina sintètica absorbible 0.	
S100161	2018130	Polipropilè sintètic no absorbible 0.	MEDTRONIC IBÉRICA, SA amb CIF A28389484
	2018131	Polipropilè sintètic no absorbible 2/0.	
	2018132	Polipropilè sintètic no absorbible 3/0.	
	2018133	Polipropilè sintètic no absorbible 3/0.	
	2018134	Polipropilè sintètic no absorbible 4/0.	
	2018135	Polipropilè sintètic no absorbible 4/0.	
	2018136	Polipropilè sintètic no absorbible 5/0.	
	2018137	Polipropilè sintètic no absorbible 5/0.	
	2018138	Polipropilè sintètic no absorbible 6/0.	
	2018139	Polipropilè sintètic no absorbible 6/0.	
	2018140	Polipropilè sintètic no absorbible 6/0.	
	2018141	Polipropilè sintètic no absorbible 2/0.	
	2018142	Polipropilè sintètic no absorbible 1.	
	2018144	Polipropilè sintètic no absorbible 3/0.	
	2018145	Polipropilè sintètic no absorbible 3/0.	
	2018146	Polipropilè sintètic no absorbible 4/0.	
	2018147	Polipropilè sintètic no absorbible 8/0.	
	2018148	Polipropilè sintètic no absorbible 7/0.	
	2018149	Polipropilè sintètic no absorbible 6/0.	
S100162	2018150	Seda natural no absorbible 3/0.	

	2018152	Seda natural no absorbible 2/0.	B. BRAUN SURGICAL, SA amb CIF A61123782
	2018153	Seda natural no absorbible 3/0.	
	2018154	Seda natural no absorbible 5/0.	
	2018155	Seda natural no absorbible 3/0.	
	2018156	Seda natural no absorbible 4/0.	
	2018157	Seda natural no absorbible 2/0.	
	2018158	Seda natural no absorbible 2/0.	
	2018159	Seda natural no absorbible 3/0.	
	2018160	Seda natural no absorbible 6/0.	
	2018161	Seda natural no absorbible 1.	
	2018162	Seda natural no absorbible 3/0.	
	2018163	Seda natural no absorbible 2/0.	
	2018164	Seda natural no absorbible 6/0.	
	2018165	Seda natural no absorbible 0.	
	2018166	Seda natural no absorbible 0.	
	2018167	Seda natural no absorbible 2/0.	
S100165	2018170	Poliamida sintètica no absorbible 10/0.	B. BRAUN SURGICAL, SA amb CIF A61123782
	2018171	Poliamida sintètica no absorbible 9/0.	B. BRAUN SURGICAL, SA amb CIF A61123782
S100167	2018173	Poliglactina sintètica absorbible 0 llaç.	MEDTRONIC IBÉRICA, SA amb CIF A28389484
	2018174	Acer inoxidable 5.	MEDTRONIC IBÉRICA, SA amb CIF A28389484
	2018176	Lactòmer 9-1 + àcid poliglicòlic 2/0.	MEDTRONIC IBÉRICA, SA amb CIF A28389484
	2007758	Sutura politetrafluoroetilè	WL GORE Y ASOCIADOS, SL amb CIF B60517794
S100283	2017296	Pack sutura vàlvula aòrtica	B. BRAUN SURGICAL, SA amb CIF A61123782
S100429	2011724	Cola quirúrgica.	B. BRAUN SURGICAL, SA amb CIF A61123782

SEGON.- ACCEPTAR I ASSUMIR el contingut de la proposta d'adjudicació de la Mesa de contractació i els informes tècnic, econòmic i global de valoració que motiven el present acord.

TERCER.- AUTORITZAR la despesa estimativa màxima aprovada per a cada lot en la licitació.

QUART.- DECLARAR DESERTS els lots següents per les raons que es detallen:

LOT	CODI LOT	MOTIU
S100143	2018127: Poliglactina sintètica absorbible 2/0.	El preu ofertat supera el preu de licitació

	2018128: Poliglactina sintètica absorbible 4/0.	
	2018129: Poliglactina sintètica absorbible 3/0.	
S100167	2009773 Sutura d'estènum acer inoxidable 316 L	Les ofertes presentades no compleixen PPT i/o no presenten mostres
S100173	2013616: Sutura políester ortopèdia 2/0.	No s'han presentat ofertes
	2013827: Sutura políester 2/0.	
	2013984: Llaç de sutura 45º esquerra.	
	2013985: Llaç de sutura 45º dreta.	
	2015242: Sutura políester ortopèdia 5/0.	
S100284	2016324: Sutura tancament percutani arterial.	No s'han presentat ofertes

CINQUÈ.- DEIXAR SENSE EFECTE els lots següents, atès que durant el procés de la present licitació s'han deixat d'utilitzar al centre:

LOT	CODI LOT	DESCRIPCIÓ
S100165	2018168	Poliamida sintètica no absorbible 10/0.
S100165	2018169	Poliamida sintètica no absorbible 5/0.
S100167	2018175	Lactòmer 9-1 + àcid poliglicòlic 7/0.
S100283	2018183	Kit sutura cesàries.

SISÈ.- NOTIFICAR aquest acord als adjudicataris i a la resta de licitadors.

SETÈ.- PUBLICAR l'adjudicació en la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya juntament amb la seva motivació i la formalització del contracte d'acord amb el que estableix el Plec de Clàusules Particulars.

VUITÈ.- FORMALITZAR els contractes resultants en el termini establert a la clàusula 11 del Plec de Clàusules Particulars.

NOVÈ.- AUTORITZAR a la Unitat de Contractació a fer efectius tots els punts del present acord."