

RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

Contracte : Contracte administratiu

Tipus: **Subministrament**

Expedient : **CS/AH01/1100728418/18/PO** Procediment: **Obert**

Títol: **Subministrament d'un ecògraf portàtil per al servei d'emergències mèdiques pediàtriques de l'Hospital Maternoinfantil de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron**

Antecedents

1 Per resolució de data 13 de setembre de 2018 es va iniciar l'expedient de contractació de referència per Resolució del director de centre de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

2. En data 14 de novembre de 2018 va tenir lloc la sessió de la Mesa de contractació de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron en la qual es va fer la proposta d'adjudicació a l'oferta valorada amb la millor relació qualitat preu.

3. Les empreses licitadores han obtingut la següent puntuació total d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts a l'expedient:

LOT	EMPRESA LICITADORA	PUNTUACIÓ TÈCNICA	PUNTUACIÓ ECONÒMICA	PUNTUACIÓ TOTAL OBTINGUDA
1	GE HEALTHCARE ESPAÑA S.A.U.	EXCLÒS	--	--
2	FUJIFILM SONOSITE IBERICA S.L.	57,90	32,00	89,90

L'empresa General Electric Healthcare España S.A.U. ha quedat exclosa en la valoració dels criteris subjectius (sobre 2 bis) degut a que dins del temps establert per a la seva valoració no s'han pogut resoldre els problemes a nivell d'integració, i per tant, l'equip ha quedat exclòs de la licitació.

Fonaments de dret.

1. S'han acomplert els tràmits procedimentals necessaris per a l'adjudicació del contracte, d'acord amb allò que disposa l'article 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la Llei de Contractes del Sector Públic.

2. De conformitat amb el que estableix l'article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la Llei de Contractes del Sector Públic.

3. Atès el que regula l'article 10 h) de la Llei 8/2007 de l'Institut Català de la Salut de 30 de juliol i donat el que preveu la Resolució de la Gerència de l'ICS de 18 de març de 2010, per la qual es delega la competència de les esmentades facultats en els òrgans responsables de la gestió i administració dels seus centres assistencials.

RESOLC:

1. Adjudicar el contracte abans indicat amb les característiques indicades en l'annex adjunt:

LOT 1 – Ecògraf portàtil

Nom de l'entitat: FUJIFILM SONOSITE IBERICA S.L. (B62601158)

Import total (sense IVA): 27.900,00€

Import total (IVA inclòs): 33.759,00€

L'IVA (Impost sobre el valor afegit) aplicat és del 21%.

Import total anual de l'expedient (sense IVA): 27.900,00€

Import total anual de l'expedient (IVA inclòs): 33.759,00€

Termini d'execució: Des de la data de signatura del contracte fins a 31 de desembre de 2.018

Anualitat: 2018

Import sense IVA

27.900,00€

U. Orgànica

520032

Posició pressupostària

D/620000102/4121/0000

2. Designar com a responsable de contracte de referència a la Direcció de Tecnologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, amb l'obligació de desenvolupar les responsabilitats corresponents durant la seva execució.

3. En l'exercici de les tasques de supervisió en l'execució del contracte, el/la responsable del contracte, disposarà de les competències, facultats i atribucions especificades en el Plec de Clàusules Administratives.

Barcelona, 30 de novembre de 2018



Vicenç Martínez Ibáñez
Director de Centre
de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron

CRITERIS VALL D'HEBRON - CRITERIS ADJUDICACIÓ	FUJIFILM SONOSITE IBÉRICA, S.L.	OBSERVACIONS	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S.A.U.	OBSERVACIONS
---	---------------------------------	--------------	---	--------------

2.- Criteris de valoració sotmesos a judici de valor (sobre 2 bis)

La puntuació màxima d'aquests criteris serà de 48 punts

2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels requisits del plec tècnic

0,00

2b) Milliores a considerar: Fins a 28 punts,	EXCLÓS	Dins del temps establert no s'han pogut resoldre els problemes a nivell d'integració, per el qual motiu l'equip s'ha exclòs
--	--------	---

- a) 21 punts: segons el detall de la valoració de les millores que s'indiquen a les fitxes tècniques i que s'enuncien a continuació:

a. Prestacions de l'equip (7 punts)

Més de 4 hores de bateria

Equip lleuger i de mides reduïdes

Ecògraf i sondes resistent a caigudes, indicar altura (certificada)

Ajust automàtic dels paràmetres de la imatge en funció de la profunditat d'estudi

Preconfiguració en l'ecografia pulmonar en la sonda lineal i cardíaca

Mostrar en pantalla l'estat de la memòria interna (en percentatge) en tot moment

Cursor de navegació per la interfície de la pantalla integrat amb l'equip

b. Prestacions de les sondes (9 punts)

Sonda addicional lineal petita de 13 a 6 MHz aproximadament

Guia d'agulla en el major nombre de sondes

Guies per a la realització de biòpsies a cada sonda

c. Programari (5 punts)

Possibilitat de configuracions multiusuari

Anotacions personalitzables segons aplicacions

Major facilitat d'integració

b) 7 punts: Altres millores

Millores no previstes

Les sondes presentades en l'oferta disposen d'una tecnologia de cable blindat que protegeix a l'equip dels possibles curtcircuits. El temps de càrrega del conjunt és notablement curt.

No s'han presentat ni valorat altres millores no previstes.

2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial i proves Integració). Fins a 20 punts				18,31	1,40	
a. Valoració funcionalitat assistencial (20 punts)						
i. Prestacions de l'equip (7 punts)				6,44 *	1,40	
Facilitat d'ús del sistema. Rapidesa del sistema Tecat i monitor hermètic per facilitar la desinfecció Avaluació dels diferents modes en funció de cada estudi Altres millores no previstes destacats durant la valoració de la mostra referent a aquest punt				Equip ràpid i fàcil, presenta un processat d'imatges intuitiu, gràcies al sistema d'optimització automàtica. Es valora l'autonomia millor a la demanada (més de 3 hores de funcionament en bateria)	L'equip és feixuc, lent i poc intuitiu. No presenta teclat hermètic i la seva autonomia és inferior a l'esperat. A més a més, necessita una bateria externa que incrementa el pes de l'equip.	
ii. Ergonomia i accessoris (8 punts)				7,47 *	0,00	
Ergonomia. Equip dissenyat per al ús òptim de l'exploració ecogràfica en serveis d'emergències (ús en ambulància) Amortiment d'impactes, versatilitat (Robustesa i compactat) i protecció contra pols (grau IP) Altres millores no previstes destacats durant la valoració de la mostra referent a aquest punt				Presenta condicions que fan l'equip idoni per l'ús en ambulàncies: unes dimensions reduïdes, robustesa, compacte, hermètic i lleuger. Com a millora de l'oferta l'empresa ha presentat una quarta sonda que facilita l'accés en neonats i lactants petits.	Equip gran, pesat i poc resistent a impactes. Dificultat d'ús en ambulàncies. No s'han valorat millores en els seus accessoris.	
iii. Integració i funcionalitat (5 punts)				5,00 *	0,00	
Usabilitat del software per la gestió de llistes de treball, cerca pacients, entrada de dades de pacient Altres millores no previstes destacats durant la valoració de la mostra referent a aquest punt.				S'ha confirmat que l'equip dona cobertura al circuit d'integració amb malalt no identificat prèviament a l'estudi.	S'han trobat dificultats a la integració de l'equip amb el PACS i HIS que no s'ha pogut acabar de resoldre	
b. Valoració proves Integració (0 punts) - excloent				0,00 *	0,00	
				Proves de integració correctes	Proves de integració no superades - exclos	
Suma total punts. Criteris sotmesos a judici de valor				38,90	EXCLÒS	


Raquel Cánovas i Paradell
Directora de Tecnologia
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Barcelona, 31 d'octubre del 2018

SUBMINISTRAMENT D'UN ECÒGRAF PORTÀTIL PER AL SEM DE L'HOSPITAL MATERNINFANTIL DE L'HOSPITAL VALL D'HEBRON, DE BARCELONA						
CS/AH01/1100728418/18/PO	ECÒGRAF	Punts obtinguts	Explicació	Punts obtinguts		
Criteris valoració d'un ecògraf portàtil per al SEM de l'Hospital Materninfantil de l'Hospital Vall d'Hebron, de Barcelona	Puntuació màxima	FUJIFILM SONOSITE IBÉRICA, S.L.		GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPANA S.A.U.	Explicació GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPANA S.A.U.	
1 CRITERIS DE VALORACIO OBJECTIUS	52,00	51,00		EXCLÒS	Dins del temps establert no s'han pogut resoldre els problemes a nivell d'integració, per el qual motiu l'equip s'ha exclòs	
1A VALORACIO ECONOMICA (sobre 3)	32,00	32,00	Puntuació màxima: única oferta a puntuar. Complex amb els requisits tècnics mínims indicats en el plec de prescripcions tècniques			
1B PERIODE DE GARANTIA (sobre 2)	5,00	5,00	Puntuació màxima: l'empresa ofereix 5 anys de garantia a tot risc, quan l'Hospital demana un període mínim de 2 anys a tot risc.			
1C MANTENIMENT (sobre 2) - (cost anual o per hores us)	5,00	4,00				
1 Preu principals recanvis	3,00	3,00	Puntuació màxima: única oferta rebuda. Complex amb els requisits tècnics mínims indicats en el plec de prescripcions tècniques			
2 Preu contracte de manteniment preventiu	1,00	0,00	No puntuable. No es realitzaran preventius			
3 Preu servei tècnic	1,00	1,00	Puntuació màxima: única oferta rebuda. Complex amb els requisits tècnics mínims indicats en el plec de prescripcions tècniques			
1D QUALITAT DEL SERVEI - (sobre 2)	10,00	10,00				
a) LLIURAMENT	1,00	1,00	Puntuació màxima: l'empresa ofereix un termini de lliurament inferior a 15 dies			
b) FORMACIÓ	5,00	5,00	Puntuació màxima: l'empresa es compromet a fer la formació al servei i als tècnics del centre (2,5 punts). També a lliurar manual tècnic complet (2,5 punts)			
c) SERVEI TECNIC	4,00	4,00				
1 Nombre de Tècnics	2,00	2,00	Màxima puntuació l'empresa ofereix 2 tècnics.			
2 Magatzem amb recanvis <50km	0,50	0,50	Màxima puntuació: el magatzem amb recanvis de l'empresa està a menys de 50 km (Vilanova i la Geltrú)			
3 Equip de reposició <24h	0,50	0,50	Màxima puntuació: l'empresa es compromet a una reposició d'equip en menys de 24 h.			
4 Assistència telefònica i presencial	1,00	1,00	Puntuació màxima: l'empresa es compromet a donar assistència telefònica i presencial els 365 dies i 24h/7d			
2 Criteris de valoració sotmesos a judici de valor	48,00	38,90				
TOTAL PUNTS OBTINGUTS	100,00	89,90				

Donada la puntuació final obtinguda, es proposa l'empresa FUJIFILM SONOSITE IBÉRICA, S.L. com a adjudicatari d'aquest expedient



Dr. Jesús Martínez Pérez
Subdirector Assistencial
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Barcelona, 12 de novembre 2018