

**Núm.
d'expedient:** GSS-2019-00027

Tipus: Subministrament

Procediment: Negociat sense publicitat

Òrgan gestor: Àrea contractació conjunta ICS -
GSS

Objecte: Subministrament de reactius de bioquímica, així com la cessió d'ús de l'equipament necessari destinat al Servei de Laboratori de l'Hospital Comarcal del Pallars.

Resolució d'adjudicació

Subministrament de reactius de bioquímica, així com la cessió d'ús de l'equipament necessari destinat al Servei de Laboratori de l'Hospital Comarcal del Pallars.

ANTECEDENTS

Atesa la necessitat de contractar el subministrament de reactius de bioquímica, així com la cessió d'ús de l'equipament necessari destinat al Servei de Laboratori de l'Hospital Comarcal del Pallars.

Vista l'autorització de l'òrgan per tal de realitzar despesa, on es relaciona l'import a continuació:

Entitat	Òrgan autoritzant	Import (IVA inclòs)	Import (sense IVA)
Gestió de Serveis Sanitaris (GSS)	Responsable econòmic-financera GSS	31.439,70 €	25.983,23 €

Atès que s'han acomplert els tràmits necessaris per a l'adjudicació de la contractació de l'expedient GSS-2019-00027 mitjançant procediment negociat sense publicitat.

D'acord amb els articles 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Vist el que preveu l'article 6 de l'Acord GOV/184/2015, de 15 de desembre, pel qual s'aproven els nous Estatuts de l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris.

Vist l'informe de valoracions tècniques de data 12 de Febrer de 2019 (s'adjunta en l'annex d'aquesta resolució).

RESOLC

Primer.- Adjudicar la contractació del Subministrament de reactius de bioquímica, així com la cessió d'ús de l'equipament necessari destinat al Servei de Laboratori de l'Hospital Comarcal del Pallars, per a Gestió de Serveis Sanitaris, a l'empresa Roche Diagnostics, S.L. (NIF B-61503355), per un import total de la contractació de 25.983,23 euros sense IVA i de 31.439,70 euros amb IVA.

Segon.- Ordenar la publicació d'aquesta resolució en l'espai de l'expedient número GSS-2019-00027 del perfil de contractant que es troba a la Plataforma de serveis de contractació pública (<https://contractaciopublica.gencat.cat>).

Tercer. Notificar a l'empresa interessada la present resolució.

Quart.- Contra aquesta resolució, que no exhauereix la via administrativa, els interessats podran interposar recurs d'alçada davant el director del Servei Català de la Salut, en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva notificació.

Lleida,

**Jaume Capdevila
Mas - DNI
40854846S (AUT)**

Jaume Capdevila Mas

Director de Centres de Gestió de Serveis Sanitaris

Firmado digitalmente por Jaume Capdevila Mas -
DNI 40854846S (AUT)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=Gestió de
Serveis Sanitaris (Lleida), 2.5.4.97=VATES-
Q7555308A, ou=Treballador públic de nivell alt
d'autenticació, sn=Capdevila Mas - DNI 40854846S,
givenName=Jaume,
serialNumber=IDCES-40854846S, cn=Jaume
Capdevila Mas - DNI 40854846S (AUT)
Fecha: 2019.03.08 12:22:09 +01'00'

Expedient número GSS-2019-00027

ANNEX a la resolució d'adjudicació: Informe de valoracions tècniques de data 12 de Febrer de 2019.

Subministrament de reactius de bioquímica, així com la cessió d'ús de l'equipament necessari destinat al Servei de Laboratori de l'Hospital Comarcal del Pallars.

Expedient número GSS-2019-00027

VALORACIÓ TÈCNICA CONTRACTE GSS-2019-00027 SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS DE BIOQUÍMICA DESTINAT AL LABORATORI DE L'HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS

De la documentació tècnica aportada per l'empresa licitadora Roche Diagnòstics, SL presentada en el procediment de licitació del contracte GSS-2019-00027 Subministrament de reactius de bioquímica, així com la cessió d'ús de l'equipament necessari destinat al Servei de Laboratori de l'Hospital Comarcal del Pallars, s'acredita en primer lloc que l'empresa licitadora oferta la totalitat dels reactius de bioquímica descrits en l'annex 1 del Plec de prescripcions tècniques, així com prestació de la formació als usuaris de l'equipament cedit.

També s'acredita que els equips aportats disposaran d'un sistema d'alimentació elèctrica ininterrompuda SAI, i que permet la integració i comunicació dels resultats per via telemàtica amb el sistema d'informació del laboratori de l'Hospital Comarcal del Pallars (Modulab Gold Werfen). El programa informàtic del licitador permet connectar-se amb el sistema informàtic del laboratori de l'Hospital Comarcal del Pallars, que és el SIL MODULAB GOLD WERFEN, i manifesta que realitzarà la connexió, assumint íntegrament al seu càrrec les despeses que se'n derivin per a la realització del servei.

Per tant una vegada examinada la documentació tècnica s'ha procedit a valorar tècnicament el grau de compliment dels dos sistemes de bioquímica, per a mostres de rutina i per a mostres d'urgències o back up, d'acord amb el que està establert en l'apartat 1a del Plec d'especificacions Tècniques, en funció de la qualitat i de l'ajust a les necessitats del servei, i es conclou que en cadascun dels requisits o característiques tècniques el compliment es en la totalitat.

- Rendiment mínim: 600 test/h sense ISE y 1000 test/h amb ISE. Equip de rutina. **SI**.
- Reactius llestos per al consum en format casset estanc, sense necessitat de cap manipulació per part de l'usuari. **SI**.
- Càrrega, identificació i obertura automàtica dels reactius durant la rutina de treball. **SI**
- Agitació de la barreja de reacció per ultrasons. Equip de rutina. **SI**
- Detecció de coàgul. **SI**
- Possibilitat d'aplicació per a HbA1c en sang total sense pre tractament de la mostra. **SI**
- Predilucions automàtiques. **SI**
- Funció repetició i "reflex test". **SI**
- Connectivitat bidireccional que permeti la descàrrega electrònica de les aplicacions, dels valors teòrics de control i calibratge i de les actualitzacions del *software*. Equip de rutina. **SI**
- Manteniment dels equips totalment automàtics, programables e independents dels usuaris. **SI**.
- Capacitat per ampliar mòduls segons necessitats del treball. Equip de rutina. **SI**
- Possibilitat d'unir-se físicament, sense robot intermig, a un sistema que processa proves d'immunoquímica, aconseguint així una consolidació total de l'àrea de sèrums del laboratori. Equip de rutina. **SI**
- Mateixos reactius, calibradors i controls pels dos analitzadors sent totalment intercanviables. **SI**

Dr. Jordi Serra Alvarez
Cap de Laboratori de l'Hospital Comarcal del Pallars.

Lleida, 12 de febrer de 2019