En Francesc Luque López, com a Director d'Economia i Serveis del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, d'acord amb les facultats delegades pel Consell de Govern als efectes de procedir a l'adjudicació de l'expedient **19SM0177Q,** convocat per procediment obert harmonitzat i amb tramitació anticipada per a contractar el subministrament d'**EQUIPS AUTOMÀTICS I REACTIUS PER A LA COAGULACIÓ,** pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (CCSPT).

Atès l'expedient de contractació amb la documentació que l'integra.

Ateses les consideracions de la proposta d'adjudicació en relació a les ofertes anormals de les empreses que allà es mencionen i l'acceptació de la oferta presentada.

Atès la proposta d'adjudicació de la Mesa de Contractació a favor de les millors ofertes, així com la documentació aportada pels licitadors que realitzen aquestes ofertes dins del termini fixat.

Atès que les empreses proposades per a l'adjudicació compleixen amb els requisits de capacitat i solvència exigits per a contractar amb l'Administració, a data de finalització del termini de presentació de les proposicions d'aquest procediment.

D'acord amb el que disposen els articles 150, 151, 153 i 155 de la Llei de Contractes del Sector Públic, i l'establert al Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen la present contractació.

HE RESOLT:

Primer.- Adjudicar el contracte tramitat mitjançant procediment obert harmonitzat per a la contractació del subministrament d'**EQUIPS AUTOMÀTICS I REACTIUS PER A LA COAGULACIÓ**, expedient **19SM0177Q**, pel CCSPT, tal i com a continuació es detalla:

LOT	LICITADOR	ENTITAT	ANY	IMPORT (IVA exclòs)
CG01	WERFEN ESPAÑA, SAU	CCSPT	2019	250,00 €
			2020	250,00 €
			2021	250,00 €
			2022	250,00 €
CG02	WERFEN ESPAÑA, SAU	CCSPT	2019	119.604,62 €
			2020	119.604,62 €
			2021	119.604,62 €
			2022	119.604,62 €

Segon.- Notificar la present resolució a tots els licitadors, amb les característiques i avantatges de la proposició presentada per l'adjudicatari determinant de que s'hagi seleccionat la seva oferta com la més avantatjosa econòmicament. Procedir a

publicar-la en el perfil del contractant del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí a la Plataforma electrònica de Contractació de la Generalitat de Catalunya.

Tercer.- Requerir a les empreses adjudicatàries perquè en el termini màxim fixat a la clàusula 22.1 del Plec de Clàusules Administratives Particulars Tipus que regeixen la contractació procedeixin a la formalització del corresponent contracte.

Contra l'adjudicació els interessats podran interposar potestativament recurs especial en matèria de contractació, en el termini de quinze dies hàbils comptadors des del dia següent a la notificació de la present resolució, de conformitat amb l'establert a l'article 44 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Sabadell, 12 de març de 2019

Francesc Luque López
Direcció d'Economia i Serveis

Parc Taulí
Hospital Universitari

INFORME TÈCNIC PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ NÚM. 19SM0177Q

EQUIPS AUTOMÀTICS I REACTIUS PER A LA COAGULACIÓ

Informe que s'emet en relació a les ofertes presentades per les empreses licitadores al procediment referenciat.

Vistes les documentacions trameses per la Mesa de Contractació, un cop examinades d'acord amb els criteris d'adjudicació que s'estableixen a la documentació rectora de l'esmentat expedient, aquests Serveis arriben a les següents conclusions:

- **LOT CG01 EQUIPS AUTOMÀTICS-ARRENDAMENT**

- **LOT CG02 REACTIUS COAGULACIÓ**

Empreses presentades:

a/ WERFEN ESPAÑA, SAU

Criteris de valoració: (Màxim 50 punts)

		Werfen
		a/
1.	Processament mostres (0-4	4.00
2.	Temps primer resultat (0-4)	4.00
3.	Càrrega continua (0-4)	4.00
4.	Control preanalític (0-4)	4.00
5.	Visualització gràfiques (0-4)	4.00
6.	Número regles validació (0-5)	5.00
7.	Número reactius líquids (0-5)	5.00
8.	Estabilitat calibracions (0-5)	5.00
9.	Reactiu per exclusió tromboembolisme (0-5)	5.00
10.	Estabilitat controls qualitat (0-5)	5.00
11.	Lot únic (0-5)	5.00
		50.00

Innovació tecnològica en relació a l'aparetatge ofertat

1. Velocitat de processament de les mostres els equips de rutina ofertats igual o superior a 240 test/hora en TP.

Werfen España, SAU, la velocitat dels analitzadors ofertats per rutina (2 x ACL TOP 550), té una velocitat de 240 TP/hora per analitzador.

2. Mínim temps del primer resultat en l'equip d'Urgències.

Werfen España, SAU, tots els analitzadors de la Família ACL TOP proporcionen el resultat de TP + Fibrinogen Derivat de TP en menys de 3 minuts.

3. Càrrega continua de mostres, reactius i fungibles.

Werfen España, SAU, els equips ofertats permeten la càrrega continua de mostres, reactius i fungibles

4. Control preanalític de les mostres amb detecció de microcoàguls.

Werfen España, SAU, els analitzadors de la Família ACL TOP Sèrie 50 realitzen automàticament revisions preanalítiques a tres nivells:

- Revisió del nivell d'ompliment adequat del tub de mostra.
- Detecció d'obstrucció de l'agulla de mostres (presència microcoàguls).
- Revisió de les interferències òptiques i biològiques produïdes per Hemòlisi, Icterícia y Lipèmia.

5. Possibilitat de visualització de les gràfiques de tots els test i les derivades.

Werfen España, SAU, els analitzadors ofertats permeten la visualització i impressió de la gràfica de reacció de tots els tests analitzats en les cubetes de l'analitzador (coagulimètrics, cromogènics i immunològics) aportant una informació addicional, així com també les derivades primeres i segones de cada un dels resultats dels tests coagulatius. Tot això és especialment interessant en mostres amb resultat inesperat o amb errors de coagulació.

6. Selecció màxim número de regles de validació automàtica al software de l'analitzador.

Werfen España, SAU, disposa d'una taula configurable per usuari de fins 39 regles de validació tècnica automàtica dels resultats.

Qualitat dels reactius

7. Major número de reactius líquids per l'ús.

Werfen España, SAU, de tot el panell de reactius que han sol·licitat, 25 test diferents exactament, disposa de 8 reactius líquids llestos per al seu ús a l'instant, sense necessitat de cap tipus de manipulació per part de l'usuari.

8. Estabilitat de les calibracions en tècniques d'hemostàsia especial com són els factors de coagulació.

La freqüència habitual de les corbes de calibració de tots els tests certificats de IL és cada canvi de lot. Com Werfen disposa de lot únic per tota Iberia, el temps de canvi de calibració és d'1 any.

9. Reactiu per l'execució del tromboembolisme venós, sense falsos negatius.

Werfen España, SAU, al tenir un 100% de VPN, això vol dir que tots els resultats negatius són al 100% Negatius.

10.Estabilitat dels controls de qualitat en l'equip superior a 20h.

Werfen Iberia, SAU, tots els controls de qualitat ofertats proporcionen una alta estabilitat en màquina de 24 hores, per tots els tests ofertats en aquest concurs, el que permet un control continu del procés analític.
Aquesta alta estabilitat ens permet tenir un major aprofitament dels controls i una menor manipulació d'aquest.

Parc Taulí
Hospital Universitari

11. Lot únic per tot un any, garantit amb reserva, pel major nombre de reactius i controls.

Werfen Iberia, SAU, garanteix al seus clients el subministrament d'un lot únic de reactiu, controls i calibradors durant 12 mesos seguits.

Dra. MOTSERRAT TORRA PUIG
Direcció del Servei de laboratori

Sabadell, 4 de febrer de 2019

26/2/19

Parc Taulí
Hospital Universitari

PROCEDIMENT 19SM0177Q – EQUIPS AUTOMÀTICS I REACTIUS PER A LA COAGULACIÓ

LOT	LOT CG01			
EMPRESES PRESENTADES	VALORACIÓ TÈCNICA (Màx. 50 punts)	OFERTA ECONÒMICA (Màx. 50 punts)	TOTAL PUNTUACIÓ	IMPORT
WERFEN ESPAÑA, SAU	50.00	50.00	100.00	250,00

LOT	LOT CG02			
EMPRESES PRESENTADES	VALORACIÓ TÈCNICA (Màx. 50 punts)	OFERTA ECONÒMICA (Màx. 50 punts)	TOTAL PUNTUACIÓ	IMPORT
WERFEN ESPAÑA, SAU	50.00	50.00	100.00	119.604,62

Sra. MAR CASTIÑEIRA PALOU
Cap de Compres

Sabadell, 22 de febrer de 2019