

## **CORRECCIÓN DE ERRORES**

Expediente: 2/2019/2101-2020008101

Advertido error material en el Pliego de Prescripciones Técnicas del expediente arriba indicado “suministro de tiras reactivas para determinación del tiempo de protrombina en sangre total”, en su apartado 5. REQUISITOS MÍNIMOS, y más concretamente en el punto 5.4 COAGULÓMETROS PORTÁTILES:

Donde dice:

Volumen de muestra necesario entre 8,5 y 10 microlitros.

Debe decir:

Volumen de muestra necesario menos de 10 microlitros.



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Localizador: 41524348495641F8681B316CDE3642D2 - Fecha Copia: 18/03/2019 13:37:37

Firmado por:

DIRECTOR DE GESTIÓN Y SSGG:

Fecha Firma: 2019-03-18 13:32:24, HONORATO GARCIA CRESPO