

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
ESPTE. ZK.
 EXPTE Nº

G/110/80/1/0517/O301/0000/022019

TALDEA
 AGRUPACIÓN

HDSUMINISTROSVP

XEDEA
 OBJETO

CATÉTERES Y ACCESORIOS DE MEDIA Y LARGA DURACIÓN PARA LA OSI DONOSTIALDEA
I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki eta xedea dituen kontratazio espedienteari.

I.- Osakidetza ha iniciado el expediente de contratación con número y objeto detallado en la parte superior de este documento.

II.- Txosten teknikoak aztertuta:

II.- Examinados los informes técnicos:

BALIO-JUDIZIOEN bidez ebaluatzeko irizpideen txosten teknikoak:
 2019(e)ko maiatzaren 22(e)an

 Informe técnico de criterios evaluables mediante JUICIOS DE VALOR:
 22 de mayo de 2019

FORMULEN bidez ebaluatzeko irizpideen txosten teknikoak:
 2019(e)ko maiatzaren 29(e)an

 Informe técnico de criterios evaluables mediante FÓRMULAS:
 29 de mayo de 2019

Data hau duen Eskaintza Onuragarrienaren Deklarazioa ikusita:
 2019(e)ko maiatzaren 31(e)an

 Vista la Declaración de Oferta más Ventajosa de fecha:
 31 de mayo de 2019

Enpresek lortutako puntuazioa aztertuta:

Examinada la puntuación obtenida por las empresas:

Lote	Lote / Artículo	Licitador	Valoración Económica	Valoración Técnica	Valoración Total
1	Catéter Central de inserción periférica (PICC)	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	0	50	50
		TELEFLEX MEDICAL, S.A.		0	0
2	Equipo para acceso periférico 4 FR, alto flujo (línea media larga)	VYGON, S.A.		0	0
4	Catéter línea media corta	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	0	34	34
5	Kit de guía de inserción de agujas 21 G (fundas)	WACREES SA	50	40	90
		UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS, S.L.	14	50	64
		BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	15	45	60
6	Guía de inserción de 60 cm con mandril	COOK ESPAÑA, S.A.	4	50	54
7	Set - catéter para acceso periférico corto y/o largo plazo	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	28	46	74
		COOK ESPAÑA, S.A.		0	0
		TELEFLEX MEDICAL, S.A.		0	0

III.- Espedientea aztertuta, ordenamendu juridikoaren arau hausterik ageri ez denez, eta Osakidetza erakunde publikoarentzat eskaintza onuragarria izaki, honako hau.

III.- Examinando el expediente, no apareciendo infracción del ordenamiento jurídico y siendo la oferta económicamente más ventajosa para el Ente Público Osakidetza.

KUDEATZAILE ZUZENDARIA
EBATZI DU
DIRECTOR GERENTE
RESUELVE
Honako eskaintzaile hauek baztertzea, jarraian adierazten diren arrazoiengatik:

EXCLUIR por los motivos las siguientes ofertas que se indican:

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

ENPRESA / EMPRESA	LOTEA /LOTE	EMAITZA / RESULTADO	ARRAZOIA / MOTIVO
A03142114 TELEFLEX MEDICAL, S.A.	1. Catéter Central de inserción periférica (PICC)	Oferta Excluida por no superar umbral mínimo	No cumple los requisitos solicitados.
A28536480 VYGON, S.A.	2. Equipo para acceso periférico 4 FR, alto flujo (línea media larga)	Oferta Excluida por no superar umbral mínimo	No cumple los requisitos solicitados
A08525073 COOK ESPAÑA, S.A.	6. Guía de inserción de 60 cm con mandril	Desierto	Artículo incluido en expediente vigente nº G/ 116/80/1/0332/O301/0000/012018
A08525073 COOK ESPAÑA, S.A.	7. Set - catéter para acceso periférico corto y/o largo plazo	Oferta Excluida por no superar umbral mínimo	No cumple los requisitos solicitados
A03142114 TELEFLEX MEDICAL, S.A.			

Kontratazio-espeditentea esleitzea Ebazpen honen eranskinean aipatzen diren enpresei.

Adjudicar el expediente de contratación a las empresas relacionadas que se muestran.

Denominación Lote	Denominación artículo	Adjudicatario	Precio unitario ofertado (sin IVA)	Importe total lote ofertado sin IVA
1 Catéter Central de inserción periférica (PICC)	1.1. Catéter periférico 1 luz 4 FR 55-60 cm.	B08780249 BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	129,90 €	316.050,00 €
	1.2. Catéter periférico 2 luces 5 FR 55-60 cm.		129,90 €	
	1.3. Catéter periférico 1 luz 4 FR 55-60 cm.		101,00 €	
4 Catéter línea media corta	4.1. Catéter línea media corta 18G 8 cm.	B08780249 BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	39,90 €	11.970,00 €
	4.2. Catéter línea media corta 18G 10 cm.		39,90 €	
5 Kit de guía de inserción de agujas 21 G (fundas)		A79937926 WACREES, S.A.	5,00 €	8.500,00 €
7 Set - catéter para acceso periférico corto y/o largo plazo	7.1. Set catéter 2 luces 5FR 55-60cm.	B08780249 BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	71,00 €	369.200,00 €
	7.2. Set catéter 3 luces 5FR 55-60cm.		71,00 €	

Honako lote hauek esleitu gabe uztea

Declarar desiertos los siguientes lotes

LOTE /LOTE	EMAITZA / RESULTADO	ARRAZOIA / MOTIVO
2	Equipo para acceso periférico 4 FR, alto flujo (línea media larga)	No cumple los requisitos solicitados.
3	Equipo para acceso periférico 4FR (línea media larga)	Ausencia de oferta admisible.
6	Guía de inserción de 60 cm con mandril	Artículo incluido en expediente vigente nº G/ 116/80/1/0332/O301/0000/012018

Ebazpen hau Kontratugilearen Profilean argitaratzeko agintzea eta, balio-judizioen eta formulen bidez ebaluatzeko irizpideen txosten teknikoarekin batera, eskaintzaile guztiei jakinaraztea.

Sektore Publikoko Kontratuen 2017ko azaroaren 9ko Legearen 44 artikuluan xedatzen denez, Ebazpen honen aurka errekurtsio berezia jartzea aukerakoa izango da, 15 egun balioduneko epean, aurka egin nahi zaion egintza jakinarazten den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita eta errekurtsioaren idazkia nahitaez, kontratazio-organoaren erregistroan edo Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio-Organoan aurkeztu beharko da, edo bestela, Administrazioarekiko auzi-errekurtsioa 2 hilabeteko epean, jakinarazpena jasotzen den egunetik zenbatzen hasita, hala ezarrita baitago 1998ko uztailaren 13ko 29/1998 Legean, administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen duena.

Kontratazio-Organoak esleipenduna/k errekeritzen du/ditu esleipen honetatik ondorioztatzen diren kontratuak formaliza ditzan/ditzaten, bost egun balioduneko epean, errekurtsioak jartzeko epea amaitzen denetik aurrera.

Ordenar la publicación de esta resolución en el Perfil de Contratante y la notificación a todas las licitadoras, acompañada del informe técnico de criterios evaluables mediante juicios de valor y formulas.

Conforme se establece en el artículo 44 de la Ley de 9 de noviembre de 2017 de Contratos del Sector Publico, contra la presente Resolución se puede interponer con carácter potestativo Recurso Especial en materia de Contratación, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la remisión de la notificación y cuya interposición deberá hacerse necesariamente en el registro del Órgano de Contratación o en el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, o Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de 2 meses a contar desde que se reciba la notificación, de conformidad con los dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

El Órgano de Contratación requiere al/los adjudicatario/s que proceda a la formalización de los contratos que se derivan de la presente adjudicación que se realizará en el plazo de cinco días hábiles una vez transcurrido el plazo para la interposición de recursos.

DONOSTIA, 2019(e)ko ekainaren 10(e)an

En SAN SEBASTIAN, a 10 de junio de 2019

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
ANEXO I – INFORME TÉCNICO JUICIO DE VALOR

Donostialdea ESI
 OSI Donostialdea

 Comparativa de Ofertas Técnicas
 G/110/80/1/0517/0301/0000/022019
 Catéteres y accesorios de media y larga duración

Lote 1 CATETER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA (PICC)

ASPECTOS A VALORAR		Empresas	
	Total puntos	Bard de España, S.L.U.	Teleflex Medical, S.A.
1. La seguridad del paciente	20	20	0
~ Correcta identificación de los artículos para evitar errores de uso			
~ Composición			
~ Comportamiento de la piel			
2. La seguridad del profesional sanitario	15	15	0
~ Facilidad de apertura del envase			
~ Facilidad de manipulación			
~ Seguridad en su uso			
~ Versatilidad			
3. Calidad del producto	15	15	0
~ Adecuación del producto a las características			
~ Adecuación del producto a su uso			
~ Comportamiento del producto al uso			
TOTAL		50	0

Puntuación máxima: 50 puntos. Umbral mínimo: 25 puntos

Motivación ⇨

El material entregado por Teleflex no incorpora los electrodos para el ECG y control por onda P de la punta de catéter. Por este motivo, ha sido desestimado.

El producto de BARD consideramos es de alta calidad, y se adecúa muy bien al trabajo que venimos desarrollando.

Donostia, 20 de mayo de 2019

 Camino Del Río
 Supervisora de CCEE y H.Día de Oncología
 y del Equipo de Terapia Intravenosa



ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Comparativa de Ofertas Técnicas
G/110/80/1/0517/O301/0000/022019
Catéteres y accesorios de media y larga duración

Lote 2 EQUIPO PARA ACCESO PERIFÉRICO 4 FR, ALTO FLUJO (LINEA MEDIA LARGA)

ASPECTOS A VALORAR		Empresas
Total puntos		Vygon, S.A.
1. La seguridad del paciente	20	0
~ Correcta identificación de los artículos para evitar errores de uso		
~ Composición		
~ Comportamiento de la piel		
2. La seguridad del profesional sanitario	15	0
~ Facilidad de apertura del envase		
~ Facilidad de manipulación		
~ Seguridad en su uso		
~ Versatilidad		
3. Calidad del producto	15	0
~ Adecuación del producto a las características		
~ Adecuación del producto a su uso		
~ Comportamiento del producto al uso		
TOTAL		0

Puntuación máxima: 50 puntos. Umbral mínimo: 25 puntos

Motivación ⇔

La casa comercial presenta una línea media de 3 FR. Se pedía una línea de 4 Fr para disponer de mayor versatilidad en el manejo, sobre todo para extracción de muestras sanguíneas.

Donostia, 20 de mayo de 2019

Camino Del Río
Supervisora de CCEE y H.Día de Oncología
y del Equipo de Terapia Intravenosa



ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Comparativa de Ofertas Técnicas
 G/110/80/1/0517/O301/0000/022019
 Catéteres y accesorios de media y larga duración

Lote 4 CATÉTER LINEA MEDIA CORTA

ASPECTOS A VALORAR		Empresas	
Total puntos		Bard de España, S.L.U.	
1. La seguridad del paciente	20	15	
~ Correcta identificación de los artículos para evitar errores de uso			
~ Composición			
~ Comportamiento de la piel			
2. La seguridad del profesional sanitario	15	9	
~ Facilidad de apertura del envase			
~ Facilidad de manipulación			
~ Seguridad en su uso			
~ Versatilidad			
3. Calidad del producto	15	10	
~ Adecuación del producto a las características			
~ Adecuación del producto a su uso			
~ Comportamiento del producto al uso			
TOTAL		34	

Puntuación máxima: 50 puntos. Umbral mínimo: 25 puntos

Motivación ⇨

Queremos explicar que hemos otorgado una puntuación menor en el punto 2, debido a que requiere de un entrenamiento importante para poder usarla, es decir, según nuestro criterio, su manipulación es compleja y dificultosa, aun sabiendo que el catéter tiene altas prestaciones.

Donostia, 20 de mayo de 2019

Camino Del Río
 Supervisora de CCEE y H.Día de Oncología
 y del Equipo de Terapia Intravenosa





ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN



Osakidetza

Donostialdea ESI
OSI DonostialdeaComparativa de Ofertas Técnicas
G/110/80/1/0517/O301/0000/022019
Catéteres y accesorios de media y larga duración**Lote 5** KIT DE INSERCIÓN DE AGUJAS 21 G (FUNDAS)

ASPECTOS A VALORAR		Empresas			
Total puntos		Bard de España, S.L.U.	Umbert & Jakobsen Solutions, S.L.	Wacrees, S.A.	
1. La seguridad del paciente		20	20	20	20
~ Correcta identificación de los artículos para evitar errores de uso					
~ Composición					
~ Comportamiento de la piel					
2. La seguridad del profesional sanitario		15	10	15	5
~ Facilidad de apertura del envase					
~ Facilidad de manipulación					
~ Seguridad en su uso					
~ Versatilidad					
3. Calidad del producto		15	15	15	15
~ Adecuación del producto a las características					
~ Adecuación del producto a su uso					
~ Comportamiento del producto al uso					
TOTAL		45	50	40	

Puntuación máxima: 50 puntos. Umbral mínimo: 25 puntos

Motivación ⇨

La casa Umbert presenta un producto muy bueno con una guía de grandes dimensiones lo cual facilita la identificación y manejo por el usuario. Además el producto presenta mayor versatilidad ya que se puede usar tanto para agujas de 21 G como de 20G. Por este motivo se le da la máxima puntuación.

La casa Bard presenta un producto muy bueno, que a pesar de que se ajusta correctamente a lo dispuesto en el pliego, es menos versátil respecto al calibre de aguja que puede usarse con él. Por ello se le otorga una pequeña diferencia respecto a la puntuación de Umbert.

La casa Wacrees presenta un producto muy bueno, sin guía para aguja, el cual se ajusta a pliego, ya que no era excluyente. Para una gran mayoría de los procedimientos cubre las necesidades de uso sin ningún problema. En caso de adjudicatario, quedaría de resolver en su caso, cuando se precise el uso de la aguja y no disponer de guía. La ausencia de versatilidad hace que la puntuación respecto a los 2 anteriores.

Donostia, 22 de mayo de 2019

Camino Del Río
Supervisora de CCEE y H.Día de Oncología
y del Equipo de Terapia Intravenosa



ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN



Osakidetza

Donostialdea ESI
OSI DonostialdeaComparativa de Ofertas Técnicas
G/110/80/1/0517/0301/0000/022019
Catéteres y accesorios de media y larga duración**Lote 6** GUÍA DE INSERCIÓN DE 60 CM CON MANDRIL

ASPECTOS A VALORAR		Empresas
Total puntos		Cook España, S.A.
1. La seguridad del paciente	20	20
~ Correcta identificación de los artículos para evitar errores de uso		
~ Composición		
~ Comportamiento de la piel		
2. La seguridad del profesional sanitario	15	15
~ Facilidad de apertura del envase		
~ Facilidad de manipulación		
~ Seguridad en su uso		
~ Versatilidad		
3. Calidad del producto	15	15
~ Adecuación del producto a las características		
~ Adecuación del producto a su uso		
~ Comportamiento del producto al uso		
TOTAL		50

Puntuación máxima: 50 puntos. Umbral mínimo: 25 puntos

Motivación ⇒

Cumple con todas las características solicitadas
Relación soporte-navegabilidad adecuada.

SUPERVISORA RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA

15/5/19



ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN



Osakidetza

Donostialdea ESI
OSI DonostialdeaComparativa de Ofertas Técnicas
G/110/80/1/0517/O301/0000/022019
Catéteres y accesorios de media y larga duración

Lote 7 SET - CATETER PARA ACCESO PERIFÉRICO CORTO Y/O LARGO PLAZO

ASPECTOS A VALORAR		Empresas		
	Total puntos	Bard de España, S.L.U.	Cook España, S.A.	Teleflex Medical, S.A.
1. La seguridad del paciente	20	18	0	0
~ Correcta identificación de los artículos para evitar errores de uso				
~ Composición				
~ Comportamiento de la piel				
2. La seguridad del profesional sanitario	15	14	0	0
~ Facilidad de apertura del envase				
~ Facilidad de manipulación				
~ Seguridad en su uso				
~ Versatilidad				
3. Calidad del producto	15	14.	0	0
~ Adecuación del producto a las características				
~ Adecuación del producto a su uso				
~ Comportamiento del producto al uso				
TOTAL		46.	0	0

Puntuación máxima: 50 puntos. Umbral mínimo: 25 puntos

Motivación ⇒ *Cook España, S.A. y Teleflex Medical, S.A. no cumplen las características solicitadas.

* BARD DE ESPAÑA, S.L.U.

① SEGURIDAD PACIENTE

Bandeja bien distribuida con clara identificación de componentes. Buen protección del exterior y con poca probabilidad de dañarse durante transporte y almacenamiento. Menor uso de taponamiento por calibre y material.

Mayor uso de sellado en la colocación.

② SEGURIDAD PROFESIONAL

Material sencillo y de fácil inserción su ligeros atascos para el personal. Periodo de aprendizaje corto por su facilidad de uso.



ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

3. Calidad del producto

El producto es adecuado a unsteril
necesidades tanto por características,
calibre y Tº de uso necesario en
el perioperatorio que puede alcanzar
desde 48h hasta incluso 30 días.

Válido para control en el TAG.

Fácil mantenimiento e identificación
por el personal de enfermería pero
el manejo con diferentes firmes.
de uso exclusivo por el control.

NURIA GONZALEZ JARRIN
Jefe de la Sustitución
OSI DONOSTIALDEA

16.05.2019



6054

ANEXO II - INFORME ECONÓMICO

Informe Económico

G/110/80/1/0517/0301/0000/022019

CATÉTERES Y ACCESORIOS DE MEDIA Y LARGA DURACIÓN PARA LA OSI DONOSTIALDEA

Lote	Denominación Lote	Orden	Denominación artículo	Nº total unidades	Precio unitario licitación (sin IVA)	Presupuesto estimado (sin IVA)	Licitador	Precio Unitario Ofertado (sin IVA)	Importe Total Ofertado (sin IVA)	Marca/Modelo	Referencia
1	Catéter Central de inserción periférica (PICC)	1.1.	Catéter periférico 1 luz 4 FR 55-60 cm	500	130,00 €	65.000,00 €	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	129,90 €	64.950,00 €	BARD/CATETER POWERPICC	2174108
							TELEFLEX MEDICAL, S.A.	EXCLUIDO			
		1.2.	Catéter periférico 2 luces 5 FR 55-60cm	1.000	130,00 €	130.000,00 €	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	129,90 €	129.900,00 €	BARD/CATETER POWERPICC	2275108
							TELEFLEX MEDICAL, S.A.	EXCLUIDO			
		1.3.	Catéter periférico 1 luz 4 FR 55-60 cm	1.200	101,50 €	121.800,00 €	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	101,00 €	121.200,00 €	BARD/CATETER POWERPICC	6174108
							TELEFLEX MEDICAL, S.A.	EXCLUIDO			
2	Equipo para acceso periférico 4 FR, alto flujo (línea media larga)	2.1.	Catéter venoso periférico largo 1 luz 4 FR	200	25,85 €	5.170,00 €	VYGON, S.A.	EXCLUIDO			
		2.2.	Bandeja con equipo micro-introductor p/ catéter 4 FR	200	25,30 €	5.060,00 €					
4	Catéter línea media corta	4.1.	Catéter línea media corta 18G 8 cm.	100	40,00 €	4.000,00 €	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	39,90 €	3.990,00 €	BARD/CATETER LINEA MEDIA POWERGLIDE PRO2	6F118080
		4.2.	Catéter línea media corta 18G 10 cm.	200	40,00 €	8.000,00 €		39,90 €	7.980,00 €	BARD/CATETER LINEA MEDIA POWERGLIDE PRO2	6F118100
5	Kit de inserción de agujas 21 G (fundas)			1.700	16,00 €	27.200,00 €	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	14,40 €	24.480,00 €	BARD/KIT DE GUIA DE AGUJAS	900013B01
							UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS, S.L.	15,00 €	25.500,00 €	Leapmed	LPUBKG71
							WACREES SA	5,00 €	8.500,00 €	ARGON	2450
6	Guía de inserción de 60 cm con mandril			100	58,00 €	5.800,00 €	COOK ESPAÑA, S.A.	57,00 €	5.700,00 €	Guia Cope	PMG-18SP-60-COPE-N
7	Set - catéter para acceso periférico corto y/o largo plazo	7.1.	Set catéter venoso central acceso periférico 2 luces 5 FR 55-60 cm	3.000	83,00 €	249.000,00 €	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	71,00 €	213.000,00 €	BARD/BANDEJA BASICA CATETER POWERPICC	6275118
							COOK ESPAÑA, S.A.	EXCLUIDO			
							TELEFLEX MEDICAL, S.A.	EXCLUIDO			
		7.2.	Set catéter venoso central acceso periférico 3 luces 5 FR 55-60 cm	2.200	83,00 €	182.600,00 €	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	71,00 €	156.200,00 €	BARD/BANDEJA BASICA CATETER POWERPICC HF	66375118Q
							COOK ESPAÑA, S.A.	EXCLUIDO			
							TELEFLEX MEDICAL, S.A.	EXCLUIDO			

M^a Teresa Rodríguez Arrondo

 Erosketetako eta Kontratazioetako Zerbitzu Burua - Donostialdea ESI
 Jefa del Servicio de Compras y Contratación - OSI Donostialdea