

En Francesc Luque López, Director d'Economia i Serveis, actuant d'acord amb les facultats delegades pel Consell de Govern de la Corporació Sanitària Parc Taulí als efectes de procedir a l'adjudicació del procediment negociat sense publicitat d'acord amb l'article 170 c) del Reial Decret Legislatiu 3/2011 mitjançant el qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (a partir d'ara TRLCSP) per a la contractació del subministrament amb número **16SM0114N, SUTURA MECÀNICA, INSTRUMENTAL ENDOCIRURGIA I FILS DE SUTURA**, per la Corporació Sanitària Parc Taulí (CSPT).

Atès l'expedient de contractació amb la documentació que l'integra.

Atès l'informe tècnic i econòmic de la Direcció Clínica del CEQ en relació a les diferents propostes presentades.

D'acord amb el que disposen els articles 151, 153 i 156 del TRLCSP.

Atès que l'empresa proposada per a l'adjudicació aconsegueix amb els requisits de capacitat i solvència exigits per a contractar amb l'Administració, a data de finalització del termini de presentació de les proposicions d'aquest procediment

Vist el que estableix el Plec de Clàusules Administratives Particulars i l'altre documentació que regeix el procediment negociat sense publicitat.

HE RESOLT:

Primer.- Adjudicar el procediment negociat sense publicitat d'acord amb l'article 170 c) del TRLCSP, per contractar el subministrament de **SUTURA MECÀNICA, INSTRUMENTAL ENDOCIRURGIA I FILS DE SUTURA**, expedient **16SM0114N**, per la Corporació Sanitària Parc Taulí, d'acord amb l'informe tècnic i econòmic formulat, de la següent forma:

LOT	LICITADOR	ENTITAT	ANY	IMPORT (IVA exclòs)
SM19	JOHNSON & JOHNSON, SA	CSPT	2016	104.614,00 €
SM48	LOT DESERT			

Segon.- Notificar la present resolució a les empreses licitadores i publicar-la en el perfil del contractant de la Corporació Sanitària Parc Taulí i a la Plataforma electrònica de Contractació de la Generalitat de Catalunya.

Tercer.- Requerir a les empreses adjudicatàries perquè en el termini màxim fixat al Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen la contractació, procedeixin a la formalització dels corresponents contractes.

Contra l'adjudicació els interessats podran interposar potestativament recurs especial en matèria de contractació, en el termini de quinze dies hàbils comptadors des del dia següent a la notificació de la present resolució, de conformitat amb l'establert a l'article 44 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Sabadell, 31 de maig de 2016



Francesc Luque López
Director d'Economia i Serveis



INFORME TÈCNIC PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ NÚM. 16SM0114N

SUTURA MECÀNICA, INSTRUMENTAL ENDOCIRURGIA I FILS SUTURA

Informe que s'emet en relació a les ofertes presentades per les empreses licitadores a l'expedient referenciat.

Vistes les documentacions trameses per la Mesa de Contractació, un cop examinades d'acord amb els criteris d'adjudicació que s'estableixen a la documentació rectora de l'esmentat expedient, aquests Serveis arriben a les següents conclusions:

• **LOT SM19 ENDOGRAPADORA DESECHABLE + CARGA**

Empreses presentades:

- a/ COVIDIEN SPAIN, S.L.
b/ JOHNSON & JOHNSON, S.A.

Criteris de valoració: (Màxim 100 punts)

		Covidien	Johnson
		a/	b/
1.	Preu (0-55)	-	55.00
2.	Mecanisme seguretat (0-10)	-	10.00
3.	Grapat (0-10)	-	10.00
4.	Ergonomia mànec (0-10)	-	10.00
5.	Tipus d'obertura (0-2)	-	2.00
6.	Visualització característiques (0-2)	-	2.00
7.	Embalatge (0-1)	-	0.00
8.	Adequació producte (0-5)	-	5.00
9.	Comanda mínima (0-5)	-	5.00
TOTALS		-	99.00

Covidien Spain, S.L., presenta una endograpadora reutilitzable i tal com indica en el Plec de Prescripcions Tècniques es sol·licita que sigui d'un sol ús. Per aquest motiu es desestima.

1. Oferta econòmica.

Johnson & Johnson, S.A., 104.614,00€.

2. Validació i efectivitat del mecanisme/s de seguretat.

Johnson & Johnson, S.A., presenta una endograpadora amb sistema de seguretat correcte.

3. Capacitat i consistència del grapat segons els diferents tipus d'intervencions.

Johnson & Johnson, S.A., presenta una endograpadora amb bona capacitat i consistència del grapat en els diferents tipus d'intervencions.



4. Ergonomia del màneg.

Johnson & Johnson, S.A., presenta una endograpadora amb bona ergonomia del màneg.

5. Tipus d'obertura: ràpida, sense trencament, mínima força, que es garanteixi l'esterilitat en el procés d'obertura.

Johnson & Johnson, S.A., presenta un embalatge d'obertura ràpida, sense trencament i garanteix l'esterilitat en el procés d'obertura.

6. Ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: núm. lot, data de caducitat, referència, mesures del producte.

Johnson & Johnson, S.A., presenta un envàs de ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte.

7. Embalatge que hi figuri lliure de làtex.

Johnson & Johnson, S.A., presenta un embalatge on no hi figura lliure de làtex.

8. Adequació del producte als procediments mèdics o sanitaris: es valoraran aspectes com la facilitat en la utilització, comoditat en la manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el moment d'ús del producte així com l'absència de possibles efectes adversos.

Johnson & Johnson, S.A., presenta un producte adequat als procediments mèdics i sanitaris.

9. Comanda mínima.

Johnson & Johnson, S.A., no exigeix import de comanda mínima.



• **LOT SM48 CIERRE TRÓCAR ABDOMINAL**

Empreses presentades:

a/ COVIDIEN SPAIN, S.L.

b/ EQUIPOS MÉDICO BIOLÓGICOS BCN, S.L.

Criteris de valoració: (Màxim 100 punts)

		Covidien	EMB
		a/	b/
1.	Preu (0-55)	-	-
2.	Introducció dispositiu (0-8)	-	-
3.	Entrada dispositiu (0-8)	-	-
4.	Pressió dispositiu (0-8)	-	-
5.	Forats entrada (0-6)	-	-
6.	Tipus d'obertura (0-2)	-	-
7.	Visualització característiques (0-2)	-	-
8.	Embalatge (0-1)	-	-
9.	Adequació producte (0-5)	-	-
10.	Comanda mínima (0-5)	-	-
TOTALS		-	-

Equipos Médico Biológicos BCN, S.L., presenta una oferta econòmica que supera el pressupost de sortida.

Covidien Spain, S.L., presenta un sistema només amb passador de sutura llarg, i tal com indica en el Plec de Prescripcions Tècniques, es sol·licita sistema de passador de sutura llarg i dues guies llargues. Per aquest motiu es desestima.

Aquest lot queda **desert**.

Dr. SALVADOR NAVARRO SOTO
Direcció Clínica del CEQ

Sabadell, 19 de maig de 2016