

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN DENSITÒMETRE OSSI I UN ECÒGRAF PER GESTIÓ PIUS HOSPITAL DE VALLS, SAM

A la Ciutat de Valls, el dia 24 de juliol de 2019, essent les 9:00 hores, s'ha celebrat la sessió per la revisió de l'esmena demanada al licitador General Elèctric Healthcare España, SAU en referència a les ofertes de recanvis incurses en presumpció d'anormalitat i per la posterior valoració dels criteris tècnics avaluable de forma automàtica.

Membres de la Mesa

Presideix la Sra. Ester Masip Royo, tècnica de Recursos Humans, i assisteixen com a vocals, el Sr. Josep Simó Cavallé, interventor acctal i el Sr. Carles Guasch Sentís, enginyer tècnic municipal i la Sra. Mònica Bernal de Barbarà, cap dels serveis jurídics, que també actua com a secretària de la mesa.

Aquesta sessió es constitueix en acte privat de la Mesa de Contractació designada per assistir l'Òrgan de Contractació, per tal d'obrir les proposicions relatives a la contractació esmentada.

Ordre del dia

Valoració de l'esmena requerida al licitador General Elèctric Healthcare España, SAU i de la documentació tècnica avaluable automàticament continguda al sobre digital B presentats en l'expedient de contractació GSSR 1/19 pel subministrament d'un densitòmetre ossi i un ecògraf per Gestió Pius Hospital de Valls, SAM.

Realitzar la classificació de les proposicions presentades, l'avaluació de la documentació presentada i proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació de les mateixes.

El desenvolupament de la sessió és privada.

Desenvolupament de la sessió:

S'inicia la sessió entrant a la plataforma de contractació de l'entitat i identificant l'expedient de licitació i el procediment de contractació, el qual s'ha tramitat mitjançant procediment obert d'acord amb allò previst a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en endavant LCSP, i a l'establert als documents que regeixen la contractació.

Aquesta sessió té com a finalitat la valoració de l'esmena requerida al licitador esmentat amb anterioritat a través de l'informe emès pels responsables mèdics d'aquesta licitació del Pius hospital de Valls; així com els informes emesos pels mateixos responsables de la informació continguda al Sobre B, relativa als criteris avaluable automàticament a través de la documentació tècnica aportada pels licitadors, d'acord amb els plecs que regeixen la contractació i els quals han estat presentats en sobre electrònic.

A continuació es passa a:

1.- VALORACIÓ DELS INFORMES EMESOS PELS RESPONSABLES DEL PIUS HOSPITAL DE VALLS RESPECTE ELS CRITERIS TÈCNICS VALORATS DE FORMA AUTOMÀTICA

Valoració Lot 1: Subministrament d'un densitòmetre ossi

Característiques tècniques	Puntuació màxima	Emsor, SA	General elèctric Healthcare España, SAU
1. Software	27,5		
1.1. Software avançar per a l'anàlisi de pròtesis a d'altres localitzacions diferents a la pròtesis de maluc (màxim 4 punts): <ul style="list-style-type: none"> - Software per l'anàlisi de pròtesis de columna - Software per l'anàlisi de pròtesis de mà - Software per l'anàlisi de pròtesis de peu - Software per l'anàlisi de pròtesis d'avantbraç - Software per l'anàlisi de pròtesis de colze - Software per l'anàlisi de pròtesis d'espatlla - Software per l'anàlisi de pròtesis de genoll AP - Software per l'anàlisi de pròtesis de genoll lateral 	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5	0 0 0 0 0 0 0,5 0,5	0 0 0 0 0 0 0,5 0
1.2. Corbes de referència validades d'altra població no espanyola	2	2	2
1.3. Avaluació de risc de fractura (FRAX (Fracture Risk Assessment Tool)) en altres àrees que no siguin el maluc, tals com: (màxim 1,5 punts) <ul style="list-style-type: none"> - FRAX de columna - FRAX d'avantbraç - FRAX d'espatlla 	1,5 1,5 1,5	1,5 0 0	1,5 1,5 1,5
1.4. Mesura greix Androide i Ginoide	2	2	2
1.5. Altres paquets de Software avançats tals com: (màxim 15 punts) <ul style="list-style-type: none"> - 3D - Anàlisi de calci d'aorta abdominal - Anàlisi estructural trabecular - Medició Escoliosis - Sarcopenia 	3 3 3 3 3	3 3 3 3 3	0 0 3 3 3
2. Tecnologia	12,5		
2.1. Nombre de detectors digitals. L'empresa que oferti major nombre de detectors digitals obtindrà la major puntuació.	4	4	1



<p>Per la resta d'empreses, la puntuació es puntuarà conforme a la fórmula següent:</p> $P = PM \times \frac{Of}{Ofm}$ <p>on:</p> <p>P = Puntuació obtinguda</p> <p>PM = Puntuació màxima</p> <p>Of = oferta nombre de detectors del licitador que es valora</p> <p>Ofm = Oferta màxim nombre de detectors digitals ofertats</p>			
<p>2.2. Velocitat d'escaneig per a l'exploració de cos sencer</p> <p>L'empresa que oferti major velocitat d'escaneig i per tant escanegi amb el menor temps possible, obtindrà la major puntuació</p> <p>Per la resta d'empreses, la puntuació es puntuarà conforme a la fórmula següent:</p> $P = PM \times \frac{Of}{Ofm}$ <p>on:</p> <p>P = Puntuació obtinguda</p> <p>PM = Puntuació màxima</p> <p>Of = oferta nombre de detectors del licitador que es valora</p> <p>Ofm = Oferta màxim nombre de detectors digitals ofertats</p>	1,5	1,4	1,5
<p>2.3. Velocitat d'escaneig per a l'exploració de columna</p> <p>L'empresa que oferti major velocitat d'escaneig i per tant escanegi amb el menor temps possible, obtindrà la major puntuació</p> <p>Per la resta d'empreses, la puntuació es puntuarà conforme a la fórmula següent:</p> $P = PM \times \frac{Of}{Ofm}$ <p>on:</p> <p>P = Puntuació obtinguda</p>	1,5	0,08	1,5



PM = Puntuació màxima Of = oferta nombre de detectors del licitador que es valora Ofm = Oferta màxim nombre de detectors digitals ofertats			
2.4. Velocitat d'escaneig per a l'exploració de fèmur L'empresa que oferti major velocitat d'escaneig i per tant escanegi amb el menor temps possible, obtindrà la major puntuació Per la resta d'empreses, la puntuació es puntuarà conforme a la fórmula següent: $P = PM \times \frac{Of}{Ofm}$ on: P = Puntuació obtinguda PM = Puntuació màxima Of = oferta nombre de detectors del licitador que es valora Ofm = Oferta màxim nombre de detectors digitals ofertats	1,5	1	1,5
2.5. Potència del generador. L'empresa que oferti major potència del generador obtindrà la major puntuació. Per la resta d'empreses, la puntuació es puntuarà conforme a la fórmula següent: $P = PM \times \frac{Of}{Ofm}$ on: P = Puntuació obtinguda PM = Puntuació màxima Of = oferta potència del generador del licitador que es valora Ofm = Oferta màxima potència del generador ofertada	4	4	2,17
3. Equipament informàtic	10		
3.1. Monitor TFT ≥ 21"	3	3	3
3.2. Instal·lació d'un PC administratiu per a RIS/HIS a la sala de radiologia corresponent que compleixi amb les especificacions següents:	7	7	0



- Tipus ordinador
 - Format All-in-One
- Pantalla
 - Pantalla panoràmica WLED de 21,5" amb angle de visió ampli i resolució Full HD (1920 x 1080)
- Processador
 - Setena generació del processador Intel® Core™ i5-7500 (nucli quàdruple, 6 MB, 4 subprocessos, 3,4 GHz, 65 W) o superior, compatible amb Windows 10 / Linux
- Sistema operatiu
 - Windows 10 Pro (64 bits)
- Memòria
 - Memòria DDR4 sense ECC de 4 GB (1 x 4 GB) a 2400 MHz
 - Ampliable fins a 32 Gb
- Disc dur
 - 256GB 2.5 polzades SATA Class 20 Solid State Drive
- Targeta de vídeo
 - Targeta gràfica integrada Intel® Graphics 630
- Unitat òptica
 - Unitat de disc òptica DVD +/- RW 8x, 9,5 mm
- Teclat
 - Teclat multimèdia - espanyol (QWERTY) - negre. Del mateix fabricant que la CPU.
- Ratolí
 - Ratolí òptic, negre. Del mateix fabricant que la CPU.
- Ports
 - 6 USB externs:
 - 2 USB 3.1 (laterals, 1 amb PowerShare)
 - 2 USB 3.1 (darrere)
 - 2 USB 2.0 (darrere)
 - 1 HDMI 1.4 (sortida)
 - 1 RJ-45
 - 1 DisplayPort 1.2
 - 1 connector d'àudio universal
 - 1 sortida de línia d'àudio
- Ranures
 - Compatibilitat amb lector de targetes estàndard i unitats de disc òptic opcionals
 - 2 connectors M.2 (targeta Wi-Fi i unitat d'estat sòlid)
- Xassís
 - 1 intern de 2,5 "
- Dimensions màximes.



Grup de Serveis **SANT ROC**

<ul style="list-style-type: none">➤ Alçada x amplada x profunditat: 36,30 cm x 52,78 cm x 6,09 cm➤ Pes: 6,32 kg• Connexió sense fil➤ Adaptador Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (802.11ac) 2 x 2 + Bluetooth• Alimentació➤ Font d'alimentació interna; 80 PLUS➤ 200 W (EPA Platinum)➤ Conformitat amb ENERGY STAR• Certificacions➤ ENERGY STAR 6.1, EPEAT Gold, TCO Certified, RoHS Compliance CEL, WEEE• Garantia➤ 3 anys d'assistència i servei in situ al següent dia laborable:<ul style="list-style-type: none">▪ Garantia del fabricant de l'equip. Assistència tècnica remota 24x7. Únic punt d'accés.▪ La garantia ha de ser in-situ amb resposta següent dia laborable. Enviament de peces i mà d'obra opcional <p>3.3. La garantia ha de cobrir qualsevol reparació in-situ a qualsevol lloc del món.</p>			
4. Garantia	10		
Ampliació de la garantia a tot risc d'un a dos anys	10	10	10
TOTAL	60	51,97	38,67

Els càlculs del criteris automàtics avaluable mitjançant fórmula s'adjunten a l'Annex 2.

Valoració Lot 2: Subministrament d'un ecògraf

1. Característiques tècniques	Puntuació màxima	General elèctric Healthcare España, SAU	Philips Iberica, SAU	Hitachi Medical Systems, SLU
1.1. Rang màxim de profunditat >35	3	3	3	3
1.2. Pantalla LCD LED d'alta Resolució >22"	12	12	0	0
1.3. Ecògraf amb autonomia de funcionament elèctrica i bateries internes recarregables	10	10	10	10
1.4. Software específic intrapart amb eines de mesura del canal del part	10	10	0	0
1.5. Software per reproducció que permeti recompte fol·licular ovàric semiautomàtic	15	15	0	0

1.6. Ampliació de la garantia a tot risc d'un a dos anys	10	10	10	10
TOTAL	60	60	23	23

Justificació diferències amb el declarat pels licitadors:

Philips Iberica, SAU declara:

- Disposar de Pantalla LCD LED d'alta Resolució > 22":

A la fitxa d'especificacions tècniques hi consta que la pantalla és de 21,5".

- Disposar de Software específic intrapart amb eines de mesura del canal del part:

A la fitxa d'especificacions tècniques s'especifica que es disposa d'eina específica de mesura de la longitud del coll de l'úter entre d'altres i no concreta l'algoritme concret per obtenir la mesura del canal del part.

- Disposar de Software de reproducció que permeti recompte fol·licular ovàric semiautomàtic:

A la fitxa d'especificacions tècniques no s'especifica l'eina de recompte, ni si és automàtic o semiautomàtic. Només indica "folículo derecho e Izquierdo".

Hitachi Medical Systems, SLU declara:

- Disposar de Software específic intrapart amb eines de mesura del canal del part:

A la fitxa d'especificacions tècniques no s'especifica que es disposi d'algoritme d'interpretació per obtenir les mesures del canal del part.

- Disposar de Software de reproducció que permeti recompte fol·licular ovàric semiautomàtic:

A la fitxa d'especificacions tècniques s'especifica que aquest Software de reproducció que permet el recompte fol·licular ovàric és automàtic.

Un cop feta la lectura de les dades, la mesa passa a fer els càlculs de la puntuació amb el resultat següent:

Lots	Empreses	Oferta econòmica	Servei postvenda	Criteris Objectius	TOTAL PUNTS
Lot 1	Emsor, SA	30	5,86	51,97	87,84 punts
	General Elèctric Healthcare España, SAU	27,27	10	38,67	75,94 punts
Lot 2	General elèctric Healthcare España, SAU	18,10	18,30	60	96,40 punts




	Philips Iberia, SAU	19,32	17,72	23	60,04 punts
	Hitachi Medical Systems, SLU	20,00	4,17	23	47,17 punts


Atenent a aquetes exclusions i les ofertes valorades a la Mesa del Sobre b, la Mesa passa a proposar les següents empreses com a millors puntuades a cada lot les següents:

LOT	EMPRESA	PUNTUACIÓ
Lot 1	Emsor, SA	87,94 punts
Lot 2	General Elèctric Healthcare España, SAU	96,40 punts


Aquestes empreses compleixen amb els requisits i per tant la Mesa acorda proposar a l'òrgan de contractació requerir-les per tal que dins el termini de deu dies hàbils, presentin l'acreditació de disposar de garantia definitiva i aquells altres requeriments de capacitat i solvència i altres documents que consten a les clàusules 13 i 14 del plec de clàusules administratives particulars i al punt 8 del quadre resum de característiques.

A les 9:30 hores es dona per finalitzat l'acte i per deixar-ne constància s'estén la present Acta que signen els membres de la mesa assistents, amb mi, que com a secretària de la Mesa en dono fe.


Ester Masip-Royo
Presidenta de la Mesa


Mònica Bernal de Barbarà
Secretària de la Mesa


Josep Simó Cavallé
Vocal


Carles Guasch Sentís
Vocal