

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN DENSITÒMETRE OSSÍ I UN ECÒGRAF PER GESTIÓ PIUS HOSPITAL DE VALLS, SAM

A la Ciutat de Valls, el dia 11 de juliol de 2019, essent les 8:30 hores, s'ha celebrat la sessió per la revisió de l'esmena demanada al licitador Philips Iberica, SAU i per la posterior valoració dels criteris econòmics i tècnics avaluable de forma automàtica.

Membres de la Mesa

Presideix el Sr. Joan Carles Sanz Villaluenga, coordinadors de serveis interns, i assisteixen com a vocals, el Sr. Josep Simó Cavallé, interventor acctal i el Sr. Carles Guasch Sentís, enginyer tècnic municipal i la Sra. Mònica Bernal de Barbarà, cap dels serveis jurídics, que també actua com a secretària de la mesa.

Aquesta sessió es constitueix en acte privat de la Mesa de Contractació designada per assistir l'Òrgan de Contractació, per tal d'obrir les proposicions relatives a la contractació esmentada.

Ordre del dia

Valoració de la documentació aportada pel licitador Philips Iberica, SAU.

Valoració dels informes tècnics dels Srs. Joan Vilà Guinart, cap del serveis de ginecologia i la Sra. Maite Fonoll Balaña, Responsable del Servei de Diagnòstic per la Imatge de Gestió Pius Hospital de Valls, SAM, on es revisen els criteris mínims exigits i els criteris avaluable automàticament amb la informació continguda al sobre digital B presentats en l'expedient de contractació GSSR 1/19 pel subministrament d'un densitòmetre ossí i un ecògraf per Gestió Pius Hospital de Valls, SAM.

El desenvolupament de la sessió és privada.

Desenvolupament de la sessió:

S'inicia la sessió entrant a l'eina "Sobre Digital 2.0" i identificant l'expedient de licitació i el procediment de contractació, el qual s'ha tramitat mitjançant procediment obert d'acord amb allò previst a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en endavant LCSP, i a l'establert als documents que regeixen la contractació.

Aquesta sessió té com a finalitat la valoració de la informació continguda al Sobre B, el qual conté la documentació presentada per l'acreditació dels criteris avaluable automàticament a través de la documentació tècnica, la documentació econòmica i altra documentació requerida, d'acord amb els plecs que regeixen la contractació i els quals han estat presentats en sobre electrònic. Documentació que es valorarà juntament amb els informes tècnics emesos pels responsables d'àrea de Gestió Pius Hospital de Valls, SAM.

Constituïda vàlidament la Mesa de contractació, no és necessari que els custodis apliquin credencials, complint amb el quòrum mínim, ja que els sobres varen ser

configurats mitjançant obertura de mesures eficients i ja varen ser oberts automàticament en un anterior.

A continuació es passa a:

Revisar l'esmena a la documentació requerida al licitador següent:

- Philips Iberica, SAU

Es comprova que aquests han esmenat tots els documents requerits.

Seguidament es procedeix a :

LA VALORACIÓ DE LA INFORMACIÓ CONTINGUDA SOBRE B (PROPOSICIÓ ECONÒMICA I CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA).

1.- DONAR COMPTE DE L'INFORME EMÈS EN RELACIÓ AL COMPLIMENT DELS CRITERIS MÍNIMS EXIGITS I POSTERIOR VALORACIÓ AMB LA DOCUMENTACIÓ APORTADA

Així doncs, es dona compte dels informes emesos pels caps de servei de Gestió Pius Hospital de Valls, SAM en referència als criteris mínims exigits als plecs i es procedeix a valorar els documents de tots els licitadors per comprovar que reuneixin les característiques mínimes exigibles.

Vistos els informes tècnics emesos pels responsables Gestió Pius Hospital de Valls, SAM i fetes les valoracions pertinents, la Mesa decideix procedir a les exclusions de les empreses i lots següents per no complir amb alguns criteris mínims exigits als plecs.

EMPRESSES	LOTS	JUSTIFICACIÓ
Fujifilm Europe GHBH, Sucursal en España	Lot 1	No disposa de protocols MPPS ni Storage Commitment
Radiologia, SA	Lot 1	- No disposa de protocols Query retrieve, Storage Commitment i MPPS. - No disposa de corbes de referència validades de la població espanyola. S'especifica hispànica.
Subcontratación y Servicios Madrid, SL	Lot 1	- No disposa de protocols Query retrieve, Storage Commitment i MPPS. - No disposa de corbes de referència validades de la població espanyola. S'especifica hispànica.

2.- VALORACIÓ DE L' OFERTA ECONÒMICA I SERVEI POST VENDA

a) Valoració oferta econòmica

Presenten oferta econòmica per lots diferenciats les empreses següents:

LOTS:	DESCRIPCIÓ	EMPRESES	PREU OFERTAT
Lot 1	Subministrament d'un densitòmetre ossi	Emsor, SA	40.000,00 €
		General Elèctric Healthcare España, SAU	44.000,00 €
Lot 2	Subministrament d'un ecògraf	Hitachi Medical Systems, SLU	57.000,00 €
		Philips Ibérica, SAU	59.000,00 €
		General Elèctric Healthcare España, SAU	63.000,00 €

Les ofertes presentades no incorren en presumpció d'anormalitat.

b) Valoració Servei post venda

Presenten oferta pel servei post venda per lots diferenciats les empreses següents:

LOTS:	PECES DE RECANVI	EMPRESES	PREU OFERTAT
Lot 1	Tub de RX	Emsor, SA	12.609,75 €
		General Elèctric Healthcare España, SAU	7.383,82 €
	Flat Panel	Emsor, SA	10.515,60 €
		General Elèctric Healthcare España, SAU	6.175,30 €
Lot 2	Sonda convex adults nova	Hitachi Medical Systems, SLU	4.114,00 €
		Philips Ibérica, SAU	5.900,00 €
		General Elèctric Healthcare España, SAU	4.900,00 €

	Sonda transvaginal nova	Hitachi Medical Systems, SLU	4.114,00 €
		Philips Ibérica, SAU	5.500,00 €
		General Elèctric Healthcare España, SAU	4.200,00 €
	Sonda endocavitari 3D i 4D nova	Hitachi Medical Systems, SLU	13.147,86 €
		Philips Ibérica, SAU	5.900,00 €
		General Elèctric Healthcare España, SAU	7.000,00 €
	Sonda convex adults de reposició	Hitachi Medical Systems, SLU	—
		Philips Ibérica, SAU	4.900,00 €
		General Elèctric Healthcare España, SAU	4.410,00 €
	Sonda transvaginal de reposició	Hitachi Medical Systems, SLU	—
		Philips Ibérica, SAU	4.500,00 €
		General Elèctric Healthcare España, SAU	3.780,00 €
	Sonda endocavitari 3D i 4D de reposició	Hitachi Medical Systems, SLU	—
		Philips Ibérica, SAU	4.900,00 €
		General Elèctric Healthcare España, SAU	6.300,00 €

La mesa considera que els preus oferts per les peces de recanvi (Tub de RX i Flat Panel) que el licitador General Elèctric Healthcare España, SAU ha presentat pel lot 1 poden ser considerades desproporcionades o anormals en relació amb el preu de les altres ofertes presentades, atès que aquest és inferior en més de 20 unitats percentuals a les altres ofertes presentades, d'acord amb els articles 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 85 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Per aquest motiu la mesa decideix requerir al licitador perquè en un termini màxim de cinc dies hàbils des de la notificació justifiqui els preus ofertats.

Queda pendent de valoració per part de la Mesa de contractació els altres criteris tècnics avaluables automàticament a través de la informació continguda als informes tècnics i la documentació aportada pels licitadors que serà avaluada a la pròxima mesa de contractació un cop comprovat el requeriment fet a General Elèctric Healthcare España, SAU.



Grup de Serveis
SANT ROC

A les 9:15 hores es dona per finalitzat l'acte i per deixar-ne constància s'estén la present Acta que signen els membres de la mesa assistents, amb mi, que com a secretària de la Mesa en dono fe.


Joan Carles Sanz Villaguenga
President de la Mesa


Mònica Bernal de Barbarà
Secretària de la Mesa


Josep Simó Cavallé
Vocal


Carles Guasch Sentís
Vocal

