

INFORME JUTIFICATIU DE L'OFERTA ANORMALMENT BAIXA DEL LICITADOR GENERAL ELÈCTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, SAU, REFERENT A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN DENSITÒMETRE OSSI PER GESTIÓ PIUS HOSPITAL DE VALLS, SAM

OBJECTIU


Aquest informe té per objectiu fer una valoració de la informació aportada pel licitador General Elèctric Healthcare España, SAU on es fan aclariments per la justificació de l'oferta econòmica de les peces de recanvi del densitòmetre ossi, objecte del lot 1 de la licitació GSSR 1/19 pel subministrament i instal·lació d'un densitòmetre ossi i un ecògraf per Gestió Pius Hospital de Valls, SAM.

VALORACIÓ

Revisada la documentació aportada pel licitador de referència on s'especifica que la companyia ven i manté els seus productes directament sense intermediaris ni canals de distribució locals, per la qual cosa pot garantir els preus estipulats a l'oferta de les peces de recanvi, essent una empresa solvent que oferta els mateixos preus en altres licitacions on es presenten. Preus que no oferta en detriment de la qualitat oferta i que pot assumir per l'abaratiment de costos logístics que li suposa no tenir intermediaris.

Per tot l'esmentat, la baixa temerària queda justificada, essent els preus equiparables als de mercat, en relació a la qualitat ofertada, cosa que fa que es pugui acceptar.

Valls, 22 de juliol de 2019



Maite Fonoll Balaña
Responsable del Servei de Diagnòstic per la Imatge de
Gestió Pius Hospital de Valls, SAM