



C/ Médicos sin Fronteras, 7 - 24404 PONFERRADA  
Teléfonos 987 455 200 / 987 401 511



**ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE LA GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DEL BIERZO, CORRESPONDIENTE A LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS, APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS Y SU VALORACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE P.A. 3401-347-1-2019-2020008758, QUE TIENE POR OBJETO LA ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE APARATOS PARA RADIODIAGNOSTICO PARA LA GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DEL BIERZO.**

**Fundamento normativo:**

Artículos 146, 150, 157 y 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 22 del RD 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público y 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

**Fecha y hora de celebración**

3 de septiembre de 2019 a las 10:00h.

**Asistentes**

PRESIDENTE

D. Jose Macia Losada, Director de Gestión y Servicios Generales

SECRETARIA

Dña. M. Carmen Hernández Martínez, Jefa de Unidad de Contratación

VOCALES

Dña. Félix de los Mozos Vázquez, Director de Enfermería

Dña. Gloria Armesto Alvarez, Jefa del Servicio de Suministros

Dña. Elena Murcia Gayol, Letrada de la Delegación Territorial de la JCyL en León

Dña. Raquel Miguélez Velasco, Interventora Delegada adjunta Territorial de la Junta de Castilla y León

**Orden del día**

- 1.- Aprobación de acta: EQUIPOS RX-2
- 2.- Valoración criterios basados en un juicio de valor: P.A. 3401-347-1-2019-2020008758 - Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de diversos aparatos para radiodiagnóstico destinados a la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo.
- 3.- Apertura del sobre de criterios evaluables automáticamente: P.A. 3401-347-1-2019-2020008758 - Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de diversos aparatos para radiodiagnóstico destinados a la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo.
- 4.- Valoración de criterios evaluables automáticamente: P.A. 3401-347-1-2019-2020008758 - Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de diversos aparatos para radiodiagnóstico destinados a la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo.
- 5.- Propuesta adjudicación: P.A. 3401-347-1-2019-2020008758 - Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de diversos aparatos para radiodiagnóstico destinados a la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo.
- 6.- Aprobación de actas: I.T.R MESA 2 - , MANTENIMIENTO EQUIPOS RX M-3 y M-2 Sustitución de tuberías.

**Desarrollo de la sesión**

- 1.- Aprobación de acta: EQUIPOS RX-2

La mesa acuerda la aprobación del acta EQUIPOS RX-2, correspondiente a la sesión celebrada el 5 de julio de 2019.



2.-Valoración de criterios basados en un juicio de valor: P.A. 3401-347-1-2019-2020008758 - Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de diversos aparatos para radiodiagnóstico destinados a la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo.

A la vista del informe técnico emitido por el servicio destinatario de los bienes, se acuerda:

- a) Excluir de la licitación a las empresas que a continuación se relacionan, por los motivos que así mismo se indican:

**-Lote 1: Sala de radiología digital con doble panel**

AGFA N.V.: No cumplir el requisito del PPT *“Dos detectores de imagen para la adquisición digital de imagen radiológica de yoduro de cesio”*. La empresa oferta detectores GOS (oxisulfuro de Gadolinio).

CANON MEDICAL SYSTEMS S.A.: No cumplir el requisito del PPT *“existencia de automatismos programados y coordinados con los desplazamientos del detector hasta las posiciones de exploración habituales”*. En la oferta presentada consta *“Auto-Tracking”* y no de robotización.

**-Lote 2 : Equipo portátil de RX digital**

AGFA N.V.: No cumplir el requisito del PPT *“Disparador con control remoto”*, que no se incluye en su oferta.

CANON MEDICAL SYSTEMS S.A.: No cumplir el requisito del PPT *“acceso a la obtención de imágenes sin procesar” (RAW DATA)*, necesario para el control de calidad por parte de Radiofísica.

PHILIPS IBERICA S.A.U. No cumplir el requisito de *“Disparador con control remoto”*. La oferta incluye un disparador con cable extensible superior a 2 metros.

FUJIFILM EUROPE: No cumplir el requisito del PPT *“capacidad de almacenamiento de la menos 160 GB”*. El equipo ofertado dispone de 128 GB.

**-LOTE 3: Equipo de fluoroscopia portátil**

IRE RAYOS X S.A., No cumplir el requisito del PPT relativo al *“espacio libre entre detector de imagen y conjunto de tubo de Rx mínimo de 30 cm y máximo de 50 cm”* - El equipo ofertado es un arco portátil convencional con espacio libre entre detector de imagen y conjunto de tubo de 80 cm.-

FM CONTROL S.L. No cumplir 2 de los requisitos del PPT relativos al arco en C, *“motorización al menos del movimiento vertical y rotación axial de +/- 200º”* -. El equipo ofertado tiene 360º -.

EMSOR S.A.: No cumplir 2 de los requisitos del PPT relativos al arco en C, *“motorización al menos del movimiento vertical y rotación axial de +/- 200º”* - El equipo ofertado tiene 380º -.

**Lote 4: Ortopantomógrafo**

COMPAÑÍA DENTAL VENTA DIRECTA S.A. por vulnerar el carácter secreto de las proposiciones, al incluir en la página 5 de su memoria técnica información sobre la garantía y la oferta económica.



b) Puntuar el resto de las ofertas de acuerdo con la valoración realizada por los profesionales:

CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR:	Ponderación máx.: 49 puntos por lote	GENERAL ELECTRIC HEALTHCAR E ESPAÑA SAU	RADIOLOGIA SA	FUJIFILM EUROPE GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA	PHILIPS IBERICA SAU
<b>LOTE 1: SALA RADIOLOGIA DIGITAL CON DOBLE PANEL</b>					
<b>1.- Programas y aplicaciones:</b> Se valorará la calidad y amplitud de los paquetes de software clínico y herramientas de postproceso incluidos en oferta para todas las áreas anatómicas de interés, así como la calidad y versatilidad de la solución cliente-servidor ofertada.	Hasta 15 puntos	15	6	3	10
<b>2.-Características del detector digital:</b> Se valorará el diseño, la manejabilidad y el peso que soporte.	Hasta 12 puntos	6	6	12	5
<b>3.- Características de la mesa para detector digital:</b> Se valorarán los tipos de desplazamiento, la accesibilidad de los pacientes y los elementos de seguridad.	Hasta 12 puntos	12	7	5	6
<b>4.- Mejoras:</b> aportación de componentes, accesorios o programas que incrementen las prestaciones del equipo establecidas en el PPT.	Hasta 10 puntos	9	6	5	7
<b>PUNTUACION TOTAL:</b>		<b>42</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>28</b>
<b>LOTE 2: EQUIPO PORTATIL RAYOS X DIGITAL</b>	<b>Ponderación máx.: 49 puntos por lote</b>	<b>GENERAL ELECTRIC HEALTHCAR E ESPAÑA SAU</b>	<b>IRE RAYOS X SA</b>	<b>RADIOLOGIA SA</b>	<b>SAKURA PRODUCTOS HOSPITALARIO S SA</b>
<b>1.-Generador:</b> Capacidad del sistema para adaptar los parámetros de funcionamiento del equipo a las necesidades de exploración requeridas con el fin de optimizar la dosis.	Hasta 6 puntos	4	4	2	0
<b>2.-Sistema de adquisición de imágenes:</b> Se valorará la calidad de la imagen obtenida en función de la dosis requerida. <b>Hasta 5 puntos.</b>  Herramientas disponibles en el sistema para la verificación de la calidad de imagen siguiendo los procedimientos recomendados en el protocolo español de control de calidad en radiodiagnóstico. <b>Hasta 3 puntos.</b>	Hasta 8 puntos	5	0	2	2
		3	1	1	1
<b>3.-Tubo de rayos X y sistema de colimación:</b> Capacidad del sistema para realizar mayor número de estudios en función de las características del tubo. <b>Hasta 4 puntos.</b>  Prestaciones del sistema de medida de dosis. <b>Hasta 2 puntos.</b>	Hasta 6 puntos	4	3	1	0
		2	1	1	1
<b>4.-Estativo:</b> Se valorarán todos aquellos elementos que faciliten y aceleren la colocación del equipo para la realización de distintas proyecciones sin comprometer la seguridad del paciente ni la del operador.	Hasta 8 puntos	7	2	3	4
<b>5.-Sistema informático:</b> Prestaciones del monitor de visualización. <b>Hasta 3 puntos.</b>  Adecuación de las herramientas de procesado y funciones incorporadas al mayor número de procedimientos. <b>Hasta 4 puntos.</b>	Hasta 7 puntos	0	3	1	2
		4	0	2	0
<b>6.-Conectividad:</b> Clases de servicio DICOM y exportación en otros formatos.	Hasta 7 puntos	7	0	2	5
<b>7.-Mejoras:</b> Se valorará la entrega de accesorios que tengan una aplicación y utilidad relacionada con la funcionalidad del	Hasta 7 puntos	5	0	2	0



equipo.					
<b>PUNTUACION TOTAL:</b>		<b>41</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>15</b>
<b>LOTE 4: ORTOPANTOMOGRFO</b>	<b>Ponderación máx.: 49 puntos por lote</b>	<b>GENERAL ELECTRIC HEALTHCAR E ESPAÑA SAU</b>			
<b>1.-Sistema de adquisición panorámico:</b> Se valorará el número de detectores y las características técnicas del detector. <b>Hasta 6 puntos.</b>  Capacidad del sistema para realizar distintos tipos de exploraciones y facilidad en la realización de las mismas. <b>Hasta 7 puntos.</b>	Hasta 13 puntos	3			
		7			
<b>2.- Estación de trabajo:</b> Prestaciones del monitor de visualización. <b>Hasta 3 puntos.</b>  Adecuación de las herramientas de procesado y funciones incorporadas al mayor número de procedimientos. <b>Hasta 7 puntos.</b>  Mayor capacidad de almacenamiento. <b>Hasta 3 puntos.</b>	Hasta 13 puntos	3			
		6			
		3			
<b>3.- Conjunto tubo /generador:</b> Capacidad del sistema para adaptar los parámetros de funcionamiento del equipo a las necesidades de exploración requeridas.	Hasta 8 puntos	7			
<b>4.-Soporte de sistema panorámico:</b> Se valorarán todos aquellos elementos que faciliten y aceleren la colocación del equipo para la realización de distintas proyecciones sin comprometer la seguridad del paciente ni del operador.	Hasta 8 puntos	6			
<b>5.-Conectividad:</b> Clases de servicio DICOM y exportación en otros formatos.	Hasta 4 puntos	3			
<b>6.-Calidad:</b> Se valorará la inclusión de herramientas de control de calidad.	Hasta 3 puntos	3			
<b>PUNTUACION TOTAL:</b>		<b>41</b>			
<b>LOTE 5: ECÓGRAFO</b>	<b>Ponderación máx.: 49 puntos</b>	<b>GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SAU</b>			
<b>1.- Software clínico:</b> Se valorará el software que aporte herramientas funcionales sobre los mínimos exigidos en el PPT	Hasta 15 puntos	12			
<b>2.- Calidad y prestaciones:</b> Se valorará el software general y específico de trabajo. Modos de exploración incorporados.	Hasta 14 puntos	12			
<b>3.- Ergonomía y manejabilidad:</b> Se valorará la adaptación de los equipos a los usuarios, los elementos de seguridad y la facilidad de manejo.	Hasta 12 puntos	10			
<b>4.-Mejoras:</b> Se valorará la entrega de un transductor transcranial y sus características.	Hasta 8 puntos	5			
<b>PUNTUACION TOTAL:</b>		<b>39</b>			



- c) Excluir de la licitación en el lote número 2, por no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos exigido en el apartado 16.3 del Cuadro de Características del PCAP, a las empresas IRE RAYOS X S.A., RADIOLOGIA S.A. y SAKURA PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A.

3.- Apertura del sobre de criterios evaluables automáticamente: P.A. 3401-347-1-2019-2020008758 - Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de diversos aparatos para radiodiagnóstico destinados a la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo.

Finalizado el acto de valoración técnica, se procede a la apertura de los sobres de las empresas que han sido admitidas a la licitación, cuyo resultado es el siguiente:

Denominación	Empresas	Precio ofertado s/iva (€)	Ampliación plazo de garantía
LOTE 1: SALA RADIOLOGIA DIGITAL CON DOBLE PANEL	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SAU	205.386,00	0
	RADIOLOGIA SA	175.100,00	2 AÑOS
	FUJIFILM EUROPE	199.000,00	0
	PHILIPS IBERICA SAU	200.000,00	0
LOTE 2: EQUIPO PORTATIL RAYOS X DIGITAL	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SAU	88.500,00	0
LOTE 4: ORTOPANTOMOGRFO	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SAU	39.847,50	0
LOTE 5: ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SAU	46.832,00	0

4.- Valoración de los criterios evaluables automáticamente: P.A. 3401-347-1-2019-2020008758 - Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de diversos aparatos para radiodiagnóstico destinados a la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo.

En este punto, la Mesa procede a la baremación de los criterios evaluables mediante fórmulas, quedando como sigue:

Denominación	Empresa	Precio ofertado s/iva (€)	Puntos por precio	Ampliación plazo de garantía	Puntos por ampliación plazo garantía	TOTAL PUNTOS
LOTE 1: SALA RADIOLOGIA DIGITAL CON DOBLE PANEL	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SAU	205.386,00	40,07	0	0	40,07
	RADIOLOGIA SA	175.100,00	47	2 AÑOS	4	51
	FUJIFILM EUROPE	199.000,00	41,36	0	0	41,36
	PHILIPS IBERICA SAU	200.000,00	41,15	0	0	41,15
LOTE 2: EQUIPO PORTATIL RAYOS X DIGITAL	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SAU	88.500,00	47	0	0	47
LOTE 4: ORTOPANTOMOGRFO	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SAU	39.847,50	47	0	0	47

LOTE 5: ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SAU	46.832,00	47	0	0	47
------------------	---	-----------	----	---	---	----

5.- Propuesta adjudicación: P.A. 3401-347-1-2019-2020008758 - Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de diversos aparatos para radiodiagnóstico destinados a la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo.

Comienza este acto completando todas las puntuaciones obtenidas por los licitadores admitidos en las diferentes fases del procedimiento y clasificando las ofertas por orden decreciente atendiendo a los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego, con el siguiente resultado:

DENOMINACION	EMPRESA	PUNTOS		TOTALES
		CRITERIOS JUICIO DE VALOR	CRITERIOS FORMULAS	
LOTE 1: SALA RADIOLOGIA DIGITAL CON DOBLE PANEL	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SAU	42	40,07	82,07
	RADIOLOGIA SA	25	51	76
	PHILIPS IBERICA SAU	28	41,15	69,15
	FUJIFILM EUROPE	25	41,36	66,36
LOTE 2: EQUIPO PORTATIL RAYOS X DIGITAL	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SAU	41	47	88
LOTE 4: ORTOPANTOMOGRFO	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SAU	41	47	88
LOTE 5: ECOGRAFO	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SAU	39	47	86

La Mesa acuerda:

**PRIMERO:** Proponer la adjudicación de los contratos derivados de este expediente a favor de las empresas y por los importes que se detallan, al haber obtenido la mayor puntuación una vez aplicados los criterios de adjudicación del PCAP:

Lote	Denominación	Importe con IVA	Empresa
1	Sala radiología digital con doble panel	248.517,06 €	General Electric Healthcare España S.A.U
2	Equipo portátil rayos X digital	107.085,00 €	
4	Ortopantomógrafo	48.215,48 €	
5	Ecógrafo	56.666,72 €	

**SEGUNDO:** Declarar desierta la adjudicación del contrato respecto del lote 3, Suministro de fluoroscopio portátil, al





C/ Médicos sin Fronteras, 7 - 24404 PONFERRADA  
Teléfonos 987 455 200 / 987 401 511



no cumplir ninguna de las proposiciones presentadas todos los requerimientos técnicos exigidos en el PPT.

#### 6.- Aprobación de actas de sesiones anteriores

Termina la sesión aprobando las 3 actas de las sesiones celebradas el 28 de agosto de 2019, correspondientes a la mesa 2 de los expedientes de Inspecciones Técnicas Reglamentarias y obras de sustitución parcial de tuberías y mesa 3 del relativo al servicio de mantenimiento de los equipos de radiodiagnóstico del área sanitaria.

De todo lo cual, como Secretaria, certifico con el visto bueno del Presidente

M. CARMEN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
SECRETARIA

JOSE MACIA LOSADA  
PRESIDENTE

