

**SERVICIO CANTABRO DE SALUD
H.U. "Marqués de Valdecilla"**

2019-0-0016

AVDA. VALDECILLA S/N Telef.: 942 202688
39008 SANTANDER (CANTABRIA) Fax : 942 203426

Fecha impresión: 13/08/2019

INFORME TECNICO - LISTA DE PROVEEDORES

Lote 1 VIDEOLARINGOSPIO PALAS MACINTOSH T.3,4 Y D-BLADE

Proveedor	(2) Calidad	Otros (3,4,5,6,7,8)
1357 KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, S.A. Ofta.Base	0,000	4,000

Justificaciones:

Proveedor 1357 - KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, S.A. (Oferta Base)

Cumple todas las especificaciones tecnicas definidas en el pliego del concurso.

I -Se valorara positivamente la conexion de la pantalla a broncofibros copio.

*Presenta conexion para broncofibroscopio =1

II-Se valorara positivamente la posibilidad de almacenaje de imagenes y su posterior visionado en video.Posibilidad de grabacion en memoria externa por puerto USB

*Almacena imagenes para su posterior visionado y permite su incorporacion a memoria externa =0,6

III-Se valorara positivamente el mayor tamaño de la pantalla.

*Tiene una pantalla de 7TFT.Tamaño correcto =0,6

IV-Se valorara positivamente la posibilidad de conexion simultanea de dos videolaringoscopios.

*Permite la conexion simultanea de 2 videolaringoscopios. =0,6

V -Se valorara positivamente que el angulo de vision sea al menos de 160°.

*El angulo de vision es de 160°. =0,6

VI-Se valorara positivamente la calidad de imagenes,incluso en presencia de luz diurna.

*No pierde calidad de imagen en presencia de luz externa. =0,6

Responsable: JOSE M^a REBANAL LLEVOT.-.SERVICIO DE ANESTESIA



SERVICIO CANTABRO DE SALUD
H.U. "Marqués de Valdecilla"

2019-0-0016

AVDA. VALDECILLA S/N Telef.: 942 202688
39008 SANTANDER (CANTABRIA) Fax : 942 203426

Fecha impresión: 13/08/2019

INFORME TECNICO - LISTA DE PROVEEDORES

Lote 2 VIDEOLARING.PALAS MILLER T 0,1 MACINTOSH 3,4 BLADE

Proveedor	(2) Calidad	Otros (3,4,5,6,7,8)
1357 KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, S.A. Ofta.Base	0,000	4,000

Justificaciones:

Proveedor 1357 - KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, S.A. (Oferta Base)

Cumple todas las especificaciones tecnicas definidas en el pliego del concurso.

I -Se valorara positivamente la conexion de la pantalla a broncofibros copio.

*Presenta conexion para broncofibroscopio =1

II-Se valorara positivamente la posibilidad de almacenaje de imagenes y su posterior visionado en video.Posibilidad de grabacion en memoria externa por puerto USB

*Almacena imagenes para su posterior visionado y permite su incorporacion a memoria externa =0,6

III-Se valorara positivamente el mayor tamaño de la pantalla.

*Tiene una pantalla de 7TFT.Tamaño correcto =0,6

IV-Se valorara positivamente la posibilidad de conexion simultanea de dos videolaringoscopios.

*Permite la conexion simultanea de 2 videolaringoscopios. =0,6

V -Se valorara positivamente que el angulo de vision sea al menos de 160°.

*El angulo de vision es de 160°. =0,6

VI-Se valorara positivamente la calidad de imagenes,incluso en presencia de luz diurna.

*No pierde calidad de imagen en presencia de luz ambiente =0,6

Responsable: JOSE Mª REBANAL LLEVOT.-.SERVICIO DE ANESTESIA

