



## ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

**Órgano de Contratación:** Gerencia de Atención Sanitaria del INGESA en Ceuta

**Procedimiento abierto simplificado:**

P.A. 6/2019 - Adquisición de dos ecógrafos para el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital universitario de Ceuta

**ACTA N° 1**

**Fecha y hora de celebración de la sesión:**

Inicio: 15 de octubre de 2019 a las 11:00 horas

Fin: 15 de octubre de 2019 a las 11:30 horas

**Lugar de celebración**

Hospital Universitario de Ceuta - Sala de Licitaciones 1ª planta Dirección

**Asistentes**

Presidenta:

Dña. Adoración Navas Castillo, Jefa de Servicio Suministros HUCE

Secretario:

D. Ángel Romo Segura, Administrativo Servicio de Suministros HUCE

Vocales:

Dña. Maria de las Nieves Rodríguez Adalid, Supervisora Sala de Partos HUCE

D. Jose Antonio Navarro Repiso, F.E.A. Servicio Ginecología HUCE

Dña. Susana Carrasco Millano, Letrada habilitada HUCE

Dña. Piedad Mozo Romero, Interventora Delegada S.Social en funciones

**Constitución de la mesa**

Se constituye válidamente la mesa con los asistentes indicados de acuerdo con el art. 326 punto 6 de la LCSP.

Presentación y apertura de ofertas exclusivamente electrónica a través de la Plataforma de contratación del sector público (PLCSP).

Fin de plazo de ofertas: 11 de octubre de 2019 a las 14:00 horas

**Orden del día**

1.- Apertura y calificación administrativa.

**Se Expone**

1.- Apertura y calificación administrativa.

Han concurrido las siguientes empresas:

CIF: A28206712 CANON MEDICAL SYSTEMS S.A. Fecha de presentación: 11 de Octubre de 2019 a las 08:34:22 horas

Tras la revisión de la documentación aportada por los licitadores la mesa concluye lo siguiente:


1º.- Dar como correcta la documentación administrativa de requisitos previos presentada, y remitir al Servicio de Ginecología la documentación técnica contenida en el sobre A para que emita informe sobre el cumplimiento de las prescripciones técnicas de la oferta antes del próximo día 22 de octubre.

2º.- Admitir a los siguientes licitadores:

CIF: A28206712 CANON MEDICAL SYSTEMS S.A.

Yo, como Secretario/a, certifico con el visto bueno del Presidente/a:

  
D. Ángel Romo Segura  
SECRETARIO

  
D. Adoración Navas Castillo  
PRESIDENTA



## ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

**Órgano de Contratación:** Gerencia de Atención Sanitaria del INGESA en Ceuta

**Procedimiento abierto simplificado:**

P.A. 6/2019 - Adquisición de dos ecógrafos para el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital universitario de Ceuta

**ACTA Nº 2**

**Fecha y hora de celebración de la sesión:**

Inicio: 22 de octubre de 2019 a las 11:15 horas

Fin: 22 de octubre de 2019 a las 11:30 horas

**Lugar de celebración**

Hospital Universitario de Ceuta - Sala de Licitaciones 1ª planta Dirección

**Asistentes**

Presidenta:

Dña. Adoración Navas Castillo, Jefa de Servicio Suministros HUCE

Secretario:

D. Ángel Romo Segura, Administrativo Servicio de Suministros HUCE

Vocales:

D. Jose Antonio Campos García, Matrón HUCE

D. Jose Antonio Navarro Repiso, F.E.A. Servicio Ginecología HUCE

Dña. Susana Carrasco Millano, Letrada habilitada HUCE

Dña. Piedad Mozo Romero, Interventora Delegada S.Social en funciones

**Constitución de la mesa**

Se constituye válidamente la mesa con los asistentes indicados de acuerdo con el art. 326 punto 6 de la LCSP.

Presentación y apertura de ofertas exclusivamente electrónica a través de la Plataforma de contratación del sector público (PLCSP).

**Orden del día**

- 1.- Apertura criterios evaluables automáticamente.
- 2.- Valoración criterios evaluables automáticamente.
- 3.- Propuesta adjudicación

**Se Expone**

- 1.- Apertura criterios evaluables automáticamente.

Una vez admitido el informe emitido por el Servicio de Ginecología en el que consta que la oferta presentada por el único licitador que ha concurrido a la licitación, es decir CANON MEDICAL SYSTEMS S.A, cumple los requisitos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas, se procede a la apertura del sobre C de criterios evaluables automáticamente.

**A.- Oferta económica:**

**LOTE Nº 1: ECOGRAFO DOPPLER COLOR PARA CONSULTA DE DIAGNÓSTICO PRENATAL Y MEDICINA FETAL**

Importe sin IPSI: 88.600,66.-€, IPSI: 443,00.-€, Importe total: 89.043,66.-€

**LOTE Nº2: ECOGRAFO DOPPLER COLOR PARA CONSULTA DE OBSTETRICIA ALTO RIESGO, DIAGNOSTICO PRENATAL Y GINECOLOGIA.**

Importe sin IPSI: 59.300,00.-€, IPSI: 296,50.-€, Importe total: 59.596,50.-€

Se comprueba que no supera el presupuesto de licitación.

**Otros criterios de valoración automática:**

**LOTE Nº 1: ECOGRAFO DOPPLER COLOR PARA CONSULTA DE DIAGNÓSTICO PRENATAL Y MEDICINA FETAL**

- B. Ampliación del período mínimo de garantía exigido de 2 años: .....No ofrece mejora
- C. Profundidad de trabajo superior a 48 cm.....Ofrece mejora
- D. Disco duro interno en el sistema superior a 3TB para almacenamiento de datos de paciente e imágenes.....Ofrece mejora
- E. Ancho de banda de trabajo de 1 a 33 Mhz..... Ofrece mejora
- F. Rango dinámico superior a 318db.....Ofrece mejora
- G. Posibilidad de incorporar elastografía automática en sonda vaginal.....Ofrece mejora
- H. Mejora de transductor convexo a transductor convexo matricial de 1 a 10 MHz con posibilidad de selección de la frecuencia, diseñada para estudios de semana 20 y ecocardio-fetal ..... Ofrece mejora

**LOTE Nº2: ECOGRAFO DOPPLER COLOR PARA CONSULTA DE OBSTETRICIA ALTO RIESGO, DIAGNOSTICO PRENATAL Y GINECOLOGIA.**

- B. Ampliación del período mínimo de garantía exigido de 2 años:..... No ofrece mejora
- C. Profundidad de trabajo superior a 48 cm..... Ofrece mejora
- D. Disco duro interno en el sistema superior a 3TB para almacenamiento de datos de paciente e imágenes..... Ofrece mejora
- E. Rango dinámico superior a 318db..... Ofrece mejora
- F. Posibilidad de incorporar elastografía automática en sonda vaginal..... Ofrece mejora

2.- Valoración criterios evaluables automáticamente.

**LOTE Nº 1: ECOGRAFO DOPPLER COLOR PARA CONSULTA DE DIAGNÓSTICO PRENATAL Y MEDICINA FETAL**

**A.- Oferta económica:**

- A. Precio.....45 puntos

**Otros criterios de valoración automática:**

- B. Ampliación del período mínimo de garantía exigido de 2 años: .....0 puntos
- C. Profundidad de trabajo superior a 48 cm.....10 puntos
- D. Disco duro interno en el sistema superior a 3TB para almacenamiento de datos de paciente e imágenes.....5 puntos
- E. Ancho de banda de trabajo de 1 a 33 Mhz.....10 puntos
- F. Rango dinámico superior a 318db.....5 puntos
- G. Posibilidad de incorporar elastografía automática en sonda vaginal.....10 puntos
- H. Mejora de transductor convexo a transductor convexo matricial de 1 a 10 MHz con posibilidad de selección de la frecuencia, diseñada para estudios de semana 20 y ecocardio-fetal .....10 puntos

**Total puntuación.....95 puntos**

**LOTE N°2: ECOGRAFO DOPPLER COLOR PARA CONSULTA DE OBSTETRICIA ALTO RIESGO, DIAGNOSTICO PRENATAL Y GINECOLOGIA.**

**A.- Oferta económica:**

A. Precio.....45 puntos

**Otros criterios de valoración automática:**

B. Ampliación del período mínimo de garantía exigido de 2 años:.....0 puntos

C. Profundidad de trabajo superior a 48 cm.....15 puntos

D. Disco duro interno en el sistema superior a 3TB para almacenamiento de datos de paciente e imágenes.....10 puntos

E. Rango dinámico superior a 318db.....10 puntos

F. Posibilidad de incorporar elastografía automática en sonda vaginal.....15 puntos

Total puntuación.....95 puntos

**3.- Propuesta adjudicación**

La mesa acuerda elevar propuesta de adjudicación al órgano de contratación a favor del único licitador presentado, **CANON MEDICAL SYSTEMS S.A.** al haber resultado ser la mejor ofertada presentada y cumplir los requisitos establecidos en la licitación

Yo, como Secretario/a, certifico con el visto bueno del Presidente/a:

D. Ángel Romo Segura  
SECRETARIO



D. Adoración Navas Castillo  
PRESIDENTA

