

INFORME DE VALORACIÓN CRITERIOS SUBJETIVOS EXPEDIENTE 427/2019
APARATAJE CLÍNICO HOSPITAL DE SAGUNTO

De acuerdo con los criterios de evaluación de los criterios subjetivos indicados en el Anexo I, la puntuación de cada una de las empresas licitadoras se realizará como se indica a continuación:

C) - Calidad y funcionalidad 25% (25 puntos)

- 1.1- Incremento de la calidad sobre lo exigido como mínimo por el anexo en lo referido a ahorro de tiempo, calidad de materiales, sistemas de seguridad, accesorios facilitados y ventajas adicionales del sistema de instalación propuesto. (10 puntos)
- 1.2- Utilidades y ventajas funcionales respecto a la actividad asistencial a la que se va a dedicar el producto, facilidad de uso, posibilidad de programación, configuraciones y ergonomía del mismo. (10 puntos)
- 1.3- Compromiso suministro piezas y componentes (tiempo durante el que se dispondrá de piezas, recambios o componentes; plan de actualización de equipos y posible modernización de los mismos. (05 puntos)

En este apartado se valorará los criterios subjetivos de la siguiente manera (tabla aplicable a cada uno de los criterios subjetivos):

VALORACIÓN	PUNTUACIÓN
Buena	100%
Óptima	75%
Regular	50%
Deficiente	25%
Nula	0%

	1.1 Incremento de calidad...	1.2 Utilidades y ventajas...	1.3 Compromiso suministro piezas...
Buena	10	10	5
Óptima	7,50	7,50	3,75
Regular	5,00	5,00	2,50
Deficiente	2,5	2,5	1,25
Nula	0	0	0

INFORME LOTE 1
EXP. 427/2019

(NOTA: *Puntuar según el detalle de puntuación marcado en cada columna y motivar en los apartados siguientes. En el caso de que alguna oferta no cumpla el mínimo exigido para la adecuada finalidad asistencial motivar en el reverso*)

LOTE 1 LAMPARAS LUZ PARA EXPLORACIÓN

EMPRESA	¿EL EQUIPO CUMPLE LA FINALIDAD ASISTENCIAL?	Incremento de la calidad sobre lo exigido como mínimo por el anexo en lo referido a ahorro de tiempo, calidad de materiales, sistemas de seguridad y accesorios facilitados, así como ventajas adicionales del sistema de instalación y construcción.	Utilidades y ventajas funcionales respecto a la actividad asistencial a la que se va a dedicar el producto, facilidad de uso, posibilidad de programación, configuraciones y ergonomía del mismo.	Compromiso suministro piezas y componentes (tiempo durante el que se dispondrá de piezas, recambios o componentes; plan de actualización de equipos y posible modernización de los mismos.	Total
	(SI – NO)	(de 0 a 10)	(de 0 a 10)	(de 0 a 5)	25
SUMINISTROS INTEGRALES CONSULTING	SI	0	0	0	0
AB MEDICA GROUP	SI	10	10	0	20
					0
					0
					0

Características que presenta la opción más valorada sobre el resto de ofertas:

Oferta más valorada: Lámpara ofertada por la empresa AB MEDICA GROUP, marca Welch Allyn modelo GS900, según los criterios siguientes:

1.	Incremento de la calidad (10 puntos)	<ul style="list-style-type: none">Modelo de lámpara con 65.000 luxes a 1 metro de distancia.
2.	Utilidades y ventajas funcionales (10 puntos)	<ul style="list-style-type: none">Brazos articulados con mayor robustezApagado y encendido sin contacto

- Campo luminoso de trabajo a 1 metro de 23 cm,

3. Compromiso y suministro de piezas (0 puntos)
En relación al compromiso y suministro de piezas no menciona nada en su oferta.

Comparación entre las ofertas presentadas realizadas por las diferentes empresas en lo referente a los criterios de evaluación subjetivos

Oferta: SUMINISTROS INTEGRALES CONSULTING, oferta lámpara de la marca LUXO modelo: G2CCT, se valora con 0 puntos, no introduce ninguna novedad a las características mínimas exigidas, no contando con las utilidades y ventajas funcionales valoradas en la otra empresa licitadora y en cuanto al compromiso y suministro de piezas no menciona nada en su oferta.

1. Incremento de la calidad (0 puntos)
2. Utilidades y ventajas funcionales (0 puntos)
3. Compromiso y suministro de piezas (0 puntos)

Fecha y firma


 LA DIRECTORA DE ENFERMERIA
 Fdo: Clotilde Calero Albal

INFORME LOTE 2
EXP. 427/2019

(NOTA: *Puntuar según el detalle de puntuación marcado en cada columna y motivar en los apartados siguientes. En el caso de que alguna oferta no cumpla el mínimo exigido para la adecuada finalidad asistencial motivar en el reverso*)

LOTE 2 CARRO DE TRANSPORTE CERRADO

EMPRESA	¿EL EQUIPO CUMPLE LA FINALIDAD ASISTENCIAL?	Incremento de la calidad sobre lo exigido como mínimo por el anexo en lo referido a ahorro de tiempo, calidad de materiales, sistemas de seguridad y accesorios facilitados, así como ventajas adicionales del sistema de instalación y construcción.	Utilidades y ventajas funcionales respecto a la actividad asistencial a la que se va a dedicar el producto, facilidad de uso, posibilidad de programación, configuraciones y ergonomía del mismo.	Compromiso suministro piezas y componentes (tiempo durante el que se dispondrá de piezas, o recambios o componentes; plan de actualización de equipos y posible modernización de los mismos.	Total
	(SI – NO)	(de 0 a 10)	(de 0 a 10)	(de 0 a 5)	25
GALMEDICA	SI	0	10	5	15
NACIL	SI	0	0	0	0
					0

Características que presenta la opción más valorada sobre el resto de ofertas:

Oferta más valorada: El carro ofertado por la empresa GALMEDICA con un total de 15 puntos, distribuidos según los criterios:

- Incremento de la calidad (0 puntos)
Cumple lo exigido en el pliego pero no introduce en su oferta incremento de la calidad por lo que se le puntúa en esta apartado con 0 puntos
- Utilidades y ventajas funcionales (10 puntos)
 - 4 ruedas de las cuales 2 llevan freno
 - Capacidad de carga por encima del mínimo exigido
- Compromiso y suministro de piezas (5 puntos)
Compromiso en el suministro de piezas hasta 15 años

Comparación entre las ofertas presentadas realizadas por las diferentes empresas en lo referente a los criterios de evaluación subjetivos

Oferta : El carro ofertado por la empresa NACL, se valora con 0 puntos, no introduce ninguna novedad a las características mínimas exigidas, no contando con las utilidades y ventajas funcionales valoradas en la otra empresa licitadora y en cuanto al compromiso y suministro de piezas no menciona nada en su oferta.

1. Incremento de la calidad (0 puntos)
2. Utilidades y ventajas funcionales (0 puntos)
3. Compromiso y suministro de piezas (0 puntos)

Fecha y firma



LA DIRECTORA DE ENFERMERIA

Fdo.: Gloria Calero Albal

INFORME LOTE 3
EXP. 427/2019

(NOTA: *Puntuar según el detalle de puntuación marcado en cada columna y **motivar** en los apartados siguientes. En el caso de que alguna oferta no cumpla el mínimo exigido para la adecuada finalidad asistencial motivar en el reverso*)

LOTE 3 CUNAS DE REANIMACIÓN CON NEOPUF

EMPRESA	¿EL EQUIPO CUMPLE LA FINALIDAD ASISTENCIAL?	Incremento de la calidad sobre lo exigido como mínimo por el anexo en lo referido a ahorro de tiempo, calidad de materiales, sistemas de seguridad y accesorios facilitados, así como ventajas adicionales del sistema de instalación y construcción.	Utilidades y ventajas funcionales respecto a la actividad asistencial a la que se va a dedicar el producto, facilidad de uso, posibilidad de programación, configuraciones y ergonomía del mismo.	Compromiso suministro piezas y componentes (tiempo durante el que se dispondrá de piezas, o recambios o componentes; plan de actualización de equipos y posible modernización de los mismos.	Total
	(SI – NO)	(de 0 a 10)	(de 0 a 10)	(de 0 a 5)	25
MEDICAL	SI	0	0	3,75	3,75
GENERAL ELECTRIC	SI	10	10	3,75	23,75
PROYECTOS HOSPITALARIOS	SI	0	5	5	10
DRÄGER MEDICAL	SI	5	5	3,75	13,75

Características que presenta la opción más valorada sobre el resto de ofertas:

Comparación entre las ofertas presentadas realizadas por las diferentes empresas en lo referente a los criterios de evaluación subjetivos

Oferta más valorada: La cuna de reanimación PANDA ofertada por GENERAL ELECTRIC está valorado según los criterios siguientes (23.75 PUNTOS)

- Incremento de la calidad (10 puntos)
 - Sistema de iluminación en forma de reloj de arena (5 puntos)
 - Monitor de O₂ integrado. (5 Puntos)
- Utilidades y ventajas funcionales (10 puntos)
 - ECG integrado que detecta instantáneamente la frecuencia cardiaca del bebé a partir del ECG proporcionando el dato numérico(5 puntos)
 - Balanza electrónica neonatal integrada con capacidad hasta 8Kg (5 puntos)

3. Compromiso y suministro de piezas (3,75 puntos)
 - Compromiso de 10 años en piezas

Comparación entre las ofertas presentadas realizadas por las diferentes empresas en lo referente a los criterios de evaluación subjetivos

Oferta: La cuna de reanimación FABIE 4300 ofertada por MEDICAL está valorado según los criterios siguientes (3,75 PUNTOS)

1. Incremento de la calidad (0 puntos)
 - No ofrece incremento de calidad respecto al mínimo exigido
2. Utilidades y ventajas funcionales (0 puntos)
 - No ofrece ninguna ventaja valorada en las ofertas de los otros licitadores.
3. Compromiso y suministro de piezas (3,75 puntos)
 - Compromiso de 10 años en piezas

Oferta: La cuna de reanimación NATALLY ofertada por PROYECTOS HOSPITALARIOS está valorada según los criterios siguientes (10 PUNTOS)

1. Incremento de la calidad (0 puntos)
 - No ofrece incremento de calidad respecto al mínimo exigido
2. Utilidades y ventajas funcionales (5 puntos)
 - ECG integrado que detecta instantáneamente la frecuencia cardiaca del bebé a partir del ECG proporcionando el dato numérico(5 puntos)
3. Compromiso y suministro de piezas (5 puntos)
 - Compromiso de 12 años en piezas

Oferta: La cuna de reanimación RESUSCITAIRE ofertada por DRÄGER MEDICAL está valorada según los criterios siguientes (13,75 PUNTOS)

1. Incremento de la calidad (5 puntos)
 - Monitor de O₂ integrado. (5 Puntos)
2. Utilidades y ventajas funcionales (5 puntos)

- ECG integrado que detecta instantáneamente la frecuencia cardíaca del bebé a partir del ECG proporcionando el dato numérico(5 puntos)
- 3. Compromiso y suministro de piezas (3,75 puntos)
 - Compromiso de 10 años en piezas

Fecha y firma



INFORME LOTE 6
EXP. 427/2019

(NOTA: Puntuar según el detalle de puntuación marcado en cada columna y motivar en los apartados siguientes. En el caso de que alguna oferta no cumpla el mínimo exigido para la adecuada finalidad asistencial motivar en el reverso)

LOTE 6 COLCHON DE FOTOTERAPIA

EMPRESA	¿EL EQUIPO CUMPLE LA FINALIDAD ASISTENCIAL?	Incremento de la calidad sobre lo exigido como mínimo por el anexo en lo referido a ahorro de tiempo, calidad de materiales, sistemas de seguridad y accesorios facilitados, así como ventajas adicionales del sistema de instalación y construcción.	Utilidades y ventajas funcionales respecto a la actividad asistencial a la que se va a dedicar el producto, facilidad de uso, posibilidad de programación, configuraciones y ergonomía del mismo.	Compromiso suministro piezas y componentes (tiempo durante el que se dispondrá de piezas, o recambios o componentes; plan de actualización de equipos y posible modernización de los mismos.	Total
	(SI – NO)	(de 0 a 10)	(de 0 a 10)	(de 0 a 5)	25
MEDICAL	SI	0	5	3.75	8.75
GENERAL ELECTRIC	SI	10	10	3.75	23.75
PROYECTOS HOSPITALARIOS	SI	5	0	5	10
TACKLEN	SI	0	5	0	5

Características que presenta la opción más valorada sobre el resto de ofertas:

Oferta más valorada: El colchón de fototerapia Bilisoft ofertado por GENERAL ELECTRIC está valorado según los criterios siguientes: (23.75 PUNTOS)

- Incremento de la calidad (10 puntos)
 - Pala de fibra óptica de gran tamaño permitiendo envolver al Bebé (5 puntos)
 - Manguera de la pala largo , mayor a 137 cm. (5 puntos)
- Utilidades y ventajas funcionales (10 puntos)
 - Hasta 10.000 horas de duración
 - Índice de irradiación espectral de gran intensidad (50µW)

3. Compromiso y suministro de piezas (3.75 puntos)
 - Compromiso de piezas de 10 años

Comparación entre las ofertas presentadas realizadas por las diferentes empresas en lo referente a los criterios de evaluación subjetivos

Oferta : El colchón de fototerapia BBL0 con Ref.1980 ofertado por MEDICAL SOVERAN está valorado según los criterios siguientes: (8.75 PUNTOS)

1. Incremento de la calidad (0 puntos)
 - no introduce ninguna novedad a las características mínimas exigidas
2. Utilidades y ventajas funcionales (5 puntos)
 - Índice de irradiación espectral de gran intensidad (50µW)
3. Compromiso y suministro de piezas (3.75 puntos)
 - Compromiso de piezas de 10 años

Oferta : El colchón de fototerapia Bilicocoon ofertado por PROYECTOS HOSPITALARIOS INTERNACIONAL S.A está valorado según los criterios siguientes: (10 PUNTOS)

1. Incremento de la calidad (5 puntos)
 - Pala de fibra óptica de gran tamaño permitiendo envolver al Bebé (5 puntos)
2. Utilidades y ventajas funcionales (0 puntos)
 - no cuenta con las utilidades y ventajas funcionales valoradas en las otras ofertas.
3. Compromiso y suministro de piezas (5 puntos)
 - Compromiso de piezas de 12 años

Oferta: El colchón de fototerapia NBD1 ofertado por TACKLEN MEDICAL TECHNOLOGY está valorado según los criterios siguientes: (5 PUNTOS)

1. Incremento de la calidad (0 puntos)
 - no introduce ninguna novedad a las características mínimas exigidas
2. Utilidades y ventajas funcionales (5 puntos)
 - Hasta 10.000 horas de duración
3. Compromiso y suministro de piezas (0 puntos)
 - compromiso y suministro de piezas no menciona nada en su oferta.

Fecha y firma



LA DIRECTORA DE ENFERMERÍA

Fdo.: Gloria Calero Albol

INFORME LOTE 7
EXP. 427/2019

(NOTA: **Puntuar** según el detalle de puntuación marcado en cada columna y **motivar** en los apartados siguientes. En el caso de que alguna oferta no cumpla el mínimo exigido para la adecuada finalidad asistencial motivar en el reverso)

LOTE 7 EQUIPO PHMETRIA

EMPRESA	¿EL EQUIPO CUMPLE LA FINALIDAD ASISTENCIAL?	Incremento de la calidad sobre lo exigido como mínimo por el anexo en lo referido a ahorro de tiempo, calidad de materiales, sistemas de seguridad y accesorios facilitados, así como ventajas adicionales del sistema de instalación y construcción.	Utilidades y ventajas funcionales respecto a la actividad asistencial a la que se va a dedicar el producto, facilidad de uso, posibilidad de programación, configuraciones y ergonomía del mismo.	Compromiso suministro piezas y componentes (tiempo durante el que se dispondrá de piezas, o recambios componentes; plan de actualización de equipos y posible modernización de los mismos.	Total
	(SI – NO)	(de 0 a 10)	(de 0 a 10)	(de 0 a 5)	25
SUMETEC	SI	10	10	5	25
					0
					0
					0
					0

Características que presenta la opción más valorada sobre el resto de ofertas:

Oferta más valorada: la empresa SUMETEC, oferta equipo Phmetria OHMEGA/Ph de MMS-LABORIE, valorado según los criterios:

1. Incremento de la calidad (10 puntos)
 - Software con licencia múltiple. Solo usa una pila AA
2. Utilidades y ventajas funcionales (10 puntos)
 - Conexión mediante Bluetooth o USB. Teclado de uso intuitivo para el paciente
3. Compromiso y suministro de piezas (5 puntos)
 - Ofertan un suministro de piezas durante 10 años mínimo. Actualizaciones de software gratuitas durante la vida útil del equipo

Comparación entre las ofertas presentadas realizadas por las diferentes empresas en lo referente a los criterios de evaluación subjetivos

Oferta:

1. Incremento de la calidad (puntos)
2. Utilidades y ventajas funcionales (puntos)
3. Compromiso y suministro de piezas (puntos)

Fecha y firma



LA DIRECTORA DE ENFERMERÍA

Fdo.:  Gloria Calero Albol

INFORME LOTE 8 GRUA PACIENTES 427/19 SERVICIO: CELADORES

(NOTA: Puntuar según el detalle de puntuación marcado en cada columna y motivar en los apartados siguientes. En el caso de que alguna oferta no cumpla el mínimo exigido para la adecuada finalidad asistencial motivar en el reverso)

EMPRESA	¿EL EQUIPO CUMPLE LA FINALIDAD ASISTENCIAL L? (SI – NO)	Incremento de la calidad sobre lo exigido como mínimo por el anexo en lo referido a ahorro de tiempo de las exploraciones y técnicas médicas o asistenciales, calidad de materiales, sistemas de seguridad, accesorios facilitados. (de 0 a 10)	Utilidades y ventajas funcionales respecto a la actividad asistencial a la que se va a dedicar el producto, facilidad de uso, posibilidad de programación, configuraciones y ergonomía del mismo. (de 0 a 10)	Compromiso suministro piezas y componentes (tiempo durante el que se dispondrá de piezas, recambios o componentes; plan de actualización de equipos y posible modernización de los mismos (de 0 a 5)	TOTAL
ARJO	SI	7,5	7,5	3,75	18,75
KALDEVI	SI	7,5	7,5	0	15
HILL ROM	SI	10	10	5	25

Características que presenta la opción más valorada sobre el resto de ofertas:

HILL-ROM:

- 1-Incremento de la calidad: grúa de aluminio que la hace más ligera, dispone de cargador independiente y mando ergonómico, con mando a distancia, dispone de 2 velocidades lenta y rápida, 4 ruedas, sistema de subida de emergencia, capacidad máxima de carga de 250kg
- 2- Utilidades y ventajas: Permite recogida desde suelo, compatible con uso de camras y arcos en " C" , dispone de además de alarmas de sobrepeso y de necesidad de cambio de piezas. Incluye 3 juegos de arneses, tallas S, M y L
- 3- Compromiso de suministro de piezas durante 15 años


ARJO

- 1- Incremento de calidad: Grúa de acero con tratamiento de epoxi-electroestático, y partes plástico de polipropileno, sling de poliéster lavable a 80°, carga máxima hasta 250 kg, incluye 2 baterías y cargador independientes, y sling a elegir entre tallas, XS, S, M, L, LL, XL, XXL, chasis de 4 ruedas
- 2- Utilidades y ventajas: Permite el acceso a camas, camillas y arcos en C, y recogida desde suelo, plano de levantamiento mínimo 624mm y máximo 1876mm, bastidor con dos puntos de anclaje.
- 3- Compromiso de suministro de piezas durante 10 años

KALDEVI

- 1-Incremento de calidad: capacidad de carga máxima hasta 300 Kg, 6 ruedas giratorias, cargador independiente, hecha de acero, aluminio y plástico, cambio rápido de pecha sin herramientas, cincha lavable a 80° disponible en 6 tallas
- 2- Utilidades y ventajas: altura de recorrido mínimo 615mm, máximo 2010 mm, recoge desde suelo, diseño ergonómico, cincha acolchada con 4 puntos de anclaje.
- 4- Compromiso de suministro de piezas: No menciona

48/9/19



Pepe Cabanas Ures
Jefe S^o Celadores

INFORME LOTE 9
EXP. 427/2019

(NOTA: *Puntuar según el detalle de puntuación marcado en cada columna y **motivar** en los apartados siguientes. En el caso de que alguna oferta no cumpla el mínimo exigido para la adecuada finalidad asistencial motivar en el reverso*)

LOTE 9 LAMPARA DE FOTOTERAPIA AÉREA

EMPRESA	¿EL EQUIPO CUMPLE LA FINALIDAD ASISTENCIAL?	Incremento de la calidad sobre lo exigido como mínimo por el anexo en lo referido a ahorro de tiempo, calidad de materiales, sistemas de seguridad y accesorios facilitados, así como ventajas adicionales del sistema de instalación y construcción.	Utilidades y ventajas funcionales respecto a la actividad asistencial a la que se va a dedicar el producto, facilidad de uso, posibilidad de programación, configuraciones y ergonomía del mismo.	Compromiso suministro piezas y componentes (tiempo durante el que se dispondrá de piezas, o recambios o componentes; plan de actualización de equipos y posible modernización de los mismos.	Total
	(SI – NO)	(de 0 a 10)	(de 0 a 10)	(de 0 a 5)	
MEDICAL	SI	0	0	3.75	3.75
GENERAL ELECTRIC	SI	10	10	3.75	23.75
PROYECTOS HOSPITALARIOS	SI	2.5	5	5	12.50
TACKLEN	SI	0	5	0	5

Características que presenta la opción más valorada sobre el resto de ofertas:

Oferta más valorada: La lámpara fototerapia aérea Lullaby PT LED ofertado por GENERAL ELECTRIC está valorado según los criterios siguientes (23.75 PUNTOS)

- Incremento de la calidad (10 puntos)
 - Altamente silenciosa (<23dBA) (5 puntos)
- Vida útil 50.000 horas y extremadamente bajo el consumo eléctrico (5 puntos)
- Utilidades y ventajas funcionales (10 puntos)
 - Dos posibilidades de montaje: en pie rodable y se puede montar directamente sobre la canopia de cualquier incubadora (5 puntos)
 - Amplia área de tratamiento (50x30cm)

3. Compromiso y suministro de piezas (3.75 puntos)
 - Compromiso de 10 años en piezas

Comparación entre las ofertas presentadas realizadas por las diferentes empresas en lo referente a los criterios de evaluación subjetivos

Oferta: La lámpara fototerapia aérea LEDDY BLOO ofertado por MEDICAL SOREVAN está valorado según los criterios siguientes (3.75 PUNTOS)

1. Incremento de la calidad (0 puntos)
 - no introduce ninguna novedad a las características mínimas exigidas
2. Utilidades y ventajas funcionales (0 puntos)
 - No introduce ninguna ventaja funcional adicional en su oferta
3. Compromiso y suministro de piezas (3.75 puntos)
 - Compromiso de suministro de piezas 10 años

Oferta: La lámpara fototerapia aérea MAVILED ofertado por PROYECTOS HOSPITALARIOS está valorado según los criterios siguientes (12.50 PUNTOS)

1. Incremento de la calidad (2.5 puntos)
 - Vida útil 40.000 horas
2. Utilidades y ventajas funcionales (5 puntos)
 - Área de tratamiento 50x27cm
3. Compromiso y suministro de piezas (5 puntos)
 - Compromiso de suministro de piezas 12 años

Oferta: La lámpara fototerapia aérea NEOLED ofertado por TACKLEN está valorado según los criterios siguientes (5 PUNTOS)

1. Incremento de la calidad (0 puntos)
 - No ofrece incremento de calidad respecto al mínimo exigido
2. Utilidades y ventajas funcionales (5 puntos)
 - Amplia área de tratamiento (50x30cm)
3. Compromiso y suministro de piezas (0 puntos)
 - No hace mención de compromiso de piezas en su oferta



LA DIRECTORA DE ENFERMERIA

Fdo.: Gloria Calero Albal