

**RESOLUCIÓN**

Registro:

**Comunidad de Madrid**
 Unidad administrativa:  
**SERVICIO DE CONTRATACION  
ADMINISTRATIVA**

Exp.: GCASU 2019-161

Resolución de Adjudicación del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, por la que se adjudica el contrato de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVERSO EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO.

Mediante resolución del órgano de contratación de 27 de agosto de 2019 se inició el expediente de contratación del Suministro e Instalación de diverso equipamiento electromédico con destino al Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. En la misma fecha se aprobó el expediente y se dispuso la apertura de procedimiento abierto, pluralidad de criterios, para su adjudicación. Realizada la apertura y evaluación de las ofertas recibidas, con fecha 8 de noviembre de 2019 la Mesa de contratación ha propuesto la adjudicación del contrato una vez ponderados una pluralidad de criterios de adjudicación previstos en el PCAP.

En virtud de lo que establece el art. 158 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,

**RESUELVO**

Adjudicar el contrato de Suministro e instalación de diverso equipamiento electromédico, a:

| Nº LOTE                                          | DENOMINACIÓN LOTE                                                | LICITACIÓN        |              |                   |                   |                   | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN                       |                   |                  |                   |               | ANUALIDAD<br>2019 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                  |                                                                  | CANTIDAD ESTIMADA | PRECIO UNIT. | BASE IMPONIBLE    | CUOTA DE IVA(21%) | IMPORTE TOTAL     | ADJUDICATARIO / NIF                              | PRECIO UNIT.      | BASE IMPONIBLE   | CUOTA DE IVA(21%) | IMPORTE TOTAL |                   |
| 1                                                | BOMBA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA                               | 1                 | 99.587,00    | 99.587,00         | 20.913,27         | 120.500,27        | PALEX MEDICAL, S.A.<br>A58710740                 | 99.580,00         | 99.580,00        | 20.911,80         | 120.491,80    | 156.779,70        |
| 9                                                | PROCESADOR DE TEJIDOS                                            | 1                 | 33.058,00    | 33.058,00         | 6.942,18          | 40.000,18         |                                                  | 29.990,00         | 29.990,00        | 6.297,90          | 36.287,90     |                   |
| <b>Total PALEX MEDICAL, S.A.</b>                 |                                                                  |                   |              | <b>132.645,00</b> | <b>27.855,45</b>  | <b>160.500,45</b> |                                                  | <b>129.570,00</b> | <b>27.209,70</b> | <b>156.779,70</b> |               |                   |
| 2                                                | TORRES DE LAPAROSCOPIA 4K PARA CIRUGÍA GENERAL                   | 2                 | 53.719,00    | 107.438,00        | 22.561,98         | 129.999,98        | KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, S.A.<br>A78936606 | 46.500,00         | 93.000,00        | 19.530,00         | 112.530,00    | 170.610,00        |
| 3                                                | TORRE DE LAPAROSCOPIA FULL HD CON FLUORESCENCIA PARA GINECOLOGÍA | 1                 | 53.719,00    | 53.719,00         | 11.280,99         | 64.999,99         |                                                  | 48.000,00         | 48.000,00        | 10.080,00         | 58.080,00     |                   |
| <b>Total KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, S.A.</b> |                                                                  |                   |              | <b>161.157,00</b> | <b>33.842,97</b>  | <b>194.999,97</b> |                                                  | <b>141.000,00</b> | <b>29.610,00</b> | <b>170.610,00</b> |               |                   |
| 4                                                | ELECTROCARDIOGRAFOS                                              | 5                 | 5.950,00     | 29.750,00         | 6.247,50          | 35.997,50         | CARDIVA 2, S.L.<br>B80601982                     | 4.900,00          | 24.500,00        | 5.145,00          | 29.645,00     | 29.645,00         |
| <b>Total CARDIVA 2, S.L.</b>                     |                                                                  |                   |              | <b>29.750,00</b>  | <b>6.247,50</b>   | <b>35.997,50</b>  |                                                  | <b>24.500,00</b>  | <b>5.145,00</b>  | <b>29.645,00</b>  |               |                   |
| 5                                                | SISTEMA DE ANESTESIA                                             | 2                 | 28.926,00    | 57.852,00         | 12.148,92         | 70.000,92         | DRAGER MEDICAL HISPANIA S.A.<br>A28063485        | 24.493,76         | 48.987,52        | 10.287,38         | 59.274,90     | 59.274,90         |
| <b>Total DRAGER MEDICAL HISPANIA S.A.</b>        |                                                                  |                   |              | <b>57.852,00</b>  | <b>12.148,92</b>  | <b>70.000,92</b>  |                                                  | <b>48.987,52</b>  | <b>10.287,38</b> | <b>59.274,90</b>  |               |                   |
| 6                                                | ESTACIONES DE TRABAJO PARA DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN             | 6                 | 7.851,00     | 47.106,00         | 9.892,26          | 56.998,26         | SIEMENS HEALTHCARE, S.L.<br>B60805769            | 7.700,37          | 46.202,22        | 9.702,47          | 55.904,69     | 55.904,69         |
| <b>Total SIEMENS HEALTHCARE, S.L.</b>            |                                                                  |                   |              | <b>47.106,00</b>  | <b>9.892,26</b>   | <b>56.998,26</b>  |                                                  | <b>46.202,22</b>  | <b>9.702,47</b>  | <b>55.904,69</b>  |               |                   |
| 7                                                | EQUIPO DE URODINAMIA                                             | 1                 | 33.058,00    | 33.058,00         | 6.942,18          | 40.000,18         | MEDICINA Y MERCADO, S.L.<br>B83007328            | 31.500,00         | 31.500,00        | 6.615,00          | 38.115,00     | 38.115,00         |
| <b>Total MEDICINA Y MERCADO, S.L.</b>            |                                                                  |                   |              | <b>33.058,00</b>  | <b>6.942,18</b>   | <b>40.000,18</b>  |                                                  | <b>31.500,00</b>  | <b>6.615,00</b>  | <b>38.115,00</b>  |               |                   |
| 8                                                | EQUIPO GENERADOR DE ONDAS DE CHOQUE PARA REHABILITACIÓN          | 1                 | 21.488,00    | 21.488,00         | 4.512,48          | 26.000,48         | PRIM, S.A.<br>A28165587                          | 18.900,00         | 18.900,00        | 3.969,00          | 22.869,00     | 22.869,00         |
| <b>Total PRIM, S.A.</b>                          |                                                                  |                   |              | <b>21.488,00</b>  | <b>4.512,48</b>   | <b>26.000,48</b>  |                                                  | <b>18.900,00</b>  | <b>3.969,00</b>  | <b>22.869,00</b>  |               |                   |
| 10                                               | SISTEMA COMPLETO DE ANÁLISIS PULMONAR S. DE NEUMOLOGÍA           | 1                 | 37.190,00    | 37.190,00         | 7.809,90          | 44.999,90         | HOSPITAL HISPANIA, S.L.<br>B59078071             | 37.100,00         | 37.100,00        | 7.791,00          | 44.891,00     | 44.891,00         |
| <b>Total HOSPITAL HISPANIA, S.L.</b>             |                                                                  |                   |              | <b>37.190,00</b>  | <b>7.809,90</b>   | <b>44.999,90</b>  |                                                  | <b>37.100,00</b>  | <b>7.791,00</b>  | <b>44.891,00</b>  |               |                   |

Comunidad de Madrid

Unidad administrativa:  
SERVICIO DE CONTRATACION  
ADMINISTRATIVA

Exp.: GCASU 2019-161

|                                                       |                                                                                  |   |           |                   |                   |                   |                                                       |           |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11                                                    | SISTEMA DE ANÁLISIS DE GASES PARA EL S. DE CARDIOLOGÍA                           | 1 | 27.479,00 | 27.479,00         | 5.770,59          | 33.249,59         | SANROSAN, S.A.<br>A28610889                           | 22.444,00 | 22.444,00         | 4.713,24          | 27.157,24         | 27.157,24         |
| <b>Total SANROSAN, S.A.</b>                           |                                                                                  |   |           | <b>27.479,00</b>  | <b>5.770,59</b>   | <b>33.249,59</b>  |                                                       |           | <b>22.444,00</b>  | <b>4.713,24</b>   | <b>27.157,24</b>  |                   |
| 12                                                    | ECÓGRAFO DE MEDIAS-ALTAS PRESTACIONES PARA EL S. GINECOLOGÍA                     | 1 | 40.083,00 | 40.083,00         | 8.417,43          | 48.500,43         | GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.<br>A28061737 | 38.500,00 | 38.500,00         | 8.085,00          | 46.585,00         | 77.767,91         |
| 13                                                    | ECÓGRAFO DE MEDIAS-ALTAS PRESTACIONES PARA EL S. DE REUMATOLOGÍA                 | 1 | 28.099,00 | 28.099,00         | 5.900,79          | 33.999,79         |                                                       | 25.771,00 | 25.771,00         | 5.411,91          | 31.182,91         |                   |
| <b>Total GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.</b> |                                                                                  |   |           | <b>68.182,00</b>  | <b>14.318,22</b>  | <b>82.500,22</b>  |                                                       |           | <b>64.271,00</b>  | <b>13.496,91</b>  | <b>77.767,91</b>  |                   |
| 14                                                    | ESTACIÓN DE VENTILACIÓN PULMONAR DE ALTA GAMA PARA TRATAMIENTO AVANZADO NEONATAL | 1 | 35.537,00 | 35.537,00         | 7.462,77          | 42.999,77         | BEMASCE TECNICA, S.L.<br>B82646142                    | 34.800,00 | 34.800,00         | 7.308,00          | 42.108,00         | 42.108,00         |
| <b>Total BEMASCE TECNICA, S.L.</b>                    |                                                                                  |   |           | <b>35.537,00</b>  | <b>7.462,77</b>   | <b>42.999,77</b>  |                                                       |           | <b>34.800,00</b>  | <b>7.308,00</b>   | <b>42.108,00</b>  |                   |
| <b>TOTALES</b>                                        |                                                                                  |   |           | <b>651.444,00</b> | <b>136.803,24</b> | <b>788.247,24</b> |                                                       |           | <b>599.274,74</b> | <b>125.847,70</b> | <b>725.122,44</b> | <b>725.122,44</b> |

Plazo de ejecución: 1 mes

Motivación de la adjudicación. - Características de la proposición de los adjudicatarios determinantes de la adjudicación a su favor: Las firmas comerciales han obtenido la mayor puntuación una vez ponderados el conjunto de criterios de adjudicación previstos en el PCAP.

Número de ofertas presentadas: 25

RESULTADO DE LA LICITACIÓN

| Nº LOTE | Nº OFERTAS | RESULTADO  | Adjudicatario                            | CIF       | BASE IMPONIBLE | Cuota IVA 21% | IMPORTE TOTAL |
|---------|------------|------------|------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|
| 1       | 1          | Adjudicado | PALEX MEDICAL, S.A.                      | A58710740 | 99.580,00      | 20.911,80     | 120.491,80    |
| 2       | 3          | Adjudicado | KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, S.A.      | A78936606 | 93.000,00      | 19.530,00     | 112.530,00    |
| 3       | 2          | Adjudicado | KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, S.A.      | A78936606 | 48.000,00      | 10.080,00     | 58.080,00     |
| 4       | 2          | Adjudicado | CARDIVA 2, S.L.                          | B80601982 | 24.500,00      | 5.145,00      | 29.645,00     |
| 5       | 2          | Adjudicado | DRAGER MEDICAL HISPANIA S.A.             | A28063485 | 48.987,52      | 10.287,38     | 59.274,90     |
| 6       | 1          | Adjudicado | SIEMENS HEALTHCARE, S.L.                 | B60805769 | 46.202,22      | 9.702,47      | 55.904,69     |
| 7       | 3          | Adjudicado | MEDICINA Y MERCADO, S.L.                 | B83007328 | 31.500,00      | 6.615,00      | 38.115,00     |
| 8       | 3          | Adjudicado | PRIM, S.A.                               | A28165587 | 18.900,00      | 3.969,00      | 22.869,00     |
| 9       | 4          | Adjudicado | PALEX MEDICAL, S.A.                      | A58710740 | 29.990,00      | 6.297,90      | 36.287,90     |
| 10      | 3          | Adjudicado | HOSPITAL HISPANIA, S.L.                  | B59078071 | 37.100,00      | 7.791,00      | 44.891,00     |
| 11      | 6          | Adjudicado | SANROSAN, S.A.                           | A28610889 | 22.444,00      | 4.713,24      | 27.157,24     |
| 12      | 1          | Adjudicado | GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A. | A28061737 | 38.500,00      | 8.085,00      | 46.585,00     |
| 13      | 1          | Adjudicado | GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A. | A28061737 | 25.771,00      | 5.411,91      | 31.182,91     |
| 14      | 4          | Adjudicado | BEMASCE TECNICA, S.L.                    | B82646142 | 34.800,00      | 7.308,00      | 42.108,00     |

Licitadores excluidos y motivos de la exclusión: 13



Exp.: GCASU 2019-161

| Nº LOTE | LICITADOR                                                | CIF       | MOTIVO DE EXCLUSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2       | OLYMPUS IBERIA, S.A.U.                                   | A08214157 | NO cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. No cumple la exigencia en cuanto a que: Cabezal de Cámara; los Botones programables con diferentes funciones (balance de blancos, control de equipos periféricos, zoom, grabación foto/video, puntero, etc.) no tienen capacidad de controlar el insuflador de CO2.                                                                                                                                                            |
| 3       | OLYMPUS IBERIA, S.A.U.                                   | A08214157 | NO cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. No cumple la exigencia en cuanto a que los Botones programables del Cabezal de Cámara, con diferentes funciones (balance de blancos, control de equipos periféricos, zoom, grabación foto/video, puntero, etc.) no tienen capacidad de controlar el insuflador de CO2.                                                                                                                                                         |
| 4       | AB MEDICA GROUP, S.A.                                    | A08736431 | NO cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. No cumplen la compatibilidad de conexión directa (sin utilización de hardware adicional) con el sistema de información existente en el Hospital (Trace Master Vue-Philips.).                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7       | ALBYN MEDICAL, S.L.                                      | B62943063 | EXCLUIDO POR NO SUBSANAR DOC. ADMVA. (art. 326.2.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y art. 19, del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | PALEX MEDICAL, S.A.                                      | A58710740 | Excluido por no superar el umbral mínimo de los Criterios Cualitativos EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (Umbral mínimo para pasar a la siguiente fase: 20 puntos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8       | CORR MEDICAL, S.L.                                       | B43901305 | NO cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto, los consideramos No conformes. No se cumple con el rango de energía mínimo: 0.03-1.24 ml/mm2 (en modo no focal). La que aparece especificada en la ficha técnica es 0.048 a 0.403 //0,088 a 0,831// 0,07 a 0,70 //0.01 a 0.32 y 0,02 a 0,16 ml/mm2 respectivamente.<br>El peso superior al especificado (26 kg). en la ficha técnica aparece 34 kg.                                                              |
|         | BOLD TECHNOLOGIES LEADING ESPAÑA, S.L.                   | B86801495 | NO cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto, los consideramos No conformes. No se cumple con el rango de energía mínimo: 0.03-1.24 ml/mm2 (en modo no focal). La que aparece especificada en la ficha técnica es 0,01 – 0,65 ml/mm2.<br>Pantalla táctil de dimensiones menores a las exigidas (10 ") y peso superior al especificado (26 kg). En la ficha técnica aparece 8,4 " y 30 kg.                                                                      |
| 9       | IZASA SCIENTIFIC, S.L.                                   | B66350281 | NO cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto, los consideramos NO conformes. No presentan la "Posibilidad de utilizar garrafas de 5 litros de reactivos convencionales de modo que puedan usarse envases de la mayoría de los fabricantes de reactivos, evitando trasvases por el personal técnico." Ni tampoco presentan la "Posibilidad de realización de varios programas de procesamiento, incluyendo ciclos cortos de un máximo de 3 horas."              |
|         | LEICA MICROSISTEMAS, S.L.                                | B58521147 | NO cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto, los consideramos NO conformes. No presentan la "Posibilidad de utilizar garrafas de 5 litros de reactivos convencionales de modo que puedan usarse envases de la mayoría de los fabricantes de reactivos, evitando trasvases por el personal técnico." Ni tampoco presentan la "Posibilidad de realización de varios programas de procesamiento, incluyendo ciclos cortos de un máximo de 3 horas."              |
| 10      | SANROSAN, S.A.                                           | A28610889 | NO cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto, los consideramos No conformes. No presenta "Medición de flujo y volumen por medio de neumatógrafos calefactados". No presenta "Programa para la redacción de informes clínicos con editor de texto"                                                                                                                                                                                                              |
|         | HANS E RUTH, S.A.                                        | A58263856 | NO cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto, los consideramos No conformes. No presenta "Medición de flujo y volumen por medio de neumatógrafos calefactados". No presenta "Programa para la redacción de informes clínicos con editor de texto"                                                                                                                                                                                                              |
| 11      | BOLD TECHNOLOGIES LEADING ESPAÑA, S.L.                   | B86801495 | NO cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto, los consideramos NO conformes. No incluyen un "Kit de accesorios incluyendo 2 unidades circuito umbilical, mínimo de 2 m de longitud y 2 unidades de Flujómetro para medición de volumen"                                                                                                                                                                                                                        |
| 14      | DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES BIOMÉDICAS DIREX, S.L. | B38353900 | EXCLUIDO POR NO SUBSANAR DOC. ADMVA. (art. 326.2.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y art. 19, del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | DRAGER MEDICAL HISPANIA S.A.                             | A28063485 | Excluido por no superar el umbral mínimo de los Criterios Cualitativos EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (Umbral mínimo para pasar a la siguiente fase: 20 puntos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.                              | B82736471 | NO cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto, los consideramos No conformes. No cumple que el "Respirador sea compatible con los diferentes circuitos y sistemas de humidificación del mercado. Sin necesidad de incorporar ningún filtro antibacteriano para prevenir la contaminación".<br>No cumple que la "Presión Media (MAP/CDP): 5 - 50 mbar". La ficha técnica del licitador indica una presión media Pmedia (HFOV) (cm H2O) 5 - 40 cm H2O (40,8 mbar) |

En virtud de lo dispuesto en el art. 159.4.f) de la LCSP, una vez adjudicado el contrato a favor de los licitadores propuestos como adjudicatarios, se procederá a su formalización.

Dado que el expediente está sujeto a regulación armonizada, contra la presente resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 y siguientes de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y la Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se puede interponer recurso especial en materia de contratación en los plazos previstos en el art. 50 de la Ley 9/2017, ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. Carrera de San Jerónimo, 13, 1ª planta. 28014 – Madrid.





Exp.: GCASU 2019-161

EL DIRECTOR GERENTE

Suplencia por vacante el DIRECTOR MÉDICO

(Resol. 25/7/2019 de Dirección Gral. de Recursos Humanos y Relaciones  
Laborales del SERMAS)

ANEXOS

REGISTRO DE OFERTAS ECONÓMICAS

| Nº LOTE | DENOMINACIÓN LOTE                                                                | PRECIO UNIT. | OFERTAS ECONÓMICAS           |            |                 |                       |                        |                                          |                              |                     |                  |                                     |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|         |                                                                                  |              | MENARINI DIAGNOSTICO S, S.A. | PRIM, S.A. | SANROSA N, S.A. | AB MEDICA GROUP, S.A. | OLYMPUS IBERIA, S.A.U. | GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A. | DRAGER MEDICAL HISPANIA S.A. | PALEX MEDICAL, S.A. | HANS ERUTH, S.A. | KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, S.A. | DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES BIOMÉDICAS DIREX, S.L. |
|         |                                                                                  |              | A08534638                    | A28165587  | A28610889       | A08736431             | A08214157              | A28061737                                | A28063485                    | A58710740           | A58263856        | A78936606                           | B38353900                                                |
| 1       | BOMBA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA                                               | 99.587,00    |                              |            |                 |                       |                        |                                          |                              | 99.580,00           |                  |                                     |                                                          |
| 2       | TORRES DE LAPAROSCOPIA 4K PARA CIRUGÍA GENERAL                                   | 53.719,00    |                              |            |                 |                       | 46.000,00              |                                          |                              |                     |                  | 46.500,00                           |                                                          |
| 3       | TORRE DE LAPAROSCOPIA FULL HD CON FLUORESCENCIA PARA GINECOLOGÍA                 | 53.719,00    |                              |            |                 |                       | 50.449,01              |                                          |                              |                     |                  | 48.000,00                           |                                                          |
| 4       | ELECTROCARDIÓGRAFO RAPOS                                                         | 5.950,00     |                              |            |                 | 4.900,00              |                        |                                          |                              |                     |                  |                                     |                                                          |
| 5       | SISTEMA DE ANESTESIA                                                             | 28.926,00    |                              |            |                 |                       |                        |                                          | 24.493,76                    |                     |                  |                                     |                                                          |
| 6       | ESTACIONES DE TRABAJO PARA DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN                             | 7.851,00     |                              |            |                 |                       |                        |                                          |                              |                     |                  |                                     |                                                          |
| 7       | EQUIPO DE URODINAMIA                                                             | 33.058,00    |                              |            |                 |                       |                        |                                          |                              | 29.890,00           |                  |                                     |                                                          |
| 8       | EQUIPO GENERADOR DE ONDAS DE CHOQUE PARA REHABILITACIÓN                          | 21.488,00    |                              | 18.900,00  |                 |                       |                        |                                          |                              |                     |                  |                                     |                                                          |
| 9       | PROCESADOR DE TEJIDOS                                                            | 33.058,00    | 32.950,00                    |            |                 |                       |                        |                                          |                              | 29.990,00           |                  |                                     |                                                          |
| 10      | SISTEMA COMPLETO DE ANÁLISIS PULMONAR S. DE NEUMOLOGÍA                           | 37.190,00    |                              |            | 30.493,75       |                       |                        |                                          |                              |                     | 32.235,00        |                                     |                                                          |
| 11      | SISTEMA DE ANÁLISIS DE GASES PARA EL S. DE CARDIOLOGÍA                           | 27.479,00    |                              |            | 22.444,00       |                       |                        | 23.400,00                                |                              |                     | 25.990,00        |                                     |                                                          |
| 12      | ECÓGRAFO DE MEDIAS-ALTAS PRESTACIONES PARA EL S. GINECOLOGÍA                     | 40.083,00    |                              |            |                 |                       |                        | 38.500,00                                |                              |                     |                  |                                     |                                                          |
| 13      | ECÓGRAFO DE MEDIAS-ALTAS PRESTACIONES PARA EL S. DE REUMATOLOGÍA                 | 28.099,00    |                              |            |                 |                       |                        | 25.771,00                                |                              |                     |                  |                                     |                                                          |
| 14      | ESTACIÓN DE VENTILACIÓN PULMONAR DE ALTA GAMA PARA TRATAMIENTO AVANZADO NEONATAL | 35.537,00    |                              |            |                 |                       |                        |                                          |                              | 33.835,00           |                  |                                     | EXCLUIDO POR NO SUBSANAR DOC. ADMVA.                     |





Exp.: GCASU 2019-161

- DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES BIOMÉDICAS DIREX, S.L.: Excluido por no subsanar la Documentación Administrativa.

| Nº LOTE | DENOMINACIÓN LOTE                                                                | PRECIO UNIT. | OFERTAS ECONÓMICAS        |                                      |                          |                         |                 |                     |                          |                      |                             |                       |                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|
|         |                                                                                  |              | LEICA MICROSISTEMAS, S.L. | ALBYN MEDICAL, S.L.                  | SIEMENS HEALTHCARE, S.L. | HOSPITAL HISPANIA, S.L. | CARDIVA 2, S.L. | TECNOMED 2000, S.L. | HELIANTHUS MEDICAL, S.L. | STRYKER IBERIA, S.L. | GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U. | BEMASCE TECNICA, S.L. | MEDICINA Y MERCADO, S.L. |
|         |                                                                                  |              | B58521147                 | B62943063                            | B60805769                | B59078071               | B80601982       | B81322216           | B81933830                | B82173451            | B82736471                   | B82646142             | B83007328                |
| 1       | BOMBA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA                                               | 99.587,00    |                           |                                      |                          |                         |                 |                     |                          |                      |                             |                       |                          |
| 2       | TORRES DE LAPAROSCOPIA 4K PARA CIRUGÍA GENERAL                                   | 53.719,00    |                           |                                      |                          |                         |                 |                     |                          | 47.979,07            |                             |                       |                          |
| 3       | TORRE DE LAPAROSCOPIA FULL HD CON FLUORESCENCIA PARA GINECOLOGÍA                 | 53.719,00    |                           |                                      |                          |                         |                 |                     |                          |                      |                             |                       |                          |
| 4       | ELECTROCARDIOGRAFOS                                                              | 5.950,00     |                           |                                      |                          |                         | 4.900,00        |                     |                          |                      |                             |                       |                          |
| 5       | SISTEMA DE ANESTESIA                                                             | 28.926,00    |                           |                                      |                          |                         |                 |                     |                          |                      | 26.000,00                   |                       |                          |
| 6       | ESTACIONES DE TRABAJO PARA DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN                             | 7.851,00     |                           |                                      | 7.700,37                 |                         |                 |                     |                          |                      |                             |                       |                          |
| 7       | EQUIPO DE URODINAMIA                                                             | 33.058,00    |                           | EXCLUIDO POR NO SUBSANAR DOC. ADMVA. |                          |                         |                 |                     |                          |                      |                             |                       | 31.500,00                |
| 8       | EQUIPO GENERADOR DE ONDAS DE CHOQUE PARA REHABILITACIÓN                          | 21.488,00    |                           |                                      |                          |                         |                 |                     |                          |                      |                             |                       |                          |
| 9       | PROCESADOR DE TEJIDOS                                                            | 33.058,00    | 29.455,00                 |                                      |                          |                         |                 |                     |                          |                      |                             |                       |                          |
| 10      | SISTEMA COMPLETO DE ANÁLISIS PULMONAR S. DE NEUMOLOGÍA                           | 37.190,00    |                           |                                      |                          | 37.100,00               |                 |                     |                          |                      |                             |                       |                          |
| 11      | SISTEMA DE ANÁLISIS DE GASES PARA EL S. DE CARDIOLOGÍA                           | 27.479,00    |                           |                                      |                          |                         |                 | 22.900,00           | 24.000,00                |                      |                             |                       |                          |
| 12      | ECÓGRAFO DE MEDIAS-ALTAS PRESTACIONES PARA EL S. GINECOLOGÍA                     | 40.083,00    |                           |                                      |                          |                         |                 |                     |                          |                      |                             |                       |                          |
| 13      | ECÓGRAFO DE MEDIAS-ALTAS PRESTACIONES PARA EL S. DE REUMATOLOGÍA                 | 28.099,00    |                           |                                      |                          |                         |                 |                     |                          |                      |                             |                       |                          |
| 14      | ESTACIÓN DE VENTILACIÓN PULMONAR DE ALTA GAMA PARA TRATAMIENTO AVANZADO NEONATAL | 35.537,00    |                           |                                      |                          |                         |                 |                     |                          |                      | 30.000,00                   | 34.800,00             |                          |





Exp.: GCASU 2019-161

Unidad administrativa:  
SERVICIO DE CONTRATACION  
ADMINISTRATIVA

- ALBYN MEDICAL, S.L.: Excluido por no subsanar la Documentación Administrativa.

| Nº LOTE | DENOMINACIÓN LOTE                                                                | PRECIO UNIT. | CORR MEDICAL, S.L. | IZASA SCIENTIFIC, S.L. | BOLD TECHNOLOGIES LEADING ESPAÑA, S.L. |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------|
|         |                                                                                  |              | B43901305          | B66350281              | B86801495                              |
| 1       | BOMBA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA                                               | 99.587,00    |                    |                        |                                        |
| 2       | TORRES DE LAPAROSCOPIA 4K PARA CIRUGÍA GENERAL                                   | 53.719,00    |                    |                        |                                        |
| 3       | TORRE DE LAPAROSCOPIA FULL HD CON FLUORESCENCIA PARA GINECOLOGÍA                 | 53.719,00    |                    |                        |                                        |
| 4       | ELECTROCARDIOGRAFOS                                                              | 5.950,00     |                    |                        |                                        |
| 5       | SISTEMA DE ANESTESIA                                                             | 28.926,00    |                    |                        |                                        |
| 6       | ESTACIONES DE TRABAJO PARA DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN                             | 7.851,00     |                    |                        |                                        |
| 7       | EQUIPO DE URODINAMIA                                                             | 33.058,00    |                    |                        |                                        |
| 8       | EQUIPO GENERADOR DE ONDAS DE CHOQUE PARA REHABILITACIÓN                          | 21.488,00    | 19.963,33          |                        | 18.500,00                              |
| 9       | PROCESADOR DE TEJIDOS                                                            | 33.058,00    |                    | 31.524,57              |                                        |
| 10      | SISTEMA COMPLETO DE ANÁLISIS PULMONAR S. DE NEUMOLOGÍA                           | 37.190,00    |                    |                        |                                        |
| 11      | SISTEMA DE ANÁLISIS DE GASES PARA EL S. DE CARDIOLOGÍA                           | 27.479,00    |                    |                        | 21.800,00                              |
| 12      | ECÓGRAFO DE MEDIAS-ALTAS PRESTACIONES PARA EL S. GINECOLOGÍA                     | 40.083,00    |                    |                        |                                        |
| 13      | ECÓGRAFO DE MEDIAS-ALTAS PRESTACIONES PARA EL S. DE REUMATOLOGÍA                 | 28.099,00    |                    |                        |                                        |
| 14      | ESTACIÓN DE VENTILACIÓN PULMONAR DE ALTA GAMA PARA TRATAMIENTO AVANZADO NEONATAL | 35.537,00    |                    |                        |                                        |



INFORME TÉCNICO – CRITERIOS CUALITATIVOS (evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas)

| LOTE | DESCRIPCION DEL EQUIPO ELECTROMEDICO | CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS RECOGIDAS EN EL PPT LICITADOR: "PALEX MEDICAL,S.A."                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | BOMBA EXTRACORPOREA                  | Analizadas las hojas técnicas y el resto de documentación referente a los equipos que componen el Lote 1, hemos comprobado que cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto los consideramos conformes. |

| LOTE | DESCRIPCION DEL EQUIPO ELECTROMEDICO                              | PUNTUACION DE CRITERIOS OBJETIVOS | VALORACIÓN CRITERIOS OBJETIVOS LICITADOR: "PALEX MEDICAL, S.A." |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1    | BOMBA DE CIRCULACION EXTRACORPOREA                                | 40 PUNTOS                         |                                                                 |
| 1    | TIEMPO DE RESPUESTA DEL SISTEMA COMPLETO DE PERFUSION (20 PUNTOS) | ≤ 3 SEGUNDOS                      | 20 PUNTOS                                                       |
|      |                                                                   | ≤ 3 SEGUNDOS                      | 0 PUNTOS                                                        |
| 2    | AUMENTO DE LA GARANTIA TOTAL DEL EQUIPO (10 PUNTOS)               | 2 AÑOS                            | 10 PUNTOS                                                       |
|      |                                                                   | 1 AÑO                             | 5 PUNTOS                                                        |
|      |                                                                   | 0 AÑO                             | 0 PUNTOS                                                        |
| 3    | PRESENTA SISTEMA DE INTEGRACION Y                                 | SI CUMPLE                         | 10 PUNTOS                                                       |



Exp.: GCASU 2019-161

|  |                                                            |           |          |           |
|--|------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
|  | GESTION DE DATOS PARAMETRICOS<br>AUNTOMATIZADO (10 PUNTOS) | NO CUMPLE | 0 PUNTOS |           |
|  | <b>TOTAL LOTE 1</b>                                        |           |          | <b>35</b> |

| LOTE | DESCRIPCION DEL EQUIPO ELECTROMEDICO                       | CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS RECOGIDAS EN EL PPT LICITADOR: "OLYMPUS IBERIA S.A.U."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2    | TORRE DE LAPAROSCOPIA 4K PARA CIRUGIA GENERAL (2 UNIDADES) | Analizadas las hojas técnicas y el resto de documentación referente a los equipos que componen el Lote 2, hemos comprobado las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT Y NO cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. <b>Por lo tanto, NO los consideramos conformes. No cumple la exigencia en cuanto a que: Cabezal de Cámara; los Botones programables con diferentes funciones (balance de blancos, control de equipos periféricos, zoom, grabación foto/video, puntero, etc.) no tienen capacidad de controlar el insuflador de CO2.</b> |
|      |                                                            | CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS RECOGIDAS EN EL PPT LICITADOR: "STRYKER IBERIA, S.L."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |                                                            | Analizadas las hojas técnicas y el resto de documentación referente a los equipos que componen el Lote 2, hemos comprobado que cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto los consideramos conformes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                                                            | CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS RECOGIDAS EN EL PPT LICITADOR: "KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA S.A."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |                                                            | Analizadas las hojas técnicas y el resto de documentación referente a los equipos que componen el Lote 2, hemos comprobado que cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto los consideramos conformes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| LOTE | DESCRIPCION DEL EQUIPO ELECTROMEDICO                                                                                                                                                                                                                                                     | PUNTUACION DE CRITERIOS OBJETIVOS | VALORACIÓN CRITERIOS OBJETIVOS LICITADOR: "KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, S.L. " | VALORACIÓN CRITERIOS OBJETIVOS LICITADOR: "STRYKER IBERIA, S.L. " |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|      | <b>TORRE DE LAPAROSCOPIA 4K PARA CIRUGIA GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>40 PUNTOS</b>                  |                                                                                  |                                                                   |
| 1    | AUMENTO DE LA GARANTIA TOTAL DEL EQUIPO (20 PUNTOS)                                                                                                                                                                                                                                      | 2 AÑOS                            | 20 PUNTOS                                                                        | 20                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 AÑO                             | 10 PUNTOS                                                                        |                                                                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 AÑO                             | 0 PUNTOS                                                                         |                                                                   |
| 2    | PRESENTA SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE CO2 INCORPORADO AL INSUFLADOR (10PUNTOS)                                                                                                                                                                                                            | NO CUMPLE                         | 0 PUNTOS                                                                         | 10                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE                            | 10 PUNTOS                                                                        |                                                                   |
| 3    | INCLUYE OPTICA ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE DE 0º Ó 30º COMPATIBLE CON ULTRA 4K Y DIMENSIONES FUNCIONALES EN C. GENERAL, CABLE FIBRA OPTICA (LONGITUD MIN. DE 200 MM.), SISTEMA DE IRRIGACIÓN PARA LENTES Y VAINA DE IRRIGACION Y ASPIRACION REUTILIZABLE ADAPTADA A LA OPTICA (10 PUNTOS) | NO CUMPLE                         | 0 PUNTOS                                                                         | 10                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE                            | 10 PUNTOS                                                                        |                                                                   |
|      | <b>TOTAL LOTE 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | <b>40</b>                                                                        | <b>40</b>                                                         |

| LOTE | DESCRIPCION DEL EQUIPO ELECTROMEDICO                                        | CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS RECOGIDAS EN EL PPT LICITADOR: "OLYMPUS IBERIA S.A.U."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3    | TORRE DE LAPAROSCOPIA DE ALTA DEFINICION CON FLUORESCENCIA PARA GINECOLOGIA | Analizadas las hojas técnicas y el resto de documentación referente a los equipos que componen el Lote 3, hemos comprobado las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT Y NO cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. <b>Por lo tanto, NO los consideramos conformes. No cumple la exigencia en cuanto a que los Botones programables del Cabezal de Cámara, con diferentes funciones (balance de blancos, control de equipos periféricos, zoom, grabación foto/video, puntero, etc.) no tienen capacidad de controlar el insuflador de CO2.</b> |
|      |                                                                             | CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS RECOGIDAS EN EL PPT LICITADOR: "KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA S.A."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                                                                             | Analizadas las hojas técnicas y el resto de documentación referente a los equipos que componen el Lote 3, hemos comprobado que cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto los consideramos conformes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |





Exp.: GCASU 2019-161

| LOTE                | DESCRIPCION DEL EQUIPO ELECTROMEDICO                                                                                                                                                                                                                                                                  | PUNTUACION DE CRITERIOS OBJETIVOS                                             |           | VALORACIÓN CRITERIOS OBJETIVOS LICITADOR: "KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, S.L. " |           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3                   | <b>TORRE DE LAPAROSCOPIA 4K PARA CIRUGIA GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>40 PUNTOS</b>                                                              |           | 20                                                                               |           |
|                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AUMENTO DE LA GARANTIA TOTAL DEL EQUIPO (20 PUNTOS)                           | 2 AÑOS    |                                                                                  | 20 PUNTOS |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 1 AÑO     |                                                                                  | 10 PUNTOS |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0 AÑO     |                                                                                  | 0 PUNTOS  |
|                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRESENTA SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE CO2 INCORPORADO AL INSUFLADOR (10PUNTOS) | NO CUMPLE |                                                                                  | 0 PUNTOS  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | CUMPLE    |                                                                                  | 10 PUNTOS |
| 3                   | INCLUYE OPTICA ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE DE 0º ó 30º COMPATIBLE CON ALTA DEFINICION Y DIMENSIONES FUNCIONALES EN C. GINECOLOGICAL, CABLE FIBRA OPTICA (LONGITUD MIN. DE 200 MM.), SISTEMA DE IRRIGACIÓN PARA LENTES Y VAINA DE IRRIGACION Y ASPIRACION REUTILIZABLE ADAPTADA A LA OPTICA (10 PUNTOS) | NO CUMPLE                                                                     | 0 PUNTOS  |                                                                                  |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CUMPLE                                                                        | 10 PUNTOS |                                                                                  |           |
| <b>TOTAL LOTE 3</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |           | <b>40</b>                                                                        |           |

| LOTE | DESCRIPCION DEL EQUIPO ELECTROMEDICO | CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS RECOGIDAS EN EL PPT LICITADOR: "CARDIVA 2 S.L."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4    | ELECTROCARDIOGRAFOS                  | Analizadas las hojas técnicas y el resto de documentación referente a los equipos que componen el Lote 4, hemos comprobado que cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto los consideramos conformes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                      | <b>CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS RECOGIDAS EN EL PPT LICITADOR: "AB MEDICA."</b><br>Analizadas las hojas técnicas y el resto de documentación referente a los equipos que componen el Lote 4, hemos comprobado que <b>NO</b> cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto, <b>NO</b> los consideramos conformes. No cumplen la compatibilidad de conexión directa (sin utilización de hardware adicional) con el sistema de información existente en el Hospital (Trace Master Vue-Philips.). |

| LOTE                | DESCRIPCION DEL EQUIPO ELECTROMEDICO | PUNTUACION DE CRITERIOS OBJETIVOS                                                                      |           | VALORACIÓN CRITERIOS OBJETIVOS LICITADOR: "CARDIVA 2 S.L." |           |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 4                   | <b>ELECTROCARDIÓGRAFOS</b>           | <b>30 PUNTOS</b>                                                                                       |           | 20                                                         |           |
|                     | 1                                    | AUMENTO DE LA GARANTIA TOTAL DEL EQUIPO (20 PUNTOS)                                                    | 2 AÑOS    |                                                            | 20 PUNTOS |
|                     |                                      |                                                                                                        | 1 AÑO     |                                                            | 10 PUNTOS |
|                     |                                      |                                                                                                        | 0 AÑO     |                                                            | 0 PUNTOS  |
|                     | 2                                    | PRESENTA, AL MENOS, UNA UNIDAD DEL LOTE DOTADA CON PANTALLA DE VISUALIZACION MINIMA DE 10" (20 PUNTOS) | NO CUMPLE |                                                            | 0 PUNTOS  |
|                     |                                      |                                                                                                        | CUMPLE    |                                                            | 20 PUNTOS |
| <b>TOTAL LOTE 4</b> |                                      |                                                                                                        |           | <b>40</b>                                                  |           |

| LOTE | DESCRIPCION DEL EQUIPO ELECTROMEDICO | CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS RECOGIDAS EN EL PPT LICITADOR: "DRAGER MEDICAL HISPANIA S.A."                                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5    | SISTEMA DE ANESTESIA                 | Analizadas las hojas técnicas y el resto de documentación referente a los equipos que componen el Lote 5, hemos comprobado que cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto los consideramos conformes. |
|      |                                      | <b>CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS RECOGIDAS EN EL PPT LICITADOR: "GETINGE GROUP SPAIN, S.L."</b>                                                                                                                                                  |
|      |                                      | Analizadas las hojas técnicas y el resto de documentación referente a los equipos que componen el Lote                                                                                                                                                     |





Exp.: GCASU 2019-161

5, hemos comprobado que cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto los consideramos conformes.

| LOTE                | DESCRIPCION DEL EQUIPO ELECTROMEDICO                                                                                              | PUNTUACION DE CRITERIOS OBJETIVOS                                                       | VALORACIÓN CRITERIOS OBJETIVOS LICITADOR: "DRAGER MEDICAL HISPANIA S.A." | VALORACIÓN CRITERIOS OBJETIVOS LICITADOR: "GETINGE GROUP SPAIN, S.L." |    |    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|
| 5                   | <b>SISTEMA DE ANESTESIA</b>                                                                                                       |                                                                                         | <b>40 PUNTOS</b>                                                         |                                                                       |    |    |
|                     | 1                                                                                                                                 | AUMENTO DE LA GARANTIA TOTAL DEL EQUIPO (20 PUNTOS)                                     | 2 AÑOS                                                                   | 20 PUNTOS                                                             | 0  | 20 |
|                     |                                                                                                                                   |                                                                                         | 1 AÑO                                                                    | 10 PUNTOS                                                             |    |    |
|                     |                                                                                                                                   |                                                                                         | 0 AÑOS                                                                   | 0 PUNTOS                                                              |    |    |
|                     | 2                                                                                                                                 | CAPACIDAD DE AJUSTE DEL VOLUMEN TIDAL EN MODO VOLUMETRICA A PARTIR DE 5 ML. (10 PUNTOS) | NO CUMPLE                                                                | 0 PUNTOS                                                              | 10 | 0  |
|                     |                                                                                                                                   |                                                                                         | CUMPLE                                                                   | 10 PUNTOS                                                             |    |    |
|                     | CAPACIDAD PARA SUMINISTRAR GAS HALOGENO EN SITUACION DE EMERGENCIA EN AUSENCIA DE SUMINISTRO ELECTRICO Y/O DE BATERIA (10 PUNTOS) | NO CUMPLE                                                                               | 0 PUNTOS                                                                 | 10                                                                    | 0  |    |
|                     |                                                                                                                                   | CUMPLE                                                                                  | 10 PUNTOS                                                                |                                                                       |    |    |
| <b>TOTAL LOTE 5</b> |                                                                                                                                   |                                                                                         | <b>20</b>                                                                | <b>20</b>                                                             |    |    |

| LOTE | DESCRIPCION DEL EQUIPO ELECTROMEDICO                        | CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS RECOGIDAS EN EL PPT LICITADOR: "SIEMENS HEALTHCARE S.L."                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6    | <b>ESTACIONES DE TRABAJO PARA DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN</b> | Analizadas las hojas técnicas y el resto de documentación referente a los equipos que componen el Lote 6, hemos comprobado que cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto los consideramos conformes. |

| LOTE                | DESCRIPCION DEL EQUIPO ELECTROMEDICO                                                                                                      | PUNTUACION DE CRITERIOS OBJETIVOS | VALORACIÓN CRITERIOS OBJETIVOS LICITADOR: "SIEMENS HEALTHCARE S.L." |    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|
| 6                   | <b>ESTACIONES DE TRABAJO PARA DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN</b>                                                                               | <b>40 PUNTOS</b>                  |                                                                     |    |
| 1                   | AUMENTO DE LA GARANTIA TOTAL DEL EQUIPO (20 PUNTOS)                                                                                       | 3 AÑOS                            | 20 PUNTOS                                                           | 20 |
|                     |                                                                                                                                           | 2 AÑOS                            | 10 PUNTOS                                                           |    |
|                     |                                                                                                                                           | 1 AÑO                             | 5 PUNTOS                                                            |    |
|                     |                                                                                                                                           | 0 AÑO                             | 0 PUNTOS                                                            |    |
| 2                   | PROPUESTA DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO ANUAL INTEGRAL DESPUES DE LA GARANTÍA (HASTA UN MAXIMO DEL 8% DEL PRECIO DE LICITACIÓN (20 PUNTOS) | POR DEBAJO DE UN 7%               | 20 PUNTOS                                                           | 20 |
|                     |                                                                                                                                           | ENTRE UN 7% Y UN 8%               | 10 PUNTOS                                                           |    |
|                     |                                                                                                                                           | SUPERIOR AL 8%                    | 0 PUNTOS                                                            |    |
| <b>TOTAL LOTE 6</b> |                                                                                                                                           |                                   | <b>40</b>                                                           |    |

| LOTE | DESCRIPCION DEL EQUIPO ELECTROMEDICO | CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS RECOGIDAS EN EL PPT LICITADOR: "MEDICINA & MERCADO, S.A."                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7    | <b>EQUIPO DE URODINAMIA</b>          | Analizadas las hojas técnicas y el resto de documentación referente a los equipos que componen el Lote 7, hemos comprobado que cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto los consideramos conformes.                                                                                                        |
|      |                                      | <b>CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS RECOGIDAS EN EL PPT LICITADOR: "PALEX MEDICAL, S.A."</b><br>Analizadas las hojas técnicas y el resto de documentación referente a los equipos que componen el Lote 7, hemos comprobado que cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto los consideramos conformes. |





Exp.: GCASU 2019-161

| LOTE         | EQUIPO DE URODINAMIA                                                             | PUNTUACION DE CRITERIOS OBJETIVOS |           | VALORACIÓN CRITERIOS OBJETIVOS LICITADOR: "MEDICINA Y MERCADO, S.A." | VALORACIÓN CRITERIOS OBJETIVOS LICITADOR: "PALEX MEDICAL, S.A." |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 7            | EQUIPO DE URODINAMIA                                                             | 40 PUNTOS                         |           |                                                                      |                                                                 |
| 2            | EL EQUIPO INCLUYE UN SENSOR DE PESO INTEGRADO EN LA BOMBA DE LLENADO (20 PUNTOS) | SI LO INCLUYE                     | 20 PUNTOS | 20                                                                   | 0                                                               |
|              |                                                                                  | NO LO INCLUYE                     | 0 PUNTOS  |                                                                      |                                                                 |
| 3            | AUMENTO DE LA GARANTIA TOTAL DEL EQUIPO (20 PUNTOS)                              | 2 AÑOS                            | 20 PUNTOS | 20                                                                   | 0                                                               |
|              |                                                                                  | 1 AÑO                             | 10 PUNTOS |                                                                      |                                                                 |
|              |                                                                                  | 0 AÑO                             | 0 PUNTOS  |                                                                      |                                                                 |
| TOTAL LOTE 7 |                                                                                  |                                   |           | 40                                                                   | 0                                                               |

| LOTE | DESCRIPCION DEL EQUIPO ELECTROMEDICO                    | CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS RECOGIDAS EN EL PPT LICITADOR: "BOLD TECHNOLOGIES LEADING ESPAÑA S.L."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8    | EQUIPO GENERADOR DE ONDAS DE CHOQUE PARA REHABILITACION | <p>Analizadas las hojas técnicas y el resto de documentación referente a los equipos que componen el Lote 8, hemos comprobado que <b>NO</b> cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto, los consideramos <b>No conformes</b>. <b>No se cumple con el rango de energía mínimo: 0.03-1.24 ml/mm2 (en modo no focal). La que aparece especificada en la ficha técnica es 0,01 – 0,65 mJ/mm2.</b><br/><b>Pantalla táctil de dimensiones menores a las exigidas (10 ") y peso superior al especificado (26 kg). En la ficha técnica aparece 8,4 " y 30 kg.</b></p>         |
|      |                                                         | <p><b>CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS RECOGIDAS EN EL PPT LICITADOR: "COOR MEDICAL S.L."</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                                         | <p>Analizadas las hojas técnicas y el resto de documentación referente a los equipos que componen el Lote 8, hemos comprobado que <b>NO</b> cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto, los consideramos <b>No conformes</b>. <b>No se cumple con el rango de energía mínimo: 0.03-1.24 ml/mm2 (en modo no focal). La que aparece especificada en la ficha técnica es 0.048 a 0.403 //0,088 a 0,831// 0,07 a 0,70 //0.01 a 0.32 y 0,02 a 0,16 mJ/mm2 respectivamente.</b><br/><b>El peso superior al especificado (26 kg). en la ficha técnica aparece 34 kg.</b></p> |
|      |                                                         | <p><b>CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS RECOGIDAS EN EL PPT LICITADOR: "PRIM S.A."</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                         | <p>Analizadas las hojas técnicas y el resto de documentación referente a los equipos que componen el Lote 8, hemos comprobado que cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto los consideramos conformes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| LOTE         | DESCRIPCION DEL EQUIPO ELECTROMEDICO                    | PUNTUACION DE CRITERIOS OBJETIVOS                              |                                                     | VALORACIÓN CRITERIOS OBJETIVOS LICITADOR: "PRIM S.A." |        |           |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 8            | EQUIPO GENERADOR DE ONDAS DE CHOQUE PARA REHABILITACION | 40 PUNTOS                                                      |                                                     | 20                                                    |        |           |
|              |                                                         | 1                                                              | AUMENTO DE LA GARANTIA TOTAL DEL EQUIPO (20 PUNTOS) |                                                       | 2 AÑOS | 20 PUNTOS |
|              |                                                         |                                                                |                                                     |                                                       | 1 AÑO  | 10 PUNTOS |
|              | 0 AÑOS                                                  |                                                                |                                                     | 0 PUNTOS                                              |        |           |
|              | 2                                                       | CAPACIDAD DE PENETRACION TERAPEUTICA A 0 A 125 mm. (20 PUNTOS) | SI                                                  | 20 PUNTOS                                             | 20     |           |
| NO           |                                                         |                                                                | 0 PUNTOS                                            |                                                       |        |           |
| TOTAL LOTE 8 |                                                         |                                                                |                                                     | 40                                                    |        |           |





Exp.: GCASU 2019-161

| LOTE | DESCRIPCION DEL EQUIPO ELECTROMEDICO | CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS RECOGIDAS EN EL PPT LICITADOR: "IZASA SCIENTIFIC S.L."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9    | PROCESADOR DE TEJIDOS                | Analizadas las hojas técnicas y el resto de documentación referente a los equipos que componen el Lote 9, hemos comprobado que NO cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto, los consideramos NO conformes. <b>No presentan la "Posibilidad de utilizar garrafas de 5 litros de reactivos convencionales de modo que puedan usarse envases de la mayoría de los fabricantes de reactivos, evitando trasvases por el personal técnico." Ni tampoco presentan la "Posibilidad de realización de varios programas de procesamiento, incluyendo ciclos cortos de un máximo de 3 horas."</b> |
|      |                                      | CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS RECOGIDAS EN EL PPT LICITADOR: "LEICA MICROSISTEMAS S.L.U."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                      | Analizadas las hojas técnicas y el resto de documentación referente a los equipos que componen el Lote 9, hemos comprobado que NO cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto, los consideramos NO conformes. <b>No presentan la "Posibilidad de utilizar garrafas de 5 litros de reactivos convencionales de modo que puedan usarse envases de la mayoría de los fabricantes de reactivos, evitando trasvases por el personal técnico." Ni tampoco presentan la "Posibilidad de realización de varios programas de procesamiento, incluyendo ciclos cortos de un máximo de 3 horas."</b> |
|      |                                      | CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS RECOGIDAS EN EL PPT LICITADOR: "MENARINI DIAGNOSTICOS, S.A."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |                                      | Analizadas las hojas técnicas y el resto de documentación referente a los equipos que componen el Lote 9, hemos comprobado que cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto los consideramos conformes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |                                      | CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS RECOGIDAS EN EL PPT LICITADOR: "PALEX MEDICAL S.A."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                      | Analizadas las hojas técnicas y el resto de documentación referente a los equipos que componen el Lote 9, hemos comprobado que cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto los consideramos conformes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| LOTE         | DESCRIPCION DEL EQUIPO ELECTROMEDICO | PUNTUACION DE CRITERIOS OBJETIVOS                                                                                                         | VALORACIÓN CRITERIOS OBJETIVOS LICITADOR: "MENARINI DIAGNOSTICOS, S.A." | VALORACIÓN CRITERIOS OBJETIVOS LICITADOR: "PALEX MEDICAL, S.A." |    |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|
| 9            | PROCESADOR DE TEJIDOS                | 40 PUNTOS                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                 |    |
|              | 1                                    | AUMENTO DE LA GARANTIA TOTAL DEL EQUIPO (20 PUNTOS)                                                                                       | 2 AÑOS                                                                  | 20 PUNTOS                                                       | 20 |
|              |                                      |                                                                                                                                           | 1 AÑO                                                                   | 10 PUNTOS                                                       |    |
|              |                                      |                                                                                                                                           | 0 AÑO                                                                   | 0 PUNTOS                                                        |    |
|              | 2                                    | PROPUESTA DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO ANUAL INTEGRAL DESPUES DE LA GARANTÍA (HASTA UN MAXIMO DEL 8% DEL PRECIO DE LICITACIÓN (20 PUNTOS) | POR DEBAJO DE UN 7%                                                     | 20 PUNTOS                                                       | 20 |
|              |                                      |                                                                                                                                           | ENTRE UN 7% Y UN 8%                                                     | 10 PUNTOS                                                       |    |
|              |                                      |                                                                                                                                           | SUPERIOR AL 8%                                                          | 0 PUNTOS                                                        |    |
| TOTAL LOTE 9 |                                      |                                                                                                                                           | 40                                                                      | 40                                                              |    |

| LOTE | DESCRIPCION DEL EQUIPO ELECTROMEDICO                           | CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS RECOGIDAS EN EL PPT LICITADOR: "HANS E RUTH, S.A."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10   | SISTEMA COMPLETO DE ANALISIS PULMONAR PARA EL S. DE NEUMOLOGIA | Analizadas las hojas técnicas y el resto de documentación referente a los equipos que componen el Lote 10, hemos comprobado que NO cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto, los consideramos NO conformes. <b>No presenta "Medición de flujo y volumen por medio de neumatógrafos calefactados". No presenta "Programa para la redacción de informes clínicos con editor de texto"</b> |
|      |                                                                | CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS RECOGIDAS EN EL PPT LICITADOR: "HOSPITAL HISPANIA, S.L."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |                                                                | Analizadas las hojas técnicas y el resto de documentación referente a los equipos que componen el Lote 10, hemos comprobado que cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto los consideramos conformes.                                                                                                                                                                                    |
|      |                                                                | CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS RECOGIDAS EN EL PPT LICITADOR: "SANROSAN, S.A."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                                                | Analizadas las hojas técnicas y el resto de documentación referente a los equipos que componen el Lote 10, hemos comprobado que NO cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto, los consideramos NO conformes. <b>No presenta "Medición de flujo y volumen por medio de neumatógrafos calefactados". No presenta "Programa para la redacción de informes clínicos con editor</b>           |





Exp.: GCASU 2019-161

|  |  |           |
|--|--|-----------|
|  |  | de texto" |
|--|--|-----------|

| LOTE          | DESCRIPCION DEL EQUIPO ELECTROMEDICO                                                                                                | PUNTUACION DE CRITERIOS OBJETIVOS |           | VALORACIÓN CRITERIOS OBJETIVOS LICITADOR: "HOSPITAL HISPANIA, S.L." |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 10            | SISTEMA COMPLETO DE ANALISIS PULMONAR PARA S. DE NEUMOLOGIA                                                                         | 40 PUNTOS                         |           |                                                                     |
| 1             | AUMENTO DE LA GARANTIA TOTAL DEL EQUIPO (20 PUNTOS)                                                                                 | 2 AÑOS                            | 20 PUNTOS | 20                                                                  |
|               |                                                                                                                                     | 1 AÑO                             | 10 PUNTOS |                                                                     |
|               |                                                                                                                                     | 0 AÑO                             | 0 PUNTOS  |                                                                     |
| 2             | INTEGRACION DE LA NUEVA BASE DE DATOS DE PACIENTES CON LA BASE DE DATOS DEL EQUIPO ACTUALMENTE EXISTENTE EN EL SERVICIO (20 PUNTOS) | SI LO PRESENTA                    | 20 PUNTOS | 20                                                                  |
|               |                                                                                                                                     | NO LO PRESENTA                    | 0 PUNTOS  |                                                                     |
| TOTAL LOTE 10 |                                                                                                                                     |                                   |           | 40                                                                  |

| LOTE | DESCRIPCION DEL EQUIPO ELECTROMEDICO                   | CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS RECOGIDAS EN EL PPT LICITADOR: "BOLD TECHNOLOGIES LEADING ESPAÑA S.L."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11   | SISTEMA DE ANALISIS DE GASES PARA EL S. DE CARDIOLOGÍA | Analizadas las hojas técnicas y el resto de documentación referente a los equipos que componen el Lote 11, hemos comprobado que NO cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto, los consideramos <b>NO conformes. No incluyen un "Kit de accesorios incluyendo 2 unidades circuito umbilical, mínimo de 2 m de longitud y 2 unidades de Flujoómetro para medición de volumen"</b> |
|      |                                                        | <b>CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS RECOGIDAS EN EL PPT LICITADOR: "HANS E RUTH, S.A."</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |                                                        | Analizadas las hojas técnicas y el resto de documentación referente a los equipos que componen el Lote 11, hemos comprobado que cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto los consideramos conformes.                                                                                                                                                                           |
|      |                                                        | <b>CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS RECOGIDAS EN EL PPT LICITADOR: "HELIANTUS MEDICAL, S.L."</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |                                                        | Analizadas las hojas técnicas y el resto de documentación referente a los equipos que componen el Lote 11, hemos comprobado que cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto los consideramos conformes.                                                                                                                                                                           |
|      |                                                        | <b>CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS RECOGIDAS EN EL PPT LICITADOR: "SANROSAN S.A."</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                                                        | Analizadas las hojas técnicas y el resto de documentación referente a los equipos que componen el Lote 11, hemos comprobado que cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto los consideramos conformes.                                                                                                                                                                           |
|      |                                                        | <b>CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS RECOGIDAS EN EL PPT LICITADOR: "GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE S.A.U."</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11   | SISTEMA DE ANALISIS DE GASES PARA EL S. DE CARDIOLOGÍA | Analizadas las hojas técnicas y el resto de documentación referente a los equipos que componen el Lote 11, hemos comprobado que cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto los consideramos conformes.                                                                                                                                                                           |
|      |                                                        | <b>CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS RECOGIDAS EN EL PPT LICITADOR: "TECNOMED 2000 S.L."</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11   | SISTEMA DE ANALISIS DE GASES PARA EL S. DE CARDIOLOGÍA | Analizadas las hojas técnicas y el resto de documentación referente a los equipos que componen el Lote 11, hemos comprobado que cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto los consideramos conformes.                                                                                                                                                                           |

| LOTE | DESCRIPCION DEL EQUIPO ELECTROMEDICO                   | PUNTUACION DE CRITERIOS OBJETIVOS |           | VALORACIÓN CRITERIOS OBJETIVOS LICITADOR: "HANS E RUTH, S.A." | VALORACIÓN CRITERIOS OBJETIVOS LICITADOR: "GE HEALTHCARE S.A. U." | VALORACIÓN CRITERIOS OBJETIVOS LICITADOR: "HELIANTUS MEDICAL, S.L." | VALORACIÓN CRITERIOS OBJETIVOS LICITADOR: "SANROSAN, S.A." | VALORACIÓN CRITERIOS OBJETIVOS LICITADOR: "TECNOMED 2000, S.L." |
|------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 11   | SISTEMA DE ANALISIS DE GASES PARA EL S. DE CARDIOLOGIA | 40 PUNTOS                         |           |                                                               |                                                                   |                                                                     |                                                            |                                                                 |
| 1    | AUMENTO DE LA GARANTIA TOTAL DEL EQUIPO (20 PUNTOS)    | 2 AÑOS                            | 20 PUNTOS | 20                                                            | 20                                                                | 20                                                                  | 20                                                         | 20                                                              |
|      |                                                        | 1 AÑO                             | 10 PUNTOS |                                                               |                                                                   |                                                                     |                                                            |                                                                 |
|      |                                                        | 0 AÑO                             | 0 PUNTOS  |                                                               |                                                                   |                                                                     |                                                            |                                                                 |
| 2    | INCLUYE MODULO D EEELECTROGRAFIA                       | SI LO PRESENTA                    | 20 PUNTOS | 20                                                            | 20                                                                | 20                                                                  | 20                                                         | 20                                                              |
|      |                                                        | NO LO                             | 0 PUNTOS  |                                                               |                                                                   |                                                                     |                                                            |                                                                 |





Exp.: GCASU 2019-161

|               |                            |          |    |    |    |    |    |
|---------------|----------------------------|----------|----|----|----|----|----|
|               | INALAMBRICO<br>(20 PUNTOS) | PRESENTA |    |    |    |    |    |
| TOTAL LOTE 11 |                            |          | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

| LOTE | DESCRIPCION DEL EQUIPO ELECTROMEDICO                                        | CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS RECOGIDAS EN EL PPT LICITADOR:<br>"GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A."                                                                                                                                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12   | ECOGRAFO DE MEDIAS-ALTAS PRESTACIONES PARA EL S. DE GINECOLOGIA-OBSTETRICIA | Analizadas las hojas técnicas y el resto de documentación referente a los equipos que componen el Lote 12, hemos comprobado que cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto los consideramos conformes. |

| LOTE          | DESCRIPCION DEL EQUIPO ELECTROMEDICO                                                                                                                                   | PUNTUACION DE CRITERIOS OBJETIVOS |           | VALORACIÓN CRITERIOS OBJETIVOS LICITADOR: "GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A." |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 12            | ECOGRAFO DE MEDIAS-ALTAS PRESTACIONES PARA EL S. DE GINECOLOGIA-OBSTETRICIA                                                                                            | 40 PUNTOS                         |           |                                                                                      |
| 1             | INCLUYE SONDA TRANSDUCTOR INTRA-CAVITATORIO CON CAPACIDAD DE ANALISIS VOLUMETRICO MULTIFRECUENCIA CON UN ANCHO DE BANDA MINIMO DE 4-9 MHz Y 190 ELEMENTOS. (20 PUNTOS) | SI LO PRESENTA                    | 20 PUNTOS | 20                                                                                   |
|               |                                                                                                                                                                        | NO LO PRESENTA                    | 0 PUNTOS  |                                                                                      |
| 2             | INCLUYE SOFTWARE DE VISUALIZACION TRIDIMENSIONAL DELPARTO, SIENDO INDICADOR PARA LA REALIZACIÓN O NO DEL PARTO. (20 PUNTOS)                                            | SI LO PRESENTA                    | 20 PUNTOS | 20                                                                                   |
|               |                                                                                                                                                                        | NO LO PRESENTA                    | 0 PUNTOS  |                                                                                      |
| TOTAL LOTE 12 |                                                                                                                                                                        | 40                                |           |                                                                                      |

| LOTE | DESCRIPCION DEL EQUIPO ELECTROMEDICO                              | CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS RECOGIDAS EN EL PPT LICITADOR: "GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A."                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13   | ECOGRAFO DE MEDIAS-ALTAS PRESTACIONES PARA EL S. DE REHUMATOLOGIA | Analizadas las hojas técnicas y el resto de documentación referente a los equipos que componen el Lote 13, hemos comprobado que cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto los consideramos conformes. |

| LOTE           | DESCRIPCION DEL EQUIPO ELECTROMEDICO                              | PUNTUACION DE CRITERIOS OBJETIVOS                                                                                    |                | VALORACIÓN CRITERIOS OBJETIVOS LICITADOR: "GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A." |    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 13             | ECOGRAFO DE MEDIAS-ALTAS PRESTACIONES PARA EL S. DE REHUMATOLOGIA | 40 PUNTOS                                                                                                            |                |                                                                                      |    |
|                | 1                                                                 | AUMENTO DE LA GARANTIA TOTAL DEL EQUIPO. (10 PUNTOS)                                                                 | 0 AÑOS         | 0 PUNTOS                                                                             | 10 |
|                |                                                                   |                                                                                                                      | 1 AÑO          | 10 PUNTOS                                                                            |    |
|                | 2                                                                 | INCLUYE LECTOR DE CODIGO DE BARRAS. (10 PUNTOS)                                                                      | SI LO PRESENTA | 10 PUNTOS                                                                            | 10 |
|                |                                                                   |                                                                                                                      | NO LO PRESENTA | 0 PUNTOS                                                                             |    |
|                | 3                                                                 | INCLUYE APLICACIÓN SOFTWARE PARA FUNCIONES PRINCIPALES DEL ECOGRAFO DESDE DISPOSITIVOS MOVILES (ANDROID) (10 PUNTOS) | SI LO PRESENTA | 10 PUNTOS                                                                            | 10 |
|                |                                                                   |                                                                                                                      | NO LO PRESENTA | 0 PUNTOS                                                                             |    |
|                | 4                                                                 | PRESENTA UN RANGO DINAMICO SUPERIOR A 400Db (10 PUNTOS)                                                              | SI LO PRESENTA | 10 PUNTOS                                                                            | 10 |
| NO LO PRESENTA |                                                                   |                                                                                                                      | 0 PUNTOS       |                                                                                      |    |





Exp.: GCASU 2019-161

TOTAL LOTE 13

40

| LOTE | DESCRIPCION DEL EQUIPO ELECTROMEDICO                                             | CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS RECOGIDAS EN EL PPT LICITADOR: "BEMASCE TECNICA S.L."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14   | ESTACION DE VENTILACION PULMONAR DE ALTA GAMA PARA TRATAMIENTO AVANZADO NEONATAL | Analizadas las hojas técnicas y el resto de documentación referente a los equipos que componen el Lote 14, hemos comprobado que cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto los consideramos conformes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |                                                                                  | CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS RECOGIDAS EN EL PPT LICITADOR: "DRAGUER MEDICAL ESPAÑA S.A."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                  | Analizadas las hojas técnicas y el resto de documentación referente a los equipos que componen el Lote 14, hemos comprobado que cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto los consideramos conformes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |                                                                                  | CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS RECOGIDAS EN EL PPT LICITADOR: "GETINGE GROUP SPAIN, S.L."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                                                                                  | Analizadas las hojas técnicas y el resto de documentación referente a los equipos que componen el Lote 14 hemos comprobado que <b>NO</b> cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto, los consideramos <b>No conformes. No cumple que el "Respirador sea compatible con los diferentes circuitos y sistemas de humidificación del mercado. Sin necesidad de incorporar ningún filtro antibacteriano para prevenir la contaminación". No cumple que la "Presión Media (MAP/CDP): 5 - 50 mbar". La ficha técnica del licitador indica una presión media Pmedia (HFOV) (cm H2O) 5 - 40 cm H2O (40,8 mbar)</b> |

| LOTE           | DESCRIPCION DEL EQUIPO ELECTROMEDICO | PUNTUACION DE CRITERIOS OBJETIVOS                                                                                                 |                | VALORACIÓN CRITERIOS OBJETIVOS LICITADOR: "BEMASCE TECNICA, S.L." | VALORACIÓN CRITERIOS OBJETIVOS LICITADOR: "DRAGUER MEDICAL HISPANIA, S.A." |   |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|
| 14             | ENVASADORA DE MEDICAMENTOS SOLIDOS   | 40 PUNTOS                                                                                                                         |                |                                                                   |                                                                            |   |
|                | 1                                    | AUMENTO DE LA GARANTIA TOTAL DEL EQUIPO (5 PUNTOS)                                                                                | 1 AÑO          | 5 PUNTOS                                                          | 5                                                                          | 0 |
|                |                                      |                                                                                                                                   | 0 AÑOS         | 0 PUNTOS                                                          |                                                                            |   |
|                | 2                                    | INCLUYE MODO DE VENTILACION NO INVASIVOS NCPAP, BIPAP/DUOPAP/ALTO FLUJO/OXIGENOTERAPIA (20 PUNTOS)                                | SI LO PRESENTA | 20 PUNTOS                                                         | 20                                                                         | 0 |
|                |                                      |                                                                                                                                   | NO LO PRESENTA | 0 PUNTOS                                                          |                                                                            |   |
|                | 3                                    | COMPATIBILIDAD DEL VENTILADOR CON LOS DISTINTOS GENERADORES DEL MERCADO PARA VNI:INFANTFLOW, INFANTFLOW LP Y MEDIJET. (10 PUNTOS) | SI LO PRESENTA | 10 PUNTOS                                                         | 10                                                                         | 0 |
|                |                                      |                                                                                                                                   | NO LO PRESENTA | 0 PUNTOS                                                          |                                                                            |   |
|                | 4                                    | INCLUYE MODO DE SINCRONIZACION EN VENTILACION NO INVASIVA A TRAVES DE SENSOR DE FLUJO (5 PUNTOS)                                  | SI LO PRESENTA | 5 PUNTOS                                                          | 5                                                                          | 0 |
| NO LO PRESENTA |                                      |                                                                                                                                   | 0 PUNTOS       |                                                                   |                                                                            |   |
| TOTAL LOTE 14  |                                      |                                                                                                                                   |                | 40                                                                | 0                                                                          |   |

RESUMEN CRITERIOS ADJUDICACIÓN

| Nº LOTE                                                                         | DENOMINACIÓN LOTE                  | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO ELECTROMÉDICO | CANTIDAD ESTIMADA | PRECIO UNIT. | BASE IMPONIBLE | PALEX MEDICAL, S.A. |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|---------------------|
|                                                                                 |                                    |                                      |                   |              |                | A58710740           |
| 1                                                                               | BOMBA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA | BOMBA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA   | 1                 | 99.587,00    | 99.587,00      | 99.580,00           |
| <b>TOTAL BASE IMPONIBLE</b>                                                     |                                    |                                      |                   |              |                | 99.580,00           |
| CRITERIO/S RELACIONADO/S CON LOS COSTES. Precio - Ponderación - Hasta 60 puntos |                                    |                                      |                   |              |                | 60,00               |





Exp.: GCASU 2019-161

|                                                                                                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CRITERIOS CUALITATIVOS: EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS - Hasta 40 Puntos | 35,00        |
| <b>TOTAL CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO</b>                                       | <b>95,00</b> |

| Nº LOTE                                                                                             | DENOMINACIÓN LOTE                                                | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO ELECTROMÉDICO                             | CANTIDAD ESTIMADA | PRECIO UNIT. | BASE IMPONIBLE | OLYMPUS IBERIA, S.A.U. | KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, S.A. | STRYKER IBERIA, S.L. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                   |              |                | A08214157              | A78936606                           | B82173451            |
| 2                                                                                                   | TORRES DE LAPAROSCOPIA 4K PARA CIRUGÍA GENERAL                   | TORRES DE LAPAROSCOPIA 4K PARA CIRUGÍA GENERAL                   | 2                 | 53.719,00    | 107.438,00     | EXCLUIDO NO CUMPLE PPT | 46.500,00                           | 47.979,07            |
| <b>TOTAL BASE IMPONIBLE</b>                                                                         |                                                                  |                                                                  |                   |              |                |                        | 93.000,00                           | 95.958,14            |
| CRITERIO/S RELACIONADO/S CON LOS COSTES. Precio - Ponderación - Hasta 60 puntos                     |                                                                  |                                                                  |                   |              |                |                        | 60,00                               | 47,71                |
| CRITERIOS CUALITATIVOS: EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS - Hasta 40 Puntos |                                                                  |                                                                  |                   |              |                |                        | 40,00                               | 40,00                |
| <b>TOTAL CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO</b>                                       |                                                                  |                                                                  |                   |              |                |                        | <b>100,00</b>                       | <b>87,71</b>         |
| 3                                                                                                   | TORRE DE LAPAROSCOPIA FULL HD CON FLUORESCENCIA PARA GINECOLOGÍA | TORRE DE LAPAROSCOPIA FULL HD CON FLUORESCENCIA PARA GINECOLOGÍA | 1                 | 53.719,00    | 53.719,00      | EXCLUIDO NO CUMPLE PPT | 48.000,00                           |                      |
| <b>TOTAL BASE IMPONIBLE</b>                                                                         |                                                                  |                                                                  |                   |              |                |                        | 48.000,00                           |                      |
| CRITERIO/S RELACIONADO/S CON LOS COSTES. Precio - Ponderación - Hasta 60 puntos                     |                                                                  |                                                                  |                   |              |                |                        | 60,00                               |                      |
| CRITERIOS CUALITATIVOS: EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS - Hasta 40 Puntos |                                                                  |                                                                  |                   |              |                |                        | 40,00                               |                      |
| <b>TOTAL CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO</b>                                       |                                                                  |                                                                  |                   |              |                |                        | <b>100,00</b>                       |                      |

| Nº LOTE                                                                                             | DENOMINACIÓN LOTE   | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO ELECTROMÉDICO | CANTIDAD ESTIMADA | PRECIO UNIT. | BASE IMPONIBLE | AB MEDICA GROUP, S.A.  | CARDIVA 2, S.L. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|------------------------|-----------------|
|                                                                                                     |                     |                                      |                   |              |                | A08736431              | B80601982       |
| 4                                                                                                   | ELECTROCARDIOGRAFOS | ELECTROCARDIOGRAFOS                  | 5                 | 5.950,00     | 29.750,00      | EXCLUIDO NO CUMPLE PPT | 4.900,00        |
| <b>TOTAL BASE IMPONIBLE</b>                                                                         |                     |                                      |                   |              |                |                        | 24.500,00       |
| CRITERIO/S RELACIONADO/S CON LOS COSTES. Precio - Ponderación - Hasta 60 puntos                     |                     |                                      |                   |              |                |                        | 60,00           |
| CRITERIOS CUALITATIVOS: EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS - Hasta 40 Puntos |                     |                                      |                   |              |                |                        | 40,00           |
| <b>TOTAL CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO</b>                                       |                     |                                      |                   |              |                |                        | <b>100,00</b>   |

| Nº LOTE                                                                                             | DENOMINACIÓN LOTE    | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO ELECTROMÉDICO | CANTIDAD ESTIMADA | PRECIO UNIT. | BASE IMPONIBLE | DRAGER MEDICAL HISPANIA S.A. | GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                     |                      |                                      |                   |              |                | A28063485                    | B82736471                   |
| 5                                                                                                   | SISTEMA DE ANESTESIA | SISTEMA DE ANESTESIA                 | 2                 | 28.926,00    | 57.852,00      | 24.493,76                    | 26.000,00                   |
| <b>TOTAL BASE IMPONIBLE</b>                                                                         |                      |                                      |                   |              |                | 48.987,52                    | 52.000,00                   |
| CRITERIO/S RELACIONADO/S CON LOS COSTES. Precio - Ponderación - Hasta 60 puntos                     |                      |                                      |                   |              |                | 60,00                        | 39,61                       |
| CRITERIOS CUALITATIVOS: EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS - Hasta 40 Puntos |                      |                                      |                   |              |                | 20,00                        | 20,00                       |



Exp.: GCASU 2019-161

|                                                               |              |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>TOTAL CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO</b> | <b>80,00</b> | <b>59,61</b> |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

| Nº LOTE                                                                                             | DENOMINACIÓN LOTE                                    | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO ELECTROMÉDICO                 | CANTIDAD ESTIMADA | PRECIO UNIT. | BASE IMPONIBLE | SIEMENS HEALTHCARE, S.L. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------------------|
|                                                                                                     |                                                      |                                                      |                   |              |                | B60805769                |
| 6                                                                                                   | ESTACIONES DE TRABAJO PARA DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN | ESTACIONES DE TRABAJO PARA DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN | 6                 | 7.851,00     | 47.106,00      | <b>7.700,37</b>          |
| <b>TOTAL BASE IMPONIBLE</b>                                                                         |                                                      |                                                      |                   |              |                | <b>46.202,22</b>         |
| CRITERIO/S RELACIONADO/S CON LOS COSTES. Precio - Ponderación - Hasta 60 puntos                     |                                                      |                                                      |                   |              |                | 60,00                    |
| CRITERIOS CUALITATIVOS: EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS - Hasta 40 Puntos |                                                      |                                                      |                   |              |                | 40,00                    |
| <b>TOTAL CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO</b>                                       |                                                      |                                                      |                   |              |                | <b>100,00</b>            |

| Nº LOTE                                                                                             | DENOMINACIÓN LOTE    | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO ELECTROMÉDICO | CANTIDAD ESTIMADA | PRECIO UNIT. | BASE IMPONIBLE | PALEX MEDICAL, S.A.                                   | MEDICINA Y MERCADO, S.L. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                     |                      |                                      |                   |              |                | A58710740                                             | B83007328                |
| 7                                                                                                   | EQUIPO DE URODINAMIA | EQUIPO DE URODINAMIA                 | 1                 | 33.058,00    | 33.058,00      | <b>EXCLUIDO NO SUPERA UMBRAL MINº CRIT. CUALITAT.</b> | <b>31.500,00</b>         |
| <b>TOTAL BASE IMPONIBLE</b>                                                                         |                      |                                      |                   |              |                |                                                       | <b>31.500,00</b>         |
| CRITERIO/S RELACIONADO/S CON LOS COSTES. Precio - Ponderación - Hasta 60 puntos                     |                      |                                      |                   |              |                |                                                       | 60,00                    |
| CRITERIOS CUALITATIVOS: EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS - Hasta 40 Puntos |                      |                                      |                   |              |                |                                                       | 40,00                    |
| <b>TOTAL CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO</b>                                       |                      |                                      |                   |              |                |                                                       | <b>100,00</b>            |

| Nº LOTE                                                                                             | DENOMINACIÓN LOTE                                       | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO ELECTROMÉDICO                    | CANTIDAD ESTIMADA | PRECIO UNIT. | BASE IMPONIBLE | PRIM, S.A.       | CORR MEDICAL, S.L.            | BOLD TECHNOLOGIES LEADING ESPAÑA, S.L. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                         |                                                         |                   |              |                | A28165587        | B43901305                     | B86801495                              |
| 8                                                                                                   | EQUIPO GENERADOR DE ONDAS DE CHOQUE PARA REHABILITACIÓN | EQUIPO GENERADOR DE ONDAS DE CHOQUE PARA REHABILITACIÓN | 1                 | 21.488,00    | 21.488,00      | <b>18.900,00</b> | <b>EXCLUIDO NO CUMPLE PPT</b> | <b>EXCLUIDO NO CUMPLE PPT</b>          |
| <b>TOTAL BASE IMPONIBLE</b>                                                                         |                                                         |                                                         |                   |              |                | <b>18.900,00</b> |                               |                                        |
| CRITERIO/S RELACIONADO/S CON LOS COSTES. Precio - Ponderación - Hasta 60 puntos                     |                                                         |                                                         |                   |              |                | 60,00            |                               |                                        |
| CRITERIOS CUALITATIVOS: EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS - Hasta 40 Puntos |                                                         |                                                         |                   |              |                | 40,00            |                               |                                        |
| <b>TOTAL CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO</b>                                       |                                                         |                                                         |                   |              |                | <b>100,00</b>    |                               |                                        |

| Nº LOTE                                                                         | DENOMINACIÓN LOTE     | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO ELECTROMÉDICO | CANTIDAD ESTIMADA | PRECIO UNIT. | BASE IMPONIBLE | MENARINI DIAGNOSTICOS, S.A. | PALEX MEDICAL, S.A. | LEICA MICROSISTEMAS, S.L.     | IZASA SCIENTIFIC, S.L.        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                 |                       |                                      |                   |              |                | A08534638                   | A58710740           | B58521147                     | B66350281                     |
| 9                                                                               | PROCESADOR DE TEJIDOS | PROCESADOR DE TEJIDOS                | 1                 | 33.058,00    | 33.058,00      | <b>32.950,00</b>            | <b>29.990,00</b>    | <b>EXCLUIDO NO CUMPLE PPT</b> | <b>EXCLUIDO NO CUMPLE PPT</b> |
| <b>TOTAL BASE IMPONIBLE</b>                                                     |                       |                                      |                   |              |                | <b>32.950,00</b>            | <b>29.990,00</b>    |                               |                               |
| CRITERIO/S RELACIONADO/S CON LOS COSTES. Precio - Ponderación - Hasta 60 puntos |                       |                                      |                   |              |                | 2,11                        | 60,00               |                               |                               |





Comunidad de Madrid

Unidad administrativa:  
SERVICIO DE CONTRATACION  
ADMINISTRATIVA

Exp.: GCASU 2019-161

|                                                                                                     |              |               |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|--|
| CRITERIOS CUALITATIVOS: EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS - Hasta 40 Puntos | 40,00        | 40,00         |  |  |
| <b>TOTAL CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO</b>                                       | <b>42,11</b> | <b>100,00</b> |  |  |

| Nº LOTE                                                                                             | DENOMINACIÓN LOTE                                      | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO ELECTROMÉDICO                   | CANT. ESTIM. | PRECIO UNIT. | BASE IMPONIBLE | SANROSAN, S.A.                | HANS E RUTH, S.A.             | HOSPITAL HISPANIA, S.L. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                     |                                                        |                                                        |              |              |                | A28610889                     | A58263856                     | B59078071               |
| 10                                                                                                  | SISTEMA COMPLETO DE ANÁLISIS PULMONAR S. DE NEUMOLOGÍA | SISTEMA COMPLETO DE ANÁLISIS PULMONAR S. DE NEUMOLOGÍA | 1            | 37.190,00    | 37.190,00      |                               |                               | 37.100,00               |
| <b>TOTAL BASE IMPONIBLE</b>                                                                         |                                                        |                                                        |              |              |                | <b>EXCLUIDO NO CUMPLE PPT</b> | <b>EXCLUIDO NO CUMPLE PPT</b> | 37.100,00               |
| CRITERIO/S RELACIONADO/S CON LOS COSTES. Precio - Ponderación - Hasta 60 puntos                     |                                                        |                                                        |              |              |                |                               |                               | 60,00                   |
| CRITERIOS CUALITATIVOS: EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS - Hasta 40 Puntos |                                                        |                                                        |              |              |                |                               |                               | 40,00                   |
| <b>TOTAL CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO</b>                                       |                                                        |                                                        |              |              |                |                               |                               | <b>100,00</b>           |

| Nº LOTE                                                                                             | DENOMINACIÓN LOTE                                      | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO ELECTROMÉDICO                   | CANT. ESTIM. | PRECIO UNIT. | BASE IMPONIBLE | SANROSAN, S.A.   | GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A. | HANS E RUTH, S.A. | TECNOMED 2000, S.L. | HELIANTHUS MEDICAL, S.L. | BOLD TECHNOLOGIES LEADING ESPAÑA, S.L. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                        |                                                        |              |              |                | A28610889        | A28061737                                | A58263856         | B81322216           | B81933830                | B86801495                              |
| 11                                                                                                  | SISTEMA DE ANÁLISIS DE GASES PARA EL S. DE CARDIOLOGÍA | SISTEMA DE ANÁLISIS DE GASES PARA EL S. DE CARDIOLOGÍA | 1            | 27.479,00    | 27.479,00      | 22.444,00        | 23.400,00                                | 25.990,00         | 22.900,00           | 24.000,00                |                                        |
| <b>TOTAL BASE IMPONIBLE</b>                                                                         |                                                        |                                                        |              |              |                | <b>22.444,00</b> | <b>23.400,00</b>                         | <b>25.990,00</b>  | <b>22.900,00</b>    | <b>24.000,00</b>         | <b>EXCLUIDO NO CUMPLE PPT</b>          |
| CRITERIO/S RELACIONADO/S CON LOS COSTES. Precio - Ponderación - Hasta 60 puntos                     |                                                        |                                                        |              |              |                | 60,00            | 48,61                                    | 17,74             | 54,57               | 41,46                    |                                        |
| CRITERIOS CUALITATIVOS: EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS - Hasta 40 Puntos |                                                        |                                                        |              |              |                | 40,00            | 40,00                                    | 40,00             | 40,00               | 40,00                    |                                        |
| <b>TOTAL CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO</b>                                       |                                                        |                                                        |              |              |                | <b>100,00</b>    | <b>88,61</b>                             | <b>57,74</b>      | <b>94,57</b>        | <b>81,46</b>             |                                        |

| Nº LOTE                                                                                             | DENOMINACIÓN LOTE                                                | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO ELECTROMÉDICO                             | CANT. ESTIM. | PRECIO UNIT. | BASE IMPONIBLE | GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                  |                                                                  |              |              |                | A28061737                                |
| 12                                                                                                  | ECÓGRAFO DE MEDIAS-ALTAS PRESTACIONES PARA EL S. GINECOLOGÍA     | ECÓGRAFO DE MEDIAS-ALTAS PRESTACIONES PARA EL S. GINECOLOGÍA     | 1            | 40.083,00    | 40.083,00      | 38.500,00                                |
| <b>TOTAL BASE IMPONIBLE</b>                                                                         |                                                                  |                                                                  |              |              |                | <b>38.500,00</b>                         |
| CRITERIO/S RELACIONADO/S CON LOS COSTES. Precio - Ponderación - Hasta 60 puntos                     |                                                                  |                                                                  |              |              |                | 60,00                                    |
| CRITERIOS CUALITATIVOS: EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS - Hasta 40 Puntos |                                                                  |                                                                  |              |              |                | 40,00                                    |
| <b>TOTAL CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO</b>                                       |                                                                  |                                                                  |              |              |                | <b>100,00</b>                            |
| 13                                                                                                  | ECÓGRAFO DE MEDIAS-ALTAS PRESTACIONES PARA EL S. DE REUMATOLOGÍA | ECÓGRAFO DE MEDIAS-ALTAS PRESTACIONES PARA EL S. DE REUMATOLOGÍA | 1            | 28.099,00    | 28.099,00      | 25.771,00                                |



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 100115912335611741756

Comunidad de Madrid

Exp.: GCASU 2019-161

Unidad administrativa:  
SERVICIO DE CONTRATACION  
ADMINISTRATIVA

|                                                                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL BASE IMPONIBLE</b>                                                                         | <b>25.771,00</b> |
| CRITERIO/S RELACIONADO/S CON LOS COSTES. Precio - Ponderación - Hasta 60 puntos                     | 60,00            |
| CRITERIOS CUALITATIVOS: EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS - Hasta 40 Puntos | 40,00            |
| <b>TOTAL CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO</b>                                       | <b>100,00</b>    |

| Nº LOTE                                                                                             | DENOMINACIÓN LOTE                                                                | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO ELECTROMÉDICO                                             | CANTIDAD ESTIMADA | PRECIO UNIT. | BASE IMPONIBLE | DRAGER MEDICAL HISPANIA S.A.                   | GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U. | BEMASCE TECNICA, S.L. |  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|---------------|
|                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                   |              |                | A28063485                                      | B82736471                   | B82646142             |  |               |
| 14                                                                                                  | ESTACIÓN DE VENTILACIÓN PULMONAR DE ALTA GAMA PARA TRATAMIENTO AVANZADO NEONATAL | ESTACIÓN DE VENTILACIÓN PULMONAR DE ALTA GAMA PARA TRATAMIENTO AVANZADO NEONATAL | 1                 | 35.537,00    | 35.537,00      | EXCLUIDO NO SUPERA UMBRAL MINº CRIT. CUALITAT. | EXCLUIDO NO CUMPLE PPT      | 34.800,00             |  |               |
|                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                   |              |                |                                                |                             |                       |  | 34.800,00     |
| CRITERIO/S RELACIONADO/S CON LOS COSTES. Precio - Ponderación - Hasta 60 puntos                     |                                                                                  |                                                                                  |                   |              |                |                                                |                             |                       |  | 60,00         |
| CRITERIOS CUALITATIVOS: EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS - Hasta 40 Puntos |                                                                                  |                                                                                  |                   |              |                |                                                |                             |                       |  | 40,00         |
| <b>TOTAL CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO</b>                                       |                                                                                  |                                                                                  |                   |              |                |                                                |                             |                       |  | <b>100,00</b> |

RELACIÓN DE EXCLUIDOS DEL PROCEDIMIENTO

| Nº LOTE | DENOMINACIÓN LOTE                                                | LICITADOR              | CIF       | MOTIVO DE EXCLUSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2       | TORRES DE LAPAROSCOPIA 4K PARA CIRUGÍA GENERAL                   | OLYMPUS IBERIA, S.A.U. | A08214157 | NO cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. No cumple la exigencia en cuanto a que: Cabezal de Cámara; los Botones programables con diferentes funciones (balance de blancos, control de equipos periféricos, zoom, grabación foto/video, puntero, etc.) no tienen capacidad de controlar el insuflador de CO2.                                                                                               |
| 3       | TORRE DE LAPAROSCOPIA FULL HD CON FLUORESCENCIA PARA GINECOLOGÍA | OLYMPUS IBERIA, S.A.U. | A08214157 | NO cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. No cumple la exigencia en cuanto a que los Botones programables del Cabezal de Cámara, con diferentes funciones (balance de blancos, control de equipos periféricos, zoom, grabación foto/video, puntero, etc.) no tienen capacidad de controlar el insuflador de CO2.                                                                                            |
| 4       | ELECTROCARDIOGRAFOS                                              | AB MEDICA GROUP, S.A.  | A08736431 | NO cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. No cumplen la compatibilidad de conexión directa (sin utilización de hardware adicional) con el sistema de información existente en el Hospital (Trace Master Vue-Philips.).                                                                                                                                                                                      |
| 7       | EQUIPO DE URODINAMIA                                             | ALBYN MEDICAL, S.L.    | B62943063 | EXCLUÍDO POR NO SUBSANAR DOC. ADMVA. (art. 326.2.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y art. 19, del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid)                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |                                                                  | PALEX MEDICAL, S.A.    | A58710740 | Excluido por no superar el umbral mínimo de los Criterios Cualitativos EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (Umbral mínimo para pasar a la siguiente fase: 20 puntos)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8       | EQUIPO GENERADOR DE ONDAS DE CHOQUE PARA REHABILITACIÓN          | CORR MEDICAL, S.L.     | B43901305 | NO cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto, los consideramos No conformes. No se cumple con el rango de energía mínimo: 0.03-1.24 ml/mm2 (en modo no focal). La que aparece especificada en la ficha técnica es 0.048 a 0.403 //0,088 a 0,831// 0,07 a 0,70 //0.01 a 0.32 y 0,02 a 0,16 ml/mm2 respectivamente.<br>El peso superior al especificado (26 kg). en la ficha técnica aparece 34 kg. |

Exp.: GCASU 2019-161

| Nº LOTE | DENOMINACIÓN LOTE                                                                | LICITADOR                                                | CIF       | MOTIVO DE EXCLUSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                  | BOLD TECHNOLOGIES LEADING ESPAÑA, S.L.                   | B86801495 | NO cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto, los consideramos No conformes. No se cumple con el rango de energía mínimo: 0.03-1.24 ml/mm2 (en modo no focal). La que aprace especificada en la ficha técnica es 0,01 – 0,65 mJ/mm2. Pantalla táctil de dimensiones menores a las exigidas (10 ") y peso superior al especificado (26 kg). En la ficha técnica aparece 8,4 " y 30 kg.                                                                       |
| 9       | PROCESADOR DE TEJIDOS                                                            | IZASA SCIENTIFIC, S.L.                                   | B66350281 | NO cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto, los consideramos NO conformes. No presentan la "Posibilidad de utilizar garrafas de 5 litros de reactivos convencionales de modo que puedan usarse envases de la mayoría de los fabricantes de reactivos, evitando trasvases por el personal técnico." Ni tampoco presentan la "Posibilidad de realización de varios programas de procesamiento, incluyendo ciclos cortos de un máximo de 3 horas."           |
|         |                                                                                  | LEICA MICROSISTEMAS, S.L.                                | B58521147 | NO cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto, los consideramos NO conformes. No presentan la "Posibilidad de utilizar garrafas de 5 litros de reactivos convencionales de modo que puedan usarse envases de la mayoría de los fabricantes de reactivos, evitando trasvases por el personal técnico." Ni tampoco presentan la "Posibilidad de realización de varios programas de procesamiento, incluyendo ciclos cortos de un máximo de 3 horas."           |
| 10      | SISTEMA COMPLETO DE ANÁLISIS PULMONAR S. DE NEUMOLOGÍA                           | SANROSAN, S.A.                                           | A28610889 | NO cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto, los consideramos No conformes. No presenta "Medición de flujo y volumen por medio de neumatocógrafos calefactados". No presenta "Programa para la redacción de informes clínicos con editor de texto"                                                                                                                                                                                                         |
|         |                                                                                  | HANS E RUTH, S.A.                                        | A58263856 | NO cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto, los consideramos No conformes. No presenta "Medición de flujo y volumen por medio de neumatocógrafos calefactados". No presenta "Programa para la redacción de informes clínicos con editor de texto"                                                                                                                                                                                                         |
| 11      | SISTEMA DE ANÁLISIS DE GASES PARA EL S. DE CARDIOLOGÍA                           | BOLD TECHNOLOGIES LEADING ESPAÑA, S.L.                   | B86801495 | NO cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto, los consideramos NO conformes. No incluyen un "Kit de accesorios incluyendo 2 unidades circuito umbilical, mínimo de 2 m de longitud y 2 unidades de Flujoómetro para medición de volumen"                                                                                                                                                                                                                    |
| 14      | ESTACIÓN DE VENTILACIÓN PULMONAR DE ALTA GAMA PARA TRATAMIENTO AVANZADO NEONATAL | DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES BIOMÉDICAS DIREX, S.L. | B38353900 | EXCLUÍDO POR NO SUBSANAR DOC. ADMVA. (art. 326.2.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y art. 19, del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                                                                                  | DRAGER MEDICAL HISPANIA S.A.                             | A28063485 | Excluido por no superar el umbral mínimo de los Criterios Cualitativos EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (Umbral mínimo para pasar a la siguiente fase: 20 puntos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                                                                                  | GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.                              | B82736471 | NO cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, en todos los apartados del PPT. Por lo tanto, los consideramos No conformes. No cumple que el "Respirador sea compatible con los diferentes circuitos y sistemas de humidificación del mercado. Sin necesidad de incorporar ningún filtro antibacteriano para prevenir la contaminación". No cumple que la "Presión Media (MAP/CDP): 5 - 50 mbar". La ficha técnica del licitador indica una presión media Pmedia (HFOV) (cm H2O) 5 - 40 cm H2O (40,8 mbar) |

La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: 10011912335611741756

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

| Nº LOTE | DENOMINACIÓN LOTE                  | LICITACIÓN        |              |                |                    |               | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN       |              |                |                    |               |
|---------|------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------------|---------------|----------------------------------|--------------|----------------|--------------------|---------------|
|         |                                    | CANTIDAD ESTIMADA | PRECIO UNIT. | BASE IMPONIBLE | CUOTA DE IVA (21%) | IMPORTE TOTAL | ADJUDICATARIO / NIF              | PRECIO UNIT. | BASE IMPONIBLE | CUOTA DE IVA (21%) | IMPORTE TOTAL |
| 1       | BOMBA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA | 1                 | 99.587,00    | 99.587,00      | 20.913,27          | 120.500,27    | PALEX MEDICAL, S.A.<br>A58710740 | 99.580,00    | 99.580,00      | 20.911,80          | 120.491,80    |
| 9       | PROCESADOR DE TEJIDOS              | 1                 | 33.058,00    | 33.058,00      | 6.942,18           | 40.000,18     |                                  | 29.990,00    | 29.990,00      | 6.297,90           | 36.287,90     |



Exp.: GCASU 2019-161

|                                                       |                                                                                  | LICITACIÓN        |              |                   |                    |                   | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN                         |              |                   |                    |                   |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Nº LOTE                                               | DENOMINACIÓN LOTE                                                                | CANTIDAD ESTIMADA | PRECIO UNIT. | BASE IMPONIBLE    | CUOTA DE IVA (21%) | IMPORTE TOTAL     | ADJUDICATARIO / NIF                                | PRECIO UNIT. | BASE IMPONIBLE    | CUOTA DE IVA (21%) | IMPORTE TOTAL     |
| <b>Total PALEX MEDICAL, S.A.</b>                      |                                                                                  |                   |              | <b>132.645,00</b> | <b>27.855,45</b>   | <b>160.500,45</b> |                                                    |              | <b>129.570,00</b> | <b>27.209,70</b>   | <b>156.779,70</b> |
| 2                                                     | TORRES DE LAPAROSCOPIA 4K PARA CIRUGÍA GENERAL                                   | 2                 | 53.719,00    | 107.438,00        | 22.561,98          | 129.999,98        | KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, S.A. A78936606      | 46.500,00    | 93.000,00         | 19.530,00          | 112.530,00        |
| 3                                                     | TORRE DE LAPAROSCOPIA FULL HD CON FLUORESCENCIA PARA GINECOLOGÍA                 | 1                 | 53.719,00    | 53.719,00         | 11.280,99          | 64.999,99         |                                                    | 48.000,00    | 48.000,00         | 10.080,00          | 58.080,00         |
| <b>Total KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, S.A.</b>      |                                                                                  |                   |              | <b>161.157,00</b> | <b>33.842,97</b>   | <b>194.999,97</b> |                                                    |              | <b>141.000,00</b> | <b>29.610,00</b>   | <b>170.610,00</b> |
| 4                                                     | ELECTROCARDIOGRAFOS                                                              | 5                 | 5.950,00     | 29.750,00         | 6.247,50           | 35.997,50         | CARDIVA 2, S.L. B80601982                          | 4.900,00     | 24.500,00         | 5.145,00           | 29.645,00         |
| <b>Total CARDIVA 2, S.L.</b>                          |                                                                                  |                   |              | <b>29.750,00</b>  | <b>6.247,50</b>    | <b>35.997,50</b>  |                                                    |              | <b>24.500,00</b>  | <b>5.145,00</b>    | <b>29.645,00</b>  |
| 5                                                     | SISTEMA DE ANESTESIA                                                             | 2                 | 28.926,00    | 57.852,00         | 12.148,92          | 70.000,92         | DRAGER MEDICAL HISPANIA S.A. A28063485             | 24.493,76    | 48.987,52         | 10.287,38          | 59.274,90         |
| <b>Total DRAGER MEDICAL HISPANIA S.A.</b>             |                                                                                  |                   |              | <b>57.852,00</b>  | <b>12.148,92</b>   | <b>70.000,92</b>  |                                                    |              | <b>48.987,52</b>  | <b>10.287,38</b>   | <b>59.274,90</b>  |
| 6                                                     | ESTACIONES DE TRABAJO PARA DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN                             | 6                 | 7.851,00     | 47.106,00         | 9.892,26           | 56.998,26         | SIEMENS HEALTHCARE, S.L. B60805769                 | 7.700,37     | 46.202,22         | 9.702,47           | 55.904,69         |
| <b>Total SIEMENS HEALTHCARE, S.L.</b>                 |                                                                                  |                   |              | <b>47.106,00</b>  | <b>9.892,26</b>    | <b>56.998,26</b>  |                                                    |              | <b>46.202,22</b>  | <b>9.702,47</b>    | <b>55.904,69</b>  |
| 7                                                     | EQUIPO DE URODINAMIA                                                             | 1                 | 33.058,00    | 33.058,00         | 6.942,18           | 40.000,18         | MEDICINA Y MERCADO, S.L. B83007328                 | 31.500,00    | 31.500,00         | 6.615,00           | 38.115,00         |
| <b>Total MEDICINA Y MERCADO, S.L.</b>                 |                                                                                  |                   |              | <b>33.058,00</b>  | <b>6.942,18</b>    | <b>40.000,18</b>  |                                                    |              | <b>31.500,00</b>  | <b>6.615,00</b>    | <b>38.115,00</b>  |
| 8                                                     | EQUIPO GENERADOR DE ONDAS DE CHOQUE PARA REHABILITACIÓN                          | 1                 | 21.488,00    | 21.488,00         | 4.512,48           | 26.000,48         | PRIM, S.A. A28165587                               | 18.900,00    | 18.900,00         | 3.969,00           | 22.869,00         |
| <b>Total PRIM, S.A.</b>                               |                                                                                  |                   |              | <b>21.488,00</b>  | <b>4.512,48</b>    | <b>26.000,48</b>  |                                                    |              | <b>18.900,00</b>  | <b>3.969,00</b>    | <b>22.869,00</b>  |
| 10                                                    | SISTEMA COMPLETO DE ANÁLISIS PULMONAR S. DE NEUMOLOGÍA                           | 1                 | 37.190,00    | 37.190,00         | 7.809,90           | 44.999,90         | HOSPITAL HISPANIA, S.L. B59078071                  | 37.100,00    | 37.100,00         | 7.791,00           | 44.891,00         |
| <b>Total HOSPITAL HISPANIA, S.L.</b>                  |                                                                                  |                   |              | <b>37.190,00</b>  | <b>7.809,90</b>    | <b>44.999,90</b>  |                                                    |              | <b>37.100,00</b>  | <b>7.791,00</b>    | <b>44.891,00</b>  |
| 11                                                    | SISTEMA DE ANÁLISIS DE GASES PARA EL S. DE CARDIOLOGÍA                           | 1                 | 27.479,00    | 27.479,00         | 5.770,59           | 33.249,59         | SANROSAN, S.A. A28610889                           | 22.444,00    | 22.444,00         | 4.713,24           | 27.157,24         |
| <b>Total SANROSAN, S.A.</b>                           |                                                                                  |                   |              | <b>27.479,00</b>  | <b>5.770,59</b>    | <b>33.249,59</b>  |                                                    |              | <b>22.444,00</b>  | <b>4.713,24</b>    | <b>27.157,24</b>  |
| 12                                                    | ECÓGRAFO DE MEDIAS-ALTAS PRESTACIONES PARA EL S. GINECOLOGÍA                     | 1                 | 40.083,00    | 40.083,00         | 8.417,43           | 48.500,43         | GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A. A28061737 | 38.500,00    | 38.500,00         | 8.085,00           | 46.585,00         |
| 13                                                    | ECÓGRAFO DE MEDIAS-ALTAS PRESTACIONES PARA EL S. DE REUMATOLOGÍA                 | 1                 | 28.099,00    | 28.099,00         | 5.900,79           | 33.999,79         |                                                    | 25.771,00    | 25.771,00         | 5.411,91           | 31.182,91         |
| <b>Total GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.</b> |                                                                                  |                   |              | <b>68.182,00</b>  | <b>14.318,22</b>   | <b>82.500,22</b>  |                                                    |              | <b>64.271,00</b>  | <b>13.496,91</b>   | <b>77.767,91</b>  |
| 14                                                    | ESTACIÓN DE VENTILACIÓN PULMONAR DE ALTA GAMA PARA TRATAMIENTO AVANZADO NEONATAL | 1                 | 35.537,00    | 35.537,00         | 7.462,77           | 42.999,77         | BEMASCE TECNICA, S.L. B82646142                    | 34.800,00    | 34.800,00         | 7.308,00           | 42.108,00         |
| <b>Total BEMASCE TECNICA, S.L.</b>                    |                                                                                  |                   |              | <b>35.537,00</b>  | <b>7.462,77</b>    | <b>42.999,77</b>  |                                                    |              | <b>34.800,00</b>  | <b>7.308,00</b>    | <b>42.108,00</b>  |
| <b>TOTALES</b>                                        |                                                                                  |                   |              | <b>651.444,00</b> | <b>136.803,24</b>  | <b>788.247,24</b> |                                                    |              | <b>599.274,74</b> | <b>125.847,70</b>  | <b>725.122,44</b> |

