

EXPEDIENTE: 2019-0-119

Material: CATÉTERES Y VÁLVULAS SECCIÓN
NEURORRADIOLOGÍA

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
1	018125	<p>BALON PARA AMV DE 80 MM LONGITUD Y GUIA DE 0'14"</p> <p>TOTAL PUNTOS ... MÁXIMO 50 PUNTOS</p> <p>1. Presencia de dos marcas radiopacas de platino 50 puntos</p>	<p>BALT SPAIN MEDICAL,S.L.....TOTAL PUNTOS: 50</p> <p>1. 50 Puntos.</p>	
2	012166	<p>CATETER BALON ANGIOPLATIA INTRACRANEAL. Guía 0.014. DIAMETRO BALON 1,5 A 4 MM Y LONGITUDES 9 A 20 MM.</p> <p>TOTAL PUNTOS ... MÁXIMO 50 PUNTOS</p> <p>1. Presencia de marcadores radiopacos de oro 20 Puntos</p> <p>2. Se valorará el mayor número de diámetros y longitudes de balón a los exigidos en el Pliego (de forma proporcional otorgando la mayor puntuación al mayor número)...Hasta 30 puntos</p>	<p>STRYKER IBERIA,S.L.....TOTAL PUNTOS: 50</p> <p>1. 20 Puntos.</p> <p>2. 30 Puntos.</p>	

EXPEDIENTE: 2019-0-119

**Material: CATÉTERES Y VÁLVULAS SECCIÓN
NEURORRADIOLOGÍA**

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
3	018593	<p>CATETER BALON DE ATP MONORRAL DE 135 CM LONG. 4 F DIAMETRO PARA Guía HASTA 0.014"</p> <p>TOTAL PUNTOS ... MÁXIMO 50 PUNTOS</p> <p>1. Se valorará el mayor número de diámetros y longitudes de balón a los exigidos en el Pliego (de forma proporcional otorgando la mayor puntuación al mayor número)....Hasta 50 puntos</p>	<p>BOSTON SCIENTIFIC IBERICA,S.A.....TOTAL PUNTOS: 50</p> <p>1. 50 Puntos</p>	
4	018828	<p>CATETER BALON PARA ANGIOPLATIA DE CAROTIDA DE 2 A 7 MM DIAM. LONGITUD CATETER 150 CM. COMPATIBLE Guía 0.018"</p> <p>TOTAL PUNTOS ...MÁXIMO 50 PUNTOS</p> <p>1. Se valorará el mayor número de diámetros de balón a los exigidos en el Pliego (de forma proporcional otorgando la mayor puntuación al mayor número)....Hasta 50 puntos</p>	<p>TERUMO EUROPE ESPAÑA,S.L.....TOTAL PUNTOS: 50</p> <p>1. 50 Puntos</p>	<p>CARDIVA 2, S.L; MEDTRONIC IBERICA, S.A: Presenta longitud del catéter de 135 cm y se solicita de 150 cm y la longitud del balón de 60 y 80 mm no la presenta en todos los diámetros, se solicita en los diámetros de 2 a 7 mm.</p>

EXPEDIENTE: 2019-0-119

Material: CATÉTERES Y VÁLVULAS SECCIÓN NEURORRADIOLOGÍA			Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE	
LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
5	018127	<p>CATETER BALON PARA TRATAMIENTO REMODELLING, ANEURISMAS CEREBRALES, COMPATIBLE Guía 0.014"</p> <p>TOTAL PUNTOS ... MÁXIMO 50 PUNTOS</p> <p>1. Disponibilidad de otros diámetros y longitudes de balón a los exigidos en el Pliego 50 puntos</p>	<p>GRIFOLS MOVACO,S.A.....TOTAL PUNTOS: 50</p> <p>1. 50 Puntos</p>	
6	017530	<p>SISTEMA DE CATETER CON BALON DISTAL DE BAJA PRESION CONFORMABLE A BIFURCACIONES ARTERIALES CEREBRALES PARA TRATAMIENTO ANEURISMAS</p> <p>TOTAL PUNTOS ... MÁXIMO 50 PUNTOS</p> <p>1. Disponibilidad de otros diámetros y longitudes de balón a los exigidos en el Pliego 50 puntos</p>	<p>MEDTRONIC IBERICA,S.A.....TOTAL PUNTOS: 50</p> <p>1. 50 Puntos</p>	
7	017531	<p>SISTEMA DE CATETER CON BALON DISTAL DE BAJA PRESION PARA PROTECCION EN EMBOLIZACIONES DE ANEURISMAS</p> <p>TOTAL PUNTOS ... MÁXIMO 50 PUNTOS</p> <p>1. Disponibilidad de otros diámetros y longitudes de balón a los exigidos en el Pliego 50 puntos</p>	<p>MEDTRONIC IBERICA,S.A.....TOTAL PUNTOS: 50</p> <p>1. 50 Puntos</p>	

EXPEDIENTE: 2019-0-119

Material: CATÉTERES Y VÁLVULAS SECCIÓN
NEURORRADIOLOGÍA

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
8	018801	<p>CATETER CON BALON OCLUSION DISTAL DE DOBLE LUZ</p> <p>TOTAL PUNTOS ... MÁXIMO 50 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> Presencia de tres marcas radiopacas, una para facilitar la visualización fluoroscópica de la punta distal y dos para delimitar la parte cilíndrica del balón ... 20 puntos. Se valorará el mayor número longitudes de balón a los exigidos en el Pliego (de forma proporcional otorgando la mayor puntuación al mayor número)....Hasta 30 puntos 	<p>BALT SPAIN MEDICAL,S.L.....TOTAL PUNTOS: 50</p> <ol style="list-style-type: none"> 20 Puntos. 30 Puntos. 	
9	018874	<p>CATETER ANGIOGRAFICO DE 3 CAPAS DE NYLON CON MALLA DE ACERO NO HIDROFILICO. 5 F Y 125 CM</p> <p>TOTAL PUNTOS ... MÁXIMO 50 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> Amplia variedad de formas de curvas de la punta distal 50 puntos 	<p>MERIT MEDICAL SPAIN,SLU.....TOTAL PUNTOS: 50</p> <ol style="list-style-type: none"> 50 Puntos. 	<p>CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.: una vez probadas las muestras; carece de un excelente control de torsión tal y como se solicita en el Pliego.</p>

EXPEDIENTE: 2019-0-119

Material: CATÉTERES Y VÁLVULAS SECCIÓN NEURORRADIOLOGÍA			Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE	
LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
10	018129	CATETER CEREBRAL 4 Y 5F 100 CM LONG TOTAL PUNTOS ... MÁXIMO 50 PUNTOS 1. Amplia variedad de formas de curvas de la punta distal 50 puntos	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.....TOTAL PUNTOS: 50 1. 50 Puntos	
11	018130	CATETER ANGIOGAFICO CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO 5,5 Y 6,5 F. LONG. 125 CM TOTAL PUNTOSMÁXIMO 50 PUNTOS 1. Amplia variedad de formas de curvas de la punta distal 50 puntos	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.....TOTAL PUNTOS: 50 1. 50 Puntos	
12	018797	CATETER Guía 4F CON LONGITUD 100 CM Y CON LUZ INTERNA 0.044" TOTAL PUNTOS MAXIMO 50 PUNTOS 1. Disponibilidad de otros diámetros y longitudes de catéter a los exigidos en el Pliego..... 50 puntos	WORLD MEDICA,S.L.....TOTAL PUNTOS: 50 1. 50 Puntos	

EXPEDIENTE: 2019-0-119

**Material: CATÉTERES Y VÁLVULAS SECCIÓN
NEURORRADIOLOGÍA**

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
13	016885	<p>CATETER PORTADOR 8 F CON SEGMENTO DISTAL 7 CM</p> <p>TOTAL PUNTOS MÁXIMO 50 PUNTOS</p> <p>1. Disponibilidad de otros diámetros y longitudes de catéter a los exigidos en el Pliego.....50 puntos</p>	<p>STRYKER IBERIA,S.L.....TOTAL PUNTOS: 50</p> <p>1. 50 Puntos</p>	
14	013498	<p>CATETER GUIA 5F RADIOPACO EN TODA SU LONGITUD, ESTRUCTURA HIBRIDA. LONG. 90 Y 100 CM</p> <p>TOTAL PUNTOS MÁXIMO 50 PUNTOS</p> <p>1. Amplia variedad de formas de curvas de la punta distal.....50 puntos</p>	<p>CARDIVA 2,S.L.....TOTAL PUNTOS: 50</p> <p>1. 50 Puntos</p>	
15	012929	<p>CATETER GUIA 6 F RADIOPACO EN TODA SU LONGITUD , ESTRUCTURA HIBRIDA. LONG. 90 Y 100 CM</p> <p>TOTAL PUNTOS MÁXIMO 50 PUNTOS</p> <p>1. Amplia variedad de formas de curvas de la punta distal.....50 puntos</p>	<p>CARDIVA 2,S.L.....TOTAL PUNTOS: 50</p> <p>1. 50 Puntos</p>	

EXPEDIENTE: 2019-0-119

Material: CATÉTERES Y VÁLVULAS SECCIÓN
NEURORRADIOLOGÍA

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
16	018798	<p>CATETER GUIA PARA ACCESO DISTAL DE 6F, RADIOPACO EN TODA SU LONGITUD Y ANILLO RADIOPACO EN PUNTA DISTAL. LONG. 95 Y 105 CM</p> <p>TOTAL PUNTOS MÁXIMO 50 PUNTOS</p> <p>1. Amplia variedad de formas de curvas de la punta distal.....50 puntos</p>	<p>CARDIVA 2,S.L.....TOTAL PUNTOS: 50</p> <p>1. 50 Puntos</p>	
17	018799	<p>CATETER GUIA 7F RADIOPACO EN TODA SU LONGITUD, ESTRUCTURA HIBRIDA. LONG. 90 Y 100 CM.</p> <p>TOTAL PUNTOS MÁXIMO 50 PUNTOS</p> <p>1. Amplia variedad de formas de curvas de la punta distal.....50 puntos</p>	<p>CARDIVA 2,S.L.....TOTAL PUNTOS: 50</p> <p>1. 50 Puntos</p>	
18	018132	<p>CATETER ACCESO DISTAL DE 5 Y 6 F, CON DIAMETROS 0.058" Y 0.072"</p> <p>TOTAL PUNTOS MÁXIMO 50 PUNTOS</p> <p>1. Disponibilidad de distintos tipos de punta del catéter50 puntos</p>	<p>BALT SPAIN MEDICAL, S.L. y MEDTRONIC IBERICA,S.A.</p> <p>TOTAL PUNTOS: 50</p> <p>1. 50 Puntos</p>	

EXPEDIENTE: 2019-0-119

**Material: CATÉTERES Y VÁLVULAS SECCIÓN
NEURORRADIOLOGÍA**


Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
19	016890	<p>SISTEMA DE PROTECCION EMBOLICA DISTAL PARA CAROTIDAS CON Guía DISTAL RADIOPACA</p> <p>TOTAL PUNTOS MÁXIMO 50 PUNTOS</p> <p>1. Perfil de cruce de 3,2 F....50 puntos</p>	<p>BOSTON SCIENTIFIC IBERICA,S.A.....TOTAL PUNTOS: 50</p> <p>1. 50 Puntos</p>	<p>ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.: No oferta un recuperador de protector tal y como se solicita</p>
20	017751	<p>SISTEMA DE PROTECCION CEREBRAL PARA ATP CAROTIDEA CON DOBLE LUZ Y DOS BALONES</p> <p>TOTAL PUNTOS MÁXIMO 50 PUNTOS</p> <p>1. Dos marcadores radiopacos, uno por balón 50 puntos</p>	<p>CARDIVA 2,S.L, MEDTRONIC IBERICA,S.A.....TOTAL PUNTOS: 50</p> <p>1. 50 Puntos</p>	
21	018594	<p>FILTRO DE PROTECCION EMBOLICA DISTAL</p> <p>TOTAL PUNTOS MÁXIMO 50 PUNTOS</p> <p>1. Se valorará el mayor número de diámetros de filtros a los exigidos en el Pliego (de forma proporcional otorgando la mayor puntuación al mayor número)...Hasta 50 puntos</p>	<p>MEDTRONIC IBERICA,S.A.....TOTAL PUNTOS: 50</p> <p>1. 50 Puntos</p>	<p>CARDINAL HEALTH SPAIN 511,S.L.: Se solicita longitudes de la guía de captura entre 320 y 190 cm y dispone solo de 180 cm</p>

EXPEDIENTE: 2019-0-119

Material: CATÉTERES Y VÁLVULAS SECCIÓN NEURORRADIOLOGÍA			Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE	
LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
22	012587	LLAVE EN Y VALVULADA PARA ANGIOPLASTIA TOTAL PUNTOS MÁXIMO 50 PUNTOS 1. Diámetro interno de 7 F.... 50 puntos	PRIM,S.A.....TOTAL PUNTOS: 50 1. 50 Puntos	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA,S.A.; COOK ESPAÑA,S.A y MERIT MEDICAL SPAIN,SLU: disponen de Sistema de apertura/cierre de rosca y se solicita de click, con dos posiciones abierto/cerrado
23	012354	VALVULA HEMOSTATICA ROTATORIA TOTAL PUNTOS MÁXIMO 50 PUNTOS 1. Diámetro interno de 9F... 50 puntos	MERIT MEDICAL SPAIN,SLU.....TOTAL PUNTOS: 50 1. 50 Puntos	
24	013678	LLAVE MONOMANDO PARA CONTROL DE FLUJO DE ALTA PRESION TOTAL PUNTOS MÁXIMO 50 PUNTOS 1. Conexiones luer de bloqueo en ambos lados.... 50 puntos	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA,S.A. y MERIT MEDICAL SPAIN,SLU.....TOTAL PUNTOS: 50 1. 50 Puntos	INTERSURGICAL ESPAÑA, S. L.; Se solicita que actúe mediante presión con dos posiciones abierto/cerrado y debe permitir paso microcirugía tanto abierto como cerrado y se presenta una llave que solo lo hace en abierto.

Madrid, 11 de octubre 2019



Fdo: Dr. Campollo Velarde
Por la Sección de Neurorradiología