

2019-0-084 // 1119002563 ARRENDAMIENTO EQUIPO FUNCIÓN PULMONAR
 ANEXO II: PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

Pos.	Material	Descripción	Proveedor	Ref.	Calidad	Mejoras	Pasa / NO pasa.	Comentarios
1	30013958	ARRENDAMIENTO EQUIPO FUNCION PULMONAR	HOSPITAL HISPANIA S.L.	VYNTUS COMBI	40	9	SI	Ver anexo
1	30013958	ARRENDAMIENTO EQUIPO FUNCION PULMONAR	HANS E RUTH SA	POWERCUBE	21	2	SI	Ver anexo


NOTA INTERIOR

Fecha: Zaragoza, 18 de septiembre de 2019
De: Servicio de Electromedicina - Jefe de Servicio: Peña Pérez
A: Servicio de Suministros - Jefe de Sección: Luis Ara
N/ref.: E-219 PPB/ppb
Asunto: Informe técnico ofertas 2019-0-084

Analizadas las ofertas técnicas presentadas al expediente de licitación 2019-0-084, así como el informe emitido por el Jefe de Servicio de Neumología, se realiza la siguiente valoración:

CRITERIO	PONDERACIÓN		OBSERVACIONES
	Hospital Hispania Vyntus Combi®	Hans E Ruth PowerCube®	
Tecnología de Neumotacógrafo (Hasta 4 ptos)	4	3	Ver Informe de Neumología
Sistema de obturador rápido. (Hasta 4 ptos)	4	1	Obturador Vyntus ultra-rápido
Calidad de los materiales de construcción de la cabina y sus elementos. (Hasta 2 ptos)	2	1	Cabina Vyntus más amplia del mercado.
Cantidad de número de estudios disponibles incluidos en la oferta y rangos de los estudios incluidos. (Hasta 10 ptos)	10	5	Gestor Sentry: alta capacidad de representación simultanea
Opciones de conectividad e integración, incluida recuperación de estudios previos. (Hasta 2 ptos)	2	0	SQL server licenciado H.H. 100% compatible para recuperación plena funcional de estudios
Interfaz de usuario y opciones de manejo. (Hasta 3 ptos)	3	2	Ver Informe de Neumología
Ergonomía del sistema tanto para usuario como para paciente. (Hasta 4 ptos)	4	3	Ver Informe de Neumología
Esterilización de elementos para disminuir riesgos. (Hasta 3 ptos)	3	1	Ambos por inmersión. HH: circuito completo de paciente
Sistema para realización de estudio funcional en pacientes con escasa colaboración. (Hasta 8 ptos)	8	5	Ver Informe de Neumología. HH: incluye Oscilometría
MEJORAS	9	2	Ver Informe de Neumología
TOTAL	49	23	

Atentamente,


Fdo. Peña Pérez Bendicho
La Jefe de Servicio de Electromedicina

PLIEGO VALORACION EXPLORACIÓN FUNCIONAL RESPIRATORIA.

CRITERIO	PONDERACION		OBSERVACION
	Hospital Hispania	Hans-Ruth	
	Vyntus Combi®	PowerCube®	
Neumotacógrafo por ultrasonidos (4)	4	3	Calibración, mayor precisión (sistema Vyntus) aunque ambos automática.
Sistema de obturación rápido (4)	4	1	Más rápido del mercado el sistema Vyntus.
Calidad material cabina y elementos (2)	2	1	El mayor tamaño de la cabina, accesibilidad y silla para paciente del mercado (sistema Vyntus).
Nº estudios disponibles (10)	10	5	Gestor Sentry. Representación simultanea de aproximadamente 10 estudios. Incluye módulo de test de marcha.
Conectividad e integración (volcado estudios previos) (2)	2	0	Recupera plena de los estudios previos para ver evolución (Integración Base Datos del MasterScreen) Posibilidad trabajar en red con otros dispositivos existentes en la Unidad
Interfaz de usuario y manejo (3)	3	2	Manejo más sencillo e intuitivo con el Gestor Sentry (sistema Vyntus)
Ergonomía del sistema (4)	4	3	Tamaño y diseño de la cabina y de los elementos (Brazo móvil intra y extracabina)
Esterilización componentes y del material (3)	3	1	Agentes líquidos por inmersión en ambos, sistema Vyntus es con el circuito completo
Sistema para realización en pacientes con escasa colaboración (8)	8	5	Ambos disponen de programa de incentivación y para escasa colaboración Posibilidad de realizar oscilometría con el Programa Vyntus Body
Plan de Mejoras (9)	9	2	Test de marcha inalámbrico Acceso remoto. Procesador Intel (i7 vs i5). No precisa maniobras jadeo. vs. Test Enfisem Capnometría
PUNTUACION TOTAL	49	23	

Zaragoza a 12 de Septiembre del 2019

Fdo. Dr Pérez-Trullén

Jefe Servicio Neumología Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza.