



INFORME TÈCNIC

Expedient CHV 07/19 NH - Subministrament i instal·lació de llits elèctrics i tauletes auxiliars amb faristol per al CHV

Lot 3: Llit d'ús clínic elèctric per a centre sociosanitari
(Hospital Sant Jaume de Manlleu)

		Linat Iberia, SL
CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR	ponderació	Model: Eleganza 2
Seguretat i ergonomia: Serà objecte de valor: seguretat, prevenció de caigudes, dimensions totals, càrrega segura, compatibilitat amb sistemes d'avís. Serà objecte de valor: regulació en diferents alçades, respallier ergonòmic, prevenció de nafres dels desplaçaments de plànols.	7 5	6 3
Proteccions: Serà objecte de valor: proteccions, sistemes de baranes, mecanismes d'accionament, espai mínim d'amplada en accionar les baranes.	9	8
Material, estètica i prestacions: Serà objecte de valor: qualitat i robustesa dels materials, acabaments, colors i prestacions. <ul style="list-style-type: none">Qualitat i prestacionsRobustesa dels materials, acabaments i colors	9 7	5 6
Proposta de servei SAT: Descripció del SAT, caldrà especificar la ubicació, horari d'assistència, temps de resposta, temps de presència en el centre, temps de subministrament de recanvis, gestió administrativa de reparacions (circuit).	9	8,25
Total	46	36,25

La Directora d'Atenció Intermedària i de la Dependència emet el següent INFORME:

És un llit que compleix totes les característiques definides al PPT i té les prestacions que necessitem en les nostres unitats.
És segur i les seves dimensions són adequades per l'espai que tenim a les habitacions.
Es poden regular diferents alçades, ens agradaria que poguéssim baixar alguns centímetres més.
Les baranes són segures i necessiten poc espai per accionar-les.
La qualitat és bona, però les prestacions són les mateixes que es demanen en el plec de requeriments, no s'aporten prestacions addicionals a les requerides.
Els materials són robustos, amb bons acabaments.

Vic, 4 de novembre de 2019
Sra. M.Àngels Romeu Fabré