



INFORME TÈCNIC

Expedient CHV 07/19 NH - Subministrament i instal·lació de llits elèctrics i tauletes auxiliars amb faristol per al CHV

Lot 4: Llit d'ús clínic elèctric per a la Residència Agra

		Linat Iberia, SL	Indústries Hidráulicas Pardo, S.L.
CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR	ponderació	Model: Sentida	Model: Bora
Seguretat i ergonomia: Seguretat: prevenció de caigudes, dimensions (llit fàcilment extensible), càrrega segura, compatibilitat amb sistemes d'avis (sensors), maniobrabilitat i mobilitat del llit, etc. Ergonomia: regulació en diferents alçades, respallergonòmic, prevenció de nafres dels desplaçaments de plànols.	9	8	4
	7	7	3
Proteccions: Proteccions: el sistema de baranes partides, regulació en diferents alçades, mecanisme d'accionament, etc.	9	9	4
Material, estètica i prestacions: Qualitat i robustesa dels diferents components del llit, acabaments, colors, prestacions, etc. Qualitat i robustesa dels comandaments: protector, prestacions, etc. <ul style="list-style-type: none">Qualitat i prestacionsRobustesa dels materials, acabaments i colors	7	6	3
	5	5	1
Proposta de servei SAT: Descripció del SAT, caldrà especificar la ubicació, horari d'assistència, temps de resposta, temps de presència en el centre, temps de subministrament de recanvis, gestió administrativa de reparacions (circuit).	9	6,25	7,50
Total	46	41,25	22,50

La Directora d'Atenció Intermèdia i de la Dependència emet el següent INFORME:

Hem realitzat avaluació a 4 bandes: Usuari, auxiliars, personal de manteniment i sotdirecció

1) El Model Sentida de Linet és un model que durant el període de prova no ha donat problemes tècnics. Les dimensions són les demanades i el llit és de fàcil extensió. No hem pogut provar els sensors ja que la mostra no n'incorporava. La maniobrabilitat del llit amb rodes grosse és bona. El sistema de baranes partides ens ha semblat adequat. Disposa de 3 posicions mitjançant mecanisme pràctic per al cuidador. El llit té uns acabats llisos i arrodonits, fàcil de rentar, color fusta. Ofereix les posicions que requerim. Porta un comandament fàcil d'usar. La barra de fre és sòlida. Els acabats són robustos. L'usuari que l'ha fet servir en està content.

2) El Model Bora de Pardo és un llit pel qual en els 10 dies que l'hem tingut de mostra, han caigut diferents peces (embellidors). Les dimensions són les demanades. No hem pogut provar els sensors ja que la mostra no n'incorporava. La maniobrabilitat és bona. Quan s'incorpora el capçal el resident puja més doblat. Es pot abaixar fins al ran de sol. Les baranes s'accionen mitjançant 2 mecanismes manuals diferents el que enllenteix el seu funcionament, s'ha d'estar molt al cas perquè el professional es pot enganxar els dits. Una barana ha sortit del seu eix i s'ha hagut de desmontar unes peces per tornar a posar-la al seu lloc. Des del punt de vista estètic respecta les característiques demanades. El comandament és més complicat.